Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1118

adottata da Direttore Generale in data 23 MAG. 2003

Oggetto: ***ART. 20 L. 67/88 II^ fase. Ammodernamento tecnologico.***
Pubblico incanto per la fornitura chiavi in mano di apparecchi per otorinolarigoiatria – oculistica ambulatoriale e ospedaliera – odontoiatria e strumentario.
Sostituzione "Sterilizzatrici a vapore" aggiudicate alla Ditta DL Medica.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Richiamata la Delibera n° 2717 del 19.11.2002, rettificata e ampliata con successiva delibera n° 3187 del 30.12.2002, con la quale l'Azienda, a seguito di pubblico incanto, ha disposto l'aggiudicazione della gara mediante pubblico incanto per la fornitura "chiavi mano" di apparecchi per otorinolaringoiatria – oculistica ambulatoriale e ospedaliera – odontoiatria e strumentario;

Precisato che il suddetto atto prevede, l'aggiudicazione in favore della Ditta DL Medica di quanto segue:

- **N° 2 sterilizzatrici "Aquarius 40B" marca Dental X a € 3.234,00 cad. + IVA,** quali componenti del lotto 1 – Gruppo D: "Studi odontoiatrici"
- **N° 3 sterilizzatrici "Aquarius 40B" marca Dental X completa di stampante mod. SEIKO DPU 414 Termica a € 3.361,40 cad. + IVA,** oggetto di fornitura del lotto 3 – Gruppo D: "Studi odontoiatrici"

Vista la nota Prot. fax ASL 240 del 03.04.2003, con la quale la Ditta DL Medica comunica che in sede di evasione del relativo ordine ha ritenuto opportuno, in sostituzione del mod. "Aquarius 40B" marca Dental X aggiudicato, fornire il modello *Domina Plus B marca Dental X,* in quanto il sistema di chiusura dello sportello a leva è più sicuro rispetto al sistema a rotazione a pomello, atteso che, come da dichiarazione della ditta Dental X, produttrice delle apparecchiature in oggetto, trattasi delle medesime apparecchiature, con identiche caratteristiche tecniche, schemi elettrici e programmi di utilizzo e prezzo di vendita;

Precisato che la sostituzione non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Azienda;

Dato atto che in merito alla proposta della Ditta, il Resp.le della Medicina di Base del Distretto di Carbonia – Dr. M.V. Grussu – con nota Prot. ABS 546 del 05.05.2002 ha espresso il proprio parere favorevole, in quanto presenta analoghe caratteristiche a quello originariamente aggiudicato;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo con il quale si accetti il modello *Domina Plus B marca Dental X* , proposto in sostituzione del modello "Aquarius 40B" marca Dental X aggiudicato alla Ditta DL Medica con Delibera 2717/2002;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di accettare la sostituzione dell'autoclave modello "Aquarius 40B" marca Dental X aggiudicata alla Ditta DL Medica con Delibera 2717/2002, con l'autoclave modello *"Domina Plus B" marca Dental X;*
- di dare atto che la presente sostituzione non comporta alcun maggior onere per l'Azienda.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIRAMM/
DIRSAN/
ACQ/AGULLI
Sett/Barbieri
ADD/A.Ventura

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1118 del 23 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 26 MAG. 2003 al - 9 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n°

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti

sostituzione autoclave Odontolatria

AZIENDA U.S.L. N°7 OSTIGLIA
- 3 APR. 2003
PROT. 240 A09

DL MEDICA spa via calvi 2 20129 milano

FAX MESSAGE

Protocollare
AMS 03/4/03

A Azienda USL N.7 Da Pamela - Sig. Paberlone
C.A. Serv. Acquisti - Geom. G. Agolli Data 02/04/2003
Fax Fax 02 76275300
Tel 0481/66 83 224 Telefono diretto 02/76 27 52 01
Pagine 18 Centralino 02 762751
Oggetto Fornitura Autoclavi

☐ Urgente ☐ Da approvare ☒ Prendere conoscenza ☐ Risposta necessaria ☐ Da inoltrare

Messaggio :

A conoscenza

Consegnato all'ufficio in data 10/04/03

DL MEDICA
ELECTRO MEDICAL TECHNOLOGIES

SPETT.LE
AZIENDA USL N. 7
VIA DALMAZIA 83 – C.P. 122
09013 CARBONIA (CA)

ALLA C.A.
SERVIZIO ACQUISTI
GEOM. G. AGULLI

TEL. 0781/66.83.224

BC/dm

Milano, 02 Aprile 2003

OGGETTO: **FORNITURA AUTOCLAVI**

VS. RIF.
DELIBERA N. 2717/2002 E 3187/2002

NS. RIF.
GARA NR. G/178/02 DEL 16 SETTEMBRE 2002

In riferimento ai colloqui telefonici Vi confermiamo, che come risulta dalla Dichiarazione della **DENTAL X,** Ditta produttrice delle apparecchiature che Vi uniamo in allegato, le Autoclavi **AQUARIUS 40 B** e le Autoclavi **DOMINA PLUS B**, **sono esattamente le stesse apparecchiature**, con identiche caratteristiche tecniche, schemi elettrici e programmi di utilizzo e prezzo di vendita.

Unica differenza è l'involucro esterno, come risulta dai depliant allegati.

In fase di evasione dell'ordine abbiamo optato per il modello DOMINA PLUS B, in quanto riteniamo che **il sistema di chiusura dello sportello a leva, sia più sicuro e funzionale rispetto al sistema a rotazione a pomello.**

Infatti, soprattutto in un Reparto Ospedaliero dove si opera sempre con guanti di protezione, la **maniglia a leva è più sicura e comoda per le operazioni di chiusura e apertura dello sportello.**

Riteniamo che questa nostra attenzione nei Vs. confronti possa essere da Voi apprezzata e rimaniamo in attesa di Vs. conferma scritta a proposito.

In allegato provvediamo ad inviarVi quanto segue:

1. Dichiarazione DENTAL X produttrice delle Autoclavi.
2. Depliant Autoclave DOMINA PLUS B
3. Depliant Autoclave AQUARIUS 40 B
4. Estratto Listino Prezzi DL MEDICA delle 2 Autoclavi
5. Dichiarazione di Conformità delle 2 Autoclavi

Originale della presente e relativa documentazione seguirà a mezzo posta celere.

Ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.

Cordiali saluti.

DL MEDICA SPA
Bruno Caberlon

dx
dental X

Spett. ditta
DL MEDICA SPA
Via Calvi n. 2
20129 MILANO (MI)

Dueville, 1 aprile 2003

Con la presente la scrivente ditta Dental x Srl. Dichiara che le autoclavi di propria produzione mod. **AQUARIUS 40B** cod. **100203BX** e mod. **DOMINA PLUS B** cod. **100225X** hanno le medesime caratteristiche tecniche e quindi le stesse schede elettroniche; l'unica variazione riguarda la parte esterna delle apparecchiature.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

DENTAL X Srl
Ufficio Tecnico

dental x srl
via marzotto 11
36031 dueville
vicenza italia
tel. 0444.367400
fax 0444.367436

e-mail: dentalx@dentalx.it
http: //www.dentalx.it
P. IVA e C.F. 00763030244
Capitale soc. € 101.400
trib. VI reg. soc. n. 11116
r.e.a. VI reg. ditte n. 154666
r.e.a. VI n. mecc. vi022678

CE 0120

ISO 9001 SGS
ISO 13485 SGS
EN 46001 SGS

LISTINO PREZZI

MAGGIO 2002







INTEGRAZIONE

DIVISIONE 2

DL MEDICA SPA

UNIDENT
AUTOCLAVE

40B



AQUARIUS 40B

€ 5.950

SISTEMA DI STERILIZZAZIONE AUTOMATICA DI CLASSE B

AQUARIUS 40 B esprime lo stato dell'arte nel settore della sterilizzazione, consentendo una sterilizzazione rapida e sicura di ogni tipo di carico.

In linea con i requisiti delle nuove disposizioni normative (pr EN 13060) l'autoclave AQUARIUS 40 B è dotata di una potente pompa per il vuoto che attraverso una azione frazionata è in grado di assicurare la totale espulsione dell'aria e il superamento dei più severi test: **HELIX E BOWIE & DICK TEST.**

L'autoclave AQUARIUS 40 B è stata specificatamente studiata per la sterilizzazione dei manipoli e delle turbine.

AQUARIUS 40 B è un sistema completamente automatico dotato di **4 programmi prememorizzati e di un sistema di autodiagnosi.**

L'autoclave prevede la connessione con una stampante e con un computer per la convalida dei cicli.

Grazie all'azione della pompa anche nella fase di asciugatura e alla presenza di un filtro batteriologico, l'autoclave ACQUARIUS 40 B garantisce una asciugatura ottimale di qualsiasi carico.

Caratteristiche tecniche:

Pre vacum con pompa per il vuoto a 3 fasi
Asciugatura ventilata con filtro batteriologico
Spegnimento automatico
Nr. 8 programmi con possibilità di programmazione
Nr. 2 serbatoi in acciaio AISI 316 da 4 lt.
Sistema di riscaldamento differenziato
Dimensioni della camera: diametro 240 mm. – h. 384 mm.
Capacità: 18 lt.
Dimensioni esterne: L 443 x P. 612 x H 428 mm.
Peso: 55 Kg.
Alimentazione: 230 V – 50 Hz
Assorbimento: medio 600 Watt – massimo 2.100 Watt

100202

DOMINA

€ 3.950

AUTOCLAVE AUTOMATICA CON POMPA PER IL VUOTO

Il sistema di sterilizzazione DOMINA si avvale delle piu' moderne tecnologie per garantire una sterilizzazione rapida e sicura.
DOMINA si avvale di una speciale pompa per il vuoto ed un sistema di asciugatura ventilata per garantire la sicurezza della sterilizzazione e la perfezione di asciugatura.
Tra le caratteristiche principali sottolineiamo lo speciale sistema di riscaldamento differenziato e l'impiego di due serbatoi per eliminare il ricircolo.
DOMINA e' un sistema di sterilizzazione completamente automatico, dotato di 4 programmi per corrispondere a tutte le esigenze di sterilizzazione e disinfezione.
Dotata di nr. 2 programmi di test (VACUM TEST E BOWE DICK)
Dotata di autodiagnosi, monitoraggio attivo, autospegnimento ed altre caratteristiche, DOMINA introduce nuovi standard di qualita' ed affidabilita' nella sterilizzazione ambulatoriale.

L'Autoclave DOMINA è completa di:
Nr. 1 cestello porta trays in alluminio anodizzato
Nr. 4 trays in alluminio anodizzato
Nr. 1 maniglia in alluminio anodizzato

Caratteristiche tecniche
Pre vacum con pompa per il vuoto
Asciugatura ventilata
Filtro batteriologico
2 Serbatoi in acciaio AISI316 da 4 lt. Cad.
Spegnimento automatico
4 Programmi, possibilità di programmazione
Autodiagnosi
Sistema di riscaldamento differenziato
Dimensione camera: diametro 240 x H.384 mm.
Capacità: 18 lt.
Dim. esterne: L. 443 x P.562 x H. 428 mm.
Peso. 55 Kg.
Alimentazione: 230 V – 50 HZ
Assorbimento: 1.600 W max – 600 W medio

100225



DOMINA PLUS B

€ 5.950

AUTOCLAVE AUTOMATICA CON VUOTO FRAZIONATO E CON DOPPIO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

In conformità al nuovo progetto normativo prEN 36066, il modello DOMINA PLUS B rientra nella classe B e rappresenta il sistema di sterilizzazione più sofisticato ed innovativo attualmente disponibile.
Dotata di pompa bicilindrica e riscaldamento potenziato, consente di sterilizzare qualsiasi tipo di carico e di superare L'HELIX TEST E BOWIE DICK.
Prevacum con pompa per il vuoto a 3 o 4 fasi
Asciugatura ventilata con filtro batteriologico
Spegnimento automatico
Nr. 8 programmi con possibilità di programmazione + 2 programmi di test
Nr. 2 serbatoi in acciaio AISI316 da 4 litri
Autodiagnosi e ricerca guasti automatica
Sistema di riscaldamento differenziato
Dimensione camera: diametro 240 x H.384 mm.
Capacità: 18 lt.
Dim. esterne: L. 443 x P.612 x H. 428 mm.
Peso. 55 Kg.
Alimentazione: 230 V. 50 HZ
Assorbimento massimo: 2.100 W. – medio 600 W

dx
dental X

CE
0120

Dichiarazione di conformità

La Dental X srl
via Mascagni, 6 - 36066 Sandrigo (VI) Italia

dichiara

che il Dispositivo medico

Autoclave domina PLUS B

N° di matricola _____

è conforme alla direttiva 93/42 EEC (requisiti essenziali e disposizioni)
e alla direttiva 89/336 EEC

è conforme alle norme nazionali che sono trasposizione delle norme armonizzate EN 8677/2:1984 - EN 554:1994 - CEI 60601-1:1991 - UNI CEI 46001:1996 - ISO 9001:1994 ISO 13485:1996 - EN 60604.1:1993 - EN 60335-2-56:1992 - EN 285-5-6-7-11-12-14-18-19-20-21-22-26.5-27-28:1998 - EN 285-13 .3 .7:1998 - EN 285 appendice A - B:1998-prN 13060/1-13060/2.

Dental X dichiara altresì che il prodotto è stato soggetto alla procedura di verifica indicata nell'allegato 2 della direttiva 93/42 EEC sotto la supervisione dell'ente notificato numero 0120, SGS Yarsley International Certification Services Ltd, Portland Road, East Grinstead, W Sussex RH 19 4ET.

DUEVILLE LI: _____

Dental X srl

Il legale rappresentante

dental x srl
via marzotto 11
36031 dueville
vicenza ,Italia
tel. 0444.367400
fax 0444.367436

e-mail: dentalx@ goldnet.it
http: www.dentalx.it
P. IVA e C.F. 00763030244
Capitale soc. 195.000.000
trib. VI reg. soc. n. 11116
r.e.a. VI reg. ditte n. 154666

CE
0120

ISO 9001 SGS
EN 46001 SGS
ISO 13485 SGS

dental X

CE 0120

Dichiarazione di conformità

La ditta Dental X srl
via Mascagni, 6 – 36066 Sandrigo (VI) Italia

dichiara

che il Dispositivo medico

Autoclave AQUARIUS 40B

N° di matricola _____

è conforme alla direttiva 93/42 EEC (requisiti essenziali e disposizioni)
e alla Direttiva 89/336 EEC

è conforme alle norme nazionali che sono trasposizione delle norme armonizzate
EN 8677/2: 1984 - EN 554: 1994 - CEI 60601-1: 1991 - UNI CEI EN 46001: 1996
ISO 9001: 1994 - ISO 13485: 1996 - EN 60604.1: 1993 - EN 60335-2-56: 1992
EN 285-5-6-28: 1998 - EN 285-13 .3 .7: 1998 - EN 285 appendice A - B: 1998

Dental X dichiara altresì che il prodotto è stato soggetto alla procedura di verifica indicata nell'allegato 2 della Direttiva 93/42/EEC sotto la supervisione dell' Ente Notificato Numero 0120, SGS Yarsley International Certification Services Ltd, Portland Road, East Grinstead, W Sussex RH19 4ET

DUEVILLE LI: _____

Dental X srl

Il legale rappresentante

dental x srl
via marzotto 11
36031 dueville
vicenza italia
tel. 0444.367400
fax 0444.367436

e-mail: dentalx@ goldnet.it
http: www.dentalx.it
P. IVA e C.F. 00763030244
Capitale soc: 195.000.000
trib. VI reg. soc. n. 11116
r.e.a. VI reg. ditte n. 154666

CE 0120

ISO 9001 SGS

EN 46001 SGS

ISO 13485 SGS

DL MEDICA
ELECTRO MEDICAL TECHNOLOGIES
via calvi 2 20129 milano italia
tel 02762751 fax 0276275300
e-mail dlmedica@dlmedica.it



aquarius® 40B

Sistema di sterilizzazione automatico di Classe B

DL MEDICA è lieta di presentare la nuova autoclave Aquarius 40 B. Aquarius 40 B esprime lo stato dell'arte nel settore della sterilizzazione consentendo una sterilizzazione rapida e sicura di ogni tipo di carico.

In linea con i requisiti delle nuove disposizioni normative (pr EN 13060) l'autoclave Aquarius 40 B è dotata di una potente pompa per il vuoto che attraverso una azione frazionata è in grado di assicurare la totale espulsione dell'aria e il superamento dei più severi test: Helix e Bowie & Dick test



L'autoclave Aquarius è stata specificamente studiata per la sterilizzazione dei manipoli e delle turbine.
Il nuovo sistema di riscaldamento differenziato consente infatti un controllo molto più preciso della temperatura ed elimina i rischi di sovrariscaldamento e sbalzo termico

Aquarius 40 B è un sistema completamente automatico dotato di 8 programmi prememorizzati e di un sistema di autodiagnosi.
L'autoclave prevede la connessione con una stampante e con un computer per la convalida dei cicli.

Grazie alla azione della pompa anche nella fase di asciugatura e alla presenza di un filtro batteriologico, i sistemi Aquarius garantiscono una asciugatura ottimale di qualsiasi carico.

DL Medica: un partner con molta esperienza

UNIDENT SA ist ISO 9002 / EN 46002 zertifiziert

aquarius® 40 B

	Programmi	Parametri	Tipo di carico
	UNWRAPPED	134 °C 5 min 3 Fasi di vuoto Asciugatura 10 min. (6 min di vuoto + 4 di ventilazione)	Ogni tipo di carico idoneo per la sterilizzazione a 134°C (helix test)
	WRAPPED	121 °C 20 min 3 Fasi di vuoto Asciugatura 11 min. (7 min di vuoto + 4 di ventilazione)	Ogni tipo di carico idoneo per la sterilizzazione a 121°C (helix test)
	Rapid STERILIZATION	134 °C 3 min 1 Fase di vuoto Asciugatura 5 min. (3 min di vuoto + 2 di ventilazione)	Strumenti chirurgici sciolti
	SPECIAL: S1 Disinfezione S2 Carichi pesanti S3 Carichi pesanti S4 BSE S5	105 °C, 8 min. 3 vuoti Asciugatura: 7 + 4 min 134 °C, 5 min. 4 vuoti Asciugatura: 8 + 5 min 121 °C, 20 min. 4 vuoti Asciugatura: 8 + 5 min 135 °C, 19 min. 3 vuoti Asciugatura: 6 + 4 min I parametri sono impostati dall'operatore: Temperatura.: 105 – 135 °C Tempo: 3 – 90 min. Vuoto: 1-3-4 fasi Asciugatura: 5 (3+2)-10 (6+4)-14 (8+6) min.	In relazione al tipo di programma selezionato
	Bowie & Dick	134°C 3.5 min 3 vuoti	3M Compl · 1300
	Vacuum test	20 min.	Vuota

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Aquarius 40 B	Aquarius 20 S
Dimensioni esterne	L. 4 243xP.562x H. 428 mm.	L. 443xP.562x H. 428 mm.
Dimensioni della camera	Ø240xP. 384 18 lt	Ø240xP. 384 18 lt
Peso	55 kg	55 kg
Consumo elettrico Max/Min	2160/1000 W	1600/600 W
Alimentazione	230v 50 Hz CE	230v 50 Hz CE
Pompa per il vuoto	•	•
Filtro batteriologico	•	•
Riscaldamento differenziato	•	•
Alimentazione H2O	2 serbatoi 4 lt	2 serbatoi 4 lt
Controllo qualità H2O	•	•
Display interattivo	•	•
Automatismo totale	•	•
Autodiagnosi	•	•
Tripla sicurezza porta	•	•
Programmi automatici	8	4
Bowie & Dick	•	•
Helix Test	•	•
Test del vuoto	•	•
Collegamento per PC	•	•
Interfaccia per stampante	•	•
Tempo medio di sterilizzazione	32-50 min. 3 vac 17-32 min. 1 vac	20-36 min.
Classe (pr EN 13060)	B	S





distributore per l'Italia

DL MEDICA
ELECTRO MEDICAL TECHNOLOGIES

via calvi 2 20129 milano italia
tel 02 762751 fax 02 76275300
e-mail: dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it

SISTEMA DI STERILIZZAZIONE DI CLASSE B CON VUOTO FRAZIONATO



CE
0120

domina PLUS

Sistema di sterilizzazione con vuoto frazionato

In linea con le crescenti esigenze di sicurezza in tema di sterilizzazione Dental X è lieta di presentare il nuovo modello di autoclave Domina PLUS con vuoto frazionato.
Il nuovo modello associa alle numerose caratteristiche innovative della autoclave Domina la potenza di una nuova pompa bicilindrica e un nuovo software per il vuoto frazionato.
La nuova autoclave prevede 3 o 4 fasi di vuoto consecutive per l'espulsione totale dell'aria nella fase iniziale e una fase di vuoto finale per garantire l'asciugatura perfetta di tutti gli strumenti.

Grazie al vuoto frazionato Domina PLUS consente di sterilizzare anche il cosiddetto materiale difficile e in particolare i corpi cavi e i carichi porosi ritenuti critici.
Domina PLUS in conformità a quanto richiesto dalle nuove normative internazionali supera i più severi test di sterilizzazione ospedalieri (Bowie & Dick ed Helix Test)

Tutte le fasi ed i cicli di sterilizzazione sono controllati da un potente microprocessore che elimina i rischi connessi agli errori umani e garantisce un monitoraggio continuo della sterilizzazione.
Otto programmi automatici e un sistema di controllo computerizzato assicurano la operatività e la sicurezza anche in assenza di personale
Grazie a una speciale sistema di riscaldamento e all'impiego di componenti, materiali e tecnologie all'avanguardia Domina PLUS garantisce prestazioni superiori e consumi elettrici modesti nel rispetto delle più severe norme di sicurezza.


domino PLUSB
Program
Sterilisation 1
134 °C 5 min
Sterilisation 2
121 °C 20 min
Flash sterilization
134 °C 3 min

domina PLUS

Un nuovo standard di qualità

Vuoto frazionato

In linea con le indicazioni normative l'autoclave Domina è dotata di una potente pompa per il vuoto e di un programma di vuoto frazionato. Grazie alla tecnica del vuoto frazionato è possibile ottenere l'espusione totale dell'aria presente all'interno della camera. In assenza di aria il vapore saturo sterilizzante può circolare liberamente garantendo la sterilizzazione di tutto il materiale imbustato o sciolto, comprese le superfici interne dei manipoli e delle turbine.

Sterilizzazione automatica

Per effettuare un ciclo di sterilizzazione è sufficiente premere un tasto. Tutte le fasi del ciclo vengono controllate automaticamente e visualizzate sul display.

Alla fine del ciclo Domina si spegne automaticamente. L'automatismo totale elimina eventuali errori umani e consente un facile uso anche a personale inesperto.



Sicurezza assoluta

La conformità alle normative e l'applicazione del marchio CE offrono la garanzia di aquistare un sistema di sterilizzazione costruito con i più elevati standard di sicurezza.

Versatilità e prestazioni

L'ampia camera di sterilizzazione e i 4 trays in dotazione consentono di sterilizzare con un unico ciclo una grande quantità di materiale.
Grazie allo speciale sistema di riscaldamento differenziato e alla coibentazione vetroceramica Domina PLUS offre prestazioni superiori e consumi ridotti.



Display interattivo

Il display visualizza in modo chiaro tutte le informazioni.
In caso di malfunzionamento l'operatore può leggere sul display il tipo di allarme rilevato e provvedere a correggere il problema.

Otto programmi

Otto programmi consentono di scegliere il tipo di sterilizzazione o di disinfezione in relazione alla tipologia del materiale.

Programma 1
Sterilizzazione di ogni tipo di materiale a 134°C (helix test)
Programma 2
Sterilizzazione di ogni tipo di materiale a 121°C (helix test)
Programma F
Sterilizzazione rapida per strumenti sciolti
Il tasto S consente di attivare programmi speciali:
S1: disinfezione
S2: carichi grossi 4 vuoti 134°C
S3: carichi grossi 4 vuoti 121°C
S4: ciclo prione
S5: l'operatore può selezionare tempo, temperatura, numero fasi di vuoto e tempo di asciugatura.

Asciugatura totale

Un'asciugatura efficace è il requisito fondamentale per salvaguardare integro ed efficiente lo strumentario chirurgico. Grazie all'azione della pompa per il vuoto durante la fase di asciugatura e allo speciale sistema di ventilazione con aria batteriologicamente pura, si ottiene un'asciugatura rapida e perfetta con l'eliminazione dei noti problemi di corrosione, ruggine e macchie spesso associati alla sterilizzazione in autoclave.





domina PLUS

Innovazione e tecnologia

L'esperienza e gli investimenti per la ricerca nel settore della sterilizzazione hanno consentito a Dental X di realizzare una autoclave innovativa e versatile in grado di coniugare in un design compatto ed elegante prestazioni superiori, sicurezza ed affidabilità.

La stampa e la certificazione

La stampante consente di certificare il ciclo di sterilizzazione attraverso la stampa di un report che riassume i parametri di sterilizzazione e l'esito finale.

La tecnologia informatica

Il computer apre nuovi orizzonti in tema di controllo di qualità e di assistenza tecnica e convalida della sterilizzazione. Uno speciale programma di collaudo e assistenza è destinato ad introdurre un nuovo concetto di service con la possibilità di controlli anche via modem.



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA (CA)

Sede legale e Amministrativa

Via Dalmazia – Carbonia

Carbonia, 05/05/2003

Prot. n. 546 ABS | 05.05.03

Al Resp.le Servizio Acquisti
Sede

Oggetto: ***Variazione modello Sterilizzatrici per Studi odontoiatrici. Ditta DL Medica.***

Con riferimento alla nota della Ditta DL Medical, Prot. fax ASL 240 del 03.04.2003, aggiudicataria fra l'altro della fornitura di autoclavi Aquarius 40B, con la quale comunica che in sede di evasione del relativo ordine ha ritenuto fornire *il modello Domina Plus* in quanto il sistema di chiusura dello sportello a leva sia più sicuro rispetto al sistema a rotazione a pomello.

Dall'esame della documentazione tecnica, allegata alla succitata nota, il modello offerto in sostituzione presenta analoghe caratteristiche a quello aggiudicato, l'elemento distintivo risulta essere appunto il sistema di chiusura dello sportello, che permette all'operatore di lavorare più agevolmente.

Si ritiene che il mod. Domina Plus B marca Dental X, offerto in sostituzione, sia sovrapponibile a quello aggiudicato a suo tempo con delibera n° 2717/2002 e successiva delibera n° 3187/2002, e in ogni caso idoneo alle esigenze del Servizio, pertanto si esprime parere favorevole alla sostituzione.

Distinti saluti

Il Resp.le Medicina di base
Carbonia
Dr. Marco Vinicio Grussu

Allegato composto di
17 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1118 DEL 23 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA ★ SERVIZIO SANITARIO ★ U.S.L. N. 1 CARBONIA