SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1322

Adottata dal Direttore Generale in data 20 GIU. 2003

OGGETTO: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.
CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA ALC MOD. 4237R matr. 700070003

Il Responsabile del Settore Tecnico manutentivo, il quale:

VISTA la formale richiesta in data 07/04/03, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'Unità Operativa Dr. Coghe, con la quale richiede la manutenzione dell'apparecchiatura CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA marca ALC matr. 700070003, evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;

CONSIDERATO che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;

PRECISATO che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che , all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.

RILEVATO che il Resp.le dell'Unità Operativa di Laboratorio Analisi con nota del 26/05/03, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;

CONSIDERATO ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;

DATO ATTO che l'addetto del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Elettronica Professionale S.r.l., disponendo l'immediato intervento;

TENUTO CONTO che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.lg. 157/95;

PROPONE

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Elettronica Professionale, sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1329

Il DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta del Servizio Acquisti;
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Elettronica Professionale S.r.l., relativamente all'apparecchiatura: CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA ALC MOD. 4237R matr. 700070003;

- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad Euro **2.971,58** oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendale per l'esercizio 2003;

- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico – Patrimoniale.

DIR AMM.

DIR. SAN

RESP. TECN./B. VACCA

ADD/A. PORTAS

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1322 del 20 GIU. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 23 GIU. 2003 - 7 LUG. 2003

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. 02

Destinatari:

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
SASSARI - Strada Statale Sassari-Fertilia Km. 2,900 - Tel. 079/2637300 - Fax 079/262574
C.C.I.A.A. SS 66846 - Tribunale SS 4280
C.F. - P. IVA 00227710902 - Cap. sociale €. 15.493,00
Filiale: CAGLIARI - Via Dolcetta, 14 - Tel. 070/275080 - Fax 070/275112
E.mail - elprof@elprof.it
Sito Internet - http://www.elprof.it

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9002 SQS

Cagliari, 15/05/2003

Spett.le
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
Via DALMAZIA
09013 CARBONIA

c. a. DEL SIG. PORTAS – UFF. TECNICO

Vs. Rif.: Richiesta 72/03/it del 07.04.03
Ns. Rif.: PREV N° CA 170W/ TC13 /STC2

Oggetto : RIPARAZIONE CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA ALC MOD. 4237R S/N 700070003

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla vostra richiesta di preventivo di quanto a margine ci è gradito rimetterVi di seguito la nostra migliore offerta per:

Descrizione lavori:
Smontaggio strumento, ricerca del guasto, smontaggio camera, sostituzione della stessa, test di tenuta, esecuzione vuoto, ricarica gas, riassemblaggio e prove di corretto funzionamento. Intervento da eseguire presso il Laboratorio dell'Osp. S. Barbara di Iglesias.

Descrizione	Q.tà	Pr.unitario	Totale
CAMERA DI CENTRIFUGAZIONE	1,00	2.241,00	2.241,00
RICARICA GAS	1,00	46,48	46,48
ORE DI LAVORO	8,00	61,97	495,76
ORE DI VIAGGIO	2,00	61,97	123,94
KM. PERCORSI	140,00	0,46	64,40

Totale IVA Esclusa € 2.971,58

(PREZZO DI LISTINO DELLA CENTRIFUGA NUOVA COMPLETA DI EQUIPAGGIAMENTO ROTANTE E RIDUTTORI: € 8.101,00 + I.V.A.)

Si prega di indicare in ordine quale procedura seguire qualora nel corso dell'intervento intervenissero variazioni nel numero di ore e/o di ricambi preventivati :

1) Sospendere la riparazione ed emettere nuovo preventivo
2) Completare la riparazione e fatturare a consuntivo
3)Altro da specificare

In mancanza di Vs. esplicita indicazione verrà adottata la procedura di cui al precedente punto 1

Note:
Validità Offerta :30 giorni data offerta
Termini di Pagamento :90 giorni data fattura
Termini di consegna :15 giorni lavorativi data ricevimento Vs ordine

In attesa di ricevere Vs. gradita conferma , cogliamo l'occasione per porgere i ns. più distinti saluti

Elettronica Professionale Srl

IL RESPONSABILE SANITARIO
PP.OO. CTO S. BARBARA
IGLESIAS
Dott. Carlo Murru

In attesa che l'intervento ~~[illegible]~~ è necessario e urgente al fine di garantire la continuità delle prestazioni
Iglesias, 26/5/03

ASL n°7 - P.O. S. Barbara
U.O. Fisica Clinica
Primario: Dott. Fernando Coglie

AZIENDA U.S.L. N°7

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

IGLESIAS, 07 - 04 - 2003

DA:

PRESIDIO OSPEDALIERO S. BARBARA

UNITA' OPERATIVA PAT. CLINICA (LABORATORIO)

TELFONO N° 0781 - 392 2248-9

FAX N° 0781 - 3922248

A:

UFFICIO TECNICO
P.O. S.BARBARA
ASSISTENZA APPARECCHIATUE

TEL 3922386
FAX 3922844

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO RIPORTATA, NECESSARIA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA: CENTRIFUGA

MARCA: ALC

MODELLO: ALC 4237 R

MATRICOLA : 50806 n°SERIALE 7000 7000 3 INVENTARIO N° —

ANOMALIE RISCONTRATE: non mantiene la temperatura d'esercizio impostata

MOTIVI URGENZA per garantire la continuità del servizio

N.B.: LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI. COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

PER CONFERMA NECECSSITA' URGENZA
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
IL RESPONSABILE SANITARIO
PP.OO. CTO / S. BARBARA
IGLESIAS
Dott. Carlo Murru

IL DIRETTORE
SANITARIO

IL RESP.LE DELL'UNITA' OPERATIVA
ASL n°7 P.O. S. Barbara
Cap. di Patologia Clinica
Primario: Dott. Ferdinando Coghe