

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

25 SET. 2003


Deliberazione n° 2091

adottata da Direttore Generale in data _____

Oggetto: *Finanziamento in C/Capitale anno 2002 - Delibera G.R. n° 16/11 del 21.05.2002.
Pubblico incanto - procedura aperta - per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la medicina cardiologica del P.O. S.Barbara.
Ratifica atti di gara. Aggiudicazione in favore di Ditte diverse.*

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:

- Viste** le Delibere:
- n° 465 del 06.03.2003 con la quale l'Azienda ha indetto la gara mediante pubblico incanto per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la medicina cardiologica del P.O. S.Barbara e contratto di manutenzione assicurativa quinquennale, approvando contestualmente il Capitolato di gara;
 - n° 1247 del 11.06.2003 con la quale l'Azienda ha riaperto i termini per le offerte;
- Atteso** che in applicazione del D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, è stata disposta la pubblicazione del bando di gara sulla GURI Parte Seconda n° 99 del 30.04.2003 e per estratto sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Nuova Sardegna e Gazzetta Aste e Appalti pubblici;
- Che** l'avviso di riapertura termini, di cui alla Delibera n° 1247 del 11.06.2003, è stato pubblicato sulla GURI Parte Seconda n° 147 del 27.06.2003 e per estratto sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Nuova Sardegna e Gazzetta Aste e Appalti pubblici;
- Visti** i verbali di gara in data 10.07.2003 – 04.08.2003 e 05.08.2003 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 53/2003 del 28.05.2003;
- Preso atto** che la Commissione ha proposto la seguente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 19 punto 1 b del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98:
*Lotto 1 – Ditta G.Spissu & C.
Lotto 2 – Ditta Medimar*
- Dato atto** che la proposta di aggiudicazione del lotto 2 a favore della Ditta Medimar, è stata proposta con riserva, in quanto in sede di valutazione, la commissione ha evidenziato che dalla documentazione tecnica presentata, non si evinceva chiaramente la fornitura dei sottoelencati Kit, parti integranti del sistema, rinviando all'Azienda, in caso di aggiudicazione, la verifica a conferma, della fornitura dei Kit medesimi, parti integranti del sistema, e quindi senza ulteriori oneri aggiuntivi:
- n° 2 Kit per malassorbimento al lattosio
 - n° 2 Kit per la presenza di infezione da Helicobacter pylori;
- Atteso** che il Servizio, al fine di definire l'aggiudicazione, con nota Prot.fax 1324 del 06.08.2003, ha invitato la Ditta Medimar a confermare la fornitura dei Kit sopra menzionati, quali parti integranti del sistema, e quindi senza ulteriori oneri per l'Azienda.



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

segue Deliberazione *2091* del 25 SET. 2003

- Vista** la nota di riscontro Prot. fax ASL 1476 del 05.09.2003 con la quale la Ditta Medimar ha confermato la fornitura dei Kit per malassorbimento al lattosio e dei Kit per la presenza di infezione da Helicobacter pylori parti integranti del sistema offerto;
- Visti** il Capitolato Speciale e il Capitolato Generale;
- Visto** il D.Lgs 358/92, così come modificato dal D.Lgs 402/98;
- Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di pubblicazione e in sede di gara;
- Precisato** che l'Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara a pubblico incanto per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la medicina cardiologica del P.O. S.Barbara e contratto di manutenzione assicurativa quinquennale, così come si evince dai verbali della Commissione di aggiudicazione, nonché sulla base della nota della Ditta Medimar Prot. ASL 1476 del 05.09.2003, parti integranti del presente atto;

Il Direttore Generale

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare gli allegati verbali in data 10.07.2003 – 04.08.2003 e 05.08.2003 della Commissione di aggiudicazione del pubblico incanto per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di *n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la medicina cardiologica del P.O. S.Barbara e contratto di manutenzione assicurativa quinquennale*, indetto con Delibera 465/2003;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione così come riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 1 pagine e parte integrante della presente delibera;
- ▶ di rinviare a successivo ed apposito atto l'eventuale affidamento relativo al contratto quinquennale del servizio di manutenzione full-risk post garanzia;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura e all'espletamento della trattativa privata plurima;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale, come segue:



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. N. 7
Carbonia

segue Deliberazione **2091** del **25 SET. 2003**

- 80% dell'importo della sola fornitura entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura stessa, purché l'invio della fattura sia successivo alla consegna della merce ordinata, previa verifica di rispondenza all'offerta ed al Capitolato e sua accettazione;
 - 10% entro trenta giorni dal collaudo positivo;
 - 10% a saldo entro trenta giorni dalla data di attestazione del Reparto utilizzatore di avvenuto avviamento ed istruzione del personale.
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 154.642,06** IVA vigente compresa sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale - *Finanziamento in C/Capitale anno 2002 di € 154.937,07 per la Medicina del PO S. Barbara, erogato con Determinazione n° 1857 del 04.10.2002;*
- ▶ di dare atto l'Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI/

SETT/ Barbieri/

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2091 del 25 SET, 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 SET, 2003 al 9 OTT, 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**

(*Dr.ssa Margherita Cannas*)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n°

Destinatari:

Bilancio

Revisori

Acquisti

Aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la Medicina cardiologica del PO S.Barbara.

Ditta G. Spissu		Prezzi unitari	Prezzi unitari c/sconto 3% art. 17 Capitolato Speciale	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa	
offerta n° 108 del 0905.2003								
Lotto 1								
a) Sistema per prove da sforzo Mod. Cese marca GE Medical Systems completo di: n° 1 Cieloergometro mod. VARIOBIKE 5500 e n° 1 Tappeto rotante mod. Serie 2000 TREADMILL	€	27.421,00	€	26.598,37	€	5.319,67	€	31.918,04
b) Sistema ergospirometrico mod. CPX-D marca Medical Graphics Corporation	€	41.358,00	€	40.117,26	€	8.023,45	€	48.140,71
c) Holler pressori mod. TOMOPORT V marca GE Medical Systems	€	1.610,00	€	1.561,70	€	624,68	€	3.748,08
d) Doppler vascolare portatile mod. V2000 marca Gima	€	955,00	€	926,35	€	185,27	€	1.111,62
						Totale lotto 1	€	84.918,46
Ditta Medimar		Prezzi unitari	Prezzi unitari c/sconto 3% art. 17 Capitolato Speciale	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa	
offerta 108 del 0905.2003								
Lotto 2								
Sistema per lo studio del malassorbimento HelifAplus Fanci 2 16 porte, con modulo idrogeno completo di Personal Computer di ultima generazione, stampante HP, monitor a colori con schermo piatto, n° 2 Kit per malassorbimento al lattosio e n° 2 Kit per la presenza di infezione da Helicobacter pylori								
€	59.900,00	€	58.103,00	1	€	11.620,60	€	69.723,60

La Commissione procede al controllo delle regolarità
formale nelle presentazioni dei pluri. Sono tutti conformi
e pertanto le ditte vengono ammesse.

La Commissione procede al controllo delle dichiarazioni
prestate.

Ditta Medical Graphics Italia, conforme si ammette. Offerta
in lotto 1.

Ditta HOSMAN, conforme si ammette. Offerta in lotto 2.

Ditta Nuova Sardo Medical, conforme si ammette. Offerta in lotto 2.

Ditta G. Spina & C., conforme si ammette. Offerta in lotto 1.

Ditta Technos, conforme si ammette e offerta in lotto 2.

La Commissione procederà in seduta privata alla valutazione
tecnica qualitative dei singoli apparecchi offerti e all'attribu-
zione del relativo punteggio.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono inserite in
una più grande che viene sigillata e controfirmata dal
presidente, dalla Commissione e dai Testi.

Alle ore 11.35 il presidente aggrega le buste in
date da destinare.

lotto, confermato e sottoscritto -

IL PRESIDENTE

[Signature]

LA COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

[Signature]
[Signature]

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7

CARBONIA (CA)

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la medicina cardiologica del P.O. S.Barbara. compreso contratto di manutenzione assicurativa quinquennale.*

Addì 04 del mese di agosto dell'anno 2003 alle ore 9,00, nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata la commissione di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, presieduta dal Dr. Sergio Pili e composta dal Dr. Enrico Spiga, dal Dr. Giuseppe Pes e Sig.ra Alessandra Ventura con funzioni di segretario, per la stesura definitiva del verbale dei lavori di valutazione tecnico qualitativa dei singoli prodotti offerti e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale, a seguito della precedente seduta privata di valutazione tenutasi in data 11.07.2003.

La Commissione ha proceduto all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti tenendo conto e confrontando la tecnologia e qualità costruttiva, la struttura portante, il carattere estetico e funzionale, nonché valutando le migliori rispetto alle caratteristiche indicate per ciascun prodotto.

Dopo attenta analisi, la commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 03 pagine e parte integrante del presente verbale. Nel prospetto sono stati indicati per ciascun lotto le ditte

Q. Venturo



offerenti, i modelli di apparecchiature proposti, la valutazione della commissione, nonché i punteggi qualità attribuiti sulla base dei parametri individuati all'art. 10 punto B del Capitolato Speciale e nello specifico:

B1 *Maggiore completezza della dotazione e qualità costruttiva, e di composizione dell'apparecchiatura offerta legata ad una completezza (maggior e miglior dotazione) degli apparecchi e degli accessori d'uso valutando le migliori rispetto alle caratteristiche base del presente Capitolato. Si terrà conto anche dell'anno di prima immissione in commercio* **23/60**

B2 *migliore soluzione tecnologica miglior funzionalità, maneggevolezza, migliori soluzioni di installazione e d'uso* **27/60**

B3 *miglior organizzazione aziendale e certificazione di qualità* **3/60**

B4 *miglior piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature* **4/60**

B5 *Certificazione Serie UNI EN ISO 9001:2000 delle Ditte manutentrici* **3/60**


Nell'esame di valutazione di qualità dei coefficienti di valutazione identificati nel Capitolato Speciale come B4 e B5 la commissione ha adottato i seguenti criteri:

Coefficiente B4: la commissione ha attribuito un punteggio che tiene conto delle caratteristiche di disponibilità, frequenza e completezza degli interventi in rapporto alle caratteristiche dell'apparecchio;

Coefficiente B5: alle Ditte eroganti la manutenzione, in possesso della Certificazione ISO 9001:2000, ha attribuito punti 3 e a quelle in possesso della Certificazione serie ISO 9000/94 da 1 a 3 in ragione del sistema di gestione di qualità posseduto.

Del presente verbale si darà lettura nella seduta pubblica della Commissione fissata per le ore 10,00 del giorno 05.08.2003.

Q. Venturo




Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE



LA COMMISSIONE



IL SEGRETARIO



Prospetto comparativo prodotti


Lotto 1	Sistema per prove da sforzo cardiopolmonari	Modello	Valutazione	B1- punti 23/60 (migliore e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità ISO 9000= 1 punto; ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Dille manutentiva)	Totale punti
Ditta G. Spiassu & C.	a) Sistema per prove da sforzo Mod. Case marca GE Medical Systems completo di: n° 1 cicloergometro mod. VARIOBIKE 5500 - n° 1 tappeto rotante mod. Serie 2000/TREADMILL b) Sistema ergospironometrico mod. CPX-D marca Medical Graphics Corporation c) n° 2 Holter-pressori mod. TONOPORT V marca GE Medical Systems d) n° 1 doppler vascolare portatile mod. V2000 marca Gima	Valutazione Conforme. pienamente rispondente alle caratteristiche indicate nel Capitolato.ottima la qualità costruttiva e tecnologia nonché la maneggevolezza e facilità di impiego. Funzionalmente più adatto all'uso per il quale è destinato in quanto consente di eseguire un esame più completo in un'unica seduta.	23	27	1	3	1	55	
Dille	a) Sistema per prove da sforzo: n° 1 cicloergometro mod. Lords Corival - n° 1 tappeto rotante mod. Trackmaster TMX425CP b) Sistema ergospironometrico: n° 1 Ergospironometro Cardio2CP Medgraphics - n° 2 Holter pressori mod. ABF Perfect Cardio Control - n° 1 doppler vascolare portatile mod. Multi Dopplex MD2 Materiale di consumo: Materiale di consumo: Boccaglio di gomma con raccogli saliva cod. 758301-001 Stringimaso cod. 536007-002 Pneumask (12 pz) piccola cod. 670009-001 Pneumask (24 pz) media cod. 670009-002 Pneumask (12 pz) grande cod. 670009-003 Pneumask assortite (24 pz.) cod. 670009-004 Coupler in silicone (4 pz) cod. 670010-003 Linea campionamento a secco cod. 7500020-001	Valutazione Conforme. Rispondente alle caratteristiche indicate nel Capitolato. Discreta la qualità costruttiva e tecnologia nonché la maneggevolezza e facilità di impiego. L'ergospironometro offerto utilizza materiale di consumo non monouso e pertanto non pienamente soddisfacente per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari.	20	20	2	2	1	45	

1

 1
 G. Venturo

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 2	Sistema per lo studio del malassorbimento	Modello	Valutazione	B1 - punti 23/60 (migliore e migliore dotazione e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità (ISO 9000= 1 punto; ISO 9001: 2008 vision = 3 punti))	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditte manifatturiere)	Totale punti
Ditta	Medimar	HelifAplus Fanci 2 16 porte	<p>Conforme. Semplice costruttività, presenta minimo ingombro. Non possiede pompe o sistemi motorizzati rumorosi. Di recente e moderna progettazione. E' corredata di Personal computer e software di ultima generazione. Necessita esclusivamente di alimentazione elettrica, non utilizza bombole di Elio e di CO2, né di compressore o aria compressa centralizzata. Offre modulo Gas-cromatografico per lo studio del malassorbimento e delle intolleranze alimentari. Non si evince chiaramente la presenza del kit per il malassorbimento al lattosio e per la presenza di infezione da Helicobacter pylori parte integrante del sistema. La commissione valuta il medesimo quale parte integrante del sistema offerto. In caso di aggiudicazione si dovrà chiederà preventiva conferma della configurazione valutata.</p>	18	18	1	2	0	39
	Nuova Sarda Medicali	Breath Mat Plus Materiale di consumo Kit ¹³ C Lattosio Kit Breath Quality UBT ¹³ C Urea	<p>Conforme. L'apparecchiatura rispetta le necessità operative del reparto. E' corredata di Personal computer e software non di ultima generazione (Windows 98 e PC desktop con processore Celeron 850 MHz). Nell'offerta viene indicato che l'apparecchiatura presenta la necessità di una bombola di Elio ed una di CO2, aria compressa in linea in bombola o relativo compressore, tutti dispositivi ordinatamente presenti in un laboratorio per analisi cliniche, ma non nel Reparto di Medicina a cui è destinato.</p>	12	14	2	1	3	32



2

Prospetto comparativo prodotti

Lotto 2	Sistema per lo studio del malassorbimento	Modello	Validazione	B1- punti 23/60 (migliore e qualità costruttiva)	B2 - punti 27/60 (migliore soluzione tecnologica e funzionalità)	B3 - punti 3/60 (miglior organizzazione aziendale e certificazione qualità ISO 9000= 1 punto; ISO 9001: 2000 vision = 3 punti)	B4 - punti 4/60 (miglior piano organizzativo per manutenzione ordinaria e straordinaria)	B5 - punti 3/60 (certificazione UNI EN ISO 9001:2000 Ditta manifatturiera)	Totale punti
	Technos	Breath Mat Plus cod. 072 3224 Materiale fornito in sconto merce n° 2 conf. ¹³ C Breath UBT - cod. 11-11-00 n° 2 conf. AB ¹³ C lattosio (conf. da 25 gr.) - cod. 13-13-00 n° 2 conf. pre dosate di lattosio in buste da 12,5 gr (dose per adulti)13-13-00	<p>Conforme. Stessa apparecchiatura offerta dalla Ditta Nuova Sarda Medicali ma con in più un modulo autonomo per la rilevazione dell'idrogeno espirato con il metodo Gas-cromatografico. Per quanto concerne le altre considerazioni tecniche si confermano le valutazioni fatte per la Ditta Nuova Sarda Medicali, nello specifico l'apparecchiatura rispetta le necessità operative del reparto. E' corredata di Personal computer e software non di ultima generazione (Windows 98 e PC desktop con processore Celeron 850 MHz). Nell'offerta viene indicato che l'apparecchiatura presenta la necessità di una bombola di Elio ed una di CO2, aria compressa in linea in bombola o relativo compressore, tutti dispositivi ordinariamente presenti in un laboratorio per analisi cliniche, ma non in un Reparto di Medicina. Offre modulo Gas-cromatografico per lo studio del malassorbimento e delle intolleranze alimentari.</p>	20	14	1	1	0	36
	Technos - Alternativa	HeifAplus Fanci 2 16 porte Materiale fornito in sconto merce n° 2 conf. Urea ¹³ C Breath test n° 2 conf. AB ¹³ C lattosio (conf. da 25 gr.) - cod. 13-13-00 n° 1 set da 50 buste in laminato riutilizzabili n° 2 conf. pre dosate di lattosio in buste da 12,5 gr (dose per adulti)13-13-00	<p>Conforme. Semplice costruttività, presenta minimo ingombro. Non possiede pompe o sistemi motorizzati rumorosi. Di recente e moderna progettazione. E' corredata di Personal computer e software di ultima generazione. Necessita esclusivamente di alimentazione elettrica, non utilizza bombole di Elio e di CO2, né di compressore o aria compressa centralizzata. Offre modulo Gas-cromatografico per lo studio del malassorbimento e delle intolleranze alimentari.</p>	18	18	1	1	0	38

[Handwritten signatures and notes]

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USC N° 7

CARBONIA

Oggetto: Verbale delle Commissioni di aggiudicazione pubblico
meantico per la fornitura e installazione etlavi in
mano di n°2 sistemi per prova ole sforzi cardiopol-
monari e n°1 sistema computerizzato per lo studio
del malassorbimento, per la Medicina Esaltologica
del P.O. S. Barbara, compreso servizio di manuten-
zione antauxiliaria quinquennale -

Adulti os del mese di agosto dell'anno 2003 alle ore 11.00 nelle
sede delle USC in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunite
in seduta pubblica la Commissione dell'appalto in oggetto,
presiedute dal Dr. Sergio Pili e composta dai Sign.

Dr. Enrico Spiga

Componente

Dr. Giuseppe Pes

Componente

Sign. Alessandra Venturo

segretario


per la continuazione dei lavori delle gare in oggetto.

Sono presenti il Sig. ^{Antonio} ~~Girolamo~~ Spina per la ditta

G. Spina e c., il Sig. Massimo Helio per la ditta

Techmos.

Si da lettura del verbale delle Commissioni in data
04.08.2003, concernente la valutazione tecnico



Viene incaricato di Direttore Generale per le attività elettive

IL PRESIDENTE

Milani

LA COMMISSIONE

Scarpa
Crippa

IL SEGRETARIO

Glenaucho Venturi

I TESTI

Scarpa *Scarpa*

Scarpa *Scarpa*

Scarpa *Scarpa*

Prospetto prezzi

Publico Incanto per la fornitura di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema per lo studio del malassorbimento

Lotto	Descrizione	G. Spissu & C.		Medical Graphics Italia		
1	Sistema per prove da sforzo cardiopolmonari	a) Sistema per prove da sforzo Mod. Case marca GE Medical Systems completo di: n° 1 cicloergometro mod. VARIOBIKE 5500 - n° 1 tappeto rotante mod. Serie 200 TREADMILL		a) Sistema per prove da sforzo: n° 1 cicloergometro mod. Lode Corival - n° 1 tappeto rotante mod. Trackmaster TMX425CP		
		b) Sistema ergospirometrico mod. CPX-D marca Medical Graphics Corporation		b) Sistema ergospirometrico: n° 1 Ergospirometro Cardio2CP Medgraphics -n° 2 Holter pressori mod. ABF Perfect Cardio Control - n° 1 doppler vascolare portatile mod. Multi Dopplex MD2		
		c) n° 2 Holter pressori mod. TONOPORT V marca GE Medical Systems				
		d) n° 1 doppler vascolare portatile mod. V2000 marca Gima				
		Prezzo	72.956,00	61.800,00		
		Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	18.240,00	19.000,00		
		Totale prezzo	91.194,00	80.800,00		
Punteggio qualità	55	45				
Punteggio prezzo	35,44	40				
Totale punteggio	90,44	85				
Lotto	Descrizione	Medimar	Nuova Sarda Medicali	Technos	Technos - Alternativa	
2	Sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento	HeliFAplus Fanci 2 16 porte	Breath Mat Plus	Breath Mat Plus cod. 072 3224	HeliFAplus Fanci 2 16 porte	
		Prezzo	59.900,00	52.102,00	61.000,00	59.400,00
		Prezzo contratto quinquennale di manutenzione	9.500,00	24.000,00	10.000,00	9.000,00
		Totale prezzo	69.400,00	76.102,00	71.000,00	68.400,00
		Punteggio qualità	39	32	36	38
		Punteggio prezzo	39,42	35,45	38,53	40
Totale punteggio	78,42	67,45	74,53	78		

Spissu
 G. Spissu
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA (CA)

Sede legale e Amministrativa
Via Dalmazia – Carbonia

**TRASMISSIONE FAX
URGENTE**

Prot. FAX 1324 del 6 AGO. 2003

Carbonia, 05/08/03

DA Azienda USL n° 7 - Carbonia

Fax 0781/6683224

A Spett.le Ditta Medimar

Fax 02/5390319 - 57410566

Oggetto: *Pubblico incanto per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di n° 1 sistema per prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la Medicina cardiologica del P.O. S.Barbara.*
Vs. Offerta del 28.05.2003.

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si comunica che la commissione di aggiudicazione ha proposto l'aggiudicazione provvisoria del lotto 2 a favore di Codesta Spett.le Ditta e più precisamente: **"n° 1 sistema HeliFANplus Fanci 2 16 porte"**.

Tale aggiudicazione è stata disposta con "riserva" in quanto, in sede di valutazione dell'offerta, la commissione ha evidenziato che dalla documentazione tecnica presentata, non si evinceva chiaramente la fornitura dei sottoelencati Kit, parti integranti del sistema:


- 2 Kit per malassorbimento al lattosio
- 2 Kit per la presenza di infezione da Helicobacter pylori;

Pertanto al fine di definire l'aggiudicazione, si chiede a Codesta Spett.le Ditta la conferma della fornitura dei Kit sopra menzionati, quali parti integranti del sistema, e quindi senza ulteriori oneri per l'Azienda.

Pregasi anticipare urgente riscontro a mezzo fax entro il **07.08.2003**.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

**Il Resp.le Servizio Acquisti
G. Agulli**




ADD/ A.Ventura
Ufficio gare
0781/6683500

DA :

Rot

MEDIMAR s.a.s.

via Serio, 16
20139 Milano
tel. +39 2 57410545
fax. +39 2 57410566



Spett.le
Azienda U.S.L. n° 7
Via Dalmazia -Carbonia

MILANO 4.09.03

Oggetto: Pubblico incanto per la fornitura ed installazione "chiavi in mano" di n°1 sistema per le prove da sforzo cardiopolmonari e n° 1 sistema computerizzato per lo studio del malassorbimento, per la Medicina cardiologica del P.O. S. Barbara.
Ns. offerta del 28/05/03

Come da voi richiesto nella lettera del 6/08/03, vi confermiamo che i 2 kit per malassorbimento al lattosio e i 2 Kit per la presenza di infezione da Helicobacter pylori sono stati offerti integrati nel sistema.

Cordiali saluti,

F. Torelli
(Amministratore unico)

Documento di tipo posto di
n° 15 pagina jogel

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1091 DEL 25 SET. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

