



adottata dal Direttore Generale in data 29 LUG. 2011

Oggetto: *Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO. GARA N° 2737085. Aggiudicazione in favore Ditte diverse.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la Delibera n° 284 del 30.05.2011, con la quale l'Azienda ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO, approvando contestualmente il Capitolato Speciale;

Atteso che:

- in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con Racc. Prot. 13375 del 08.06.2011 alle sotto elencate ditte, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte del giorno 06.07.2011:
Manta (GE) – Maquet Italia (Cinisello Balsamo – MI) – Medical (SS) – Olympus (Segrate - MI) – Prodifarm (CA) – Sanifarm (CA) – Sordina (PD) – Terapon (CA) – Trumf Med Italia (PD) – Lumenis (Formello – RM);
- tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito aziendale nella sezione Bandi e gare, al fine di consentire la più ampia partecipazione;
- entro il termine stabilito sono pervenute i plichi delle sotto elencate Ditte:.

<i>Trumf Med Italia</i>	<i>Prot. 15601</i>	<i>del 04.07.2011</i>
<i>Sordina Spa</i>	<i>Prot. 15760</i>	<i>del 05.07.2011</i>
<i>Maquet Italia Spa</i>	<i>Prot. 15785</i>	<i>del 05.07.2011</i>
<i>Terapon srl</i>	<i>Prot. 15898</i>	<i>del 05.07.2011</i>
<i>Cardiomed srl</i>	<i>Prot. 15964</i>	<i>del 06.07.2011</i>
<i>Sanifarm</i>	<i>Prot. 15937</i>	<i>del 06.07.2011</i>
<i>Medical Spa</i>	<i>Prot. 15957</i>	<i>del 06.07.2011</i>
- che la Ditta Manta nota Prot. 15614 del 04.07.2011, ha motivatamente declinato l'invito;

Visti i verbali di gara in data 11.07.2011 e 18.07.2011 della Commissione di aggiudicazione nominata con Disposizione amministrativa n° 45 del 07.07.2011;

Preso atto che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore delle offerte economicamente più vantaggiose;

Visto il Capitolato Speciale di gara;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

Atteso che Azienda, tenuto conto della disponibilità finanziaria e sentito il Resp.le dell'UO di ORL, ritiene di dover procedere all'affidamento parziale di quanto oggetto del lotto 1 (fornitura in noleggio di n° 1 Laser a CO2, secondo quanto dispone l'art. 1 del Capitolato Speciale;

Evidenziato che con nota fax Prot. PG/2011/17596 del 27.07.2011, la Ditta Cardiomed, affidataria provvisoria del lotto 1, è stata invitata a rimodulare la propria offerta sulla base dei nuovi quantitativi;

Vista la nota di riscontro del 27.07.2011, gli atti del Servizio, con la quale la ditta Cardiomed rimodula la propria offerta;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione **SSO** del **29 LUG. 2011**

Vista inoltre, la nota in data 27.07.2011 della Ditta Sanifarm, unica offerente per i lotti 3 e 4, con la quale propone uno sconto pari al 5% da applicare sui prezzi di vendita esposti in offerta;

Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura *fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO*, così come si evince dai verbali della Commissione di aggiudicazione, allegati al presente atto per costituirne parte integrante, nonché come da note integrative della Ditta Cardiomed e della Ditta Sanifarm;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'Istruttoria del Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- ▶ di ratificare gli allegati verbali in data 11.07.2011 e 18.07.2011 della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura *di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO*, autorizzata con Delibera n° 284 del 30.05.2011;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione così come riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 3 pagine e parte integranti della presente delibera;
- ▶ di rinviare a successivo ed apposito atto l'eventuale affidamento relativo al contratto quinquennale del servizio di manutenzione full-risk post garanzia per i lotti 2, 3 e 4;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere all'emissione di regolare fattura di addebito a carico della *Ditta Trumpf Med Italia* per la somma di € 1.000,00 + IVA 20% per la permuta del *Tavolo operatorio marca OPT modello 70*;
- ▶ di procedere alla cancellazione dal libro dell'inventario della succitata apparecchiatura/attrezzatura;
- ▶ di disporre che la somma di € 1.200,00, relativa alla permuta, sia utilizzata per l'acquisizione del Tavolo operatorio di cui al Lotto 2, oggetto del presente atto;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione **550** del **29 LUG. 2011**

► di imputare la spesa complessiva di € 191.881,95 + IVA 20% pari a € **229.966,98 IVA inclusa**, sul piano dei conti aziendale – codice centro 10531501 Otorinolaringoiatria P.O. C.T.O. – come segue:

€ 147.414,00 classe di costo 0508020105 "canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" del piano dei conti aziendale bilanci 2011/2012/2013/2014/2015/2016;


€ 82.552,98 classe di costo 0102020401 di cui:

- € 81.352,20 sul Bilancio corrente
- € 1.200,00 sulla somma di pari importo, relativa alla permuta del tavolo operatorio sopra citato;

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Roddis

Ufficio gare/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Catamida

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Frailis

Prospetto aggiudicazione

Ditta Cardiomed srl (offerta n° 107/11 GM/af del 05.07.2011 e offerta n° 21/11 del 27.07.2011)
 Via Palestina, 84 _ 09129 Cagliari - Tel 070 401299 - Fax 070.400181
 PI 01709600926

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 1- CIG [2679161199]					
Fornitura in noleggio di quanto segue:					
Luminis - ACUPULSE CO2 LASER 40ST Laser a CO2 con sistema di automazione SurgiTouch 40W+manipolo per chirurgia mano libera cod. GA0000180 +AA0732600	€	74.452,00	74.452,00 €	14.890,40 €	89.342,40 €
Luminis - ACUBLADE Sistema di microchirurgia robotica lase assistita cod. KT 1042800	€	27.275,00	27.275,00 €	5.455,00 €	32.730,00 €
BUFFALO - WHISPER TURBO SMOKE EVACUATOR aspiratore di fumi cod. 3303-0257	€	2.818,00	2.818,00 €	563,60 €	3.381,60 €
BUFFALO - Kit filtri per aspiratore di fumi cod. 0641-865-01	€	130,00	130,00 €	26,00 €	156,00 €
Totale costo apparecchiature:	€	104.675,00	104.675,00 €	20.909,00 €	125.454,00 €
Servizio Assistenza tecnica e manutenzione FULL RISK comprensivo di parti di ricambio	€	11.500,00	11.500,00 €	2.300,00 €	13.800,00 €
Totale	€	116.175,00	116.175,00 €	23.209,00 €	139.254,00 €
Oneri di dilazione per cinque anni di durata contrattuale	€	6.800,00	6.800,00 €	1.360,00 €	8.160,00 €
Totale noleggio:	€	122.975,00	122.975,00 €	24.569,00 €	147.414,00 €
Costo riscatto finale:	€	500,00	500,00 €	100,00 €	600,00 €

Prospetto aggiudicazione

Ditta Trumpf Med Italia srl (offerta n° 2011/256 del 28.07.2011)
Via Cesare Battisti, 31/C _ 35010 Limena (PD) - Tel.049.8843800 - Fax 049.8841124
PI 01498810280

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 2 - CIG [2679192B2B]					
Tavolo operatore TRUSYSTEM 7500 con piano U24, così composto:					
Colonna mobile a pavimento TRUSYSTEM 7500 cod. 1454298	€ 23.952,00	1	€ 23.952,00	€ 4.790,40	€ 28.742,40
Telecomando IR TRUSYSTEM 7500 cod. 1451201	€ 782,00	1	€ 782,00	€ 156,40	€ 938,40
Unità carica batteria mobile TS7500 cod. 1557243	€ 93,00	1	€ 93,00	€ 18,60	€ 111,60
Piano operatore U24 cod. 1493678	€ 13.301,00	1	€ 13.301,00	€ 2.660,20	€ 15.961,20
Sezione gambe in 2 parti, divaricabili cod. 1481482	€ 2.490,00	1	€ 2.490,00	€ 498,00	€ 2.988,00
Sezione testia doppio snodo cod. 1511434	€ 754,00	1	€ 754,00	€ 150,80	€ 904,80
Sezione schiena superiore cod. 1424811	€ 1.359,00	1	€ 1.359,00	€ 271,80	€ 1.630,80
(Carrello) SHUTTLE 2.6 360 cod. 1418349	€ 6.470,00	1	€ 6.470,00	€ 1.294,00	€ 7.764,00
Reggitello angolare, estensibile cod. 4544710	€ 223,00	1	€ 223,00	€ 44,60	€ 267,60
Fermopols con morsetto cod. 4544705	€ 133,00	2	€ 266,00	€ 53,20	€ 319,20
Reggibraccio "ONE HAND REISON" con fascia cod. RE10380	€ 533,00	2	€ 1.066,00	€ 213,20	€ 1.279,20
Cuscino per reggibraccio concavo cod. RE10382	€ 115,00	2	€ 230,00	€ 46,00	€ 276,00
Paio di fermagambe per sezione gambe divaricabile cod. RE10468	€ 320,00	1	€ 320,00	€ 64,00	€ 384,00
Fascia addominale/fermacorpo cod. 4544706	€ 224,00	1	€ 224,00	€ 44,80	€ 268,80
Tavoletta appoggia piedi cod. 4544421	€ 509,00	1	€ 509,00	€ 101,80	€ 610,80
Tavolino porta strumenti cod. 1218867	€ 496,00	1	€ 496,00	€ 99,20	€ 595,20
Supporto laterale universale regolabile in altezza cod. 1302598	€ 309,00	1	€ 309,00	€ 61,80	€ 370,80
Coppia reggispolle cod. 4544726	€ 681,00	1	€ 681,00	€ 136,20	€ 817,20
Morsetto radiale universale cod. 4544700	€ 155,00	2	€ 310,00	€ 62,00	€ 372,00
Carrello con ganci cod. 1218503	€ 330,00	1	€ 330,00	€ 66,00	€ 396,00
Barra porta accessori cod. 4544725	€ 196,00	1	€ 196,00	€ 39,20	€ 235,20
Cestello in filo di ferro 1/2 in acciaio inox cod. 1215712	€ 100,00	2	€ 200,00	€ 40,00	€ 240,00
Totale			€ 54.561,00	€ 10.407,80	€ 62.446,80
Permuta Tavolo operatorio marca OPT modello 70, comprensiva di disinquinazione e smaltimento in base alla normativa vigente.			€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.200,00

Prospetto aggiudicazione

Ditta Sanifarm (offerta n° 185/11/DP/vm del 05.07.2011 e n° 186/11/DP/vm del 27.07.2011)
 Viale Monastir, 126A - 09122 Cagliari - Tel 070.288350 - Fax 070282339
 PI 00288550924

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 3 - CIG [2679288A64]					
A. Otorinolaringoscopia Storz cod. 8666DN	€ 4.199,00	1	€ 4.199,00	€ 839,80	€ 5.038,80
B. Laringoscopia Storz cod. 8666 AN	€ 4.199,00	1	€ 4.199,00	€ 839,80	€ 5.038,80
C. Laringoscopia Storz cod. 8661 CN	€ 1.126,70	1	€ 1.126,70	€ 225,34	€ 1.352,04
D. Laringoscopia Storz cod. 8661 DN	€ 1.126,70	1	€ 1.126,70	€ 225,34	€ 1.352,04
E. Laringoscopia Storz cod. 8587 A	€ 819,85	1	€ 819,85	€ 163,97	€ 983,82
F. Pinza luminosa per illuminazione prossimale Storz cod. 497AC	€ 465,50	1	€ 465,50	€ 93,10	€ 558,60
Totale			€ 11.936,75	€ 2.387,35	€ 14.324,10
Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
Lotto 4 - CIG [26793616A3]					
A. Tavolino di supporto Storz cod. 8575 L	€ 1.537,10	1	€ 1.537,10	€ 307,42	€ 1.844,52
B. Sospensione toracica, modello Göttingen - Storz cod. 8574 KT	€ 872,10	1	€ 872,10	€ 174,42	€ 1.046,52
Totale Lotto 4			€ 2.409,20	€ 481,84	€ 2.891,04
Totale fornitura			€ 14.345,95	€ 3.351,03	€ 20.106,18

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 550 del 29 LUG. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 1 AGO. 2011 al 16 AGO. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'UFFICIO AFFARI GENERALI' and 'AZIENDA USL N. 7' around its perimeter. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio



Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO. GARA N° 2737085.*

Addì 11 del mese di luglio dell'anno 2011 alle ore 8.50, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta pubblica previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 45 del 07.07.2011, presieduta dalla Dr. ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr. Francesco Achena	Componente
Dr. Giuseppe Lai	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario verbalizzante

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura di *apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO*, disposta mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario), in esecuzione della delibera n° 284 del 30.05.2011.

Premesso:

- che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con RR Prot. 13375 del 08.06.2011 alle seguenti ditte: *Manta (GE) – Maquet Italia (Cinisello Balsamo – MI) – Medical (SS) – Olympus (Segrate - MI) – Prodifarm (CA) – Sanifarm (CA) – Sordina (PD) – Terapon (CA) – Trumf Med Italia (PD) – Lumenis (Formello – RM)*, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 06.07.2011;
- che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito aziendale nella sezione Bandi e gare, al fine di consentire la più ampia partecipazione;
- che entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sotto elencate Ditte:

Trumf Med Italia	Prot. 15601	del 04.07.2011
Sordina Spa	Prot. 15760	del 05.07.2011
Maquete Italia Spa	Prot. 15785	del 05.07.2011
Terapon srl	Prot. 15898	del 05.07.2011
Cardiomed srl	Prot. 15964	del 06.07.2011
Sanifarm	Prot. 15937	del 06.07.2011
Medical Spa	Prot. 15957	del 06.07.2011
- che la Ditta Manta nota Prot. 15614 del 04.07.2011, ha motivatamente declinato l'invito;
- che le Ditte concorrenti sono state convocate a mezzo nota fax Prot. 16014 del 07.07.2011.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

P. Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Sono presenti i sigg.: Gorini Giannetto per la Ditta Sanifarm, Lorenzo Canu per la Ditta Medical, Mulliri Vanda per la Ditta Trumf Med Italia, Massimo Melis per la Ditta Sordina. La Commissione procede al controllo della regolarità formale nella presentazione dei plichi così come disciplinato dagli artt. 8 e 9 del Capitolato Generale.

I plichi sono regolari e pertanto tutte le Ditte sono ammesse alle fasi successive di gara. La Commissione procede al controllo della documentazione prodotta nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale nonché dell'art. 4 del Capitolato Generale:

Ditta Trumf Med Italia

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta è ammessa alle fasi successive di gara. Offre il lotto 2 .

Ditta Sordina

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta è ammessa alle fasi successive di gara. Offre il lotto 2.

Ditta Maquete Italia

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta è ammessa alle fasi successive di gara. Offre il lotto 2 .

Ditta Terapon

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta è ammessa alle fasi successive di gara. Offre il lotto 2.

Ditta Cardiomed

Massimo Melis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta è ammessa alle fasi successive di gara. Offre il lotto 1.

Ditta Sanifarm

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta è ammessa alle fasi successive di gara. Offre i lotti 3 e 4 .

Ditta Medical

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta è ammessa alle fasi successive di gara. Offre il lotto 1.

La Commissione procederà in seduta privata alla valutazione della documentazione inserita nella busta "B – offerta tecnica" e all'attribuzione del relativo punteggio, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale.

Le buste contenenti le offerte economiche" vengono inserite in un plico separato più grande che è sigillata e controfirmata dal Presidente, dalla Commissione e dai testi.

Alle ore 9,35 il Presidente aggiorna la seduta in data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

I testi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Oggetto: Verbale n° 2 della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO. GARA N° 2737085.

Addi 11 del mese di luglio dell'anno 2011 alle ore 9.50, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata la Commissione di aggiudicazione della gara in oggetto presieduta dalla Dr. ssa Agnese Foddis e composta dal Dr. Francesco Achena, dal Dr. Giuseppe Lai e dalla Sig.ra Alessandra Ventura con funzioni di segretario verbalizzante per procedere alla valutazione tecnico qualitativa delle offerte ammesse e per l'attribuzione del relativo punteggio così come previsto all'art. 9 del Capitolato speciale di gara, e nello specifico:

Punti disponibili 50/50 così ripartiti:

Lotto 1 – Laser CO₂

ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – CORPO PRINCIPALE <ul style="list-style-type: none">▪ Disposizione spaziale dell'energia all'interno dello spot laser▪ Regolazione della potenza▪ Disponibilità dei modi di funzionamento richiesti (continuo, pulsato, super pulsato)▪ Possibilità di utilizzo (continuo, impulso singolo, impulso ripetuto)	20
2	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – COMPUTER E SOFTWARE <ul style="list-style-type: none">▪ Computer integrato e software per la gestione delle procedure cliniche	5
3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – ACCESSORI <ul style="list-style-type: none">▪ Micromanipolatore▪ Manipolo per chirurgia a mano libera▪ Manipolo per la chirurgia delle roncopatie, turbinati e tonsille▪ Set sonde nasali▪ Sistema per la chirurgia robotica▪ Aspiratore di fumi▪ Poltrona con poggiamano	16
4	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	4
5	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

F. Achena



Lotto 2 – Tavolo operatorio

ID	Parametri oggetto di valutazione		Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – CORPO PRINCIPALE	COLONNA <ul style="list-style-type: none">▪ Materiali utilizzati▪ Base▪ Accumulatori interni e sistema di carica▪ Tastiera a membrana e display▪ Protezione elementi interni▪ Movimentazioni piano operatorio	15
		PIANO OPERATORIO <ul style="list-style-type: none">▪ Sezioni modulabili e articolabili (testa, gambe, schiena)▪ Materassini antistatici e radiotrasparenti▪ Dotazione di guide porta accessori▪ Altezza massima / minima dal pavimento	15
		CARRELLO	5
		TELECOMANDO	2
3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none">▪ Reggitelo angolare▪ Fermapolso▪ Coppia reggi braccio▪ Cinghia ferma gambe▪ Cinghia ferma torace/addome▪ Pedana appoggiapiedi▪ Tavolino portastrumenti▪ Sostegno laterale▪ Reggispalle regolabili▪ Morsetti a snodo radiale▪ Carrello porta accessori	4
4	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO		4
5	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA		5
Totale punteggio massimo qualitativo			50



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Lotto 3 – Orofaringoscopia – Laringoscopi – Pinza

A. Orofaringoscopia		
ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE	25
2	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	20
3	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

B. Laringoscopia		
ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE	25
2	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	20
3	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

C. Laringoscopia		
ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE	25
2	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	20
3	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

D. Laringoscopia		
ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE	25
2	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	20
3	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

3
P. V. S.
Di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

E. Laringoscopio		
ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE	25
2	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	20
3	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

F. Pinza luminosa		
ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE	25
2	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	20
3	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

Lotto 4 – Tavolino di supporto

ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE	25
2	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	20
3	MIGLIOR PIANO E PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
Totale punteggio massimo qualitativo		50

La Commissione ha operato sulla base dell'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti dai partecipanti ammessi. L'attività della commissione si è sviluppata, inizialmente, per tramite di un'indagine conoscitiva volta ad acquisire informazioni sulla tecnologia, sulla funzionalità, e sulla dotazione dei prodotti offerti, nonché sul miglior piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Una volta completata la fase conoscitiva la Commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 10 pagine e parti integranti del presente verbale.

4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Per i lotti in cui è risultata una sola offerta valida la Commissione ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio qualità, essendo venuta meno l'esigenza di confronto con le altre proposte. In tali casi la validità dell'offerta è da intendersi estesa, oltre che alla conformità delle specifiche tecniche, all'idoneità del piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nella valutazione del piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria la commissione ha tenuto conto delle caratteristiche di disponibilità, frequenza e completezza degli interventi in rapporto alle caratteristiche dell'apparecchio.

Nel prospetto comparativo sono stati indicati le ditte offerenti, i modelli delle apparecchiature e/o attrezzature proposte, la valutazione della commissione, nonché i punteggi qualità attribuiti sulla base dei parametri sopra citati, a ciascuno dei quali la Commissione ha attribuito un giudizio come sotto descritto:

Giudizio	Peso del punteggio previsto per ogni parametro
Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,65
Sufficiente	0,50
Insufficiente	0,00

Il giudizio attribuito ad ogni singolo parametro è stato convertito in un punteggio applicando il peso corrispondente al punteggio massimo precedentemente indicato:

$$pq = \text{peso} \times pMq$$

in cui:

pq	Corrisponde al punteggio da attribuire al singolo parametro
peso	Corrisponde al peso del giudizio attribuito al singolo parametro
pMq	Corrisponde al Punteggio Massimo Qualitativo attribuibile al singolo parametro

Del presente verbale si darà lettura nella seduta pubblica della Commissione fissata per le ore 9,00 del giorno 18.07.2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Lotto 1- N° 1 Laser a CO2 -CIG [2679161199]	Q.tà	Ditta Cardiomed	Ditta Medical
Caratteristiche Indicate in Capitolato			
<p>Laser a CO2</p> <p>CARATTERISTICHE:</p> <p>Sorgente sigillata</p> <p>Disposizione spaziale dell'energia all'interno dello spot laser (TEM00)</p> <p>Potenza regolabile compresa tra 1 W - 40 W o superiore</p> <p>Disponibilità dei seguenti modi di funzionamento:</p> <p>Modo <u>continuo</u> potenza regolabile da 1 a 40 W</p> <p>Modo <u>pulsato</u> potenza regolabile in continuità (potenza media ≥ 35 W)</p> <p>Modo <u>super pulsato</u> potenza di picco ≥ 350 W - potenza media regolabile tra 0.5 W - 15 W</p> <p>Ciascun modo di funzionamento di cui sopra deve offrire la possibilità di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - continuo - impulso singolo (regolabile nella durata) - impulso ripetuto (regolabile nella durata e nella pausa tra un impulso e il successivo) <p>al fine di ottenere un totale di 9 modalità operative</p> <p>Lo strumento, deve essere completo di:</p> <p>Micromanipolatore abbinabile al microscopio operatorio in dotazione alla U.O. O.R.L. (ZEISS OPMI SENSERA S17), con focalizzazione variabile tra 200 e 400mm per la chirurgia otologica e laringea</p> <p>La gestione deve essere computerizzata e robotizzata, e deve consentire di ottenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un diametro di spot di 0,16 a focale 200mm - un diametro di spot di 0,24 a focale 350 - un diametro di spot di 0,27 mm a focale 400mm - la defocalizzazione a step preselezionabili con diametro di spot fissi <p>Manipolo per chirurgia a mano libera da 125 mm con specchi angolari a 90° e a 120° per consentire la chirurgia a mano libera anche in cavità difficilmente raggiungibili con visione diretta.</p> <p>Manipolo per la chirurgia delle roncopatie, dei turbinati e delle tonsille con focalizzazione del raggio laser ad almeno 230 mm.</p> <p>Il manipolo orofaringeo deve essere dotato di un dispositivo di defocalizzazione incorporato atto a consentire la defocalizzazione del raggio laser in caso di necessità quando si lavora utilizzando il "back stop" per l'arcata palatina.</p> <p>Il manipolo deve essere composto da un distanziatore a doppia camicia (una per l'evacuazione dei fumi e l'altra per il passaggio del raggio laser).</p> <p>Il manipolo per la chirurgia orofaringea deve essere compatibile al dispositivo di scansione computerizzato dello strumento.</p> <p>Set di sonde nasali con guida d'onda flessibile, con emissioni laser laterali, con e senza canale per l'aspirazione dei fumi.</p>	1	<p>Lumenis - ACUPULSE CO2 LASER 40ST COD. GA0000180+AA0732600 COMPLETO DI ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO</p>	<p>MCO 50 PLUS</p>
		Si	Si
		Si pienamente rispondente alla richiesta	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si
		Si	Si

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Descrizione	Q.tà	Ditta Cardiomed	Ditta Medical
Computer integrato nel corpo dell'apparecchiatura, in grado di richiamare le varie procedure chirurgiche ed una volta scelta quella che interessa in grado di mettersi nelle condizioni operative ottimali per quella procedura, suggerendo tipo di onda, potenza, distanza di lavoro etc... permettendo comunque eventuali modifiche da parte dell'operatore sanitario		Si	Si
Sistema per chirurgia robotica con possibilità di effettuare con impulso singolo incisioni predefinite, uniformi e precise (variabili da 0,3 a 5 mm circa) in profondità (da 0,2 a 2 mm circa con danno termico inferiore a 50 micron) e forme (lineari, curve, circolari), inclusa la possibilità di eseguire foro platinare con "single shot" per la chirurgia dell'otosclerosi		Si	Si
Aspiratore di fumi laser, capace di trattenere particelle fino a 0,12 micron di diametro		Si	Si
Poltrona con poggiamano adatta per l'utilizzo con il mouse per il comando dello spot laser		Si	Si

Handwritten signature

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Lotto 1- N° 1 Laser a CO2 -CIG [2679161199]

Valutazione

Entrambe le ditte propongono Laser a CO2 rispondenti alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale di gara. I prodotti offerti sono nel complesso sovrapponibili per caratteristiche tecniche: il laser offerto dalla Ditta Cardiomed risponde pienamente alla caratteristica TE00 richiesta, inoltre si presenta più compatto ed ergonomico rispetto al prodotto della Ditta concorrente.

Il piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria proposto dalla Ditta Medical garantisce il centro di assistenza in Sardegna e tempi di intervento più rapidi.

Ditta Cardiomed

Anno immissione sul mercato: 1998

PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE:

n° 1 interventi programmati anno

n° 1 controlli sicurezza anno

Inizio intervento: entro 24 h dalla chiamata (3gg)

Risoluzione guasto: entro 40 h lavorative

Ditta erogante l'assistenza: Lumenis (Formello - RM)

Centro assistenza: Lumenis (Formello - RM)

Ditta Medical

Anno immissione sul mercato: 2003

PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE:

n° 1 interventi programmati anno

n° 1 controlli sicurezza anno

Inizio intervento: entro 2 h dalla chiamata

Risoluzione guasto: entro 48 h lavorative

Ditta erogante l'assistenza: Medical (Sestu - CA)

Centro assistenza: Medical (Sestu - CA)

Attribuzione punteggio

ID	Parametri oggetto di valutazione	50/100	Ditta Cardiomed			Ditta Medical		
			Giudizio	Peso	pq (pq=peso*PM q)	Giudizio	Peso	pq (pq=peso*PM q)
1	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – CORPO PRINCIPALE Disposizione spaziale dell'energia all'interno dello spot laser Regolazione della potenza Disponibilità dei modi di funzionamento richiesti (continuo, pulsato, super pulsato) Possibilità di utilizzo (continuo, impulso singolo, impulso ripetuto)	20	Ottimo	1	20,00	Distinto	0,8	16,00
2	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – COMPUTER E SOFTWARE Computer integrato e software per la gestione delle procedure cliniche	5	Ottimo	1	5,00	Ottimo	1	5,00
3	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE – ACCESSORI Micromanipolatore Manipolo per chirurgia a mano libera Manipolo per la chirurgia delle roncopatie, turbinati e tonsille Set sonde nasali Sistema per la chirurgia robotica Aspiratore di fumi Poltrona con poggiamano	16	Distinto	0,8	12,80	Distinto	0,8	12,80
3	ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	4	Ottimo	1	4,00	Distinto	0,8	3,20
4	Miglior piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria	5	Distinto	0,8	4,00	Ottimo	1	5,00
Totale punteggio qualità:					45,80			42,00

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Lotto 2 - N° 1 Tavolo operatorio per ORL - CIG [2679192B2B]	Ditta Trumpf Med Italia	Ditta Sordina	Ditta Maquet	Ditta Terapon
Caratteristiche indicate in Capitolato	Q.tà			
Tavolo operatorio adatto per la chirurgia ORL e maxillo - facciale, così composto.	Mod. TRUSYSTEM 7500 Piano U24 Carrello	Mod. MTSYSTEM altissimo con base MT TB Piano MT8 Carrello MT TL	Mod. Alfamaquet 1150 Colonna 1150.01C2 Piano 1150.3000 Carrello 1146.61A0	Mod. OPT 770C
1 - colonna a pavimento con pulsantiera integrata per la movimentazione del piano e della colonna.	SI	SI	SI	SI
2 - piano operatorio modulare universale trasferibile.	SI	SI	SI	SI
3 - carrello per aggancio e movimentazione piano trasferibile.	SI	SI	SI	SI
4 - telecomando con sistema wireless per la movimentazione del piano e della colonna	SI	SI	SI	SI
1 - COLONNA	cod. 1454298	MT TB	Colonna 1150.01C2	
Colonna a pavimento	SI	SI	OK	SI
realizzata con trattamento del materiale che ne consenta una maggior resistenza agli agenti ossidanti.	SI	SI	SI	SI
dotata di una base piatta in acciaio inox trasportabile mediante carrello per trasporto piani.	SI	SI	SI	SI
dotata di accumulatori e sistema di ricarica in grado di garantire una elevata autonomia del sistema (la ditta offre specifiche l'autonomia massima con funzionamento a batteria) con possibilità di utilizzo del sistema contemporaneamente alla ricarica delle batterie.	SI	SI	OK	SI
dotata di tastiera a membrana per il comando dei movimenti della colonna e del piano.	SI	SI	OK	SI
dotata di pulsante di sicurezza per il blocco automatico delle movimentazioni.	SI	SI	OK	SI
dotata di display per la visualizzazione di allarmi e/o messaggi (es. lo stato di carica degli accumulatori, le movimentazioni eseguite, anomalie o malfunzionamenti del sistema)	SI	SI	OK	SI
completa di sistema per la protezione dei componenti interni.	OK	SI	OK	SI
La colonna deve permettere le seguenti movimentazioni del piano operatorio	trendelenburg / antitrendelenburg ± 45° - inclinazione bilaterale (III) ± 30°	trendelenburg / antitrendelenburg : 40° inclinazione bilaterale (III) ± 25°	trendelenburg / antitrendelenburg : 40° inclinazione bilaterale (III) ± 25°	trendelenburg / antitrendelenburg : 20° inclinazione bilaterale (III) ± 15°

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Lotto 2 - N° 1 Tavolo operatorio per ORL - CIG [2679192B2B]	Q.tà	Ditta Trumpf Med Italia	Ditta Sordina	Ditta Maquet	Ditta Terapon
Caratteristiche indicate in Capitolato					
2 - PIANO OPERATORIO	U24	MT8	cod 1150 30D0 + 1150 31D0		
Piano operatorio multidisciplinare così composto: - materassi antistatici radiotrasparenti, antidecubito e latex free.	SI	SI	ok		SI
sezioni modulari e articolabili per il raggiungimento di un ottimale posizionamento del paziente negli interventi chirurgici di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo-facciale.	SI	SI	ok		SI
tutte le sezioni devono essere asportabili e intercambiabili con sistema di aggancio unico	SI	SI	ok	totalmente radiotrasparente	SI
dotato di sezione teste inclinabile con possibilità di doppia regolazione (la ditta offerente indichi inclinazione rispetto al piano orizzontale ± x°).	SI	SI	cod 1150 53D0		SI
dotato di sezione gambe singola asportabile inclinabile elettricamente (la ditta offerente indichi inclinazione rispetto al piano orizzontale: ± x°);	±	± 77°	ok ± 45°		+55° / -50°
dotato di sezione schiena inclinabile con movimentazione elettrica (la ditta offerente indichi inclinazione rispetto al piano orizzontale: ± x°);	SI	SI	cod 1150 69BC	regolazione ± 90°	SI
traslazione longitudinale eseguibila elettricamente con piano operatorio in qualsiasi posizione (trendelenburg / antitrendelenburg, tilt laterale e combinata). La ditta offerente indichi la lunghezza massima di escursione in mm	SI	SI	20°/70° (schienale inferiore) 60° / -30° (schienale superiore)	ok +90° / -50°	SI
	SI	SI	ok	max 320 mm	non si evince

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Sotto 2 - N° 1 Tavolo operatorio per ORL - CIG (2679192B2B)	Caratteristiche indicate in Capitolato	Ditta Trumpf	Ditta Sorlina	Ditta Maquet	Ditta Terapon
Caratteristiche indicate in Capitolato	Q.tà				
dotato di funzione di allineamento automatico del piano tramite unico pulsante/comando (zero automatico);	SI	SI	SI	SI	SI
Il piano operatorio deve essere costruito in materiale radiotrasparente	SI	SI	SI	SI	SI
I cuscinetti devono essere costituiti in materiale anisotropico facilmente asportabili per agevolare le operazioni di pulizia (la ditta offerente specifichi i prodotti utilizzabili per la pulizia e la disinfezione).	SI	SI	SI	SI	SI
Il piano operatorio deve essere dotato di barre laterali (guide porta accessori) lungo tutto il perimetro per l'aggancio di componenti aggiuntivi.	SI	SI	SI	SI	SI
3 - CARRELLO					
Carrello dotato di ruote piroettanti per il trasporto del piano operatorio e dell'intero sistema piano + colonna	SHUTTLE 2.6 360	Carrello MT TL	Carrello 1146.61A0	carrellino per spostamento tavolo	
Deve essere possibile il trasporto del piano operatorio nelle posizioni trendelenburg/antitrendelenburg (specificare inclinazione ± x°)	SI	SI	SI	SI	SI
La ditta offerente specifichi se esiste la possibilità di fornire il carrello per l'aggancio del piano operatorio in senso longitudinale e laterale.	±15° con regolazione continua da mano/manovella	±19°	regolazione non specifica inclinazione trendelenburg/antitrendelenburg	non si evince	Non si evince la possibilità di trasferimento del piano operatorio dalla colonna al carrello Documentazione scarsa e poco esauriva
La scelta di uno dei due sistemi sarà a cura della Commissione giudicatrice di gara	inserimento frontale testa piedi	inserimento longitudinale lato testa, piedi e 45° movimento automatico di trendelenburg/antitrendelenburg	caricamento trasversale	non si evince	
4 - TELECOMANDO					
Deve essere possibile la movimentazione del piano operatorio e della colonna con un telecomando wireless dotato di batteria interne ricaricabili	SI	SI	SI	SI	SI
La ditta offerente specifichi:	Wireless con tecnologia combinata radiofrequenza e raggi infrarossi;	Wireless con tecnologia raggi infrarossi;	Wireless con tecnologia raggi infrarossi;	Wireless con tecnologia raggi infrarossi;	Wireless con tecnologia raggi infrarossi;
le caratteristiche tecniche della modalità wireless (tipo IR, RF, Bluetooth etc	dotato di touch-screen;	possibilità di memorizzare fino a 32 posizioni ricorrenti;	possibilità di memorizzare fino a 10 posizioni dell'impostazione a seconda dell'utilizzatore	possibilità di memorizzare fino a 10 posizioni non si evince se e possibile la personalizzazione dell'impostazione a seconda dell'utilizzatore	specificata quante memorizzazioni possibili
- possibilità di memorizzazione e richiamo di posizioni chirurgiche impostate dall'utente;	personalizzazione impostazione a seconda dell'utilizzatore	personalizzazione impostazione a seconda dell'utilizzatore	personalizzazione impostazione a seconda dell'utilizzatore	personalizzazione impostazione a seconda dell'utilizzatore	personalizzazione impostazione a seconda dell'utilizzatore
Deve essere fornito in dotazione apposito sistema esterno di ricarica delle batterie del telecomando	SI	SI	SI	SI	SI

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del P.O.C.T.O

Lotto 2 - n° 1 Tavolo operatorio per ORL - CIG [2679192B2E]	Q.tà	Ditta Trumpf Med Italia	Ditta Sordina	Ditta Maquet	Ditta Terapon
<p>Caratteristiche indicate in Capitolato</p> <p>ACCESSORI RICHIESTI: Tutti gli accessori richiesti devono essere collegabili al piano operatorio sulle guide laterali, tramite morsetti con attacco/stacco rapido.</p>					
<p>n° 1 REGGITELO ANGOLARE a "L" regolabile in altezza, inclinabile ed estensibile lateralmente, con protezione in gomma.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 2 FERMAPOLSO in tessuto lavabile con chiusura in velcro.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 1 COPPIA REGGIBRACCIO orientabile e ad altezza variabile.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 2 CINGHIA FERMAGAMBE singola, lavabile con chiusura in velcro.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 1 CINGHIA FERMA TORACE /ADDOME con chiusura in velcro.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 1 PEDANA APPOGGIAPIEDI regolabile, completa di cuscono antistatico.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 1 TAVOLINO PORTASTRUMENTI regolabile in altezza e in rotazione.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 1 SOSTEGNO LATERALE regolabile completo di cuscono antistatico a forma piattina.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 1 coppia di REGGIPALLE REGOLABILI completo di cusconi antistatici.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 2 MORSETTO A SNODO RADIALE con ghiera girevole, per sbarre porta accessori.</p>		SI	SI	SI	SI
<p>n° 1 CARRELLO PORTA ACCESSORI in acciaio inox, ruote antistatiche, dotato di piani e barre di appoggio</p>		SI	SI	SI	SI
<p>DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE</p> <p>alimentazione elettrica rete fissa 230 Vac / 50 - 60 Hz</p> <p>- la portata del sistema in configurazione stancaort (peso massimo del paziente espresso in kg)</p> <p>- altezza dal piano del pavimento:</p> <p>altezza minima _____ mm</p> <p>altezza massima _____ mm</p>		SI	SI	SI	SI
<p>Valutazione:</p>					
<p>Ditta Trumpf</p>					
<p>Ditta Sordina</p>					
<p>Ditta Maquet</p>					
<p>Ditta Terapon</p>					

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Lotto 2 - N° 1 Tavolo operatorio per ORL - CIG [2679192B2B] - Segue

Ditta Trumf Med Italia

Anno immissione sul mercato: 2009

PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE:

n° 3 interventi programmati anno

controlli sicurezza: secondo normativa casa madre

Inizio intervento: entro 2 h dalla chiamata

Risoluzione guasto: entro 8 h lavorative

Ditta erogante l'assistenza: Sanifarm

Centro assistenza: Cagliari

GARANZIA: 36 mesi

Ditta Sordina

Anno immissione sul mercato: 2000 - ultima versione 2009

PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE:

n° 2 interventi programmati anno

n° 1 controlli sicurezza anno

Inizio intervento: entro 8 h dalla chiamata

Risoluzione guasto: entro 24 h lavorative

Ditta erogante l'assistenza: Elettronica Professionale

Centro assistenza: Cagliari/Sassari

Ditta Maquet Italia

Anno immissione sul mercato: ultima versione 2011

PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE:

n° 1 interventi programmati anno

n° 1 controlli sicurezza anno

Inizio intervento: entro 4 h dalla chiamata

Risoluzione guasto: entro 8h lavorative

Ditta erogante l'assistenza: Maquet

Centro assistenza: Cinisello Balsamo

Ditta Terapon

Anno immissione sul mercato: 1985

PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE:

n° 2 interventi programmati anno

n° 3 controlli sicurezza anno

Inizio intervento: entro 2 h dalla chiamata

Risoluzione guasto: entro 8 h lavorative

Ditta erogante l'assistenza: Terapon

Centro assistenza: Cagliari

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO


Attribuzione punteggio

ID	Parametri oggetto di valutazione	Ditta Trumf Med Italia			Ditta Sordina			Ditta Maquet Italia			Ditta Terapon		
		Giudizio	Peso	pq (pq=peso*pm q)	Giudizio	Peso	pq (pq=peso*pm q)	Giudizio	Peso	pq (pq=peso*pm q)	Giudizio	Peso	pq (pq=peso*pm q)
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E COSTRUTTIVE - CORPO PRINCIPALE													
Colonna	15	Ottimo	1	15,00	Distinto	0,8	12,00	Distinto	0,8	12,00	Distinto	0,8	12,00
1 Piano operatorio	15	Ottimo	1	15,00	Distinto	0,8	12,00	Distinto	0,8	12,00	Buono	0,65	9,75
Carrello	5	Ottimo	1	5,00	Distinto	0,8	4,00	Distinto	0,8	4,00	Insufficiente	0	0,00
Telecomando	2	Ottimo	1	2,00	Distinto	0,8	1,60	Distinto	0,8	1,60	Distinto	0,8	1,60
2 CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE COSTRUTTIVE - ACCESSORI	4	Ottimo	1	4,00	Ottimo	1	4,00	Ottimo	1	4,00	Ottimo	1	4,00
3 ERGONOMIA E FACILITÀ D'USO	4	Ottimo	1	4,00	Distinto	0,8	3,20	Distinto	0,8	3,20	Distinto	0,8	3,20
4 Miglior piano programmatico per la manutenzione ordinaria e straordinaria	5	Ottimo	1	5,00	Distinto	0,8	4,00	Buono	0,65	3,25	Distinto	0,8	4,00
Totale punteggio qualità				50,00			40,80			40,05			34,55

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

L.Lotto 3 – CIG [2679288A64]	Q.tà	Ditta Sanifarm
Caratteristiche indicate in Capitolato		
A. Orofaringoscopia Caratteristiche: Orofaringoscopia operatoria divaricabile sec. Steiner, per adulti, con valve laterali orientabili a dx e sn per tenere libero il lume da tessuto molle e tener ferma la lingua, aspirazione fumi laser integrata nell'impugnatura e nelle valve, lunghezza 14 cm per impiego con pinza luminosa.	1	Storz cod. 8666 DN Conforme
B. N° 1 Laringoscopia Caratteristiche: Laringoscopia operatoria divaricabile sec. Steiner, per adulti, costruzione leggera, con opacizzazione speciale per il trattamento laser, aspirazione fumi laser integrata nell'impugnatura e nelle valve, lunghezza 18 cm per impiego con pinza luminosa	1	Storz cod. 8666 AN Conforme
C. N° 1 Laringoscopia Caratteristiche: Laringoscopia operatoria sec. Steiner, per adulti, aspirazione fumi laser, integrata, medio-grande, lunghezza 18 cm.	1	Storz cod. 8661CN Conforme
D. N° 1 Laringoscopia Caratteristiche: Laringoscopia operatoria sec. Steiner, idem come punto C, piccolo per adulti con condizioni anatomiche difficili e per bambini, lunghezza 19 cm.	1	Storz cod. 8661 DN Conforme
E. N° 1 Laringoscopia Caratteristiche: Laringoscopia operatoria sec. Lindholm, grande, per adulti, diametro int. prossimale 39x24mm, larghezza distale 18mm, lunghezza 15 cm.	1	Storz cod. 8587 A Conforme
F. N° 1 Pinza luminosa per illuminazione prossimale.	1	Storz cod. 497 AC Conforme
Lotto 4 – CIG [26793616A3]	Q.tà	Ditta Sanifarm
Caratteristiche indicate in Capitolato		
A. N° 1 Tavolino di supporto Caratteristiche: Tavolino di supporto, modello Gottingen per sospensione toracica omonima, asta di supporto per regolazione dell'altezza, applicate al tavolo operatorio con guida di scorrimento standard 25x10 mm	1	Storz cod. 8575 L Conforme
B. N° 1 Sospensione toracica, modello Gottingen.	1	Storz cod. 8575 KT Conforme

 *per forniture.*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 CARBONIA

DISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA N. 45

Carbonia 07.07.2011

Atteso che con Delibera n. 284 del 30.05.2011 è stata indetta Procedura negoziata "per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'U.O. di O.R.L. del P.O. C.T.O". **Gara N. 2737085**

La Commissione di aggiudicazione, (in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è così di seguito determinata ai sensi della delibera N. 679 dell'11.06.2008:

▪ Dott.ssa Agnese Foddis	Resp.le Servizio Acquisti e Patrimonio	Presidente
▪ Dott. Francesco Achena	Resp.le dell'U.O. di O.R.L. del P.O. C.T.O	Componente
▪ Dott. Giuseppe Loi	Dirigente Medico U.O. di O.R.L. del P.O. C.T.O	Componente
▪ Sig.ra Alessandra Ventura	Collaboratore Amm.vo Settore Acquisti	Segretaria

Il Presidente Dott.ssa Agnese Foddis, quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, risponde alla Direzione aziendale degli atti/adempimenti dovuti.

Il Segretario Sig.ra Alessandra Ventura, deve garantire la regolarità degli atti amministrativi ai sensi delle normative vigenti.

Il Responsabile del Servizio
Acquisti e Patrimonio
Dott.ssa Agnese Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Oggetto: Verbale n° 3 della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO DI O.R.L. del PO CTO. GARA N° 2737085.

Addì 18 del mese di luglio dell'anno 2011 alle ore 9,00, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta pubblica, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione della gara in oggetto presieduta dalla Dr. ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr. Francesco Achena componente

Dr. Giuseppe Lai componente

Sig.ra Alessandra Ventura segretario

per la continuazione dei lavori della gara in oggetto.

Le Ditte concorrenti sono state convocate a mezzo nota fax Prot. 16525 del 13.07.2011.

Sono presenti i Sigg.: Giancarlo Camera per la ditta Maquet, Giannetto Gorini per la Ditta Sanifarm, Alberto Lecis per la Ditta Terapon, Mulliri Vanda per la Ditta Trumf Med Italia, Massimo Melis per la Ditta Sordina.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e rende noti i risultati delle attività condotte dalla commissione per la valutazione delle offerte tecniche. Allo scopo si da lettura del verbale in data 11.07.2011.

Si procede alla lettura delle offerte economiche.

La commissione, previa verifica dell'integrità del plico contenente le offerte economiche, procede all'apertura del medesimo e constata quanto riportato nel prospetto prezzi allegato, costituito da n° 2 pagine e parte integrante del presente verbale.

Considerando i prezzi riportati nell'allegato prospetto prezzi, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio per il prezzo secondo quanto dispone l'art. 9 del Capitolato Speciale.

Il punteggio complessivo ottenuto, punteggio qualità sommato al punteggio prezzo, risulta dal medesimo prospetto prezzi allegato.

Sulla base dei punteggi risultanti dall'allegato prospetto la Commissione propone la seguente aggiudicazione:

Lotto 1 – Ditta Cardiomed

Lotto 2 – Ditta Trumf Med Italia

Lotto 3 – Ditta Sanifarm

Lotto 4 – Ditta Sanifarm

Alle ore 9,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Fausto Melis
Cesario Melis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

Gloria Vukobratovic

I Testi

Luca Mura
C. Ampane Hele

Prospetto prezzi

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Lotto 1 - N° 1 Laser a CO2 -CIG [2679161199]							
Caratteristiche Indicate in Capitolato		Q.tà	Ditta Cardioned	Ditta Medical			
Laser a CO2	Lumentis -ACUPULSE CO2 LASER 40ST COD. GA0000180-AA0732600 COMPLETO DI ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO	1		MCO 50 PLUS			
Prezzo complessivo totale a corpo	€		136.500,00				
Oneri di dilazione per 5 anni	€		8.500,00	156.000,00			
Costo riscatto finale	€		500,00				
Totale prezzo							
Punteggio qualità			45,8	42,00			
Punteggio prezzo			50	46,63			
Totale punteggio			95,8	88,63			
Lotto 2 - N° 1 Tavolo operatorio per ORL - CIG [2679192829]		Q.tà	Ditta Trumpf Med Italia	Ditta Sordina	Ditta Maguet	Ditta Terapon	
Tavolo operatorio adatto per la chirurgia ORL e maxillo - facciale, così composto:							
Prezzo unitario	€		54.561,00	38.253,40	49.764,00	€	34.500,00
Contratto quinquennale di manutenzione	€		4.090,00	11.500,00	7.450,00	€	10.000,00
Permula	€		1.000,00	250,00	500,00	€	500,00
Totale prezzo	€		57.651,00	49.503,40	56.714,00	€	44.000,00
Punteggio qualità			50,00	40,80	40,05		34,55
Punteggio prezzo			38,16	44,44	38,79		50,00
Totale punteggio			88,16	85,24	78,84		84,55

(Handwritten signature)

OK

Sp. Valere

(Handwritten signature)

Prospetto prezzi

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature per l'UO di ORL del PO CTO

Lotto 3 - CIG [267928A64]		Q.tà	Ditta Sanifarm		
A. Otorinolaringoscopia	1	Storz cod. 8666 DN	€	4.420,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
B. Laringoscopia	1	Storz cod. 8666 AN	€	1.750,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
C. Laringoscopia	1	Storz cod. 8661 CN	€	1.186,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
D. Laringoscopia	1	Storz cod. 8661 DN	€	1.186,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
E. Laringoscopia	1	Storz cod. 8587 A	€	863,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
F. N° 1 Pinza luminosa per illuminazione prossimale	1	Storz cod. 497 AC	€	490,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
			Totale lotto	57.665,00	
Lotto 4 - CIG [26793616A3]		Q.tà	Ditta Sanifarm		
A. Tavolino di supporto	1	Storz cod. 8575 L	€	1.618,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
B. Sospensione toracica, modello Gottingen.osa.	1	Storz cod. 8575 KT	€	918,00	
Contratto quinquennale di manutenzione					
			Totale lotto	3.186,00	

Q. Valerio
 D. F. Pole
 S. S. S. S. S.