REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione 28/C

adottata dal Commissario in data 15 GEN. 2010

OGGETTO: *Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura urgente di ecotomografi per le UU.OO. di Ostetricia/Ginecologia dei PP.OO. S. Barbara e Sirai.*
Rettifica Capitolato Speciale e riapertura termini

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- l'Azienda con Delibera n° 327/C del 28.12.2009, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come ribadito all'Art. 7 del *Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia*, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006, ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura urgente di ecotomografi per le UU.OO. di Ostetricia/Ginecologia dei PP.OO. S. Barbara e Sirai, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di gara;
- le offerte devono pervenire tassativamente entro le ore 13,00 del 01.02.2010;

Atteso che la Direzione Generale, nelle more della presentazione delle offerte, per mutate esigenze, ha disposto di destinare uno degli ecografi oggetto di richiesta di preventivo alla U.O.C. di Radiologia del PO Sirai;

Ravvisata pertanto, la necessità di dover modificare alcune delle caratteristiche tenuto conto che quelle indicate nel capitolato speciale sono riferite a ecografi di uso prettamente ginecologico, con particolare riferimento alle sonde;

Preso atto che il Resp.le dell'U.O.C. di Radiologia Diagnostica del PO Sirai, opportunamente interpellato, ha confermato le caratteristiche inviate alle ditte con eccezione delle sonde a corredo dell'ecografo;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'Allegato A al Capitolato Speciale, sulla base delle nuove esigenze;

Propone

- L'adozione di apposito atto deliberativo che approvi la rettifica apportata al Capitolato Speciale e disponga la riapertura dei termini;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di disporre, sussistendone i motivi e la necessità, la rettifica del Capitolato Speciale di gara adottato con delibera n° 327/C del 28.12.2009, limitatamente all'Allegato A del medesimo, nonché la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte alle *ore 13.00 del 12.02.2010*;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione 28/C *del* 15 GEN. 2010

- di disporre la rettifica dell'*"Allegato A"* con gli elementi evidenziati dal Resp.le dell'U.O.C. di Radiologia Diagnostica del PO Sirai; in merito si allega l'*"Allegato A"* rettificato,che costituisce parte integrante del presente atto;
- di confermare ogni e qualunque contenuto degli atti di gara adottati con la Delibera n° 327/C del 28.12.2009, per quanto non dettagliatamente rettificati con il presente atto;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA – REGIONE SARDEGNA – SERVIZIO

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Macciò

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 28/C del 15 GEN. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 GEN. 2010 al 29 GEN. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

REGIONE SARDEGNA • SERVIZIO SANITARIO • AZIENDA USL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Gara ecografi - rettifica e riapertura termini

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

FORNITURA DI ECOGRAFI

GARA N. 484797

CIG [0418458A74]

ALLEGATO A

Lotto Unico - *N° 2 Ecotomografi*

Le apparecchiature e/o le attrezzature offerte dovranno essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa.

Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparecchiature, attrezzature e sistemi che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli/versioni.

La fornitura deve intendersi effettuata con la formula "chiavi in mano", quindi comprensiva sia dell'installazione delle apparecchiature e attrezzature, dei collaudi e di quanto occorrente per dare i beni perfettamente funzionanti, compreso un adeguato corso di formazione per il personale sanitario utilizzatore.

I requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese.

Solo per gli aspetti di difformità la Commissione di gara verificherà se le soluzioni proposte risultino di pari livello qualitativo al fine di giudicarne l'idoneità e quindi l'ammissibilità dell'offerta.

All'offerente è demandato l'onere di specificare ulteriori caratteristiche integrative e migliorative delle apparecchiature e attrezzature previste.

CARATTERISTICHE

Ecotomografo di fascia alta, completo di sistema di archiviazione, registrazione e stampa delle immagini; completo di carrello ergonomico integrato, con maniglione per il trasporto, sistema porta sonde e possibilità di regolazione dei movimenti di monitor e tastiera: tutte le periferiche e le sonde devono essere controllate tramite tastiera retroilluminata.
Deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:

- Beam Former digitale con almeno 2048 canali;
- Scansioni elettroniche lineari, convex, sector, phased array, e a matrice 3D-4D;
- Monitor ad alta risoluzione con tecnologia flat, con rotazione laterale ed in altezza, da almeno 19";
- Modalità di funzionamento in B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler standard e direzionale, doppler pulsato;
- Sonde con tecnologia multifrequenza a larga banda con possibilità di selezionare più frequenze indipendenti sullo stesso trasduttore in modalità B-Mode, Doppler e Color Doppler;
- Modulo integrato per il funzionamento in armonica tissutale multifrequenza abilitato su tutte le sonde dell'apparecchio;
- Modulo 3D con possibilità di utilizzo su tutti i trasduttori;
- Sistema di ottimizzazione dell'immagine B-Mode;

- Tre connettori per sonde multifrequenza con commutazione da tastiera;
- Pan zoom ad alto fattore di ingrandimento sia in real time che su immagine congelata;
- Cine Memory ad elevata capacità (minimo 1000 frames) per B-Mode, Color Doppler e Doppler pulsato;
- Triplex mode in tempo reale su tutte le sonde;
- Possibilità di archiviazione su hard disk interno e di masterizzazione di immagine statiche e dinamiche su CD o DVD; uscite USB per la connessione e l'esportazione su periferiche esterne;

Gli ecotomografi dovranno inoltre essere dotati di quanto segue:

A. ***Ecografo per UO di Ostetricia/Ginecologia del PO S. Barbara***

- Software completo per uso ostetrico-ginecologico con calcoli e tabelle presonabilizzabili
- Modulo per ricostruzioni volumetriche in tempo reale 4D con trasduttori dedicati;
- Sonda convex multifrequenza ad ampio campo di vista, abilitata alla armonica tissutale;
- Sonda endovaginale ad ampio campo di vista da almeno 7 MHz;
- Sonda convex volumetrica 4D multifrequenza;
- Stampante bianco e nero;
- Stampante a colori;

B. ***Ecografo per U.O.C. di Radiologia Diagnostica del PO Sirai***

- Software di calcolo completo con calcolo automatico degli indici sul tracciato doppler
- Sonda convex multifrequenza ad ampio campo di vista, abilitata alla armonica tissutale, per esami addominali;
- Sonda lineare multifrequenza ad ampio campo da almeno 0 Mhz;
- Sonda per esami trans rettali;
- Stampante bianco e nero;

N.B: le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno essere totalmente integrabili con il Sistema RIS/PACS di prossima acquisizione.