



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. ASL/c

adottata dal Direttore Generale in data

31 APR. 2010

OGGETTO: *Fornitura moduli e cavi per il sistema modulare di monitoraggio Hewlett Packard in dotazione alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Iglesias. Affidamento in favore della Ditta Terapon.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta Prot. ABS 1876 del 30.12.2009, del Resp.le della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Iglesias, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, tendente ad ottenere la fornitura di moduli e cavi per il sistema di monitoraggio *Hewlett Packard* in dotazione;
- Rilevato** che la medesima è accompagnata da apposita relazione di scelta con la quale il Resp.le interessato dichiara, ai sensi del punto b) comma 3, art. 57 D.Lgs 163/06, che trattasi di prodotti unici, e per altro insostituibili per essere utilizzati con il sistema *Hewlett Packard* in dotazione, forniti in esclusiva dalla Ditta Philips; dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP ex art. 26 della Legge 488/1999, in quanto il materiale oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Visto** l'art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06 che consente la procedura negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture e impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione, comporterebbe notevoli incompatibilità o difficoltà tecniche;
- Precisato** che con note Prot. 5650 e 5651 del 09.03.2010, anticipate a mezzo fax, è stata inoltrata richiesta di preventivo rispettivamente alla *Ditta Philips Medical Systems* e alla *Ditta Terapon*, in qualità di distributore di zona, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte entro le ore 13 del 16.03.2010;
- Constatato** che entro il termine stabilito è pervenuta l'offerta della Ditta Terapon, Prot. ASL 6209 del 16.03.2010;
- Dato atto** che il Resp.le interessato ha esaminato e visto la relativa offerta;

PROPONE

- ▶ ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06, di adottare regolare atto deliberativo di acquisto in favore della Ditta Terapon per la fornitura di moduli e cavi per il sistema di monitoraggio HP in dotazione alla Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Iglesias;

Il Commissario

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;
- Ritenuto** applicabile l'Art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06;
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- ▶ di affidare, ai sensi dell'art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06, alla **Ditta Terapon srl** (Prev. n° 621/09/AP/rm) la fornitura di quanto segue:
 - **n° 2 Moduli Philips per la monitorizzazione del tracciato ECG cod. M1002A** a € 1.500,00 cad. + IVA 20%;
 - **n° 2 Cavi a 3 elettrodi per ECG** per modulo M1002 **cod. MI1510** a € 112,00 cad. + IVA 20%
- Totale fornitura € 3.224,00 + IVA 20%**
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente all'emissione dell'ordine di fornitura;
 - ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
 - ▶ di imputare il costo complessivo di € 3.868,80 IVA vigente compresa sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale – codice centro 10530201 **Anestesia e Rianimazione del P.O. Santa Barbara liv. E** - del bilancio corrente.
 - ▶ di dare atto che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

Il Commissario

Dr. Maurizio Galamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Macciò

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. H01/C del -1 APR. 2010
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal -2 APR. 2010 al 16 APR. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Garza


Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio



A Z I E N D A U S L C A R B O N I A

**STRUTTURA COMPLESSA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
PRESIDI OSPEDALIERI IGLESIAS
Direttore: dr. Antonio Farci**

DATA 22/12/09 ABS

PROT. n. 1846

Iglesias 22/12/09

Al Commissario ASL 7 Carbonia
Dott. M. Calamida

Al Direttore Sanitario ASL 7 Carbonia
Dott. A. Macciò

Alla Direzione Sanitaria dei PP.OO. Iglesias
Dott. C. Murru

All'Ufficio Acquisizione Beni

Oggetto: Richiesta di presidi di monitoraggio.

Poiché diversi presidi di monitoraggio dei parametri vitali della Terapia Intensiva sono ormai inutilizzabili per la progressiva usura dovuta al lungo uso negli anni, si richiede l'acquisto dei seguenti materiali:

N° 2 moduli per la monitorizzazione del tracciato elettrocardiografico cod. 2936G01812 serie M1002A unici compatibili con il sistema modulare della nostra Terapia Intensiva (Hewlett-Packard).

N° 2 cavi a 3 elettrodi per ECG, serie M1510A da utilizzare con modulo Hp- Philips M1020A.

Cordiali saluti

Il Primario di Anestesia e Rianimazione
(Dott. A. Farci)



OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto FANCI-ANTONIO Responsabile del Reparto di ANESTESIA-RIANIMAZIONE, dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° _____ del _____, sono gli unici, e peraltro insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura PHILIPS (MOBILI-PER-ECC)

per cui si chiede, ai sensi del punto b) comma 3 dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, l'affidamento della fornitura alla Ditta TENAPON, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente e il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

Fanci il 02.02.2010

IL RESPONSABILE
Dott. [Firma] (1)
_____ (2)

SI CONVALIDA LA SUESTESA
RELAZIONE DI SCELTA
IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. [Firma] (1)

[Firma] (2)

Fanci il 02/02/2010

Cagliari, 12 MAR. 2010

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

Prot. 281/10/MP/rm

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA
Richiesta di preventivo - Procedura negoziata per la fornitura di moduli e cavi per il sistema modulare di monitoraggio Hewlett Packard in dotazione alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Iglesias. Prot. n. 5651 del 09/03/2010.

La Terapon S.r.l., Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000, con sede legale in Cagliari Via Renzo Laconi 18, codice fiscale e Partita IVA n. 005174060929, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Palmas Mario nato a Cagliari il 27/07/1945, munito di rappresentanza sociale con firma disgiunta, facendo riferimento alla richiesta in oggetto, si pregia sottoporre la propria migliore offerta come segue:

N.2 MODULI PER LA MONITORIZZAZIONE DEL TRACCIATO ECG Cod. M1002A

Modulo per ECG e Respiro, con il sistema impedenziometrico.
Progettato per uso adulti, neonati e pediatrici.
Filtro per elettrobisturi e defibrillatore.
Elevato isolamento paziente grazie al collegamento ottico interno.
Dimensioni: 99,6x36x97,5 mm. Peso 290g.
Norme di sicurezza IEC 601-1.

Prezzo unitario a Voi riservato:
€1.500,00 (diconsi Euro millecinquecento/00) cad. + IVA 20%

Prezzo totale n.2 Moduli ECG:
€3.000,00 (diconsi Euro tremila/00) + IVA 20%

N.2 CAVI A 3 ELETTRODI PER ECG Cod. M1510A

Cavo paziente ECG a 3 derivazioni, IEC, connettori di sicurezza, da utilizzarsi con il Modulo HP-Philips M1002A.
Lunghezza 2,7m (8').

Prezzo unitario a Voi riservato:
€112,00 (diconsi Euro centododici/00) cad. + IVA 20%

Prezzo totale n.2 Moduli ECG:
€224,00 (diconsi Euro duecentoventiquattro/00) + IVA 20%

Si esprime parere favorevole sui rilievi alla conferenza del tavolo e congruo del prezzo proposto

TERAPON S.R.L.
L'Amministratore Delegato

19/03/10

Costi relativo al lavoro:

L'Offerta include eventuali costi del lavoro, non determinabili nel dettaglio, con particolare riferimento a quelli proprio connessi al presente appalto.

Costi per la sicurezza:

Con riferimento alla Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'importo degli oneri della sicurezza è pari all'1% del prezzo complessivo offerto.

I prezzi indicati si intendono validi, fissi ed immutabili per tutta la durata della fornitura, per merce resa franca di trasporto e imballo, scaricata presso i magazzini della Vostra Azienda.

La fornitura si intende "chiavi in mano", e comprende qualunque onere di trasporto e di montaggio.

La Terapon S.r.l. dichiara che le apparecchiature/attrezzature offerte sono conformi alle norme di legge e alle normative tecniche nazionali ed europee vigenti al momento della consegna dei beni, ed in particolare, ove applicabili, saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza secondo:

- La Direttiva Europea 93/42 e D.Lgs 46/97
- Il D.Lgs 81/08 e succ. modifiche
- Il D.Lgs 163/06 e succ. modifiche
- Le Norme armonizzate EN, CEI riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali

Ulteriori condizioni di vendita:

- Validità dell'offerta: 90 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte
- Garanzia: 24 mesi di tipo manutentivo ed assicurativo totale, eseguita a domicilio dell'Azienda USL nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi nelle 72 ore (escluse le festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica fax.
- Termini di pagamento: 90 giorni dalla data del collaudo esperito con esito positivo.
- Termini di consegna: la più sollecita e comunque entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine formale di fornitura
- Collaudo: entro 15 giorni dal termine fissato per la consegna, previi accordi con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda ASL

Distinti Saluti
Terapon S.r.l.

TERAPON S.r.l.
L'Amministratore delegato

