



24 MAG. 2010

adottata dal Commissario in data _____

Oggetto: *Acquisto n° 2 cappe per microbiologia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Aggiudicazione in favore della Ditta Depeco.*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

- Vista** la nota Prot. ABS 105 del 27.01.2010 del Resp.le dell'U.O. di Medicina di Laboratorio di Iglesias e Carbonia – Dr.ssa M.C. Garau, con la quale chiede l'acquisto urgente di n° 2 cappe a flusso laminare per la Microbiologia dei Laboratori Aziendali;
- Preso atto** che la richiesta è motivata dalla necessità di dotare i laboratori di Iglesias e Carbonia di nuove cappe per la corretta manipolazione dei campioni ad alto rischio di contaminazione, perché quelle in dotazione non sono più riparabili e/o a norma;
- Ritenuto** urgente ed indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione dei laboratori;
- Tenuto conto** che la spesa presuntiva ammonta a circa € 12.000,00 + IVA di legge;
- Considerato** che appare percorribile l'acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che testualmente recita " ...*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";
- Rilevato** che trattandosi di acquisto il cui importo è inferiore a € 20.000,00 IVA, ai sensi del citato articolo, può prescindere dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;
- Atteso** che l'ufficio ha ritenuto opportuno di dover procedere all'acquisizione di quanto in argomento mediante gara informale assicurando la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, assicurando la produzione dell'offerta in busta chiusa, la cui apertura sarà demandata ad apposita commissione in seduta privata;
- Precisato** che l'Ufficio con note raccomandate AR, Prot. 7001 del 25.03.2010, ha invitato le sotto elencate ditte a formulare offerta, stabilendo il termine per la presentazione delle medesime entro il giorno 09.04.2010:
U.M.C. di Marco Udda & C. sas (Assemini – CA) – Saral (CA) – Millipore (Vimodrone – MI) – Eppendorf (MI) – Depeco (CA) – AHSI (Bernareggio – MI),;
- Visto** il verbale di gara in data 12.05.2010 della Commissione di aggiudicazione, nominata Disposizione Amministrativa n° 28 del 19.04.2010;
- Preso atto** che la commissione di aggiudicazione ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta Depeco che ha presentato l'offerta economicamente più bassa;
- Vista** la lettera d'invito;
- Visto** il D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione

735/c

del 24 MAG. 2010

Propone

- di disporre, come da premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione della fornitura di n° 2 cappe a flusso laminare per i Laboratori Aziendali, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare l'allegato verbale in data 12.05.2010, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di cappe a flusso laminare per i Laboratori Aziendali;
- ▶ di disporre l'affidamento in favore della Ditta Depeco srl – Prev.n° 146 del 25.03.2010 di quanto segue:
 - N° 2 Cappa a flusso laminare **THERMO SCIENTIFIC mod. MSC ADVANTAGE 1.8 cod. 51025413** a € 8.000,00 cad. + IVA 20% completa di:
 - N° 1 Supporto da pavimento art. 50109311
 - N° 2 Prese elettriche da 16° e cavo collegamento
 - N° 2 Attacchi per rubinetto a gas per Bunsen art- 50046015
 - N° 2 Valvole a solenoide per infiammabili art. 50109978
 - N° 2 Lampade UV lung. 80 cm art. 51900912
 - N° 2 Filtri HEPA con efficienza 99,999%
 - N° 1 Lampada fluorescente per piano lavoro (1200 Lux)
 - N° 1 Vasca raccolta liquidi in acciaio inox
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di € 19.200,00 IVA 20% inclusa, sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale – codice centro 10540500 Laboratorio Analisi PO S. Barbara e codice centro 10540600 Laboratorio Analisi PO Sirai - bilancio corrente;

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra



Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Macciò

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 435/C del 24 MAG. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 MAG. 2010 al 10 GIU. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

[Handwritten signature]

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidio ospedaliero
"Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
"Sirai" CARBONIA

UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO

ASL n° 7 Carbonia

Prot. 689

Vostro riferimento

Nostro riferimento

AZIENDA U.S.L. N° 7

CARBONIA

SERVIZIO ACQUISTI E SERV.

PERVENUTO

PROT. 689

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
- 4 GEN 2010
PROT. N. 02/05
PERVENUTO ALLA DIREZIONE SANITARIA

Assenshe
inadempimento con
Carbonia. 04/01/2010
bolle di
monito n. 28/10

Al Direttore Sanitario Dott. A. Macciò
Direttore Amm.vo Dott. Serra
Resp. Servizio Acquisti Dott. Foddis
Responsabile UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO
V. MICHELOTTO

SEDE

Oggetto: Acquisto cappe per microbiologia

Si chiede alle SS.LL. di consentire l'acquisto, con urgenza, di due cappe a flusso laminare per la Microbiologia delle UU.OO. di Laboratorio.

Si precisa che, allo stato attuale, la situazione del Laboratorio di Carbonia è gravissima, operando tutta l'attività microbiologica fuori cappa, in attesa che fosse verificata la riparabilità della stessa, in avaria da anni. Alla generica necessità di manipolazione di campioni biologici ad alto rischio di contaminazione ambientale, si aggiunga la pericolosità della processazione di campioni di soggetti infetti con bacillo tubercolare, rischio biologico di classe 3, anch'essi tenuti su banchi di lavoro fuori da ogni criterio di sicurezza per i lavoratori, come per l'ambiente ospedaliero nella sua interezza.

Per quanto riguarda la cappa del laboratorio di Iglesias, essa è stata oggetto di verifica di recente, è stata chiesta la sostituzione dei filtri, si ricordi che è comunque fuori normativa, da ciò è emerso quanto si allega da parte del Consorzio Metis, dove è palese l'inutilità della spesa per sostituire una cappa comunque non più valida, né in grado di garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Si allegano le caratteristiche tecniche
Cordiali saluti

Visto:
"Si esprime parere favorevole"
Il Direttore Sanitario
(Dott. Antonio Macciò)

Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Garau

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio UU.OO. Medicina Laboratorio
Via San Leonardo n° 1 - località Sirai
Città IGLESIAS - CARBONIA
Tel. 0781-6922246 / 0781-6683328
Fax 0781-6922246 / 0781-6683328
e-mail: laboratorio.iglesiasaslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Relazione tecnica Cappe per microbiologia

Si richiedono n° 2 Cappe a flusso laminare in Classe II tipo A , nuove , che rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza secondo le regole EN in vigore, con le caratteristiche di base :

1. Presenza di supporti da pavimento, per le cappe
2. Le cappe devono essere dotate di almeno 2 prese elettriche da 16 A e con cavo di collegamento rete con spina tipo standard italiano da 16 A ,
3. Devono possedere almeno n° 2 attacchi per rubinetti gas per il funzionamento dei bunsen.
4. Illuminazione dell'area di lavoro con lampade fluorescenti
5. essere dotate di n° 2 lampade a raggi UV
6. essere totalmente controllate da microprocessore
7. N° 2 filtri HEPA con efficienza del 99,99 %
8. Doppio ventilatore , uno per aria di riciclo e uno per aria di espulsione
9. Piano di lavoro in acciaio suddiviso in moduli ,facilmente estraibili e autoclavabili
10. Finestra frontale a saliscendi motorizzata / a ribalta
11. Finestra e pareti laterali realizzate in cristallo di sicurezza antisfondamento
12. Pannello di controllo con allarme ottico e acustico per :
 - velocità aria
 - posizione vetro anteriore non conforme
 - sostituzione filtri
 - ore di utilizzo dall'ultimo cambio dei filtri
13. Vasca di raccolta liquidi in acciaio inox posta sotto il piano di lavoro
14. Rumorosità non superiore a 57 dBA
15. Dimensione interne area di lavoro con misure L :1800 mm e P: 650 mm circa
16. Contratto di assistenza full-risk

Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Garau



2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. SIC 373 / 2009

Carbonia, 16 / 12 / 2009

All'attenzione

Dott. ssa Garau M. Cristina

U.O. Laboratorio Analisi

Sig. Michelotto Valerio

Struttura Complessa
Servizio Tecnico, Manutentivo
e Logistico

Sig. Portas Alessandro

Servizio Tecnico P.O. Crobu

LORO SEDI

ASL n° 7
CARBONIA
SERVIZIO TECNICO, BENI E SERV.
PERVENUTO
Allefonti

Oggetto: intervento tecnico cappa a flusso laminare Iglesias

A seguito di richiesta di intervento tecnico del 03/11/2009 (codice 482/IT/09) sulla CAPP A FLUSSO LAMINARE marca GELAIRE – GELMAN SCIENCES modello BH 26 TG (matricola 74562) in uso presso l'U.O. Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara di Iglesias, si fa presente quanto segue:

- 1) il personale operante presso l'U.O. Laboratorio Analisi segnalava la necessità della sostituzione dei filtri della cappa a flusso laminare in questione: il tecnico del SIC – Consorzi METIS sig. Arrius Marco a seguito di sopralluogo, inoltrava la richiesta di intervento tecnico per la sostituzione dei filtri.
- 2) in data 24/11/2009 la ditta Elettronica Professionale srl di Cagliari propone apposito preventivo di spesa (PREVCA09-00189) per:
 - sanificazione strumento con perossido di idrogeno
 - smontaggio, sostituzione e smaltimento filtri
 - esecuzione verifica contaparticellare e verifica flussi
 - 20 ore di lavoro

al costo di € 3.743,80 + IVA .

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio
Via
Città
Tel.
Fax
e-mail:
SIC – Consorzio METIS
P.zza Marinai d'Italia snc
Carbonia
0781 - 661167
0781 - 661167
mura.metis@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Considerato che :

- l'apparecchiatura ha presumibilmente un età compresa tra 20 – 30 anni, pertanto il suo valore residuo è nullo;
- non è dotata di sistemi di allarme che indichino la necessità di cambio filtri o altre anomalie;
- essendo di vecchia concezione occupa all'interno della sezione Microbiologia uno spazio eccessivo rispetto alla configurazione dell'ambiente di lavoro e alle condizioni di sicurezza degli operatori;
- una situazione analoga, con una cappa anch'essa di età compresa tra 20 – 30 anni (di marca e modello sconosciuti) è presente presso la sezione di Microbiologia della U.O. Laboratorio Analisi del P.O. Sirai di Carbonia

non si ritiene congruo autorizzare l'intervento tecnico di sostituzione filtri (PREVCA09-00189) da parte della ditta Elettronica Professionale srl di Cagliari.

Piuttosto si ritiene più opportuno prevedere in tempi brevi la sostituzione delle due cappe con cappe per microbiologia a flusso laminare di nuova concezione (classe II o classe III) dotate di filtri HEPA con controllo della contaminazione dell'aria.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Servizio Ingegneria Clinica

Ing. Christian Mura

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio
Via
Città
Tel.
Fax
e-mail:
SIC – Consorzio METIS
P.zza Marinai d'Italia snc
Carbonia
0781 - 661167
0781 - 661167
mura.metis@aslcarbonia.it



SINGERT



448MOD21

Rev.04 del

18/05/09

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:07

SASSARI - S.A. Sassari-Fertile Km. 2,2 - Tel. 079 2697300 - Fax 079 262574
CAGLIARI - Via Dolciosa, 14 - Tel. 070 276080 - Fax 070 276112
C. Fisc. / P.IVA 00227710902 - C.G.I.A.A. N. 08848 - Cap.Soc. 110.000 € I.V.
E-mail - eiprof@eiprof.it Home Page - http://www.eiprof.it

Cagliari, 24/11/2009

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA
Cortese Att.: Ufficio Tecnico
Vs. FAX Nr.: 0781/3822476

Ve. Rif Rich. Prot. 492 IT/09 del 03/11/09
Ns. Rif PREVCA09-00199

Resp. Cliente: Gianpaolo Mura
Servizio Clienti: Irene Ghiani
Oggetto: CAPPA A FLUSSO LAMINARE GELAIRE MOD. BH26TG N. 36374 S/N 74562

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla Vostra richiesta di preventivo di quanto a margine ci è gradito rimettervi di seguito la nostra migliore offerta per:

Descrizione Lavori:

Sanificazione strumento con perossido di idrogeno, smontaggio, sostituzione e smaltimento filtri di cui sotto, esecuzione verifica contaparticellare, verifica flussi e prove corrette funzionamento.

N.B.: IL PRESENTE PREVENTIVO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE INVIATO CON STESSO NUMERO E DATA

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Totale
Ore di Lavoro C	20	70,00	1.400,00
Ore di Viaggio C	2	70,00	140,00
Chilometri	130	0,46	59,80
FILTRO HEPA (Mandata / Espulsione)	2	672,00	1.344,00
SANIFICAZIONE CON PEROSSIDO DI IDROGENO	1	500,00	500,00
VERIFICA CONTAPARTICELLARE	1	200,00	200,00
SMALTIMENTO FILTRI	1	300,00	300,00

Tot. IVA Esclusa Euro 3.743,80

N.B.: Si tratta di apparecchiatura di circa 30 anni, di vecchia progettazione e che richiede intervento tecnico complesso per la sostituzione dei filtri

Si prega di indicare in ordine quale procedura seguire qualora nel corso dell'intervento intervenissero variazioni nel numero di ore e/o di ricambi preventivati

- 1) Sospendere la riparazione ed ammettere nuovo preventivo
- 2) Completare la riparazione a consuntivo
- 3) Altro da specificare

In mancanza di Vs. esplicita indicazione verrà adottata la procedura di cui al precedente punto 1

Validità Offerta: 30 Giorni

Termini di Pagamento: Rimessa Diretta 60 Giorni Data Fattura

In attesa di ricevere Vs. gradita conferma, cogliamo l'occasione per porgere i Ns. più distinti saluti

Elettronica Professionale S.r.l.

Per Accettazione Cliente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

N° 4001 PROT. 2 - 528 2010

Carbonia

Racc. AR

Spett.le Ditta
U.M.C. di Marco Uda & C. sas
Via Massimiliano Kolbe, 33
09032 - Assemmini (CA)

OGGETTO: *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 2 Cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia.*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di quanto segue:

n° 2 Cappe a flusso laminare in classe II tipo A, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza secondo le regole EN in vigore, con le seguenti caratteristiche:

- *dotate di supporti da pavimento;*
- *dotate di almeno 2 prese elettriche da 16A e con cavo di collegamento rete con spina tipo standard italiano da 16A;*
- *devono possedere almeno 2 attacchi per rubinetti gas per il funzionamento del bunsen;*
- *illuminazione dell'area di lavoro con lampade fluorescenti;*
- *dotate di n° 2 lampade a raggi UV;*
- *totalmente controllate da microprocessore*
- *n° 2 filtri HEPA con efficienza 99,99%;*
- *doppio ventilatore, uno per aria di riciclo e uno per aria di espulsione;*
- *Piano di lavoro in acciaio suddiviso in moduli, facilmente estraibili e autoclavabili;*
- *Finestra frontale a saliscendi con allarme ottico e acustico per :*
 - *Velocità aria*
 - *Posizione vetro anteriore non conforme*
 - *Sostituzione filtri*
 - *Ore di utilizzo dell'ultimo cambio filtro*
- *Vasca di raccolta liquidi in acciaio inox posta sotto il piano di lavoro;*
- *Rumorosità non superiore a 57 dBA;*
- *Dim. interna area di lavoro: L 1800x P650mm circa*

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 09.04.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"contiene offerta per la fornitura urgente di cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi"** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

N° _____ PROT.

Carbonia

Racc. AR

Spett.le Ditta
SARAL
Via Logudoro, 48
09127 - Cagliari

OGGETTO: *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 2 Cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia.*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di quanto segue:

n° 2 Cappe a flusso laminare in classe II tipo A, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza secondo le regole EN in vigore, con le seguenti caratteristiche:

- *dotate di supporti da pavimento;*
- *dotate di almeno 2 prese elettriche da 16A e con cavo di collegamento rete con spina tipo standard italiano da 16A;*
- *devono possedere almeno 2 attacchi per rubinetti gas per il funzionamento del bunsen;*
- *illuminazione dell'area di lavoro con lampade fluorescenti;*
- *dotate di n° 2 lampade a raggi UV;*
- *totalmente controllate da microprocessore*
- *n° 2 filtri HEPA con efficienza 99,99%;*
- *doppio ventilatore, uno per aria di riciclo e uno per aria di espulsione;*
- *Piano di lavoro in acciaio suddiviso in moduli, facilmente estraibili e autoclavabili;*
- *Finestra frontale a saliscendi con allarme ottico e acustico per :*
 - *Velocità aria*
 - *Posizione vetro anteriore non conforme*
 - *Sostituzione filtri*
 - *Ore di utilizzo dell'ultimo cambio filtro*
- *Vasca di raccolta liquidi in acciaio inox posta sotto il piano di lavoro;*
- *Rumorosità non superiore a 57 dBA;*
- *Dim. interna area di lavoro: L 1800x P650mm circa*

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 09.04.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"contiene offerta per la fornitura urgente di cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi"** e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

N° _____ PROT.

Carbonia

Racc. AR

Spett.le Ditta
Millipore S.p.A.
Via XI Febbraio, 99
20090 - Vimodrone (MI)

OGGETTO: *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 2 Cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia.*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di quanto segue:

n° 2 Cappe a flusso laminare in classe II tipo A, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza secondo le regole EN in vigore, con le seguenti caratteristiche:

- dotate di supporti da pavimento;
- dotate di almeno 2 prese elettriche da 16A e con cavo di collegamento rete con spina tipo standard italiano da 16A;
- devono possedere almeno 2 attacchi per rubinetti gas per il funzionamento del bunsen;
- illuminazione dell'area di lavoro con lampade fluorescenti;
- dotate di n° 2 lampade a raggi UV;
- totalmente controllate da microprocessore
- n° 2 filtri HEPA con efficienza 99,99%;
- doppio ventilatore, uno per aria di riciclo e uno per aria di espulsione;
- Piano di lavoro in acciaio suddiviso in moduli, facilmente estraibili e autoclavabili;
- Finestra frontale a saliscendi con allarme ottico e acustico per :
 - Velocità aria
 - Posizione vetro anteriore non conforme
 - Sostituzione filtri
 - Ore di utilizzo dell'ultimo cambio filtro
- Vasca di raccolta liquidi in acciaio inox posta sotto il piano di lavoro;
- Rumorosità non superiore a 57 dBA;
- Dim. interna area di lavoro: L 1800x P650mm circa

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 09.04.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

N° _____ PROT.

Carbonia

Racc. AR

Spett.le Ditta
Eppendorf
Via Zante, 14
20138 - Milano

OGGETTO: Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 2 Cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia.

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di quanto segue:

n° 2 Cappe a flusso laminare in classe II tipo A, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza secondo le regole EN in vigore, con le seguenti caratteristiche:

- dotate di supporti da pavimento;
- dotate di almeno 2 prese elettriche da 16A e con cavo di collegamento rete con spina tipo standard italiano da 16A;
- devono possedere almeno 2 attacchi per rubinetti gas per il funzionamento del bunsen;
- illuminazione dell'area di lavoro con lampade fluorescenti;
- dotate di n° 2 lampade a raggi UV;
- totalmente controllate da microprocessore
- n° 2 filtri HEPA con efficienza 99,99%;
- doppio ventilatore, uno per aria di riciclo e uno per aria di espulsione;
- Piano di lavoro in acciaio suddiviso in moduli, facilmente estraibili e autoclavabili;
- Finestra frontale a saliscendi con allarme ottico e acustico per :
 - Velocità aria
 - Posizione vetro anteriore non conforme
 - Sostituzione filtri
 - Ore di utilizzo dell'ultimo cambio filtro
- Vasca di raccolta liquidi in acciaio inox posta sotto il piano di lavoro;
- Rumorosità non superiore a 57 dBA;
- Dim. interna area di lavoro: L 1800x P650mm circa

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 09.04.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

N° _____ PROT.

Carbonia

Racc. AR

Spett.le Ditta
Depeco
Piazza Tristani, 5
09127 - Cagliari

OGGETTO: *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 2 Cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia.*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di quanto segue:

n° 2 Cappe a flusso laminare in classe II tipo A, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza secondo le regole EN in vigore, con le seguenti caratteristiche:

- dotate di supporti da pavimento;
- dotate di almeno 2 prese elettriche da 16A e con cavo di collegamento rete con spina tipo standard italiano da 16A;
- devono possedere almeno 2 attacchi per rubinetti gas per il funzionamento del bunsen;
- illuminazione dell'area di lavoro con lampade fluorescenti;
- dotate di n° 2 lampade a raggi UV;
- totalmente controllate da microprocessore
- n° 2 filtri HEPA con efficienza 99,99%;
- doppio ventilatore, uno per aria di riciclo e uno per aria di espulsione;
- Piano di lavoro in acciaio suddiviso in moduli, facilmente estraibili e autoclavabili;
- Finestra frontale a saliscendi con allarme ottico e acustico per :
 - Velocità aria
 - Posizione vetro anteriore non conforme
 - Sostituzione filtri
 - Ore di utilizzo dell'ultimo cambio filtro
- Vasca di raccolta liquidi in acciaio inox posta sotto il piano di lavoro;
- Rumorosità non superiore a 57 dBA;
- Dim. interna area di lavoro: L 1800x P650mm circa

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 09.04.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

SERVIZIO ACQUISTI

N° _____ PROT.

Carbonia

Racc. AR

Spett.le Ditta
AHSI S.p.A.
Via delle Industrie, 33
20044 - Bernareggio (MI)

OGGETTO: *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 2 Cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia.*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di quanto segue:

n° 2 Cappe a flusso laminare in classe II tipo A, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza secondo le regole EN in vigore, con le seguenti caratteristiche:

- dotate di supporti da pavimento;
- dotate di almeno 2 prese elettriche da 16A e con cavo di collegamento rete con spina tipo standard italiano da 16A;
- devono possedere almeno 2 attacchi per rubinetti gas per il funzionamento del bunsen;
- illuminazione dell'area di lavoro con lampade fluorescenti;
- dotate di n° 2 lampade a raggi UV;
- totalmente controllate da microprocessore
- n° 2 filtri HEPA con efficienza 99,99%;
- doppio ventilatore, uno per aria di riciclo e uno per aria di espulsione;
- Piano di lavoro in acciaio suddiviso in moduli, facilmente estraibili e autoclavabili;
- Finestra frontale a saliscendi con allarme ottico e acustico per :
 - Velocità aria
 - Posizione vetro anteriore non conforme
 - Sostituzione filtri
 - Ore di utilizzo dell'ultimo cambio filtro
- Vasca di raccolta liquidi in acciaio inox posta sotto il piano di lavoro;
- Rumorosità non superiore a 57 dBA;
- Dim. interna area di lavoro: L 1800x P650mm circa

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 09.04.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

Si evidenzia che:

- a) La fornitura deve intendersi effettuata con la formula “**chiavi in mano**”, quindi comprensiva di posa in opera e collaudo funzionale delle apparecchiature aggiudicate.

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.
Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda ASL.

L'appalto dà luogo ad aggiudicazione provvisoria. L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte, **senza che la Ditta possa avanzare maggiori pretese, richieste di indennizzi, ristoro o quant'altro.** In particolare l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

Si evidenzia che l'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

- uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche tecniche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello. I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
- deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
- **Copia della presente nota e del Documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7, timbrati dalla Ditta e firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta in segno di piena e totale visione ed approvazione.**

La fornitura si intende regolata da tutta la specifica normativa di riferimento, anche se non specificatamente richiamata; le apparecchiature devono essere conformi alle norme di legge e alle normative tecniche nazionali ed europee vigenti al momento della consegna dei beni.

In particolare, ove applicabili, dovranno essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza secondo:

- Direttiva Europea 93/42 e D.Lgs 46/97 (*Dispositivi medici*)
- D.Lgs 81/08 e succ. modifiche (*Testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori*)
- D.Lgs 163/06 e succ. modifiche (*Codice dei contratti*)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

- Norme armonizzate CEI – EN riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica
- b) L'aggiudicazione della fornitura sarà deliberata dalla nostra Azienda, a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, conformemente alle caratteristiche indicate, tenendo conto del prezzo e della qualità del prodotto.
L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.
Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.
Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.
- c) Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.
Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma del D.Lgs. n° 231 del 09.10.2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.
- d) La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione. L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nei termini di **giorni 20 (venti)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.
- e) Le apparecchiature devono avere una garanzia non inferiore a 2 anni.
- f) L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.
Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, **scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge**, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.
Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14, I.V.A. vigente inclusa.
L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.
La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.
Il deposito cauzionale è infruttifero.
Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Distinti saluti

ADD/A. Ventura

Il Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Aghese Foddis

invito cappe per laboratorio analisi

Spett.le Ditta
AHSI S.p.A.
Via delle Industrie, 33
20044 - Bernareggio (MI)

Fax 039 6827500

Spett.le Ditta
Depeco
Piazza Tristani, 5
09127 - Cagliari

Fax 070 4596803

Spett.le Ditta
Eppendorf
Via Zante, 14
20138 - Milano

Fax 02 58013438

Spett.le Ditta
Millipore S.p.A.
Via XI Febbraio, 99
20090 - Vimodrone (MI)

Fax 02 2650324

Spett.le Ditta
SARAL
Via Logudoro, 48
09127 - Cagliari

Fax 070 654285

Spett.le Ditta
U.M.C. di Marco Uda & C. sas
Via Massimiliano Kolbe, 33
09032 - Assemini (CA)

Fax 0709459135

Spett.le Ditta

7001



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di n° 2 cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia.*

Addì 12 del mese di maggio dell'anno 2010 alle ore 10.30, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 28 del 19.04.2010, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr.ssa Maria C. Garau Componente

Dr.ssa Antonella Serra Componente

Sig.ra Alessandra Ventura Segretario

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura *urgente di n° 2 cappe per microbiologia per i Laboratori Analisi aziendali di Iglesias e Carbonia*, disposta mediante procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario).

Premesso che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con note Prot. 7001 del 25.03.2010 alle sotto elencate ditte: U.M.C. di Marco Udda & C. sas (Assemini – CA) – Saral (CA) – Millipore (Vimodrone – MI) – Eppendorf (MI) – Depeco (CA) – AHSI (Bernareggio – MI) con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 09.04.2010.

La Commissione prende atto che:

- entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sottoelencate ditte:

AHSI	Prot. 8001	del 07.04.2010
Saral	Prot. 8090	del 08.04.2010
Depeco	Prot. 8118	del 08.04.2010
UMC di Marco Uda e C.	Prot. 8194	del 09.04.2010
- la ditta Millipore ha motivatamente declinato l'invito con nota Pro. 09.04.2010;

La Commissione, previa verifica delle condizioni di gara, procede al controllo della documentazione prodotta dalle Ditte. La documentazione è conforme e pertanto tutte le ditte sono ammesse alle fasi successive di gara.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti.

Ditta Depeco: offre cappa marca "Thermo Scientific" mod. MSC Advantage 1.8. Conforme.

Ditta Saral: offre cappa marca "Genesis" mod. BH2006D. Conforme.

In alternativa offre cappa marca "Faster mod. SafeFAST Elite 218D. Conforme.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Ditta AHSI: offre marca "Thermo Scientific mod. Herasafe KS 18. Conforme.

Ditta UMC di Marco Uda e C.: offre Citosafe2000. Conforme.

La Commissione procede alla verifica delle offerte economiche e constata quanto segue:

Ditta Depeco € 8.000,00 cad.

Ditta Saral: 1^proposta € 9.150,00 cad.

Alternativa € 9.950,00 cad.

Ditta AHSI: € 11.900,00 cad.

Ditta UMC di Marco Uda e C.: € 13.206,25 cad.

Sulla base dei prezzi sopra riportati la commissione propone l'aggiudicazione in favore della Ditta Depeco che ha presentato l'offerta più bassa.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO