



Deliberazione n° 745/C

adottata dal Commissario in data 24 MAG. 2010

**OGGETTO:** *trasferimento e ampliamento del sistema di allarmi temperature fuori range in uso al Centro Trasfusionale di Iglesias. Affidamento alla ditta IN.TEC. snc di Cagliari, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/06 e Impegno di spesa.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

**RICHIAMATA** la Delibera 647/C del 05.05.2010 con la quale, tra l'altro, si dispone il trasferimento del Centro Trasfusionale di Iglesias dall'attuale sede ubicata nel P.O. F.lli CROBU ai nuovi locali individuati nel Presidio Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias demandando al Servizio Tecnico Logistico l'attuazione delle procedure riconducibili alle operazioni di trasferimento;

**CONSIDERATO** che:  
- i nuovi ambienti identificati all'interno del presidio ospedaliero Santa Barbara non sono dotati degli specifici impianti di controllo e allarme delle temperature delle frigo emoteche in uso nel Centro Trasfusionale,  
- risulta possibile recuperare il sistema di rilevazione ed allarme attualmente in uso nei locali del P.O. F.lli Crobu previo trasferimento e riconfigurazione del sistema medesimo;

**RITENUTO** opportuno provvedere allo smantellamento completo delle apparecchiature di rilevazione ed allarme attualmente installate nei locali del P.O. F.lli CROBU e trasferire le stesse nei nuovi locali ubicati presso il Presidio Ospedaliero S. BARBARA, procedendo, contestualmente alla nuova installazione, a realizzare l'insieme dei collegamenti elettrici/dati delle apparecchiature trasferite;

**PRESO ATTO** che la Ditta IN.TEC snc di Cagliari, su invito del Servizio Tecnico Aziendale, ha eseguito un sopralluogo giungendo a presentare, a mezzo fax, l'offerta economica contraddistinta dal protocollo n° PR2009/0155 del 17.05.2010, che si allega in copia, per la realizzazione del suddetto servizio, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, per una spesa complessiva di € 3.650,00 + IVA al 20%;

**TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa rilasciato dall'Ing. Cristian Cocco, del Servizio Tecnico Aziendale, così come risulta dalla sottoscrizione in calce al suddetto preventivo che resta conservato agli atti del procedimento;

**VISTO** l'art. 6, del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, servizi ed esecuzione lavori, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19/12/2006, che consente il ricorso all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 10.000,00 IVA inclusa;

### PROPONE

- di disporre l'affidamento dei servizi in economia per lo spostamento e l'ampliamento del sistema di allarmi temperature fuori range in uso al Centro Trasfusionale di Iglesias dal P.O. F.lli CROBU al P.O. S. BARBARA alla Ditta IN.TEC. snc di Cagliari, ai sensi del citato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia, per importo complessivo di € 3.650,00 + l'IVA di legge, così come da offerta economica contraddistinta dal protocollo n° PR2009/0155 del 17.05.2010;

- di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale

### Il Commissario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- di affidare i servizi in economia per lo spostamento e l'ampliamento del sistema di allarmi temperature fuori range in uso al Centro Trasfusionale di Iglesias dal P.O. F.lli CROBU al P.O. S. BARBARA alla Ditta IN.TEC. snc di Cagliari, ai sensi del citato regolamento aziendale sulle acquisizioni in economia, per l'importo complessivo di € 3.650,00 + l'IVA di legge, così come da offerta economica contraddistinta dal protocollo n° PR2009/0155 del 17.05.2010;
- di individuare l'Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura a favore della ditta IN.TEC. snc di Cagliari, per un importo pari ad € 3.650,00 + IVA del 20% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori ordinati a cura del Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Cocco;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di € 4.380,00,00 di cui € 730,00 per IVA al 20%, a favore della Ditta IN.TEC. snc di Cagliari sulla Classe di Costo al Cod. 0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2010, al centro di costo n° 10540103

### Il Commissario

Dott. Maurizio Calamida



### Il Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Serra

### Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Macciò

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist. / G.V. MICHELOTTO

ADDI Geom. Osvaldo SULAS

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 145/C del 24 MAG. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 28 MAG. 2010 ai 11 GIU. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Responsabile del Servizio  
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. P. P."

Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tecnico – Manutentivo c/o P.O. SIRAI.



# IN.TEC.

www.automazionee sicurezza.com

Allo 1/2

**AUTOMAZIONI  
CIVILI  
E  
INDUSTRIALI**

**PORTE  
AUTOMATICHE**

**PORTE  
FLESSIBILI**

**PORTONI  
INDUSTRIALI**

**PORTE  
E  
PORTONI  
TAGLIARUOCO**

**IMPIANTI  
ANTIFURTO**

**IMPIANTI  
TV  
A  
CIRCUITO  
CHILSO**

**ANTITACCHEGGIO**

**CONTROLLO  
ACCESSI**

**in.tec. snc**

di Pitzalle R.  
e Circale A.

via Asago, 14  
08122 Cagliari

Tel./Fax  
070 2080117

email  
info@intec-snc.191.it

R.Ne/P.F.  
08998340829

Spett.

AZIENDA USL N° 7

CARBONIA

Ufficio Tecnico P.O. Sirai

0913 Carbonia - CA

c.a. **Ing. Cristian Cocco**  
**Sig. Marceddu**  
Fax 0781.6683485

Prot. PR2009\_0155

Cagliari, 17 maggio 2010

**OGGETTO:** *Preventivo di spesa per lo spostamento e l'ampliamento del sistema di allarmi temperature fuori range dei frigoriferi dell'Ospedale Santa Barbara di Iglesias.*

A seguito della Vs. gentile richiesta e del nostro sopralluogo tecnico, Vi proponiamo la nostra migliore offerta per quanto in oggetto.

**Descrizione delle forniture e dei servizi**

- realizzazione degli impianti per il collegamento di 9 frigoriferi alla centrale di gestione allarmi. Premesso che sarà necessario portare un cavo di tipo multifilare dalla centrale ad ogni singolo punto frigorifero, gli stessi verranno posati entro tubazione di tipo pesante fissata a parete o soffitto per le parti nascoste dentro il controsoffitto e in canalina bianca fissata a parete per le parti in vista fuori dal controsoffitto;
- smantellamento completo delle apparecchiature attualmente installate c/o l'Ospedale F.lli Crobu di Iglesias e trasferimento c/o l'Ospedale Santa Barbara di Iglesias;
- installazione meccanica e collegamenti elettrici delle apparecchiature trasferite;
- fornitura e installazione di 1 sonda termica NTC ad alta precisione;
- fornitura, collegamento e programmazione di 2 termostati digitali remoti per il controllo della temperatura di 1 frigorifero aggiunto e di 1 per sola predisposizione;
- fornitura, installazione e programmazione di 1 scheda di espansione a 8 ingressi per la centrale di controllo allarmi;
- verifica funzionale della commutazione dei termostati al raggiungimento delle soglie di allarme preimpostate;
- verifica generale e collaudo finale.

PAG 1 di 2



# IN.TEC.

www.automazioneesicurezza.com

**ALTOAZIONI  
CIVILI  
E  
INDUSTRIALI**

**SPORTI  
AUTOMATICHE**

**SPORTI  
FLESSIBILI**

**SPORTI  
INDUSTRIALI**

**SPORTI  
E  
SPORTI  
TAGLIARUOCO**

**IMPIANTI  
ANTIFURTO**

**IMPIANTI  
TV  
A  
CIRCUITO  
CHIUSO**

**ANTITACCHEGGIO**

**CONTROLLO  
ACCESSI**

**in.tec. snc**  
di Pizzalis R.  
e Cicale A.

Via Asago, 14  
09122 Cagliari

Tel./Fax  
070.2080117

www.in.tec.snc.it

PIZZALIS R.  
09999040929

### Tempi approssimativi previsti

Si è calcolato che i tempi per la realizzazione di quanto sopra sono:

- 2 giornate lavorative per la realizzazione degli impianti di predisposizione nei nuovi locali;
- 1 giornata lavorativa per lo smantellamento delle apparecchiature di gestione allarmi frigo dai vecchi locali;
- 2 giornate lavorative per installazione, collegamento e collaudi finali dell'intero sistema di gestione allarmi frigo nei nuovi locali;

### Coordinamento lavori

- dovranno essere disponibili, al momento del montaggio delle apparecchiature nei nuovi locali, una linea elettrica per l'alimentazione della centrale di gestione allarmi e una linea telefonica, configurata come linea interna, per la trasmissione degli allarmi al centralino/punto presidiato;
- si renderà necessario coordinare le operazioni di smantellamento e rimontaggio degli impianti per fare in modo che al momento della riattivazione del sistema tutti i frigoriferi siano già posizionati nella loro ubicazione definitiva e con le temperature già a regime di lavoro.

### Condizioni di fornitura

Prezzo a corpo	: € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00)
IVA	: 20% di Legge esclusa
Consegna	: immediata da concordare
Pagamento	: bonifico bancario ricevimento fattura
Validità offerta	: 30gg.

### N.B.:

Nell'importo suddetto è incluso la fornitura delle apparecchiature aggiuntive, tutto il materiale occorrente per gli impianti di predisposizione, il materiale di consumo, le trasferte di mezzi e personale e gli oneri per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Rimanendo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

In.Tec. Snc

Roberto Pizzalis

V<sup>o</sup> SI ESPRIME  
INFORME DI CONGRUITA  
LULLI  
0000



PAG. 2 DI 2