



Deliberazione n. 1234/c

adottata dal Commissario in data 24 SET 2010

OGGETTO: Gara d'appalto procedura negoziata cottimo fiduciario per acquisizione triennale controlli qualità per Laboratori Analisi. Rettifica Capitolato Speciale e riapertura termini.

Premesso che con atto deliberativo n° 1067/C del 28/07/2010 l'Azienda ha indetto la gara a procedura negoziata cottimo fiduciario per l'acquisizione triennale di controlli qualità per Laboratori Analisi, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di gara;

Atteso che a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Ditta Bio Development Srl, di cui alle note del 01/09/2010 e del 08/09/2010, è stato sospeso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per il 17/09/2010, dandone comunicazione alle ditte interessate nonché pubblicandolo nel sito della Azienda in data 10/09/2010;

Vista la nota Prot.111/10 LAB del 19/09/2010, Prot. ABS 2533 del 21/09/2010, con la quale il Resp.le del Laboratorio Analisi, a seguito delle note di cui sopra, propone la modifica delle specifiche del Lotto 1, precisando i parametri da richiedere a pena di esclusione e i quantitativi annui occorrenti per ogni settore di controllo;

Ritenuto di dover rettificare il Capitolato Speciale sulla base delle indicazioni del Responsabile del Laboratorio Analisi, stabilendo, peraltro, la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte;

PROPONE

atto di rettifica del Capitolato Speciale per la fornitura di triennale di controlli di qualità sulla base della comunicazione presentata dal Responsabile del Laboratorio Analisi.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario


DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:


- di rettificare il Capitolato Speciale per la fornitura di controlli di qualità, come da allegato parte integrante del presente atto, prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
- di dare atto che sono confermate le altre prescrizioni del Capitolato Speciale di gara non rettificata dal presente atto.
- di procedere alla riapertura termini dandone comunicazione alle ditte interessate e pubblicando specifico avviso nel sito aziendale.

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.


Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Resp.le Serv. Acquisti/Dr.ssa A. Foddis



Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1234/C del 24 SET. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 27 SET. 2010 al 11 OTT. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Responsabile del Servizio
Affari Generali

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO

Prot111/10 lab

Carbonia, 19/09/2010

ARRIVATA IL

21 SET. 2010

PI/2533

Vostro riferimento

Nostro riferimento

Al Responsabile del Serv. Acquisti
Dott. A. Foddis

SEDE

Oggetto: chiarimenti gara controlli di qualità

In riferimento alla richiesta di chiarimenti della ditta Biodevelopment, relativi alla gara 578607 per Controlli di Qualità, si rettifica come segue, relativamente al solo lotto 1.

1. Alla voce 1-3-4-5-6-7-9-12-14, alla voce "disponibilità" e "possibilità" si deve sostituire DEVONO, i prodotti si intendono cioè necessari per l'espletamento dei controlli.
2. i quantitativi sono i seguenti:
 - voce 1 - 3 ml /die per ogni livello per ogni laboratorio
 - voce 2-10 ml / mese per ogni livello, per ciascun laboratorio
 - voce 3- 60ml / mese per ogni livello, per ciascun laboratorio
 - voce 3 reticolociti -8 ml / mese per ogni laboratorio
 - voce 4 -15 ml / mese per ogni livello, per ciascun laboratorio per Proteina C ed S, 10ml /mese, solo per un laboratorio
 - voce 5 -10ml /mese per ogni livello, per ciascun laboratorio

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

INDICARE I DATI DEL SERVIZIO PROPONENTE : ¹

Servizio / UU.OO. Medicina Laboratorio
Via San Leonardo n° 1 - località Sirai
Città IGLESIAS - CARBONIA
Tel. 0781-3922246 / 0781-6683328
Fax 0781-3922246 / 0781-6683328
e-mail: laboratorio.iglesias@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO

ASL n° 7 Carbonia

- voce 6- 10 ml /mese per ciascun livello ,per un laboratorio
- voce 7 -5 ml / per ciascun livello ,per un laboratorio
- voce 8 - 12 ml 7 mese per ogni livello , per ciascun laboratorio
- voce 9 - 10ml /mese per ogni livello ,per ciascun laboratorio
- voce 10- 50ml /mese per ogni livello ,per ciascun laboratorio
- voce 11 -15ml/mese per ogni livello ,per ciascun laboratorio
- voce 12 -24 ml /mese per ogni livello ,per ciascun laboratorio
- voce 13 -5ml /mese per ogni livello ,per 1laboratorio
- voce 14 -5 ml /mese per un laboratorio

U.O. di Medicina di Laboratorio
Dott. M.Cristina Garau

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

INDICARE I DATI DEL SERVIZIO PROPONENTE : ²

Servizio / UU.OO. Medicina Laboratorio
Via San Leonardo n° 1 -- località Sirai
Città IGLESIAS - CARBONIA
Tel. 0781-3922246 / 0781-6683328
Fax 0781-3922246 / 0781-6683328
e-mail: laboratorio.iglesias@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

N. P. i. 2313 di Prot.

Carbonia 08/09/2010

Al Resp.le Laboratorio Analisi

Sede

OGGETTO: Procedura neozitata cottimo fiduciario per acquisizione controlli di qualità per Laboratorio Analisi – Gara 578607. Richiesta chiarimenti.

In riferimento alla gara in oggetto si trasmette la nota la ditta Bio Development Srl pervenuta in data odierna. La ditta nello specifico richiede "*la quantità di consumo prevista per i due laboratori divisa per controllo/livello espressi in ml*".

Il Capitolato Speciale potrà essere esaminato nel sito dell'azienda www.aslcarbonia.it alla Sezione "L'ASL informa – Bandi e gare".

Si chiede urgente riscontro alla presente per avviare gli atti di competenza di questo Servizio, tenendo presente che il termini per la presentazione delle offerte scadono il 17/09/2010.

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6681
Fax. 0781 66835006
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/ 6683227
Fax. 0781/ 6683224
Mail: ufficio.gare@asl7carbonia.it



PERVENUTA IL 08 SET. 2010 ABS
91/20829

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE CONTROLLI DI QUALITA' PER LABORATORIO ANALISI GARA 578607

Mittente: Assistenza commerciale BIODEV <assistenza@biodev.com>

Destinatario: gigliola.ventura@asicarbonia.it <gigliola.ventura@asicarbonia.it>

Cc: gianfrancoverzeri@tiscali.it <gianfrancoverzeri@tiscali.it>, giovanni.borasci@biodev.com <giovanni.borasci@biodev.com>, Emanuela Soresini <emanuela.soresini@biodev.com>

Data: Mar 13:19

Gent.le Sig.ra Gigliola Ventura,

In riferimento alla Gara in oggetto e, ai fini di formulare un' offerta economica congrua abbiamo la necessità di sapere la quantità di consumo prevista per i due laboratori divisa per controllo/livello espressi in Ml.

Ringraziamo per la gentile collaborazione e, in attesa di gradito riscontro in merito, con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

BIO DEVELOPMENT Srl

Ho per il 17/09/2010



Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISIZIONE CONTROLLI DI QUALITA' PER LABORATORIO ANALISI. GARA N.578607**

Mittente: Assistenza commerciale BIDEV <assistenzacommerciale@biodev.com>

Destinatari: gigliola.ventura@aslcarbonia.it <gigliola.ventura@aslcarbonia.it>

Cc: franco.borasci@biodev.com <franco.borasci@biodev.com>

Data: Mer 15:41

Gent.le Sig.ra Gigliola Ventura,

In riferimento alla Gara in oggetto Vi formuliamo le seguenti richieste di precisazioni:

LOTTO 1

3. Ematologia - Controlli per tecnologia presente in laboratorio

Abbiamo la necessità di sapere gli strumenti in dotazione presso il laboratorio.

ABX Penton DX 120

4 " XL 80

Siemens ADVIA 2120

9. Farmaci - Disponibilità di controllo per ciclosporina-.....

Bisogna formulare in fase di offerta la quotazione per questi tipi di controllo o solo dichiarare la disponibilità alla fornitura?

14. Biologia molecolare - Possibilità di controllo anche per malattie a trasmissione sessuale.....

Bisogna formulare in fase di offerta la quotazione per questi tipi di controllo o la possibilità di eventuale fornitura?

E' prevista la presentazione dei campioni in fase di offerta dei controlli offerti? *no*

Ringraziamo per la gentile collaborazione e in attesa di Vostro gradito cenno di riscontro porgiamo i nostri migliori saluti.

BIO DEVELOPMENT Srl

Contatti:

Ufficio Commerciale

Sig.ra Stefania

Sig.ra Valentina

Tel. 0331-555989



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Prot. PG/

Carbonia _____

OGGETTO: Procedura negoziata cottimo fiduciario per acquisizione controlli di qualità per Laboratorio Analisi. Gara n. 578607 - Richiesta di offerta Prot. PG/19976 del 25/08/2010.

In riferimento alla procedura di appalto in oggetto, si comunica che con atto deliberativo n° ___ /C del ___/09/2010 è stato rettificato il Capitolato Speciale della gara in oggetto ed stata disposta la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Nello specifico **è stato rettificato il Lotto 1** precisando i controlli richiesti a pena di esclusione e indicando i quantitativi occorrenti. Si riporta di seguito la nuova formulazione del Lotto 1 **che sostituisce integralmente e annulla la precedente:**

LOTTO 1 - CIG 0532214CDF
CONTROLLI DI QUALITA' INTRA- INTERLABORATORIO

Il presente lotto inscindibile nel suo complesso, prevede i materiali di controllo, almeno su 2 livelli, uno normale e uno patologico, per un controllo di precisione giornaliero, per le seguenti aree di attività: dei 2 Laboratori Aziendali di Iglesias e Carbonia:

1. Chimica – Clinica serica

Due o tre livelli di concentrazione

Preferibilmente in forma liquida senza Glicol

Stabilità flacone aperto da 7 a 14 giorni a 2- 8 °C

Almeno 60 costituenti compreso colesterolo HDL, LDL, Amilasi pancreatica, Devono essere inclusi anche controllo per Etanolo, Ammonio, Proteine della elettroforesi.

Quantità: 3 ml /die per ogni livello per ogni laboratorio

2. Chimica –clinica urinaria

Due livelli di concentrazione, preferibilmente in forma liquida

Stabilità flacone aperto da 5 a 30 giorni a 2 – 8 °C

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6681
Fax. 0781 66835006
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/ 6683227
Fax. 0781/ 6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Per i seguenti analiti: proteine ur., azotemia ur., creatinina ur., sodio ur., potassio ur., calcio ur., fosforo ur., cloro ur., glucosio ur., magnesio ur., acido urico ur., microalbuminuria.
Quantità: 10 ml/mese per ogni livello, per ciascun laboratorio

3. Ematologia

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida (preferibilmente) o liofila
Stabilità del lotto da un minimo di 3 mesi fino a oltre 5 mesi
Stabilità flacone aperto da 7 a 14 giorni a 2- 8 °C
Devono essere incluso anche controllo per reticolociti.
Controlli per tecnologia presente in laboratorio.
Quantità: 60 ml/mese per ogni livello, per ciascun laboratorio
Reticolociti: 8 ml/mese per ogni laboratorio

4. Coagulazione

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida o liofila
Stabilità a lotto integro almeno un anno
Stabilità flacone aperto almeno 8 ore a 2- 8 °C
Controllo per valori PT in secondi e INR –PTT- Fibrinogeno – Antitrombina III.
Devono essere inclusi anche controlli per D-Dimero – Proteina C – Proteina S
Quantità: 15 ml/mese per ogni livello per ciascun laboratorio
Proteina C ed S: 10 ml/mese solo per un laboratorio

5. Marcatori Cardiaci

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida
Stabilità flacone aperto 20 giorni a 2- 8 °C
Presenza nel controllo di NT-ProBNP - Troponina I e T - mioglobina - CK-MB, CRP -hs e disponibilità di controllo per valori molto bassi (0,03 ng/ml) di Troponina.
Devono essere incluso anche controllo per omocisteina.
Quantità: 10 ml /mese per ogni livello per ciascun laboratorio

6. Immunometria per tiroide, fertilità e varie

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida o liofila
Stabilità flacone aperto da 7 a 14 giorni a 2- 8 °C
Per i seguenti analiti : TSH – FT3-FT4-TBG-ATG-ATPO- HTG-FSH-LH-PROLATTINA – E2–E3-TESTOSTERONE TOTALE E FREE- DEAS- CORTISOLO-PTH-I-ACTH- INSULINA- C-PEPTIDE-CALCITONINA- HGH-ERITROPOIETINA-OSTEOCALCINA- VITAMINA D-OH.
Deve essere incluso anche il controllo per il tritest, bassi livelli di estriolo libero, alfafetoproteina, e elevati livelli di HCG e HCG-beta
Quantità: 10 ml/mese per ciascun livello per un laboratorio

7. Marcatori Tumoriali

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida o liofila
Stabilità flacone aperto da 14gg a 30gg a 2-8° C
Per i seguenti analiti: Alfafetoproteina- BHCG-CEA- Ca 125 – Ca 15.3- Ca19.9 – PSA – PSA Free – Ferritina.

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6681
Fax. 0781 66835006
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/ 6683227
Fax. 0781/ 6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Controllo per valori molto bassi di PSA con metodiche ad alta sensibilità e valori molto alti di CEA e Ferritina.

Devono essere inclusi anche controllo per NSE – Cifra 21.1

Quantità: 5 ml/per ciascun livello per un laboratorio

8. Droghe d'abuso

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida o liofila

Stabilità flacone aperto non inferiore a 10 giorni a 2- 8 °C

I materiali devono essere in accordo con le linee guida del SAMSHA e consentire quindi il monitoraggio delle droghe d'abuso a concentrazioni superiori e inferiori del 20 – 25 % del livello di cutoff (per Oppiacei cutoff di 300 ng/ml).

Quantità: 12 ml/ mese per ogni livello, per ciascun laboratorio

9. Farmaci

Due o tre livelli di concentrazione, in forma liquida o liofila

Stabilità flacone aperto 30gg a 2-8° C

Per i seguenti analiti: Digossina Acido valproico, Fenobarbitale, Carbamazepina, Fenitoina Teofillina, Litio,

Devono essere inclusi anche controllo per ciclosporina – tacrolimus - sirolimus - Vancomicina - Gentamicina

Quantità: 10 ml/mese per ogni livello, per ciascun laboratorio

10. Proteine specifiche

Due o tre livelli di concentrazione, preferibilmente in forma liquida

Stabilità a flacone aperto 30 giorni a 2-8°C

Devono essere inclusi anche: Fattore reumatoide, ASLO, elevati valori di Proteina C-Reattiva

Quantità: 50 ml/mese per ogni livello, per ciascun laboratorio

11. Sierologia e infettivologia

In forma liquida con almeno due livelli (positivo- negativo)

Stabilità flacone aperto 60 gg a 2-8° C, non aperto 1 anno a 2-8° C

Per i seguenti analiti : Anti HIV-,Anti HCV, Anti HBc, HBsAg, Anti HBs, Anti HAV; anti HBe, HBeAg, HBc IgM, HAV IgM. TORCH IgG – IgM, Epstein – Barr virus

Quantità: 15 ml/mese per ogni livello,per ciascun laboratorio

12. Esame Urine

Due livelli di concentrazione, preferibilmente in forma liquida

Stabilità flacone aperto 30 gg a 2-8° C

Devono essere inclusi anche controllo per il sedimento urinario, hCG gravidanza,

Quantità: 24 ml/mese per ogni livello, per ciascun laboratorio

13. Autoimmunità

Controllo in forma liquida, (positivo e negativo)

Stabilità flacone aperto almeno 60 gg a 2-8° C

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6681
Fax. 0781 66835006
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/ 6683227
Fax. 0781/ 6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Acquisti

Sieri distinti per patern ANA (Omogeneo – Punteggiato – Nucleolare – Centromerico), ENA e per i test in EIA

Quantità: 5 ml/mese per ogni livello per un laboratorio

14 .Biologia molecolare

Controllo in forma liquida, (positivo)

Stabilità a flacone aperto 60 gg a 2-8° C, chiuso 10 mesi a 2-8° C

Reattivo per il rilevamento degli acidi nucleici di HIV, HBV, HCV

Devono essere incluso anche il controllo per malattie a trasmissione sessuale (Chlamidia trachomatis)

Quantità: 5 ml/mese per un laboratorio

Caratteristiche dei materiali

1. I materiali dovranno essere tutti rigorosamente a matrice umana e commutabili, cioè il più possibile simili alle caratteristiche chimico-fisiche dei campioni analizzati e quindi adattabili a tutti i metodi/sistemi presenti in Laboratorio.
2. essere testati e certificati a livello internazionale, conformi alle normative in vigore ed in rispetto a quanto disposto dalla direttiva CEE 98/79/CE (marchi CE – IVD), Devono essere negativi per HbsAg , HCV, HIV 1 e 2, riportare ben in vista sulle confezioni indicazioni riguardanti: la Ditta produttrice, il codice, la descrizione del prodotto e il lotto.
3. Escludendo i materiali deperibili, come sangue intero ecc., i materiali offerti devono possedere stabilità lunga, preferibilmente 2 anni, comunque non meno di 1, dovrà cioè essere garantita la fornitura dello stesso lotto per tutta la durata della gara.
4. essere multiparametrici (per poter ridurre il numero di materiali utilizzati), disponibili su più livelli (per poter valutare l'intero intervallo analitico),c ompatibili con tutti i sistemi analitici presenti in laboratorio. Le confezioni dovranno contenere flaconi di materiale rigido, impilabili, ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite e sostituibili qualora il materiale arrivi in modo non conforme a quanto dichiarato sulle specifiche confezioni.
5. essere corredati di inserti con valori assegnati per i metodi principali in commercio, schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità (a prodotto aperto e chiuso), schede di sicurezza e certificati di analisi in lingua italiana
6. devono consentire di partecipare a programmi di confronto interlaboratorio con la possibilità di visualizzare i dati via Internet
7. la ditta fornitrice deve essere certificata secondo le norme ISO 9000

Caratteristiche del software

1. Il programma applicativo dovrà essere rigorosamente in lingua Italiana e in ambiente Windows.
2. Il programma dovrà essere personalizzabile, permettere cioè in base agli obbiettivi del Laboratorio ,di determinare le regole statistiche da applicare per singolo analita, riferendole ai traguardi analitici specifici per ogni test. Tale operazione dovrà essere effettuata in modo automatico lasciando all'operatore l'opportunità di accettare o meno l'impostazione suggerita

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6681
Fax. 0781 66835006
Mail: dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/ 6683227
Fax. 0781/ 6683224
Mail: gigliola.ventura@aslcarbonia.it



Servizio Acquisti

3. Il programma dovrà gestire le note di non conformità rintracciabilità dei dati e dell'operatore, con protezione di accesso al database mediante chiavi di sicurezza differenziate.
4. Il software deve consentire:
 - la validazione dei dati per ogni singolo strumento.
 - Stima in tempo reale dell'imprecisione di ogni metodo seguito dal Laboratorio, attuabile tramite controllo statistico di processo (regole di Westgard) secondo le recenti indicazioni internazionali
 - Valutare in tempo reale l'accuratezza di ogni metodo confrontando i dati generati dal laboratorio con quelli del database
 - Elaborazione statistica dei dati (media- DS-CV-BIAS) mensili e cumulativi, eseguiti su gruppi omogenei e per metodo. Le statistiche devono essere memorizzabili per un periodo non inferiore a 1 anno
 - Rappresentazione grafica dei dati inseriti, visualizzazione e stampa, tramite carte di Levey – Jennings , Istogrammi e Youden Plot.
 - Applicazione di intervalli di accettabilità riconducibili alla Variabilità Biologica e stato dell'arte di ogni analita, valutabili singolarmente tramite: errore totale, imprecisione e bias relativo

Le caratteristiche dei materiali e del software devono risultare in dettaglio nella documentazione tecnica, pena l'esclusione.

I termini di presentazione delle offerte sono così rideterminati:

- ORE 13.00 DEL GIORNO ____/10/2010

La presente comunicazione dovrà essere presentata firmata per presa visione e accettazione unitamente ai Capitolati Speciale e Generale, ai sensi del punto 11 dell'art. 3 del Capitolato Speciale.

Si confermano le altre prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis

Coordinatore Sett. Acquisti
Sig.ra Gigliola Ventura