



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 1369/c

5 NOV. 2010

adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *Acquisto elettrocardiografi, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Aggiudicazione in favore della Ditta Elettromedical sas di Boscato Giorgio.*

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

**Vista** la nota Prot. ABS PI/2882 del 12.10.2010 del Direttore della S.C. di Pronto Soccorso e OBI – Dr.ssa V. Lantini, con la quale chiede l'acquisto urgente di n° 3 elettrocardiografi;

**Rilevato** che la richiesta è motivata dalla necessità di dotare il Pronto Soccorso del PO Sirai di nuovi elettrocardiografi, in quanto tre dei quattro in dotazione sono fuori uso;

**Ritenuto** urgente ed indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione del Servizio;

**Atteso** che l'Ufficio ha ritenuto opportuno integrare la fornitura con ulteriori richieste agli atti dell'Ufficio medesimo;

**Tenuto conto** che la spesa presuntiva ammonta a circa € 15.000,00 + IVA di legge;

**Considerato** che appare percorribile l'acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 che testualmente recita " ...Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

**Rilevato** che trattandosi di acquisto il cui importo è inferiore a € 20.000,00 IVA, ai sensi del citato articolo, può prescindere dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;

**Atteso** che l'ufficio ha ritenuto opportuno di dover procedere all'acquisizione di quanto in argomento mediante gara informale assicurando la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, assicurando la produzione dell'offerta in busta chiusa, la cui apertura sarà demandata ad apposita commissione in seduta privata;

**Precisato** che l'Ufficio con note inviate a mezzo posta Prioritaria, Prot. PG/24084 del 13.10.2010, e anticipate a mezzo fax, ha invitato le sotto elencate ditte a formulare offerta, stabilendo il termine per la presentazione delle medesime entro il giorno 22.10.2010:  
*Cardiomed (CA) - Elettromedical (Sestu – CA) – EMME E GI (CA) – Esaote (FI) – Mast Medical (CA) – Sirio Medical (SS) – Te.S.Med. (CA) Terapon (CA);*

**Preso atto** che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle Ditte;

<i>EMME E GI</i>	<i>Prot. 24680</i>	<i>del 20.10.2010</i>
<i>Terapon</i>	<i>Prot. 24818</i>	<i>del 22.10.2010</i>
<i>Sirio Medical</i>	<i>Prot. 24823</i>	<i>del 22.10.2010</i>
<i>Elettromedical</i>	<i>Prot. 24850</i>	<i>del 22.10.2010</i>
<i>Mast Medical</i>	<i>Prot. 24856</i>	<i>del 22.10.2010</i>
<i>Te.S.Med.</i>	<i>Prot. 24860</i>	<i>del 22.10.2010</i>



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione *1369/c* del 5 NOV. 2010

- Visto** il verbale di gara in data 29.10.2010 della Commissione di aggiudicazione, nominata Disposizione Amministrativa n° 77 del 27.10.2010;
- Preso atto** che la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta Elettromedical che ha presentato l'offerta economicamente più bassa;
- Vista** la lettera d'invito;
- Visto** il D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;
- Rilevato** che per l'acquisto di che trattasi non risulta apposito finanziamento, né disponibilità alcuna sulle quote per le urgenze dei Piani di Investimento, e pertanto l'unica copertura finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente;

#### Propone

- di disporre, come da premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione della fornitura di Elettrocardiografi, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

#### IL COMMISSARIO

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- ▶ di ratificare l'allegato verbale in data 29.10.2010, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata (cittino fiduciario) per la fornitura di elettrocardiografi per servizi diversi;
- ▶ di disporre l'affidamento in favore della **Ditta Elettromedical sas di Boscato Giorgio** – Prev.n° 206/2010 rif. SB/ac del 21.10.2010 di quanto sotto elencato, attingendo i fondi necessari dal bilancio corrente:
  - N° 5 Elettrocardiografi **CARDIOLINE mod. AR2100 VIEW** completi di carrello a € 2.540,00 cad. + IVA 20% - in configurazione come da offerta;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione *1369/c* del **05 NOV. 2010**

- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 15.240,00 IVA 20% inclusa**, sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale – bilancio corrente;
- ▶ di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte del magazzino competente saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto;

*[Signature]*  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giuseppe Serra



Il Commissario  
Dr. Maurizio Calamida

*[Signature]*

Il Direttore Sanitario  
Dr. Antonio Farci

*[Signature]*

Resp.le Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis

*[Signature]*

Ufficio gare/A. Ventura *[Signature]*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 1369/c del 5 NOV. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 8 NOV. 2010 al 22 NOV. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

*[Handwritten signature]*

Destinatari:

**Collegio dei sindaci**

**Servizio Acquisti**

**Servizio Bilancio**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

PRESIDIO OSPEDALIERO  
SIRAI  
PRONTO SOCCORSO

prot. 1344/05 del 8.10.10

Carbonia, 8 ottobre 2010

**PERVENUTA IL 12 OTT. 2010**

Al Responsabile del Servizio  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dr.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Elettrocardiografi Pronto Soccorso P.O. Sirai.

Si richiede l'acquisizione urgente di n°3 elettrocardiografi da destinarsi al Servizio di Pronto Soccorso e OBI del Presidio Ospedaliero Sirai.

Risulta infatti che dei 4 elettrocardiografi in uso, 3 di questi sono fuori uso.

Le caratteristiche richieste per gli elettrocardiografi sono le seguenti:

- 12 canali
- leggerezza e formato compatto
- stampate termica integrata di alta qualità per stampe formato A4
- batteria incorporata ricaricabile per funzionamento indipendente per almeno 4 ore
- schermo LCD ampio a chiaro per visualizzare le registrazioni prima della stampa
- modalità di registrazione automatica o manuale
- memoria ECG
- programma di interpretazione per adulti e bambini
- tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ASL 7 - Carbonia  
Il Direttore del P.O. Sirai  
Dr. Sergio PILI

Il Direttore della S.C.  
di Pronto Soccorso e OBI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PGI 24084 PROT. / 13 OTT. 2010

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
Terapon  
Via Renzo Laconi, 18  
Cagliari - 09122

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PGI 24084 PROT. / 13 OTT. 2010

POSTO PRIORITARIA

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
Te.S.Med.  
Via Nazionale, 59b  
Decimomannu (CA) - 09033

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottomo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PGI 24084 PROT. / 13 OTT. 2010  
POSTA PRIORITARIA

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
Sirio Medical Srl  
Via Oslo, 3A  
Sassari - 07100

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

*Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)*

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PGI 24084 PROT. / 13 OTT. 2010  
POSTA PRIORITARIA

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
Mast Medical srl  
Loc. Pillè Matta Zona Industriale  
Quartucciu (CA) - 09044

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PG/ 24084 PROT. / 13 OTT. 2010  
POSTA PRIORITARIA

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
Esaote S.p.A  
Via di Caciolle, 15  
Firenze - 50127

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PG/ 24084 PROT. / 13 OTT. 2010  
POSTA PRIORITARIA

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
EMME & GI srl  
Via Trincea delle Frasche, 12A  
Cagliari - 09122

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

*Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)*

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PG/ 24084 PROT. / 13 OTT. 2010

POSTA PRIORITARIA

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
Elettromedical sas  
SP Sestu- Elmas, Km 2,400  
Sestu (CA) - 09128

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

N° PGI 24084 PROT. / 13 OTT. 2010  
POSTA PRIORITARIA

Carbonia, 13.10.2010

Spett.le Ditta  
Cardiomed  
Via Palestrina, 84  
Cagliari - 09129

**OGGETTO:** *Richiesta di preventivo. Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali*

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'**Allegato A** alla presente.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 22.10.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di elettrocardiografi per UU.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

*Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CA)*

Si evidenzia che:

- 1) Le apparecchiature offerte devono essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa e continuità di servizio.  
Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparati che al momento della presentazione dell'offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli / versioni.  
In considerazione del contesto in cui tali apparecchiature saranno inserite e dei carichi di lavoro previsti, le stesse dovranno garantire la massima affidabilità ed elevati livelli di produttività senza compromissione degli aspetti qualitativi.

Le Ditte hanno obbligo, pena l'esclusione, di rispondere sequenzialmente a tutti i punti delle specifiche tecniche e, all'interno dei medesimi punti, ad ogni singola voce riportando, ove richiesti, gli esatti parametri di riferimento dell'apparecchiatura proposta.

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

La fornitura deve intendersi effettuata con la formula "**chiavi in mano**", quindi comprensiva dell'installazione dell'apparecchiatura, compreso il collaudo e la messa in servizio e il corso di formazione teorico – pratico per il personale sanitario utilizzatore.

Ciascuna Ditta partecipante potrà offrire un solo modello di apparecchiatura.

**Non sono ammesse offerte alternative**

- 2) L'appalto dà luogo ad aggiudicazione provvisoria. L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte, **senza che la Ditta possa avanzare maggiori pretese, richieste di indennizzi, ristoro o quant'altro.** In particolare l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

Si evidenzia che l'offerta deve contenere il **prezzo unitario onnicomprensivo** di ogni singolo bene espresso in cifre e in lettere, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'ASL 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA.

Il prezzo proposto deve ritenersi comprensivo della garanzia di tipo assicurativo "Full risk".

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

- uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche tecniche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello. I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
- deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
- **Copia della presente nota e del Documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7**, timbrati dalla Ditta e firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta in segno di piena e totale visione ed approvazione.

La fornitura si intende regolata da tutta la specifica normativa di riferimento, anche se non specificatamente richiamata; le apparecchiature devono essere conformi alle norme di legge e alle normative tecniche nazionali ed europee vigenti al momento della consegna dei beni.

In particolare, ove applicabili, dovranno essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza secondo:

- Direttiva Europea 93/42 e D.Lgs 46/97 ( *Dispositivi medici* )
- D.Lgs 81/08 e succ. modifiche ( *Testo unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori* )
- D.Lgs 163/06 e succ. modifiche ( *Codice dei contratti* )
- Norme armonizzate CEI – EN riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica

pg 2



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASL N. 7 Carbonia**

- 3) L'aggiudicazione della fornitura sarà disposta a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, conformemente alle caratteristiche indicate.  
L'aggiudicazione del lotto è inscindibile per cui, l'esclusione di una singola voce compresa nel lotto comporta l'automatica esclusione dell'intero lotto.  
L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.  
Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.  
Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.
- 4) La fornitura prevede il collaudo di tutti i dispositivi non di consumo oggetto della fornitura stessa.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo, e rispettano tutte le indicazioni previste per i dispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alla "Direttiva Europea Dispositivi Medici 93/42".

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore o a cause di forza maggiore.

Oggetto del collaudo saranno anche i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento del personale addetto presso la sede dell'Azienda ASL Carbonia per l'utilizzazione delle apparecchiature, i collegamenti impiantistici e informatici ed i software installati conformemente a quanto richiesto nella presente.

Il collaudo e il corso di formazione devono essere concordati con gli Uffici competenti dell'Azienda ASL Carbonia.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, saranno a totale carico della Ditta.

L'accettazione del dispositivo è vincolato all'esito delle prove.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quanto altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

La Ditta dovrà curare l'installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.

Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche per rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti.

In detto periodo la Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione delle apparecchiature a garanzia del lavoro eseguito

Solo ad esito favorevole delle prove elencate verrà redatto il verbale di collaudo definitivo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda ASL.

- 5) Le apparecchiature devono avere garanzia non inferiore a **24 mesi**. La garanzia decorre dalla data del collaudo positivo, ad eccezione del materiale per cui è indicata "in offerta" una speciale garanzia.

In caso di difettosità dei dispositivi la Ditta è tenuta al ritiro e sostituzione dell'intero lotto che ha provocato difettosità senza nessun onere.

Per le apparecchiature oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l'effettuazione totale della manutenzione (riparazioni, sostituzioni, tarature, e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva) senza nessun onere da parte della Azienda ASL Carbonia, dovendosi considerare questo servizio conglobato nel prezzo d'offerta.

Il servizio di manutenzione delle apparecchiature nel periodo di garanzia deve intendersi un servizio di manutenzione "Full – Risk tutto compreso".

- 6) Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'ASL, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma del D.Lgs. n° 231 del 09.10.2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

- 7) La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione. L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nei termini di **giorni 15 (quindici)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

- 8) L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14, I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

*Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.*

- 9) Per il presente appalto, non è necessario procedere all'elaborazione del DUVRI a seguito di dichiarata insussistenza di rischi interferenti in quanto si presume che l'installazione delle apparecchiature avverrà entro n° 2 giorni lavorativi (art. 26 comma 3 D.Lgs.81/2008)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

modificato del D. Lgs 106/2009).

L'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi di interferenza è pari a zero.

Distinti saluti



Il Resp. le Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis

ADD/A. Ventura

invito elettrocardiografico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

## Allegato A

I requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi **indicativi** del livello qualitativo delle soluzioni attese.

Solo per gli aspetti di difformità la Commissione di gara verificherà se le soluzioni proposte risultino di pari livello qualitativo al fine di giudicarne l'idoneità e quindi l'ammissibilità dell'offerta.

All'offerente è demandato l'onere di specificare ulteriori caratteristiche integrative e migliorative delle apparecchiature e degli accessori previsti.

**N.B.** La Ditta offerente dovrà indicare la classificazione CND e il numero identificativo di cui all'art. 3 del Decreto 20.02.2007.

---

### *Lotto Unico*

#### *N° 5 Elettrocardiografi completi di carrello*

##### Caratteristiche:

- 12 canali;
- Leggerezza e formato compatto
- Stampante integrata di alta qualità per stampe F.to A4
- Batteria incorporata ricaricabile per funzionamento indipendente per almeno 4 ore
- Schermo LCD ampio a chiaro per la visualizzare le registrazioni prima della stampa
- Modalità di registrazione automatica e manuale
- Memoria ECG
- Programma di interpretazione per adulti e bambini
- Tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente
- Completo di tutti gli accessori per l'uso con pazienti adulti e pediatrici





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASL N. 7 Carbonia**

La Commissione procede alla lettura delle offerte economiche e constata quanto riportato nel prospetto prezzi allegato, costituito da n° 1 (una) pagina e parte integrante del presente verbale.

Sulla base dei prezzi riportati nell'allegato prospetto la Commissione propone la seguente aggiudicazione in favore della Ditta Elettromedical.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO



Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di elettrocardiografi

Descrizione	Q.tà	Ditta Terapon	Sirio Medical	Electromedical	Mast Medical	To.S.Med	EMME E GI
Elettrocardiografi completi di carrello	5	Philips Mod. Page Writer TC30 cod. 860306	BTL Italia Mod. BTL-0BLT cod. C08LT.002V300	Cardioline Mod. AR2100 VIEW	Esacle P8000 Power Interpretativo Cod. 9840400190	Mortara Instruments Mod. ELI 250	Esacle P8000 Power Interpretativo Cod. 9840400190
Prezzo unitario.	€	5.550,00 €	2.834,00 €	2.540,00 €	2.800,00 €	2.672,40 €	3.760,00

*Autore*

*Stelma*

*[Signature]*

*[Signature]*