



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Deliberazione n. 1453/c

24 NOV. 2010

adottata dal Commissario in data _____

OGGETTO: Gara d'appalto procedura aperta per fornitura biennale con opzione di rinnovo annuale di reagenti per determinazione quantitativa di tests ormonali con dotazione in service delle apparecchiature - Gara n. 578900 - Ratifica verbali della Commissione di aggiudicazione - Diserzione di gara.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che con delibera n° 1082/C del 04/08/2010 è stata indetto appalto a procedura aperta per la fornitura biennale con opzione di rinnovo annuale di reagenti per determinazione quantitativa di tests ormonali con dotazione in service delle apparecchiature, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di gara;

Atteso che in applicazione del D.Lgs. 163 del 12/04/06 è stata disposta la pubblicazione del bando sulla GURI 5^ Serie speciale n° 108 del 17/09/2010 e sulla GUCE S177/2010 del 11/09/2010, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell'avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Il Sole 24 Ore, La Nuova Sardegna e Il Sardegna del 27/09/2010;

Dato atto che con disposizione amministrativa n°81/2010 del 09/11/2010 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione;

Visti i verbali n° 2 in data 15/05/2010 e n° 1 in data 22/11/2010 della Commissione di aggiudicazione;

Preso atto della dichiarazione di diserzione di gara per carenza di offerte valide;

Considerato che le operazioni svolte in sede di pubblicazione e in sede di gara sono avvenute nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

PROPONE

atto di ratifica dei verbali della commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura biennale con opzione di rinnovo annuale di reagenti per determinazione quantitativa di tests ormonali con contestuale dichiarazione di diserzione di gara

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di ratificare i verbali in data in data 15/11/2010 e 22/11/2010 della Commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento della biennale con opzione di rinnovo annuale di reagenti per determinazione quantitativa di tests ormonali con dotazione in service delle apparecchiature.

- di dichiarare la diserzione di gara per carenze di offerte valide.
- di rinviare a successivo atto le determinazioni in merito a nuova gara ad evidenza pubblica.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp.le Serv. Acquisti/Dr.ssa A. Feddis

Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1153/C del 24 NOV. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 25 NOV. 2010 al 9 DIC. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gaveta".

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione gara d'appalto procedura aperta per fornitura biennale con opzione di rinnovo annuale di reagenti per determinazione quantitativa di tests ormonali con dotazione in service delle apparecchiature - Gara n. 578900.

Addì 15 del mese di novembre 2010 alle ore 12.30 nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia si è riunita in seduta riservata, regolarmente costituita, la commissione di aggiudicazione di cui al precedente verbale in data odierna. Sono presenti il Presidente Dott.ssa Maria Cristina Garau, i componenti Dott.ssa Agnese Foddis, Dott. Giuseppe Forresu, e la Sig.na Gigliola Ventura, con funzioni di segretaria verbalizzante. La Commissione procede all'esame verifica della documentazione tecnica presentata dalla ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl e alla conseguente verifica della idoneità dei prodotti offerti rispetto a quanto prevede il Capitolato Speciale di gara. La ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl offre i test richiesti, i consumabili necessari e in service la seguente strumentazione:

n° 2 Immulite 2000 XPi completi di PC e stampante cod. 030002-33

n° 1 VersaCell completo di PC e stampante cod. 5521014

n° Software Prisca 5.0 completo di PC e stampante


n° 1 Stampante codice a barre

n° 1 Collegamenti Host completi di PC e stampante

n° 1 Software "Prisca" per lo screening prenatale

L'offerta non risulta rispondente relativamente ai parametri TBG Cod. L2KTB2 e Testosterone totale cod. L2KTW2 in quanto dalle schede tecniche metodologiche risulta che la calibrazione è per ambedue settimanale. L'art. 2 del Capitolato Speciale prevede tra le caratteristiche essenziali dello strumento, richieste a pena di esclusione, quanto segue:

"Curve di calibrazioni memorizzabili con calibrazione stabile per almeno 15 giorni".



Trattandosi di caratteristica essenziale richiesta a pena di esclusione la Commissione ritiene l'offerta della ditta Healthcare Diagnostics Srl non conforme, escludendo la medesima dalle successive fasi del procedimento di gara.


Alle ore 14.00 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale risulta costituito da n° 2 pagine dattiloscritte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa M. Cristina Garau




La Commissione

Dott. Agnese Foddis




Dott. Giuseppe Forresu



La Segretaria

Sig.ra Gigliola Ventura





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione gara d'appalto procedura aperta per fornitura biennale con opzione di rinnovo annuale di reagenti per determinazione quantitativa di tests ormonali con dotazione in service delle apparecchiature - Gara n. 578900.

Addì 22 del mese di novembre 2010 alle ore 10.50 nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia si è riunita in seduta pubblica, regolarmente costituita, la commissione di aggiudicazione nominata di cui al precedente verbale in data odierna. Sono presenti il Presidente Dott.ssa Maria Cristina Garau, i componenti Dott.ssa Agnese Foddis, Dott. Giuseppe Forresu, e la Sig.na Gigliola Ventura, con funzioni di segretaria verbalizzante. E' presente il Dr. Luigi Pintus Procuratore Speciale della ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl. Il presidente procede alla lettura del verbale in seduta privata del 15/11/2010 relativo alla valutazione tecnica. Non essendo pervenuta nessuna offerta valida la Commissione dichiara la diserzione di gara. Il presente, costituito da n. 1 pagina dattiloscritta, viene inviato al Commissario per gli atti di competenza. Alle ore 11.15 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa M. Cristina Garau

La Commissione

Dott. Agnese Foddis

Dott. Giuseppe Forresu

La Segretaria

Sig.ra Gigliola Ventura

Il teste

Dr. Luigi Pintus



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione gara d'appalto procedura aperta per fornitura biennale con opzione di rinnovo annuale di reagenti per determinazione quantitativa di tests ormonali con dotazione in service delle apparecchiature - Gara n. 578900.

Addì 15 del mese di novembre 2010 alle ore 10.00 nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia si è riunita in seduta pubblica, regolarmente costituita, la commissione di aggiudicazione nominata con disposizione amministrativa n° 81/2010 del 09/11/2010. Sono presenti il Presidente Dott.ssa Maria Cristina Garau, Responsabile del Laboratorio Analisi, i componenti Dott.ssa Agnese Foddis, Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio, Dott. Giuseppe Forresu, Dirigente Medico Laboratorio Analisi P.O. S. Barbara, e la Sig.na Gigliola Ventura, Collaboratore Amministrativo Servizio Acquisti, con funzioni di segretaria verbalizzante.

Premesso

- che l'appalto è stato indetto con delibera n° 1082/C del 04/08/2010, approvando contestualmente il Capitolato speciale di gara;
- che, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 5^a Serie speciale n° 108 del 17/09/2010 e sulla GUCE S177/2010 del 11/09/2010, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell'avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Il Sole 24 Ore, La Nuova Sardegna e Il Sardegna del 27/09/2010;
- si è provveduto alla pubblicazione della documentazione di gara nel sito aziendale;

- che il bando di gara stabilisce il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 del giorno 03 novembre 2010 e l'esperimento pubblico in data odierna;
- che entro il suddetto termine risulta pervenuto il plico contenente l'offerta della Ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl - Prot. ASL 25428 del 29/10//2010

Tutto ciò premesso

Il Presidente dichiara aperta la seduta alla presenza del Dr. Luigi Pintus in qualità di Procuratore Speciale della ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl, come da procura a firma Dr. Claudio Guidobono Cavalchino del 02/02/2009 Rep. n. 62197/13693.

Verificata la regolarità formale nella presentazione del plico, così come disciplinato dall'art. 9 del Capitolato Generale, la Commissione procede al controllo della documentazione amministrativa e tecnica specificata nell'art. 3 del Capitolato Speciale.

La documentazione presentata dalla Ditta Siemens Healthcare Diagnostics Srl risulta conforme. La ditta è ammessa alle successive fasi del procedimento di gara.


La busta contenente l'offerta economica viene inserita in plico più grande che viene sigillato e controfirmato dalla commissione e dal teste. La commissione procederà in seduta riservata all'esame della documentazione presentata e alla conseguente verifica della idoneità dei prodotti offerti. Alle ore 12.00 il presidente dichiara chiusa aggiornandola alle ore 10 del giorno 22/11/2010.

Il presente verbale risulta costituito da n° 3 pagine dattiloscritte.



Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente


Dott.ssa M. Cristina Garau




La Commissione

Dott. Agnese Foddis 

Dott. Giuseppe Forresu 

La Segretaria

Sig.ra Gigliola Ventura 

Il teste

Dr. Luigi Pintus 