

23 MAR. 2009

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *Acquisto ventilatore portatile per il Servizio di Radiodiagnostica del PO Sirai, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Ditta Vivisol.*

*Il Responsabile del Servizio Acquisti:*

- Viste** le richieste in data 24.09.2008 (Prot. ABS 1151 del 07.10.2008) e in data 29.09.2008 (Prot. ABS 1153 del 07.10.2008), che si allegano alla presente per costituirne parte integrante, a firma congiunta del Resp.le UO di Anestesia e del Resp.le del Servizio di Radiodiagnostica del PO Sirai, tendenti ad ottenere al fornitura di n° 1 carrello per urgenza rianimatoria completo di defibrillatore e ventilatore portatili;
- Preso atto** che la richiesta è motivata dalla necessità di dotare il Servizio di Radiologia del PO Sirai di adeguate apparecchiature e attrezzature per la sicurezza rianimatoria al fine di garantire la corretta assistenza al paziente e non incorrere nell'interruzione del servizio;
- Accertato** che per la tipologia della fornitura non si dispone di scorte di magazzino;
- Atteso** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Tenuto conto** che:  
a) la spesa presuntiva ammonta a circa € 9.000,00 + IVA di legge;  
b) i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda;
- Valutata** l'opportunità di procedere all'acquisto di quanto richiesto, al fine di garantire la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione del servizio;
- Visto** l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, che testualmente recita " ...Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- Rilevato** che trattandosi di acquisto il cui importo è inferiore a € 20.000,00 IVA, ai sensi dei citati articoli, può prescindersi dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;
- Rilevato** che l'Azienda, a seguito di procedura negoziata ad offerte plurime, con Delibera n° 992 del 06.08.2008 ha disposto la fornitura di ventilatori portatili per le UU.OO. di Anestesia/Rianimazione di Iglesias e Carbonia;
- Preso atto** che la Ditta Vivisol è risultata affidataria della fornitura di n° 2 Ventilatore pressometrico per la ventilazione non invasiva Mod. ELISSÈ 150 – SAIME cod. 22580 a € 9.360,00 cad. + IVA 20%
- Atteso** che il Servizio con nota fax Prot. 3275 del 12.12.2008, integrata con nota fax Prot. 113 del 19.01.2009, ha invitato la Ditta Vivisol a voler confermare e/o proporre miglioria alle condizioni economiche di cui alla Delibera di affidamento n° 992 del 06.08.2008;
- Vista** la nota di riscontro, Prot. fax ASL 691 del 03.03.2009, con la quale la Ditta Vivisol conferma le proprie quotazioni;

**Rilevato** che per l'acquisto di che trattasi non risulta apposito finanziamento, né disponibilità alcuna sulle quote per le urgenze dei Piani di Investimento, e pertanto l'unica copertura finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente;

### Propone

- se si condividono i presupposti, l'adozione di apposito atto deliberativo che disponga, l'affidamento della fornitura di n° 1 ventilatore portatile in favore della Ditta Vivisol, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006;

### Il Direttore Generale

**Preso atto** della richiesta a firma congiunta del Resp.le dell'UO di Anestesia e del Resp.le del Servizio di Radiodiagnostica del PO Sirai, nonché dell'Istruttoria svolta dal Servizio Acquisti;

**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, alla **Ditta Vivisol** la fornitura di quanto sottoelencato, da destinare al Servizio di Radiodiagnostica del PO Sirai,;
  - n° 1 Ventilatore pressumetrico per la ventilazione non invasiva **Mod. ELISSÈ 150 – SAIME cod. 22580 a € 9.360,00 cad. + IVA 20%**
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare il costo complessivo di € 11.232,00 *IVA vigente compresa*, sulla classe di costo 020300004 del Bilancio corrente.
- ▶ di demandare al **capo servizio bilancio/contabilità** di provvedere all'aggiornamento del budget *relativo apparecchiature sanitarie* del programma di gestione ENCO in dotazione all'Azienda, con l'inserimento della somma di € 11.232,00 per permettere l'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di dare atto che l'Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS/

Coll.Amm.vo/A. Ventura

  
**Il Direttore Generale**  
**Dr. Pietro Pasquale Chessa**

AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA

AZIENDA USL 7 CARBONIA

- 6 OTT. 2008

PROTOCOLLO  
ARRIVO

P.O. SIRAI Carbonia  
U.O. Anestesia e Rianimazione  
Primario Dott. Angelo Desogus

Carbonia, 24 settembre 2008

PERVENUTA IL 07 OTT. 2008 ABS

Prot. n. 1151

Al Resp.le Servizio acquisti  
Al Resp.le Servizio di Radiologia

**Oggetto: dotazione carrello per urgenza rianimatoria**

Allegando procedure  
e il possibile allargamento  
della dotazione  
Op. 7 x CF

A seguito di richiesta del responsabile del Servizio di Radiologia, anche in considerazione del recente adeguamento tecnologico (installazione di TAC di ultima generazione), nell'ambito della messa in sicurezza del Servizio, relativamente alle dotazioni di sicurezza rianimatoria si consiglia la predisposizione di carrello mobile per l'urgenza rianimatoria da posizionare in sala TAC con possibilità di essere rapidamente spostato negli altri locali del Servizio. La postazione mobile deve essere costituita da carrello con ruote con numerosi cassetti per farmaci, infusioni e dispositivi rianimatori comprendenti anche Ambu per adulti e bambini, defibrillatore/monitor e ventilatore portatile tipo domiciliare.

In allegato si trasmettono le specifiche di minima che tale sistema deve possedere.

Cordiali saluti

Il responsabile dell'U.O.  
Dott. Angelo Desogus

*Desogus*  
*Angelo Desogus*

in allegato al referto

### **Caratteristiche di minima del carrello**

**Il carrello deve:**

- **essere dotato di ruote;**
- **essere costruito in monoscocca di materiale antiurto, resistente al lavaggio e alla disinfezione;**
- **avere ampio piano di appoggio, possibilmente espandibile;**
- **avere ripiano porta-monitor orientabile e sollevato dal piano di appoggio;**
- **essere dotato di asta porta-flebo;**
- **essere dotato di almeno cinque cassette per farmaci e dispositivi;**
- **essere dotato di pattumiera a lato della scocca;**
- **essere possibilmente dotato di contenitori per sondini e cateteri;**
- **essere possibilmente dotato di quadro per prese elettriche tipo shuko;**
- **essere possibilmente dotato di tasche basculanti laterali o barre porta accessori.**

### **Caratteristiche di minima del defibrillatore**

**Il defibrillatore deve:**

- **avere le caratteristiche di defibrillatore portatile multiparametrico, bifasico, manuale/semiautomatico, adulto/pediatrico;**
- **avere ampio display LCD a colori a 2 tracce con visualizzazione SPO2 e CO2;**
- **permettere cardioversione sincronizzata;**
- **avere sonda per saturimetria;**
- **avere sonda per capnografia;**
- **avere cavo ECG a 5 elettrodi;**
- **avere piattelli adulto/pediatrici con rilevatore impedenza;**
- **permettere visualizzazione stato di carica sul display;**
- **funzionare in modalità semiautomatica con comandi vocali;**
- **funzionare in modalità manuale;**
- **possedere allarmi regolabili su tutti i parametri rilevati;**
- **avere registratore , possibilmente a due canali, integrato;**
- **avere alimentatore e carica-batteria integrato;**
- **permettere rapida ricarica al 100% della batteria scarica ;**
- **essere possibilmente dotato di pace-maker integrato;**
- **permettere memorizzazione e stampa di un numero elevato di rapporti di defibrillazione;**

### **Caratteristiche di minima del ventilatore**

**il ventilatore polmonare deve essere di tipo domiciliare volumetrico-pessometrico, adulto/pediatrico con circuito doppio tubo e deve avere le seguenti caratteristiche:**

**Modalità di ventilazione**

- **Cpap**
- **Bi-level spontanea/temporizzata o temporizzata**
- **PS**

- *PS a volume garantito*
- *Volumetrica pura, assistita, controllata*

#### **Parametri regolabili**

- *Peep*
- *Frequenza minima garantita*
- *Volume corrente garantito*
- *Rapporto I/E*
- *Pressione tele inspiratoria regolabile*
- *Trigger regolabile*
- *Trigger regolabile su diversi livelli*
- *Chiave di sicurezza*

#### **Parametri misurabili**

- *Frequenza respiratoria*
- *Pressione tele inspiratoria*
- *Volume corrente espirato*
- *Peep*
- *Rapporto I/E*

#### **Allarmi**

- *Allarmi di alta e bassa pressione per ciclo*
- *Allarmi di volume corrente e volume minuto espiratorio*
- *Allarme di frequenza respiratoria*
- *Allarme di apnea*
- *Allarme di de connessione paziente*
- *Allarmi mancanza alimentazione rete*
- *Allarme batteria scarica*

#### **Alimentazione**

- *Sia da rete che da batteria interna*
- *N.B. Il peso complessivo dell'apparecchio non deve superare i 4 kg circa*

**AZIENDA USL 7 CARBONIA**

AZIENDA U.S.L. N°7  
CARBONIA

06 OTT. 2008

PROTOCOLLO  
ARRIVO

**P.O. SIRAI Carbonia**

**Servizio di Radiodiagnostica**

Primario Dott. Paolo Aromando

PERVENUTA IL 07 OTT. 2008 ABS  
~~PROT.M. 1153~~ PROT.M. 1153

Carbonia, 29 settembre 2008

*Paolo Aromando*  
ved. richiesta Dr. Sirai

Al Resp.le Servizio Acquisti

**Oggetto: dotazione carrello di rianimazione in sala TAC**

Si richiede, con procedura d'urgenza, nell'ambito della messa in sicurezza del Servizio di Radiodiagnostica, in accordo col responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione, carrello per emergenza costituito oltre che dal carrello stesso, da monitor-defibrillatore e ventilatore tipo domiciliare.

Si allega analogha richiesta del Resp.le dell'U.O. di Anestesia con le specifiche tecniche di minima della postazione mobile.

Cordiali saluti

Il resp.le del Servizio di Radiodiagnostica

Dott. Paolo Aromando

*Paolo Aromando*  
*Dr. Sirai*

*Carb. 29/9/08*

**TRASMISSIONE FAX  
URGENTE**

N° 3275 di Prot.

12 DIC 2008

Carbonia, 12/12/2008

Lettera inviata solo tramite fax  
SOSTITUISCE ORIGINALE  
Ai sensi art. 6, comma 2, L. 412/1991

**DA Azienda Sanitaria Locale n° 7 - Carbonia**

Fax 0781/6683224

**A Ditta Vivisol**

Fax 039-2396255

**OGGETTO:** Affidamento fornitura ventilatore pressumetrico. Delibera n° 992 del 06.08.2008

Con riferimento alla fornitura citata in oggetto si comunica che è intendimento di questa Azienda procedere all'acquisto di n° 1 ulteriore ventilatore aggiudicato a Codesta Ditta con Delibera n° 992/2008, e precisamente:


- Ventilatore pressumetrico per la ventilazione non invasiva **Mod. ELISSÈ 150 – SAIME cod. 22580 a € 9.360,00 cad. + IVA 20%**

Per quanto sopra siamo a chiedervi la conferma del prezzo ed eventuale offerta migliorativa in merito.

Pregasi anticipare urgente riscontro al n° di fax 0781/6683224 entro il 16.12.2008.

Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti

**I Resp.le Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis**

Coll. Amm.vo/ A. Ventura 

Richiesta offerta migliorativa Vivisol

TRASMISSIONE FAX  
URGENTEN° *MS* di Prot. *19 GEN 2009*

Carbonia, 19/01/2009

Lettera inviata solo tramite fax  
SOSTITUISCE ORIGINALE  
Ai sensi art. 6, comma 2, L. 412/1991

DA Azienda Sanitaria Locale n° 7 - Carbonia

Fax 0781/6683224

A Ditta Vivisol

c.a. Sig. Antonello Girau

Fax 070-247370

A Resp.le Servizio Protezione e Prevenzione Aziendale

Fax 0781-6683302

OGGETTO: *Integrazione ns. nota Prot. 3275 del 12.12.2008 per fornitura Ventilatore pressumetrico.*

Si fa seguito alla nota citata in oggetto, concernente la richiesta di conferma del prezzo e/o eventuale offerta migliorativa per l'acquisto di n° 1 ulteriore ventilatore, aggiudicato a Codesta Ditta con Delibera n° 992/2008, e precisamente:

- Ventilatore pressumetrico per la ventilazione non invasiva **Mod. ELISSÈ 150 – SAIME cod. 22580 a € 9.360,00 cad. + IVA 20%**

La fornitura oggetto di che trattasi, rientra nel disposto di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai commi 3 e 6 che testualmente recitano:

**Comma 3** "...Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi....".

**Comma 6** "...Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici

pg 1



*e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione...."*

Al fine di ottemperare alla disposizione menzionata, a titolo d'integrazione della precedente nota Prot. 3275 del 12.12.2008, si invita codesta Ditta a volere:

- a) Indicare in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi alla presente fornitura.
- b) Contattare il competente Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (*Ing. Antonio Zandara cell. az. 3204331720 - Tel. 0781/6683631 - 3300 - 3302*) per la predisposizione di **eventuale DUVRI** (Documento Unico di valutazione Rischi Interferenti) dal allegare al contratto di affidamento;

E' doveroso chiarire che i costi della sicurezza si intendono già ricompresi nel prezzo di offerta.

Il Resp.le del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale in ottemperanza alle misure stabilite dalla normativa è invitato per propria competenza a voler definire, congiuntamente alla Ditta in indirizzo, il "DUVRI" comunicando al Servizio scrivente gli eventuali costi sulla sicurezza, connessi ai rischi di interferenza, a carico dell'ASL e soggetti a separato impegno di spesa.

Si ribadisce che il DUVRI è un documento obbligatorio da allegare al contratto, pena la sua nullità.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Pregasi anticipare urgente riscontro a mezzo fax al n° 07816683224.



**Il Resp.le Servizio Acquisti**  
**Dr.ssa Agnese Foddis**

Coll. Amm.vo/ A. Ventura

richiesta offerta migliorativa Vivisol - Integrazione



Spett.le  
ASL CARBONIA  
SERVIZIO ACQUISTI  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA

~~XXXXXXXXXX~~ Fax: 0781/6683224

MO/LM 39/1/09

25/02/2009

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

03 MAR. 2009

Oggetto: Fornitura ventilatore presometrico  
Vs. prot. n. 3275 del 12/12/2008 e n. 113 del 19/01/2009

PROT. 691 Acq.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 3275 del 12.12.2008, concernente la richiesta di conferma del prezzo e/o eventuale offerta migliorativa per l'acquisto di un ulteriore ventilatore, aggiudicato alla Vivisol con Delibera n.992/2008, si è lieti comunicare la conferma del prezzo di cui alla stessa Delibera.

Con riferimento alla Vs. comunicazione con protocollo in oggetto, la sottoscritta è lieta di fornire le informazioni riguardo gli adempimenti sul costo della sicurezza, relativi sia alle richieste della normativa D.Lgs. 163/06 sia del recente D.Lgs. 81/2008.

Con la premessa che le normative nazionali ed internazionali (prime fra tutte la Direttiva 89/391/CEE e il D.Lgs. n. 626/1994 e s.i., oltre al recentissimo D.Lgs. n. 81/2008) vengono tutte rispettate nell'ambito della sicurezza, si ricorda che tra l'altro la sottoscritta ha ottenuto, da diversi anni, certificazione ISO 9001:2000 nell'ambito della quale sono state verificate, e periodicamente testate, anche le procedure di gestione della sicurezza sul luogo del lavoro.

Nella valutazione del costo della sicurezza, al momento dell'offerta sono stati considerati le seguenti voci: visite mediche per i dipendenti; vestiario fornito ai dipendenti che trattano anche l'ossigeno e idonei dispositivi di protezione individuale; corsi di informazione ed addestramento dei lavoratori; il rispetto di obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza; e quant'altro previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

I costi, in ragione anche della loro competenza inevitabilmente ripartita per le varie procedure di gare (es. la visita medica ai dipendenti è un costo non imputabile solo alla procedura in oggetto), può essere stimata intorno al 0,5% dell'importo offerto.

Si ritiene opportuno confermare che per tutte le figure che si intendono impiegare nel contratto in oggetto, ed in generale per tutto il personale della sottoscritta ditta, vengono rispettate tutte le normative vigenti relative al contratto del lavoro.

In riferimento al modulo DUVRI, da parte nostra sono state segnalate al competente Servizio di Prevenzione e Protezione della Vs. spettabile Azienda ASL 7, nella persona dell' Ing. Antonio Zandara, le operazioni relative alla consegna, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura oggetto della fornitura, presso il reparto richiedente.

Fiduciosi di aver fornito con la presente elementi idonei e sufficienti ad una serena e corretta valutazione di quanto richiesto, ci riserviamo comunque di fornire ulteriori informazioni o documentazione e Vi evidenziamo la disponibilità del nostro personale sia di Sede che del Centro Servizi Territoriale a fissare con Voi un incontro di approfondimento.

Distinti Saluti

VIVISOL S.r.l.  
Consigliere Delegato

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 270 del 23 MAR. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 MAR. 2009 al 6 APR. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali

Allegati n: \_\_\_\_\_

Destinatari:

*Collegio dei sindaci  
Servizio Acquisti  
Servizio Bilancio*

Acquisto ventilatore portatile per RAD Sirai