

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 137

adottata dal Direttore Generale in data 28 GEN. 2004

OGGETTO: *Autorizzazione all'acquisto urgente a mezzo trattativa privata ad offerte plurime – procedura negoziata di dispositivi medici e materiale di consumo per emodinamica per U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta di fornitura Prot. ABS n° 21 del 14.01.04 del Resp.le dell'U.O di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai, debitamente approvata dal Resp.le Medico dei PP.OO. e dal Resp.le del Servizio Farmacia Ospedaliera Aziendale, tendente ad ottenere l'acquisto di dispositivi medici e materiale per emodinamica occorrenti all'U.O. di Cardiologia e UTIC del P.O. Sirai;
- Precisato** che i prodotti richiesti non sono attualmente oggetto di alcun affidamento contrattuale e che l'emodinamica è attività reparto di nuova istituzione nella nostra azienda, per cui al fine di avviare la relativa attività, si rende necessario procedere alla dotazione di quanto richiesto;
- Precisato** che il competente Ufficio sta predisponendo il Capitolato Speciale della gara a pubblico incanto che verrà indetta con separato atto deliberativo ;
- Atteso** che l'Azienda non può servirsi del sistema della convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999, in quanto l'affidamento oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere;
- Ritenuto** considerando l'urgenza di acquisizione rappresentata dal Direttore Medico del Presidi Ospedalieri, di dover procedere all'acquisizione urgente a mezzo trattativa privata ad offerte plurime ai sensi dell'art. 9 p. 4 lett. d) del D.Lgs. 358/92 che consente tale procedura in caso di eccezionale urgenza;
- Visto** l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, che ammette il ricorso alla trattativa privata ad offerte plurime per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi, al netto dell'IVA, non siano superiori ai 200 milioni pari a € 103.291,38;
- Precisato** che il ricorso ad altre procedure non consentirebbe l'acquisizione in tempi brevi;
- Considerato** che la spesa presuntiva ammonta a € 100.000,00 inclusa l'IVA di legge;

PROPONE

sulla base della norme vigenti, l'adozione di apposito atto deliberativo:

- di autorizzazione alla trattativa privata ad offerte plurime per l'acquisizione dei dispositivi medici e materiale di consumo per la nuova attività di Emodinamica nell'U.O. di Cardiologia e UTIC del P.O. Sirai;
- di approvazione della lettera di invito alla trattativa da inviare alle seguenti Ditte: BIOHT (Legnano MI) - Cordis (Sesto S.Giovanni MI) - B.Braun Milano (Milano) – Guidant Italia (Segrate) – Boston Scientific (Genova) – Medtronic (Milano) – ATM (Alghero) – Terapon (Cagliari) – Modesto Manca (Cagliari) – N.G.C. Medical (Novedrate CO) – Artemide (Cagliari) – PS Medical (Sassari);



IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo per la nuova attività di emodinamica presso l'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai
- Di approvare l'allegata lettera di invito.
- Di inoltrare la richiesta di preventivo alle seguenti ditte: *BIOHT (Legnano MI) - Cordis (Sesto S.Giovanni MI) - B.Braun Milano (Milano) - Guidant Italia (Segrate) - Boston Scientific (Genova) - Medtronic (Milano) - ATM (Alghero) - Terapon (Cagliari) - Modesto Manca (Cagliari) - N.G.C. Medical (Novedrate CO) - Artemide (Cagliari)- PS Medical (Sassari)*;
- Di demandare al Resp.le Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata.
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 100.000,00 IVA inclusa sulle classi di costo 420100009 e 420100010 del piano dei conti aziendale.
- Di dare atto che l'affidamento oggetto del presente atto non risulta incluso nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere.
- Di disporre, ai sensi del 5° comma dell'art. 24 della Legge 289/2002, l'inoltro del presente atto alla Corte dei Conti.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 134 del 28 GEN. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USI n. 7

a partire dal 28 GEN. 2004 al 11 FEB. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

AZIENDA USL 7 - Carbonia

Presidio Ospedaliero Sirai

Servizio di Cardiologia e Unità Coronarica 

Tel. 07816683383 Fax. 07816683394

Primario: Dr. Rinaldo Aste

Carbonia 17/11/03



14.01.2004 ABS

Prot. n. 21

Al Responsabile della Farmacia del P.O. Sirai
Dott. ssa P. Soppelsa

SEDE

Oggetto: Fornitura materiale di consumo per Emodinamica

Nell'imminenza dell'apertura della sala di cateterismo cardiaco e il conseguente inizio dell'attività di Emodinamica previsto per gennaio 2004, si richiede la fornitura del materiale di consumo relativo.

Si trasmette in allegato la richiesta di fornitura da mettere in gara d'appalto, nel frattempo allo scopo di poter iniziare l'attività nei termini previsti si richiede una fornitura provvisoria per sei mesi, considerando le quantità al 50%.

Distinti saluti

Dotto Rinaldo Aste

procedere con un quip
futili

Fangiar

13.1.04

Richiesta fornitura materiale di consumo per EMODINAMICA

La fornitura copre un periodo di 12 mesi.

Nei lotti dove specificato si preveda una valutazione tecnica sulle schede tecniche negli altri casi la valutazione verrà fatta sulla campionatura.

KIT di sala

Lotto 1

Kit per campo sterile – presidi (almeno 600 pezzi)

- 1 Ciotola D = cm 31 o 6000 cc (lavaggio per cateteri, guide, palloni)
- 1 Ciotola D = cm 11,5 (per MDC)
- 1 Ciotola D = cm 9 trasparente (per fisiologica)
- 1 Ciotola trasparente da 60 ml (per disinfettante)
- 1 Arcella graduata 700 cc
- 2 Spugna con manico
- 1 bisturi lanceolato, a punta
- Pacco garze (40 pz) cm 10x10
- Clip fermatelo (?)
- 1 siringa LM 20 cc con ago 21 GA 1 ½ " x anestesia e fisiologica
- 1 siringa LM 10 cc x TNG
- 1 siringa LM 5 cc x eparina
- 2 siringhe LLM 10 cc x MDC
- 3 cuffie copristrumento in PE (1 cm 75 x 90 , 2 cm 110 x 110)

Lotto 2

Kit iniezione MDC/pressione (almeno 450 pezzi)

- 1 prolunga armata LLM-RA/LLF (cm 50 o meno)
- 1 prolunga B.P. LLM/F (cm 50 o meno)
- 1 rubinetto a 3 vie OFF LLM 180°, B.P. (P. max 150 psi)

MATERIALE PER CORONAROGRAFIA

LOTTO 1

CATETERI DIAGNOSTICI

Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica.

- 450 cateteri per coronaria sinistra
- 450 cateteri per coronaria destra
- 450 cateteri per ventricolo sinistro
- + cateteri per bypass

Così suddivisi:

Coronaria sinistra

- | | | | |
|-------|-----------------|--------|---------------------|
| • 280 | cateteri JL 4 | 100 cm | (200 FR 5; 80 FR 6) |
| • 60 | cateteri JL 3,5 | 100 cm | (40 FR 5; 20 FR 6) |
| • 60 | cateteri JL 5/6 | 100 cm | (40 FR 5; 20 FR 6) |
| • 40 | cateteri AL 1 | 100 cm | (30 FR 5; 10 FR 6) |
| • 10 | cateteri AL 2/3 | 100 cm | (5 FR 5; 5 FR 6) |

Coronaria destra

- | | | | |
|-------|-----------------|--------|---------------------|
| • 320 | cateteri JR 4 | 100 cm | (240 FR 5; 80 FR 6) |
| • 40 | cateteri JR 3,5 | 100 cm | (30 FR 5; 10 FR 6) |
| • 40 | cateteri JR 5 | 100 cm | (30 FR 5; 10 FR 6) |
| • 40 | cateteri AR MOD | 100 cm | (30 FR 5; 10 FR 6) |
| • 10 | cateteri AR 2 | 100 cm | (5 FR 5; 5 FR 6) |

Altri cateteri

- | | | | |
|------|-----------------|--------|---------------------|
| • 10 | cateteri MPA I | 100 cm | (5 FR 5; 5 FR 6) |
| • 10 | cateteri MPA II | 100 cm | (5 FR 5; 5 FR 6) |
| • 20 | cateteri CAS I | 100 cm | (15 FR 5; 5 FR 6) |
| • 60 | cateteri CAS II | 100 cm | (40 FR 5; 20 FR 6) |
| • 20 | cateteri IM | 100 cm | (15 FR 5; 5 FR 6) |
| • 20 | LCB | 100 cm | (15 FR 5; 5 FR 6) |
| • 20 | RCB | 100 cm | (15 FR 5; 5 FR 6) |

Ventricolo sinistro

- 450 cateteri pigtail 110 cm (350 FR 5; 100 FR 6)

E' sufficiente campionare 1 catetere per tipologia.

LOTTO 2

Introduttori arteriosi

- 350 kit completi (con miniguia) di introduttori arteriosi per arteria femorale da FR 5
- 100 kit completi (con miniguia) di introduttori arteriosi per arteria femorale da FR 6
- 70 kit completi (con miniguia ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da FR 5 11 cm
- 30 kit completi (con miniguia ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da FR 5 23 cm
- 40 kit completi (con miniguia ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da FR 6 11 cm
- 20 kit completi (con miniguia ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da FR 6 23 cm
- 30 kit completi (con miniguia) di introduttori arteriosi per a. femorale armato FR 6 (23 cm)

LOTTO 4

Aghi angiografici ad elemento singolo

- 500 aghi 18G da 7 cm

LOTTO 5

Aghi angiografici ad elemento singolo

- 500 aghi 18G da 7 cm

LOTTO 6

Prolunghe ad alta pressione per iniettore modello Mark V PRO VIS

- 500 prolunghe 1200 PSI con adattatore rotante, non armate da 50 cm

LOTTO 7

Siringhe monouso per iniettore modello Mark V PRO VIS

500 pezzi

LOTTO 8

Trasduttori di pressione

- 450 pezzi

LOTTO 9

Elettrodi radiotrasparenti

500 pezzi

MATERIALE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA

LOTTO 1

Introduttori (campione)

- 150 kit completi (con miniguida) di introduttori arteriosi per arteria femorale da FR 6, FR 7 e FR 8.

LOTTO 2

Rampa (manifold)

- 150 rampe (manifold) a tre vie con rubinetti OFF Luer Lock

LOTTO 3

Connettori a Y (campione)

- 150 connettori a Y

LOTTO 4

Ago Introduttore per guida 0.014" (campione)

- 150 aghi introduttori per guida 0.014"

LOTTO 5

Torquer per guida 0.014" (campione)

- 150 torquer per guida 0.014"

LOTTO 6

Sistema di gonfiaggio per catetere dilatatore (campione)

- 150 sistemi di gonfiaggio monometrico per catetere dilatatore a palloncino + rubinetto a tre vie per alte pressioni.

LOTTO 7

Cateteri guida per angioplastica coronarica

- 150 cateteri guida per angioplastica coronarica resistente al kinking con punta atraumatica, di tutte le forme (judkins dx e judkins sx, ebu, hokey stick, multipurpose, mammaria, amplatz dx, amplatz sx) (nelle giuste proporzioni) FR 6, FR 7 e FR 8.

LOTTO 8

Guide coronariche per angioplastica

- 35 guide coronariche per angioplastica, multiuso, con ottima governabilità per l'attraversamento di strutture anatomiche semplici e complesse (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 cm). Punta a J.
- 80 guide coronariche per angioplastica, dove sia necessaria una capacità di spinta e che possono gestire anatomie tortuose ed attraversare curve acute (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 cm). Punta a J.
- 40 guide coronariche per angioplastica, ad elevato supporto per anatomie particolarmente tortuose e per facilitare il posizionamento di un dispositivo (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 cm). Punta a J.
- 20 guide coronariche per angioplastica, dove sia necessaria una capacità di spinta e che possono gestire anatomie tortuose ed attraversare curve acute (0.014" di diametro e lunghezza 300 cm). Punta a J.

LOTTO 9

Guide coronariche per angioplastica, extrarigide per occlusioni croniche totali

- 30 guide coronariche per angioplastica, extrarigide per occlusioni croniche totali (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 e 300 cm). Punta a J e diritta .

LOTTO 10

Cateteri dilatatori a palloncino semicomplianti

- 200 cateteri a palloncino per angioplastica di doppia configurazione: monorail e over the wire. semicomplianti, a basso profilo e shaft di dimensioni adatte, ad alta pressione, punta rastremata in materiale morbido, di diametro (da 1.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9/10 mm a 30 mm) con doppio marker per un corretto posizionamento. Compatibilità con guida 0.014".

LOTTO 11

Cateteri dilatatori a palloncino non complianti

- 50 cateteri a palloncino per angioplastica monorail non complianti a basso profilo e shaft di dimensioni adatte, ad alta pressione, punta rastremata in materiale morbido, di diametro (da 1.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9/10 mm a 30 mm) con doppio marker per un corretto posizionamento. Compatibilità con guida 0.014".

LOTTO 12

N C

Protesi metalliche endovascolari premontate

- 100 endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.25 mm a 4.5/5 mm) e lunghezza variabile (da 8/9 mm a 33/38 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".
- 30 endoprotesi vascolari coronariche in lega cromo - cobalto (stent) premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.75/3 mm a 4.5 mm) e lunghezza variabile (da 8/9 mm a 30/38 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".

LOTTO 13

N C

Protesi metalliche endovascolari medicate premontate

- 10 endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di PLACTILAXTEL premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 20 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".
- 10 endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di SIROLIMUS premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 23 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".

LOTTO 14

Cateteri dilatatori a palloncino con stent-graft coronarico premontato (campione)

- 10 pezzi

LOTTO 15

Cateteri dilatatori a palloncino con microlame

- 20 cateteri dilatatori con palloni monorail dotati di microlame. Diametro (da 2.0 a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9 a 18 mm). Compatibilità con guida 0.014".

LOTTO 16

Guide per pressione "pressure-wire" (campione)

- 50 pezzi

LOTTO 17

Cateteri a cappio di varie dimensioni per il recupero di cateteri e materiale (campione)

- 10 pezzi

LOTTO 18

Cateteri multifunzione (per scambio guide ed infusione intracoronarica) (campione)

- 20 pezzi

LOTTO 19

Cateteri per contropulsatore aortico (campione)

- 5 PEZZI

LOTTO 20

Bombole elio monouso per contropulsatore

- 5 pezzi

NC

PROT. _____

Carbonia _____

Servizio Acquisti

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata ad offerte plurime, per fornitura urgente di:
Dispositivi medici e materiale di consumo per Emodinamica per U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai

La nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di **dispositivi medici e materiale di consumo per Emodinamica per l'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. Sirai**, di cui all'elenco allegato parte integrante della presente richiesta.

1) QUANTITA' DI FORNITURA

I quantitativi indicati, non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di buona fabbricazione e dalle norme di legge in vigore. La ditta fornitrice deve tener presente che risponde dei danni arrecati alle persone e cose provocati da difetti della fornitura.

2) DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto di fornitura dei prodotti elencati, occorrenti all'Azienda USL 7, avrà la durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione o nel contratto.

Il contratto, però, potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla Ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la Ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Il contratto potrà ugualmente essere rescisso, su esplicita volontà dell'Azienda, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di Convenzioni Consip S.p.A. o altre Convenzioni nazionali e/o regionali, di fornitura dei beni, oggetto del presente capitolato, alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di alcun titolo.

Resta inteso che l'eventuale risoluzione del contratto dovrà avvenire in ogni caso al compimento di ciascuna annualità contrattuale, con preavviso di sessanta giorni da parte della ASL. Il mancato preavviso comporta l'automatica prosecuzione del contratto sino alla sua scadenza naturale. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

3) CAMPIONI E DOCUMENTAZIONE

Entro i termini fissati per la presentazione dell'offerta, al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nell'elenco allegato per l'ammissione alla trattativa le Ditte concorrenti devono produrre:

- 1) **copia dell'offerta, (senza prezzi)**, con i riferimenti ed i numeri relativi ad ogni lotto, e completa dei codici o marche di ogni prodotto offerto (la presenza dei prezzi è motivo di esclusione dalla gara);
- 2) **campionatura** per ciascun prodotto offerto nella quantità di almeno n° 1 pezzo, esclusi i seguenti lotti:
 - Gruppo B Lotto 1 (per il quale è sufficiente campionare 1 catetere per tipologia)
 - Gruppo C Lotti 15 – 16 – 17 – 18 – 25 (per i quali è sufficiente scheda tecnica e depliant illustrativi).

Sui campioni e sull'offerta deve farsi riferimento al lotto;
Per quei lotti ove è richiesta solo la scheda tecnica e depliant, la Ditta può inviare, a sua discrezione, anche campionatura.
- 3) **la scheda tecnica e depliant illustrativo per ogni prodotto offerto, timbrata e firmata**, contenente le caratteristiche di quanto proposto; dalle schede devono esser rilevabili i seguenti dati:
 - Ditta fabbricante, denominazione e sede
 - Confezionamento proposto
 - La conformità CE e la classe di appartenenza, per tutti quei dispositivi medici offerti per i quali deve essere applicata la Direttiva 93/42/CE.
- 4) **la presente lettera**, debitamente firmata e possibilmente timbrata in ogni foglio

4) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta su carta legale (o resa legale), dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Inoltre nell'offerta le Ditte devono espressamente indicare:

a) il codice del prodotto offerto (corrispondente al campione, alla scheda tecnica e al depliant);

b) la quantità di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.

Pertanto dovrete far pervenire entro le ore 13.00 di _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura **"Offerta per fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo per Emodinamica per l'U.O. di Cardiologia UTIC del P.O. SIRAI"**.

L'offerta **dovrà essere corredata della campionatura e documentazione** di cui al punto 3) della presente lettera. Offerta, documentazione e campionatura dovranno essere inviate al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA.

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

5) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata, per singolo lotto, in favore della ditta che presenta l'offerta economica più vantaggiosa (art.19 punto 1b D.Lgs.358/92, così come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 402/98) per il lotto stesso, tenuto conto del prezzo e della qualità del materiale, risultante dalla somma dei punteggi assegnati al prezzo ed alla qualità:

- a) **prezzo:** al prezzo migliore (più basso) vengono assegnati punti **50**
 ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra 0 e 50
 in modo proporzionale alla differenza di prezzo come segue
 punti Y (prezzo superiore) =
$$\frac{X (\text{prezzo più basso}) \times 50}{Y (\text{prezzo superiore})}$$
- b) **qualità:** alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di punti **50**
 che si ottengono dalla somma dei seguenti parziali:
- qualità del materiale in relazione all'utilizzo del dispositivo richiesto (set, Kit o altro)
fino a punti 20
 - funzionalità, completezza, confezionamento, indicazioni d'uso del dispositivo, set o Kit richiesti, da poter rilevare anche, e soprattutto là dove non è richiesto il campione, dal depliant illustrativo e dalla scheda tecnica **fino a punti**

Il lotto, per il quale la Ditta non raggiunge il punteggio minimo di qualità, relativo all'insieme delle caratteristiche tecnico-qualitative, **corrispondenti ai 30/50 del massimo punteggio totale, non sarà ammesso alla gara.**

Il lotto è inscindibile.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della congruità dei prezzi offerti.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

6) DEPOSITO CAUZIONALE

L'aggiudicazione della fornitura potrà essere subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore della fornitura. La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

7) STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (dicinsei euro diecimilatrecentoventinove/14), I.V.A. vigente inclusa.

8) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 sino alle ore 13,00 presso i magazzini di farmacia del presidio ospedalieri Sirai di Carbonia, secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.

9) INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto, documentata e campionato.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

10) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine medio di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, sempreché non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

11) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

12) NORME DI RINVIO

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti.

*IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli*

GRUPPO A - KIT DI SALA**LOTTO 1****Kit per campo sterile**

Orientativamente composto da:

- 1 Ciotola diam. cm 31 o 6000 cc circa (lavaggio per cateteri, guide, palloni)
- 1 Ciotola diam. cm 11,5 circa (per MDC)
- 1 Ciotola diam. cm 9 circa trasparente (per fisiologica)
- 1 Ciotola trasparente da 60 ml circa (per disinfettante)
- 1 Arcella graduata 700 cc
- 2 Spugne con manico
- 1 bisturi lanceolato a punta
- Pacco garze (40 pz) cm 10x10
- Clip fermatelo
- 1 siringa LM 20 cc con ago 21 GA 1 ½ " per anestesia e fisiologica
- 1 siringa LM 10 cc per TNG
- 1 siringa LM 5 cc per eparina
- 2 siringhe LLM 10 cc per MDC
- 3 cuffie copristrumento in PE (1 cm 75 x 90 , 2 cm 110 x 110)

n° 225 pz.

LOTTO 2**Kit iniezione MDC/pressione**

composto da:

- 1 prolunga armata LLM-RA/LLF (cm 50 o meno)
- 1 prolunga B.P. LLM/F (cm 50 o meno)
- 1 rubinetto a 3 vie OFF LLM 180°, B.P. (P. max 150 psi)

n° 300 pz.

GRUPPO B - MATERIALE PER CORONAROGRAFIA**LOTTO 1****Cateteri diagnostici**

Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica

- A) cateteri per coronaria sinistra
- B) cateteri per coronaria destra
- C) altri cateteri
- D) cateteri per ventricolo sinistro

Così suddivisi:

A) Coronaria sinistra

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) cateteri JL 4 100 cm | a) n° 100 Fr 5 |
| | b) n° 40 Fr 6 |
| 2) cateteri JL 3,5 100 cm | a) n° 20 Fr 5 |
| | b) n° 10 Fr 6 |
| 3) cateteri JL 5/6 100 cm | a) n° 20 Fr 5 |
| | b) n° 10 Fr 6 |

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 4) cateteri AL 1 100 cm | a) n° 15 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 5) cateteri AL 2/3 100 cm | a) n° 5 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |

B) Coronaria destra

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) cateteri JR 4 100 cm | a) n° 120 Fr 5
b) n° 40 Fr 6 |
| 2) cateteri JR 3,5 100 cm | a) n° 15 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 3) cateteri JR 5 100 cm | a) n° 15 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 4) cateteri AR MOD 100 cm | a) n° 15 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 5) cateteri AR 2 100 cm | a) n° 5 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |

C) Altri cateteri

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) cateteri MPA I 100 cm | a) n° 5 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 2) cateteri MPA II 100 cm | a) n° 5 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 3) cateteri CAS I 100 cm | a) n° 8 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 4) cateteri CAS II 100 cm | a) n° 20 Fr 5
b) n° 10 Fr 6 |
| 5) cateteri IM 100 cm | a) n° 8 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 6) LCB 100 cm | a) n° 8 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |
| 7) RCB 100 cm | a) n° 8 Fr 5
b) n° 5 Fr 6 |

D) Ventricolo sinistro

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| cateteri pigtail 110 cm | a) n° 175 Fr 5
b) n° 50 Fr 6) |
|-------------------------|----------------------------------|

E' sufficiente campionare 1 catetere per tipologia.

LOTTO 2**Introduttori arteriosi**

- 1) n° 175 kit completi (con miniguida) di introduttori arteriosi per arteria femorale da Fr 5
- 2) n° 50 kit completi (con miniguida) di introduttori arteriosi per arteria femorale da Fr 6
- 3) n° 35 kit completi (con miniguida ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da Fr 5 11 cm
- 4) n° 15 kit completi (con miniguida ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da Fr 5 23 cm
- 5) n° 20 kit completi (con miniguida ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da FR 6 11 cm
- 6) n° 10 kit completi (con miniguida ed ago da 21G) di introduttori arteriosi per arteria radiale da FR 6 23 cm
- 7) n° 15 kit completi (con miniguida) di introduttori arteriosi per arteria femorale armato Fr 6 23 cm

LOTTO 3**Aghi angiografici ad elemento singolo**

- n° 250 aghi 18G da 7 cm

LOTTO 4**Prolunghe ad alta pressione per iniettore modello Mark V PRO VIS**

- n° 250 prolunghe 1200 PSI con adattatore rotante, non armate da 50 cm

LOTTO 5**Siringhe monouso per iniettore modello Mark V PRO VIS**

- n° 250 pezzi

LOTTO 6**Trasduttori di pressione**

- n° 225 pezzi

LOTTO 7**Elettrodi radiotrasparenti**

- n° 250 pezzi

GRUPPO C - MATERIALE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA**LOTTO 1****Introduttori**

- n° 75 kit completi (con miniguida) di introduttori arteriosi per arteria femorale mis. Fr 6 - Fr 7 - Fr 8.

LOTTO 2**Rampa (manifold)**

- n° 75 rampe (manifold) a tre vie con rubinetti OFF Luer Lock

LOTTO 3**Connettori a Y**

- n° 75 connettori a Y

LOTTO 4**Ago Introduttore per guida 0.014"**

- n° 75 aghi introduttori per guida 0.014"

LOTTO 5**Torquer per guida 0.014"**

- n° 75 torquer per guida 0.014"

LOTTO 6**Sistema di gonfiaggio per catetere dilatatore**

- n° 75 sistemi di gonfiaggio monometrico per catetere dilatatore a palloncino con rubinetto a tre vie per alte pressioni.

LOTTO 7**Cateteri guida per angioplastica coronarica**

- n° 75 cateteri guida per angioplastica coronarica resistente al kinking con punta atraumatica, di tutte le forme (judkins dx e judkins sx, ebu, hokey stick, multipurpose, mammaria, amplatz dx, amplatz sx) (nelle giuste proporzioni) Fr 6, Fr 7 e Fr 8.

LOTTO 8**Guide coronariche per angioplastica**

- n° 18 guide coronariche per angioplastica, multiuso, con ottima governabilità per l'attraversamento di strutture anatomiche semplici e complesse (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 cm). Punta a J.

LOTTO 9**Guide coronariche per angioplastica**

- n° 40 guide coronariche per angioplastica, dove sia necessaria una capacità di spinta e che possono gestire anatomie tortuose ed attraversare curve acute (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 cm). Punta a J.

LOTTO 10**Guide coronariche per angioplastica**

- n° 20 guide coronariche per angioplastica, ad elevato supporto per anatomie particolarmente tortuose e per facilitare il posizionamento di un dispositivo (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 cm). Punta a J.

LOTTO 11**Guide coronariche per angioplastica**

- n° 10 guide coronariche per angioplastica, dove sia necessaria una capacità di spinta e che possono gestire anatomie tortuose ed attraversare curve acute (0.014" di diametro e lunghezza 300 cm). Punta a J.

LOTTO 12**Guide coronariche per angioplastica, extrarigide per occlusioni croniche totali**

- n° 15 guide coronariche per angioplastica, extrarigide per occlusioni croniche totali (0.014" di diametro e lunghezza 182/190 e 300 cm). Punta a J e diritta .

LOTTO 13**Cateteri dilatatori a palloncino semicomplianti**

- n° 100 cateteri a palloncino per angioplastica di doppia configurazione: monorail e over the wire. semicomplianti, a basso profilo e shaft di dimensioni adatte, ad alta pressione, punta rastremata in materiale morbido, di diametro (da 1.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9/10 mm a 30 mm) con doppio marker per un corretto posizionamento. Compatibilità con guida 0.014".

LOTTO 14**Cateteri dilatatori a palloncino non complianti**

- n° 25 cateteri a palloncino per angioplastica monorail non complianti a basso profilo e shaft di dimensioni adatte, ad alta pressione, punta rastremata in materiale morbido, di diametro (da 1.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9/10 mm a 30 mm) con doppio marker per un corretto posizionamento. Compatibilità con guida 0.014”.

LOTTO 15**Protesi metalliche endovascolari premontate**

- n° 50 endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.25 mm a 4.5/5 mm) e lunghezza variabile (da 8/9 mm a 33/38 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014”.

LOTTO 16**Protesi metalliche endovascolari premontate**

- n° 15 endoprotesi vascolari coronariche in lega cromo - cobalto (stent) premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.75/3 mm a 4.5 mm) e lunghezza variabile (da 8/9 mm a 30/38 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014”.

LOTTO 17**Protesi metalliche endovascolari medicate premontate**

- n° 5 endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di PLACTILAXTEL premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 20 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014”.

LOTTO 18**Protesi metalliche endovascolari medicate premontate**

- n° 5 endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di SIROLIMUS premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 23 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014”.

LOTTO 19**Cateteri dilatatori a palloncino con stent-graft coronarico premontato**

- n° 5 pezzi

LOTTO 20**Cateteri dilatatori a palloncino con microlame**

- n° 10 cateteri dilatatori con palloni monorail dotati di microlame. Diametro (da 2.0 a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9 a 18 mm). Compatibilità con guida 0.014”.

LOTTO 21**Guide per pressione “pressure-wire”**

- n° 25 pezzi

LOTTO 22**Cateteri a cappio di varie dimensioni per il recupero di cateteri e materiale**

- n° 5 pezzi

LOTTO 23

Cateteri multifunzione (per scambio guide ed infusione intracoronarica)

- n° 10 pezzi

LOTTO 24

Cateteri per contropulsatore aortico (campione)

- n° 5 pezzi

LOTTO 25

Bombole elio monouso per contropulsatore

- 5 pezzi

Decreto n. 20 del 20/1/2004

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 137 DEL 28 GEN. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

IL DIRETTORE SANCIARIO
[Signature]

IL DIRETTORE ECONOMICO
[Signature]

