

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1735

Adottata dal Direttore Generale in data 23 LUG. 2004

OGGETTO: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.
Ottica Urologia 12° Storz 27005FA in dotazione all'Unità operativa di Chirurgia d'urgenza del P.O. S. Barbara.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

VISTA la richiesta del 17/05/04, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia d'urgenza del P.O. S. Barbara Dr. Tuveri, con la quale richiede la manutenzione di un Ottica 12° marca Storz. matr 27005FA, evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;

CONSIDERATO che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;

PRECISATO che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che, all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.

RILEVATO che il Resp.le dell'Unità Operativa di Chirurgia d'urgenza con nota del 21/06/04, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;

CONSIDERATO ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;

DATO ATTO che l'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Snifarm S.r.l., disponendo l'immediato intervento;

TENUTO CONTO che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.Lg. 157/95;

PROPONE

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Snifarm S.r.l., sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;



II DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Settore Tecnico;
SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare, sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Snifarm S.r.l., relativamente all'apparecchiatura: Ottica Urologia 12° Storz matr. 27005FA ;
- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad **€ 2.573,00**, oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendale per l'esercizio 2004;
- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico.

DIR. AMM. 

DIR. SAN 

DIR. SERV. ACQ. / AGULLI 

RESP. TECN. MANUTENZIONI / VACCA 

ADD / 

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 135 del 23 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7


a partire dal 26 LUG. 2004 - 9 AGO. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dott.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. _____


Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO


SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
 TELEFAX 070/282339
 09122 CAGLIARI
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
 C.C. POSTALE N. 17525098
 COD. FISC. E. PART. IVA N. 00288350924

 Cagliari, 21/05/04

Prot.n. 317/04/DP/mgm

Spettabile
 AZIENDA USL.N.7
 Ufficio Tecnico
 Ospedale Iglesias
 09016 IGLESIAS

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di strumentario Karl Storz.

A seguito Vs. cortese richiesta del 17/05/04 Ric.74/04 la Sanifarm S.r.l. con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/a nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della Karl Storz, si pregia sottoporre il preventivo di spesa per intervento tecnico su:

-n.1 Ottica cod.27005FA 12"

LAVORO DA ESEGUIRE

-A seguito di accurato controllo dello strumentario si è rilevata la necessità dei seguenti interventi:

-Sostituzione totale dello stelo ottico con riallineamento sistema ottico a lenti piene Hopkins II originale K.Storz.

-Sostituzione fasci portaluce in fibre ottiche per la trasmissione della giusta quantità di luce fredda.

-Sostituzione lente prossimale Ripristino impermeabilità con visione supergrandangolare applicando nuove lenti distali "Hopkins II"

PARTI DA SOSTITUIRE

-n.1 Stelo operativo.....	Euro.	980,00	+ i.v.a. 20%
-n.1 Camicia portaluce in fibre ottiche.	Euro.	1.167,00	" " "
-n.1 Lente prossimale.....	Euro	204,00	" " "

ORE DI LAVORO

-n.3 ore lavoro (Euro.74,00 x3).....Euro.222,00 + i.v.a. 20%

Costo totale della riparazione Euro.2.573,00 + i.v.a. 20%

Prezzo di listino dell'ottica nuova di Euro.4.514,00 + I.V.A. 20%.

- Garanzia 12 mesi.

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

PARERE POSITIVO

21/06/04

[Handwritten signature]

SANIFARM S.R.L.
 L'Amministratore Unico
DR. DOMENICO PORCU

1/2

[Handwritten signature]

05/07/04

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 7
09013 Carbonia (CA)

Iglesias, 17/05/2004

DA: PRESIDIO OSPEDALIERO <u>S. BARBARA</u> UNITA' OPERATIVA <u>SALA OPER. CHIR</u> TEL. 0781 <u>3922279/80</u> fax 0781 <u>3922279</u>	A: Settore Tecnico Manutentivo Ufficio Ass.za Apparecchiature Predido Ospedaliero C.T.O. IGLESIAS TEL. 0781/ 3922758 - Fax 3922758
--	---

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA.

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO INDICATA, LA CUI FUNZIONALITA' E' NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA: OTTICA OROLOGICA 12°
MARCA: SIORF
MODELLO: ZANUS BA
Matr. n° serie: 27005 FA invent. n°

L'apparecchiatura sopra indicata è / non è agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta.

Anomalie riscontrate: OTTICA OFFUSCATA

Motivi urgenza

ATTENZIONE: LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI. PREGASI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

Per conferma necessità /urgente
Direzione Sanitaria Presidio/Distretto

Il Responsabile Unità Operativa

(firma leggibile)

2/2

Carlo Mura
Il RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA
PP.OO. C.T.O. IGLESIAS
Dott. Carlo Mura

Documento composto di

n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DILIBERAZIONE

N° 1135 DEL 23 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

