

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA**  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
**Carbonia**

Deliberazione n° 402/

Adottata dal Direttore Generale in data 4 MAR. 2005


**OGGETTO:** **manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.**  
Pachimetro Optikon Pacline 1139AQ in dotazione all'U.O. di Oculistica del P.O.  
C.T.O..

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

- VISTA** la richiesta del 15/02/05, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'unità operativa di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias Dr. Coghe, con la quale richiede la manutenzione di : n. 1 Pachimetro Optikon Pacline 1139AQ, evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;
- CONSIDERATO** che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;
- PRECISATO** che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che , all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.
- RILEVATO** che il Resp.le Dr. Coghe con nota del 16/02/05, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;
- CONSIDERATO** ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;
- DATO ATTO** che l'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Surgitek S.r.l., disponendo l'immediato intervento;
- TENUTO CONTO** che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.Lg. 157/95;

**PROPONE**

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Surgitek S.r.l., sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;



**II DIRETTORE GENERALE**


**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Settore Tecnico;  
**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

**DELIBERA**


Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare, sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Surgitek S.r.l., relativamente all'apparecchiatura: Pachimetro Optikon Pacline 1139AQ ;
- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad **€ 1.580,00** oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendale per l'esercizio 2005;
- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico.

DIR AMM.



DIR. SAN




DIR. SERV. ACQ. / AGULLI


RESP. TECN. MANUTENZIONI / VACCA



ADD /



Il Direttore Generale  
(Dr. Emilio Simeone)



*Azienda U.S.L. n. 7 - Carbonia*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 402 del 4 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 1 MAR. 2005

18 MAR. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(Dot.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. 03

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda Sanitaria Locale n. 7**  
09013 Carbonia (CA)

Iglesias, ls 02/05

<b>DA:</b>  PRESIDIO OSPEDALIERO <u>C.T.O.</u>  UNITA' OPERATIVA <u>OCULISTICA</u>  TEL. 0781 _____ fax 0781 _____	<b>A:</b>  Settore Tecnico Manutentivo  Ufficio Ass.za Apparecchiature Predido Ospedaliero C.T.O. <b>IGLESIAS</b>  TEL. 0781/ 3922758 - Fax 3922610
--	---

**OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA.**

**SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO INDICATA, LA CUI FUNZIONALITA' E' NECESSARIA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO.**

<b>APPARECCHIATURA:</b> <u>PACHIBETICO</u>
<b>MARCA:</b> <u>OPTIKOW 1000</u>
<b>MODELLO:</b> <u>PACLINE 1138 AQ-</u>
<b>Matr. n° serie:</b> <u>01021133</u> invent. n° _____


L'apparecchiatura sopra indicata è / non è agevolmente trasportabile c/o il laboratorio della Ditta.

<b>Anomalie riscontrate:</b> <u>SONDA QUASTA</u>
_____
_____

<b>Motivi urgenza</b>
_____
_____

**ATTENZIONE: LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI. PREGASI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.**

Per conferma necessità /urgente  
Direzione Sanitaria Presidio/Distretto  
PREDIDO / S. BARBARA  
IGLESIAS  
\_\_\_\_\_  
(firma leggibile) Murru

Il Responsabile Unità Operativa  
  
\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)


**AZIENDA U.S.L 7**  
**Ospedale C.T.O.**  
**U.O. Oculistica**


Al Responsabile Ufficio Tecnico/Iglesias  
Assistenza Apparecchiature

Oggetto: Richiesta riparazione sonda pachimetro.

Si ribadisce l'urgenza della riparazione della sonda del pachimetro Optikon in dotazione al nostro reparto pena l'interruzione degli esami pachimetrici. Preso atto che la sonda non è stata giudicata riparabile, vista la proposta di sostituzione, si ritiene congrua la richiesta economica per la nuova sonda.

Iglesias 16.02.2005

  
Cordiali saluti  
Dr. Francesco Coghé

  
IL RESPONSABILE SANITARIO  
P.P.O. C.T.O. / S. BARBARA  
IGLESIAS  
Dot. Carlo Murru



Spett.le  
Azienda U.S.L. N° 7  
Ufficio Assistenza Apparecchiature  
Distretto di Iglesias  
Via Cattaneo P.O. C.T.O. Iglesias  
IGLESIAS

Cagliari, 15 Febbraio 2005  
Ns. prev. N° 09/2005  
Vs. richiesta N°40/IT/05 del 15.02.2005

**Oggetto: Preventivo di spesa per richiesta di intervento urgente.**


Con riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi inviamo preventivo di spesa per la riparazione del Pachimetro Optikon mod. Paclinc matricola 1139AQ:

Sostituzione di N° 01 Sonda per pachimetro e calibrazione (compreso viaggio e manutenzione)  
€ 1.580,00 + I.V.A

**Per un totale di € 1.896,00**

Condizioni di fornitura:  
I.V.A. 20% a Vs. carico;  
Intervento tecnico immediato;  
Pagamento 60gg. data ricezione fattura.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

  
SURGITEK S.P.A.

Documento composto di

n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 102 DEL 4 MAR, 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

