

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Carbonia

Deliberazione n° 758

adottata dal Direttore Generale in data 22 APR. 2005

OGGETTO: Fornitura Elettrocompressore WERTER per produzione aria medica Mod. FALCO DRY, da installarsi presso la Sala di Sterilizzazione zona ex Rep. Malattie Infettive del P.O. SIRAI – affidamento in economia alla Ditta AIR DHARMA.

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,

Vista la relazione del Geom G. Sulas, Corrodinatore del Settore Manutentivo per l'area di Carbonia, con la quale fa presente che, conseguentemente ad una prova semestrale di collaudo eseguita presso la Sala di Sterilizzazione zona ex Rep. Malattie Infettive del P.O. SIRAI, rilevava il malfunzionamento del Compressore d'aria esistente;

- che il difetto riscontrato consisteva nella presenza di condensa e tracce di olio all'interno delle elettrovalvole della macchina di sterilizzazione, per cui, onde evitare di compromettere anche la funzionalità delle autoclavi, ne propone la sostituzione con altro idoneo alle esigenze correnti;

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'acquisizione di un nuovo compressore con caratteristiche adeguate al caso di specie;

Ritenuto - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura di quanto in oggetto, può essere legittimamente eseguita ai sensi del disposto degli artt. 51 e 52 (comma 2) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale, approvato con Delibera del D.G. n. 1692/98, che consentono l'affidamento mediante l'esecuzione di lavori e provviste in economia, nei limiti di spesa non eccedenti l'importo di Euro 10.329,12 (€ 20 milioni);

- che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

Precisato - che con note fax del 04 febbraio 2005 sono stati inoltrati gli inviti, contenenti peraltro le caratteristiche necessarie nonché le dovute condizioni di fornitura, per la presentazione di un preventivo di spesa, alle seguenti Ditte:

1. AIR DHARMA, di Selargius;
2. AIR LIQUID Sanità, dipartimento Sardegna di Elmas;
3. FIAC, di Quartu S. Elelena;
4. ATLAS COPCO, di Elmas;

- che hanno dato esito a mezzo fax le Ditte:

1. AIR DHARMA, di Selargius con preventivo n° MT/0034/1071 del 07.02.05 per una spesa complessiva pari a € 1.920 oltre l'IVA di legge;
2. ATLAS COPCO, dipartimento Sardegna di Elmas, con preventivo del 27.02.05 per una spesa complessiva pari a € 6.000,00 oltre l'IVA di legge;

- che, esaminati i preventivi, l'aggiudicazione può essere eseguita al minor prezzo e pertanto a favore della Ditta AIR DHARMA, per il Mod. WERTER "FALCO DRY";

PROPONE

- di affidare la fornitura del compressore di cui in oggetto, a favore della Ditta AIR DHARMA di Selargius, quale miglior offerente, come si evince dal preventivo di spesa n° MT/0034/1071 del 07.02.05, che si allega per costituirne parte integrante;



- di impegnare la spesa complessiva determinata in € 1.920.00 oltre l'IVA del 20%;

Il Direttore Generale

Dato Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo,

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio,

DELIBERA

- di disporre l'affidamento della fornitura, con esecuzione in economia, di quanto in oggetto, a favore della Ditta AIR DHARMA di Selargius, come da proprio preventivo di spesa n° MT/0034/1071 del 07.02.05, allegato per costituirne parte integrante, così descritta:
 - n° 01 Elettrocompressore WERTER Mod. FALCO DRY – corredato di essiccatore, mobile insonorizzante, produzione aria di qualità medica - da installarsi presso la Sala di Sterilizzazione zona ex Malattie Infettive del P.O. SIRAI,

per un importo complessivo pari a € 1.920,00 + IVA del 20%;

- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento, Geom G. Sulas;
- disporre la contabilizzazione della spesa di € 2.304,00 di cui € 384,00 per IVA del 20%, a favore della Ditta AIR DHARMA, sulla classe di costo al cod. n. 042 002 00001 del piano dei conti aziendale, di parte corrente dell'esercizio in corso.

DIRAMM/

DIRSAN/

SERV.ACQ/G.AGULLI

SETT.TEC/B.VACCA

RESP.PROC/G.SULAS

ADD/M.Meloni

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Sirfeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 758 del 22 APR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 APR. 2005 al 10 MAG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D^{ra} Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n. 07

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Settore Tec.Manut.



AIR DHARMA di Piero Buluggiu & C. S.n.c.
 Sede legale: Via Trieste, 93 b/c - 09047 Selargius (CA)
 Tel. 070/840640 – 070/853051 – Fax 070/853172
 Partita IVA: 00434590923 - C.C.I.A.A. n. 88819
 www.airdharma.it – commerciale@airdharma.it



UNI EN ISO 9001 : 2000

Data	07/02/2005	Spett.le:	AZIENDA U.S.L N°7 CARBONIA
Ns. Rif.:	MT/0034/1071/05		P.O. Sirai
Ns. e-mail:	medicali@airdharma.it	Tel.:	0781 - 6683419
Vs. Rif.:	/	Fax:	0781 - 6683488
Vs. e-mail:	/	Alla c.a. :	Geom. Sulas

Oggetto : Offerta economica

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di offrirVi quanto segue:

Pos	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €/cad.	Sc %	Importo totale (€)
1)	Elettrocompressore WERTER mod. FALCO DRY corredato di essiccatore mobile insonorizzante, produzione aria di qualità medicale, garanzia 24 mesi estendibile a 60 mesi sottoscrivendo apposito contratto.					
	Caratteristiche tecniche :					
	• essiccatore interno ad adsorbimento					
	• alimentazione elettrica volt 220					
	• potenza motore hp 1,5					
	• serbatoio di accumulo interno lt 24					
	• pressione massima bar 8					
	• aria prodotta lt/min 150					
	• rumorosità db 55					
		N°	1	1.920,00	Netto	1.920,00
				Imponibile		1.920,00
				IVA		Di legge
				Totale		/

*si applica
 a minor prezzo
 CP/11*

Firma Ufficio Commerciale:


Massimiliano Tosi

Werther SURGERY



ALLA CA
Geort. Sulas.

A11A
C.A. GEOM. Sulas.




Volt 230/50 1-ph
220/60 1-ph
115/60 1-ph

- airone**
- airone dry**
- falco dry**
- sparviero dry**

	l-Gal	TIP	l/min	CM	Bar-Psi	dB/A	cm	AxBxC	Inch	Kg-Lbs	cm	AxBxC	Inch	Kg-Lbs	dryer
airone	24-6.3	1	100-4.3	62-2.3	8-114	55	75x58x77	29x23x30	59-128	85x70x100	33x26x39	85-187	no	1	
airone dry	24-6.3	1	100-4.3	62-2.3	8-114	55	75x58x77	29x23x30	68-150	85x70x100	33x26x39	90-198	yes	1	
falco dry	24-6.3	2	150-6.4	121-4.7	8-114	55	75x59x77	29x23x30	71-156	85x70x100	33x26x39	100-220	yes	1	
sparviero dry	50-13	3	200-8.6	144-6.4	8-114	67	75x58x107	29x23x42	98-216	85x70x130	33x26x51	120-264	yes	2	


(*) @ 5 bar (70PSI)

salvasilenzio



24l.- 6,34Gal
50l.- 13Gal

filtro



Filtro debatterizzatore
Antibacterial filter
Bakterienschutzfilter
Filtre antibactérien
Filtro antibacterico

	cm	AxBxC	Inch	Kg-Lbs	cm	AxBxC	Inch	Kg-Lbs	Adatto per/Suitable for/Geignet für/Pour/Para
salvasilenzio 24l	63x77x62	24x29x21	31-68	85x50x92	33x19x35	46-101	isignolo, isignolo dry, rondine, rondine dry		
salvasilenzio 50l	63x77x110	24x29x42	86-79	85x50x120	33x19x46	51-112	gabbiano, gabbiano dry, albatros dry		



Atlas Copco

Spett.
Azienda U.S.L. n°7
P.O. Siral Carbonia
09013 Carbonia (CA)
fax 0781-6683488

Oggetto: prot.n°41 del 04 febbraio 2005

Facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta per inviarVi nostra migliore offerta per centrale aria compressa di Vostro interesse :

COMPRESSORE D'ARIA "SCROLL" OIL-FREE
TIPO "SF1-8 MONO FF"
CON ESSICCATORE A REFRIGERAZIONE INTEGRATO

ADATTO PER SERVIZIO CONTINUO

Il compressore volumetrico "SCROLL", di nuova concezione, sfrutta un sistema di compressione dell'aria finora inedito.

Infatti la compressione dell'aria avviene per riduzione degli spazi generati da due spirali, una fissa e l'altra orbitante, contenute nell'elemento compressore.

Poichè le spirali non hanno punti di contatto tra loro, il sistema non necessita di lubrificazione; quindi l'aria compressa erogata da questo tipo di compressore è rigorosamente OIL-FREE.


La regolazione prevista è del tipo marcia-arresto.

Il pannello di comando e controllo sovrintende l'avviamento e l'arresto automatico del compressore.

L'avviamento del motore è previsto mediante inserzione diretta in linea.

Sul fronte quadro del pannello, sono montati i seguenti strumenti:

- manometro aria in mandata
- contatore indicante tempo di funzionamento
- pulsante di avviamento
- pulsante di arresto





Pag. 2

**A. ESSICCATORE A REFRIGERAZIONE ECOLOGICO
INTEGRATO NELLA CAPPOTTATURA**

L'essiccatore a ciclo frigorifero ha come fluido refrigerante il gas R134A che non dà luogo ad inquinamento, è interamente raffreddato ad aria ed è composto principalmente da un circuito frigorifero con compressore del gas di tipo rotativo e due scambiatori di calore disposti in serie per ottenere il punto di rugiada costante in tutte le condizioni di carico.

L'essiccatore è completo di scaricatore automatico e di indicatore del punto di rugiada di tipo analogico.

B. CAPPOTTA INSONORIZZANTE

C. SERBATOIO IDONEO INTEGRATO 2X19 LITRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MB'.



COMPRESSORE " SF1-8 PACK FF"

DATI TECNICI

COMPRESSORE + ESSICCATORE

-Massima pressione effettiva di esercizio	bar	7,75
-Pressione effettiva d'esercizio richiesta, misurata alla valvola di mandata	bar	7
-Portata aria, riferita alla pressione di esercizio richiesta e resa alle condizioni di aspirazione	l/1'	162
-Potenza assorbita a pieno carico e alla pressione d'esercizio richiesta	kW	1,5
-Punto di rugiada riferito alla pressione d'esercizio richiesta t.ambiente 20°C.....	°C	+2
-Caduta di pressione essiccatore	bar	0,03
-Potenza totale assorbita essiccatore	kW	0,22
-Temperatura aria in mandata, con tempe- ratura ambiente 20°C	°C	25
-Massima temperatura ambiente.....	°C	40

- Tolleranza sulla portata/assorbimento in accordo alle CAGI PNEUROPN2CPTC2
- Tolleranza sul livello sonoro in accordo alle CAGI PNEUROPN8CPTC2.2

MOTORE ELETTRICO - TROPICALIZZATO

-Marca :	LEROY SOMER	
-Potenza di targa	kW	1,5
-Alimentazione monofase	V.230 Hz	50
-Velocità	gpm	1410
-Protezione	IP.55	
-Classe d'isolamento	F	

GRUPPO "SF1-8 FF"

-Livello sonoro, misurato in campo libero a 1 m di distanza, secondo le Norme CAGI-PNEUROP	dB(A)	54
--	-------	----

GM



Prezzo unitario netto iva esclusa Euro 6.000,00=

Condizioni fornitura

Resa : f.co destino

Imballo :compreso

Consegna : 30 gg anticipando se possibile

Pagamento : 90 gg d.f.f.m

Installazione : a carico committente


Validità offerta . 30 gg

**Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione inviamo
Nostri Distinti Saluti**

Giorgio Pinna

**Atlas Copco Italia Spa
335 5820008
fax 0702080690**

mpressa senz'olio silenziose, compatte e oni in ambito odontoiatrico



La gamma dei compressori rotativi a spirale oil-free SF di Atlas Copco, sono progettati per assicurare un livello molto basso di rumore, vibrazioni minime e semplicità di installazione per ottenere aria compressa per applicazioni in ambito odontoiatrico di altissima qualità e alti fattori di utilizzo.

La gamma SF comprende tre modelli 100% oil-free; SF 1, SF 2 e SF 4 con portate da 160 a 402 l/min a una pressione di 7 bar, ideali per attività più ampie di chirurgia dentale con installazione di 3 o 4 poltrone o per laboratori dentistici.

La gamma si basa sul principio della spirale orbitante che assicura livelli di rumore estremamente bassi in fase di funzionamento, fino a 54 dB(A) a distanza di 1 metro, consentendo quindi l'installazione di un'unità all'interno dell'ambiente lavorativo.

I compressori SF sono progettati per offrire la massima compattezza che comprende l'opzione di un essiccatore a refrigerazione integrato all'interno della cappottatura del compressore, una caratteristica essenziale nella chirurgia e nei laboratori dentistici dove la disponibilità di spazio per apparecchiature aggiuntive è molto ridotta.

La gamma di compressori SF offre agli odontotecnici prestazioni senza paragoni e lunga durata con la minima manutenzione, un saggio investimento per ottenere aria di alta qualità per installazioni in ambito odontoiatrico.

Dati tecnici e dimensioni

Tipo di compressore	Pressione di esercizio (bar(a))	Portata FAD 1500 rpm (50 Hz)		Portata FAD 1800 rpm (60 Hz)		Potenza motore (kW)	Livello di rumore ⁽¹⁾ (dB(A))	Dimensioni			Peso (kg)	Serbatoio aria ⁽²⁾ (l)
		l/s	m³/min	l/s	m³/min			Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)		
Versione compatta con cappotta Insonorizzata												
SF 1P	8	2,7	0,16	3,1	0,19	1,5	54	590	600	850	97	2x16 ⁽²⁾
SF 2P	8 10	4,0	0,24	4,1	0,29	2,2	58	590	600	850	97	2x16 ⁽²⁾
		2,8	0,17	2,8	0,20	2,2	54	590	600	850	97	2x16 ⁽²⁾
SF 4P	8 10	6,7	0,40	6,7	0,48	3,7	59	590	600	850	102	2x16 ⁽²⁾
		4,2	0,26	4,2	0,30	3,7	54	590	600	850	102	2x16 ⁽²⁾
Versione standard (versione compatta con essiccatore refrigerante integrato)												
SF 1FF	7,75	2,7	0,16	3,1	0,19	1,5	54	590	600	850	120	2x16 ⁽²⁾
SF 2FF	7,75 9,75	4,0	0,24	4,1	0,29	2,2	58	590	600	850	120	2x16 ⁽²⁾
		2,8	0,17	2,8	0,20	2,2	54	590	600	850	120	2x16 ⁽²⁾
SF 4FF	7,75 9,75	6,7	0,40	6,7	0,48	3,7	59	590	600	850	125	2x16 ⁽²⁾
		4,2	0,25	4,2	0,30	3,7	54	590	600	850	125	2x16 ⁽²⁾

⁽¹⁾ prestazioni unità misurate in conformità con la norme ISO 1217, edizione 3, allegato C-1986

Condizioni di riferimento:
- pressione assoluta in aspirazione 1 bar
- temperatura aria in aspirazione 20°C

FAD misurate in presenza delle seguenti pressioni di esercizio:
- per unità pacchetto completo:
 versione 7,75 bar e 7 bar
 versione 9,75 bar e 9,75 bar
- per altri:
 versione 8 bar e 7 bar
 versione 10 bar e 10 bar

⁽²⁾ livello di rumore misurato a una distanza di 1 m in conformità alle norme di collaudo pneurop/cagi PN8NTC2.
⁽³⁾ serbatoio aria opzionale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Prot. n° 41 104-02-2005

Carbonia, 04.02.2005

TRASMESO VIA FAX 070853172

Servizio Acquisti-Sett.Tecnico
Tel. 0781 668 3486
Fax 0781 668 3488

Spett.le Ditta
AIR DHARMA
Via Trieste, 63/65/67
09047 SELARGIUS (CA)

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di un compressore.

Pregasi formulare un preventivo di spesa per la fornitura di un compressore ad aria per il reparto di malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, con le seguenti caratteristiche:

- a) potenza HP 1,5
- b) voltaggio 220 V
- c) capacità lt. 24
- d) silenziato massimo 55 db
- e) pressione di esercizio 8 bar
- f) produzione l/min. 150
- g) essiccatore incorporato
- h) TIPO OIL FREE
- i) produzione aria di qualità medicale .

CONDIZIONI DI FORNITURA

- 1) Le offerte dovranno pervenire all'ufficio Tecnico del P.O. "SIRAI " a Carbonia entro gg.3 (Tre) dal ricevimento della presente e possono essere spedite anche a mezzo fax al n° 0781 -6683488 oppure al n° 0781 6683485.
- 2) Pagamento gg.90 dal ricevimento della fattura a collaudo positivo;
- 3) Tempi di consegna del compressore gg.15 (quindici) dal giorno del ricevimento della lettera di aggiudicazione;
- 4) La consegna deve avvenire presso il magazzino generale dell'Azienda, sito in via Costituente a Carbonia.
- 5) Penale € 50,00 per ogni giorno di ritardo alla data di consegna.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Geom. Sulas Giorgio presso L'Ufficio tecnico del P.O.SIRAI a Carbonia Telef. 0781 6683486-7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gem. Sulas Giorgio



MESSAGGIO DI CONFERMA

04/02/2005 13:29

ID=ASL 7 CARBONIA UFFICIO TECNICO

DATA	ORA	TEMPO T/R	ID STAZIONE REMOTA	MODO	PAGINE	RISULT.
04/02	13:29	00'25"	+39070853172	TX	01	OK 0000

Prot. n° 41 / 104-02-2005

Carbonia, 04.02.2005

TRASMESSO VIA FAX 070.2128115

Servizio Acquisti-Sett. Tecnico
Tel. 0781 668 3486
Fax 0781 668 3488

Spett.le Ditta
AIR LIQUIDE
Via Sernagiotto Z.I. Casic
09034 ELMAS (CA)

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di un compressore.

Pregasi formulare un preventivo di spesa per la fornitura di un compressore ad aria per il reparto di malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, con le seguenti caratteristiche:

- a) potenza HP 1,5
- b) voltaggio 220 V
- c) capacità lt. 24
- d) silenziato massimo 55 db
- e) pressione di esercizio 8 bar
- f) produzione l/min. 150
- g) essiccatore incorporato
- h) TIPO OIL FREE
- i) produzione aria di qualità medicale .

CONDIZIONI DI FORNITURA

- 1) Le offerte dovranno pervenire all'ufficio Tecnico del P.O. "SIRAI " a Carbonia entro gg.3 (Tre) dal ricevimento della presente. possono essere spedite anche a mezzo fax al n° 0781 -6683488 oppure al n° 0781 6683485.
- 2) Pagamento gg.90 dal ricevimento della fattura a collaudo positivo;
- 3) Tempi di consegna del compressore gg.15 (quindici) dal giorno del ricevimento della lettera di aggiudicazione;
- 4) La consegna deve avvenire presso il magazzino generale dell'Azienda, sito in via Costituente a Carbonia.
- 5) Penale € 50,00 per ogni giorno di ritardo alla data di consegna.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Geom. Sulas Giorgio presso L'Ufficio tecnico del P.O.SIRAI a Carbonia Telef. 0781 6683486-7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gem. Sulas Giorgio



MESSAGGIO DI CONFERMA

04/02/2005 13:18

ID=ASL 7 CARBONIA UFFICIO TECNICO

DATA	ORA	TEMPO T/R	ID STAZIONE REMOTA	MODO	PAGINE	RISULT.	
04/02	13:18	00'17"	0702128115	TX	01	OK	0000

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Prot. n° 41 104-02-2005

Carbonia, 04.02.2005

TRASMESO VIA FAX ~~070-827876~~ 9171039

Servizio Acquisti-Sett. Tecnico
Tel. 0781 668 3486
Fax 0781 668 3488

Spett.le Ditta
FIAC
Via Roma N° 98
09045 QUARTU S. ELENA

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di un compressore.

Pregasi formulare un preventivo di spesa per la fornitura di un compressore ad aria per il reparto di malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, con le seguenti caratteristiche:

- a) potenza HP 1,5
- b) voltaggio 220 V
- c) capacità lt. 24
- d) silenziato massimo 55 db
- e) pressione di esercizio 8 bar
- f) produzione l/min. 150
- g) essiccatore incorporato
- h) TIPO OIL FREE
- i) produzione aria di qualità medica .

CONDIZIONI DI FORNITURA

- 1) Le offerte dovranno pervenire all'ufficio Tecnico del P.O. "SIRAI " a Carbonia entro gg.3 (Tre) dal ricevimento della presente. possono essere spedite anche a mezzo fax al n° 0781 -6683488 oppure al n° 0781 6683485.
- 2) Pagamento gg.90 dal ricevimento della fattura a collaudo positivo;
- 3) Tempi di consegna del compressore gg.15 (quindici) dal giorno del ricevimento della lettera di aggiudicazione;
- 4) La consegna deve avvenire presso il magazzino generale dell'Azienda, sito in via Costituente a Carbonia.
- 5) Penale € 50,00 per ogni giorno di ritardo alla data di consegna.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Geom. Sulas Giorgio presso L'Ufficio tecnico del P.O.SIRAI a Carbonia Telef. 0781 6683486-7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sulas Giorgio
[Signature]



497.05

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Prot. n° 48 / 04-02-2005

Carbonia, 04.02.2005

TRASMESSO VIA FAX ~~070-827876~~ 9171039

Servizio Acquisti-Sett. Tecnico
Tel. 0781 668 3486
Fax 0781 668 3488

Spett.le Ditta
FIAC
Via Roma N° 98
09045 QUARTU S. ELENA

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di un compressore.

Pregasi formulare un preventivo di spesa per la fornitura di un compressore ad aria per il reparto di malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, con le seguenti caratteristiche:

- a) potenza HP 1,5
- b) voltaggio 220 V
- c) capacità lt. 24
- d) silenziato massimo 55 db
- e) pressione di esercizio 8 bar
- f) produzione l/min. 150
- g) essiccatore incorporato
- h) TIPO OIL FREE
- i) produzione aria di qualità medicale.

CONDIZIONI DI FORNITURA

- 1) Le offerte dovranno pervenire all'ufficio Tecnico del P.O. "SIRAI" a Carbonia entro gg.3 (Tre) dal ricevimento della presente. possono essere spedite anche a mezzo fax al n° 0781 -6683488 oppure al n° 0781 6683485.
- 2) Pagamento gg.90 dal ricevimento della fattura a collaudo positivo;
- 3) Tempi di consegna del compressore gg.15 (quindici) dal giorno del ricevimento della lettera di aggiudicazione;
- 4) La consegna deve avvenire presso il magazzino generale dell'Azienda, sito in via Costituente a Carbonia.
- 5) Penale € 50,00 per ogni giorno di ritardo alla data di consegna.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Geom. Sulas Giorgio presso L'Ufficio tecnico del P.O.SIRAI a Carbonia Telef. 0781 6683486-7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Sulas Giorgio

[Handwritten signature]



04/02/2005 15:50 ASL 7 CARBONIA UFFICIO TECNICO → 00709171039 NUM675 001

DATA	TEMPO T/R	ID STAZIONE	MODO	PAGINE	RISULT.	NO	TX
04/02	00'00"	00709171039		00		14C2	

04/02/2005 16:09 ID=ASL 7 CARBONIA UFFICIO TECNICO

MESSAGGIO DI CONFERMA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Prot. n° 44 104-02-2005

Carbonia, 04.02.2005

TRASMESO VIA FAX 070-~~240303~~ 2080690

Servizio Acquisti-Sett. Tecnico
Tel. 0781 668 3486
Fax 0781 668 3488

Spett.le Ditta
ATLAS COPCO
09034 Viale ELMAS 142 (CA)

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di un compressore.

Pregasi formulare un preventivo di spesa per la fornitura di un compressore ad aria per il reparto di malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, con le seguenti caratteristiche:

- a) potenza HP 1,5
- b) voltaggio 220 V
- c) capacità lt. 24
- d) silenziato massimo 55 db
- e) pressione di esercizio 8 bar
- f) produzione l/min. 150
- g) essiccatore incorporato
- h) TIPO OIL FREE
- i) produzione aria di qualità medicale .

CONDIZIONI DI FORNITURA

- 1) Le offerte dovranno pervenire all'ufficio Tecnico del P.O. "SIRAI " a Carbonia entro gg.3 (Tre) dal ricevimento della presente. possono essere spedite anche a mezzo fax al n° 0781 -6683488 oppure al n° 0781 6683485.
- 2) Pagamento gg.90 dal ricevimento della fattura a collaudo positivo;
- 3) Tempi di consegna del compressore gg.15 (quindici) dal giorno del ricevimento della lettera di aggiudicazione;
- 4) La consegna deve avvenire presso il magazzino generale dell'Azienda, sito in via Costituente a Carbonia.
- 5) Penale € 50,00 per ogni giorno di ritardo alla data di consegna.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Geom. Sulas Giorgio presso L'Ufficio tecnico del P.O.SIRAI a Carbonia Telef. 0781 6683486-7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sulas Giorgio



RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 23/02/2005 11:56
 NOME : ASL 7 UFF TECNICO
 FAX : 07816683485
 TEL : 07816683485

DATA, ORA	23/02 11:55
FAX N./NOME	00702080690
DURATA	00:00:22
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM



[Handwritten signature]
 Gem. Sulas Giorgio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi al Geom. Sulas Giorgio presso l'Ufficio tecnico del P.O.SIRAI a Carbonia Telef. 0781 6683486-7.

- 5) Penale € 50,00 per ogni giorno di ritardo alla data di consegna.
- 4) La consegna deve avvenire presso il magazzino generale dell'Azienda, sito in via Costituente a Carbonia.
- 3) Tempi di consegna del compressore gg.15 (quindici) dal giorno del ricevimento della lettera di aggiudicazione;
- 2) Pagamento gg.90 dal ricevimento della fattura a collaudo positivo;
- 1) Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico del P.O. "SIRAI" a Carbonia entro gg.3 (Tre) dal ricevimento della presente. possono essere spedite anche a mezzo fax al n° 0781-6683488 oppure al n° 0781 6683485.

CONDIZIONI DI FORNITURA

- a) potenza HP 1,5
- b) voltaggio 220 V
- c) capacità lt. 24
- d) silenzioso massimo 55 db
- e) pressione di esercizio 8 bar
- f) produzione l/min. 150
- g) essiccatore incorporato
- h) TIPO OIL FREE
- i) produzione aria di qualità medicale.

caratteristiche:
 Il reparto di malattie infettive del Presidio Ospedaliero Sirai a Carbonia, con le seguenti
 Pregasi formulare un preventivo di spesa per la fornitura di un compressore ad aria per

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di un compressore.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA

Servizio Sanitario - Regione Sardegna



Settore Tecnico

c/o P.O. "SIRAI"

Tel. 0781-6683375/3486

Fax 0781/6683488

Carbonia, 31 GEN. 2005

Al Responsabile del Settore Manutentivo
Ing. Brunello Vacca

Oggetto: Sostituzione Compressore della Sala di Sterilizzazione zona ex Malattie Infettive del P.O. SIRAI.

In seguito ad una prova di collaudo semestrale, eseguita alle due autoclavi installate presso la Sala di sterilizzazione adiacente il Centro Antidiabetico, zona ex Reparto Malattie Infettive del P.O. SIRAI di Carbonia, è stata rilevata, all'interno delle elettrovalvole della macchina, la presenza di condensa e di olio prodotti dal compressore d'aria esistente, in quantità tale da pregiudicare il regolare funzionamento delle stesse.

Per tale motivo si rende necessario sostituire il suddetto compressore con altro adeguato alle esigenze del caso, cioè con sistema oil-free.

Il Coordinatore del Settore Manutentivo
per l'area di Carbonia
Geom. *Giorgio Syllas*

ADD. M. Meloni *Meloni*

documento composto di

n° 17 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1788 DEL 22 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

