

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1147

adottata dal Direttore Generale in data 16 GIU. 2005

OGGETTO: *Indizione pubblico incanto – procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione - Approvazione Capitolato Speciale - Pubblicazione bando di gara.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- Viste** le note, agli atti presso il competente Ufficio del Servizio Acquisti, Prot. 047/05 SFA del 14/02/05, Prot. ABS n° 159 del 16/02/05, e Prot. 89/FO del 30/03/05, Prot. ABS n°302 del 04/04/05, con le quali rispettivamente il Resp.le del Servizio di Farmacia Distrettuale e il Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera hanno comunicato i programmi di acquisto di dispositivi medici per anestesia e rianimazione occorrenti ai PP.OO. e ai Presidi Territoriali dell'Azienda;
- Atteso** che trattasi di fornitura di uso routinario e continuato presso le UU.OO. richiedenti e i cui precedenti affidamenti contrattuali sono attualmente in proroga trimestrale fino al 31/07/05;
- Ritenuto** di dover procedere all'acquisizione mediante gara a pubblico incanto da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98;
- Visto** il Capitolato Speciale predisposto dal competente ufficio e approvato nella stesura definitiva dal Direttore Sanitario come da annotazione in data 08/06/05 risultante a margine della nota Prot. ABS 395 del 04/05/05;
- Visto** il D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, in particolare il disposto dell'art. 5 punto 7;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 23 dicembre 199 n° 488 e successive modificazioni e integrazioni in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Considerato** che, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, di cui alla nota Prot. 44000/DG del 09/12/04, l'Azienda ha inoltrato alla medesima richiesta formale di autorizzazione all'espletamento della gara come da nota Prot. 365 del 26.01.05;
- Vista** la nota Prot. 5760/D.G. del 15/02/05 con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato Regionale rilascia l'autorizzazione preventiva all'espletamento della gara d'appalto disponendo che l'affidamento della fornitura abbia durata annuale;
- Atteso** che in esecuzione delle disposizioni regionali di cui sopra l'Azienda ritiene di dover proporre affidamento di durata annuale, riservandosi di rinnovare per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, previa autorizzazione Regionale ;

PROPONE

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione;
- di indire pubblico incanto per l'affidamento annuale della fornitura;
- di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sulla G.U. CE e dell'avviso per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale, ai sensi del D.Lgs. 358/92.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura annuale di dispositivi per anestesia e rianimazione.
- autorizzare formalmente l'indizione della gara a pubblico incanto – procedura aperta, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98.
- confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione.
- disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di € 500.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo cod. 420100009 del piano dei conti aziendale.
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza, ai sensi delle normative vigenti, ivi compresa la pubblicazione dei bandi di gara e dell'avviso per estratto;
- disporre il pagamento della somma presunta di € 1.600,00 IVA vigente inclusa, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. a mezzo Cassa Economale
- determinare che il costo presunto di € 6.000,00 per la pubblicazione dell'estratto sui quotidiani, da movimentarsi sulla classe di costo 540100008 del piano dei conti, verrà liquidato dal capo servizio bilancio/contabilità con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone




Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1147 del 16 GIU. 2005

è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 LUG. 2005
a partire dal 17 GIU. 2005 al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Controllo di Gestione*
- *Servizio Acquisti*



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

21 FEB. 2005

PROT. 3544

DG
SA
Gloria Agell.

Prot. N. 5760 / D.G.

Cagliari, 15 FEB 2005

Risposta al foglio N.

del Allegati N.

OGGETTO: Disposizioni ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per l'adozione di particolari tipologie di atti – Autorizzazione preventiva.

Al Direttore Generale
dell'Azienda USL n.7
Carbonia

In riferimento alla richiesta n.365 del 26.01.05, si rilascia l'autorizzazione preventiva all'espletamento delle gare d'appalto a procedura aperta relative alla fornitura, per anni uno, dei seguenti materiali indicati nella nota medesima:

- 1) Dispositivi medici specialistici;
- 2) Accessori e materiali di consumo per endoscopia digestiva;
- 3) Dispositivi per anestesia e rianimazione;
- 4) Materiale per medicazione e TNT;
- 5) Fornitura biennale di protesi ortopediche;
- 6) Reagenti e sieri per CC.TT.;
- 7) Reagenti per diagnostica Laboratori Analisi – Settore chimica clinica.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Girau



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

15 FEB 2005

PROTOCOLLO

Copia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N.7
Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)

PROT. 395 /ABS
Servizio Acquisti

Carbonia 04/05/05

Al Direttore Sanitario
Dr. Pietro Chessa
Sede

e, p.c. Al Direttore Medico
PP.OO. Aziendali
Dr. Sergio Pili
Sede

OGGETTO: *Fornitura dispositivi medici per anestesia e rianimazione. Invio Capitolato Speciale.*

Si invia in allegato la copia del Capitolato Speciale per l'affidamento annuale della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione.

Il citato Capitolato è stato predisposto dalla Sig.ra Gigliola Ventura sulla base dei fabbisogni trasmessi dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera Aziendale e dal Resp.le del Servizio Farmaceutico Territoriale, nonché a seguito di ripetuti incontri con i Resp. delle UU.OO. utilizzatrici.

Con la presente si chiede il parere della S.V. in merito al contenuto del Capitolato allegato.

Si precisa che i precedenti affidamenti sono scaduti il 30 aprile 2005 e attualmente sono in regime di proroga trimestrale. Qualora non pervenisse riscontro entro il 15/05/05 il Servizio scrivente riterrà approvato il Capitolato Speciale procedendo alla predisposizione di atto di indizione della gara a pubblico incanto.

Disponibili per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli



08.06.05
ADD/G. Ventura

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE**

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di dispositivi medici occorrenti per le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione e per i Servizi Territoriali dell'Azienda USL 7 per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione o nel contratto, rinnovabile per ulteriore anno alle stesse condizioni economiche. L'Azienda, tre mesi prima della scadenza del contratto invierà comunicazione circa il proprio intendimento al proseguo dell'affidamento per ulteriore anno. In assenza di tale comunicazione la scadenza rimane fissata al termine dell'affidamento annuale.

Il contratto, però, potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla Ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la Ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Il contratto potrà ugualmente essere rescisso, su esplicita volontà dell'Azienda, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di Convenzioni Consip S.p.A. o altre Convenzioni nazionali e/o regionali, di fornitura dei beni, oggetto del presente capitolato, alle quali la ASL può aderire ai sensi della normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di alcun titolo.

Resta inteso che l'eventuale risoluzione del contratto dovrà avvenire in ogni caso al compimento di ciascuna annualità contrattuale, con preavviso di sessanta giorni da parte della ASL.

Il mancato preavviso comporta l'automatica prosecuzione del contratto per la successiva annualità e/o sino alla scadenza naturale.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura, con particolare riferimento alle forme di pubblicità previste dal Decreto Legislativo n° 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pubblicazione del presente appalto come la presentazione delle offerte da parte delle Ditte non costituiscono impegno definitivo della ASL alla definitiva aggiudicazione in carenza delle intervenute autorizzazioni ed approvazioni regionali.

La proposta di aggiudicazione da parte dell'apposita commissione di gara diventa vincolante per la ASL solo dopo le suddette autorizzazioni ed approvazioni regionali.

ART. 2

QUANTITA' DI FORNITURA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, entro il limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di buona fabbricazione ed alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonché alle norme di legge comunitarie e nazionali (Direttiva 93/42 CEE del 14.06.1993 ed il Decreto Legislativo di attuazione 24.02.1997, n° 46). I requisiti tecnici vincolanti sono quelli indicati nel presente articolo.

I tipi e i quantitativi sottoriportati saranno assunti quale base di calcolo per la valutazione delle offerte economiche e l'appalto che si va ad espletare:

Si riportano di seguito i lotti di fornitura con le relative specifiche tecniche e i quantitativi annui presunti:

GRUPPO A – CIRCUITI E FILTRI

LOTTO 1

Set Rianimazione con Filtri H.M.E. in conf. sterile costituito da:

- a) Circuito monotubo con due linee, una inspiratoria in P.V.C., armata esternamente e liscia al suo interno, ed una per il rilevamento della CO2 inserite in modo coassiale all'interno della linea espiratoria. Spezzoni estensibili lato respiratore. Ridotto ingombro. Lunghezza 130 cm circa.
- b) N° 7 Filtri HME a doppia membrana, ritenzione Batterico/Virale del 99,99%, umidificazione 34 mg/l. a circa 33 ° C, Volume ca. 92 ml. Superficie filtrante > 500 cm2. Superficie di scambio > 2000 cm2. Comprovata efficacia contro: Tubercolosi, Epatite C e H.I.V. Completi di 7 catetere mount in PVC raccordo girevole, cm 10, munito di tappo in gomma con foro dilatabile. Conf. Sterile.
- c) N° 2 Filtri macchina, antibatterico/antivirale, con filtrazione pari a 99,99 %. Membrana meccanica con superficie superiore a 700 cm2. Volume inferiore a 100 ml. Certificata efficacia di ritenzione su: Tubercolosi, Epatite C e H.I.V. Conf. Sterile.

Quantità: 500 set

Campioni da inviare n° 3 set

LOTTO 2

Circuiti per anestesia per adulti

Circuito monotubo con due linee, una inspiratoria in P.V.C., armata esternamente e liscia al suo interno, ed una per il rilevamento della CO2 inserite in modo coassiale all'interno della linea espiratoria. Spezzoni estensibili per il collegamento al respiratore. Ridotto ingombro. Lunghezza da 140 cm a 190 cm. Conf. Sterile.

Quantità: 2.500 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 3

Circuiti per anestesia per adulti

Circuito monotubo con due linee, una inspiratoria in P.V.C., armata esternamente e liscia al suo interno, ed una per il rilevamento della CO2 inserite in modo coassiale all'interno della linea espiratoria. Spezzoni estensibili per il collegamento al respiratore. Ridotto ingombro. Lunghezza da 200 cm. circa. Conf. Sterile.

Quantità: 50 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 4

Circuiti pediatrici

Circuiti in PVC armati esternamente e lisci all'interno, diametro 15 mm, linea inspiratoria ed espiratoria termosaldate alla Y. Connessioni lato macchina 22 flex. cm. Conf. Sterile.

Quantità: 830 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 5

Circuito per Umidificatore HC2000 Tyco

Circuiti preassemblati, in PVC armato esternamente e liscio all'interno, dotati di cartuccia a membrana in goretex da 0,2 micron antibatterica, a durata settimanale.

Il circuito deve essere termoregolato, con la resistenza elettrica inglobata nella spirale esterna, completo di linee alimentazione acqua e dotato di filtri antibatterici per ventilatore, linea inspiratoria ed espiratoria. Conf. sterile.

Quantità: 200 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 6

Circuiti per ventilatori adulti senza prese pressione e temperatura

- A due vie
- Sterili
- In PVC coibentato con spirale esterna antischiacciamento
- Interno liscio
- Senza prese pressione e temperatura
- Con raccogli condensa sulla via inspiratoria ed espiratoria
- Lunghezza da cm. 160/180

Quantità: 300 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 7

Circuiti per ventilatori adulti con prese pressione e temperatura

- A due vie
- Sterili
- In PVC coibentato con spirale esterna antischiacciamento
- Interno liscio
- Con prese pressione e temperatura
- Con raccogli condensa sulla via inspiratoria ed espiratoria
- Lunghezza da cm. 160/180

Quantità: 150 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 8

Circuito per ventilazione manuale

- Monouso
- Latex free

Quantità: 10 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 9

Circuito per CPAP

- In PVC
- Monovia
- Interno liscio
- Con spirale esterna antischiacciamento
- Raccordi universali per Wisper Swivel
- Diametro 22 mm
- Cm. 120-150-180 circa

Quantità: a) cm. 120 circa 50 pz.

b) cm. 150 circa 150 pz.

c) cm. 180 circa 200 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz. mis. cm. 180

LOTTO 10

Circuito per BPAP

- In PVC
- Cm. 150/180 circa
- Interno liscio
- Con foro di espiro integrato

Quantità: 160 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 11

Circuiti per ventilatore Bilevel Helia

A due vie con raccogli condensa

tipo adulti

da raccordare al ventilatore non invasivo pressometrico Bilevel Helia

Quantità: 50 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 12

Circuiti per ventilatore Eclipse Taema

Quantità: 24 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 13

Catetere mount

Catetere mount in PVC trasparente, armato esternamente e liscio all'interno, fissi e girevoli. Da 10 cm circa. Cobb dotato di tappo in gomma con foro dilatabile per consentire l'inserimento di sonde. Confezione Sterile.

Quantità: a) Fisso 3.300 pz.

b) Girev. 800 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz. di ciascun tipo

LOTTO 14

Catetere mount estensibile a fisarmonica

- In polipropilene
- Sterili
- raccordo di Cobb girevole nei due sensi
- 22M/15F
- Provvisto di apertura e tappo di gomma con foro per broncoscopia

Quantità: 7.000 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 15

Filtri HME per anestesia per adulti.

Filtri antibatterici/ antivirali per anestesia Volume 45 ml circa., leggeri, superficie filtrante > 23 cm², ritenzione 99,99 %. Temperatura gas circa 31° C. Resistenza al flusso (60 lt/min.) non > di 2,5 cm H₂O. Connessioni ISO lato pt e lato ventilatore. Attacco per capnometria. Conf. sterile.

Quantità: 10.450 pz.

Campioni da inviare n° 5 pz.

LOTTO 16

Filtri HME antibatterici/antivirali per anestesia di tipo pediatrico

Volume 26 ml circa, leggeri, conf. sterile.

superficie filtrante circa 19 cm²,

ritenzione 99,99 %.

Temperatura gas circa 31° C.
Resistenza al flusso (60 lt/min.) non > di 1,0 cm H₂O.

Quantità: 1.000 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 17

Filtri HME antibatterici/antivirali di tipo neonatale.

Volume 10 ml circa., leggeri max 10 g., conf. sterile

superficie filtrante circa. 10 cm₂,

ritenzione 99,99 %

Temperatura gas circa 30° C.

Resistenza al flusso (30 lt/min.) non > di 0,7 cm H₂O.

Quantità: 100 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 18

Filtri per anestesia

- Adulti
- Volume interno <40 ml
- Superficie filtrante: da 20 cm² a 500 cm²
- Rimozione batterica e virale non inferiore al 99%
- Bassa resistenza al flusso
- Connessioni ISO lato paziente e lato ventilatore
- Basso peso (< 30 g.)
- Attacco per capnometria
- Monopaziente per almeno 24h

Quantità: 1.000 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 19

Filtri Antibatterico antivirale pediatrico

- Scambiatore di calore e umidità
- Volume 26 ml circa
- Resistenza al flusso (60 lt/min.) non > di 1,0 cm H₂O.
- Ritenzione 99,99 %
- Filtrazione di tipo elettrostatico
- Con membrana di cellulosa come elemento scambiatore di umidità e calore
- Senza agente batteriostatico
- Con presa per capnometria integrata

Quantità: 800 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 20

Filtri antibatterico antivirale

- Per ventilatore polmonare volumetrico o presso metrico
- Filtrazione di tipo elettrostatico

Quantità: 1.700 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 21

Filtri per emotrasfusione

Filtri per emotrasfusione ad alto flusso
caratteristiche minime:

- capacità di filtrazione del 100% per microaggregati maggiori o uguali a 40 micron

- capacità di filtrare fino a 5 unità di emazia concentrate e fino a 10 unità di sangue intero senza decadimento delle prestazioni
- possibilità di uso con spremisacca per aumentare il flusso fino a una pressione massima di 300 mmHg senza decadimento delle prestazioni

Quantità: 600 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 22

Filtri venosi per NPT

Filtro 0,22 μ m per filtrazione di batteri, endotossine, particolato

Con prolunga di circa 30 cm

Con clamp e punto di iniezione

Quantità: 3.000 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 23

Filtri antibatterici per cateterismo epidurale

filtri piatti sterili per epidurale da 0,2 μ m con volume residuo 0,5 ml

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 24

Nasi artificiali

A) adulti

- scambiatore di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati o intubati in respiro spontaneo
- spazio morto, dimensioni e peso minimi
- presa per ossigenoterapia
- il dispositivo deve rendere possibile l'aspirazione delle secrezioni senza disconnessione dalla cannula o dal tubo endotracheale
- il dispositivo deve essere provvisto di raccordo standard ISO 15F per collegamento al tubo endotracheale o alla cannula tracheostomica
- confezione sterile

Quantità: 16.000 pz.

B) neonatali

- medesime caratteristiche di cui sopra

Quantità: 3.030 pz.

Campioni da inviare n° 5 pz. di ciascuna misura

LOTTO 25

Set ricambio filtri per Resmed Sullivan

Set ricambio filtri interni per ventilatore CPAP Resmed Sullivan

Quantità: 20 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 26

Filtri per Respironics Solo/Solo Plus

Per ventilatore CPAP Respironics Solo/Solo Plus

Di ricambio antipolline in spugna di protezione grigi

Antipolvere bianchi

Quantità: a) 90 pz.

b) 230 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. per ciascuna voce

LOTTO 27

Filtri per ventilatore Polmonare Respironics ST 30

Di ricambio aria (Filter Pack)

Quantità: 40 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 28

Filtri per Eole 3 XO

Di ricambio interni per ventilatore EOLE 3 XO

Quantità: 20 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 29

Filtri per Respironics ST Synchrony

Per ventilatore polmonare Respironics ST Synchrony

a) Di ricambio aria

b) Antipolline

Quantità a) 18 pz.

b) 18 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 30

Filtri per ventilatore CPAP Horizon

Filtro antipolvere

Quantità: 80 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 31

Filtri per ventilatore polmonare Respironics Harmony/ST

a) bianchi

b) neri

Quantità: a) n° 80 pz.

b) n° 20 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 32

Filtro controllo condensa per umidificatore Oasis

Quantità: 50 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 33

Materiale per ventilatore BPAP Neftis Air Liquide

a) Circuiti Monotubo completo di circuito in PVC con valvola espiratoria a 90° con sistema pneumatico per regolazione PEEP e tubicino per comando della valvola stessa

b) Filtri antipolvere

c) Filtri antipolline

d) Valvola espiratoria a tre vie

Quantità: a) 200 pz.

b) 24 pz.

c) 24 pz.

d) 20 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 34

Materiale per ventilatore Helia Saime

- a) Filtri di ricambio interni
- b) Circuiti a una via con valvola espiratoria e presa di rilevamento pressione prossimale

Quantità: a) 42 pz.
b) 150 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 35

Materiale per ventilatore polmonare Auto CPAP BORA C Respironics

- a) Filtro ricambio per ventilatore
- b) Circuito a 1 via – cm. 180 circa con lume per rilevazione pressione esercizio

Quantità a) 12 pz.
b) 12 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 36

Materiale per CPAP REM STAR Respironics

- a) Filtri ricambio aria bianchi
- b) Filtri antipolline neri

Quantità a) 48 pz.
b) 8 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 37

Materiale per CPAP Somnotron IV Weinmann

- a) Filtri ricambio aria bianchi
- b) Filtri antipolline neri
- c) Circuito a 1 via – 150/180 cm circa con linea di rilevamento pressione

Quantità: a) 100 pz.
b) 8 pz.
c) 10 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 38

Materiale per ventilatore BPAP Respicare Drager

- a) Filtro antipolvere
- b) Circuito a 1 via con tubi di calibrazione
- c) Valvola espiratoria E-Vent Dispersore Co2

Quantità: a) 12 pz.
b) 25 pz.
c) 25 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

LOTTO 39

Materiale per ventilatore Auto CPAP Good Night

- a) Filtro antipolvere
- b) Circuito a 1 via – cm. 180

Quantità: a) 24 pz.
b) 12 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. di ciascuna voce

GRUPPO B – AGHI

LOTTO 1

Aghi singoli per peridurale punta Thuoy

- con alette di fissaggio fisse o mobili, ago centimetrato e markers di profondità ben visibili, mandrino in plastica o acciaio che consenta facilità di scorrimento, cono trasparente, attacco luer-lock.
- Mis. 16 G e 18 G

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 2

Kit per peridurale continua

Il kit deve contenere almeno:

- ago di Thuoy (misura 16 e 18 G) con alette di fissaggio fisse o mobili, ago centimetrato e markers di profondità ben visibili, mandrino in plastica o acciaio che consenta facilità di scorrimento, cono trasparente, attacco luer-lock
- catetere a punta chiusa arrotondata morbida, con fori laterali, radiopaco e atraumatico con dispositivo introduttore, lunghezza 90-100 cm ca
- connettore a vite per catetere e filtro peridurale da 0,2 µm

Quantità: 500 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 3

Siringa per identificazione dello spazio peridurale (LOR)

- da 10 ml con attacco Luer

Quantità: 100 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 4

Aghi per anestesia spinale con punta di Quincke:

- lunghezza 90 mm circa
- veloce reflusso del liquor
- misure 22-25-27
- attacco luer-lock
- possibilità di utilizzarli con introduttore da 35 mm - n°20-22

Quantità: 1.100 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 5

Aghi per anestesia spinale con punta a matita tipo Whitacre

- rapido reflusso del liquor
- attacco trasparente luer-lock
- misure 25/27
- dotato nella stessa confezione di ago guida da 35 mm circa nelle misure 20-22

Quantità: 900 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 6

Aghi guida per aghi tipo Quincke o Whitacre

- lunghezza 35 mm circa;
- misura 20-22

Quantità: 200 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 7

Set per anestesia combinata spinale-epidurale (CSE)

Il kit deve comprendere almeno:

- ago di tuhoj (misura 18) con alette di fissaggio fisse o mobili, ago centimetrato e markers di profondità ben visibili mandrino in plastica o acciaio che consenta facilità di scorrimento, cono trasparente, attacco luer-lock munito di foro aggiuntivo nella curvatura distale che consenta il passaggio dell'ago spinale;
- catetere a punta chiusa arrotondata morbida, con fori laterali, radiopaco e atraumatico con dispositivo introduttore, lunghezza 90-100 cm ca;
- connettore a vite per catetere e filtro peridurale da 0,2 µm
- sistema che garantisca un fissaggio dell'ago spinale all'ago di Tuhoj dopo la puntura della dura;
- ago spinale con punta a matita tipo Whitacre n° 27 con lunghezza circa 130 mm;
- siringa per identificazione dello spazio perdurale (LOR) da 10 ml

Quantità: 130 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 8

Set per anestesia dei plessi con tecnica "single-shot"

- Ago metallico con rivestimento isolante
- Superficie estremamente liscia
- Cavetto elettrico con presa unipolare di connessione ad apparecchio neurostimolatore
- Linea infusionale con attacco luer-lock
- Calibri da 20 a 23 G
- Lunghezza 35-50-100-120 mm

Quantità: 200 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 9

Set per anestesia continua del plesso brachiale con stimolazione nervosa

Sistema con catetere stimolabile per blocco nervoso periferico continuo attraverso cannula

Set deve essere composto da:

- Ago cannula con cono trasparente luer lock femmina
- Filo elettrico con presa plug femmina
- Cannula pretagliata con sistema di bloccaggio dell'ago
- Catetere con punta aperta, marcato ogni cm a partire dalla punta, e aletta di fissaggio del catetere.
- Filtro antibatterico 0,22 micron
- Siringa cono luer da 10ml
- Telino adesivo di fissaggio
- Lunghezza ago 50 mm e catetere 100 mm circa

Quantità: 70 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

GRUPPO C – CATETERI

LOTTO 1

Kit per cateterismo venoso centrale a doppio lume

Il kit deve essere composto almeno da:

- Guida metallica con punta flessibile a forma di J con raddrizzatore
- Catetere in poliuretano o silicone, radiopaco, punta morbida, tacche di profondità, lunghezza di almeno 20 cm, sistema di fissaggio alla cute con alette, mis. 14 G e 16 G

- Ago di punzione metallico (preferibilmente con valvola laterale) 18 G, lunghezza 70 mm circa
- Dilatatore
- Bisturi
- 1 o più siringhe (5-10 ml) con attacco luer ed eventuali aghi ipodermici
- Cavo di collegamento per la derivazione ECG intraatriale

Quantità: 350 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 2

Kit per cateterismo venoso centrale a triplo lume

Il kit deve essere composto almeno da:

- Guida metallica con punta flessibile a forma di J con raddrizzatore
- Catetere in poliuretano o silicone, radiopaco, punta morbida, tacche di profondità, lunghezza di almeno 20 cm, sistema di fissaggio alla cute con alette, mis. 14 G e 16 G
- Ago di punzione metallico (preferibilmente con valvola laterale) 18 G, lunghezza 70 mm circa
- Dilatatore
- Bisturi
- 1 o più siringhe (5-10 ml) con attacco luer ed eventuali aghi ipodermici
- Cavo di collegamento per la derivazione ECG intraatriale

Quantità: 350 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 3

Catetere bilume per emodialisi

Il set deve essere composto almeno da:

- 1 catetere a due lumi radiopaco, in poliuretano con estremità morbida, con alette di fissaggio e prolunghe munite di clamp; misure 10 e 12 Fr lunghezza minima 20 cm; presenza di alette di fissaggio
- ago introduttore
- guida metallica a J
- dilatatore
- bisturi

Quantità: 40 pz

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 4

Kit per cateterismo venoso (giugolare/succlavia) pediatrico/neonatale

Il kit deve comprendere almeno:

- Catetere in poliuretano o silicone, morbido, con alette di fissaggio, lunghezza 4-8 cm circa misura 22 G;
- Sonda guida con punta a J o retta;
- Ago di punzione 22 G lunghezza 40-50 mm

Quantità: 20 pz

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 5

Cateteri in silicone tipo Hickman/Broviac

Il kit deve essere così composto:

- Catetere in silicone radiopaco, con cuffia sottocutanea per accessi venosi di lunga durata (nutrizione parenterale, somministrazione di farmaci e chemioterapici), \varnothing in 1,6-2 circa, \varnothing est. 3,2 circa, F 9,5 circa, lunghezza 55-60 cm circa, possibilmente dotato di mandrino e clamp
- Ago per punzione;
- Guida metallica a J 70 cm circa
- Ago introduttore, introduttore con desilet apribile

- Tunnellizzatore metallico
- Raccordo catetere
- Tappino di chiusura
- Siringa da 5 ml e da 10 ml
- Bisturi

Quantità: 45 pz

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 6

Cateteri in silicone tipo Broviac

Il kit deve essere così composto:

- Catetere in silicone radiopaco, con cuffia sottocutanea per accessi venosi di lunga durata (nutrizione parenterale, chemioterapia)
- Introduttore dilatatore peel-away – guida flessibile a J
- Tunnellizzatore metallico o in plastica
- Siringa da 10 ml circa
- Ago per venipuntura da circa 18 G
- Tappino di chiusura
- Misure:
 - a) Fr. 2,5-3 lungh. 70 cm circa lume 0,5 mm
 - b) Fr. 4-4,5 lungh. 70 cm circa lume 0,7 mm
 - c) Fr. 6-7 lungh. 90 cm circa lume 1 mm

Quantità:

- a) 2 pz
- b) 2 pz.
- c) 2 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 7

Set per cateterismo venoso centrale con sistema impiantabile in titanio per infusione farmaci e prelievo venoso.

Il set deve essere composta almeno da:

- Una camera (port) in titanio o in titanio rivestito in polimero rigido dotata di raccordo catetere di sicurezza; \varnothing 32 mm ca, \varnothing della membrana perforabile 12 mm ca, altezza 13,5 mm ca, capacità 0,50 ml ca;
- 1 catetere in silicone radiopaco, graduato lunghezza 60 cm ca e \varnothing int da 1,2 a 2 mm ca;
- 1 guida metallica a J con raddrizzatore lunghezza 50-70 cm ca;
- 1 ago per punzione venosa;
- Introduttore con desilet apribile;
- 1 o più siringhe luer (5 –10 ml);
- 1 o più aghi di Huber dritti in acciaio inossidabile;
- 1 tunnellizzatore metallico

Quantità: 55 pz

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 8

Dispositivo per infusione in sistemi port

Il dispositivo deve essere costituito da tubicino morbido in poliuretano lunghezza 17-25 mm circa, dotato di clamp con ago curvo tipo Huber con alette e raccordo L/L femmina. Calibro 18/20/22

Quantità: 850 pz

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 9

Cateteri Foley con sensore temperatura

Catetere vescicale a 2 vie, in silicone 100 %, dotato di sensore a termistore per la rilevazione della temperatura corporea. Conf. singola sterile. Misure da ch 8 a ch 18. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i raccordi per i cavi di collegamento ai monitor in dotazione (n°8)

Quantità: 120 pz

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 10

Set cateteri per arteria

Set di cateteri per arteria secondo la tecnica di Seldinger, per monitoraggio presso rito invasivo e campionamento di sangue.

I set devono avere le seguenti caratteristiche:

- Ago introduttore in acciaio inox
- Transizione priva di scalini fra i vari componenti
- Adattatore luer-lock
- Filo guida in acciaio inox con punta dritta e flessibile
- Catetere in FEP o PUR con alette di fissaggio amovibili
- Misure: 22G da 80 mm circa e 20G da 80 mm circa e da 160 mm circa

Quantità: 600 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 11

Kit per posizionamento percutaneo di tubo toracico con metodica Seldinger

Il kit deve essere costituito almeno da:

- Ago introduttore 18 gauge;
- Guida metallica con punta a J;
- Dilatatori radiopachi, misura appropriata;
- Mandrino per inserimento del tubo toracico;
- Tubo toracico trasparente con banda radiopaca;
- Bisturi.
- Misure in French da 14 a 28

Quantità: 40 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 12

Kit per drenaggio pleurico con metodica Seldinger

Il kit deve essere composta da:

- Ago di punzione 18 gauge;
- Guida metallica con punta a J;
- Catetere centimetrato, radiopaco lunghezza 20 cm circa misura 12 French con rubinetto per bloccaggio;
- Dilatatore 12 french

Quantità: 40 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

GRUPPO D – TUBI E CANNULE

LOTTO 1

Tubi oro-naso-tracheali per anestesia

Il tubo tracheale deve possedere le seguenti caratteristiche:

- trasparente
- in PVC con linea radiopaca su tutta la lunghezza
- punta atraumatica, buona flessibilità
- deve essere graduato con raccordo semimontato
- cuffia a bassa pressione e alto volume
- cuffia di controllo con attacco luer-lock
- deve essere siliconizzato, privo di lattice
- in confezione unica e sterile
- misure: da Id 4 a Id 9

Quantità: 3.330 pz

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 2

Tubi naso-tracheali per rianimazione

Tubi per Rianimazione in PVC, cuffia bassa pressione e alto volume, dotati di linea per lavaggio e aspirazione delle secrezioni depositatesi nello spazio Subglottico. Uscita delle linee di lavaggio/aspirazione e di gonfiaggio in prossimità del connettore 15 M, per prevenire decubiti sulla mucosa nasale. Confezione sterile.

L'Azienda aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito opportune valvole d'aspirazione intermittente per ciascun posto letto (n°8)

Misure da: Id. 6.0 a Id. 9.0.

Quantità: 360 pz

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 3

Tubi endotracheali neonatali-pediatrici

I tubi devono possedere queste caratteristiche:

- Punta atraumatica, arrotondata, morbidi a temperatura ambiente;
 - Privi di cuffia;
 - Trasparenti;
 - Marcatura graduata su entrambi i lati del tubo
- Misure : Id 2, 2,5, 3, 3,5

Quantità: 250 pz

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 4

Tubi per microchirurgia endolaringea

- A spirale metallica
- Con diametro interno da mm 6

Quantità: 100 pz

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 5

Mandrini per tubi endotracheali

Misure neonatali, pediatriche e adulti

Quantità: 120 pz

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 6

Tubi a spirale metallica per anestesia e rianimazione

I tubi devono possedere come caratteristiche di minima:

Devono essere in PVC, privi di lattice , sterili in confezione singola, radiopachi, siliconizzati, con cuffia a bassa pressione e alto volume, palloncino di controllo con raccordo luer-lock.

Misure da Id 5 a Id 9

Quantità: 100 pz

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 7

Tubi di Coles

- Monouso, sterili, buona flessibilità
- Punta arrotondata, atraumatica
- La ditta deve indicare in offerta tutte le misure disponibili

Quantità: 150 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 8

Tubi bronchiali a doppio lume

Caratteristiche del tubo:

- Deve essere trasparente a doppio lume in PVC;

- Linea radiopaca per tutta la lunghezza con graduazione per corretto posizionamento;
- Cuffia tracheale a bassa pressione con palloncino di controllo incolore;
- Cuffia bronchiale a bassa pressione con palloncino di controllo della cuffia colorata;
- Dotato di mandrino preformante;
- Privo di lattice
- Sterile;
- Siliconizzato;
- Dotato di due raccordi angolati, raccordo a Y, 2 sondini di aspirazione;
- Disponibile nella versione sn e dx
- Misure 35, 37,39

Quantità: 16 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 9

Sistemi scambiatubo per adulti

Sistema formato da catetere radiopaco centimetrato con connettore per ventilazione 15 mm

Misure 11, 14, 19 French

Quantità: 40 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 10

Tubi laringeo per chirurgia laser

Da utilizzare in otorino per apparecchio laser a diodi (Medilas D Compact) in dotazione nella U.O. di Otorino del P.O. F.lli Crobu

Caratteristiche:

- Doppio palloncino, con membrana di rivestimento morbida e imbevibile con soluzione fisiologica, e per ulteriore protezione ignifuga nella sua porzione endotracheale
- Misure: diametro interno mm. 5 e mm. 6

Quantità: 50 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 11

Cannule di Guedel

Cannule di Guedel monopaziente, PVC, dotate di dispositivo antimorso con codice colore.

Misure: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Confezione singola sterile.

Quantità: 4.300 pz.

Campioni da inviare n°3 pz.

LOTTO 12

Cannule tracheostomiche

Cannula tracheostomica, flessibile, cuffia a bassa pressione, dotata di controcannulla riutilizzabile. Flangia mobile su diversi piani, con punta rigida, arrotondata e possibilmente di forma conica per facilitarne l'introduzione in uno stoma percutaneo, dotata di otturatore per facilitarne l'introduzione e di fettuccia di fissaggio. Confezione sterile.

Misure: 5, 6, 7, 8 e 9

Quantità: 148 pz.

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 13

Cannule tracheostomiche fenestrate e cuffiate dotate di controcannulla

Cannula tracheostomica in poliuretano, flessibile, cuffia a bassa pressione, dotata di due controcannule riutilizzabili di cui una possibilmente fenestrata. Flangia mobile su diversi piani, dotata di otturatore per facilitarne l'introduzione e di fettuccia di fissaggio. Confezione sterile.

Misure da 4 a 10

Quantità: 60 pz.

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 14

Cannule per tracheostomia pediatriche

- Da utilizzarsi in O.R.L.
- Devono essere in PVC atossico termosensibile, morbido
- Con flangia sagomata con fori laterali
- Con placchetta antiganciamento
- Con connettore angolato in PVC da 15 mm saldato alla cannula per garantire sicurezza di continua ventilazione
- Con otturatore (mandrino) flessibile per l'introduzione in trachea
- La ditta deve indicare in offerta tutte le misure disponibili

Quantità: 12 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 15

Cannule tracheostomiche

- Per paziente tracheostomizzato
- Devono essere in PVC siliconato, atossico
- Termosensibile, per conformarsi all'anatomia del paziente
- Munite di controcanula e mandrino (otturatore)
- Dotate di cuffia a bassa pressione e ad elevata superficie, a pareti sottili e sensibili, per conformarsi senza asperità al corpo della cannula e per evitare traumi tracheali una volta gonfiate
- Le cuffie non devono deformarsi
- Con valvola unidirezionale per facile gonfiamento e sgonfiamento della cuffia
- Le cannule devono essere munite di piastrina di appoggio al collo, ben adattabile all'anatomia del singolo paziente, e con cono terminale da 15 mm.
- La ditta deve indicare in offerta tutte le misure disponibili

Quantità: 50 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 16

Cannule tracheostomiche fenestrate

- In PVC sterili
- Adulti
- Con otturatore per l'inserimento e fascetta di fissaggio
- Con cuffia a bassa pressione
- Fenestrate
- Con controcanula riutilizzabile connettore 15 mm
- Munite di flangia di fissaggio morbida e basculante
- La ditta deve indicare in offerta tutte le misure disponibili

Quantità: 72 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 17

Cannule tracheostomiche non fenestrate e non cuffiate

- In PVC sterili
- Adulti
- Con otturatore per l'inserimento e fascetta di fissaggio
- Con controcanula riutilizzabile connettore 15 mm
- Munite di flangia basculante morbida
- Varie misure

Quantità: 48 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 18

Cannule tracheostomiche in silicone

- Adulti - Vari calibri
- In silicone 100%
- Cuffiate

Quantità: 12 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 19

Cannule tracheostomiche

- Pediatriche/neonatali - Calibro 4-4,5-5-5,5
- In PVC termosensibile - radiopache
- Con otturatore per l'inserimento e fascetta di fissaggio
- Flangia morbida flessibile

Quantità: 60 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 20

Cannule tracheostomiche fenestrate e non cuffiate

- In poliuretano
- flessibile
- non cuffiate - non fenestrate
- con controcannula
- misure per adulti

Quantità: 20 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 21

Set per Tracheotomia Percutanea.

Sistema di tracheotomia percutanea secondo Fantoni, translaringea. Confezione completa di cannula e accessori per il posizionamento. Sterile. Misure da: Id. 5,5 a Id. 9,5.

Quantità: 12 set

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 22

Set per tracheotomia percutanea a vite (PercuTwist set)

Il set deve contenere:

- Cannula per tracheotomia
- Dilatatore porta cannula
- Dilatatore percu-twist
- Bisturi
- Siringa luer
- Filo guida con punta a J
- Dilatatore d'introduzione

Quantità: 20 set

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 23

Kit per tracheotomia percutanea secondo metodica di Griggs

Il kit deve contenere:

- Cannula tracheostomica
- Guida metallica a J con adattatore e introduttore
- Ago-cannula
- Siringa da 10 ml
- 1 forcipe per dilatare ogni 10 confezioni

Quantità: 40 kit

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 24

Dispositivo per cricotirotomia d'urgenza

Il kit deve essere composto da:

- Ago introduttore
- Guida metallica
- Cannule con dilatatore nelle due misure small e large con diametro interno di 4 e 6 mm

Quantità: 5 kit

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 25

Fasce fissa-tubo oro o naso-tracheale

Le fasce devono essere monopaziente, in tessuto e dotate di sistema di fissaggio in velcro

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 26

Fascette fissa-tracheo

Le fasce devono essere monopaziente, in tessuto e dotate di sistema di fissaggio in velcro

Adulti e bambini

Quantità: 460 pz.

Campioni da inviare n° 4 pz.

GRUPPO E - MASCHERE – PALLONI

LOTTO 1

Maschere per anestesia

Le maschere devono essere in gomma nera, rivestite in neoprene, elettroconduttive, con cuscinetto gonfiabile e con inserto flessibile per l'adattabilità alla conformazione anatomica; cono interno 22 mm. Complete di anello di fissaggio metallico. Risterilizzabili in autoclave.

Misure da 1,2, 3, 4, 5

Quantità: 220 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 2

Maschere facciali neonatali

Misure 000, 00 e 0 in silicone, o in materiale risterilizzabile in autoclave

Quantità: 80 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 3

Maschere facciali

- In silicone
- Monouso
- Misure: adulto grande – adulto – ragazzo

Quantità: 150 pz.

Campioni da inviare n° 4 pz.

LOTTO 4

Maschere full face

- Complete di reggimaschere
- Misure: piccola e media

Quantità: 11 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 5

Maschera nasale

- Per respiratore Volumetrico o Pressometrico
- In silicone
- Di dimensioni e peso contenuti
- Cuscinetto facilmente adattabile alla fisionomia del paziente
- Munite di raccordo che permetta una rotazione a 360° del circuito su due assi
- Corredata di fascia copricapo fascette e raccordi per circuito
- Di facile pulizia e disinfezione
- Misura standard e large

Quantità: 20 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 6

Maschera facciale per ventilatore

- Per ventilatore volumetrico e CPAP
- Di dimensioni e peso contenuti
- In materiale plastico rigido con cuscinetto in silicone morbido sostituibile
- Cuscinetto facilmente adattabile alla fisionomia del paziente
- Corredata di fascia copricapo
- Misure diverse

Quantità:

a) per ventilatore pressometrico/volumetrico	31 pz.
b) per ventilatore CPAP	21 pz.
c) cuscinetti di ricambio	3 pz.

Campioni da inviare n° 1 per le voci a) e b) pz.

LOTTO 7

Maschera nasale per CPAP

- In silicone automodellante viso del paziente dopo riscaldamento
- Leggera munita di raccordo che permetta la rotazione a 360° del circuito su due assi
- Fascia copricapo, mentoniera e bretella
- Varie misure

Quantità annua

a) maschera	n° 80 pz.
b) fascia copricapo	n° 80 pz.
c) mentoniera	n° 14 pz.
d) bretella di bloccaggio per maschera	n° 8 pz.

Campioni da inviare n° 1 completo di tutte le voci

LOTTO 8

Maschera nasale per CPAP in silicone

- Di dimensioni e peso contenuti - di facile pulizia e disinfezione
- Cuscinetto facilmente adattabile alla fisionomia del paziente
- Munite di raccordo che permetta una rotazione a 360° del circuito su due assi
- Corredata di fascia copricapo fascette e raccordi al circuito
- Misura standard e large

Quantità: 40 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 9

Maschere O2

- Con reservoir
- Ad alta concentrazione
- Complete di prolunga di 2 mt. circa

Quantità: 1.000 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 10

Maschera laringea

- Classica
- In silicone - riutilizzabile
- Misure da 4 e 5

Quantità: 4 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 11

Maschera laringea a doppio tubo

Caratteristiche:

- Doppio tubo per la separazione dei tratti alimentare e respiratorio;
- Doppia cuffia;
- Riutilizzabile (sterilizzabile in autoclave almeno per 40 volte).

Misure da 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5

La ditta aggiudicataria dovrà fornire apposito device per facile introduzione in quantità di almeno n° 6 unità

Quantità: 80 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 12

Palloni per ventilazione

In gomma nera, misure da 0,5 a 2 lt

Quantità: 40 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 13

A) Palloni di Ambu

- Riutilizzabile
- Per adulti, pediatrici

B) Sacche reservoir

monouso per i corrispondenti palloni di Ambu

Quantità A) palloni adulti 10 pz.

palloni pediatrici 4 pz.

B) sacche 200 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. adulti completo di sacca reservoir

LOTTO 14

Palloni di Ambu

- Riutilizzabili
- Per adulti, pediatrici e neonatali con relative maschere

Quantità annua a) 75 pz. adulti

b) 38 pz. pediatrici

c) 5 pz. neonatali

Campioni da inviare n° 2 pz. adulti completo di maschera

LOTTO 15

Unità di Ventilazione Manuale.

Sistemi per la ventilazione manuale completi di pallone latex free, raccordo con valvola di scarico a variazione geometrica graduata senza molle o altri meccanismi. Innesto della linea gas freschi direttamente sul raccordo di cobb. Completa di tubo x gas da mt. 2. Set connettori multipli di interfaccia alle principali fonti di gas. Misure con pallone da lt. 2, lt. 1 e lt. 0,5. Queste ultime con valvola di sicurezza a 40 cm H₂O. Confez. Sterile.

Quantità: 600 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 16

Kit Venturi per ossigenoterapia

- Adulti e pediatrici
- Composti da: maschera, valvole Venturi dal 24 al 50%
- Tubo di connessione flessibile
- Adattatore di umidificazione e nebulizzazione
- Tubo di ossigenazione da m. 2

Quantità: 400 pz. kit Venturi

Campioni da inviare n° 2 pz.

GRUPPO F – ALTRO MATERIALE

LOTTO 1

Sondini per broncoaspirazione

- Misure: 14 CH, 16 CH e 18 CH
- Muniti di raccogliore Luckens per esame colturale

Quantità: 600 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 2

Cateteri protetti per broncos aspirazione

Sistema telescopico per prelievo bronchiale protetto con catetere esterno preferibilmente in polietilene, radiopaco chiuso alla sua estremità distale da un tappo di materiale idrosolubile atossico con raccordo prossimale femmina luer-lock; catetere interno radiopaco con raccordo prossimale femmina luer-lock.

Tale dispositivo deve avere queste dimensioni:

- Catetere esterno diametro est. di circa 2,5-3 mm e lunghezza circa 60 cm.
- Catetere interno diametro est. 1,6-2 mm e lunghezza 65 cm. circa.

Il catetere deve essere sterile e confezionato in modo da non essere arrotolato

Quantità: 700 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 3

Sacche per nutrizione parenterale

Le sacche devono essere:

- In EVA provvista di set di riempimento a tre vie raccordato con luer-lock, capsula di protezione per via riempimento in confezione sigillata e sterile, raccordo a membrana perforabile per la connessione con il set di somministrazione, punto di iniezione protetto e maniglia di sostegno.
- Capacità: 3000 ml

Quantità: 1.100 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 4

Sonde per nutrizione enterale per adulti

Le sonde devono avere come caratteristiche minime:

- Devono essere in poliuretano o silicone radiopaco;
- Devono avere possibilmente punta appesantita atraumatica
- Possibilmente con mandrino per favorirne il posizionamento
- Misure: offrire tutte le misure per adulti

Quantità: 300 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 5

Sonde per nutrizione enterale neonatali e pediatriche

Le sonde devono avere come caratteristiche minime:

- Devono essere in poliuretano o silicone radiopaco
- Possibilmente con mandrino per favorirne il posizionamento
- Misure: offrire tutte le misure neonatali e pediatriche

Quantità: 20 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 6

Sondini per nutrizione nasogastrica con mandrino

- In poliuretano, radiopaco
- Lunghezza 90/110 cm circa
- Con mandrino assemblato o separato
- Estremità prossimale a doppia porta
- Punta appesantita atraumatica
- Adulti CH 12 e CH 14

Quantità: 150 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 7

Sondini per nutrizione nasogastrica con mandrino

- In poliuretano, radiopaco
- Con mandrino assemblato o separato
- Estremità prossimale a doppia porta
- Punta appesantita atraumatica
- Pediatriche CH 6 – CH 8 e CH 10

Quantità: 50 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 8

Sonda per nutrizione enterale nasogastrica

- A due vie
- Senza mandrino
- Senza punta appesantita
- In poliuretano medicale biocompatibile radiopaco
- Autolubrificante a contatto con l'acqua
- Lunghezza cm. 90-95 circa
- CH 14-12

Quantità: 24 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 9

Sistema per alimentazione enterale a gravità

- Costituito da un deflussore con ghiera che permetta l'intercambiabilità di flaconi a collo stretto e largo o in alternativa una sacca da ml. 1.000/1.500
- Sterili in PVC
- Collegamento con il sondino nasogastrico o con la PEG con raccordo di tipo universale e Luer Lock

Quantità: 1.000 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 10

Kit PEG (metodica del tipo "Pull" con rimozione/sostituzione non endoscopica)

Il kit deve contenere almeno:

- sonda e dilatatore in silicone o poliuretano per il trattamento a lungo termine;
- lunghezza della PEG 75 cm circa;

- filo guida metallico;
- anello di ritenzione interno del tipo a stella per buona tenuta della parete gastrica e per un facile rimozione/sostituzione tramite apposito otturatore;
- anello o placca esterno di fissaggio morbido e antidecubito;
- ago-cannula Seldinger;
- Bisturi;
- Uno o più connettori a Y
- Misure 16 e 20 Fr

Il dispositivo deve permettere la sostituzione per via percutanea

Quantità: 20 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 11

Kit sostituzione PEG

Il kit deve contenere almeno:

- Sonda in poliuretano o silicone morbido;
- Anello di ritenzione interno del tipo a stella;
- Anello esterno di fissaggio morbido e antidecubito;
- Dispositivo di rimozione/inserzione;
- Misuratore di stoma;
- Otturatore per rimozione;
- Misure 16 e 20 Fr

Quantità: 20 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 12

Sonda di sostituzione PEG

- A due vie - In silicone biocompatibile
- Con palloncino di fissaggio gastrico
- Calibro CH 14/16/18/20

Quantità: 36 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 13

a) Kit per gastrostomia

- Del tipo a bottone – in silicone
- A basso profilo
- Con sistema di ancoraggio a disco o palloncino
- CH 16/18/20
- Lunghezze diverse

b) Set prolunga a due vie

- lunghezza cm. 60 attacco angolare per bottone in silicone a basso profilo

Quantità: a) 8 pz.

b) 120 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 14

Sonda per alimentazione continua

- Asportabile
- Lunghezza cm. 60 circa con adattatore a 90° compreso di pinza per l'uso con dispositivo Bard Button con calibri da 18 a 28 Fr.

Quantità: 72 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 15

Sonda a doppio lume per lavanda gastrica

Le caratteristiche di questa sonda devono essere:

- Doppio lume per lavaggio e aspirazione gastrica
- Trasparente, in PVC, morbido e flessibile;
- Presenza di ampi fori ellittici laterali;
- Tacche di indicazione della profondità per un corretto posizionamento
- Misure 18, 22, 28, 32, 36

Quantità: 100 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 16

Sistema infusivo ad energia elastomerica

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- Monopaziente
- Velocità di infusione: 2 ml/h (per 48 h) (two-days)
- In materiale trasparente e latex-free
- Preassemblato
- Fornito di valvola unidirezionale per il caricamento
- Fornito di filtro all'interno del sistema

La ditta deve dare garanzia sulla stabilità dei farmaci unici o in combinazione all'interno del sistema per tutta la durata della somministrazione

Quantità: 700 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 17

Sistema infusivo ad energia elastomerica.

- Monopaziente
- Velocità di infusione: 0,5 ml/h (per 7 gg)
- Materiale sintetico "latex free", trasparente
- Dispositivo: pezzo unico, per evitare manipolazioni
- Fornito di valvola unidirezionale per il caricamento
- Fornito di filtro all'interno del sistema

La Ditta deve dare garanzia sulla stabilità dei farmaci unici o in combinazione all'interno del sistema per tutta la durata della somministrazione

Quantità: 300 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 18

Sistema infusivo ad energia elastomerica

- Monopaziente
- Velocità di infusione: 2ml/h (infusione continua per 5/6 gg.)
- Materiale sintetico "latex free", trasparente
- Dispositivo: pezzo unico, per evitare manipolazioni
- Fornito di valvola unidirezionale per il caricamento
- Fornito di filtro all'interno del sistema

La Ditta deve dare garanzia sulla stabilità dei farmaci unici o in combinazione all'interno del sistema per tutta la durata della somministrazione

Quantità: 110 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 19

Sistema infusivo ad energia elastomerica

- Monopaziente
- Velocità di infusione: 1,5 ml/h (infusione continua per 6/7 gg.)
- Materiale sintetico "latex free", trasparente
- Dispositivo: pezzo unico, per evitare manipolazioni

- Fornito di valvola unidirezionale per il caricamento
- Fornito di filtro all'interno del sistema

La Ditta deve dare garanzia sulla stabilità dei farmaci unici o in combinazione all'interno del sistema per tutta la durata della somministrazione

Quantità: 72 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 20

Sistema infusivo ad energia elastomerica

- Monopaziente
- Velocità di infusione: 5 ml/h (infusione continua per 2 gg.)
- Materiale sintetico "latex free", trasparente
- Dispositivo: pezzo unico, per evitare manipolazioni
- Fornito di valvola unidirezionale per il caricamento
- Fornito di filtro all'interno del sistema

La Ditta deve dare garanzia sulla stabilità dei farmaci unici o in combinazione all'interno del sistema per tutta la durata della somministrazione

Quantità: 72 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 21

Kit Monitoraggio

A) Kit Monitoraggio a 2 vie

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- 2 trasduttori monouso adattabile a qualsiasi monitor con apposito cavo di interfaccia
- linee di lavaggio
- macrogocciolatore con raccordo a due vie
- due punti di prelievo (arterioso e venoso)
- rubinetti e tubi a pressione
- lunghezza delle due linee ca 125 e 150 cm.
- Su una delle due vie (arteriosa), dovrà essere presente sistema di sicurezza con serbatoio di recupero in linea per prelievi ematici (tale sistema dovrà essere preferibilmente confezionato separatamente e assemblato al momento).

Quantità: 400 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

B) Kit di monitoraggio a 1 via

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1 trasduttore monouso adattabile a qualsiasi monitor con apposito cavo di interfaccia
- linee di lavaggio
- macrogocciolatore a una via
- due punti di prelievo
- rubinetti e tubi a pressione
- lunghezza della linea da 120 a 150 ca
- Presenza di sistema di sicurezza con serbatoio di recupero confezionato separatamente.

Quantità: 400 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

La ditta dovrà fornire in uso gratuito e in numero congruo per le esigenze del reparto i seguenti accessori:

- cavi di connessione a monitor (n°8)
- piastrine porta trasduttori con aggancio per piantana.
- Morsetti per piastrine

LOTTO 22

Sistema di chiusura per linee infusionali

Le caratteristiche del sistema devono essere:

- deve creare un circuito chiuso per la protezione degli accessi vascolari ,

- deve permettere l'accesso alla linea infusionale, infondere o iniettare fluidi, eseguire prelievi senza aprire il circuito e senza usare aghi;
- deve essere compatibile con soluzioni lipidiche e antiplastiche;
- deve raccordare con connettori luer e/o luer-lock;
- deve garantire la protezione dalle infezioni per almeno 7 giorni e per un elevato numero di connessioni.

Quantità: 5.000 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 23

Dispositivi per prelievo da flacone

con valvola

Quantità: 1.000 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 24

Prolunghe per linea infusionale

con raccordo L/L M/F

Misure 100 cm e 150 cm

Quantità: a) 2.500 pz. cm. 100

b) 2.500 pz. cm. 150

Campioni da inviare n° 2 pz. di ciascuna voce

LOTTO 25

Prolunga a pressione per linea di monitoraggio arterioso

a) Lunghezza 120 cm circa **Quantità: 250 pz.**

b) Lunghezza 15 cm circa **Quantità: 250 pz.**

Campioni da inviare n° 2 pz. di ciascuna voce

LOTTO 26

Prolunga schermata

Per pompa a siringa o P.C.A. Tubo schermato contro i raggi U.V. possibilmente dotata di clamp.

Lunghezza 150cm circa

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 27

Raccordo Luer-Lock maschio/Luer-Lock maschio

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 28

Raccordo Luer-Lock femmina/Luer-Lock femmina

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 29

Raccordo con derivazione laterale

Luer-Lock femmina/Luer-Lock maschio; laterale Luer-Lock femmina con tappino perforabile

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 30

Supporto a morsetto per rampe

Quantità: 16 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 31

Siringa schermata

Da 50-60 ml con raccordo Luer-Lock

Quantità: 400 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 32

Dispositivi antidecubito

Monopaziente, in materiale spugnoso, sufficientemente rigido per arti superiori/inferiori, capo/collo, dorso, sacro

Quantità: 600 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 33

Rampe a tre vie con quattro rubinetti

- Linea con attacco Luer-Lock maschio-femmina, corpo trasparente con supporto per fissaggio
- Rubinetti con codice colore
- Lipido-resistenti

Quantità: 1.000 pz.

Campioni da inviare n° 3 pz.

LOTTO 34

Telo isotermico di soccorso

- in alluminio argentato da un parte e dorato dall'altra
- dimensioni cm. 160 x 220 circa
- In confezione singola
- In sacchetto richiudibile

Quantità: 500 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 35

Tappi di chiusura

- Per consentire iniezioni intermittenti
- Punto di iniezione sterile in lattice
- Raccordo Luer Lock per filtri da peridurale

Quantità: 26.000 pz.

Campioni da inviare n° 5 pz.

LOTTO 36

Tubi di collegamento in PVC

- In PVC
- Lunghezza cm. 60 circa
- Con spirale esterna antischiacciamento
- Diametro 22 mm.

Quantità: 62 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 37

Water Trap

- Raccogli condensa per circuito BIPAP

Quantità: 50 pz.

Campioni da inviare n° 2 pz.

LOTTO 38

Camere di umidificazione

- Monouso – adulti e pediatriche
- Per riscaldatore F&P MR 410

Quantità: a) adulti 48 pz.
 b) pediatrico 24 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz. della voce a)

LOTTO 39

Linea pressoria

- Per ventilatore pressometrico

Quantità: 136 pz.

Campioni da inviare n° 1 pz.

LOTTO 40

Valvola

- Plateau Valve per ventilatore BIPAP
- Con membrane di ricambio

Quantità: a) valvole 35 pz.
 b) membrane 225 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 41

Sensore ventilatore polmonare EOLE 3 XO

- Sensore di flusso (Pneumotacografo) per adulti e pediatrico

Quantità: 36 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 42

Valvola

- Valvola di espiro per CPAP (Whisper Swivel)

Quantità: 50 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 43

Adattatore

- Adattatore per vie respiratorie da utilizzarsi con Capnografo Nellcor NPB 75

Quantità: 48 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 44

Raccordo per maschera Full Face

- Girevole a gomito

Quantità: 8 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 45

Valvole fonatorie in PVC

- Da utilizzarsi in pazienti tracheostomizzati
- Unidirezionali
- Leggere e accessibili in ogni parte per una corretta pulizia
- Con raccordo per la somministrazione di ossigeno
- Misura unica

Quantità: 48 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 1

Coprisonda monouso per termometro timpanico per rilevazione della temperatura corporea

Le caratteristiche di tale dispositivo devono essere:

- Monouso che garantisca la massima sicurezza di igiene sia per il pt che per l'operatore;
- Possibilità di misurare la temperatura di superficie;
- Forma anatomica che permetta completa occlusione del canale auricolare senza rischio di contatto con il timpano;

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in sconto merce relativo termometro a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi con istruzioni in Italiano.

Quantità: 10.000 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 2

Kit scaldapaziente e scaldafondi ad aria per anestesia e rianimazione

Il kit deve essere costituito da:

- Coperta formata da telo trasparente per visualizzazione del pt che favorisca l'uniforme distribuzione del calore, leggera, priva di lattice, conforme agli standard sull'inflammabilità con presenza di bocchetta per connessione tubo ad unità riscaldante su entrambi i lati del pt. Le coperte devono essere diversificate per essere utilizzate nella parte superiore del corpo, parte inferiore, coperta per il tronco, coperta per il corpo intero. Devono poter essere utilizzate in sala operatoria, nel post-operatorio e in terapia intensiva; devono essere presenti i modelli pediatrici.
- Circuito per riscaldamento di sangue e fluidi da utilizzare in un unico tempo con la coperta scaldapaziente, formato da linea di infusione, sterile, monouso e priva di lattice.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito n° 5 unità di riscaldamento ad aria che consenta contemporaneo riscaldamento della coperta e della linea per i fluidi

Quantità: 600 coperte + 600 linee di infusione

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 3

Sistemi portatili per la terapia antalgica post-operatoria controllata del paziente

a) In service n° 4 dispositivi PCA a canale singolo con le seguenti caratteristiche:

- devono essere concepiti per uso ospedaliero con possibilità di impostare appositi protocolli per la somministrazione di farmaci analgesici per la terapia controllata del dolore (PCA) per infusioni endovenose, sottocutanee ed epidurali
- ripetizione del protocollo impostato senza dover riprogrammare l'apparecchiatura
- modificazione della velocità di infusione senza doverla interrompere
- conservazione di un registro storico degli eventi con indicazione di data e ora di ciascun evento
- programmazione di protocolli di velocità in mg-mcg-ml/h e memorizzazione dei programmi usati frequentemente per consentire un accesso veloce
- limitazione dell'accesso alle funzioni di programmazione tramite funzione di blocco tastiera per garantire condizioni di sicurezza
- regolazione dei limiti di occlusione distale, sensibilità del sensore dell'aria in linea
- software interattivo in italiano, peso e dimensioni ridotte
- possibilità di alimentazione a rete, batterie ricaricabili e batterie alcaline monouso

b) Set con perforatore e/o connettore luer-lock per somministrazione di farmaci analgesici compatibili con i dispositivi infusionali PCA richiesti

Quantità annua a) 4 dispositivi PCA

b) 600 Set

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 4

Pompe infusionali

a) In service pompe per infusione con le seguenti caratteristiche:

- flusso orario variabile da 0,1 ml/h a > 1.000 ml/h
- accuratezza di infusione
- possibilità di effettuare trasfusioni
- possibilità di impostare il volume della soluzione da infondere e il tempo di infusione
- display di visualizzazione del volume, del tempo di durata dell'infusione, del flusso orario
- funzione "vena aperta"
- funzione in rete e a batteria
- allarme visivo e acustico su attesa, aria in linea, irregolarità del flusso, sportello aperto, batteria scarica
- possibilità di variare la sensibilità alle occlusioni
- possibilità di interfacciamento con sistemi informatici esterni
- completa degli accessori indispensabili al corretto uso

b) Deflussori compatibili con le pompe richieste

Quantità annua a) 7 pompe

b) 1.300 deflussori

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 5

Kit per ventilazione CPAP

Il kit deve essere così composto:

- Scafiandro o casco monopaziente per CPAP che deve avere le seguenti caratteristiche:
 - leggero, trasparente, totalmente privo di lattice a perfetta tenuta ermetica;
 - connettori 22 M/22 F a norma ISO con presa pressione;
 - presenza di una o due accessi per sonde o cateteri;
 - presenza di valvola antisoffocamento bidirezionale;
 - oblò di accesso al paziente;
 - bretelle ascellari di ancoraggio;
- Pallone reservoir in materiale plastico privo di lattice, monopaziente ad elevata compliance, leggero, con capacità di circa 25 lt, con connettore 22 F a norma ISO per collegamento a circuito di ventilazione;
- Valvola PEEP, priva di lattice, monopaziente, leggera, con connettore 22 M a norma ISO per collegamento al casco, dotata di valvola di sovrappressione che si attiva in caso di pressioni ventilatorie superiori a 20 cmH₂O, regolabile da 0 a 20 cmH₂O;
- Circuito costituito da 2 tubi da 100 cm circa con raccordo a T con attacco 22M per connessione pallone reservoir.

La fornitura dovrà essere comprensiva di n° 2 apparecchi generatori di flusso, di piccole dimensioni, utilizzabile a letto del pt e in ambulanza, con supporto per fissaggio allo stativo o alla parete, autonomo senza necessità di un fabbisogno di energia che permetta una erogazione di O₂ variabile dal 35 al 100% e valori di flusso da 0 a 130 l/min.

Quantità: 120 pz.

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 6

Sacche per nutrizione enterale

Si chiede la fornitura della seguenti sacche e service della relativa pompa per alimentazione:

a) Sacche da 500 ml per pazienti deambulanti

b) Sacche da 1.000 ml. per grandi volumi e pazienti non deambulanti

Caratteristiche pompa per alimentazione da fornire in "Service"

- Per nutrizione enterale di tipo volumetrico con allarmi
- Alimentazione a rete e batterie ricaricabili
- Autonomia delle batterie a piena carica non inferiore a 8 h
- Funzionamento corretto indipendentemente dalla posizione della pompa

- Velocità di infusione da 5 a 300 ml/h
- Programmazione del tempo di infusione
- Fornita di piantana per uso domiciliare e borsa per deambulazione

A totale carico della Ditta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura.

Quantità: **sacche** **a) n° 1.800 pz. da 500 ml**
 b) n° 5.800 pz. da 1.000 ml.
 pompe **n° 8**

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

LOTTO 7

Sacche per nutrizione enterale

Si chiede la fornitura della seguenti sacche e service della relativa pompa per alimentazione:

- Sacche da 1.500 ml e da 1.000 ml

Caratteristiche pompa per alimentazione da fornire in "Service"

- Per nutrizione enterale
- Con funzione di lavaggio automatico della via di infusione
- Le sacche dedicate devono essere costituite da due contenitori separati, uno per l'alimento e l'altro per l'acqua di lavaggio della via di infusione
- Alimentazione a rete e a batteria con autonomia non inferiore alle 6 h
- Dosi programmabili con incrementi da 1 ml
- Velocità di infusione da 1 ml/h ad almeno 250 ml/h con incrementi di 1 ml/h

A totale carico della Ditta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura per tutto il periodo dell'affidamento

Quantità annua **sacche** **a) n° 1.200 pz. da 1.500 ml**
 b) n° 400 pz. da 1.000 ml.
 pompe **n° 3**

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

Per i lotti del Gruppo G sopralencati le ditte devono proporre, in offerta, la dotazione delle relative apparecchiature meglio specificate nei rispettivi lotti. Le apparecchiature si intendono fornite in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa Full Risk) sino alla scadenza del contratto.

L'apparecchio si intende fornito funzionante, chiavi in mano. La ditta, per gli apparecchi proposti deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire l'utilizzo dei dispositivi medici richiesti. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 48 ore dalla chiamata, festivi esclusi.

La ditta deve inoltre assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, tutti i ricambi e materiali d'uso occorrenti per l'utilizzo dei dispositivi medici oggetto d'acquisto.

Resta inteso che l'Azienda corrisponderà il solo prezzo dei dispositivi medici effettivamente forniti, così come elencati nei lotti che precedono.

ART. 3

CAMPIONATURA ATTESTAZIONI ED ALLEGATI

Entro i termini fissati per la presentazione dell'offerta, al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato per l'ammissione alla gara, le ditte concorrenti devono produrre in lingua italiana, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Copia dell'offerta (senza prezzi)**, con i riferimenti ed i numeri relativi ad ogni lotto, e completa dei codici e della marca di ogni prodotto offerto;
- 2) Campionatura** nelle quantità riportate sotto la descrizione tecnica del materiale richiesto (art.2 del presente Capitolato Speciale)
- 3) Depliant e/o scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata, di ciascun prodotto offerto**, ove devono essere evidenziate le caratteristiche tecniche richieste.

In ogni caso dal campione o dalle schede devono essere rilevabili i seguenti dati:

- Ditta fabbricante, denominazione e sede
- Confezionamento proposto

- 4) **Certificazione CE** per tutti i dispositivi medici offerti di conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
- 5) **Il presente Capitolato Speciale (con esclusione degli allegati 1, 1bisA, 1bisB) ed il Capitolato Generale debitamente** firmati e possibilmente timbrati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)
- 6) **Autodichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità, pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità.

Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente negli allegati 1, 1bisA, 1bisB, al presente capitolato.

Le Ditte devono utilizzare l'allegato di proprio interesse, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.

L'allegato 1 deve essere utilizzato dalle Ditte individuali o dalle Società, Consorzi o Cooperative che partecipano all'appalto singolarmente.

Gli allegati 1bisA e 1bisB devono essere utilizzati dalle Ditte che partecipano all'appalto in associazione temporanea di impresa (ATI).

In tal caso l'allegato 1bisA deve essere utilizzato dalla Ditta mandataria capogruppo.

L'allegato 1bisB deve essere utilizzato da ciascuna Ditta "mandante" costituente l'ATI o il consorzio provvisorio.

Relativamente a ciascuna Ditta costituente l'ATI deve essere individuata la tipologia di attività o fornitura di competenza.

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia, possibilmente, le Ditte.

Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale.

- 7) **Il modello GAP**, come allegato al presente Capitolato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di ATI deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.
- 8) **La Dichiarazione di accettazione** delle condizioni del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, come da modello allegato.
- 9) **La dichiarazione di ottemperanza alla legge n. 68 del 12 03 1999 (Legge sui disabili)** come da modello allegato.

Si precisa che la **cauzione provvisoria**, di cui all'art. 4 punto 3 del Capitolato Generale, **non è dovuta**.

Il mancato invio, anche di uno solo dei documenti e di parte o di tutta la campionatura richiesta, è motivo di esclusione della Ditta per l'intera gara oppure limitatamente per quei lotti carenti di documentazione o di campioni.

La busta contenente l'offerta economica, pena l'esclusione, non dovrà contenere altri documenti.

Le schede tecniche, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente articolo **non devono essere inseriti nella busta dell'offerta economica.**

La busta dell'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere inserite in un altro plico più grande e di adeguato spessore, all'esterno del quale, oltre l'indirizzo, deve essere riportata chiaramente l'individuazione del concorrente nonché la dicitura: "Offerta per l'appalto per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione".

Si specifica sin da ora che, in sede di gara, saranno escluse le offerte i cui campioni o schede tecniche non rispondono alle caratteristiche indicate dall'Azienda U.S.L.

Verranno ammessi alle successive fasi del procedimento di gara solo i lotti che presentino esaustiva documentazione.

Inoltre si fa presente che:

- a) i campioni, in caso di prova, non possono essere restituiti: pertanto gli stessi devono essere ceduti a titolo gratuito;
- b) i campioni delle Ditte aggiudicatrici rimangono depositati per tutto il periodo del contratto di fornitura al fine di verificare la conformità delle singole consegne agli stessi.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi al campione, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione il la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque.

Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo sui nuovi campioni (che la Ditta aggiudicataria deve premunirsi di inviare) da parte della Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve contenere, per ciascun lotto cui la Ditta concorre, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l'Azienda), praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi delle diverse Farmacie Ospedaliere dell'Azienda.

Si precisa che i prezzi offerti devono essere onnicomprensivi (incluso il costo del lavoro) e che, ai sensi della Legge 7 novembre 2000 n° 327, art. 1, comma 3, in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte, l'Azienda U.S.L. è tenuta a considerare i costi relativi alla sicurezza.

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura, così come indicato così come indicato nel precedente art. 2. Nel caso di lotti comprendenti più prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare l'offerta per tutti i prodotti compresi nel lotto medesimo, pena l'esclusione limitatamente al lotto per il quale l'offerta risulta incompleta.

Ogni lotto è inscindibile.

Inoltre nell'offerta le ditte devono espressamente indicare:

- a) **il codice del prodotto offerto (corrispondente al campione e alla scheda tecnica);**
- b) **la quantità di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.**

Il prezzo di questa aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura.

ART. 5

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata, per singolo lotto, in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più vantaggiosa (art. 19 punto 1b D.L. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98) per il lotto stesso, tenuto conto del prezzo e della qualità del materiale, risultante dalla somma dei punteggi assegnati al prezzo ed alla qualità:

- a) **prezzo:** punti 50
- b) **qualità:** punti 50

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

- a) **prezzo:** 50 punti saranno attribuiti alla Ditta che presenta il prezzo più basso; ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 50, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{X (\text{minor prezzo}) \times 50}{Y}$$

- b) **qualità:** alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di punti **50** tenendo conto sia delle caratteristiche tecniche, che dovranno corrispondere a quanto richiesto, sia dei requisiti che, a giudizio della Commissione, concorrono a migliorare il dispositivo medico e/o i kits

Il lotto, per il quale la Ditta non raggiunge il punteggio minimo di qualità, relativo all'insieme delle caratteristiche tecnico-qualitative, corrispondenti ai 30/50 del massimo punteggio totale, non sarà ammesso alla gara.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

Il giudizio di idoneità sarà espresso da un'apposita Commissione tecnica.

Il giudizio di idoneità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica:

- la Commissione, infatti, procede in seduta pubblica all'esame della documentazione ed all'ammissione delle Ditte alla successiva fase della gara;
- la Commissione procederà poi, in seduta privata, all'esame e alla valutazione tecnica della campionatura e documentazione tecnica presentata dai concorrenti;
- in seduta pubblica, avverrà l'apertura delle offerte economiche previa lettura del verbale della seduta privata.

In deroga a quanto previsto all'art. 12 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Tuttavia, l'Azienda potrà non procedere all'aggiudicazione di quei lotti, per i quali si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte concorrenti.

ART. 6

STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa.

ART. 7

CONSEGNA

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda USL 7.

Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 15 dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

Sarà rifiutato, pertanto la Ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

Il materiale consegnato deve corrispondere ai campioni forniti ed alle schede tecniche presentate.

ART. 8
MODALITA' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banca Popolare di Sassari - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura".

Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

ART. 9
CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate agli artt. 2 (allegato) e 3 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni. In caso di mancata sostituzione si procederà come previsto dal Capitolato Generale.

In tal caso l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

ART. 10
CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, al campione offerto, al depliant e schede tecniche presentate, ed ai codici riportati in offerta (sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi di qualità), l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 11

INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s'intendono modificate come segue:

- A) per consegne effettuate oltre il termine dei 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine (precedente art. 7), ma entro il termine di 30 giorni lavorativi (sempre dalla data dell'ordine), sarà applicata una penale di € 26,00 (diconsi euro ventisei/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo;
- B) per consegne effettuate dopo i 30 giorni, e per ripetute inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di adire alla disdetta contrattuale per colpa e dolo della ditta, senza riserva alcuna, con la penale pari all'incameramento della cauzione definitiva e con l'automatica cancellazione del fornitore dall'Albo dei fornitori per anni cinque.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all'Azienda, e le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti dell'Azienda, della ditta in ordine alla violazione (ritardo di fornitura, materiale non conforme ecc.) dei patti contrattuali.

ART. 12

NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per qualunque motivo in ordine al presente contratto, a rettifica dell'art. 30 del Capitolato Generale, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria e non sarà perseguibile l'Arbitrato.

Resta pattuito che la sede legale, per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, è fissata presso il domicilio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante (Carbonia) per cui ogni competenza è deferita al Tribunale di Carbonia/Cagliari.

ART. 13

NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

*Anestesia e Rianimazione GV
15/04/05*

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE Anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente in _____ Via _____ n° _____
C. F. _____, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) _____
della ditta _____
con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____
ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per (indicare oggetto della gara)

DICHIARA ED ATTESTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE,
CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI GARA, DI AGGIUDICAZIONE, E DI ESPLETAMENTO
CONTRATTUALE DELLA COMMessa CHE EVENTUALMENTE GLI SARA' AFFIDATA IN CASO
DI AGGIUDICAZIONE.

A TAL FINE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI ACCETTARE LE CONDIZIONI TUTTE DEL
CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA CHE SI ALLEGANO ALLA
PRESENTE DICHIARAZIONE DEBITAMENTE FIRMATI IN OGNI FOGLIO DAL
SOTTOSCRITTO DICHIARANTE in segno di piena ed incondizionata accettazione, APPROVANDO
SPECIFICAMENTE, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E
1342 del Codice Civile, LE CLAUSOLE contenute nei seguenti Articoli : ARTICOLO 38 DEL
CAPITOLATO GENERALE, capoversi 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 e 9 inerenti le condizioni di
pagamento a 90 giorni e le relative modalità e del 5° capoverso del citato articolo
relativamente al riconoscimento, in caso che ne sussistano i presupposti, dell'applicazione degli
interessi nella misura del tasso legale; ARTICOLO 46 primo capoverso del Capitolato Generale
relativo alla individuazione del domicilio legale in Carbonia; ARTICOLO 12 DEL CAPITOLATO
SPECIALE relativo alla sede giudiziaria in Carbonia/Cagliari ed alla competenza della
Magistratura Ordinaria con esclusione dell'Arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N.B.: Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche
da tutti i rappresentanti legali delle Ditte costituenti l'ATI.

DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA
Alla legge n. 68 del 12 03 1999
(Legge sui disabili)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 residente in _____ Via _____ n° _____
 C. F. _____, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) _____
 della ditta _____
 con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
 C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____
 ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per (indicare oggetto della gara) _____, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

in adempimento alle disposizioni contenute nella Legge 12 marzo 1999 n. 68, che regolamenta l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili in ragione della consistenza della Ditta, consapevole delle responsabilità personali e penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e/o mendaci,

DICHIARA ED ATTESTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

DI ESSERE IN REGOLA CON LA SUDETTA NORMATIVA IN QUANTO TROVASI IN UNA DELLE SEGUENTI SITUAZIONI : _____

Letto, confermato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

 (Timbro e firma leggibile)

N.B.: Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i rappresentanti legali delle Ditte costituenti l'ATI.

ATTENZIONE! – La situazione di regolarità da riportare nei righi vuoti della su estesa dichiarazione deve essere, PENA L'ESCLUSIONE, una delle seguenti prevista dalla Legge:

- 1) non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- 2) non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- 3) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- 4) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti.

ALLEGATO 1

(Modello da utilizzare in caso di partecipazione singola)

AUTODICHIARAZIONE
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale)

_____ della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____

C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta) _____
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica) _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): _____

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

Registro prefettizio _____

Schedario generale della cooperazione _____

e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): _____

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a

_____ CAP _____, via _____ n° _____

C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;

f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;

- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
 - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
 - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- u) non partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI) o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in ATI o consorzio;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
 - si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
 - concorda che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):
- y)
 - [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
 - [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- z) non sussistono a suo carico:
 - le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- aa) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (*a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...*);
- bb) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- cc) dispone della seguente organizzazione:

- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____

- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e cc) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", dd) "fornitura apparecchiature" ed ee) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

ALLEGATO 1 bis – A

(Modello da utilizzare dalla
Capogruppo/mandataria in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____ C. F. _____ ,
in qualità di (Indicare se titolare o rappresentante legale) _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____ , via _____

Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

costituita Capogruppo dell'Associazione temporanea di imprese (ATI), in capo alla quale insiste la parte di
fornitura/servizio di _____, composta da:

1. Ditta: _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è la parte di fornitura/servizio di _____

2. Ditta: _____ affidata l' _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è affidata la parte di fornitura/servizio di _____

3. Ditta: _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è affidata la parte di fornitura/servizio di _____

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: _____

- data di iscrizione _____

- durata della Ditta/data termine: _____

- è "attiva" ed esercita le seguenti attività a (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di
fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta) _____

- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica) _____

- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di

rappresentanza): _____

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

Registro prefettizio _____

Schedario generale della cooperazione _____
e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): _____
e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

- c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____ via _____ n° _____ C.F. _____
_____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____
- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
- non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
- non ha commesso grave negligenza o malafede;
n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
u) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
w) in caso di aggiudicazione:
- si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):

[1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;

[2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;

- y) non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- aa) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- bb) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- E' inoltre motivo di esclusione la mancata produzione della dichiarazione da parte delle Ditte Mandanti di cui al Fac-simile Allegato 1bis-B
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

ALLEGATO 1 bis – B

(Modello da utilizzare da ciascuna
Ditta mandante in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/sercivio di

il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____

C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____

in qualità di Ditta Mandante, relativa alla parte di fornitura/servizio di

costituitasi in Associazione temporanea di imprese (ATI) con la Mandataria "Capogruppo" della Associazione temporanea di imprese (ATI), Ditta _____ avente sede a _____, in via _____ n. _____ C.F. _____

rappresentata dal Sig. _____ il quale valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta) _____
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica) _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): _____

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

Registro prefettizio _____

Schedario generale della cooperazione _____
e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): _____

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____

C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
- non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
 - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli art.1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- u) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
- si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
 - concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (*la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante*):

[1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;

[2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;

y) non sussistono a suo carico:

- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- aa) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- bb) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante e deve essere resa da ciascuna Ditta "Mandante" costituente l'ATI.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE		
Partita Iva (*)		
Ragione sociale (*)		
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)		
		Prov (*)
Sede legale (*)		CAP/ZIP
Codice attività (*)		Tipo Impresa (*) Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Regg. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>
Volume affari		
	Capitale sociale	
		Tipo Divisa Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
- 2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.


li

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

Documento compatto di
n° 50 ~~pagine~~ fogli

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1447 DEL

16 GIU. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

