

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1619

adottata dal Direttore Generale in data 29 LUG. 2005

OGGETTO: *Indizione pubblico incanto – procedura aperta per la fornitura annuale di reagenti per settore chimica clinica con service delle relative apparecchiature. Approvazione Capitolato Speciale.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- Vista** la nota Prot. 39-05/LAB del 22.07.05, Prot. ABS n° 719 del 22.06.04, con la quale il Primario dell'U.O. di Patologia Clinica ha comunicato il programma di acquisto dei reagenti, con service delle relative apparecchiature, per il settore Chimica Clinica per i Laboratori Analisi di Iglesias e Carbonia;
- Precisato** che il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole all'acquisto;
- Atteso** che trattasi di fornitura di uso routinario e continuato nel Laboratorio Analisi dell'Azienda e il cui precedente affidamento è in scadenza il prossimo 31/12/05;
- Ritenuto** di dover procedere all'acquisizione mediante gara a pubblico incanto da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98;
- Visto** il Capitolato Speciale predisposto dal competente ufficio e approvato nella stesura definitiva dal Primario interessato;
- Visto** il D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, in particolare il disposto dell'art. 5 punto 7;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999 in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Considerato** che, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, di cui alla nota Prot. 44000/DG del 09/12/04, l'Azienda ha inoltrato alla medesima richiesta formale di autorizzazione all'espletamento della gara come da nota Prot. 365 del 26.01.05;
- Vista** la nota Prot. 5760/D.G. del 15/02/05 con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato Regionale rilascia l'autorizzazione preventiva all'espletamento della gara d'appalto disponendo che l'affidamento della fornitura abbia durata annuale;
- Atteso** che in esecuzione delle disposizioni regionali di cui sopra l'Azienda ritiene di dover proporre affidamento di durata annuale, riservandosi di rinnovare per ulteriore anno alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, previa autorizzazione regionale;



PROPONE

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura di reattivi per settore Chimica clinica del Laboratorio di Analisi dell'Azienda;
- di indire pubblico incanto per l'affidamento annuale della fornitura con possibilità di rinnovo per ulteriore anno alle stesse condizioni economiche;
- di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sulla G.U. CEE e dell'avviso per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale, ai sensi del D.Lgs. 358/92.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura annuale di reattivi per Settore Chimica Clinica del Laboratorio di Analisi.
- autorizzare formalmente l'indizione della gara a pubblico incanto – procedura aperta, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98.
- confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione.
- disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di € 350.000,00, oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100011 del piano dei conti aziendale.
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza, ai sensi delle normative vigenti, ivi compresa la pubblicazione dei bandi di gara e dell'avviso per estratto.
- disporre il pagamento della somma presunta di € 1.600,00 IVA vigente inclusa, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. a mezzo Cassa Economale
- determinare che il costo presunto di € 6.000,00 per la pubblicazione dell'estratto sui quotidiani, da movimentarsi sulla classe di costo 540100008 del piano dei conti, verrà liquidato dal capo servizio bilancio/contabilità con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1619 del 29 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 2 LUG. 2005 al 16 LUG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Controllo di Gestione*
- *Servizio Acquisti*

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
FORNITURA REAGENTI PER IL SETTORE DI CHIMICA CLINICA
CON SERVICE APPARECCHIATURE**

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura, con service delle relative strumentazioni, di reagenti del Settore Chimica Clinica, occorrenti ai Laboratori Analisi un periodo di 1(uno) anno, decorrente dalla data indicata nel contratto, rinnovabile per ulteriore anno alle stesse condizioni economiche.

L'Azienda, tre mesi prima della scadenza del contratto invierà comunicazione circa il proprio intendimento al proseguo dell'affidamento per ulteriore anno. In assenza di tale comunicazione la scadenza rimane fissata al termine dell'affidamento annuale.

Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

Il contratto potrà ugualmente essere rescisso, su esplicita volontà dell'Azienda, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di Convenzioni Consip S.p.A. o altre Convenzioni nazionali e/o regionali, di fornitura dei beni, oggetto del presente capitolato, alle quali la ASL può aderire ai sensi della normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di alcun titolo.

Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura, con particolare riferimento alle forme di pubblicità previste dal Decreto Legislativo n° 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pubblicazione del presente appalto come la presentazione delle offerte da parte delle Ditte non costituiscono impegno definitivo della ASL alla effettiva aggiudicazione in carenza delle autorizzazioni ed approvazioni regionali previste dalla normativa vigente.

La proposta di aggiudicazione da parte dell'apposita commissione di gara diventa vincolante per la ASL solo dopo la notifica delle suddette autorizzazioni ed approvazioni regionali.

ART. 2 – QUANTITÀ' DI FORNITURA

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

LOTTO UNICO

Si richiede un service per i "settori di Chimica Clinica" dei laboratori dei PP.OO. Sirai di Carbonia e S.Barbara di Iglesias che comprenda per ciascun laboratorio, in relazione ai carichi di lavoro e ai flussi delle richieste, due analizzatori uguali e un terzo analizzatore per il solo L.A. di Carbonia finalizzato all'ergenza e il backup di entrambe le sedi. I suddetti analizzatori devono essere completamente automatici, gestiti da computer dedicato, ad accesso casuale, selettivo, di facile utilizzo per gli operatori, in grado di operare senza interruzioni, esclusi i cicli di manutenzione, nell'arco delle 24 ore e per 365 giorni l'anno.



1

Le macchine offerte devono avere le seguenti caratteristiche minime, pena l'esclusione:

1. La stabilità delle curve di calibrazione deve essere di almeno 15 giorni per i test a lettura fotometrica
2. Devono avere preferibilmente la possibilità di alloggiare in linea almeno 45 metodi
3. Deve potersi effettuare il caricamento in continuo dei campioni, possibilmente mediante rack
4. Devono poter utilizzare provette primarie di varia dimensione, del tipo vacutainer (o simili)
5. Devono essere in grado di testare prioritariamente i campioni urgenti senza richiedere il blocco della routine se tale opzione viene impostata dall'operatore
6. Devono essere provvisti di idoneo lettore di codice a barre che consenta l'identificazione positiva dei campioni
7. Devono essere provvisti di idoneo lettore di codice a barre per i reattivi
8. Deve essere provvisto di idoneo vano reagenti refrigerato
9. I reagenti devono essere pronti all'uso o in alternativa ricostituiti automaticamente dallo strumento stesso, senza che siano necessari interventi manuali da parte dell'operatore (ad eccezione della G6PDH quantitativa e di eventuali metodiche che si riterrà opportuno montare sui canali aperti)
10. Deve essere possibile procedere al caricamento e alla rimozione dei reagenti anche durante l'iter analitico
11. Il caricamento dei reagenti deve poter avvenire con modalità random
12. Deve essere alloggiare contemporaneamente a bordo delle macchine anche due diversi lotti per lo stesso reattivo
13. Le procedure di calibrazione devono potersi effettuare anche durante l'iter analitico
14. Tutte le macchine offerte devono essere in grado di effettuare automaticamente la ripetizione dei test che risultino fuori range di linearità
15. Devono essere in grado di effettuare letture fotometriche in policromatismo
16. Il sistema ottico di selezione cromatica deve essere preferibilmente del tipo a filtri interferenziali
17. Devono essere in grado di eseguire automaticamente test calcolati preimpostati dall'operatore
18. Devono essere in grado di effettuare la diluizione automatica dei campioni fuori range di misura
19. Devono essere in grado di effettuare dosaggi su siero, plasma, urina, sangue intero e liquor
20. Devono avere un sistema di aspirazione/dispensazione dei reagenti e dei campioni costituito da siringhe di precisione controllate mediante motori passo-passo
21. Devono essere provviste di idoneo sistema che annulli i fenomeni di carry-over
22. Devono avere una cadenza analitica minima di 500 test/ora con metodo di lettura fotometrica
23. Devono essere provvisti di modulo ISE, che deve poter effettuare almeno 250 test/ora
24. Il computer gestionale di ciascuna macchina dovrà avere un idoneo archivio storico che tenga in memoria almeno gli ultimi 2000 pazienti
25. Il fabbisogno di acqua non deve essere superiore a 4 (quattro) litri/ora e gli strumenti dovranno essere offerti completi di adeguato deionizzatore;
26. Devono produrre una quantità di reflui di lavorazione la minore possibile, preferibilmente smaltibili in rete e non come rifiuti speciali (della presente voce deve essere fornita idonea certificazione che indichi la quantità di reflui/ora prodotti con strumento in esercizio e la loro via di smaltimento: non saranno ritenute valide le dichiarazioni che rimandano alla normativa in vigore e alla responsabilità dell'operatore per quanto di sua competenza); pertanto; in caso di reflui di lavorazione il volume prodotto non dovrà essere superiore a quattro litri/ora
27. Capacità di carico di almeno 60 campioni in contemporanea, se su piatto dell'analizzatore
28. Devono essere in grado di eseguire lo start entro 1 (uno) minuto con macchina in stand-by
29. Le operazioni di manutenzione giornaliera devono essere poche e semplici
30. Gli strumenti offerti devono essere in grado di eseguire calcoli speciali (bilirubina indiretta, osmolarità, ecc.)
31. Tutti gli strumenti offerti devono consentire che tutti i dosaggi richiesti nel presente capitolato siano eseguibili tassativamente in contemporanea su ognuna piattaforma analitica, senza dover dedicare macchine all'esecuzione di alcuni test invece che altri

Le ditte dovranno presentare idonea scheda come da Allegato A (vedi successivo art. 4) dalla quale risulti la conformità delle apparecchiature offerte a quanto richiesto nei 31 punti sopra elencati

Deve essere offerto collegamento a host – computer centrale attraverso software gestionale interfacciabile bi-direzionalmente per entrambi i laboratori.



I reagenti offerti devono avere tassativamente le seguenti caratteristiche:

1. Devono essere pronti all'uso o ricostituiti automaticamente dallo strumento senza che sia previsto l'intervento manuale dell'operatore (fatta esclusione per i reattivi caricati su canali aperti a scelta dell'utilizzatore e per il reagente per il dosaggio della G6PDH quantitativa)
2. Devono essere compatibili con la strumentazione offerta
3. Devono essere confezionati in modo da alloggiare sulla macchina senza che sia necessario travasarli
4. Devono essere stabili in frigo, fuori dall'analizzatore, per almeno sei mesi
5. Devono essere stabili sull'analizzatore per almeno tre settimane dal momento del loro caricamento;
6. Nel caso di reagenti da ricostituire la loro stabilità a bordo, dopo ricostituzione, deve essere tale da garantire le necessità operative del servizio senza sprechi di reagente e senza condizionamenti negativi alla routine lavorativa
7. Devono essere confezionati con pezzatura tale che risulti adeguata alle necessità del servizio
8. Devono essere facilmente stoccabili e in quantità tale da garantire le necessità annue indicate

Le ditte dovranno presentare idonea scheda come da Allegato B (vedi successivo art. 4) dalle quali risulti per ciascun reagente la conformità a quanto richiesto negli otto punti sopra elencati

I controlli, i calibratori e le altre soluzioni necessarie al funzionamento delle macchine, dovranno essere in quantità adeguate all'operatività effettiva degli strumenti offerti. Le ditte dovranno tener conto che nella sede di Carbonia opereranno tre strumenti e che in quella di Iglesias due strumenti.

Le ditte dovranno garantire la fornitura di eventuali prodotti necessari per controlli, calibrazioni e altro per il corretto funzionamento delle macchine, oltre ai quantitativi espressamente indicati in offerta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda USL.

L'aggiudicazione sarà unica ed omogenea per l'intero pannello dei reagenti richiesti, di cui si riportano di seguito le quantità annue presunte per ciascun laboratorio:

	Iglesias	Carbonia	
1	Fosfatasi alcalina	13.000	23.000
2	Fosfatasi acida	500	500
3	Fosfatasi acida prostatica	500	500
4	GOT (AST)	41.000	40.000
5	GPT (ALT)	40.000	41.000
6	CPK	21.000	17.000
7	CPK - MB	4.500	7.500
8	Gamma GT	25.000	32.000
9	Pseudo-Colinesterasi	21.000	26.000
10	Numero di DIBUCAINA	6.000	4.000
11	Amilasi (S/P/U)	9.000	17.000
12	Lipasi	8.000	8.000
13	Bilirubina totale	21.000	29.000
14	Bilirubina diretta	20.000	29.000
15	LDH	16.000	15.000
16	Proteine totali	24.000	26.000
17	Proteine su urina e liquor	2.000	2.100
18	Albumina	21.000	16.000
19	Uricemia (S/P/U)	25.000	22.000
20	Colesterolo totale	29.000	28.000
21	Colestero HDL (met.diretto)	25.000	19.000
22	Trigliceridi	29.000	27.000
23	Colesterolo LDL	6.000	6.000
24	Alcolemia	1.300	1.300
25	Fruttosamina	1.600	15.000



26	G6PDH Quantitativo	8.000	7.000
27	Azotemia (S/P/U)	43.000	41.000
28	Glicemia	62.000	60.000
29	Creatininemia	47.000	53.000
30	Na (S/P/U)	30.000	35.000
31	K (S/P/U)	30.000	35.000
32	Ca (S/P/U)	26.000	33.000
33	Cl (S/P/U)	30.000	35.000
34	Ammonio	1.400	1.500
35	Acido Lattico	1.300	1.400
36	Litiemia (S/P)	900	1.000
37	Fosforo (S/P/U)	17.000	15.000
38	Magnesio (S/P/U)	9.000	19.000
39	Sideremia	12.000	13.000
40	Vancomicina	300	300
41	Gentamicina	300	300
42	Pro-BNP fraz.NH2 terminale	400	400
43	Troponina - I	3.500	3.600
44	CK- Massa	800	2.700
45	Mioglobina	1.600	2.600
	Totale	734.900	811.700

ART. 3 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate nel precedente art. 2, oltre ad essere conformi alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonché alle norme di legge comunitarie e nazionali (Direttiva 98/79 CE del 27.10.1998 ed il Decreto Legislativo di attuazione 08.09.2000, n° 332).

In caso di segnalazione negativa da parte del Primario del Laboratorio, senza alcuna formalità, l'Azienda revocherà l'affidamento procedendo ad affidamento in favore del secondo migliore offerente.

La ditta fornitrice risponde dei danni comunque arrecati alle persone e cose provocati da difetti della fornitura.


Le Ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire al personale del laboratorio preposto alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale in esame, qualora ciò venga ritenuto necessario.

ART. 4 - ATTESTAZIONI ED ALLEGATI

Al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato per l'ammissione alla gara le ditte concorrenti devono, inoltre, produrre quanto di seguito indicato, **tutto in lingua italiana, pena l'esclusione**, oltre la documentazione richiesta all'art. 4 del Capitolato Generale:

1) **Scheda tecnica metodologica e applicativa, debitamente firmata e timbrata**, di ciascun prodotto offerto. Per i plasmi liofilizzati di controllo le schede dovranno indicare la dichiarazione che questi siano stati sottoposti a test per HCV, HBV e HIV con il relativo risultato. La scheda deve riportare i seguenti dati:

- principio su cui è basata l'analisi
- metodologia applicativa sull'analizzatore offerto
- linearità della risposta
- condizioni interferenti sull'analisi
- tipo di campione testabile con il reagente offerto
- composizione della miscela di reazione
- stabilità della calibrazione
- stabilità del reattivo in frigo
- stabilità del reattivo sullo strumento.



- 2) **Scheda** compilata come da **Allegato B** per ciascun prodotto offerto (Vedi precedente Art.2).
- 3) **Scheda di sicurezza** di ciascun reagente, redatta a norma di legge, contenente tutte le informazioni necessarie a prevenire rischi per il personale e un corretto smaltimento dei residui di lavorazione.
- 4) **Depliant, scheda tecnica e manuale operativo** delle apparecchiature offerte, da cui si possano dedurre le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, ivi comprese le dimensioni. Dal depliant o dalla scheda tecnica deve risultare la rispondenza della strumentazione offerta alle norme comunitarie e nazionali vigenti, il possesso del marchio CE e la conformità alle norme di sicurezza.
- 5) **Scheda tecnica**, compilata secondo **Allegato A**, relativa alla strumentazione proposta, debitamente compilata e firmata, che indichi il possesso di ciascuna delle trentuno voci elencate nel precedente art. 2. Inoltre, tale scheda dovrà contenere informazioni circa:
 - *le condizioni ambientali di esercizio delle macchine*
 - *la produzione di calore*
 - *la rumorosità in esercizio*
 - *le caratteristiche di sicurezza elettromagnetica e il possesso del marchio CE*
 - *i consumi d'acqua in condizioni operative*
- 6) **Elenco** di eventuali laboratori ove sono installate e funzionanti le apparecchiature offerte.
- 7) **Catalogo** originale dei prodotti offerti.
- 8) **Listino prezzi** Ufficiale della ditta fabbricante o importatore nazionale. Il listino prodotto deve essere timbrato e firmato. Il listino può sostituire il catalogo nella eventualità che riporti la descrizione del prodotto.
- 9) **Copia dell'offerta economica, in carta semplice, senza l'indicazione dei prezzi.**
- 10) **Dichiarazione**, in carta semplice, debitamente sottoscritta dalla quale risulti:
 - a) *se la Ditta è produttrice del prodotto offerto, ovvero indicare il produttore;*
 - b) *il nome e indirizzo del deposito a cui inviare gli ordini e la ragione sociale di chi emette la fattura.*
 - c) *l'impegno della Ditta ad assicurare:*
 - i corsi di addestramento, a proprio spese, per il personale del laboratorio (almeno 4 operatori) indicando tutte le relative modalità.
 - la visione e/o la prova di reagenti e macchine offerte, a proprie spese
 - ogni eventuale miglioria tecnologia che potrà rendersi necessaria durante il periodo dell'affidamento contrattuale, senza ulteriori oneri per l'Azienda USL.
- 11) **Dichiarazione**, in carta semplice, debitamente sottoscritta, attestante l'impegno da parte della ditta:
 - a) di reintegrare la fornitura dei reagenti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda USL qualora si dovessero verificare situazioni in cui il reagente risulta inutilizzabile dopo ricostituzione a causa della fine della stabilità e comunque per cause non dovute ad un utilizzo inappropriato
 - b) di garantire la fornitura senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda, del materiale occorrente per calibrazioni, controlli ecc. oltre i quantitativi indicati in offerta qualora ciò dovesse rendersi necessario per malfunzionamento delle apparecchiature e/o per la metodica di applicazione e comunque a garanzia della reale operatività del servizio e non per cause derivanti da un utilizzo inappropriato.
- 12) **Dichiarazione, in carta semplice, riguardante l'assistenza tecnica degli strumenti** in cui sia specificato:
 - *sede operativa in cui è ubicata l'agenzia che fornisce l'assistenza tecnica*
 - *numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi*
 - *tempo di intervento dalla chiamata*
 - *possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde*
 - *possibilità di usufruire del servizio di assistenza tecnica nei giorni prefestivi.*
- 13) **Il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale** debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)
- 14) **Autodichiarazione** resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità, pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità. Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente negli allegati 1, 1 bisA, 1 bisB, al presente Capitolato.
L'allegato 1 deve essere utilizzato dalle Ditte individuali o dalle Società, Consorzi o Cooperative che partecipano all'appalto singolarmente.
Gli allegati 1 bisA e 1 bisB devono essere utilizzati dalle Ditte che partecipano all'appalto in



associazione temporanea di impresa (ATI). In tal caso l'allegato 1 bisA deve essere utilizzato dalla Ditta mandataria capogruppo. L'allegato 1 bisB deve essere utilizzato da ciascuna Ditta "mandante" costituente l'ATI o il consorzio provvisorio.

Relativamente a ciascuna ditta costituente l'ATI deve essere individuata la tipologia di attività o fornitura di competenza

Si rammenta inoltre che le ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia, possibilmente, le ditte. Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale.

- 15) **Il modello GAP**, qui allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di ATI deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.
- 16) **La dichiarazione di accettazione delle condizioni del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale**, come da modello allegato.
- 17) **La dichiarazione di ottemperanza alla legge n. 68 del 12.03.1999** (Legge sui disabili), come da modello allegato.

Si precisa che la **cauzione provvisoria**, di cui all'art. 4 punto 3 del Capitolato Generale, **non è dovuta**.

Carenza della documentazione di cui sopra, se ritenuta motivatamente sostanziale dalla Commissione, può costituire motivo di esclusione insindacabile.

La ditta verrà ammessa alle successive fasi del procedimento di gara solo se presenta esaustiva documentazione.

La ditta potrà presentare eventuali certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati ai sensi UNI EN 45000 e successive modificazioni, che saranno oggetto di valutazione nell'attribuzione del punteggio di qualità.

Le schede e le dichiarazioni richieste nel presente articolo devono essere inserite nel plico contenente la restante documentazione elencata nell'art. 4 del Capitolato Generale e non nel plico più piccolo che deve contenere solamente l'offerta economica.

ART. 5 - CONDIZIONI DI OFFERTA

La ditta deve proporre, in offerta, la dotazione di apparecchiature in grado di fornire una refertazione completa per l'utilizzo dei reattivi oggetto di appalto, secondo le esigenze individuate nel precedente art.2. L'apparecchio si intende fornito funzionante, chiavi in mano.

L'apparecchiatura si intende fornita in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa Full Risk) per un numero di interventi straordinari illimitato sino alla scadenza del contratto.

La ditta, per gli apparecchi proposti deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire la continuità delle analisi. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi.

Se la mancata osservanza della prescrizione del cpv. precedente comporta l'inutilizzo del reagente e la sospensione degli esami, ovvero l'acquisto su piazza, la ditta è soggetta alle penalità (oltre che la non liquidità del prodotto fornito) pari al 100% del valore della fornitura oltre che gli addebiti per eventuale fermo delle apparecchiature, come di ogni e qualunque onere per la ricerca e l'acquisto su piazza, fatti salvi i danni in capo all'Azienda.


La ditta deve inoltre assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto.

Resta inteso che l'Azienda corrisponderà il solo prezzo dei reagenti effettivamente forniti, così come elencati nel precedente art. 2.

Resta peraltro stabilito che il fermo derivante da guasti di uno degli apparecchi forniti per l'utilizzazione del materiale in appalto può determinare la contestuale riduzione della fornitura proporzionale al numero dei giorni di fermo, senza che per tale riduzione la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o rimborso atteso che la riduzione discende da fermo delle macchine stesse.

La mancata presentazione dell'apparecchiatura, invalida l'offerta.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522



del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque. Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, nonché di confezionamento dei reagenti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo eventuale accertamento qualitativo sui nuovi prodotti da parte della Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima. Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve contenere:

a) i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi del magazzino dell'Azienda.

b) la percentuale di sconto sui prezzi di listino.

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura (ed anche a determinazione e/o ml, precisando le determinazioni e/o ml ottenibili o contenuti in ciascuna confezione) così come indicato nell'art. 2.

Si precisa che i prezzi offerti devono essere onnicomprensivi (incluso il costo del lavoro) e che, ai sensi della Legge 7 novembre 2000, n° 327, art. 1, comma 3, nella valutazione dell'anomalia delle offerte, l'Azienda è tenuta a considerare i costi relativi alla sicurezza.

Nell'offerta devono essere indicati anche tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto, non compresi nel kit, ma necessari per la corretta esecuzione delle analisi, specificando le relative quantità.

Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura.

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata per singolo lotto a favore della Ditta che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 16 punto 1b D.L. 358/92 e art. 19 punto 1b D.Lgs. 402/98), attribuendo i seguenti punteggi:

A. Prezzo: punti 50/100

B. Qualità: punti 50/100

A) **Prezzo:** al prezzo migliore (più basso) vengono assegnati punti **50**
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra **0 e 50**
in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:
Punti di Y (prezzo da assumere a paragone) = $\frac{X(\text{prezzo più basso}) \times 50}{Y(\text{prezzo superiore})}$

B) **Qualità:** per la qualità, sulla base dello specifico utilizzo di ciascun reagente, l'attribuzione dei **50** punti sarà effettuata sulla valutazione dei seguenti parametri:

- ◆ **1) qualità, manualità e facilità d'uso dell'apparecchio** **fino a punti 16**
(qualora la Ditta non raggiunga il punteggio minimo corrispondente ai 9/16 del massimo punteggio, non sarà ammessa alla gara)
- ◆ **2) compatibilità con l'organizzazione del Laboratorio** **fino a punti 18**
(qualora la Ditta non raggiunga il punteggio minimo corrispondente ai 10/18 del massimo punteggio, non sarà ammessa alla gara)
- ◆ **3) qualità e valore tecnico dei reagenti** **fino a punti 16**
(qualora la Ditta non raggiunga il punteggio minimo corrispondente ai 9/16 del massimo punteggio, non sarà ammessa alla gara).

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica.

L'aggiudicazione sarà proposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100.

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione del punteggio di qualità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica:

- la Commissione, infatti, procede in seduta pubblica all'esame della documentazione ed all'ammissione delle Ditte alla successiva fase della gara; saranno, pertanto, ammessi alle successive fasi del procedimento di gara solo le offerte che, a giudizio della Commissione, presentino esaustiva documentazione;



- la Commissione procederà poi, in seduta privata, all'esame e alla valutazione tecnica delle schede tecniche e della documentazione presentata dai concorrenti;
- in seduta pubblica, avverrà l'apertura delle offerte economiche previa lettura del verbale della seduta privata.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

In deroga a quanto previsto all'art. 12 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo.

L'Azienda, inoltre, potrà non procedere all'aggiudicazione qualora si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui. Nell'ipotesi di offerte uguali (punteggio prezzo-qualità) si procederà richiedendo uno sconto per iscritto.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

ART. 9 - CONSEGNA

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco. L'apparecchiatura deve essere consegnata, installata e collaudata entro gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento della richiesta specifica da parte dell'Azienda. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 7 (sette) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

Sarà rifiutato, pertanto la ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto. Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

ART. 10 - MODALITÀ' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banca di Sassari - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo. Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

ART. 11 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dall'Azienda. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Azienda e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del

8


prodotto.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della ditta inadempiente.

ART. 12 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 13 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per qualunque motivo in ordine al presente contratto, a rettifica dell'art. 30 del Capitolato Generale, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria e non sarà perseguibile l'Arbitrato.


Resta pattuito che la sede legale, per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, è fissata presso il domicilio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante (Carbonia) per cui ogni competenza è deferita al Tribunale di Carbonia/Cagliari.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Chimica Clinica – GV
27/07/05



ALLEGATO A

1. Stabilità delle curve di calibrazione: _____
2. Numero di metodiche in linea: _____
3. Modalità di caricamento dei campioni: in continuo sì no altro (specificare): _____
4. Utilizzano provette primarie sì no specificare dimensioni e tipo: _____
5. Testano prioritariamente i campioni urgenti sì no ; necessario il blocco della routine sì no
6. Identificazione positiva dei campioni con barre-code sì no
7. Lettore di codice a barre per i reattivi sì no
8. Vano reagenti refrigerato sì no
9. Reagenti pronti all'uso sì no ; ricostituiti automaticamente dallo strumento sì no
10. Caricamento e rimozione reagenti durante l'iter analitico sì no
11. Caricamento reagenti con modalità random sì no
12. Possibilità di avere on board anche lotti diversi dello stesso reagente sì no
13. Procedure di calibrazione eseguibili anche durante l'iter analitico sì no
14. Ripetizione automatica dei test fuori range di linearità sì no
15. Effettua letture fotometriche in policromatismo sì no
16. Sistema ottico di selezione cromatica del tipo a filtri interferenziali sì no
17. Esegue automaticamente test calcolati sì no
18. Prediluizione e diluizione automatica dei campioni e dei reagenti sì no
19. Effettua dosaggi su : siero sì no - plasma sì no - urine sì no - liquor sì no - sangue intero sì no
20. Sistema di aspirazione/dispensazione reagenti/campioni costituito da siringhe mosse da motore passo - passo sì no
21. Idoneo sistema che annulli il carry - over sì no
22. Cadenza analitica di per test fotometrici di almeno 500 test/ora sì no
23. Modulo ISE con cadenza analitica di almeno 250 test/ora sì no
24. Archivio pazienti con capacità di almeno 2000 pazienti sì no
25. Fabbisogno di acqua limitato entro i quattro litri /ora a macchina in esercizio sì no
26. Quantità di reflui di lavorazione/ora : _____
27. Possibilità di carico di almeno 60 campioni in contemporanea se su piatto porta campioni sì no
28. Start entro un minuto con macchina in stand - by sì no
29. Operazioni di manutenzione giornaliera semplici e ridotte al minimo sì no
30. Eseguono calcoli speciali (bilirubina indiretta, osmolarità, ecc) sì no
31. Viene offerto interfacciamento a host computer sì no

Informazioni aggiuntive:

- Condizioni ambientali di esercizio delle macchine _____
- Produzione di calore _____
- Rumorosità in esercizio _____
- Caratteristiche elettromagnetiche e possesso marchio CE _____
- Consumi di acqua in condizioni operative _____

(Timbro e firma leggibile)

N.B. Il presente allegato deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro. Qualora le ditte partecipanti riterranno necessario procedere all'indicazione di maggiori dettagli circa i punti indicati potranno farlo in aggiunta a quanto sopra richiesto

ALLEGATO B

1. Reagenti pronti all'uso o ricostituiti automaticamente dallo strumento (ad eccezione di G6PDH e di eventuali test caricati su canali aperti dall'utilizzatore): si no
2. Reagenti compatibili con la strumentazione offerta si no
3. Confezionamento adatto ad essere utilizzato sullo strumento offerto senza necessità di travaso si no
4. Stabilità in frigo (fuori dall'analizzatore) per almeno sei mesi si no
5. Stabilità sull'analizzatore dal momento del loro caricamento per almeno tre settimane si no
6. Garanzia che i reagenti eventualmente ricostituiti e compresi nell'offerta siano stabili a bordo macchina in modo da garantire senza sprechi e condizionamenti della routine lavorativa l'organizzazione del laboratorio si no
7. Pezzatura adeguata alle necessità operative del servizio si no
8. Facilità di stoccaggio e quantità sufficienti a coprire le necessità annue o frazioni di esso si no

(Timbro e firma leggibile)

N.B. Il presente allegato deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro. Qualora le ditte partecipanti riterranno necessario procedere all'indicazione di maggiori dettagli circa i punti indicati potranno farlo in aggiunta a quanto sopra richiesto

FAC SIMILE

**DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL
CAPITOLATO SPECIALE**

ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
residente in _____ Via _____ n° _____
C. F. _____, in qualità di **(indicare se titolare o rappresentante legale** _____
della ditta _____
con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____
ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per **(indicare oggetto della
gara)** _____,

DICHIARA ED ATTESTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE,
CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI GARA, DI AGGIUDICAZIONE, E DI ESPLETAMENTO
CONTRATTUALE DELLA COMMESSA CHE EVENTUALMENTE GLI SARA' AFFIDATA IN CASO DI
AGGIUDICAZIONE.

A TAL FINE, DICHIARA ESPRESSAMENTE

DI ACCETTARE LE CONDIZIONI TUTTE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO
SPECIALE DI GARA CHE SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEBITAMENTE FIRMATI
IN OGNI FOGLIO DAL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE in segno di piena ed incondizionata
accettazione, **APPROVANDO SPECIFICAMENTE, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTICOLI 1341 E 1342 del Codice Civile, LE CLAUSOLE** contenute nei seguenti Articoli :
ARTICOLO 38 DEL CAPITOLATO GENERALE, capoversi 1, 2, 3, 4, 6, 7,8 e 9 inerenti le condizioni
di pagamento a 90 giorni e le relative modalità e del 5° capoverso del citato articolo relativamente
al riconoscimento, in caso che ne sussistano i presupposti, dell'applicazione degli interessi nella
misura del tasso legale; **ARTICOLO 46 primo capoverso del Capitolato Generale** relativo alla
individuazione del domicilio legale in Carbonia; **ARTICOLO 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE**
relativo alla sede giudiziaria in Carbonia/Cagliari ed alla competenza della Magistratura Ordinaria
con esclusione dell'Arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N.B.: Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti i
rappresentanti legali delle Ditte costituenti l'ATI.

DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA
Alla legge n. 68 del 12 03 1999
(Legge sui disabili)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 residente in _____ Via _____ n° _____
 C. F. _____, in qualità di **(indicare se titolare o rappresentante legale)**

_____ della ditta _____
 con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
 C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per **(indicare oggetto della gara)** _____, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, **in adempimento alle disposizioni contenute nella Legge 12 marzo 1999 n. 68, che regola l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili in ragione della consistenza della Ditta, consapevole delle responsabilità personali e penali in cui può incorrere ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e/o mendaci**

DICHIARA ED ATTESTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

DI ESSERE IN REGOLA CON LA SUDETTA NORMATIVA IN QUANTO TROVASI IN UNA DELLE SEGUENTI SITUAZIONI: _____

Letto, confermato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N.B.: Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i rappresentanti legali delle Ditte costituenti l'ATI.

ATTENZIONE! La situazione di regolarità da riportare nei righi vuoti della su estesa dichiarazione deve essere, PENA L'ESCLUSIONE, una delle seguenti prevista dalla Legge:

- 1) non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- 2) non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- 3) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- 4) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti.

ALLEGATO 1

(Modello da utilizzare in caso di partecipazione singola)

AUTODICHIARAZIONE
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____

C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta) _____
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica) _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): _____

b) _____ in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

Registro prefettizio _____

Schedario generale della cooperazione _____

e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): _____

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a

_____ CAP _____, via _____ n° _____

C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;

- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
 - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
 - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- u) non partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI) o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in ATI o consorzio;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
 - si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
 - concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):
- y)
 - [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
 - [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- z) non sussistono a suo carico:
 - le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- aa) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (*a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...*);
- bb) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- cc) dispone della seguente organizzazione:
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;

- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e cc) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", dd) "fornitura apparecchiature" ed ee) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

ALLEGATO 1 bis – A

(Modello da utilizzare dalla
Capogruppo/mandataria in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE

(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____ C. F. _____, in qualità
di (indicare se titolare o rappresentante legale) _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____

Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

costituita Capogruppo dell'Associazione temporanea di imprese (ATI), in capo alla quale insiste la parte di fornitura/servizio di
_____, composta da:

1. Ditta: _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è la parte di fornitura/servizio di _____

2. Ditta: _____ affidata l' _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è affidata la parte di fornitura/servizio di _____

3. Ditta: _____

con sede a _____ via _____, C.F. _____

alla quale è affidata la parte di fornitura/servizio di _____

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività a (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta) _____
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica) _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):

b) _____ in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

Registro prefettizio _____

Schedario generale della cooperazione _____

e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): _____

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____ via _____ n° _____ C.F. _____ Part.IVA _____
Telef. _____ Fax _____

d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;

f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;

g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;

h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottata dall'amministrazione aggiudicatrice;

i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;

j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;

k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;

l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:

- non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,

- non ha commesso grave negligenza o malafede;

n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;

o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;

p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;

q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;

r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;

s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;

t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;

u) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;

v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;

w) in caso di aggiudicazione:

- si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;

- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;

x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):

[1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;

[2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;

y) non sussistono a suo carico:

- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;

- l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- aa) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- bb) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- E' inoltre motivo di esclusione la mancata produzione della dichiarazione da parte delle Ditte Mandanti di cui al Fac-simile Allegato 1bis-B
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

ALLEGATO 1 bis – B

(Modello da utilizzare da ciascuna
Ditta mandante in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

_____ il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____

C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____

in qualità di Ditta Mandante, relativa alla parte di fornitura/servizio di

_____ costituitasi in Associazione temporanea di imprese (ATI) con la Mandataria "Capogruppo" della Associazione temporanea di imprese (ATI), Ditta _____ avente sede a _____, in via _____ n. _____ C.F. _____

rappresentata dal Sig. _____ il quale valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta) _____
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica) _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): _____

b) _____ in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

c) Registro prefettizio _____

Schedario generale della cooperazione _____ e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): _____

_____ e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

- d) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
 C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____
- e) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- f) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- g) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- h) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- i) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottata dall'amministrazione aggiudicatrice;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- k) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- l) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- m) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
 - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
 - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- o) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- p) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- q) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- r) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- s) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- t) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- u) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- v) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- w) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- x) in caso di aggiudicazione:
 - si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
 - concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- y) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (*la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante*):
- [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- z) non sussistono a suo carico:
 - le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.

- aa) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- bb) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- cc) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- dd) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- ee) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ff) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- gg) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- hh) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante e deve essere resa da ciascuna Ditta "Mandante" costituente l'ATI.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

_____ Nr. Ordine Appalto (*)	_____ Lotto/Stralcio (*)	_____ Anno (*)
---------------------------------	-----------------------------	-------------------

IMPRESA PARTECIPANTE		
_____ Partita IVA (*)		
_____ Ragione Sociale (*)		
_____ Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa		_____ Prov. (*)
Sede Legale (*): _____		CAP/ZIP: _____
_____ Codice attività (*) _____ Tipo impresa (*) _____ Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>		
_____ Volume Affari	_____ Capitale sociale	_____ Tipo Divisa: Euro

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie

_____ li _____

Il Dichiarante

(timbro e firma leggibile)

SISTEMA SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
Azienda USL n° 7 Carbonia
U.O. di **PATOLOGIA CLINICA**
Primario: Dr. Ferdinando Coghe

Carbonia, li 22.07.2005

Prot. N° 39-05 / LAB

*Pervenute il 22.07.05 ABS
Prot. n. 645*

Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti

S E D E

Oggetto: Proposta di capitolato per un “**Service di Chimica Clinica**”.

Si richiede un **service** di un anno, eventualmente rinnovabile, per i “settori di **Chimica Clinica**” dei laboratori dei PP.OO. SIRAI di Carbonia e S. BARBARA di Iglesias che comprenda, in relazione ai carichi di lavoro e ai flussi delle richieste, **due analizzatori uguali** per la sede di Iglesias e **tre analizzatori, di cui almeno due uguali a quelli della sede di Iglesias**, per la sede di Carbonia, in questo caso due per la routine e uno per l’urgenza e il backup di entrambe le sedi. I suddetti analizzatori devono essere completamente automatici, gestiti da computer dedicato, ad accesso casuale, selettivo, di facile utilizzo per gli operatori, in grado di operare senza interruzioni, esclusi i cicli di manutenzione, nell’arco delle 24 ore e per 365 giorni l’anno.

Le macchine offerte devono avere le seguenti caratteristiche minime, pena l’esclusione:

1. La stabilità delle curve di calibrazione deve essere di almeno 15 giorni per i test a lettura fotometrica;
2. Devono avere preferibilmente la possibilità di alloggiare in linea almeno 45 metodi;
3. Deve potersi effettuare il caricamento in continuo dei campioni, possibilmente mediante rack;
4. Devono poter utilizzare provette primarie di varia dimensione, del tipo vacutainer (o simili);
5. Devono essere in grado di testare prioritariamente i campioni urgenti senza richiedere il blocco della routine se tale opzione viene impostata dall’operatore;
6. Devono essere provvisti di idoneo lettore di codice a barre che consenta l’identificazione positiva dei campioni;
7. Devono essere provvisti di idoneo lettore di codice a barre per i reattivi;
8. Deve essere provvisto di idoneo vano reagenti refrigerato ;
9. I reagenti devono essere pronti all’uso o in alternativa ricostituiti automaticamente dallo strumento stesso, senza che siano necessari interventi manuali da parte dell’operatore (ad eccezione della G6PDH Quantitativa e di eventuali metodiche che si riterrà opportuno montare sui canali aperti);

10. Deve essere possibile procedere al caricamento e alla rimozione dei reagenti anche durante l'iter analitico;
11. Il caricamento dei reagenti deve poter avvenire con modalità random;
12. Deve essere alloggiare contemporaneamente a bordo delle macchine anche due diversi lotti per lo stesso reattivo;
13. Le procedure di calibrazione devono potersi effettuare anche durante l'iter analitico;
14. Tutte le macchine offerte devono essere in grado di effettuare automaticamente la ripetizione dei test che risultino fuori range di linearità;
15. Devono essere in grado di effettuare letture fotometriche in policromatismo;
16. Il sistema ottico di selezione cromatica deve essere preferibilmente del tipo a filtri interferenziali;
17. Devono essere in grado di eseguire automaticamente test calcolati preimpostati dall'operatore;
18. Devono essere in grado di effettuare la diluizione automatica dei campioni fuori range di misura;
19. Devono essere in grado di effettuare dosaggi su siero, plasma, urina, sangue intero e liquor ;
20. Devono avere un sistema di aspirazione/dispensazione dei reagenti e dei campioni costituito da siringhe di precisione controllate mediante motori passo-passo;
21. Devono essere provviste di idoneo sistema che annulli i fenomeni di carry-over;
22. Devono avere una cadenza analitica minima di 500 test/ora con metodo di lettura fotometrica;
23. Devono essere provvisti di modulo ISE, che deve poter effettuare almeno 250 test/ora;
24. Il computer gestionale di ciascuna macchina dovrà avere un idoneo archivio storico che tenga in memoria almeno gli ultimi 2000 pazienti;
25. Il fabbisogno di acqua non deve essere superiore a 4 (quattro) litri/ora e gli strumenti dovranno essere offerti completi di adeguato deionizzatore;
26. Devono produrre una quantità di reflui di lavorazione la minore possibile, preferibilmente smaltibili in rete e non come rifiuti speciali (della presente voce deve essere fornita idonea certificazione che indichi la quantità di reflui/ora prodotti con strumento in esercizio e la loro via di smaltimento: non saranno ritenute valide le dichiarazioni che rimandano alla normativa in vigore e alla responsabilità dell'operatore per quanto di sua competenza) ; pertanto; in caso di reflui di lavorazione il volume prodotto non dovrà essere superiore a quattro litri/ora.
27. Capacità di carico di almeno 60 campioni in contemporanea, se su piatto dell'analizzatore;
28. Devono essere in grado di eseguire lo start entro 1 (uno) minuto con macchina in stand-by;
29. Le operazioni di manutenzione giornaliera devono essere poche e semplici;
30. Gli strumenti offerti devono essere in grado di eseguire calcoli speciali (bilirubina indiretta, osmolarità, ecc.);
31. Tutti gli strumenti offerti devono consentire che tutti i dosaggi richiesti nel presente capitolato siano eseguibili tassativamente in contemporanea su ognuna piattaforma analitica, senza dover dedicare macchine all'esecuzione di alcuni test invece che altri.
32. Deve essere offerto collegamento a host – computer centrale attraverso software gestionale interfacciabile bi-direzionalmente per entrambi i laboratori.

Le ditte che proporranno offerte dovranno tassativamente presentare idonea **scheda tecnica** relativa alla strumentazione proposta, debitamente compilata e firmata, che indichi il possesso di ciascuna delle trentuno voci anzi indicate (**allegato A**). Inoltre, tale scheda dovrà contenere informazioni circa:

- le condizioni ambientali di esercizio delle macchine;
- la produzione di calore;
- la rumorosità in esercizio;
- le caratteristiche di sicurezza elettromagnetica e il possesso del marchio CE;
- i consumi d'acqua in condizioni operative.

Al fine di consentire la valutazione dell'offerta dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

- Depliant dello strumento in lingua italiana;
- Manuale d'uso della macchina in lingua italiana.

I reagenti offerti devono avere tassativamente le seguenti caratteristiche:

1. Devono essere pronti all'uso o ricostituiti automaticamente dallo strumento senza che sia previsto l'intervento manuale dell'operatore (fatta esclusione per i reattivi caricati su canali aperti a scelta dell'utilizzatore e per il reagente per il dosaggio della G6PDH quantitativa);
2. Devono essere compatibili con la strumentazione offerta;
3. Devono essere confezionati in modo da alloggiare sulla macchina senza che sia necessario travasarli;
4. Devono essere stabili in frigo, fuori dall'analizzatore, per almeno sei mesi;
5. Devono essere stabili sull'analizzatore per almeno tre settimane dal momento del loro caricamento;
6. Nel caso di reagenti da ricostituire la loro stabilità a bordo, dopo ricostituzione, deve essere tale da garantire le necessità operative del servizio senza sprechi di reagente e senza condizionamenti negativi alla routine lavorativa;
7. Devono essere confezionati con pezzatura tale che risulti adeguata alle necessità del servizio; pertanto, nei casi in cui dovessero verificarsi situazioni in cui il reagente risulta inutilizzabile dopo ricostituzione, a causa della fine della stabilità, le ditte offerenti si faranno carico di reintegrare a loro spese idonee quantità dello stesso (**per questa voce le ditte dovranno fornire adeguata dichiarazione a garanzia dell'Azienda ASL**);
8. Devono essere facilmente stoccabili e in quantità tale da garantire le necessità annue indicate;
9. I controlli, i calibratori e le altre soluzioni necessarie al funzionamento delle macchine, dovranno essere in quantità adeguate all'operatività effettiva degli strumenti offerti. Le ditte nella Loro offerta dovranno tener conto che nella sede di Carbonia opereranno tre strumenti e che in quella di Iglesias saranno due. **Pertanto, le ditte partecipanti dovranno impegnarsi con l'Azienda USL, presentando apposita dichiarazione, a garantire la fornitura di detto materiale anche a eventuale integrazione, qualora ciò dovesse rendersi necessario, senza alcun onere aggiuntivo e comunque a garanzia della reale operatività del servizio.**

Delle otto voci elencate dovrà essere fornita idonea scheda (**allegato B**) che per ciascuna di esse dichiarerà la conformità dei prodotti a quanto richiesto. Inoltre, per ciascun reagente, dovrà essere presentata la "**scheda metodologica e applicativa**" tassativamente in lingua italiana e relativa "**scheda di sicurezza**" conforme alle normative vigenti; nello specifico, per i plasmi liofilizzati di controllo le schede allegate dovranno indicare la dichiarazione che questi siano stati sottoposti a test per **HCV, HBV e HIV** con il relativo risultato.

Le ditte offerenti dovranno inoltre offrire idoneo quantitativo di calibratori, controlli, soluzioni di lavoro, e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dei test.

L'offerta dovrà essere comprensiva di assistenza tecnica full-risk per un numero di interventi straordinari illimitato, che dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla chiamata; inoltre, dovranno essere specificati i tempi di intervento dal momento della chiamata, il numero di interventi programmati e la loro cadenza. I corsi di addestramento per gli utilizzatori dovranno essere compresi nell'offerta ed essere previsti per almeno quattro operatori per ciascun laboratorio.

L'aggiudicazione sarà unica ed omogenea per una sola ditta e sarà a pannello completo dei reagenti richiesti.

Si indicano di seguito i reagenti richiesti nelle quantità annue presunte, separatamente per ciascun laboratorio:

	Iglesias	Carbonia
Fosfatasi alcalina	12600	22700
Fosfatasi acida	500	500
Fosfatasi acida prostatica	500	500
GOT (AST)	40600	39000
GPT (ALT)	39800	40200
CPK	20600	16000
CPK - MB	4500	7500
Gamma GT	24300	32000
Pseudo-Colinesterasi	20400	25200
Numero di DIBUCAINA	6000	4000
Amilasi (S/P/U)	8900	16500
Lipasi	7800	7300
Bilirubina totale	20200	29000
Bilirubina diretta	19600	29000
LDH	15400	14000
Proteine totali	24000	26000
Proteine su urina e liquor	1800	1800
Albumina	20600	12000
Uricemia (S/P/U)	25000	22000
Colesterolo totale	28000	27000
Colestesterolo HDL (met.diretto)	24200	18000
Trigliceridi	28300	26200
Colesterolo LDL	6000	6000
Alcolemia	1300	1300
Fruttosamina	1600	15000
G6PDH Quantitativo	8000	7000
Azotemia (S/P/U)	42200	39000
Glicemia	62000	58000
Creatininemia	46200	53000
Na (S/P/U)	30000	35000
K (S/P/U)	30000	35000
Ca (S/P/U)	26000	33000
Cl (S/P/U)	30000	35000
Ammonio	1200	1000

Acido Lattico	1100	1100
Litiemia (S/P)	900	1000
Fosforo (S/P/U)	16800	14500
Magnesio (S/P/U)	8700	18500
Sideremia	11300	12500
Vancomicina	300	300
Gentamicina	300	300
Pro-BNP fraz.NH2 terminale	400	400
Troponina - I	3500	3600
CK- Massa	800	2700
Mioglobina	1600	2600

ALLEGATO A:

1. Stabilità delle curve di calibrazione: _____
2. Numero di metodiche in linea: _____
3. Modalità di caricamento dei campioni: in continuo altro (specificare): _____
4. Utilizzano provette primarie specificare dimensioni e tipo: _____
5. Testano prioritariamente i campioni urgenti ; necessario il blocco della routine
6. Identificazione positiva dei campioni con barre-code
7. Lettore di codice a barre per i reattivi
8. Vano reagenti refrigerato
9. Reagenti pronti all'uso ; ricostituiti automaticamente dallo strumento
10. Caricamento e rimozione reagenti durante l'iter analitico
11. Caricamento reagenti con modalità random
12. Possibilità di avere on board anche lotti diversi dello stesso reagente
13. Procedure di calibrazione eseguibili anche durante l'iter analitico
14. Ripetizione automatica dei test fuori range di linearità
15. Effettua letture fotometriche in policromatismo
16. Sistema ottico di selezione cromatica del tipo a filtri interferenziali
17. Esegue automaticamente test calcolati
18. Prediluizione e diluizione automatica dei campioni e dei reagenti
19. Effettua dosaggi su : siero - plasma - urine - liquor - sangue intero
20. Sistema di aspirazione/dispensazione reagenti/campioni costituito da siringhe mosse da motore passo – passo
21. Idoneo sistema che annulli il carry – over
22. Cadenza analitica di per test fotometrici di almeno 500 test/ora
23. Modulo ISE con cadenza analitica di almeno 250 test/ora
24. Archivio pazienti con capacità di almeno 2000 pazienti
25. Fabbisogno di acqua limitato entro i quattro litri /ora a macchina in esercizio
26. Quantità di reflui di lavorazione/ora : _____
27. Possibilità di carico di almeno 60 campioni in contemporanea se su piatto porta campioni
28. Start entro un minuto con macchina in stand – by
29. Operazioni di manutenzione giornaliera semplici e ridotte al minimo
30. Eseguono calcoli speciali (bilirubina indiretta, osmolarità, ecc)
31. Viene offerto interfacciamento a host computer

Informazioni aggiuntive da allegare:

- Condizioni ambientali di esercizio delle macchine _____
- Produzione di calore _____
- Rumorosità in esercizio _____

- Caratteristiche elettromagnetiche e possesso marchio CE _____
- Consumi di acqua in condizioni operative _____

Il presente allegato deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro e firmato. Qualora le ditte partecipanti riterranno necessario procedere all'indicazione di maggiori dettagli circa i punti indicati potranno farlo in aggiunta a quanto sopra richiesto.

Allegato B:


1. Reagenti pronti all'uso o ricostituiti automaticamente dallo strumento (ad eccezione di G6PDH e di eventuali test caricati su canali aperti dall'utilizzatore): sì no
2. Reagenti compatibili con la strumentazione offerta sì no
3. Confezionamento adatto ad essere utilizzato sullo strumento offerto senza necessità di travaso sì no
4. Stabilità in frigo (fuori dall'analizzatore) per almeno sei mesi sì no
5. Stabilità sull'analizzatore dal momento del loro caricamento per almeno tre settimane sì no
6. Garanzia che i reagenti eventualmente ricostituiti e compresi nell'offerta siano stabili a bordo macchina in modo da garantire senza sprechi e condizionamenti della routine lavorativa l'organizzazione del laboratorio sì no
7. Pezzatura adeguata alle necessità operative del servizio sì no
8. Facilità di stoccaggio e quantità sufficienti a coprire le necessità annue o frazioni di esso sì no

Il presente allegato deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato, pena l'esclusione. Qualora le ditte partecipanti intendano fornire informazioni aggiuntive possono presentare idonea documentazione integrativa, purché in lingua italiana.

Dei reagenti deve essere tassativamente allegata scheda metodologica che indichi almeno quanto richiesto di seguito:

- principio su cui è basata l'analisi;
- metodologia applicativa sull'analizzatore offerto;
- linearità della risposta;
- condizioni interferenti sull'analisi;
- tipo di campione testabile con il reagente offerto;
- composizione della miscela di reazione;
- stabilità della calibrazione;
- stabilità del reattivo in frigo;
- stabilità del reattivo sullo strumento.

Il Primario del Laboratorio
Dr. Ferdinando Coghe



Documento composto di
n° 34 fogli

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1610 DEL 23 LUG. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
IL RESPONSABILE SANITARIO

