

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 1823

adottata dal Direttore Generale in data 13 SET. 2005

OGGETTO: *Rettifica Capitolato Speciale gara a pubblico incanto per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione – Delibera n° 1147 del 16/06/05.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- Atteso** che con delibera n° 1147 del 16.06.05 l'Azienda ha indetto la gara a pubblico incanto per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di gara;
- Viste** le note della ditta DEAS Sri del 02/09/05, trasmesse via fax in data 05/09/05, Prot. USL 1761 e 1763 del 06/09/05, con le quali sono state presentate contestazioni alla formulazione tecnica di alcuni lotti nonché richiesta di chiarimenti per altri lotti di fornitura;
- Atteso** che i sanitari richiedenti, interpellati in merito, hanno comunicato alcune precisazioni tecniche respingendo parzialmente le segnalazioni di contestazione presentate dalla ditta DEAS, come si evince dalla nota Prot. ABS n. 761 del 09/09/05 del Resp.le dell'U.O di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai e dalla nota Prot. ABS 768 del 12/09/05 del Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica;
- Ritenuto** opportuno procedere alla rettifica del Capitolato Speciale, integrando il medesimo delle specifiche tecniche comunicate dai Sanitari interessati, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile alla gara;
- Vista** l'allegata nota di rettifica e precisazioni del Capitolato Speciale da trasmettere alle ditte che hanno richiesto i disciplinari per la partecipazione alla gara;

PROPONE

l'adozione di formale atto deliberativo che, in accoglimento delle comunicazione del Resp.le dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai e del Resp.le del Servizio di Assistenza Farmaceutica, rettifichi il Capitolato Speciale della gara per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti


Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario


DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare il Capitolato Speciale della gara per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione approvato con delibera n° 1147 del 16.06.05, così come risulta dall'allegata nota da trasmettere alle ditte che hanno richiesto i disciplinari per la partecipazione all'appalto a pubblico incanto.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1823 del 13 SET, 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 SET, 2005 al 28 SET, 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



(D.ssa Margherita Cannas)

Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Controllo di Gestione
- Servizio Acquisti

PROT. _____
Servizio Acquisti – Ufficio Gare

Carbonia _____

Racc. AR

OGGETTO: Gara a pubblico incanto per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione. **Rettifiche e precisazioni.**

In riferimento alla gara in oggetto si comunica che sono state apportate delle rettifiche e precisazioni ai seguenti lotti di fornitura:

GRUPPO A – CIRCUITI E FILTRI

LOTTO 1 – Set per rianimazione - voce a) Circuiti

LOTTO 2 e LOTTO 3 - Circuiti

Relativamente ai lotti succitati si richiedono circuiti dotati di spezzoni (questi preferibilmente estensibili) che consentano l'allungamento del circuito per il collegamento al respiratore sino a 50 cm.

LOTTO 1 – Set per rianimazione - voce b) e voce c) Filtri HME e filtri macchina

Le diciture "Comprovata efficacia contro: Tubercolosi, Epatite C e H.I.V." della voce b) e "Certificata efficacia di ritenzione su: Tubercolosi, Epatite C e H.I.V." della voce c) devono intendersi sostituite dalla seguente formulazione:

"Le ditte offerenti possono presentare specifica Attestazione di organismi notificati (quindi non semplice dichiarazione della ditta offerente) che attesti l'efficacia dei filtri offerti contro Tubercolosi, Epatite C e H.I.V."

La mancata presentazione di tale attestazione non invalida l'offerta. La certificazione rappresenterà elemento di valutazione per l'attribuzione del punteggio"

Le restanti caratteristiche tecniche richieste nei lotti 1 – 2 e 3 sono confermate.

LOTTO 5 - Circuito per Umidificatore HC2000 Tyco

Il lotto è da intendersi **ANNULLATO**

LOTTO 6 - Circuiti per ventilatori adulti senza prese pressione e temperatura

LOTTO 7 - Circuiti per ventilatori adulti con prese pressione e temperatura

Si richiedono circuiti per l'assistenza respiratoria ai pazienti durante interventi chirurgici o degenze nelle terapie intensive ospedaliere e domiciliari, da collegarsi ai ventilatori automatici di diverse case produttrici.

Si confermano le specifiche tecniche richieste

LOTTO 8 - Circuito per ventilazione manuale

Si richiede un'unità respiratoria manuale che consenta la somministrazione di miscele gassose secondo la tecnica di ventilazione comunemente denominata "va e vieni"

LOTTO 12 - Circuiti per ventilatore Eclipse Taema

Si richiedono circuiti da collegarsi al ventilatore Eclipse Taema in dotazione. Può essere, quindi, offerto qualunque circuito utilizzabile con il ventilatore indicato.

LOTTO 24 - Nasi artificiali

Si richiedono per utilizzo **con pazienti adulti e con neonati.**

Le ditte, se lo ritengono proponibile, possono presentare anche modelli unici e universali.

L'Azienda ASL in sede di valutazione, sulla base delle prove che si effettueranno con i campioni, verificherà la rispondenza del modello offerto all'effettivo utilizzo.

Si confermano le specifiche tecniche richieste

GRUPPO E - MASCHERE – PALLONI

LOTTO 15 - Unità di Ventilazione Manuale.

Relativamente alla specifica tecnica "senza molle o altri meccanismi", questa deve essere intesa come "assenza di parti mobili" al fine di evitare la possibilità di blocchi accidentali che comporterebbero potenziali rischi per il paziente.

GRUPPO F – ALTRO MATERIALE

LOTTO 38 – Camere di umidificazione

Si richiedono per utilizzo **con pazienti adulti e bambini.**

Le ditte possono presentare anche modelli unici e universali.

L'Azienda ASL in sede di valutazione, sulla base delle prove che si effettueranno con i campioni, verificherà la rispondenza del modello offerto all'effettivo utilizzo.

Si confermano le specifiche tecniche richieste

GRUPPO G – SERVICE

Inserimento nuovo lotto:

Lotto 8

Sistemi di umidificazione per ventilazione in maschera ed endotracheale

- In "Service" - A totale carico della ditta la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema con eventuale sostituzione in caso di guasto irreparabile
- Separazione tra i gas di ventilazione e l'acqua per umidificazione-riscaldamento a garanzia della massima sterilità del sistema
- Il sistema deve funzionare in continuo su singolo paziente e deve sostituirsi solo l'acqua sterile per l'umidificazione
- Il sistema deve impedire la formazione di condensa nel circuito
- Devono essere integrati nel circuito sistemi di allarme per temperatura e resistenza
- Il sistema deve essere perfettamente compatibile con i ventilatori in dotazione (Draeger Evita e Bennett 840). Tale compatibilità deve risultare dalla documentazione tecnica
- La ditta dovrà fornire come unità consumabile circuito dotato di sistema raccogli-condensa eventualmente dotato di cartuccia umidificante e se necessario confezioni di acqua sterile

Quantità annua unità consumabili n° 200
sistemi di umidificazione n° 4

Non sono richiesti campioni – inviare scheda tecnica

Distinti saluti.

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

ADD/G.Ventura

DEAS

DEAS S.r.l.
 via Dell'Industria 49
 48014 Castelbolognese (RA) Italy
 Tel. +39 0546 656845 - Fax +39 0546 54706
 deas@deasnet.it www.deasnet.it
 R.I./C.F./P.IVA 01063890394 - C. S. € 98.800,00



AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA
 - 6 SET. 2005
 PROT. 1763 Aeg
 CAT.

Spett.le
 AZ. U.S.L. 7
 Via Dalmazia, 83
 09013 CARBONIA

-Alla c.a.: Direttore Generale
 Dr. Emilio Simeone
 -P.C.: Responsabile del Procedimento
 -P.C.: Responsabile Servizio Acquisti

Rif. to: "Appalto per la fornitura di Dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione"

Castelbolognese, 02.09.05

Oggetto: Richiesta chiarimenti tecnici. URGENTE

Con la presente, la sottoscritta ditta DEAS SRL con sede legale a Castelbolognese in Via dell'Industria n. 49, gradirebbe ricevere i seguenti chiarimenti dato che le vs. descrizioni non ne permettono una chiara identificazione:

GRUPPO A - CIRCUITI E FILTRI

LOTTO 6

"Circuiti per ventilatori adulti senza prese pressione e temperatura": pregasi comunicare marca e modello attualmente in uso;

LOTTO 7:

"Circuiti per ventilatori adulti con prese pressione e temperatura": pregasi comunicare marca e modello attualmente in uso;

LOTTO 8:

"Circuiti per ventilazione manuale": pregasi comunicare marca e modello attualmente in uso;

LOTTO 12:

"Circuiti per ventilazione Eclipse Taema": pregasi comunicare marca e modello attualmente in uso;

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

- 6 SET. 2005

Aeg
 PROTOCOLLO
 ARRIVO

DEAS

DEAS S.r.l.
via Dell'Industria 49
48014 Castelbolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 656845 - Fax +39 0546 54706
deas@deasnet.it www.deasnet.it
R.I./C.F./R.N.A. 01063890394 - C. S. € 98.800,00




Vi segnaliamo i recapiti dei responsabili tecnici ed amministrativi aziendali di detta Gara:

- Domenico Scardovi, Legale Rappresentante, Amministratore e Direttore Generale: 0546 656845 fax 0546 54706 e-mail: deas@deasnet.it
- Andrea Gaddoni, Ufficio Commerciale: 0546 656845 fax 0546 54706 e-mail: deas@deasnet.it

Vi preghiamo di rispondere a mezzo fax o email **CON ASSOLUTA URGENZA**, in modo da metterci in grado di completare la documentazione necessaria all'approntamento della gara.

Distinti saluti
Legale Rappresentante


(Domenico Scardovi)

DEAS

DEAS S.r.l.
Via Dell'Industria 49
48014 Castelbolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 656845 - Fax +39 0546 54706
deas@deasnet.it www.deasnet.it
R.I./C.F./P.IVA 01063890394 - C. S. € 98.800,00



Spett.le
AZ.U.S.L. 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

AZIENDA	
DATA	6 SET. 2005
PROT.	1751
INT.	Acq

- Alla c.a.: Direttore Generale
 Dr. Emilio Simeone
- P.C.: Responsabile del Procedimento
- P.C.: Responsabile Servizio Acquisti

Oggetto: "Appalto per la fornitura di Dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione"

Con la presente facciamo riferimento al capitolato speciale della gara in oggetto per segnalare e contestare quanto segue:

GRUPPO A - CIRCUITI E FILTRI

Lotto n. 1 a, lotto 2, lotto 3

la descrizione "pezzi estensibili" identifica prodotti riconducibili ad un'unica azienda;

Lotto n. 1b e 1c, e Lotto 18

Vengono richieste superfici filtranti con valori predefiniti. Vi segnaliamo che gli stessi risultati di filtrazione si possono ottenere con superfici filtranti con valori diversi, quindi richiediamo che tale dato venga eliminato;

Riteniamo, inoltre, che la Vs. richiesta di una certificazione sull'efficacia della filtrazione, relativamente ai virus HIV, dell'epatite e batterio della tubercolosi, non sia da richiedere in quanto potrebbe viziare il punteggio complessivo della qualità, che nel qual caso penalizzerebbe le ditte proponenti la medesima offerta.

Tali studi sono in possesso di numero ristretto d'aziende le quali utilizzano tale documentazione per scopi di marketing.

Riteniamo, infatti, che la performance di filtrazione dei filtri dovrebbe essere determinata con standard di riferimento se presenti più che con metodiche e prove non normative.

In particolar modo vi segnaliamo che sono in vigore da tempo due norme di riferimento concernenti la performance di filtrazione dei filtri respiratori:

EN 13328-1 "Breathing system filters for anesthetic and respiratory use. " Salt test method to assess filtration performance. Dicembre 2001

ISO 23328-1 Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use .Salt test method to assess filtration performance. Agosto 2003

Lotto N. 5

La descrizione "Circuiti preassemblati dotati di cartuccia a membrana in goretex da 0,2 micron antibatterica, a durata settimanale" individua il prodotto di un unico produttore, in quanto suggerisce l'utilizzo dell'umidificatore HC2000.

Dr. Emilio Simeone

AZIENDA U.S.L. 7
CARBONIA

6 SET. 2005

Acq
PROTOCOLLO
ARRIVI

M

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N.7
Via Dalmazia 83 - 09013 CARBONIA (CA)

PROT. 41 ABS
Servizio Acquisti

Carbonia 05/09/2005

Al Resp.le
Anestesia e Rianimazione P.O. Sirai
Dr. Angelo Desogus

Al Resp.le
Anestesia e Rianimazione PP.OO. Iglesias
Dr. Antonio Farci

Al Resp.le
Area Funzionale Farmacia Ospedaliera
Dr.ssa Paola Angioy

Al Resp.le
Area Funzionale Farmacia Distrettuale
Dr.ssa Teresa Galdieri

LL. .SS.

e, p.c. Al Direttore Sanitario
Dr. Pietro Chessa
Sede

OGGETTO: *Appalto per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione.*

Sono pervenute in data 05/09/05 le allegate note della ditta DEAS Srl che contesta e/o chiede chiarimenti in merito a specifiche tecniche contenute in diversi lotti del Capitolato Speciale dell'appalto in oggetto.

Al fine di dare opportuno riscontro a termine di legge alle problematiche avanzate dalla ditta, le SS.LL. sono convocate in data 7 settembre 2005 alle ore 10.00 presso gli Uffici della Servizio scrivente.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

ADD/G. Ventura

AZIENDA U.S.L. N° 7 Carbonia

P.O. SIRAI Carbonia

U.O. Anestesia e Rianimazione

Primario Dott. Angelo Desogus

PERVENUTA IL 08.09.05 ABS

Ret. n. 761 del 09.09.05

Carbonia, 06/09/05

Al Responsabile Servizio Acquisti

Oggetto: appalto dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione

In riferimento alle note di contestazione della Ditta DEAS relative a diversi lotti si chiarisce:

Lotto n 1a, lotto 2, lotto 3

- La descrizione "spezzoni estensibili" va interpretata come "estensibili il circuito" e riscritta come "possibilmente estensibili sino a 50 cm."

Lotto n 1b e 1c e lotto 18

- Relativamente ai filtri del set rianimazione si fa presente che la richiesta di superficie filtrante non inferiore a 500 cm² è posta a garanzia di maggiore efficacia e viene pertanto confermata.
- Sulla certificazione (che dovrà essere fornita da organi esterni alla ditta) degli stessi filtri relativamente ai virus HIV, epatite e tubercolosi, si fa presente che tale parametro rappresenterà elemento di maggiorazione di punteggio in sede di valutazione e va quindi confermata.

Lotto n5

Tale lotto viene annullato e sostituito con lotto n.... del gruppo service con tali specifiche:

Sistema di umidificazione per ventilazione in maschera ed endotracheale:

- In service
- A totale carico della ditta la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema
- Separazione tra i gas di ventilazione e l'acqua per umidificazione-riscaldamento a garanzia della massima sterilità del sistema
- Il sistema deve funzionare in continuo su singolo paziente e deve sostituirsi solo l'acqua sterile per l'umidificazione
- Il sistema deve impedire la formazione di condensa nel circuito
- Devono essere integrati nel circuito sistemi di allarme per temperatura e resistenza.
- I sistemi devono essere perfettamente compatibili con i ventilatori in dotazione dell'azienda (Draeger Evita e Bennett 840)



➤ *La Ditta dovrà fornire come unità consumabile circuito dotato di sistema raccogli-condensa eventualmente dotato di cartuccia umidificante e se necessario confezioni di acqua sterile.*

Quantità annua n° 200 unità

La ditta aggiudicataria dovrà fornire n° 4 sistemi di umidificazione in service

Lotto n 24

Si fa presente che la diversificazione della richiesta in nasi artificiali adulti e neonatali si basa su specifiche necessità di dimensioni, peso e caratteristiche e comunque non impedisce alle ditte partecipanti ad offrire lo stesso prodotto per entrambe categorie.

Gruppo E Maschere-Palloni

Lotto 1

Si è potuto verificare anche da precedenti appalti che vi sono almeno due ditte produttrici di maschere in gomma nera rivestite di neoprene.

Lotto 15

La richiesta di unità di ventilazione manuale senza molle e senza parti mobili nella valvola APL rappresenta un miglioramento dello standard di sicurezza in quanto evita la possibilità di blocchi accidentali; si conferma.

*Cordiali saluti
Dott. Angelo Desogus*



SERVIZIO FARMACEUTICO AZIENDALE

Prot. n° 238/2005 SFA

Carbonia 12 settembre 2005

PERVENUTA IL 12.09.05 ABS
Prot. n. 767

Al Responsabile Servizio Acquisti
Geom. Gerolamo Agulli
Sede

Oggetto: Appalto per la fornitura di DM per anestesia e rianimazione - Nota 741/ABS del 05/09/05

Con riferimento alla nota in oggetto si fa presente che relativamente al lotto 38/F "Camera di umidificazione adulti e pediatriche" la diversificazione della richiesta adulti e pediatrica si basa sulle differenti specifiche tecniche di prodotti presenti in commercio per un uso più appropriato per pazienti adulti e pediatrici.

Le ditte possono comunque offrire lo stesso prodotto per entrambe le voci e sarà la commissione preposta a verificare la rispondenza per l'utilizzo indicato.

Si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Aziendale
Servizio Farmaceutico
Dott.ssa M. Teresa Galdieri

