

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
**Carbonia**

Deliberazione n. 2344

adottata dal Direttore Generale in data 21 NOV. 2005

**OGGETTO:** *Indizione pubblico incanto – procedura aperta per la fornitura triennale di reagenti per Centri Trasfusionali. Approvazione Capitolato Speciale e pubblicazione bando di gara.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

**Premesso** che con nota Prot. 43/05/CT del 09/09/05 il Resp.le del Centro Trasfusionale ha inoltrato i programmi di acquisto dei reagenti e sieri occorrenti ai Centri Trasfusionali dell'Azienda;

**Preso atto** che il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole ai programmi di acquisto presentati dal Resp.le del Centro Trasfusionale, come risulta da annotazione del 21.09.05 a margine della suddetta nota;

**Atteso** che trattasi di diagnostici di uso routinario e continuato presso i Centri Trasfusionali e i cui precedenti affidamenti sono in scadenza il prossimo 31.12.05;

**Ritenuto** di dover procedere all'acquisizione mediante gara a pubblico incanto da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98;

**Visto** il Capitolato Speciale predisposto dal competente ufficio e approvato nella stesura definitiva dal Resp.le del Centro Trasfusionale;

**Considerato** che, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, di cui alla nota Prot. 44000/DG del 09/12/04, l'Azienda ha inoltrato alla medesima richiesta formale di autorizzazione all'espletamento della gara per l'affidamento triennale della fornitura, come da nota Prot. 3476 del 12.10.05;

**Vista** la nota Prot. 40193/3 del 17/11/05, Prot. USL 2266 del 17.11.05 con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato Regionale ha notificato l'autorizzazione preventiva all'espletamento della gara d'appalto;

**Visto** il D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, in particolare il disposto dell'art. 5 punto 7, circa la forma di pubblicità dell'appalto;

**PROPONE**

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura di reagenti per Centri Trasfusionali.
- di indire pubblico incanto per l'affidamento triennale della fornitura.
- di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sulla G.U. CEE e dell'avviso per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale, ai sensi del D.Lgs. 358/92.

OK

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura triennale di reagenti per Centri Trasfusionali
- autorizzare formalmente l'indizione della gara a pubblico incanto – procedura aperta, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98.
- confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione.
- disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di € 230.000,00, oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100011 del piano dei conti aziendale.
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza, ai sensi delle normative vigenti, ivi compresa la pubblicazione dei bandi di gara e dell'avviso per estratto.
- disporre il pagamento della somma presunta di € 1.600,00 IVA vigente inclusa, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. a mezzo Cassa Economale
- determinare che il costo presunto di € 6.000,00 per la pubblicazione dell'estratto sui quotidiani, da movimentarsi sulla classe di costo 540100008 del piano dei conti, verrà liquidato dal capo servizio bilancio/contabilità con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/Foddis

Sett/G. Ventura

**Il Direttore Generale**  
**Dr. Benedetto Barranu**




Il Responsabile del Servizio Affari Generali,  
Attesta che la deliberazione  
n. 2344 del 21 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 23 NOV. 2005 al 7 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



(D<sup>ssa</sup> Maria Teresa Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Teresa Garau".

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Controllo di Gestione
- Servizio Acquisti

23/0008 / ANNO 01

UFFICIO GARE

*F. de*

AZIENDA A.S.L. N. 7 CARBONIA  
 U.O. CENTRO TRASFUSIONALE F.LLI CROBU - IGLESIAS  
 RESPONSABILE : Dr Gesuino Mulas

AZIENDA A.S.L. N. 7  
 CARBONIA  
 - 9 SET. 2005  
 PROT *17013*

- Al Sig. Direttore Generale**
- Al Sig. Direttore Sanitario**
- Al Sig. Direttore Amministrativo**
- Al Sig. Responsabile Servizio Acquisti**

**PERVENUTA IL** 12.09.05 *ABS*

LORO SEDI

**Prot 43/05/C.T. del 09-09-05**

**Oggetto: Proposta di aggiornamento tecnologico dei settori  
Validazione e Distribuzione del Servizio Trasfusionale della AUSL**

L'ottimizzazione dei flussi di lavoro è la chiave del successo organizzativo di un moderno Servizio Trasfusionale.

Gli errori possono essere drasticamente ridotti gestendo i processi decisionali attraverso utilizzo di sistemi informatici ed impiego di strumentazione automatica. in quanto la struttura diventa più efficiente, impiegando i mezzi tecnologici disponibili fino a livello di automazione totale, con svariate possibilità di proposte intermedie.

Ridisegnare l'organizzazione del Servizio Trasfusionale nel senso più globale del termine e cioè ripensare tutti i processi dalla accettazione dei donatori e pazienti , alla refertazione degli esami, passando attraverso tutte le fasi operative, diventa pertanto un esercizio indispensabile per la ricerca della massima efficienza produttiva ed economica.

L'introduzione a partire dai primi anni Novanta di software gestionali e di una nuova generazione di analizzatori per immunoematologia dotati di funzioni importanti quali l'accesso random, l'identificazione positiva di campioni e reagenti, i reattivi on board, ha offerto al Servizio l'opportunità di rivedere la propria struttura organizzativa e di liberare risorse dai settori di routine per destinarle a funzioni prima trascurate o a nuovi settori d'indagine e attività assistenziali.

- Le distanze, la riorganizzazione territoriale dei servizi della rete ospedaliera, la riduzione degli organici e prioritariamente, la necessità cliniche di continuità di un servizio chiamato a soddisfare esigenze in routine nonché in Urgenza Emergenza, hanno sempre costituito per il medico trasfusionista, un dilemma di non facile soluzione.
- L'introduzione sul mercato di sistemi diagnostici in fase solida e di dispositivi in grado di trasmettere a distanza l'immagine delle schede usate per la determinazione del gruppo e per le prove di compatibilità, hanno aperto nuove prospettive nella organizzazione dei S.T.
- La recente implementazione del sistema gestionale "EMONET" in ambito aziendale, costituisce una valida premessa ad una completa integrazione dell'attività dei Servizi Trasfusionali aziendali.

Con la presente nota vorremmo segnalare all'attenzione della Direzione una possibile soluzione organizzativa delle contingenze derivanti proprio dalla strutturazione della nostra Azienda nata dalla fusione di due USL preesistenti e quindi con differenti procedure operative e problematiche del sistema sangue dovute anche alla dislocazione logistica dei PP.OO.

La proposta pensiamo sia in linea con le direttive aziendali e conforme alle disposizioni applicative delle leggi del settore (legge 107/90 D.M. 25-26- 01-2001 e D.M. Marzo 2005) finalizzati ad ottenere la massima efficienza e sicurezza del sistema trasfusionale.

Il progetto di innovazione dei S.T iniziata con la implementazione del sistema informatico gestionale EMONET va completata con la acquisizione dei sistemi automatici in tutte le fasi del processo da destinare ai settori di validazione e distribuzione in collegamento bidirezionale al sistema gestionale EMONET.

Le attuali procedure operative si esplicano mediante attività manuali in tutte le fasi, prima con registrazione su strumento cartaceo quindi successiva immissione dei dati e risultati nel sistema gestionale, dal che si evince un dispendioso impegno di lavoro umano che intrinsecamente comporta in tutti questi passaggi un alto grado di rischio-errore.

La presente proposta di aggiornamento tecnologico comporta due tipi di vantaggi:

Uno intrinseco allo svolgimento tecnico delle attività ed uno dovuto alla possibilità di riorganizzazione delle attività stesse sia in routine che in urgenza-emergenza.

I vantaggi intrinseci alla attività tecnica possono essere di seguito evidenziati:

- a ) Tracciabilità totale che permette di avere un controllo completo del processo e delle procedure eseguite
- b) Identificazione positiva dei campioni donatore-ricevente, dei reattivi, dei presidi, mediante Bar-code
- c ) Maggiore standardizzazione di tutti i protocolli operativi.
- d) Maggiore sicurezza dell'operatore per minore esposizione a campioni e materiali a rischio
- e) Interpretazione non-soggettiva dei risultati bensì lettura oggettiva e successiva archiviazione in memoria delle immagini e risultati
- f) Trasferimento informatico dei risultati e dell'interpretazione al gestionale EMONET con la eliminazione di errori di trascrizione.

I riflessi sul piano organizzativo della implementazione dei sistemi tecnologici innovativi in oggetto sono diversi e possono esplicitarsi sia sull'attività in routine, (servizio attivo diurno dalle ore 8.00 alle ore 20.00), che sulla gestione della Urgenza-Emergenza notturna e festiva in pronta disponibilità.

La nuova organizzazione dei servizi, nel confermare la presenza del tecnico in entrambe le sedi con orario articolato in due turni ( 8-14 /14-20 ) di contro prevede la presenza di un solo Medico per le due sedi al turno pomeridiano, in quanto egli potrebbe operare per ogni tipo di attività di sua competenza indifferentemente dalla sede presidiata.

L'attuale gestione dell'urgenza in pronta disponibilità articolata in turni di 15 giorni tra le due Unità operative che si avvalgono del supporto dell'Azienda trasporti per il recapito dei campioni delle unità di sangue, verrebbe rivista con la istituzione della Pronta disponibilità di un tecnico in ciascuna delle sedi, mentre il medico reperibile potrebbe operare indifferentemente su entrambe le sedi con il vantaggio di eliminare ogni disagio dovuto al trasferimento del sangue da un distretto all'altro, con abbrevio dei tempi di risposta che attualmente sono ai limiti della norma .

Dalle informazioni acquisite l'implementazione dell'aggiornamento tecnologico in oggetto, dovrebbe comportare un maggior impegno finanziario relativamente a dispositivi e presidi Immunoematologici ( Sieri-Pannelli-Schedine e strumentazione in service) di circa 30.000 Euro.

A fronte del maggior impegno finanziario previsto vanno valutati i vantaggi e i risparmi dovuti alle seguenti considerazioni:

- Migliore impiego dell'unità Medica impegnata attualmente nel turno pomeridiano in un lavoro prevalentemente di attesa per eventuali Urgenze.
- Azzeramento dei costi di trasferimento dei campioni/unità di sangue effettuati degli operatori dell'Agenzia trasporti per le Urgenze inter-distrettuali.
- Eliminazione dei costi occulti dovuti all'impiego di procedure manuali difficilmente standardizzabili.
- Riduzione dei costi del lavoro straordinario in pronta-disponibilità per i ridotti tempi di risposta alle richieste Urgenti che attualmente sono superiori alle due ore.
- Risparmio di unità di sangue che attualmente nei trasferimenti tra i distretti Iglesias – Carbonia possono andare incontro a conservazioni non idonee con conseguente eliminazione delle stesse.

Si potrebbe senz'altro concludere affermando che l'implementazione dei sistemi informatizzati e dell'organizzazione proposta comporta benefici sia dal punto di vista della qualità del risultati, della tracciabilità delle procedure, dei tempi di risposta nelle Urgenze-Emergenze, permettendo nel contempo un risparmio economico significativo.

Qualora la nostra proposta fosse ritenuta valida, in considerazione della complessità dell'implementazione del sistema, che per impiantistica tecnologica, periodo di addestramento del personale, necessita di una fase di avviamento dai tre ai sei mesi, si propone di predisporre il contratto del service per un periodo non inferiore ai 2-3 anni, periodo necessario per una ponderata valutazione tecnico ed economica del sistema proposto.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, inviamo distinti saluti e siamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Gesuino Mulas

IL RESPONSABILE PARENTE AMMINISTRATIVO  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Pietro Pasquale Chessa)

21.09.05

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO FORNITURA DI REAGENTI PER CENTRI TRASFUSIONALI**

### **ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA**

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di reagenti occorrenti ai Centri Trasfusionali un periodo di anni 3, decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione o nel contratto, rinnovabile per un ulteriore anno. L'Azienda, tre mesi prima della scadenza del contratto invierà comunicazione circa il proprio intendimento al proseguo dell'affidamento per ulteriore anno. In assenza di tale comunicazione la scadenza rimane fissata al termine dell'affidamento annuale. Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Il contratto potrà ugualmente essere rescisso, su esplicita volontà dell'Azienda, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di Convenzioni Consip S.p.A. o altre Convenzioni nazionali e/o regionali, di fornitura dei beni, oggetto del presente capitolato, alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di alcun titolo.

Resta inteso che l'eventuale risoluzione del contratto dovrà avvenire in ogni caso al compimento di ciascuna annualità contrattuale, con preavviso di sessanta giorni da parte della ASL.

Il mancato preavviso comporta l'automatica prosecuzione del contratto sino alla scadenza naturale. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

### **ART. 2 TIPOLOGIA E QUANTITÀ' DI FORNITURA**

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna. I tipi e i quantitativi elencati nel presente articolo saranno assunti quale base di calcolo per la valutazione delle offerte economiche per l'appalto che si va ad espletare.

I quantitativi annui di seguito indicati devono considerarsi presunti in quanto dipendenti da variabili cliniche ed epidemiologiche:

LOTTO 1

Fornitura di reattivi e strumentazione automatica in service per lo screening dell'Epatite B, dell'Epatite C, della Immunodeficienza umana acquisita nei donatori di sangue, per i Centri Trasfusionali della AUSL 7

CARATTERISTICHE DEI REAGENTI

I tests devono essere di ultima generazione ed eseguibili con metodica automatica, devono possedere le caratteristiche tecniche come di seguito specificate:

**Test anti HBV:** Prodotto costituito da miscela di anticorpi monoclonali con caratteristiche necessarie alla rivelazione degli antigeni di superficie di tutti i sottotipi noti in specie "ad" e "ay" con la sensibilità inferiore a 0,1 UIPEI/ml oppure 0.2 ng/ml.

**ANTI HCV:** Il Test di ultima generazione deve essere costituito da una miscela di antigeni ricombinanti delle zone CORE , NS3, NS4, NS5, con le caratteristiche necessarie alla rivelazione con la massima sensibilità delle specificità anticorpali più precoci e significative del **virus C**

**ANTI HIV1 / HIV2:** Test di ultima generazione costituita da miscela di antigeni virali ad antigene Sandwich con antigeni ricombinanti e/o peptidi sintetici delle zone Envelope e CORE dei virus HB1 /H2 con le caratteristiche necessarie alla rivelazione con la massima sensibilità delle specificità anticorpali più precoci e significative del **virus HIV 1/HIV2** e sottotipo "O"

Il lotto su indicato, per la cui valutazione qualitativa sarà preso in considerazione l'allegato A del presente Capitolato, dovrà essere completato con la fornitura in service onnicomprensivo della strumentazione una per ciascun C.T. le cui caratteristiche minime sono successivamente sotto indicate

Z

Caratteristiche tecniche della strumentazione

1. Sistema completamente automatico ad accesso continuo, sempre pronto all'uso, in grado di operare sia a batch sia random con gestione dei campioni urgenti.
2. Reagenti pronti all'uso caricabili in continuo senza interruzione della routine con riconoscimento positivo
3. Reagenti mantenuti on-board in scomparto refrigerato a temperatura ed umidità controllate, stabili a bordo per almeno 60 giorni.
4. Gestione automatica dell'inventario per evitare qualsiasi spreco di reattivi.
5. Master curve su carta magnetica: calibrazione stabile 28 giorni per tutti i dosaggi con l'esecuzione di 2 o 3 punti di curva in singolo.
6. Utilizzo dei puntali monouso a garanzia di totale assenza di Carry-over.
7. Riconoscimento positivo dei campioni.
8. Rack porta campioni universale in grado di ospitare contemporaneamente provette primarie, secondarie o microcuvette.
9. Software di gestione dello strumento in italiano, ad icone grafiche con menù guidati e software diagnostico per la risoluzione di problemi strumentali.

10. Possibilità di collegamento a computer gestionale centrale oppure a computer di settore per archivio dati.
11. Gestione automatica del controllo di qualità su differenti sieri di controllo, per ciascuna analista con possibilità di stampa delle elaborazioni statistiche.
12. Manutenzione giornaliera e settimanale gestita automaticamente dal sistema.

#### QUANTITA' RICHIESTE DI CIASCUN TEST

|          |    |             |
|----------|----|-------------|
| Carbonia | N° | 5.000 tests |
| Iglesias | N° | 5.000 tests |

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale di consumo in quantità adeguata al numero di determinazioni, secondo i quantitativi annui presunti su indicati

### ART.3

#### ASSISTENZA OPERATIVA

La Ditta offerente dovrà garantire per la durata del contratto un servizio tecnico di assistenza e manutenzione full-risk dell'intero sistema, sia per i difetti di costruzione, che per i guasti dovuti ad eventi accidentali.

L'assistenza operativa dovrà comprendere in ogni caso:

- Visite programmate di manutenzione preventiva;
- Interventi illimitati di manutenzione straordinaria su chiamata;
- Obbligo di intervenire, nei tempi indicati nell'offerta, e comunque in tutti i giorni lavorativi della settimana, non oltre le 12 ore dalla chiamata;
- Obbligo di riparare il guasto entro il termine indicato nell'offerta, con assicurazione, in caso di interventi complessi tanto da comportare il prelievo del sistema malfunzionante, di garantire il servizio con strumentazione analoga per funzionalità e caratteristiche, fornita provvisoriamente in sostituzione contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura in riparazione.
- Aggiornamento gratuito del software e dell'hardware del sistema;
- Sostituzione, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, delle componenti guaste o usurate;

Fermo l'obbligo delle ditte offerenti di conformare il servizio di assistenza e manutenzione offerto ai contenuti contrattuali previsti nel presente articolo, le stesse hanno facoltà di formulare un proprio schema di servizio di assistenza operativa che preveda aspetti migliorativi e che sarà oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio.

L'assistenza tecnica deve comprendere anche le verifiche annuali di sicurezza elettrica prevista nella normativa CEI 66-5.

La documentazione relativa agli interventi di manutenzione preventiva, straordinaria e di sicurezza elettrica eseguiti durante il service dovrà essere allegata al manuale di service e resa disponibile ad ogni richiesta dell'Azienda Ospedaliera

**Qualora, a causa del malfunzionamento della strumentazione fornita si verificasse l'annullamento della seduta operativa, la ditta aggiudicataria, su segnalazione del Centro Trasfusionale, provvederà alla sostituzione (reintegrazione) gratuita dei reattivi persi.**

## ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la fornitura in Service di due strumenti, totalmente automatici e dei reagenti e materiali di consumo per l'esecuzione di esami immunoematologici con la metodica di agglutinazione su colonna, completi con sistema dedicato alla trasmissione a distanza di dati ed immagini con le caratteristiche tecniche obbligatorie, a pena di esclusione, descritte nel seguente art.2 lettera a,b,c,d,e le caratteristiche tecniche minime descritte nello stesso articolo.

L'appalto è regolato dalle norme e condizioni stabilite nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d'onori e da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

La fornitura consiste in un lotto unico ed indivisibile.

Al termine del contratto triennale questa Amministrazione si riserva la facoltà, dopo la rivalutazione dei reattivi, della strumentazione e dei prezzi, di prorogare per un ulteriore periodo non eccedente i due anni il contratto in corso.

In entrambi i casi sarà data comunicazione all'impresa appaltatrice almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. In caso di mancata comunicazione il contratto si intenderà concluso

## ART.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

**Il sistema deve avere, pena esclusione, le seguenti caratteristiche tecniche:**

- a) Deve essere completamente automatico, esecuzione dei seguenti tests con la metodica di agglutinazione su colonna : **determinazione ABO Rh diretta e indiretta, determinazione fenotipo Rh e Kell, compatibilità ABO e Coombs, ricerca anticorpi.**

La strumentazione offerta deve essere, inoltre, nuova di fabbrica , poiché gli strumenti devono essere allocati in due sedi diverse, essi devono poter essere interfacciati in modo bidirezionale con il sistema gestionale del Servizio.

- b) **Il trasferimento delle immagini deve avvenire tramite rete intranet o internet oltre che tramite modem**
- c) **Immagine reale fotografica di entrambe le facce delle schedine con possibilità di ingrandimento delle immagini**
- d) **Database criptati il sistema deve essere adeguato all'attuale normativa sulla legge della privacy.**
- e) **Il sistema deve essere in grado di utilizzare la firma elettronica e consentire il blocco del risultato sulle cartelle validate**

**Il sistema richiesto deve avere, inoltre, le seguenti caratteristiche tecniche minime:**

- ✓ f) Modalità di lavoro secondo l'ordine della lista di lavoro;
- ✓ g) Caricamento continuo campioni per la routine
- h) Rack separato per il caricamento campioni delle emergenze;
- ✓ i) Immediata esecuzione delle Urgenze/emergenze;
- ✓ j) Lettura all'interno dello strumento di almeno i seguenti codici a barre: code 128, codebar, ISBT 128;
- ✓ k) Agitazione continua di reagenti senza alcuna interruzione;
- ✓ l) Preparazione di sospensioni nei pozzetti dedicati;
- ✓ m) Magazzino interno schedine non inferiore a 220 schedine
- ✓ n) Perforazione schedine con perforatore dedicato
- ✓ o) Riutilizzo in automatico di schedine parzialmente utilizzate
- p) N. schedine nella centrifuga non inferiore a 12
- q) Tempo di centrifugazione non superiore a 7 minuti
- ✓ r) Sensore di posizione delle schedine a bordo dello strumento
- ✓ s) Modalità bifasica della centrifugazione della schedina
- ✓ t) Tempo di esecuzione delle prove di compatibilità non superiore a 12 minuti
- ✓ u) Identificazione positiva soluzione di lavaggio mediante codice colore
- ✓ v) Password con livelli di accesso personalizzati
- ✓ w) Monitor touch-screen flat
- ✓ x) Supporto di back-up con DVD
- ✓ y) Lettura di screening su entrambe le facce
- z) Procedura guidata dal software
- ✓ aa) Avviso scadenza manutenzione;
- bb) Commercializzazione della strumentazione non precedente al 2003;
- cc) Utilizzo contemporaneo provette di tipo diverse

**In supporto alla strumentazione suddetta dovrà essere fornito un sistema per l'esecuzione manuale delle indagini composto da sistema di dispensazione, di incubazione e di centrifugazione delle schedine**

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale di consumo in quantità adeguata al numero delle determinazioni secondo i quantitativi annui presunti di seguito elencati:

| N. Determinazioni  | Presunte per anno |       |
|--|-------------------|-------|
|  | CROBU             | SIRAI |
| Determinazione gruppo diretto: A, B,AB,D,CDE                             | 4000              | 4000  |
| Determinazione gruppo indiretto: A1, A2,B                                | 4000              | 4000  |
| Determinazione controllo gruppo : A, B, D,                               | 6000              | 6000  |
| Determinazione Fenotipo Rh-hr e Kell                                     | 2000              | 2000  |
| Compatibilità in Coombs  | 5000              | 5000  |
| Sospensione di emazia per screening a 3 cellule                          | 5000              | 5000  |
| Mezzo potenziante  | 5000              | 5000  |
| Test di Coombs diretti monoclonali Igg, C3d/C3b                          | 1500              | 1500  |
| Sospensione di Emazie test A1 A2, B, O.                                  | 4000              | 4000  |
| Sospensione di Emazia test (22 cellule) per identificazione di anticorpi | 17                | 17    |
|  |                   |       |

### ART.3

#### ASSISTENZA OPERATIVA

La Ditta offerente dovrà garantire per la durata del contratto un servizio tecnico di assistenza e manutenzione full-risk dell'intero sistema, sia per i difetti di costruzione, che per i guasti dovuti ad eventi accidentali.

L'assistenza operativa dovrà comprendere in ogni caso:

- Visite programmate di manutenzione preventiva;
- Interventi illimitati di manutenzione straordinaria su chiamata;
- Obbligo di intervenire, nei tempi indicati nell'offerta, e comunque in tutti i giorni lavorativi della settimana, non oltre le 12 ore dalla chiamata;
- Obbligo di riparare il guasto entro il termine indicato nell'offerta, con assicurazione, in caso di interventi complessi tanto da comportare il prelievo del sistema malfunzionante, di garantire il servizio con strumentazione analoga per funzionalità e caratteristiche, fornita provvisoriamente in sostituzione contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura in riparazione.
- Aggiornamento gratuito del software e dell'hardware del sistema;
- Sostituzione, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, delle componenti guaste o usurate;

Fermo l'obbligo delle ditte offerenti di conformare il servizio di assistenza e manutenzione offerto ai contenuti contrattuali previsti nel presente articolo, le stesse hanno facoltà di formulare un proprio schema di servizio di assistenza operativa che preveda aspetti migliorativi e che sarà oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio.

L'assistenza tecnica deve comprendere anche le verifiche annuali di sicurezza elettrica prevista nella normativa CEI 66-5.

La documentazione relativa agli interventi di manutenzione preventiva, straordinaria e di sicurezza elettrica eseguiti durante il service dovrà essere allegata al manuale di service e resa disponibile ad ogni richiesta dell'Azienda Ospedaliera

**Qualora, a causa del malfunzionamento della strumentazione fornita si verificasse l'annullamento della seduta operativa, la ditta aggiudicataria, su segnalazione del Centro Trasfusionale, provvederà alla sostituzione (reintegrazione) gratuita dei reattivi persi.**

### LOTTO 3

**a) Reattivi per la "conferma" degli anticorpi contro l'epatite "C"**

Il test, di ultima generazione, deve utilizzare una metodica W.B. o equivalente ed essere eseguibile in automatico. Il prodotto deve essere costituito da una miscela di antigeni virali e in grado di rilevare, con la massima specificità, gli anticorpi contro il virus C.

**Quantità richieste**

**N° 500 tests**

**b) Reattivi per la conferma degli anticorpi contro i virus dell'immunodeficienza umana acquisita**

Il test, di ultima generazione, deve utilizzare una metodica W.B. o equivalente ed essere eseguibile in automatico. Il prodotto deve essere costituito da una miscela di antigeni virali e in grado di rilevare simultaneamente, con la massima specificità, gli anticorpi contro il HIV1 e HIV2.

**Quantità richieste**

**N° 300 tests**

**Per il Lotto suindicato, è richiesta strumentazione – unica per entrambi i Centri Trasfusionali - in "Service". Per la valutazione qualitativa sarà preso in considerazione l'allegato al presente capitolato da compilare a cura delle ditte offerenti.**

### LOTTO 4

**Reattivo per lo screening della sifilide nei donatori di sangue**

Il test deve utilizzare la metodica dell'emoagglutinazione passiva ed essere eseguibile in micropiastra senza previa scomplementazione dei sieri. Ai fini della valutazione qualitativa saranno considerati prioritariamente la chiarezza di interpretazione dei risultati, la semplicità operativa e i tempi di esecuzione della metodica, rilevabili dalle schede tecniche della ditta offerente.

**Quantità richieste**

**Carbonia N° 4.000 tests**

**Iglesias N° 4.000 tests**

Antisieri per Immunoematologia

1) Sieri per la tipizzazione ABO

|                    | Quantità       | Carbonia | Iglesias |
|--------------------|----------------|----------|----------|
| a) Siero Anti-A    | conf. da 10 ml | n. 10    | n. 10    |
| b) Siero Anti-B    | conf. da 10 ml | n. 10    | n. 10    |
| c) Siero Anti-A,B  | conf. da 10 ml | n. 10    | n. 10    |
| d) Lectina Anti A1 |                | n. 2     | n. 2     |

2) Sieri per la tipizzazione RH e Kell

|   |                        |       |       |
|---|------------------------|-------|-------|
| d) Siero Anti-D (IgM+IgG (monoclonale)  | conf. da 10            | n. 10 | n. 10 |
| e) Siero Anti-C                         | conf. da 5 ml          | n. 5  | n. 5  |
| f) Siero Anti-c                         | conf. da 5 ml          | n. 5  | n. 5  |
| g) Siero Anti-E                         | conf. da 5 ml          | n. 5  | n. 5  |
| h) Siero Anti-e                         | conf. da 2 ml. a 5 ml. | ml 5  | n. 5  |
| i) Siero Anti CDE (policlonale)         | conf. da 5 ml          | n. 5  | n. 5  |
| j) Siero Anti D Policlonale             | conf. da 10 ml         | n. 5  | n. 5  |
| k) Siero Anti-Kell (vetrino e provetta) | conf. da 5 ml          | n. 10 | n. 10 |

LOTTO 6

Antisieri diversi e mezzi potenzianti per Immunoematologia

|  | Quantità          | Carbonia | Iglesias |
|--|-------------------|----------|----------|
| a) Siero Anti-globuline umane verde anti-gamma e anti-C3 | conf. da 10 ml    | n. 5     | n. 5     |
| b) Siero Anti-globuline umane monospecifico anti IgG     | conf. da 5 ml     | n. 2     | n. 2     |
| c) Siero Anti-globuline umane monospecifico anti C3      | conf. da 5 ml     | n. 2     | n. 2     |
| d) Siero Anti-Jka per test di Coombs                     | conf. da 2 o 3 ml | ml. 4    | ml. 4    |
| e) Siero Anti-Fya per test di Coombs                     | conf. da 2 o 3 ml | ml. 4    | ml. 4    |
| f) Siero Anti-Kpa per test di Coombs                     | conf. da 2 o 3 ml | ml. 4    | ml. 4    |
| g) Siero Anti Cellano                                    | conf. da 2 a 5 ml | ml. 2    | ml. 2    |
| h) Albumina bovina polimerizzata                         | conf. da 10 ml    | n. 5     | n. 5     |
| i) Soluzione a bassa forza ionica LISS                   | conf. da 10 ml    | n. 10    | n. 10    |

LOTTO 7

Antisieri rari per tipizzazioni in Immunoematologia

|  | Quantita'                     | Iglesias       | Carbonia       |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1) Siero Anti M monoclonale                        | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 2) Siero Anti N monoclonale                        | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 3) Siero Anti Lewis a monoclonale                  | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 4) Siero Anti Lewis b monoclonale                  | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 5) Siero Anti S grande (Test di Coombs)            | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 6) Siero Anti s piccolo (Test di Coombs)           | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 7) Siero Anti Lutheran a (Test di Coombs)          | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 8) Siero Anti Lutheran b (Test di Coombs)          | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 9) Siero Anti Kidd b (Test di Coombs)              | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| <del>10) Siero Anti Cellano (Test di Coombs)</del> | <del>conf. da 1 o 2 ml.</del> | <del>n.1</del> | <del>n.1</del> |
| 11) Siero Anti Xg a (Test di Coombs)               | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |
| 12) Siero Anti Diego a (Test di Coombs)            | conf. da 1 o 2 ml.            | n.1            | n. 1           |

|   |                    |     |      |
|---|--------------------|-----|------|
| 13) Siero Anti Js a Sutter (Test di Coombs) | conf. da 1 o 2 ml. | n.1 | n. 1 |
| 14) Siero Anti Wr a Wright (Test di Coombs) | conf. da 1 o 2 ml. | n.1 | n. 1 |
| 15) Siero Anti Colton b (Test di Coombs)    | conf. da 1 o 2 ml. | n.1 | n. 1 |
| 16) Siero Anti P1 completo (Test di Coombs) | conf. da 1 o 2 ml. | n1  | n. 1 |
| 17) Siero Anti-Cw Willis (Test di Coombs)   | conf. da 1 o 2 ml. | n.1 | n. 1 |

### **ART. 3 CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate nel precedente art. 2 , oltre ad essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Le Ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire alla Commissione di aggiudicazione che procederà alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale in esame, qualora ciò venga ritenuto necessario.**

### **ART. 4 ATTESTAZIONI ED ALLEGATI**

Al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato per l'ammissione alla gara le ditte concorrenti devono produrre quanto di seguito indicato, **tutto in lingua italiana, pena l'esclusione:**

- 1) **Scheda compilata come da allegato A**, debitamente firmata e timbrata, **per i lotti 1 e 2**. Non deve essere trasmessa ulteriore documentazione tecnica: l'Azienda USL richiederà ulteriori documenti tecnici solo alla ditta aggiudicataria.
- 2) **La metodica e scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata**, di applicazione di ciascun reagente **per tutti gli altri lotti**. Le metodiche, pena l'esclusione, dovranno essere riferite all'utilizzo indicato nel precedente art. 2 e dovranno riportare l'applicazione sull'apparecchio ~~per il lotto 9~~ *Super Timman. Offert*
- 3) **Depliant e scheda tecnica** dell'apparecchio offerto per i lotti 1 - 2 e **3**, da cui si possano dedurre le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, ivi comprese le dimensioni, l'anno di fabbricazione e la descrizione particolareggiata del Software applicativo.
- 4) **Elenco di eventuali laboratori** ove sono installate e funzionanti le apparecchiature offerte.
- 5) **Dichiarazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti:**
  - a) *il nome e indirizzo del deposito a cui inviare gli ordini e la ragione sociale di chi emette la fattura;*
  - b) *l'impegno, in caso di immissione sul mercato di apparecchiature e reagenti tecnologicamente più avanzati, previo accordo con l'Azienda USL, a fornire i nuovi prodotti alle medesime condizioni di gara;*
  - c) *l'assicurazione, a proprie spese, dei corsi di addestramento per il Personale utilizzatore dell'apparecchiatura offerta, indicando tutte le relative modalità.*
  - d) *l'impegno, a proprie spese, della visione e/o prova dei reagenti e delle macchine offerte*
- 6) **Listino prezzi timbrato e firmato.**
- 7) **Copia dell'offerta economica, in carta semplice, senza l'indicazione dei prezzi.**
- 8) **Dichiarazione, in carta semplice, riguardante l'assistenza tecnica per gli apparecchi offerti**, in cui sia specificato:
  - *sede operativa in cui è ubicata l'agenzia che fornisce l'assistenza tecnica*
  - *numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi*
  - *tempo di intervento dalla chiamata*
  - *possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde*
  - *possibilità di usufruire del servizio di assistenza tecnica nei giorni prefestivi.*
- 9) **Dichiarazione in carta semplice, non autenticata**, comprovante l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
- 10) **Il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale** debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)
- 11) **Autodichiarazione** resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da

fotocopia di documento di identità, pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità. Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente negli allegati 1, 1 bisA, 1 bisB, al presente Capitolato.

L'allegato 1 deve essere utilizzato dalle Ditte individuali o dalle Società, Consorzi o Cooperative che partecipano all'appalto singolarmente.

Gli allegati 1 bisA e 1 bisB devono essere utilizzati dalle Ditte che partecipano all'appalto in associazione temporanea di impresa (ATI). In tal caso l'allegato 1 bisA deve essere utilizzato dalla Ditta mandataria capogruppo. L'allegato 1 bisB deve essere utilizzato da ciascuna Ditta "mandante" costituente l'ATI o il consorzio provvisorio.

Relativamente a ciascuna ditta costituente l'ATI deve essere individuata la tipologia di attività o fornitura di competenza

Si rammenta inoltre che le ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia, possibilmente, le ditte. Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale.

- 12) **Il modello GAP**, allegato al presente Capitolato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di ATI deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del raggruppamento.

Carenza della documentazione di cui sopra, se ritenuta motivatamente sostanziale dalla Commissione, può costituire motivo di esclusione insindacabile.

La ditta verrà ammessa alle successive fasi del procedimento di gara solo se presenta esaustiva documentazione.

Le schede e le dichiarazioni richieste nel presente articolo devono essere inserite nel plico contenente la restante documentazione elencata nell'art. 4 del Capitolato Generale e non nel plico più piccolo che deve contenere solamente l'offerta economica.

#### **ART. 5 CONDIZIONI DI OFFERTA**

La ditta deve proporre, in offerta, la dotazione di apparecchiature, ove richiesto, per l'utilizzo dei reattivi oggetto di appalto, secondo le esigenze individuate nei lotti nel precedente art. 2.

L'apparecchiatura si intende fornita in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa) sino alla scadenza del contratto. L'apparecchio si intende fornito funzionante, chiavi in mano.

La ditta, per gli apparecchi proposti deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire la continuità delle analisi. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi.

Se la mancata osservanza della prescrizione del cpv. precedente comporta l'inutilizzo del reagente e la sospensione degli esami, ovvero l'acquisto su piazza, la ditta è soggetta alle penalità (oltre che la non liquidità del prodotto fornito) pari al 100% del valore della fornitura oltre che gli addebiti per eventuale fermo delle apparecchiature, come di ogni e qualunque onere per la ricerca e l'acquisto su piazza, fatti salvi i danni in capo all'Azienda.

**La ditta deve inoltre assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto, nonché calibranti, standard e controlli necessari per la corretta esecuzione delle analisi.**

Resta inteso che l'Azienda corrisponderà il solo prezzo dei reagenti effettivamente forniti, così come elencati nel precedente art. 2.

Resta peraltro stabilito che il fermo derivante da guasti di uno degli apparecchi forniti per l'utilizzazione del materiale in appalto può determinare la contestuale riduzione della fornitura proporzionale al numero dei giorni di fermo, senza che per tale riduzione la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o rimborso atteso che la riduzione discende da fermo delle macchine stesse.

La mancata presentazione dell'apparecchiatura, invalida l'offerta.

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta deve contenere:

- a) **i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere**, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi del magazzino dell'Azienda.
- b) **la percentuale di sconto sui prezzi di listino**.

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura (ed anche a determinazione e/o ml, precisando le determinazioni e/o ml ottenibili o contenuti in ciascuna confezione) così come indicato nell'art. 2.

**Si precisa che i prezzi offerti devono essere onnicomprensivi (incluso il costo del lavoro) e che, ai sensi della Legge 7 novembre 2000, n° 327, art. 1, comma 3, nella valutazione dell'anomalia delle offerte, l'Azienda è tenuta a considerare i costi relativi alla sicurezza.**

Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura.

**L'offerta deve contenere, pena l'esclusione, la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, la ditta è disponibile al rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni e prezzi, qualora pervenisse esplicita comunicazione di rinnovo da parte dell'Azienda sanitaria tre mesi prima della scadenza naturale del contratto.**

## **ART. 7 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura è aggiudicata per singolo lotto a favore della Ditta che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 16 punto 1b D.L. 358/92 e art. 19 punto 1b D.Lgs. 402/98), attribuendo i seguenti punteggi:

**A) Prezzo: punti 50/100**

**B) Qualità: punti 50/100**

- a) **prezzo:** al prezzo migliore (più basso) vengono assegnati punti **50**  
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra **0 e 50**  
in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:  
**Punti di Y (prezzo da confrontare) =  $\frac{X(\text{prezzo più basso}) \times 50}{Y (\text{prezzo superiore})}$**

- b) **qualità:** per la qualità, sulla base dello specifico utilizzo di ciascun reagente:

**1) Per i lotti per i quali non è richiesta strumentazione:**

l'attribuzione dei **50** punti sarà effettuata sulla valutazione complessiva delle specifiche fornite con la scheda tecnica;

**2) Per i lotti 1 – 2 e 9 per i quali è richiesta strumentazione automatica in Service:**

l'attribuzione dei **50** punti sarà suddivisa tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) valutazione complessiva delle notizie fornite con la documentazione tecnica per ciascun reagente

**fino a punti 35**

- b) valutazione complessiva delle caratteristiche tecniche e funzionali dello strumento e le garanzie di assistenza tecnica

**fino a punti 15**

**Il lotto che non raggiunge il punteggio minimo di qualità, relativo all'insieme delle caratteristiche tecnico-qualitative, corrispondenti ai 30/50 del massimo del punteggio totale, non sarà ammesso alla gara.**

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica.

L'aggiudicazione sarà proposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100.

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione del punteggio di qualità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica:

N. 3476 di Prot.  
Servizio Acquisti

Carbonia 12 OTT. 2005

Racc. A.R.

Spett.le Direzione Generale  
Assessorato dell'Igiene e Sanità  
e dell'Assistenza Sociale  
Via Roma 221  
09100 **Cagliari**

OGGETTO: *Rif. Nota assessoriale Prot. 44000/D.G. del 09/12/04. Richiesta autorizzazione regionale affidamento fornitura triennale reagenti per Centri Trasfusionali.*

La ns. Azienda deve procedere all'espletamento della gara a pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di reagenti per Centri Trasfusionali per la quale ha preventivato spesa annuale di € 230.000,00 + IVA.

Il Capitolato Speciale, che si invia in allegato, prevede per i seguenti lotti l'acquisizione dei reagenti con la fornitura in service delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione delle analisi:

- o Lotto 1 Screening dell'Epatite B, dell'Epatite C, della Immunodeficienza umana acquisita nei donatori di sangue
- o Lotto 2 Esami immunoematologici con la metodica di agglutinazione su colonna
- o Lotto 3 Reattivi per la "conferma" degli anticorpi contro l'epatite "C" e per la conferma degli anticorpi contro i virus dell'immunodeficienza umana acquisita.

La complessità dell'implementazione del sistema, nonché dell'impianistica tecnologica e del periodo di addestramento del personale, che necessita di una fase di avviamento dai tre ai sei mesi, determina l'esigenza che il periodo di affidamento abbia durata non inferiore ai 3 anni. E' da considerare inoltre che il costo di ammortamento delle apparecchiature in service che le ditte devono sostenere per un solo anno di affidamento comporterebbe dei maggiori costi alla ns. Azienda.

Facendo seguito alla nota assessoriale citata in oggetto si inoltra formale richiesta di autorizzazione all'espletamento della gara d'appalto che preveda affidamenti contrattuali di durata triennale, precisando che gli attuali affidamenti in proroga sono in scadenza il prossimo 31/12/05.

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Benedetto Barzanu


Dir. Amm.vo/Dr. Salis

Dir. San./Dr. Chessa

Resp.le Acquisti/Geom. Agulli

ADD/G. Ventura





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

|                     |      |     |
|---------------------|------|-----|
| AZIENDA U.S.L. n. 7 |      |     |
| 17 NOV. 2005        |      |     |
| PROT                | 2866 |     |
| CAT                 | CL/4 | FAS |

Direzione generale

Comunicazione trasmessa solo via fax

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991

Prot. n. 40193/3

17 NOV 2005

Cagliari,

Al Direttore Generale  
Azienda USL n. 7  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia (CA)

**Oggetto: Richiesta autorizzazione regionale affidamento fornitura triennale reagenti per Centri Trasfusionali.**

In merito alla nota n. 3476 del 12/10/2005, con la quale codesta Azienda ha chiesto di essere autorizzata all'espletamento di una gara d'appalto per la fornitura triennale di reagenti per i Centri Trasfusionali per un importo annuale di Euro 230.000,00 + IVA, si concede l'autorizzazione di cui alla nota n. 44000 del 09/12/2004 recante "disposizioni ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per l'adozione di particolari tipologie di atti".

Il Direttore Generale  
Dott. Mariano Girau



Dott. G.S. /3.1 *GS*  
Dott.ssa M.A.P. Resp.3,2 *MA*  
Dott.ssa A.B. Dir. 3° Serv. *AB*

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
FORNITURA DI REAGENTI PER CENTRI TRASFUSIONALI**

**ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA**

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di reagenti occorrenti ai Centri Trasfusionali un periodo di 3 (tre) anni decorrente dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione o nel contratto.

Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Il contratto potrà ugualmente essere rescisso, su esplicita volontà dell'Azienda, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di Convenzioni Consip S.p.A. o altre Convenzioni nazionali e/o regionali, di fornitura dei beni, oggetto del presente capitolato, alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di alcun titolo.

Il mancato preavviso comporta l'automatica prosecuzione del contratto sino alla scadenza naturale. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura, con particolare riferimento alle forme di pubblicità previste dal Decreto Legislativo n° 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

La pubblicazione del presente appalto come la presentazione delle offerte da parte delle Ditte non costituiscono impegno definitivo della ASL alla effettiva aggiudicazione in carenza delle autorizzazioni ed approvazioni regionali previste dalla normativa vigente.

La proposta di aggiudicazione da parte dell'apposita commissione di gara diventa vincolante per la ASL solo dopo la notifica delle suddette autorizzazioni ed approvazioni regionali.

**ART. 2 TIPOLOGIA E QUANTITÀ' DI FORNITURA**

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

I tipi e i quantitativi elencati nel presente articolo saranno assunti quale base di calcolo per la valutazione delle offerte economiche per l'appalto che si va ad espletare.

I quantitativi annui di seguito indicati devono considerarsi presunti in quanto dipendenti da variabili cliniche ed epidemiologiche:

**LOTTO 1**

**Screening dell'Epatite B, dell'Epatite C, della Immunodeficienza umana acquisita nei donatori di sangue**

Si richiede la fornitura di reattivi e strumentazione automatica in service per lo screening dell'Epatite B, dell'Epatite C, della Immunodeficienza umana acquisita nei donatori di sangue. I tests devono essere di ultima generazione ed eseguibili con metodica automatica.

Caratteristiche tecniche dei reagenti:

- a) **ANTI HBV** Test costituito da miscela di anticorpi monoclonali con caratteristiche necessarie alla rivelazione degli antigeni di superficie di tutti i sottotipi noti in specie "ad" e "ay" con la sensibilità inferiore a 0,1 UIPEI/ml oppure 0.2 ng/ml.
- b) **ANTI HCV** Il Test di ultima generazione deve essere costituito da una miscela di antigeni ricombinanti delle zone CORE, NS3, NS4, NS5, con le caratteristiche necessarie alla rivelazione con la massima sensibilità delle specificità anticorpali più precoci e significative del virus C
- c) **ANTI HIV1/HIV2** Test di ultima generazione costituita da miscela di antigeni virali ad antigene Sandwich con antigeni ricombinanti e/o peptidi sintetici delle zone Envelope e CORE dei virus HB1 /H2 con le caratteristiche necessarie alla rivelazione con la massima sensibilità delle specificità anticorpali più precoci e significative del virus HIV 1/HIV2 e sottotipo "O"

Ai fini della valutazione qualitativa le ditte dovranno presentare debitamente compilato e firmato l'allegato A del presente Capitolato.

Il fabbisogno annuo presunto è il seguente:

- |                          |    |             |  |
|--------------------------|----|-------------|--|
| 1) <b>ANTI HBV</b>       |    |             |  |
| Carbonia                 | N° | 5.000 tests |  |
| Iglesias                 | N° | 5.000 tests |  |
| 2) <b>ANTI HCV</b>       |    |             |  |
| Carbonia                 | N° | 5.000 tests |  |
| Iglesias                 | N° | 5.000 tests |  |
| 3) <b>ANTI HIV1/HIV2</b> |    |             |  |
| Carbonia                 | N° | 5.000 tests |  |
| Iglesias                 | N° | 5.000 tests |  |

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale di consumo in quantità adeguata al numero di determinazioni, secondo i quantitativi annui presunti su indicati.

La fornitura dei reagenti deve prevedere la dotazione in service della strumentazione occorrente per l'esecuzione dei test richiesti per ciascun Centro Trasfusionale dell'Azienda ad Iglesias e a Carbonia.

Si riportano di seguito le cui caratteristiche minime delle apparecchiature da offrire in service:

- 1) Sistema completamente automatico ad accesso continuo, sempre pronto all'uso, in grado di operare sia a bacht sia random con gestione dei campioni urgenti.
- 2) Reagenti pronti all'uso caricabili in continuo senza interruzione della routine con riconoscimento positivo
- 3) Reagenti mantenuti on-board in scomparto refrigerato a temperatura ed umidità controllate, stabili a bordo per almeno 60 giorni.
- 4) Gestione automatica dell'inventario per evitare qualsiasi spreco di reattivi.
- 5) Master curve su carta magnetica: calibrazione stabile 28 giorni per tutti i dosaggi con l'esecuzione di 2 o 3 punti di curva in singolo.
- 6) Utilizzo dei puntali monouso a garanzia di totale assenza di Carry-over.
- 7) Riconoscimento positivo dei campioni.
- 8) Rack porta campioni universale in grado di ospitare contemporaneamente provette primarie, secondarie o microcuvette.
- 9) Software di gestione dello strumento in italiano, ad icone grafiche con menù guidati e software diagnostico per la risoluzione di problemi strumentali.
- 10) Possibilità di collegamento a computer gestionale centrale oppure a computer di settore
- 11) Gestione automatica del controllo di qualità su differenti sieri di controllo, per ciascuna analista con possibilità di stampa delle elaborazioni statistiche.

12) Manutenzione giornaliera e settimanale gestita automaticamente dal sistema.

## LOTTO 2

### **Esami immunoematologici con la metodica di agglutinazione su colonna**

Si richiede la fornitura in service di due strumenti, totalmente automatici e dei reagenti e materiali di consumo per l'esecuzione di esami immunoematologici con la metodica di agglutinazione su colonna, completi con sistema dedicato alla trasmissione a distanza di dati ed immagini.

La fornitura consiste in un lotto unico ed indivisibile.

Il sistema deve avere, pena esclusione, le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) Deve essere completamente automatico, esecuzione dei seguenti tests con la metodica di agglutinazione su colonna: determinazione ABO Rh diretta e indiretta, determinazione fenotipo Rh e Kell, compatibilità ABO e Coombs, ricerca anticorpi.  
Gli strumenti devono essere nuovi e, poiché dovranno essere allocati in due sedi diverse, devono poter essere interfacciati in modo bidirezionale con il sistema gestionale del Servizio.
- b) Il trasferimento delle immagini deve avvenire tramite rete intranet o internet oltre che tramite modem
- c) Immagine reale fotografica di entrambe le facce delle schedine con possibilità di ingrandimento delle immagini
- d) Database criptati il sistema deve essere adeguato all'attuale normativa sulla legge della privacy.
- e) Il sistema deve essere in grado di utilizzare la firma elettronica e consentire il blocco del risultato sulle cartelle validate
- f) Modalità di lavoro secondo l'ordine della lista di lavoro
- g) Caricamento continuo campioni per la routine
- h) Immediata esecuzione delle Urgenze/emergenze
- i) Lettura all'interno dello strumento di almeno i seguenti codici a barre: code 128, codebar, ISBT 128
- j) Agitazione continua di reagenti senza alcuna interruzione
- k) Preparazione di sospensioni nei pozzetti dedicati
- l) Magazzino interno schedine
- m) Perforazione schedine con perforatore dedicato
- n) Riutilizzo in automatico di schedine parzialmente utilizzate
- o) Sensore di posizione delle schedine a bordo dello strumento
- p) Modalità bifasica della centrifugazione della schedina
- q) Tempo di esecuzione delle prove di compatibilità non superiore a 20 minuti
- r) Identificazione positiva soluzione di lavaggio mediante codice colore
- s) Password con livelli di accesso personalizzati
- t) Monitor touch-screen flat
- u) Supporto di back-up con DVD
- v) Lettura di screening su entrambe le facce
- w) Procedura guidata dal software
- x) Avviso scadenza manutenzione
- y) Utilizzo contemporaneo provette di tipo diverse

Nella documentazione tecnica le ditte devono indicare la presenza o meno nel sistema delle seguenti specifiche:

- o Rack separato per i caricamento campioni delle emergenze
- o N. schedine nella centrifuga
- o Tempo di centrifugazione

In supporto alla strumentazione suddetta dovrà essere fornito, pena l'esclusione, un sistema per l'esecuzione manuale delle indagini composto da sistema di dispensazione, di incubazione e di centrifugazione delle schedine.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale di consumo in quantità adeguata al numero delle determinazioni secondo i quantitativi annui presunti di seguito elencati:

|  | quantità presunte annue |            |
|--|-------------------------|------------|
|  | P.O. F.Ili Crobu        | P.O. Sirai |
| Determinazione gruppo diretto: A, B,AB,D,CDE                             | 4.000                   | 4.000      |
| Determinazione gruppo indiretto: A1, A2,B                                | 4.000                   | 4.000      |
| Determinazione controllo gruppo : A, B, D,                               | 6.000                   | 6.000      |
| Determinazione Fenotipo Rh-hr e Kell                                     | 2.000                   | 2.000      |
| Compatibilità in Coombs  | 5.000                   | 5.000      |
| Sospensione di emazia per screening a 3 cellule                          | 5.000                   | 5.000      |
| Mezzo potenziante  | 5.000                   | 5.000      |
| Test di Coombs diretti monoclonali Igg, C3d/C3b                          | 1.500                   | 1.500      |
| Sospensione di Emazie test A1 A2, B, O.                                  | 4.000                   | 4.000      |
| Sospensione di Emazie test (22 cellule) per identificazione di anticorpi | 17                      | 17         |
|  |                         |            |

### **LOTTO 3**

#### **a) Reattivi per la "conferma" degli anticorpi contro l'epatite "C"**

Il test, di ultima generazione, deve utilizzare una metodica W.B. o equivalente ed essere eseguibile in automatico. Il prodotto deve essere costituito da una miscela di antigeni virali e in grado di rilevare, con la massima specificità, gli anticorpi contro il virus C.

n° 500 tests/anno

#### **b) Reattivi per la conferma degli anticorpi contro i virus dell'immunodeficienza umana acquisita**

Il test, di ultima generazione, deve utilizzare una metodica W.B. o equivalente ed essere eseguibile in automatico. Il prodotto deve essere costituito da una miscela di antigeni virali e in grado di rilevare simultaneamente, con la massima specificità, gli anticorpi contro il HIV1 e HIV2.

n° 300 tests/anno

Per il Lotto suindicato, è richiesta strumentazione – unica per entrambi i Centri Trasfusionali - in "Service". Per la valutazione qualitativa sarà preso in considerazione l'allegato al presente capitolato da compilare a cura delle ditte offerenti. (vedi successivo art. 3).

### **LOTTO 4**

#### **Reattivo per lo screening della sifilide nei donatori di sangue**

Il test deve utilizzare la metodica dell'emoagglutinazione passiva ed essere eseguibile in micropiastra senza previa scomplementazione dei sieri. Ai fini della valutazione qualitativa saranno considerati prioritariamente la chiarezza di interpretazione dei risultati, la semplicità operativa e i tempi di esecuzione della metodica.

La ditta deve proporre in offerta l'eventuale materiale di consumo occorrente per l'esecuzione dei tests.

Carbonia n° 4.000 tests/anno  
Iglesias n° 5.000 tests/anno

**LOTTO 5**  
**Antisieri per Immunoematologia**

**1) Sieri per la tipizzazione ABO**

|                    | <i>Quantità</i> | <u>Carbonia</u> | <u>Iglesias</u> |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| a) Siero Anti-A    | conf. da 10 ml  | n. 10           | n. 10           |
| b) Siero Anti-B    | conf. da 10 ml  | n. 10           | n. 10           |
| c) Siero Anti-A,B  | conf. da 10 ml  | n. 10           | n. 10           |
| d) Lectina Anti A1 | conf. da 5 ml   | n. 2            | n. 2            |

**2) Sieri per la tipizzazione RH e Kell**

|   |                      |       |       |
|---|----------------------|-------|-------|
| a) Siero Anti-D (IgM+IgG monoclonale)   | conf. da 10 ml       | n. 10 | n. 10 |
| b) Siero Anti-C                         | conf. da 5 ml        | n. 5  | n. 5  |
| c) Siero Anti-c                         | conf. da 5 ml        | n. 5  | n. 5  |
| d) Siero Anti-E                         | conf. da 5 ml        | n. 5  | n. 5  |
| e) Siero Anti-e                         | conf. da 2 ml a 5 ml | n. 5  | n. 5  |
| f) Siero Anti CDE policlonale           | conf. da 5 ml        | n. 5  | n. 5  |
| g) Siero Anti D policlonale             | conf. da 10 ml       | n. 5  | n. 5  |
| h) Siero Anti-Kell (vetrino e provetta) | conf. da 5 ml        | n. 10 | n. 10 |

**LOTTO 6**  
**Antisieri diversi e mezzi potenzianti per Immunoematologia**

|  | <i>Quantità</i>   | <u>Carbonia</u> | <u>Iglesias</u> |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| a) Siero Anti-globuline umane verde anti-gamma e anti-C3 | conf. da 10 ml    | n. 5            | n. 5            |
| b) Siero Anti-globuline umane monospecifico anti IgG     | conf. da 5 ml     | n. 2            | n. 2            |
| c) Siero Anti-globuline umane monospecifico anti C3      | conf. da 5 ml     | n. 2            | n. 2            |
| d) Siero Anti-Jka per test di Coombs                     | conf. da 2 o 3 ml | n. 4            | n. 4            |
| e) Siero Anti-Fya per test di Coombs                     | conf. da 2 o 3 ml | n. 4            | n. 4            |
| f) Siero Anti-Kpa per test di Coombs                     | conf. da 2 o 3 ml | n. 4            | n. 4            |
| g) Siero Anti Cellano                                    | conf. da 2 a 5 ml | n. 2            | n. 2            |
| h) Albumina bovina polimerizzata                         | conf. da 10 ml    | n. 5            | n. 5            |
| i) Soluzione a bassa forza ionica LISS                   | conf. da 10 ml    | n. 10           | n. 10           |

**LOTTO 7**  
**Antisieri rari per tipizzazioni in Immunoematologia**

|   |                    | <i>Quantità'</i> |                 |
|---|--------------------|------------------|-----------------|
|   |                    | <u>Iglesias</u>  | <u>Carbonia</u> |
| 1) Siero Anti M monoclonale                 | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 2) Siero Anti N monoclonale                 | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 3) Siero Anti Lewis a monoclonale           | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 4) Siero Anti Lewis b monoclonale           | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 5) Siero Anti S grande (Test di Coombs)     | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 6) Siero Anti s piccolo (Test di Coombs)    | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 7) Siero Anti Lutheran a (Test di Coombs)   | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 8) Siero Anti Lutheran b (Test di Coombs)   | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 9) Siero Anti Kidd b (Test di Coombs)       | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 10) Siero Anti Xg a (Test di Coombs)        | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 11) Siero Anti Diego a (Test di Coombs)     | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 12) Siero Anti Js a Sutter (Test di Coombs) | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 13) Siero Anti Wr a Wright (Test di Coombs) | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 14) Siero Anti Colton b (Test di Coombs)    | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 15) Siero Anti P1 completo (Test di Coombs) | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |
| 16) Siero Anti-Cw Willis (Test di Coombs)   | conf. da 1 o 2 ml. | n. 1             | n. 1            |

### **ART. 3 CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate nel precedente art. 2 , oltre ad essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Le Ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire alla Commissione di aggiudicazione che procederà alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale in esame, qualora ciò venga ritenuto necessario.**

### **ART. 4 ATTESTAZIONI ED ALLEGATI**

Al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato per l'ammissione alla gara le ditte concorrenti devono produrre quanto di seguito indicato, **tutto in lingua italiana, pena l'esclusione:**

- 1) Scheda compilata come da allegato A, debitamente firmata e timbrata, per il Lotto 1 e per il Lotto 3. Non deve essere trasmessa ulteriore documentazione tecnica: l'Azienda USL richiederà ulteriori documenti tecnici solo alla ditta aggiudicataria.
- 2) La metodica e scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata, di applicazione di ciascun reagente per tutti gli altri lotti. Le metodiche, pena l'esclusione, dovranno essere riferite all'utilizzo indicato nel precedente art. 2 e dovranno riportare l'applicazione sugli strumenti offerti.
- 3) Depliant e scheda tecnica dell'apparecchio offerto per i lotti 1 – 2 e 3, da cui si possano dedurre le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, ivi comprese le dimensioni, l'anno di fabbricazione e la descrizione particolareggiata del Software applicativo.
- 4) Elenco di eventuali laboratori ove sono installate e funzionanti le apparecchiature offerte.
- 5) Dichiarazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti:
  - a) *il nome e indirizzo del deposito a cui inviare gli ordini e la ragione sociale di chi emette la fattura;*
  - b) *l'impegno, in caso di immissione sul mercato di apparecchiature e reagenti tecnologicamente più avanzati, previo accordo con l'Azienda USL, a fornire i nuovi prodotti alle medesime condizioni di gara;*
  - c) *l'assicurazione, a proprie spese, dei corsi di addestramento per il Personale utilizzatore dell'apparecchiatura offerta, indicando tutte le relative modalità.*
  - d) *l'impegno, a proprio spese, della visione e/o prova dei reagenti e delle macchine offerte*
- 6) Listino prezzi timbrato e firmato.
- 7) Copia dell'offerta economica, in carta semplice, senza l'indicazione dei prezzi.
- 8) Dichiarazione, in carta semplice, riguardante l'assistenza tecnica per gli apparecchi offerti, in cui sia specificato:
  - *sede operativa in cui è ubicata l'agenzia che fornisce l'assistenza tecnica*
  - *numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi*
  - *tempo di intervento dalla chiamata*
  - *possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde*
  - *possibilità di usufruire del servizio di assistenza tecnica nei giorni prefestivi.*
- 9) Dichiarazione in carta semplice, non autenticata, comprovante l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
- 10) Il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)
- 11) Autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità, pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti ), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità. Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente negli allegati 1, 1 bisA, 1 bisB, al presente Capitolato.  
L'allegato 1 deve essere utilizzato dalle Ditte individuali o dalle Società, Consorzi o

Cooperative che partecipano all'appalto singolarmente.

Gli allegati 1 bisA e 1 bisB devono essere utilizzati dalle Ditte che partecipano all'appalto in associazione temporanea di impresa (ATI). In tal caso l'allegato 1 bisA deve essere utilizzato dalla Ditta mandataria capogruppo. L'allegato 1 bisB deve essere utilizzato da ciascuna Ditta "mandante" costituente l'ATI o il consorzio provvisorio.

Relativamente a ciascuna ditta costituente l'ATI deve essere individuata la tipologia di attività o fornitura di competenza

Si rammenta inoltre che le ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia, possibilmente, le ditte. Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale.

- 12) Il modello GAP, qui allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di ATI deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.
- 13) La dichiarazione di accettazione delle condizioni del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, come da modello allegato.
- 14) La dichiarazione di ottemperanza alla legge n. 68 del 12.03.1999 (Legge sui disabili), come da modello allegato.

Si precisa che la **cauzione provvisoria**, di cui all'art. 4 punto 3 del Capitolato Generale, **non è dovuta**.

Carenza della documentazione di cui sopra, se ritenuta motivatamente sostanziale dalla Commissione, può costituire motivo di esclusione insindacabile.

La ditta verrà ammessa alle successive fasi del procedimento di gara solo se presenta esaustiva documentazione.

La ditta potrà presentare eventuali certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati ai sensi UNI EN 45000 e successive modificazioni, che saranno oggetto di valutazione nell'attribuzione del punteggio di qualità.

Le schede e le dichiarazioni richieste nel presente articolo devono essere inserite nel plico contenente la restante documentazione elencata nell'art. 4 del Capitolato Generale e non nel plico più piccolo che deve contenere solamente l'offerta economica.

#### **ART. 5 CONDIZIONI DI OFFERTA**

La ditta deve proporre, in offerta, la dotazione di apparecchiature, ove richiesto, per l'utilizzo dei reattivi oggetto di appalto, secondo le esigenze individuate nei lotti nel precedente art. 2.

L'apparecchiatura si intende fornita in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa) sino alla scadenza del contratto. L'apparecchio si intende fornito funzionante, chiavi in mano.

La ditta, per gli apparecchi proposti deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire la continuità delle analisi. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi.

L'assistenza operativa dovrà comprendere in ogni caso:

- Visite programmate di manutenzione preventiva;
- Interventi illimitati di manutenzione straordinaria su chiamata;
- Obbligo di intervenire in tutti i giorni lavorativi della settimana non oltre le 12 ore dalla chiamata
- Obbligo di riparare il guasto entro con assicurazione, in caso di interventi complessi tanto da comportare il ritiro del sistema malfunzionante, di garantire il servizio con strumentazione analoga per funzionalità e caratteristiche, da fornire provvisoriamente in sostituzione contestuale al ritiro dell'apparecchiatura in riparazione.
- Aggiornamento gratuito del software e dell'hardware del sistema;
- Sostituzione, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, delle componenti guaste o usurate.

Fermo l'obbligo delle ditte offerenti di conformare il servizio di assistenza e manutenzione offerto ai contenuti contrattuali previsti nel presente articolo, le stesse hanno facoltà di formulare un proprio schema di servizio di assistenza operativa che preveda aspetti migliorativi e che sarà oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio.

L'assistenza tecnica deve comprendere anche le verifiche annuali di sicurezza elettrica prevista nella normativa CEI 66-5.

La documentazione relativa agli interventi di manutenzione preventiva, straordinaria e di sicurezza elettrica eseguiti durante il service dovrà essere allegata al manuale di service e resa disponibile ad ogni richiesta dell'Azienda Ospedaliera

Qualora, a causa del malfunzionamento della strumentazione fornita si verificasse l'annullamento della seduta operativa, la ditta aggiudicataria, su segnalazione del Centro Trasfusionale, provvederà alla sostituzione (reintegrazione) gratuita dei reattivi persi.

Se la mancata osservanza delle prescrizioni precedente indicate comporta l'inutilizzo dei reagenti e la sospensione degli esami, ovvero l'acquisto su piazza, la ditta è soggetta alle penalità (oltre che la non liquidità del prodotto fornito) pari al 100% del valore della fornitura oltre che gli addebiti per eventuale fermo delle apparecchiature, come di ogni e qualunque onere per la ricerca e l'acquisto su piazza, fatti salvi i danni in capo all'Azienda.

La ditta deve inoltre assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto, nonché calibranti, standard e controlli necessari per la corretta esecuzione delle analisi.

Resta inteso che l'Azienda corrisponderà il solo prezzo dei reagenti effettivamente forniti, così come elencati nel precedente art. 2.

La mancata presentazione dell'apparecchiatura, invalida l'offerta.

#### **ART. 6 DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta deve contenere:

- a) **i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere**, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi del magazzino dell'Azienda.
- b) **la percentuale di sconto sui prezzi di listino**.

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura (ed anche a determinazione e/o ml, precisando le determinazioni e/o ml ottenibili o contenuti in ciascuna confezione) così come indicato nell'art. 2.

Si precisa che i prezzi offerti devono essere onnicomprensivi (incluso il costo del lavoro) e che, ai sensi della Legge 7 novembre 2000, n° 327, art. 1, comma 3, nella valutazione dell'anomalia delle offerte, l'Azienda è tenuta a considerare i costi relativi alla sicurezza.

Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura.

#### **ART. 7 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura è aggiudicata per singolo lotto a favore della Ditta che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 16 punto 1b D.L. 358/92 e art. 19 punto 1b D.Lgs. 402/98), attribuendo i seguenti punteggi:

**A) Prezzo: punti 50/100**

**B) Qualità: punti 50/100**

- a) **prezzo:** al prezzo migliore (più basso) vengono assegnati punti **50**  
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra **0 e 50**  
in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:  
**Punti di Y (prezzo da confrontare) =  $\frac{X(\text{prezzo più basso}) \times 50}{Y (\text{prezzo superiore})}$**

b) **qualità:** per la qualità:

**1) Per i lotti per i quali non è richiesta strumentazione:**

l'attribuzione dei **50** punti sarà effettuata sulla valutazione complessiva delle specifiche fornite con la scheda tecnica sulla base dello specifico utilizzo di ciascun reagente;

**2) Per i lotti 1 – 2 e 3 per i quali è richiesta strumentazione automatica in Service:**

l'attribuzione dei **50** punti sarà suddivisa tenendo conto dei seguenti parametri:

a) valutazione complessiva delle notizie fornite con la documentazione tecnica per ciascun reagente

**fino a punti 35**

b) valutazione complessiva delle caratteristiche tecniche e funzionali dello strumento e le garanzie di assistenza tecnica

**fino a punti 15**

Il lotto che non raggiunge il punteggio minimo di qualità, relativo all'insieme delle caratteristiche tecnico-qualitative, corrispondenti ai 30/50 del massimo del punteggio totale, non sarà ammesso alla gara.

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica.

L'aggiudicazione sarà proposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100.

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione del punteggio di qualità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica:

- la Commissione, infatti, procede in seduta pubblica all'esame della documentazione ed all'ammissione delle Ditte alla successiva fase della gara; saranno, pertanto, ammessi alle successive fasi del procedimento di gara solo le offerte che, a giudizio della Commissione, presentino esaustiva documentazione;
- la Commissione procederà poi, in seduta privata, all'esame e alla valutazione tecnica delle schede tecniche e della documentazione presentata dai concorrenti;
- in seduta pubblica, avverrà l'apertura delle offerte economiche previa lettura del verbale della seduta privata.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

In deroga a quanto previsto all'art. 12 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo.

L'Azienda, inoltre, potrà non procedere all'aggiudicazione di quei lotti, per i quali si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui.

Nell'ipotesi di offerte uguali (punteggio prezzo-qualità) si procederà:

- richiedendo ai concorrenti, qualora siano presenti alla seduta di aggiudicazione muniti di procura, un miglioramento dell'offerta;
- richiedendo uno sconto per iscritto nel caso in cui uno solo o nessuno dei concorrenti interessati sia presente alla gara.

### **ART. 8 STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

## **ART. 9 CONSEGNA**

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda.

Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco.

L'apparecchiatura deve essere consegnata, installata e collaudata entro gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento del primo ordine di fornitura. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 5 (cinque) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

Sarà rifiutato, pertanto la ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

Il ritardo nelle consegne comporterà una penale di £. 50.000 (cinquantamila) per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno di ritardo a partire dal sesto giorno lavorativo dalla data di ricevimento dell'ordine trasmesso via fax.

Per inadempienze ripetute e/o consegne protratte oltre il 25° giorno lavorativo dalla data di ricevimento dell'ordine, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa o dolo della ditta, applicando quanto previsto nell'art. 29/31/32 del Capitolato Generale.

## **ART. 10 MODALITÀ' DI FATTURAZIONE**

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banca di Sassari - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo. Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

## **ART. 11 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI**

Il controllo quantitativo viene effettuato dall'Azienda. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Azienda e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della ditta inadempiente.

## **ART. 12 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

#### **ART. 13 NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere per qualunque motivo in ordine al presente contratto, a rettifica dell'art. 30 del Capitolato Generale, saranno deferite alla Magistratura Ordinaria e non sarà perseguibile l'Arbitrato.

Resta pattuito che la sede legale, per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine al presente contratto, è fissata presso il domicilio del Comune in cui ha sede la Stazione Appaltante (Carbonia) per cui ogni competenza è deferita al Tribunale di Carbonia/Cagliari.

#### **ART. 14 NORME DI RINVIO**

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

*Reagenti e Sieri per CT  
04/10/05 GV*

## ALLEGATO A

### Da compilare per ogni singolo punto dei lotti 1 e 2

1. Ditta produttrice \_\_\_\_\_
2. Ditta distributrice \_\_\_\_\_
3. Denominazione commerciale del Kit \_\_\_\_\_
4. Metodica e generazione del test \_\_\_\_\_
5. Provenienza, classe Ig e specificità degli anticorpi (punto a) del lotto 1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. Natura e specificità degli antigeni ( punti b) e c) del Lotto 1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Natura del coniugato \_\_\_\_\_
8. Tipo di substrato \_\_\_\_\_
9. Unità P.E.I. rilevabili nel campione (punto a) del Lotto 1) \_\_\_\_\_
10. Classi anticorpali rilevabili (punti b) e c) del Lotto 1) \_\_\_\_\_
11. Numero di controlli per seduta analitica \_\_\_\_\_
12. Possibilità di impiego con metodica manuale  si  no
13. Volume minimo di siero necessario \_\_\_\_\_
14. Eventuale prediluizione del campione  si  no
15. Verifica colorimetrica dell'aggiunta del campione  si  no
16. Specificità dei controlli positivi (punto c) del Lotto 1) \_\_\_\_\_
17. Intervallo accettabile di D.O. dei controlli negativi \_\_\_\_\_
18. Intervallo accettabile di D.O. dei controlli positivi \_\_\_\_\_
19. Calcolo del cutt-off \_\_\_\_\_
20. Composizione del Kit e volume dei singoli sieri di controllo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
21. Validità del reagente \_\_\_\_\_
22. Numero di registrazione ministeriale per l'autorizzazione al commercio \_\_\_\_\_
23. Stati di commercializzazione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
24. Eventuale approvazione dell'F.D.A.  si  no

Timbro e Firma

FAC SIMILE

**DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO GENERALE  
E DEL CAPITOLATO SPECIALE**

ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
C. F. \_\_\_\_\_, in qualità di **(indicare se titolare o rappresentante legale**  
\_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ Part.IVA: \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per **(indicare  
oggetto della gara)**

**DICHIARA ED ATTESTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE**

DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE, CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI GARA, DI AGGIUDICAZIONE, E DI ESPLETAMENTO CONTRATTUALE DELLA COMMessa CHE EVENTUALMENTE GLI SARA' AFFIDATA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE.

A TAL FINE, DICHIARA ESPRESSAMENTE

DI ACCETTARE LE CONDIZIONI TUTTE DEL CAPITOLATO GENERALE E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA CHE SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEBITAMENTE FIRMATI IN OGNI FOGLIO DAL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE in segno di piena ed incondizionata accettazione, **APPROVANDO SPECIFICAMENTE, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 del Codice Civile, LE CLAUSOLE** contenute nei seguenti Articoli : **ARTICOLO 38 DEL CAPITOLATO GENERALE**, capoversi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 inerenti le condizioni di pagamento a 90 giorni e le relative modalità e del 5° capoverso del citato articolo relativamente al riconoscimento, in caso che ne sussistano i presupposti, dell'applicazione degli interessi nella misura del tasso legale; **ARTICOLO 46** primo capoverso del Capitolato Generale relativo alla individuazione del domicilio legale in Carbonia; **ARTICOLO 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE** relativo alla sede giudiziaria in Carbonia/Cagliari ed alla competenza della Magistratura Ordinaria con esclusione dell'Arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_  
*(Timbro e firma leggibile)*

**N.B.:** Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti i rappresentanti legali delle Ditte costituenti l'ATI.

**DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA**  
**Alla legge n. 68 del 12 03 1999**  
**(Legge sui disabili)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 C. F. \_\_\_\_\_, in qualità di **(indicare se titolare o rappresentante legale)**

\_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_  
 con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ Part.IVA: \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per **(indicare oggetto della gara)**

\_\_\_\_\_, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,  
**in adempimento alle disposizioni contenute nella Legge 12 marzo 1999 n. 68, che**  
**regolamenta l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili in ragione della consistenza**  
**della Ditta, consapevole delle responsabilità personali e penali in cui può incorrere ai**  
**sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e/o mendaci**

**DICHIARA ED ATTESTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE**

DI ESSERE IN REGOLA CON LA SUDETTA NORMATIVA IN QUANTO TROVASI IN UNA  
 DELLE SEGUENTI SITUAZIONI:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Letto, confermato e sottoscritto**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_  
*(Timbro e firma leggibile)*

**N.B.: Pena l'esclusione la presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i**  
**rappresentanti legali delle Ditte costituenti l'ATI.**

**ATTENZIONE! La situazione di regolarità da riportare nei righi vuoti della su estesa**  
**dichiarazione deve essere, PENA L'ESCLUSIONE, una delle seguenti**  
**previste dalla Legge:**

- 1) non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- 2) non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- 3) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- 4) ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti.

**ALLEGATO 1**

(Modello da utilizzare in caso di partecipazione singola)

**AUTODICHIARAZIONE**  
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Part.IVA: \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

**DICHIARA**

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: \_\_\_\_\_
- data di iscrizione \_\_\_\_\_
- durata della Ditta/data termine: \_\_\_\_\_
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta)
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica)
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

Registro prefettizio \_\_\_\_\_

Schedario generale della cooperazione \_\_\_\_\_

e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):



**Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):**

- [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- y) non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
  - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (descrizione delle attività o forniture in subappalto \_\_\_\_\_, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...));
- aa) dispone di ulteriori sedi in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
**(ripetere tante volte quante sono le sedi)**
- bb) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
- cc) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- dd) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ee) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- ff) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

**Letto, approvato e sottoscritto**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma leggibile)

**N. B.:**

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.

- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e cc) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", dd) "fornitura apparecchiature" ed ee) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

**ALLEGATO 1 bis – A**

(Modello da utilizzare dalla  
Capogruppo/mandataria in caso di ATI)

**AUTODICHIARAZIONE**  
**(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)**

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ ,  
in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_

Part.IVA: \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

costituita Capogruppo dell'Associazione temporanea di imprese (ATI), in capo alla quale insiste la parte di  
fornitura/servizio di \_\_\_\_\_, composta da:

1. Ditta: \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

alla quale è la parte di fornitura/servizio di \_\_\_\_\_

2. Ditta: \_\_\_\_\_ affidata l' \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

alla quale è affidata la parte di fornitura/servizio di \_\_\_\_\_

3. Ditta: \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

alla quale è affidata la parte di fornitura/servizio di \_\_\_\_\_

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

**DICHIARA**

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: \_\_\_\_\_
- data di iscrizione \_\_\_\_\_
- durata della Ditta/data termine: \_\_\_\_\_
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività a (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta) \_\_\_\_\_
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica) \_\_\_\_\_

- organi di amministrazione, persone che li compongono (Indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): \_\_\_\_\_

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

Registro prefettizio \_\_\_\_\_

2) Schedario generale della cooperazione \_\_\_\_\_  
e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata \_\_\_\_\_;

- c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Part.IVA \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_
- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:  
- non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,  
- non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- u) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:  
- si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;  
- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):
- [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
- [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;

- y) non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
  - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) \_\_\_\_\_, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- aa) dispone di ulteriori sedi in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- bb) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

**Letto, approvato e sottoscritto**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

(Timbro e firma leggibile)

**N. B.:**

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- E' inoltre motivo di esclusione la mancata produzione della dichiarazione da parte delle Ditte Mandanti di cui al Fac-simile Allegato 1bis-B
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

**ALLEGATO 1 bis – B**

(Modello da utilizzare da ciascuna  
Ditta mandante in caso di ATI)

**AUTODICHIARAZIONE**  
**(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)**

Ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura/servizio di

il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_, in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Part.IVA \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

in qualità di Ditta Mandante, relativa alla parte di fornitura/servizio di

\_\_\_\_\_

costituitasi in Associazione temporanea di imprese (ATI) con la Mandataria "Capogruppo" della Associazione temporanea di imprese (ATI), Ditta \_\_\_\_\_ avente sede

a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ il quale valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

**DICHIARA**

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero d'iscrizione: \_\_\_\_\_
- data di iscrizione \_\_\_\_\_
- durata della Ditta/data termine: \_\_\_\_\_
- è "attiva" ed esercita le seguenti attività (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta)

- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica)

\_\_\_\_\_

- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)

c)  Registro prefettizio \_\_\_\_\_

Schedario generale della cooperazione \_\_\_\_\_  
e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata \_\_\_\_\_;

d) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Part.IVA: \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

- e) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- f) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- g) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- h) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- i) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottata dall'amministrazione aggiudicatrice;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- k) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- l) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- m) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:  
- non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,  
- non ha commesso grave negligenza o malafede;
- o) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- p) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- q) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- r) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- s) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- t) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- u) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- v) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- w) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- x) in caso di aggiudicazione:  
- si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;  
- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- y) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):

[1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;

[2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;

- z) non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
  - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- aa) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (*descrizione delle attività o forniture in subappalto*) \_\_\_\_\_, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- bb) dispone di ulteriori sedi in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- cc) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
  - ★ n. \_\_\_\_\_ dipendenti con qualifica di \_\_\_\_\_
- dd) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- ee) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ff) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- gg) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- hh) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

**Letto, approvato e sottoscritto**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma leggibile)

#### **N. B.:**

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante e deve essere resa da ciascuna Ditta "Mandante" costituente l'ATI.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

**MODELLO G.A.P.**

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

|                        |                    |          |
|------------------------|--------------------|----------|
| _____                  | _____              | _____    |
| Nr. Ordine Appalto (*) | Lotto/Stralcio (*) | Anno (*) |

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <b>IMPRESA PARTECIPANTE</b>   |                        |  |
| _____   |                        |  |
| Partita IVA (*) _____   |                        |  |
| Ragione Sociale (*) _____   |                        |  |
| Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa |                        | Prov. (*) _____  |
| Sede Legale (*): _____  |                        | CAP/ZIP: _____   |
| _____   |                        |  |
| Codice attività (*) _____   | Tipo impresa (*) _____ | Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/> |
| _____   |                        |  |
| Volume Affari _____   | Capitale sociale _____ | Tipo Divisa: Euro _____  |

N.B.

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (\*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**Il Dichiarante**

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma leggibile)