

2

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2108

Adottata dal Direttore Generale in data 29 NOV. 2005

OGGETTO: **manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.**
Ottica 30° Storz in dotazione all'U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. F.lli Crobu

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:

- VISTA** la richiesta del 12/10/05, che costituisce parte integrante del presente atto, a firma del Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. F.lli Crobu Dr. Licciardi, con la quale richiede la manutenzione di : n. 1 Ottica 30° Storz cod. 26006BA, evidenziandone l'urgenza, confermata anche dalla Direzione Medica Ospedaliera;
- CONSIDERATO** che l'intervento manutentivo di apparecchiature sanitarie, per le implicanze legate all'utilizzo sul paziente, non prescindendo dall'inderogabilità di garantire indagini diagnostiche e pratiche terapeutiche con assoluta celerità e certezza, tale da evitare errori che possano danneggiare sia l'utente che la stessa Azienda, non può essere oggetto di semplice contrattazione economica ma deve essere legato alla capacità tecnica della Ditta esecutrice;
- PRECISATO** che quanto sopra asserito non afferisce ad una valutazione dell'Ufficio ma è determinato da specifica normativa, più precisamente dalla "Normativa sulla Sicurezza" e dalle norme sulla marcatura "CEE" in particolare dalla Direttiva 93/42 CEE e dal D. lgv 46/97 che , all'art.1 p.f) prevede: "il fabbricante ha anche la responsabilità di trattare e rimettere a nuovo i dispositivi, per cui solo lui o un terzo da lui delegato, che abbia ricevuto l'addestramento opportuno, può effettuare la manutenzione e l'assistenza tecnica sul prodotto, pena la perdita della marcatura. Una assistenza tecnica non conforme può provocare la responsabilità, anche penale, dell'Azienda.
- RILEVATO** che il Resp.le Dr. Licciardi con nota del 07/11/05, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, confermata con V° in calce sulla medesima da parte del Responsabile Medico di Presidio, attesta che la manutenzione richiesta è necessaria ed urgente nonché la congruità della spesa;
- CONSIDERATO** ancora che l'Azienda, ritiene di non poter, attualmente, duplicare per ovvii motivi economici, tutte le apparecchiature in dotazione, per cui, al fine di rispondere in tempi certi all'utenza assicurando diagnosi, prestazioni tempestive ed evitare fughe presso altre Aziende Sanitarie, considera indispensabile, alla luce delle citate dichiarazioni presentate dai sanitari citati, garantire immediatezza, evitando qualunque interruzione ingiustificata, la manutenzione delle apparecchiature in dotazione;
- DATO ATTO** che l'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti ha provveduto ad individuare la Ditta manutentrice, sulla base dei criteri sopra esposti, nella Ditta Sanifarm S.r.l.; disponendo l'immediato intervento;
- TENUTO CONTO** che per quanto sopra esposto si ritiene sussistano gli elementi di legittimità per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, 2° comma lettera b) del D.Lg. 157/95;

PROPONE

- L'adozione di formale atto deliberativo a conferma delle necessità ed urgenza per l'affidamento diretto alla Ditta Sanifarm S.r.l., sussistendone i presupposti di legge, per la manutenzione dell'apparecchiatura in oggetto;

II DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO
SENTITI**

dell'istruttoria svolta dal Settore Tecnico;
il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di confermare, sulla base delle motivazioni di necessità ed urgenza espresse dal Responsabile dell'Unità Operativa e dal Responsabile Medico, l'affidamento manutentivo in favore della Ditta Sanifarm S.r.l., relativamente all'apparecchiatura: n. 1 Ottica 30° Storz cod. 26006BA;.
- di confermare che il costo dell'intervento ammonta ad **€ 2.468,00** oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 441300006 del piano dei Conti aziendali per l'esercizio 2005;
- di determinare che il **Capo Servizio Bilancio/Contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura dell'addetto del Settore Tecnico del Servizio Acquisti nonché del Responsabile del Servizio o del Settore Tecnico.

DIR AMM.

DIR. SAN

DIR. SERV. ACQ. /

RESP. TECN. MANUTENZIONI / A. Zandera

ADD / A. Portas



Il Direttore Generale
(Dr. Benedetto Baranu)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2408 del 29 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 30 NOV. 2005 **14 DIC. 2005**

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dott.ssa Maria Teresa Garau)



Allegati n. 03/

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

UFFICIO TECNICO SETTORE MANUTENTIVO

470.01

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
Codice Fiscale 02261310920

Iglesias, 03/11/05

Ufficio Tecnico/Iglesias
Assistenza apparecchiature
Tel. 07813922758 – fax 07813922610

Al Resp.le dell'U.O. di Chirurgia
Pediatria

Dr. Licciardi

e, p.c.

Al Resp.le Medico del P.O.
Dott. Murru

Oggetto: richiesta di congruità intervento tecnico.
Ottica 30° cod. 26006BA


Con riferimento alla Sua richiesta di intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, si chiede cortesemente, come disposto dalla Direzione, di voler esprimere un parere in merito alla necessità e urgenza dell'intervento di assistenza tecnica. e congruità della spesa per la riparazione, vistato dal Resp.le Medico del Presidio Ospedaliero.

Per quanto sopra si trasmette, in allegato alla presente, il preventivo che la Ditta incaricata ha inviato all'Ufficio scrivente.

In attesa di un cortese riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*Si conferma la necessità e
urgenza dell'intervento di assistenza
tecnica (unica ottica 30° dell'U.O.).
Si ritiene congrua la spesa
per la riparazione.*


L'impiegato incaricato



07-11-2005

S. Licciardi
RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA
CHIRURGIA PEDIATRICA
Dott. Sandro Licciardi

DIREZIONE SANITARIA
P.O.O. IGLESIAS
IL DIRIGENTE MEDICO



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/282330
 TEL/FAX 070/282339
 09122 CAGLIARI
 REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
 C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
 C.C. POSTALE N. 17525098
 COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Cagliari. _____ 28/10/05 _____

Prot.n.3111/05/DP/mgm

Spettabile
 AZIENDA US.N.7
 Ufficio Tecnico
 Ospedale S.Barbara
 09016 IGLESIAS

Oggetto: preventivo di spesa per la riparazione di Strumentario.

A seguito Vs. cortese richiesta rich.del 24/10/05 N.216/TT/05 la Sanifarm S.r.l.con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/a, nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della Karl Storz si pregia sottoporre il preventivo di spesa per::

n.1 Ottica 30° per la Chirurgia Pediatrica cod.26046BA/26006BA

-Lavoro da eseguire:

A Seguito di sopralluogo presso la sala operatoria si è rilevata che l'ottica non ha visione nitida essendosi spaccata una lente interna, pertanto necessità della sostituzione di: stelo ottico a lenti piene con sistema ottico supergrandangolare 110° Hopkins II.Sostituzione fascio portaluca in fibre ottiche.Camicia termoresistente per la resa autoclavabile a 134°.

Parti da sostituire:

-Stelo operativo.....a € 900,00 cad.+ i.v.a. 20%
 -Camicia portaluca in fibre ottiche.a € 697.000 " " "
 -Lente distale.....a € 723.000 " " "

Ore lavoro

-n.2 ore lavoro (Euro.74.00 x 2)....a € 148,00 + i.v.a. 20%.

Totale riparazione..... €2.468,00 cad. ottica + i.v.a. 20%

Costo dell'ottica nuova€ 4.114,00 + i.v.a. 20%

-Garanzia 12 mesi.

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

SANIFARM S.R.L.
 L'Amministratore Unico
 Dott. BOMENICO PORCU

AZIENDA U.S.L. N°7

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

IGLESIAS, 12-10-05

AD.03

DA:

PRESIDIO OSPEDALIERO CROBU
UNITA' OPERATIVA S.D - CH. PED
TELEFONO N° _____
FAX N° _____

A:

UFFICIO TECNICO
ASSISTENZA APPARECCHIATURE
IGLESIAS

TEL. 0781/ 3922386
FAX 0781/3922844

**OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE
SANITARIE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA**

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA
SOTTO RIPORTATA, NECESSARIA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITA'
OPERATIVA DEL SERVIZIO.

APPARECCHIATURA: OTTICA 30° PER VIDEO LAPAROSCOPIA

MARCA: STORZ

MODELLO: CODICE 26006 BA

MATRICOLA: _____ INVENTARIO N° _____

ANOMALIE
RISCONTRATE: VISIONE E PROIEZIONE DI LUCE INTERROTTE

MOTIVI URGENZA UNICO E INDISPENSARILE

**N.B.: LA RICHIESTA VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I DATI.
COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.**

PER CONFERMA NECESSITA' URGENZA
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA/DISTRETTO
P.P.O.O. IGLESIAS
IL DIRIGENTE MEDICO

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

Riavuta il 24/10/05