

13 MAR. 2006

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA ELETTRICA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DEI PRESIDII OSPEDALIERI E TERRITORIALI.
DITTA ITALTBS TECNOLOGIE BIOMEDICHE SCIENTIFICHE S.P.A.

II RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E GAS MEDICALI

PREMESSO CHE:

- viste le norme CEI in vigore nonché la legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo per l'Azienda, procedere alla verifica periodica dei parametri di sicurezza elettrica con cadenza annuale per le apparecchiature elettromedicali utilizzate in locali per chirurgia ed assimilati e cadenza biennale per le altre apparecchiature;
- attualmente l'Azienda non dispone di un inventario completo e specifico delle apparecchiature in dotazione a tutti i presidi ospedalieri e territoriali, in modo da permettere il calcolo sia del numero complessivo di tutte le apparecchiature in genere soggette a verifica sia, specificatamente, il numero di quelle soggette a verifica periodica annuale e biennale.
- l'ultima verifica di sicurezza elettrica di una sola parte di dette apparecchiature era stata disposta con delibera n° 610 del 19/03/2003 con la quale era stato affidato alla Ditta in oggetto, a seguito di trattativa privata ad offerte plurime, il servizio di verifica elettrica delle apparecchiature elettromedicali del solo presidio ospedaliero Sirai, computate forfetariamente in n° 1.000 unità;
- alla trattativa erano state invitate a partecipare, oltre alla Ditta in oggetto, le seguenti ditte: Elettronica Professionale di Cagliari, Medical Service di Assemini, Technos di Cagliari, Medical Service di Sestu, X-Tecnica di Elmas, TBM di Monserrato, Hospital Consultino di Ripoli (Fi), Oras di Sestu, CDRMultisa di Cagliari, Elio Coniglio di Cagliari, Siemens di Milano, Elettronica Bio Medica di Foligno, Service di Cagliari;
- la Ditta in oggetto era risultata aggiudicataria con un offerta di:
€ 5,00 + IVA/cad. a corpo € 5.000,00 + IVA;
- alla trattativa avevano partecipato, oltre a quella in oggetto, le seguenti Ditte con indicate le rispettive offerte:
 - o CDR Multisa **€ 18,00 + IVA/cad. a corpo € 19.842,00 + IVA**
 - o Elettronica Bio Medica **€ 17,00 + IVA/cad. a corpo € 19.190,00 + IVA**
 - o Hospital Consulting **€ 15,00 + IVA/cad. a corpo € 29.200,00 + IVA**
- il servizio affidato prevedeva, oltre all'esecuzione degli esami a vista, delle misure strumentali e delle prove previste dalle norme CEI, con fornitura delle apposite schede, tutta una serie di adempimenti quali in particolare la verifica e aggiornamento mediante software, con fornitura di C D e relativo programma, dei dati relativi ad ogni singola apparecchiatura, il tutto come meglio descritto nella lettera d'invito trasmessa alle Ditte, prot. 6185 del 20/11/2002, e allegata alla presente proposta;
- la Ditta in oggetto ha espletato il servizio con la massima diligenza e professionalità.

CONSIDERATO

- che sono scaduti i termini di validità delle verifiche effettuate con l'appalto sopra indicato;
- l'urgenza di procedere ad un nuovo affidamento estendendo il servizio a tutte le apparecchiature in carico all'Azienda;
- che la mancata verifica dei parametri di sicurezza elettrica, a seguito di un eventuale controllo, è sanzionata economicamente dalle autorità preposte;
- che la mancata verifica di detti parametri, nel caso di conseguenti incidenti a danno degli addetti preposti all'utilizzo delle apparecchiature e/o a danno dei pazienti a contatto dei quali le apparecchiature sono utilizzate, provocherebbe gravi conseguenze per l'Azienda;
- che a servizio espletato l'Azienda potrà disporre di un inventario specifico delle apparecchiature in uso.

VISTE:

- la nota prot. UT/38 del 27/01/2006 con la quale è stata chiesta alla Ditta in oggetto la propria disponibilità a confermare i prezzi offerti per il servizio in precedenza descritto cui alla Delibera n° 610 del 19/03/2003 e alle condizioni cui alla richiesta prot. ASL n° 6185 del 20/11/2002 relativa al medesimo servizio;
- la nota di riscontro della Ditta n° 405/da/2006 del 30/01/2006, con la quale la medesima chiede l'adeguamento ISTAT dei prezzi offerti nell'anno 2003 quindi portando l'offerta per singola verifica ad € 7,00 + IVA, confermando tutti i servizi offerti nell'anno 2003 con l'aggiunta delle nuove procedure ITALTBS aggiornate agli standard normativi vigenti per l'anno in corso.

STIMATE

approssimativamente in 2.000 unità le apparecchiature da sottoporre a verifica dei parametri di sicurezza elettrica.

RITENUTO CHE:

- per motivi di urgenza e considerati i tempi necessari per predisporre e definire una nuova trattativa;
- considerata l'assoluta convenienza e congruità anche della nuova offerta formulata dalla Ditta in oggetto pure raffrontata alle offerte formulate nel 2003 dalle Ditte partecipanti alla trattativa in principio descritta;
- considerata l'esiguità della spesa da sostenere anche in rapporto al considerevole servizio richiesto;

sussistano i motivi di opportunità e convenienza economica per procedere ad un affidamento diretto.

INTERPELLATO

il Consorzio METIS, al quale l'Azienda ha aderito con Delibera n° 2578 del 14/12/2005, che in merito alla convenienza economica e all'opportunità di procedere all'affidamento cui alla presente proposta ha espresso parere favorevole.

PROPONE

di affidare alla ditta ITALTBS il servizio di verifica periodica dei parametri di sicurezza elettrica di tutte le apparecchiature elettromedicali in dotazione ai quattro presidi ospedalieri e a tutti i presidi territoriali dell'Azienda stimando una spesa complessiva di € 14.000,00 + IVA comunque da computarsi a consuntiva calcolando una spesa di € 7,00 + IVA per singola verifica.


IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Manutenzione Apparecchiature e Impianti gas medicali.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di affidare alla ditta ITALTBS il servizio di verifica periodica dei parametri di sicurezza elettrica di tutte le apparecchiature elettromedicali in dotazione ai quattro presidi ospedalieri e a tutti i presidi territoriali dell'Azienda stimando una spesa complessiva di € 14.000,00 + IVA comunque da computarsi a consuntivo calcolando una spesa di € 7,00 + IVA per singola verifica;
- di determinare che il servizio dovrà essere espletato e fornito secondo quanto stabilito con la richiesta prot. ASL n° 6185 del 20/11/2002 relativa al servizio cui alla delibera n° 610 del 19/03/2003;
- di demandare al Responsabile del Settore Manutenzione Apparecchiature e Impianti gas medicali di provvedere agli adempimenti correlati al servizio in oggetto;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa svincolo delle medesime a cura degli addetti del Settore Manutenzione Apparecchiature e Impianti gas medicali;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva e presuntiva di € 14.000,00 + IVA, da computarsi a consuntivo, sulla classe di costo 44 13 00006.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Benedetto BARRANU

DIR-AMM/Dott. S. Sais

DIR-SAN/Dott. P. Chessa

DIRIG-SERV.ACQ/D.ssa A. Foddis

RESP-SETT. MANUT. APPARECCH./Ing. A. Zandara

Add/M. Collu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione
n. 374 del 13 MAR. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 14 MAR. 2006 al 28 MAR. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI



(D.ssa Maria Teresa Garau)

ALLEGATI

- nota prot. ASL 6185 del 20/11/2006 di pag. 04;
- nota ditta ITALTBS n° 405/da/2006 del 30/01/06 di pag. 01;

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI
SETTORE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E GAS MEDICALI (p. o. Sirai)
SERV. BILANCIO



Navacchio,30/01/2006

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
09013 CARBONIA(CA)
SERVIZIO ACQUISTI
SETTORE TECNICO
APPARECCHIATURE
E GAS MEDICALI
C.SE ATT.NE RESPONSABILE
ING. ANTONIO ZANZA

N.s Rif. Prot. 405/da/2006

Oggetto: Richiesta conferma offerta per la verifica dei parametri di sicurezza elettrica
Delle apparecchiature dell'azienda ASL 7 Carbonia.

Con riferimento a quanto in oggetto e dando seguito a Vostra lettera n.ro ut/38 del 27/01/2006, di richiesta conferma offerta si fa presente quanto segue:
premesso che l'offerta per l'effettuazione dei lavori in oggetto, con accettazione da parte della Vostra Azienda Ospedaliera, è stata formulata nell'anno 2003 (Delibera 1772 del 03.04.2003).
premesso che si intendono confermati tutti i servizi offerti nell'anno 2003, con l'aggiunta delle nuove procedure ITALTBS aggiornate agli standard normativi vigenti per l'anno 2006,
La scrivente chiede il riadeguamento ISTAT dei prezzi per l'anno in corso, per un importo stimato di Euro 7000,00 Iva 20% esclusa, per le apparecchiature indicate nell'inventario aziendale allegato, ed un prezzo unitario di Euro 7,00 Iva 20% esclusa per le verifiche da effettuare sulle apparecchiature non comprese nel suddetto inventario. (Offerta del 17.01.2003 e successiva nota prot. 5782 del 10.03.2003).

Da imputare la spesa presuntiva di Euro 7.700,00 Iva 20% esclusa, da conguagliarsi a consuntivo sulla base delle verifiche effettivamente eseguite.

Restando in attesa di un Vostro riscontro ci rendiamo disponibili per ogni ulteriore informazione.

ITALTBS S.p.A. Technological & Biomedical Services
Il Responsabile Area Centro
~~Ing. V. Nicotri~~
~~ITALTBS S.p.A.~~
Padigliano, 99 - 34012 Trieste, Italia
Tel. 040 9229-1 Fax 040 9229-999
Cod. Fisc. e Part. IVA 00707060323

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
09013 CARBONIA (CA)

Servizio Acquisti Settore Tecnico
Apparecchiature Elettromedicali e Gas Medicali
teefax. 0781.6683488 - 0781.6683485

Prot. n° 47/38 del 27/01/06

Trasmissione via fax al n° 050 754212

Tot. pag. inclusa la presente n° 05

Carbonia 27-01-2006

Spett.le Ditta ITAL TBS S.p.A.
 Att.ne Sig. Bonfanti
 Via Giuntini 25
 58023 Navacchio (PI)

OGGETTO: Richiesta conferma offerta per la verifica dei parametri di sicurezza elettrica delle apparecchiature dell'Azienda.

Con riferimento a quanto in oggetto e dando seguito agli accordi intercorsi per vie brevi, premesso che è intendimento del Settore scrivente proporre all'Amministrazione Aziendale il rinnovo dell'appalto già disposto in favore di Codesta Ditta con Delibera n° 610 del 19/03/2003, per la verifica dei parametri elettrici secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, **di tutte le apparecchiature elettriche in genere ed elettromedicali in particolare, in dotazione a tutti i presidi ospedalieri e territoriali**, si chiede la gentile disponibilità a confermare l'offerta corrispondente a quella cui all'appalto disposto in Vs. favore con la Delibera sopra indicata.

Si precisa che il Servizio da fornire dovrà essere fornito così come richiesto per l'appalto già espletato, con la nota prot. 6185 del 20/11/2002 che ad ogni buon conto si allega.

Il Settore scrivente, ai nn° di telefax indicati a margine e telefonici 0781 6683490, 0781 6683485, 320 4331720, è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito a quanto in argomento.

Ringraziando anticipatamente per la per la collaborazione ed in attesa di riscontro è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Resp.le Settore Tecnico
Ing. Antonio Santata



COPA

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Prot. Gen. 6185 del 20 NOV. 2002
Servizio Acquisti - Tecnico
Tel. 0781 - 6683222
Fax 0781 - 6683224

ITAL TBS
AREA SCIENZE PARK
FADDICIANO 99
34012 TRIESTE

Racc. A.R.

Oggetto: Trattativa privata plurima per l'affidamento del servizio di verifica periodica delle apparecchiature dell'Azienda. Richiesta preventivo.

Questa Azienda intende procedere mediante trattativa privata plurima all'affidamento del servizio di verifica periodica delle apparecchiature dell'Azienda.

Il servizio in argomento verrà articolato come segue:

A) Descrizione servizio

L'affidamento consiste nei seguenti adempimenti:

- Verifica dei dati (se ancora in uso, ubicazione, modello, etc.) contenuti negli inventari consegnati da questa Azienda e loro aggiornamento in relazione alla situazione attuale riscontrata (stato d'uso, ubicazione, etc.);
- Aggiornamento mediante software, fornendo il C.D. con relativo programma gestionale, dei dati contenuti negli inventari forniti dall'Azienda mediante inserimento dello stato d'uso, di una colonna riportante l'esito e la scadenza della verifica della sicurezza elettrica e del n° di codifica CIVAB;
- Espletamento della verifica di sicurezza elettrica corredata da rapporto di lavoro che evidenzia eventuali anomalie di rilievo, segnalando quali interventi di manutenzione sono richiesti, prevedendo l'ulteriore verifica dopo l'esecuzione dell'intervento manutentivo;
- La verifica periodica deve comprendere gli interventi di manutenzione di lieve entità per il ripristino della funzionalità, quali la sostituzione di cavi, fusibili, valvole, prese, connettori sugli apparecchi e comunque ogni altro intervento sulle parti elettriche con esclusione dei componenti tecnologici dell'apparecchiatura. Tale onere deve intendersi compensato mediante il prezzo unitario a corpo che sarà offerto per l'espletamento del servizio richiesto;
- L'aggiornamento dell'inventario fornito dall'Azienda con le apparecchiature di nuova introduzione, anche se non soggette a verifica di sicurezza elettrica perché non dovuta o perché in corso di validità;
- La verifica di sicurezza elettrica e l'aggiornamento dell'inventario deve interessare anche le apparecchiature sottoposte a Contratto di manutenzione laddove la medesima non sia espressamente prevista nel contratto medesimo. L'Ufficio tecnico provvederà ad individuare le apparecchiature per le quali la verifica è di competenza della Ditta contrattualmente manutentrice.
- L'espletamento vero e proprio della verifica elettrica consiste in :

VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

Il servizio di sicurezza elettrica prevede l'esecuzione degli esami a vista, delle misure strumentali e delle prove previste dal fascicolo CEI 3783, 1997 con riferimento ai requisiti delle Norme CEI 62-5 Fascicolo 1445 del Gennaio 1991, delle Norme particolari emesse dal CT 62 del CEI e comunque delle norme applicabili in vigore al momento dell'esecuzione delle attività.

La periodicità di legge delle verifiche è la seguente:

- ✓ 12 mesi per le apparecchiature elettromedicali utilizzate in locali per chirurgia ed assimilati (Gruppo Due secondo la definizione della norma CEI 64-8/710)
- ✓ 24 mesi per le altre apparecchiature;

Il presente affidamento prevede l'esecuzione della verifica per entrambe le periodicità, fatti salvi i casi in cui sia in corso di validità la verifica precedente la cui scadenza non sia inferiore a mesi sei. In ogni caso deve

accertarsi che, pur essendo in corso la validità della verifica precedente, non vi siano stati interventi manutentivi o spostamenti dell'apparecchio che consiglino di ripetere la verifica medesima.

Le attività di verifica periodica devono essere condotte a fronte di procedure scritte di cui la ditta appaltatrice dovrà fornire evidenza. I risultati delle prove e delle verifiche devono essere registrati su apposite schede, che dovranno contenere timbro e firma del tecnico esecutore qualificato e/o del responsabile del servizio della ditta. Le schede dovranno altresì contenere i dati relativi all'identificazione e classificazione degli apparecchi, informazioni relative alla documentazione e dovranno garantire la rintracciabilità dell'apparecchio cui si riferiscono.

Dovranno essere forniti al Servizio Tecnico Manutentivo i consuntivi dell'attività erogata con particolare evidenza delle non conformità rilevate. Sulle schede dovranno essere segnalati tutti i possibili suggerimenti circa gli interventi di adeguamento atti ad eliminare le non conformità riscontrate nelle apparecchiature al fine di ripristinare la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti.

Le "non conformità" riconducibili ad interventi di manutenzione preventiva o correttiva (ad esempio ripristino funzionalità, sostituzione di cavi e/o spine di alimentazione) dovranno invece essere svolte contestualmente alle verifiche dalla ditta aggiudicataria senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda.

Ogni qual volta si verifichi la presenza di un apparecchio elettromedicale che a giudizio dei tecnici della ditta appaltatrice, sia in condizioni tali da causare situazioni di pericolo reale e immediato per pazienti e operatori, la ditta dovrà contrassegnare l'apparecchio stesso con l'apposita targhetta (NON USARE) e dovrà darne immediata comunicazione motivata per iscritto al Servizio Tecnico Manutentivo dell'Azienda, che ne restituiranno copia firmata.

Le verifiche dovranno essere svolte dal personale della ditta aggiudicataria e non potranno essere subappaltate a fornitori esterni se non già indicati in sede di offerta. Facsimile della documentazione rilasciata deve essere allegato all'offerta.

Sono escluse dalla presente attività di verifica periodica le apparecchiature installate a titolo di prova, visione, e laddove esistano contratti di noleggio, service od altre condizioni equivalenti, nonché quelle in garanzia.

1) L'affidamento del servizio dovrà essere sottoposto alle clausole più dettagliatamente precisate nel prosieguo della presente lettera d'invito.

B) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere:

- il **Prezzo unitario, unico ed onnicomprensivo**, espresso in cifre ed in lettere, valido per qualunque tipologia di apparecchiatura oggetto di intervento, intendendosi che tale prezzo comprende tutti gli adempimenti sopra descritti, con la sola esclusione dell'IVA.
In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l'Azienda U.S.L.

L'offerta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, di:

- 1) Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione;
- 2) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda, improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 10 dicembre, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale, oltre al mittente, dovrà essere riportata la dicitura "Contiene offerta per l'affidamento del servizio di verifica periodica delle apparecchiature elettromedicali dell'Azienda U.S.L. n° 7" e dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale n° 7
Servizio Acquisti - Tecnico
C.P. 122
Via Dalmazia , 83
09013 CARBONIA (Ca)

C) Condizioni

L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui devono pervenire le offerte, per procedere all'aggiudicazione del servizio, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida ed irrevocabile.

D) Aggiudicazione.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda USL si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopraggiunta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare, si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

Una copia della lettera di aggiudicazione dovrà essere restituita firmata per accettazione dalla persona autorizzata ad impegnare la ditta.

E) Stipula del contratto e deposito cauzionale.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Sono altresì, a carico dell'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse al servizio, perizie, ovvero le spese connesse al servizio in caso di soccombenza della ditta.

L'aggiudicazione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nelle forme di legge nella misura del 10% del valore dell'affidamento da effettuarsi entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

F) Termini di esecuzione del servizio.

Gli interventi di verifica devono concludersi nel termine di 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto. Può essere concessa una proroga dei termini, non superiore a 30 (trenta) giorni, a fronte di motivata richiesta avvalorata dall'Ingegnere responsabile del Settore Tecnico Manutentivo dell'Azienda. Oltre i termini suddetti sarà applicata la penale di € 250 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo, senza possibilità di rivalsa.

G) Verifiche

La corretta esecuzione del servizio verrà attestata da personale della Direzione Sanitaria dei rispettivi presidi ospedalieri sulla base delle quali si procederà alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta aggiudicataria.

H) Pagamento delle fatture

La Ditta avrà diritto alla liquidazione del compenso sulla base degli interventi effettivamente prestati ed accertati dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo che dovrà provvedere allo svincolo delle relative fatture. Gli interventi potranno essere liquidati anche in tre tranches.

Il mancato svincolo o la contestazione della Fattura da parte del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo comporta la non liquidabilità della medesima, senza che la Ditta possa vantare pretese o indennizzi o ristoro di sorta sino alla definizione delle contestazioni.

Ottenuto lo svincolo di cui al capoverso che precede, le fatture saranno pagate entro il termine di gg. 90 dal ricevimento delle stesse da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

I) Controversie

Per eventuale controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

H) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Sett./E. Arca

Add/G. Zandara

Il Capo Servizio Acquisti – Tecnico
Georgio G. Agulli

Ditta	Merito tecnico	Caratteristiche	Totale
CDR Multisa	30	15	45
Elettronica Biomedicale	30	20	50
Hospital Consulting	30	20	50
TBS Tecnologie Biomediche Scientifiche	30	20	50

La Commissione, per quanto attiene il merito tecnico, assegna 30 punti per tutte le ditte partecipanti considerando, sostanzialmente equivalenti le offerte presentate. Passando poi all'esame delle caratteristiche tecnico-organizzative assegna alla Ditta CDR Multisa 15 punti a differenza dei venti punti assegnati alle altre ditte, motivando la valutazione più bassa con la scarsità del dettaglio descrittivo delle operazioni da effettuare da parte della citata CDR Multisa, nonché per l'assenza di certificazione di qualità.

La Commissione, successivamente, passa all'esame dei prezzi offerti dalle ditte concorrenti come di seguito evidenziato:


Ditta	Prezzo unit. x 100	Prezzo unit. €	Prezzo a corpo €	Totale €
CDR Multisa	18,00	180,00	19.842,00	21.672,00
Elettronica Biomedicale	17,00	170,00	19.190,00	19.360,00
Hospital Consulting	15,00	150,00	29.200,00	29.350,00
TBS Tecnologie Biomediche Scientifiche	5,00	50,00	5.000,00	5.500,00

La Commissione, in applicazione della formula indicata alla lettera E della lettera d'invito assegna il punteggio massimo di 50 punti alla Ditta TBS Tecnologie Biomediche Scientifiche che ha offerto il minor prezzo, e procede quindi a calcolare il punteggio da assegnare agli altri concorrenti. Il netto scostamento del minor prezzo offerto dalla Ditta TBS Tecnologie Biomediche Scientifiche rispetto alle altre offerte economiche comporta che i punteggi ottenuti dalle altre ditte partecipanti siano negativi. Pertanto, la Commissione assegna zero punti.


Lo scostamento del prezzo offerto dalla Ditta TBS Tecnologie Biomediche Scientifiche, è tale che la Commissione ritiene di dover richiedere alla medesima una relazione tecnico-programmatoria-organizzativa dalla quale si evinca il rispetto quali-quantitativo del servizio richiesto da questa Azienda alla luce del prezzo offerto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



La Commissione



Il Segretario

