

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Deliberazione *1423* del *- 5 APR. 2001*

OGGETTO: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.
Telecomandato Radiologico Siregraph B 150
U.O. di Radiologia del P.O. S. Barbara.

II DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la formale richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Radiologia del P.O. S. Barbara di Iglesias Dr. Aldo Montaldo, con la quale richiede la manutenzione urgente del Telecomandato Radiologico Siregraph B 150, confermata dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
- atteso** che devesi confermare l'urgenza della manutenzione dell'apparecchiatura dell'Unità Operativa di Radiologia, affidata ai sensi dell'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgs. 157/95 e successive integrazioni;
- considerato** che il Servizio Acquisti ha provveduto per gli adempimenti di competenza per garantire al continuità operativa, individuando la Ditta Medical Service S.r.l.;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali autorizzazione di intervento tecnico presso la Ditta Medical Service S.r.l.;
- confermare che il costo presuntivo, da conguagliare a consuntivo, ammonta a £. 1.900.000, Euro 981.26, oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 540500010 del piano dei conti Aziendale;
- demandare al **Capo Servizio Acquisti** di provvedere agli adempimenti di competenza;
- determinare che il **Capo Servizio Bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

DIR AMM./

DIR. SAN/

ACQ/AGULLI



Il Direttore Generale
SIMEONE


Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda,

per dieci giorni, a decorrere dal 6 APR. 2001 fino al 17 APR. 2001

Il Responsabile di procedimento
Carta

Carta



Il Responsabile Servizio
Affari Generali

[Handwritten signature]

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia

Prot. n°631 /ABS/27.03.01

Carbonia, 27.03.01

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

OGGETTO: intervento manutentivo urgente su apparecchiatura sanitaria.

Telecomandato Radiologico Siregraph B 150 marca Siemens

U.O. di Radiologia del P.O. S. Barbara.

Vista la richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Radiologia del P.O. S. Barbara. di Iglesias tendente ad ottenere l'urgente manutenzione dell'apparecchiatura Telecomandato Radiologico Siregraph B 150 marca Siemens in dotazione al reparto;

Recepito che la Direzione Sanitaria dell'Azienda ha confermato l'urgenza dell'intervento per cui, sulla base dell'organizzazione aziendale, finalizzata ad evitare l'interruzione di un pubblico servizio e tanto più la mancata assistenza all'utente, l'Ufficio ha attivato immediatamente le procedure per evitare il prolungarsi dell'inattività del bene;

E' stata richiesta l'assistenza tecnica alla Ditta Siemens che ha riscontrato, come da verbale US484, l'impossibilità di eseguire la riparazione dell'apparecchiatura poiché era necessario sostituire alcune schede non più reperibili. La Ditta in alternativa ha proposto la sostituzione completa del monitor di scopia, per una spesa complessiva di £. 7.132.500 (IVA esclusa).

Considerato il preventivo troppo oneroso, poiché trattasi di apparecchiatura sanitaria in uso da circa 20 anni comunque ancora utilizzabile, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Medical Service s.r.l., ditta conosciuta che assicura garanzie tecniche di riuscita dell'intervento, individuandosi pertanto la fattispecie dell'art. 7 p.2 lettera b.del D. Lgs. 157/95

La Medical Service ha proposto la sostituzione del monitor con uno usato marca GMM, garanzia 12 mesi, per un importo di £. 1.900.000 + I.V.A., il costo del monitor GMM nuovo, come indicato nel preventivo, ammonta a £. 3.800.000 + I.V.A..

Il responsabile dell'U.O. di Radiologia Dott. Aldo Montaldo, interpellato per esprimere un giudizio in merito alla convenienza/congruità del preventivo, con nota prot. 171/01 considera favorevole per l'Azienda la proposta della suddetta ditta.

Non essendo possibile rinviare la manutenzione, trattandosi di apparecchiatura non sostituibile, perché indispensabile per la diagnosi e quindi essenziale nell'attività ospedaliera, e precisando che il Sig. Alessandro Portas, addetto al settore manutentivo dei beni mobili, che sottoscrive la presente per conferma, ha individuato nella MEDICAL SERVICE S.R.L. di Cagliari la Ditta in grado di provvedere alla riparazione urgente dell'apparecchiatura, si propone l'adozione del presente atto.

L'ADDETTO AL
SERVIZIO MANUTENTIVO

Alessandro Portas

Il Resp.le Serv. Acquisti
G. AGULLI

G. Agulli

X *Sandra Portas*

Prot. 171/01

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DR. C. MONTALDO
P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS (Tel. 0781/3922635)

Iglesias, 26-01-2001

SPETT. RESPONSABILE
UFF. TECNICO

IGLESIAS


OGGETTO: Monitor di scopia TELECOMANDATO SIREGRAPH B P.O. S. BARBARA

In riferimento alla Vs. del 11-01-2001 Prot. N° 10/00 ritengo che l'acquisizione del monitor usato marca G M M, peraltro garantito per 12 (dodici) mesi, sia la soluzione migliore.

Bisogna infatti considerare l'età dell'apparecchiatura in oggetto, che come dichiarato recentemente dalla DITTA SIEMENS sarà dal prossimo anno non coperto da contratto di manutenzione in quanto non è più possibile reperire i pezzi di ricambio.

La saluto cordialmente

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Dr. C. Montaldo)





**Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia**

Codice Fiscale 02261310920
Distretto di Iglesias
via S. Leonardo, 1 Iglesias.

Ufficio Tecnico Iglesias
Assistenza Apparecchiature
Tel. n° 0781 / 3922386 - 0781/3922369 -
0781/ 3922361 - Fax 0781/ 3922844

Oggetto: Richiesta di intervento tecnico

INTERVENTO TECNICO IN SEDE

CONTRATTO DI MANUTENZIONE

INVIO APPARECCHIATURA

IN GARANZIA

Richiesta n°

243/00/IT

Data

22/12/00

ID

243

Spett.le Ditta

MEDICAL SERVICE S.R.L.

Indirizzo

C.A. SIG. BALDUSSI

Numero fax

070/261404

Apparecchiatura

TELECOMANDATO RADIOLOGICO

Modello

SIREGRAPH B

Matricola

Guasto riscontrato

RICHESTA PREVENTIVO SOSTITUZIONE MONITOR SCOPIA.

Presidio

S. BARBARA

Unità operativa

RADIOLOGIA

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE:

SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, SE LO STESSO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONGURO RISPETTO AL VALORE DI ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA (MAX 25% DEL PREZZO DI LISTINO), **DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA.** IN DIFETTO **NON SARA' RICONOSCIUTO ALCUN ONERE.** OLTRE A QUELLI DI VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE AI NUMERI SOPRA INDICATI, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

NOTE: PREGASI TRASMETTERE VIA FAX LA DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DELLA DITTA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO, SE NON RISULTASSE GIA' AGLI ATTI, SARANNO SOSPESI, SINO ALLA PRODUZIONE, I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE FATTURAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO.

DISTINTI SALUTI

L'IMPIEGATO ADDETTO

SIEMENS**Sistemi medicali per diagnostica e
terapia**

FAX 0781/392844

Nome Mellino
 Reparto Servizi Tecnici MED/EP
 Indirizzo Via Laurentina, 455
 Telefono 06/59892.305
 Telefax 06/59892.338
 E-Mail rossana.mellino@siemens.it

Spett.le
 Az. U.S.L. 7
 c.a. Geom. Agulli e Sig. Maricca
 Via Dalmazia
 09013 CARBONIA CA

Vs. riferimento Buona UT 208-00.IT del 31.10.2000
 Ns. sigla EP/m Prev. n. PRX/Z/01/0151
 Data Roma, 3.11.2000

e p.c.: Dott. Montaldo

**OGGETTO: Ripristino Vs. apparecchiatura: Siregraph B
 Reparto: Radiologia - Osp. S. Barbara - Iglesias**

A seguito di indicazioni tecniche, ci pregiamo trasmetterVi il nostro miglior preventivo di spesa per quanto in oggetto e più precisamente:

Sopralluogo:

Pos	Descrizione		Prezzo
1	Ore di lavoro/viaggio effettuate per sopralluogo n.1,5 a L.	Lire	352.500
	235.000		
	Diritto fisso di chiamata	Lire	290.000
	R.I. n.US484 del 2.11.2000 - Chiamata n.63685		
Totale sopralluogo:		Lire	642.500

Descrizione lavori:

Sostituzione del materiale sotto elencato.

Materiale:

Pos	Qtà	Listino	Descrizione	Prezzo
2	1	28 44 376	Monitor	Lire 5.500.000
3	1	-	Materiale elettronico	Lire 50.000
Totale materiale:			Lire	5.550.000

Manodopera prevista:

Pos	Descrizione		Prezzo
4	Ore di lavoro/viaggio previste n.4 a L. 235.000	Lire	940.000
Totale manodopera:		Lire	940.000

TOTALE COMPLESSIVO Lire 7.132.500 + I.V.A.

N.B.: In caso di accettazione del Contratto di Manutenzione Vi verrà fatturato solo il costo del Monitor alla pos.n.2

Siemens S.p.A.
 Settore MED



Sede sociale e Direzione: Tel. (02) 6676.1
 V.le Piero e Alberto Pirelli, 10 Fax (02) 6676.2212
 20126 Milano Telex 330261 SIEM-I
 C.P. 17154 - 20170 Milano

Capitale sociale: Euro 89.400.000; Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00751180151; Registro Imprese - Mi: 104183; C.C.I.A.A.: Milano 525.183.

(FAEXT01.doc V.00-09.96 830A/OA. GATEMP001131.doc)

Pagina 1 di 2



Spettabile AZIENDA U.S.L. NR. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA CA Intervento presso S. BARBARA C.T.O. (CENTRO TRAUM.ORTO) ISONZO VIA CATTANEO 09016 IGLESIAS CA	<i>Rapporto Intervento</i>		US484	
	<i>Chiamata</i>	63685	<i>Pratica</i>	ZZKZ00
	<i>Tecnico</i>	2 3130 PETTINATO ROBERTO		
	<i>Codice cliente</i>			8601133
	<i>ordine</i>	208/00/IT	<i>del</i>	31/10/2000
	<i>Vs. rif</i> FAX			

Attività				Prestazione / Materiale			
Data	Cd	Inizio - Fine	Tot. Ore	Descrizione codice / listino	Utiliz	Reso	
02/11/00	64	10:30 - 11:00	00.30	RIPARAZIONE C/O CLIENTE			
Consuntivo Valori							
<i>Ore Viaggio</i>	02.00	<i>Ore Lav</i>	00.30	<i>Totale ore</i>	02.30	<i>di cui straordinarie</i>	

Apparecchio: mat. RXG2801144 *RXGR A00²⁸⁸* Tipo SIREGRAPH B -

Descrizione Lavoro :

RISCONTRATO IL MONITOR DI SCOPIA CON DELLE SCHEDE BRUCIATE. NON ESSENDO PIU' POSSIBILE LA SOSTITUZIONE DELLE SCHEDE PERCHE' NON PIU' FORNIBILI. SEGUIRA' PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE COMPLETA DEL MONITOR

<i>Firma Tecnico</i>	<i>Lavoro non finito</i>	X	<i>Lavoro Finito</i>	<i>Firma Cliente</i>
	Confermo il tempo di lavoro e/o d'attesa indicato.			

Siemens S.p.A. MED - SISTEMI MEDICALI PER DIAGNOSTICA E TERAPIA - SERVIZI TECNICI

SEDE SOCIALE 20126 MILANO - V.le PIERO E ALBERTO PIRELLI N.10 - TEL. 026676.1 - CAP. SOC. L. 170.000.000.000 INT. VERS.
 C. P. 17154 C.C POSTALE 00936203 - REG. IMPRESE. MI: 104183 C.C.I.A.A. N. 525193 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A IT-00751160151

