Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Deliberazione 1651 del 16 MAG. 2001

OGGETTO: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.
VENTILATORE MECCANICO JOLLY TRONIC2 marca SOXIL matr. 5668080
U.O. di Anestesia del P.O. F.lli Crobu di Iglesias.

Il DIRETTORE GENERALE

acquisita la formale richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Anestesia del P.O. F.lli Crobu Dr. Antonio Farci, con la quale richiede la manutenzione urgente di VENTILATORE MECCANICO JOLLY TRONIC2 marca SOXIL matr. 5668080, confermata dalla Direzione Medica Ospedaliera;

atteso che devesi confermare l'urgenza della manutenzione dell'apparecchiatura dell'Unità Operativa di Anestesia, affidata ai sensi dell'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgs. 157/95 e successive integrazioni;

considerato che il Servizio Acquisti ha provveduto per gli adempimenti di competenza per garantire la continuità operativa, individuando la Ditta Datex Ohmeda S.p.A.;

sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali autorizzazione di intervento tecnico presso la Ditta Datex Ohmeda S.p.A.;
- confermare che il costo presuntivo, da conguagliare a consuntivo, ammonta a £. 3.039.000, Euro 1596,52 , oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 540500010 del piano dei conti Aziendale;
- demandare al **Capo Servizio Acquisti** di provvedere agli adempimenti di competenza;
- determinare che il **Capo Servizio Bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

DIR AMM
DIR. SAN/
ACQ/AGULLI
SETT./ARCA
ADD/PORTAS

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
SIMEONE

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda,

per dieci giorni, a decorrere dal 18 MAG. 2001 fino al 28 MAG. 2001

Il Responsabile di procedimento
Carta

Il Responsabile Servizio
Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia

Carbonia,

Prot. n°938 /ABS del 09.05.01

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

OGGETTO: intervento manutentivo urgente su apparecchiatura sanitaria.
VENTILATORE MECCANICO JOLLY TRONIC2 marca SOXIL matr. 5668080
U.O. di Anestesia del P.O. F.lli Crobu di Iglesias.

Vista la richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Anestesia del P.O. F.lli Crobu tendente ad ottenere l'urgente manutenzione dell'apparecchiatura VENTILATORE MECCANICO JOLLY TRONIC2 marca SOXIL matr. 5668080 in dotazione al reparto;

Recepito che la Direzione Sanitaria dell'Azienda ha confermato l'urgenza dell'intervento per cui, sulla base dell'organizzazione aziendale, finalizzata ad evitare l'interruzione di un pubblico servizio e tanto più la mancata assistenza all'utente, l'Ufficio ha attivato immediatamente le procedure per evitare il prolungarsi dell'inattività del bene;

Considerato che trattasi di apparecchiatura sanitaria sottoposta a vincoli di legge sulle verifiche periodiche nonché sulla regolarità/conformità dei parametri di funzionalità imposti dalle case costruttrici per cui, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di unicità dell'intervento che solo una Ditta può garantire con certezza di competenza, ricambi originali e mantenimento delle garanzie del costruttore, così come previsto dall'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgv. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Precisato che il Sig. Alessandro Portas, addetto al settore manutentivo dei beni mobili, che sottoscrive la presente per conferma, ha espletato gli adempimenti di rito individuando la ditta manutentrice, indicata dalla Ditta costruttrice/fornitrice, nella Ditta DATEX OHMEDA S.P.A. alla quale è stata inoltrata la richiesta di intervento urgente, si propone adozione del presente atto.

SETT/

L'ADDETTO AL
SERVIZIO MANUTENTIVO
Alessandro Portas

Il Resp.le Serv. Acquisti
G. AGULLI

Datex-Ohmeda

SPETT.

AZIENDA USL 7

VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

INDICHIAMO DI SEGUITO IL **CONSUNTIVO** RELATIVO ALL'INTERVENTO EVIDENZIATO ALLA VOCE "STAC"

DESTINATARIO

PRESIDIO OSPEDALIERO F.LLI CROBU

LOCALITA' CANONICA
09016 IGLESIAS CA

CLIENTE	PARTITA IVA	CLIENTE SPED.		N.	DATA	PAG.
007090 Q1 24	02261310920	003997	* CONSUNTIVO	532	04/05/01	1

VS. RIFERIMENTO 77/01/IT 24/04/01

PAGAMENTO

RIM.DIRETTA 90 GG RICEV. FATTU

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO NETTO
	Report n. 4326 del 27/04/01 Stac.N. 1132 NA Del 27/04/01					
9993071	DIRITTO DI CHIAMATA A.T.	NR	1,0	150000		150.000
9993050	MANO D'OPERA X RIPARAZIONE	HH	2,5	186000		465.000
0013440	MANUTENZIONE TESTATA JT2	NR	1,0	584000		584.000
406931	SENSORE O2 A CELLA GALVANICA	NR	1,0	320000		320.000
770069E	SCHEDA ALIMENTAZIONE JT2	NR	1,0	1320000		1.320.000
9204880	FLUSS.0,2-12 L/MIN O2 PLATON	NR	1,0	200000		200.000
				TOT.	ITL	3.039.000

DATEX-OHMEDA S.p.A.
Serv. Assistenza Tecnica

N.B. A SEGUITO DELLA NORMATIVA FISCALE RELATIVA ALL'IVA (ART.3 LEGGE 410 DEL 29.11.97) LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DEVONO ESSERE ADDEBITATE ENTRO IL 15° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL MESE DI ESECUZIONE DELLE STESSE.
DI CONSEGUENZA, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE INTERNE, LA RELATIVA FATTURA SARA' EMESSA ENTRO IL 10° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO, TERMINE ENTRO IL QUALE VI PREGHIAMO DI FARCI PERVENIRE VOSTRO BUONO D'ORDINE.

Datex-Ohmeda S.p.A.
Via Cassanese, 100
20090 Segrate (MI)
ITALIA
Tel.: +39.02216931
Fax: +39.0226926226
Internet:http://www.it.datex-ohmeda.com
Cap. Soc. € 5.200.000 i.v.
Cod. Fisc. 04875890156
Part. IVA 11954900152
Reg. Impr. MI 60746 del 13-2-97
Progetti & Sistemi
Div. Datex-Ohmeda S.p.A.
Tel.: +39.02216931
Fax: +39.0221693465
E-mail: p&s@soxil.it
Internet: http://www.soxil.it

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Codice Fiscale P.I. 02261310920

Distretto di Iglesias

Via S. Leonardo 1 Iglesia

Ufficio Assistenza Apparecchiature

Tel. 0781/3922386 - Fax 3922844

Oggetto: Richiesta di intervento tecnico

INTERVENTO TECNICO IN SEDE	☑	*CONTRATTO DI MANUTENZIONE*	☐
INVIO APPARECCHIATURA	☐	*IN GARANZIA*	☐

ID	77	*n° Richiesta*	77/01/IT	*Data*	24/04/01

Ditta Assistenza	DATEX OHMEDA
Indirizzo	
Telefono	070/9931291
Fax	070/9931291 - 02/21693419

Apparecchiatura	VENTILATORE MECCANICO JOLLY TRONIC 2
Marca	SOXIL
Matricola	5668080
Presidio	F.LLI CROBU
Unità Operativa	ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Guasto	BLOCCO DEL ROTAMETRO EROGATORE DELL'O2 E DEL PROTOSSIDO - REVISIONE GENERALE.
Note	SI PREGA DI INVIARE PREVENTIVO/CONSUNTIVO DI SPESA

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE

SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, **SE LO STESSO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONGRUO** RIPETTO AL VALORE DI ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA **(MAX 20% DEL PREZZO DI LISTINO), DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA.** IN DIFETTO NON SARA' RICONOSCIUTO ALCUN ONERE, OLTRE A QUELLI DI VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE AI NUMERI SOPRA INDICATI, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

NOTE: PREGASI TRASMETTERE VIA FAX LA DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DELLA DITTA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO, SE NON RISULTASSE GIA' AGLI ATTI, SARANNO SOSPESI, SINO ALLA PRODUZIONE, I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE FATTURAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO.

DISTINTI SALUTI

L'IMPIEGATO ADDETTO

A. Porta

FAX

del 24/04/01

Numero di pagine, inclusa la copertina: 1

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7

DA: Serv./Rep.: ANESTESIA
Ospedale: F.lli CROBU

Referente:
Telefono: 0781 - 392 474
Fax: 0781 - 392

A: UFFICIO TECNICO
ASSISTENZA APPARECCH
c.a.
09016 Iglesias
Telefono: 0781 - 392.386
Fax: 0781 - 392.844

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO URGENTE DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE NON COPERTE DA CONTRATTI DI MANUTENZIONE:

Si richiede intervento tecnico per l'app.tura VENTILATORE MECCANICO
marca SOXIL, mod. Iolly tronic 2, mat./n° serie 5668080
del Reparto ANESTESIA, Presidio F.lli CROBU, Distretto di Iglesias
Ditta concessionaria assistenza DATEX - HOMEDA

Anomalia segnalata dal Reparto: Blocco del Rotametro erogatore dell'O_2 e del protossido - Revisione Generale

Distinti Saluti
Il Resp.le del Servizio/Reparto

Il Direttore Medico
Ospedale di Iglesias
Drssa Rita Cantone

TOTALE P.01