



**Gara d'appalto procedura aperta per fornitura triennale di sistemi di prelievo
sottovuoto e sistemi di trasporto per materiali biologici
Gara n° 447177**

AVVISO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE

L'ASL n° 7 di Carbonia ha disposto la rettifica del Capitolato Speciale come di seguito indicato:

LOTTO 1 - CIG 0374486B9C

1) Provette per siero punto a) (elenco pag. 5) la dicitura: “Tappi di colori diversi almeno 6 a scelta” è così rettificata: “**Tappi di colori diversi almeno 4 a scelta**”

Di conseguenza è da ritenere annullato quanto indicato a pag. 2 “I colori dei tappi delle provette devono essere di sei differenti colori”.

2) Provette per viremia punto h) (elenco pag. 5) la dicitura: “Tappo celeste” è così rettificata: “**Tappo viola-grigio**”

3) Provette per NAT punto i) (elenco pag. 5) la dicitura: “Tappo grigio” è così rettificata: “**Tappo viola**”

4) Provette per NAT punto i) e con ACD punto l) (e non f come erroneamente indicato) (elenco pag. 5) la dicitura: “Capacità totale 7 ml” è così rettificata: “**Capacità 7 ml +/- 1 ml**”

LOTTO 2 - CIG 0374489E15

La caratteristica tecnica indicata a pag. 3: “Le provette contenenti additivo, inoltre, devono contenere uno stabilizzante atto a mantenere le qualità del campione” **è da ritenersi eliminata** .

Si precisa, inoltre, che nel lotto 2 sono richieste solo provette e tale è da intendersi la dicitura “sistemi di raccolta”. Pertanto non si sono richiesti contenitori che accolgano le provette.

Relativamente al paragrafo “CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA” l'ultima voce delle specifiche richieste per la confezione minima di imballo: “di capacità massima 100 pezzi per tutti gli altri prodotti, ad eccezione per le provette da coagulazione (punti f e g), che deve essere inferiore a 50 pezzi” è così **rettificata**:
“di capacità massima 100 pezzi per tutti gli altri prodotti”

LOTTO 3 – CIG 0374493166

Relativamente alle provette si precisa che il volume da 10 ml è puramente indicativo. Si richiede quanto segue: “**capacità delle provette circa 10 ml con volume di aspirazione comunque non inferiore a 8,5 ml**”

ULTERIORE PRECISAZIONE

A pag. 6 è stato riscontrato un refuso nella indicazione dei lotti. Come si evince dalle precedenti pagine del Capitolato Speciale, il Lotto 2 - CIG 0374489E15 corrisponde a "Provette per urine" e il LOTTO 3 - CIG 0374493166 corrisponde a " Provette ed aghi per servizio veterinario".

F.to Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida