



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

**“Procedura aperta per la fornitura di ambulanze, apparecchiature e/o attrezzature sanitarie.”
GARA N° 444655**

Riscontro Chiarimenti

Richiesta di chiarimento n°1

In merito al capitolato tecnico per la fornitura di 4 defibrillatori CIG [0371793D46], nel punto seguente:
“Il sistema monitor-defibrillatore deve essere dotato di modulo per il trasferimento dei dati memorizzati dall'apparecchiatura verso una postazione informatica ospedaliera (come previsto per lo sviluppo del progetto “Rete Cardiologica Regionale”)”, si chiedono le seguenti precisazioni:

1. Le specifiche della modalità di comunicazione verso la postazione informatica ed in particolare:
Comunicazione tipo modem/fax
Connessione GSM/GPRS o satellitare
Connessione via cavo / Bluetooth etc.
2. Le specifiche della postazione informatica ospedaliera, in particolare:
Formati supportati per i dati in arrivo.
Infrastruttura per l'accesso (modem e linea telefonica, collegamento IP, etc)
Modalità di accesso (user e password, cartella di scambio)
Compatibilità con apparecchiature diverse

Risposta al chiarimento n°1

1. Le specifiche della modalità di comunicazione verso la postazione informatica sono:
 - *Connessione GSM/GPRS/UMTS/HDSPA o satellitare*
2. Allo stato attuale i presidi ospedalieri della ASL . 7 Carbonia non sono dotati di nessuna postazione informatica per la ricezione, la gestione e l'archiviazione dei dati clinici provenienti dall'apparecchio defibrillatore;

Le procedure per la fornitura e configurazione del sistema di ricezione, gestione e archiviazione dei dati clinici provenienti dall'apparecchio defibrillatore verranno effettuate dalla stazione appaltante in un secondo momento.