



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

“Procedura aperta per la realizzazione di un sistema PACS per l'acquisizione, archiviazione, gestione e distribuzione delle Immagini per i Servizi di Radiologia – GARA N°468567 - CIG [0399161612]

Riscontro Chiarimenti

Richiesta di chiarimento n°17

In merito alle postazioni mobili da sala operatoria, si rileva l'indisponibilità sul mercato di monitor aventi le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Speciale (Allegato C).

Risposta al chiarimento n°17

Si precisa che per tali postazioni si debba considerare una risoluzione minima di **2 Mpixel.**