CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI EMOGASANALITICI DIETRO CESSIONE IN "SERVICE" DELLE APPARECCHIATURE CIG N° 4540539B4E

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto della ASL n° 7 di Carbonia (in seguito denominata per brevità ASL) ha per oggetto la fornitura in "service" di n° di 09 (nove) apparecchiature di emogasanalisi con relativi reagenti e consumabili, destinate ai Servizi dei Presidi Ospedalieri e Territoriali sottoelencati:

PRESIDIO ASL	UNITA' OPERATIVA	N° APPARECCHIATURE
P.O. Sirai	Anestesia e Rianimazione	1
P.O. Sirai	Medicina – Pneumologia	1
P.O. Sirai	Pronto Soccorso	1
P.O. Sirai	Nefrologia e Dialisi	1
Carloforte	Centro Dialisi	1
P.O. S. Barbara	Anestesia e Rianimazione	1
P.O. S. Barbara	Nefrologia e Dialisi	1
P.O. C.T.O.	Anestesia	1
Buggerru	Centro Dialisi	1

per complessivi **20.000 esami/anno circa.**

Il lotto è unico e inscindibile, pertanto, SARANNO ESCLUSE DALLA GARA le ditte partecipanti che non saranno in grado di offrire e fornire in service tutte le tipologie di prodotti e servizi richiesti nel presente Capitolato Speciale d'appalto. NON SONO AMMESSE, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, OFFERTE PARZIALI.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata contrattuale del presente appalto è stabilita in 03 (tre) anni, decorrenti dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione regolarmente notificata. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto, di continuare la fornitura in service alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale dell'appalto. La ASL tre mesi prima della scadenza del contratto, qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblica utilità, può richiedere il rinnovo del contratto per un periodo massimo di anni 01 (uno), previo accordo sulle condizioni di rinnovo. In assenza di richiesta scritta di rinnovo da parte della ASL, la scadenza dell'appalto rimane fissata al temine del periodo contrattuale. E' vietato il rinnovo tacito.
Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà della ASL, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo:

- qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dalla ASL o la soppressione della fornitura;
- a seguito di intervenuti riassetti e modifiche di organizzazione Regionale/Aziendale;
- a seguito di adesione a contratti attivi scaturenti da aggiudicazioni disposte da altre ASL designate Capofila in ambito regionale;
- a seguito di Convenzioni a carattere nazionale (Consip S.p.A.) o regionale (CAT Regione Sardegna) di fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato, alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti aventi ad oggetto i beni della gara a condizioni più vantaggiose, a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate (ASL, CONSIP e CAT regionale), la ASL può chiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta appaltatrice non ritenga opportuno adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
Resta inteso che l'eventuale risoluzione del contratto, dovrà avvenire in ogni caso al compimento di ciascuna annualità contrattuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della ASL. Il mancato preavviso comporta l'automatica prosecuzione del contratto sino alla sua scadenza naturale.

Art. 3 – QUANTITA' DI FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE

A titolo puramente indicativo, l'appalto riguarda:

a) la cessione in "service" di 09 (nove) apparecchiature per emogasanalisi dotate di CO-Ossimetro, con manutenzione ordinaria e straordinaria "full-risk" a totale carico della ditta aggiudicataria. L'apparecchiatura proposta dovrà disporre di un collegamento al LIS del Laboratorio Analisi (ditta Noemalife) della ASL, onde poter consentire il controllo e il monitoraggio continuo dei vari sistemi di apparecchiature in service dislocati nei vari reparti e nel territorio.

Caratteristiche del sistema gestionale:

I. sistema gestionale in grado di consentire la gestione e il controllo centralizzato di tutti gli emogasanalizzatori connessi;

II. il sistema deve essere dotato di interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo, configurata secondo i più comuni software applicativi basati su ambiente "open windows";

III. possibilità di visualizzazione dell'intero parco macchine installato, preferibilmente in unica schermata riepilogativa, con allarmi acustici e/o visivi per segnalare qualsiasi cambiamento di stato;

IV. completa tracciabilità dei dati: pazienti, analisi, controlli di qualità, calibrazioni, eventi di stato etc. con possibilità di estrazione dei dati nei più comuni formati di Office Automation;

V. integrazione con il sistema informatico del Laboratorio "LIS" (Noemalife-DNLAB);

VI. validazione automatica dei dati analisi tramite impostazione di regole personalizzate e personalizzabili;

VII. gestione degli operatori con possibilità di attribuire diversi livelli di accesso a secondo della funzione/capacità/competenze del singolo operatore.

b) l'acquisto del materiale di consumo reagenti, controlli, carta stampante e quanto altro necessario per il regolare funzionamento delle apparecchiature e la determinazione degli esami richiesti.

La quantità del materiale di consumo deve garantire l'esecuzione di circa n° 20.000 esami annuali.

Il numero di esami annui sopra indicato non è impegnativo, ma solo indicativo. La nostra ASL si riserva la facoltà di effettuare variazione in aumento o diminuzione, entro il limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna modificazione del prezzo.
Le apparecchiature proposte in offerta devono, necessariamente assicurare la determinazione dei seguenti parametri:

pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucosio, Lattato, ematocrito, HCO3, TCO3, BEb, BEecf, pH alla temperatura del paziente, pCO2 alla temperatura del paziente, pO2 alla temperatura del paziente, THb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb.

Le apparecchiature, devono possedere le seguenti caratteristiche tenico-qualitative essenziali, pena l'esclusione dalla gara:

- apparecchiature nuove di fabbrica, di ultima generazione dotate di un proprio gruppo UPS;
- funzionamento senza bombole;

- volume del campione ridotto per la determinazione contemporanea di tutti i parametri con siringa o capillare con meno di 200 µl;
- la fornitura di CQ, minimo due livelli, per due-tre volte/die in riferimento alle turnazioni degli operatori;
- video touch-screen a colori, con software in lingua italiana;
- possibilità di archiviazione dati su supporto informatico;
- gestione controllo di qualità completamente automatizzato;
- assenza di manutenzione (allegare manuale dell'operatore con la chiara indicazione delle procedure di operazioni preventive e correttive degli utilizzatori).
- controllo e gestione di campioni non idonei (coaguli, bolle d'aria e sostanze interferenti).

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate nel presente Capitolato Speciale di gara, oltre ad essere conformi alle norme di legge (nazionali e comunitarie) in vigore al momento della fornitura. In caso di segnalazione negativa da parte del Medico utilizzatore, senza alcuna formalità, la ASL si riserva la facoltà di revocare l'affidamento contrattuale, procedendo ad affidare l'appalto alla seconda ditta migliore offerente in sede di gara.

Le ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire ai componenti della Commissione di gara preposti alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale e delle apparecchiature in esame, qualora ciò sia ritenuto necessario, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio per la qualità.

Si sottolinea e chiarisce che sono A TOTALE ED ESCLUSIVO CARICO della ditta appaltatrice tutti gli oneri, spese e qualunque costo inerente l'interfacciamento/integrazione delle apparecchiature emogasanalizzatori concessi in service - con il sistema informatico ospedaliero della ASL gestione del Laboratorio "LIS" (ditta Noemalife-DNLAB).

Art. 4 – VARIANTI DELLA FORNITURA IN CORSO DI CONTRATTO

La ASL si riserva la facoltà, nel corso della durata contrattuale di acquisire "in service" alle stesse condizioni di offerta ulteriori apparecchiature emogasanalitiche identiche (o migliorative) a quelle aggiudicate.

Art. 5 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA.

Entro il termine fissato nel bando di gara per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione, le ditte concorrenti devono produrre per essere ammesse alla gara, la seguente documentazione amministrativa:

contenuto BUSTA A

a) **Capitolato Speciale di gara e Capitolato Generale d'appalto**, firmati e timbrati in ogni foglio. In caso di partecipazione associata (raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari) la sottoscrizione, pena l'esclusione, deve essere apposta dall'impresa individuata quale capogruppo mandataria e dalle impresa/e mandante/i.

b) ai sensi del D.Lgs n° 81/2008, **il documento "Informazione sui Rischi Specifici nell'Azienda ASL 7 di Carbonia"** (allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;

c) in merito ai **requisiti sulla capacità economica-finanziaria** (art. 41 del D.Lgs n° 163/2006 lettera a),

- dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, rilasciata in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, dalla quale si evinca esplicitamente che la ditta candidata sia nelle condizioni tecnico-economiche per espletare la fornitura oggetto del presente appalto. Le Dichiarazioni dei due Istituti Bancari od Intermediari, devono essere presentate gia' in sede di offerta.

  N.B.: Nel caso in cui la ditta concorrente non sia in grado di produrre la seconda referenza bancaria, dovrà dettagliare i motivi in apposita relazione alla quale dovrà allegare una copia autenticata dell'ultimo bilancio approvato.

d) in merito ai **requisiti sulla capacità tecnico-professionale** (art. 42 del D.Lgs n° 163/2006 lettera i),

- indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente subappaltare, di valore comunque non superiore al 30% (trenta percento) dell'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa _____;

e) in caso di **avvalimento** dei requisiti previsti ai punti c) e d) che precedono (capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale), la ditta concorrente si avvale della ditta _____ e a tal fine allega alla presente dichiarazione, la documentazione richiesta e dettagliata all'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. Ai fini dell'avvalimento si sottolinea che ai

sensi del comma 4 dell'art. 49 sopra richiamato, il concorrente e l'impresa ausiliara sono responsabili in solido nei confronti della ASL in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

f) **copia dell'offerta senza prezzi** (la presenza dei prezzi è motivo insindacabile di esclusione dalla gara), dove devono essere riportati, tutti i prodotti consumabili e le relative quantità necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti ed il modello delle apparecchiature proposte in service;

g) **autodichiarazione** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n°445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della ditta o dal procuratore "ad negozia" allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Tale dichiarazione in caso di partecipazione associata deve essere resa da tutti i rappresentanti legali costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario, o procuratori (corredata da eventuali procure), unitamente a copia dei singoli documenti d'identità dei dichiaranti in corso di validità. Si precisa che, qualora il documento di identità sia non in corso di validità, l'interessato deve dichiarare, in calce alla copia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. **Il contenuto dell'autodichiarazione è riportato integralmente nell'Allegato A**. Le ditte partecipanti devono utilizzare per la compilazione gli allegati modelli di dichiarazione o rendere la stessa dichiarazione su foglio di carta intestata. Relativamente a ciascuna ditta costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario deve essere indicata, la tipologia di attività o fornitura di competenza**.** Per le modalità di costituzione, si richiamano gli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

h) **la dichiarazione** di cui al comma 1 lettera m-quater) dell'art. 38 del D.Lgs n° 163/2006 prevista nell'allegato A pag. 3;

i) **modello GAP** (allegato A pag. 10) deve essere compilato e sottoscritto limitatamente al secondo riquadro denominato "Impresa partecipante", pena l'esclusione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario deve essere prodotto per ogni impresa appositamente raggruppata/consorziata. L'indicazione del volume d'affari deve essere riferita all'ultimo esercizio chiuso;

j) **dichiarazione di accettazione** delle condizioni del Capitolato Generale d'appalto (allegato A pag. 9), datata e sottoscritta;

k) **dichiarazione attestante** che l'offerta economica nel suo complesso è stata formulata tenendo conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove deve essere espletato l'appalto;

l) **dichiarazione** con la quale la ditta si impegna ad essere disponibile ad effettuare nel corso della durata contrattuale, la fornitura in service, l'installazione ed il collaudo di ulteriori apparecchiature emogasanalitiche identiche (o migliorative) a quelle aggiudicate (occorrenti ad altre UU.OO. della ASL) e la fornitura del materiale di consumo necessario per il loro utilizzo, alle medesime condizioni pattuite in sede di gara, senza avanzare maggiori pretese, richieste di indennizzi, ristoro o quanto altro;

m) **ricevuta versamento** contributo di partecipazione alla gara pari a **€ 35,00**. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG n° 4540539B4E che identifica la procedura di gara alla quale l'operatore economico intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione di partecipazione alla gara d'appalto:

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento**, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione di gara,** all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione**.** La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "cerca il punto vendita più vicino a te": a partire dal 01/05/2010 è attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara;

- per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso Il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il Codice CIG che identifica la procedura di gara alla quale si intende partecipare.

E' disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti del Servizio di Riscossione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed al seguente indirizzo e-mail: assistenza.riscossione@avcp.it (per informazioni relative alle procedure di pagamento).

La Stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo quale dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo, della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo "Servizio di Riscossione" (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

L'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, dovrà integrare i documenti d'appalto con un mandato speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento. Tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autentica, o copia di essa autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura dovrà essere conferita a chi legalmente rappresenta la ditta capogruppo.

Si sottolinea che in deroga a quanto stabilito all'art. 5 del Capitolato Generale d'appalto per la fornitura di beni e servizi, **NON sono dovuti**:

- la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta;
- la dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs n° 385/1993, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELL'OFFERTA.

Entro il termine fissato nel bando di gara per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione, le ditte concorrenti devono produrre per essere ammesse alla gara, la seguente documentazione tecnica:

contenuto BUSTA B

a) **relazione tecnica** dettagliata sulla struttura di assistenza tecnica e sul tipo di organizzazione propria (indicare nominativi, indirizzi e recapiti telefonici, numero verde ecc.); tenendo presente che i tecnici del servizio dovranno possedere idonea dichiarazione formulata dalla casa fabbricante, di aver effettuato i corsi di addestramento e di aggiornamento sulle apparecchiature oggetto del presente appalto;

b) **manuale modalità d'uso** in lingua italiana, al fine di poter valutare gli aspetti relativi alla sicurezza di utilizzo in relazione alla destinazione d'uso del sistema. In alternativa la ditta potrà presentare adeguata documentazione ove siano comunque reperibili analoghe informazioni quali conformità a norme di sicurezza, avvertenze, precauzioni e protocolli di manutenzione ordinaria a carico dell'operatore, incluse le procedure di pulizia e disinfezione da adottare;

c) **schede tecniche** redatte in lingua italiana di tutte le apparecchiature e del materiale di consumo offerti e necessari per il funzionamento delle apparecchiature e la determinazione degli esami richiesti;

d) **certificazioni IVD** che attestino le applicazioni dei reagenti offerti alle apparecchiature proposte;

e) **certificazioni** da presentare mediante idonea documentazione, in originale oppure in copia debitamente conformizzata a norma di legge, attestante la conformità dei dispositivi offerti alla direttiva 93/42/CEE. La ditta partecipante potrà allegare copia dei Certificati di Sistemi di Qualità ottenuti da Enti o Istituti certificatori e verificatori nazionali ed internazionali;

f) **dichiarazione** con la quale la ditta concorrente dettaglia quali tra i documenti e/o le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata costituiscono "segreti tecnici e commerciali" e pertanto coperte da riservatezza.

Art. 7 – OFFERTA ECONOMICA

La ditta concorrente deve produrre, a pena d'esclusione, al momento della partecipazione insieme a tutti gli altri documenti indicati ai precedenti artt. 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, quanto segue:

contenuto BUSTA C

- **l'OFFERTA ECONOMICA (che non dovrà contenere nessun altro documento).**

L'offerta economica, redatta in carta legale o resa legale, dovrà come da modello fac-simile allegato (pagg. 16-17) riportare:

1) il codice CIG 4540539B4E, tenendo presente che la mancanza del CIG come peraltro qualsiasi inesattezza del CIG trascritto in offerta è a norma di legge motivo di ESCLUSIONE dalla gara;

2) la denominazione, ragione sociale e sede della ditta concorrente, e dovrà essere controfirmata in ogni singola pagina (con firma leggibile e per esteso) dal legale rappresentante dell'impresa o da tutte le imprese eventualmente raggruppate in caso di ATI, ed essere bollata secondo le vigenti disposizioni in materia;

3) la fornitura in "service" di n° 09 (nove) apparecchiature per l'esecuzione di circa n° 20.000 esami annuali di emogasanalisi;

4) la quantità, il tipo e il confezionamento di tutti i prodotti di consumo necessari per l'esecuzione degli esami richiesti;

5) il prezzo unitario di ciascun prodotto di consumo, il numero degli esami che con ogni prodotto possono essere eseguiti, il costo di ciascun esame. Per ciascun prodotto consumabile deve essere espresso il prezzo sia in cifre sia in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per la ASL), praticato per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo scaricata presso i magazzini della ASL;

6) il costo medio di un singolo esame completo di emogasanalisi (IVA esclusa) espresso in cifre e in lettere;

7) l'aliquota I.V.A. corrispondente;

8) il costo presunto annuale (IVA esclusa) per la fornitura in service;

9) il costo presunto triennale (IVA esclusa) per la fornitura in service;

La ditta concorrente, nel formulare la propria offerta economica deve tener conto che i prezzi proposti sono comprensivi di:

a) "service" per tutto il periodo contrattuale delle apparecchiature per emogasanalisi che devono essere di ultima generazione, nuove di fabbrica e dotate di adeguato gruppo di continuità UPS;

b) trasporto, installazione e collaudo delle apparecchiature nei locali scelti dalla ASL;

c) messa in funzione delle stesse, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica;

d) assistenza manutentiva completa "full-risk", con interventi a chiamata senza alcun limite nelle 24 ore (escluse festività, ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica, fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli, per garantire la continuità delle analisi. Nel caso di guasto di una qualsiasi unità strumentale che dovesse risultare non riparabile, deve essere garantita la sostituzione della stessa entro le 36 (trentasei) ore lavorative successive al primo intervento;

e) reattivi e consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento manutentivo (sono a totale carico della ditta appaltatrice);

f) sostituzione a proprie spese delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritiro dell'intero sistema e sostituzione con altro nuovo;

g) tutti gli oneri assicurativi, concernenti la Responsabilità Civile, furto, incendio e altri rischi derivanti dall'utilizzo dell'apparecchiatura;

h) corso di addestramento, a carico della ditta offerente, del personale della ASL per il miglior utilizzo dell'apparecchio di emogasanalisi, ivi compresa la gestione della manutenzione che non richieda specifiche cognizioni tecniche;

i) aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o relativi programmi. Dovrà essere garantita, senza ulteriore aggravio di spesa l'aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero verificarsi nel corso della durata contrattuale.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n 81/2008, la ditta concorrente dovrà dettagliare la composizione della propria offerta, in relazione ai seguenti parametri:

- specificazione dei costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura;
- costo relativo al lavoro, con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico appalto.

In relazione al D.Lgs n° 81/2008, si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in rapporto alle eventuali "interferenze", viene stimato in € 0 (Euro zero).

In sede di gara sarà effettuata la verifica dei conteggi presentati dalle ditte offerenti tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari.

Si precisa che il prezzo globale per la fornitura in service, deve essere onnicomprensivo e che in caso di valutazione dell'anomalia dell'offerta, la ASL procederà come stabilito agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/2008.

In relazione all'offerta presentata, ciascuna ditta concorrente entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dovrà produrre, esclusivamente a richiesta scritta di questa ASL, le seguenti giustificazioni (tenendo conto della loro incidenza percentuale sull'appalto):

- l'economia del metodo di prestazione della fornitura in service;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, o per prestare il servizio;
- l'originalità del progetto, delle forniture e del servizio;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- le spese generali;
- l'utile d'impresa;
- altri eventuali oneri non espressamente riportati.

Nella esposizione del prezzo unitario d'offerta, la ditta concorrente è tenuta ad indicare l'arrotondamento/troncamento fino alla seconda cifra decimale al fine del confronto economico e dell'aggiudicazione. In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà assunto quale valido ai fini contrattuali quello più vantaggioso per la ASL. L'offerta deve avere una validità minima di 180 giorni per consentire le procedure di valutazione ed aggiudicazione.

Art. 8 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara d'appalto elencata nei precedenti artt. 5, 6 e 7, deve essere inserita all'interno di una busta di adeguato spessore e dimensione, nel modo seguente:

- **Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** – contenete la sola documentazione elencata e dettagliata nell'art. 5.
- **BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA –** contenente la sola documentazione elencata e dettagliata nell'art. 6.
- **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – contenete la SOLA OFFERTA ECONOMICA** di cui all'art. 7, che deve rimanere segreta nella fase preliminare di ammissione e valutazione dell'offerta tecnica. Tale busta deve essere debitamente chiusa con le modalità descritte di seguito per il plico, debitamente firmata dallo stesso firmatario dell'offerta economica e timbrata sui lembi. All'esterno, oltre al mittente deve contenere la dicitura: CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI EMOGASANALITICI DIETRO CESSIONE IN "SERVICE" DELLE APPARECCHIATURE.

Entrambe le tre (3) buste di cui sopra:

- la busta **A** contenete la documentazione amministrativa (di cui all'art. 5);
- la busta **B** contente la documentazione tecnica (di cui all'art. 6);
- la busta **C** contenente la sola offerta economica (di cui all'art. 7);

devono essere inserite in una busta o plico di adeguate dimensioni e robustezza tali da contenere entrambe le tre buste suddette. Tale busta (o plico) deve essere debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo. Sui lembi di chiusura (prima di apporre il nastro adesivo) deve essere apposta la firma dell'offerente e il timbro della ditta. Sul fronte del plico, oltre al mittente deve essere chiaramente riportato l'indirizzo della ASL:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
Servizio Acquisti – Ufficio Gare
Via Dalmazia n. 83
09013 – CARBONIA

Sul lato sinistro del plico, in modo bel visibile deve essere apposta la dicitura: offerta per la gara fornitura triennale di materiale di consumo occorrente per la determinazione dei valori emogasanalitici dietro cessione in "service" delle apparecchiature.

Si sottolinea l'opportunità di porre la massima attenzione nel confezionamento del plico.
Il plico deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo Generale della ASL, esclusivamente in uno dei seguenti modi a scelta della ditta partecipante:

- con raccomandata tramite Servizio Postale di Stato;
- a mezzo posta celere;
- a mezzo posta prioritaria;
- a mezzo di agenzia o corrieri.

Si precisa in merito al recapito del plico offerta, che l'Ufficio Protocollo Generale della ASL (presso il Servizio Affari Generali tel. 0781 – 6683502) ubicato al 2° piano in via Dalmazia 83 a Carbonia, è operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì con il seguente orario: mattina dalle ore 8 alle ore 13; pomeriggio nei soli giorni di lunedì e martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

I plichi che perverranno in orari diversi non potranno essere accolti.

La presentazione del plico entro il termine perentorio specificato nel bando di gara, resta a totale ed esclusivo carico della ditta partecipante che nulla può pretendere dalla ASL per il mancato o tardivo recapito dei medesimi.

Chiarimenti e/o informazioni.

Le eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni che la ditta partecipante ritenga opportuno di presentare in merito alla presente gara, dovranno pervenire per via elettronica agli indirizzi e-mail aziendali:
ufficio.gare@aslcarbonia.it
antonella.pintore@aslcarbonia.it

oppure a mezzo fax al n° 0781 – 6683224

improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 08/11/2012, per consentire alla ASL di acquisire gli elementi necessari e di fornire agli interessati chiarimenti e comunicazioni, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 71 comma 2 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. che saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale www.aslcarbonia.it "Albo Pretorio – Bandi e Gare".

Art. 9 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura in service è aggiudicata in favore della ditta che avrà formulato l'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., tenuto conto dei prezzi del materiale di consumo e della qualità dell'apparecchiatura proposta, risultante dalla somma dei punteggi assegnati al prezzo e alla qualità così come sotto dettagliato.

PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO
A) PREZZO	**40 PUNTI**
B) QUALITA'	**60 PUNTI**

I criteri di valutazione dell'offerta sono così stabiliti:

a) Prezzo al prezzo più basso sono assegnati punti **40/100**
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 40 in modo proporzionale alla differenza di prezzo secondo la formula: $POY = \frac{OB \times 40}{OY}$
dove:
OB = è l'offerta più bassa
OY = è l'offerta da confrontare
POY = è il punteggio da attribuire all'offerta confrontata

b) Qualita' sarà assegnato un punteggio massimo di punti **60/100**

applicando la formula che segue (allegato P, punto II lettera a) n. 4 del DPR n° 207/2011)

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
$C(a)= \Sigma n [Wi* V(a) i]$
Dove:
C(a)= indice di valutazione dell'offerta a
n = numero dei requisiti
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i
V(a) i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito(i) variabile tra 0 e 1;
Σn= sommatoria
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa i coefficienti V(a) saranno determinati attraverso la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,50
Insufficiente	0

I coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Tali coefficienti sono poi applicati ai fattori ponderali per ogni criterio.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate.
Tutti gli elementi numerici saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
L'aggiudicazione scaturirà dalla somma del punteggio conseguito nei due elementi parametrici (qualità e prezzo) e che risulterà il più economicamente vantaggiosa.

I requisiti di valutazione relativi all'offerta tecnica sono i seguenti:

PUNTEGGIO PER LA QUALITA' 60/100	
Descrizione criteri di valutazione	**Punteggio massimo**
1) facilità di utilizzo, tempi ridotti di attivazione, nessuna operazione manuale di attivazione e calibrazione, con varie tipologie di n°/pezzature di esami per cartuccia	**15**
2) controllo di qualità automatico, di lunga durata a bordo, numero di controlli adeguato anche in caso di ripetizione del controllo o esecuzione di controlli estemporanei come ausilio alla validazione, blocco automatico dei parametri, stabilità dei lotti QC. La ditta dovrà fornire la documentazione sul CQ e sul numero di livelli forniti.	**10**
3) integrità delle cartucce in caso di interruzione dell'energia elettrica, garanzia di salvataggio dati, trasferimento automatico dei dati al ripristino della rete elettrica	**10**
4) controllo e monitoraggio centralizzato delle apparecchiature attraverso un sistema gestionale con interfaccia utente facile ed intuitiva, dotato di pannello di controllo unico per l'intero parco macchine interfacciato al LIS del Laboratorio (ditta Noemalife)	**10**
5) ridotto numero di reagenti e consumabili (indicare il numero e la tipologia di ogni prodotto da gestire)	**6**
6) stoccaggio di tutto il materiale a temperatura ambiente	**5**
7) assistenza remota	**4**
Totale complessivo punteggio qualità 60/100	**60**

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione del punteggio per la qualità saranno effettuati da un'apposita Commissione il cui giudizio è insindacabile. La ditta concorrente dovrà raggiungere un punteggio qualità pari ad almeno punti 30 su 60 del punteggio massimo disponibile per la qualità. Le offerte delle ditte concorrenti che non avranno raggiunto almeno punti 30/60 del punteggio totale per la qualità, non saranno ammesse alle fasi successive di gara (apertura offerta economica).

L'aggiudicazione sarà proposta in favore della ditta concorrente che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

In deroga a quanto previsto all'art. 11 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", la ASL a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La ASL potrà non procedere all'aggiudicazione, qualora accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui. Nell'ipotesi di offerte prezzo-qualità uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto ai concorrenti interessati. Qualora le ditte non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario (art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827). La ASL sia per motivi di opportunità sia per motivi economici, in caso di eccessiva onerosità dell'offerta, come per sopraggiunte diverse esigenze organizzative, si riserva la facoltà di non dare corso ad aggiudicazione alcuna, ovvero ad aggiudicazione parziale senza che la ditta aggiudicataria possa opporre eccezioni e tanto meno richiedere indennizzi o ristoro alcuno ad alcun titolo.

Fasi della procedura di affidamento.

Il procedimento di gara avverrà secondo la normativa vigente ed esso avrà il seguente svolgimento:

1. in seduta pubblica la Commissione di gara procederà alla verifica e al controllo della documentazione amministrativa contenuta nella busta A; della documentazione tecnica riscontrando la presenza di tutti i documenti contenuti nella busta B (rinviando per il controllo nel merito alla seduta privata) ed alla conseguente ammissione delle ditte alla fase successiva di gara;
2. in seduta privata la Commissione di gara esaminerà e valuterà in dettaglio la documentazione tecnica verificandone la conformità/idoneità alle specifiche di Capitolato, attribuendo il punteggio per la qualità e redigendo apposito verbale (di cui sarà data lettura in seduta pubblica);

3. in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti (mediante fax con un preavviso di cinque giorni) la Commissione di gara renderà note le risultanze della valutazione tecnico-qualitativa, quindi procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'attribuzione dei punteggi per il prezzo, di quelli definitivi e all'individuazione della ditta provvisoriamente aggiudicataria.

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di gara durante le sedute pubbliche, ma solo i titolari delle ditte offerenti, i rappresentanti legali e le persone munite di regolare procura legale, hanno il diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Art. 10 – RESPONSABILE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 272 comma 5 del DPR n° 207/2010, il Direttore della fase di esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera che si rapporterà con il Resp.le del Servizio Acquisti per la gestione dell'eventuale contenzioso.

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

La ASL procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias. Fanno carico alla ditta aggiudicataria, tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché ove sia fatto ricorso al Notaio, le spese notarili, nonché le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

Art. 12 – FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, la ditta aggiudicataria deve garantire sempre con continuità il perfetto funzionamento dei sistemi emogasanalitici per tutta la durata del contratto, garantendo tempestivamente ogni intervento per eliminare ogni tipo di inconveniente segnalato dalla ASL. La ditta aggiudicataria risponde degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi.

Art. 13 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le apparecchiature di emogasanalisi devono essere consegnate, installate e collaudate presso le UU.OO. indicate nel precedente art. 1 del presente Capitolato Speciale, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera di avvenuta aggiudicazione, fatte salve condizioni più favorevoli.
Con la consegna delle apparecchiature la ditta appaltatrice deve fornire la dichiarazione, rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui vengono specificate le normative di riferimento per la sua costruzione, quali norme generali CEI e quanto altro inerente e materialmente non menzionato. All'atto della fornitura deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita ed il numero di serie.
La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate per la responsabilità civile per danni a persone e cose e contro i rischi di incendio, furto, ecc.
Alla scadenza del contratto, la ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle apparecchiature fornite in "service", previo "nulla-osta" scritto da parte dell'U.O. utilizzatrice delle stesse anche in assenza di espressa richiesta della ASL, rimanendo tale onere a carico della ditta appaltatrice.
Il materiale di consumo, di volta in volta ordinato, deve essere consegnato entro il termine massimo di gg. 10 (dieci) dalla data di ricevimento dell'ordine. La vita utile del prodotto, all'atto della consegna, deve essere non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità del prodotto stesso. Le consegne devono essere effettuate secondo l'indicazione riportata nell'ordine di fornitura. La merce viaggia a rischio e pericolo della ditta appaltatrice, pertanto l'allestimento dovrà essere accurato e tale da evitare avarie e perdite del prodotto. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna delle apparecchiature e del materiale di consumo merce ordinato.

Art. 14 – COLLAUDO DEI SISTEMI

Le operazioni di collaudo delle apparecchiature di emogasanalisi dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d'arte, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di installazione, salvo imprevedibili documentate circostanze di forza maggiore. Nell'ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di installazione, il ritardo equivarrà a mancata consegna.
Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta aggiudicataria ed i responsabili tecnico-sanitari designati della ASL. Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta installazione delle apparecchiature, nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d'arte.
La ditta appaltatrice dovrà fornire a proprie spese tutto quanto necessario (reagenti, consumabili ecc.) al collaudo delle apparecchiature consegnate.
Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non

esonerano la ditta appaltatrice da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo se positivo.
Qualora l'esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l'onere di provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali la ASL provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, al conseguente incameramento della garanzia fideiussoria di esecuzione fino alla concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno non coperto dalla garanzia fideiussoria.

Art. 15 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La ditta aggiudicataria qualora immetta in commercio durante il periodo contrattuale nuovi kits o nuove apparecchiature emogasanalitiche, analoghe a quelle oggetto del presente appalto che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre alla ASL di sostituire le apparecchiature e/o il materiale di consumo nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, senza che i prezzi abbiano a subire variazioni in aumento.

Art. 16 – SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE

Qualora nel corso del rapporto contrattuale vi fosse la necessità di sostituire il modello dell'apparecchiatura offerta, tale sostituzione, avverrà previa preventiva comunicazione scritta e formale conseguente accettazione da parte della ASL, a condizione che l'apparecchiatura emogasanalitica proposta in sostituzione abbia capacità operative, condizioni tecniche, sistemi di lavoro quanto meno sovrapponibili o migliori di quelli in uso, tale da non comportare variazioni in aumento dei costi relativi al materiale utilizzato.

Resta chiarito che la ASL si riserva in ogni caso la facoltà di non accogliere la sostituzione proposta. In tale ipotesi, qualora la ditta appaltatrice non sia in condizione di onorare il contratto con l'apparecchiatura offerta, la ASL procederà alla risoluzione in danno del contratto medesimo.

Art. 17 – SOSTITUZIONE PRODOTTI

La ditta aggiudicataria nel caso di introduzione di nuovi prodotti o variazioni di confezionamento, è tenuta a darne immediata comunicazione scritta alla ASL e a fornire il materiale da sostituire, fermo restando il prezzo unitario e previa richiesta o parere favorevole del Responsabile dell'U.O. richiedente.

Art. 18 – RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

La ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto stesso.
La ditta aggiudicataria è altresì ritenuta responsabile dei danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabile ad essa o ai suoi dipendenti, e dei quali danni fosse chiamata a rispondere la ASL, che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. Nel merito le Parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si intendono a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 19 – TRASPORTO E RISCHI DI PERDITA

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera delle apaprecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali della ASL, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare la ASL da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature, non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di questa ultima.
La ditta aggiudicataria, inoltre, garantisce la ASL contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dei suoi incaricati.

Art. 20 – PENALI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna del materiale di consumo, nonché a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento. In caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura in service, la ASL si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali:

- **consegna delle apparecchiature emogasanalizzatori;**

  la ditta qualora non provveda a consegnare le apparecchiature entro il termine previsto (30 giorni), fino a 15 giorni sarà addebitato un importo di € 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un importo massimo del 10% del valore annuale del contratto. Trascorsi i 15 giorni, la ASL potrà risolvere il contratto o addebitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l'installazione presso altra ditta. La ASL si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria in sede di gara.

- **Tempi di intervento tecnico:**

  la ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, a suo totale onere e carico, presso il domicilio della ASL, nella sede in cui è dislocata l'apparecchiatura, con interventi, nel termine massimo di 24 ore (escluse festività ma comprese le prefestività), decorrenti dalla richiesta telefonica, fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli, per garantire la continuità delle analisi. In caso di inosservanza dei tempi previsti, sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo annuale del contratto per ogni giorno di ritardo, fino al un massimo del 10%.

- **Consegna del materiale consumabile:**

  1. Nel caso in cui la consegna del materiale di consumo non dovesse essere eseguita nel termine previsto di dieci giorni dalla data di ricezione dell'ordine, la ASL a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue da applicarsi al valore dell'ordine:
     per ordini fino a € 5.164,56 ⇐ 1%
     per ordini superiori a € 5.164,56 ⇐ 2%
  2. Il frazionamento della consegna del materiale di consumo rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna" e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente punto 1.
  3. Configurerà e sarà disciplinata altresì come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o materiale privo dei requisiti previsti. La merce difforme sarà restituita alla ditta appaltatrice a spese e mezzi della stessa, senza che la ditta possa pretendere alcun compenso o risarcimento.
  4. Sia nell'ipotesi del frazionamento della consegna, sia nell'ipotesi di consegna di materiale difforme e/o materiale privo dei requisiti previsti, il Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedlaiera, deputato a ricevere la merce non prenderà in consegna la stessa.
  5. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, la ASL ha facoltà di considerare risolto il contratto ed affidare la fornitura, ove possibile, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando alla ditta inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggiore prezzo pagato, agendo o sui crediti che la ditta vanta nei confronti della ASL o sulla garanzia fideiussoria di esecuzione.
  6. Analoga facoltà di risoluzione e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. La ASL concretatesi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà alla ditta appaltatrice apposita dichiarazione in tal senso.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti alla ASL e le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti della ASL della ditta appaltatrice in ordine alla violazione dei patti contrattuali. Le consegne del materiale di consumo dovranno essere effettuate nei luoghi e nei quantitativi indicati nell'ordine, in porto franco, con il carattere della somministrazione.

Art. 21 – REVISIONE PREZZI

I prezzi, resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo della fornitura in service, compresa l'eventuale proroga trimestrale di cui all'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'appalto, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del D.Lgs n° 163/2006 (adeguamento prezzi), tenendo presente che:

- l'adeguamento dei prezzi sarà operato sulla base di un istruttoria condotta dal dirigente responsabile del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, sulla base dell'Indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) esclusi i tabacchi, mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- l'adeguamento dei prezzi dovrà essere richiesto alla ASL per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al Servizio Acquisti/Ufficio Gare, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della data di esecuzione della fornitura, con allegati i relativi calcoli che saranno discrezionalmente valutati dalla ASL;
- sono escluse dall'adeguamento dei prezzi i servizi/le forniture eseguite nel primo anno a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni contrattuali.

Qualsiasi adeguamento dei prezzi di contratto, dovrà essere espressamente autorizzato dalla ASL con apposito atto deliberativo. Si chiarisce che applicazioni unilaterali del meccanismo di adeguamento periodico dei prezzi, non saranno considerate valide.

Art. 22 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., la ditta partecipante deve indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende, eventualmente, subappaltare a terzi – che in ogni caso non deve essere superiore al 30% dell'aggiudicazione. La ditta appaltatrice NON potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio/fornitura oggetto del presente appalto, SENZA essere preventivamente autorizzata tramite regolare atto deliberativo della ASL. Si precisa, che è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 23 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS n°81/2008

La ASL e la ditta aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro. La ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.
A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di tutela necessarie. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli della ASL, nel caso di eventuali interferenze. Prima dell'inizio dei lavori, servizi e forniture le Parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti inerenti la sicurezza degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività affidate con il presente contratto evidenziando, con apposito verbale, le condizioni degli stessi e le misure concordate per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, servizi e forniture il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (qualora necessario) al competente Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL. Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, la ASL e la ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilità, l'obbligo di:

a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Al fine di favorire l'adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre all'incontro sopra richiesto, ai necessari sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle rispettive attività interferenti, la ASL e la ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, in presenza di eventuali rischi imprevisti, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle misure concordate e l'andamento dei lavori. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria.

Art. 24 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto, sarà risolto "ipso jure" nei seguenti casi:
a) sospensione della fornitura per colpa della ditta aggiudicataria;
b) recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
c) recidiva nei ritardi delle consegne o delle sostituzioni;
d) cessioni contrattuali o sub forniture, anche se parziali;
e) fallimento della ditta aggiudicataria.

La risoluzione del contratto comporterà come conseguenza l'incameramento da parte della ASL appaltante della garanzia fideiussoria di esecuzione a titolo di penale ed inoltre il fornitore sarà tenuto a risarcire la ASL di ogni maggiore onere e spesa per l'esecuzione in danno della fornitura.

Art. 25 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

La fatturazione deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento al documento di trasporto (bolla di consegna) del materiale consumabile ed all'ordine di fornitura.
Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. n° 231/2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

Art. 26 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO

Tutte le comunicazioni, inerenti e concernenti l'esecuzione della presente fornitura in service, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo lettera racc. A.R. o fax.
La ditta appaltatrice elegge, ai fini contrattuali e legali il proprio domicilio legale in Carbonia.
Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163).

Art. 27 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente Capitolato Speciale d'appalto e dalle norme in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso della durata contrattuale.
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Capitolato Service emogasanalisi 2012

FAC – SIMILE OFFERTA

Da redigere in bollo ed in caso di ATI sottoscrivere da parte di tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte costituenti l'ATI

Spett.le **A.S.L. N° 7 DI CARBONIA**
SERVIZIO ACQUISTI/UFFICIO GARE
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

OGGETTO: **CIG N° 4540539B4E - APPALTO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI EMOGASANALITICI DIETRO CESSIONE IN SERVICE DELLE APPARECCHIATURE.**
Offerta economica n°_____ del _____.

Il sottoscritto _____nato il _____ a _____

residente in _____ CAP _____ Via _____ n° _____

C. F. _____,in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale)_____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____ , via _____n°___

C.F._____ Part. IVA. _____

Telef. _____ Fax _____ e-mail _____ __

(nel caso di ATI riportare gli stessi dati per ciascuna Ditta costituente l'ATI)

Iscritta alla Camera di Commercio di _____

con il n. _____ in data _____

con riferimento al bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale con opzione di rinnovo annuale di materiale di consumo occorrente per la determinazione di esami di emogasanalisi dietro cessione in service delle apparecchiature, nel dichiarare di accettare tutte le condizioni di appalto formulate nel Capitolato Generale e nel Capitolato Speciale, e di poter effettuare la fornitura in service richiesta, avendone la capacità tecnico-economica e professionale ed essendone legalmente abilitato, espone, la propria offerta economica per la fornitura in service richiesta per tutta la durata contrattuale, che si riporta di seguito e che si dichiara sin da ora remunerativa:

Fornitura in service di 09 (nove) apparecchiature emogasanalizzatori

marca_____,

modello _____

cod. _____

MATERIALE DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE DI CIRCA 20.000 ESAMI ANNUALI DI EMOGASANALISI.

(aggiungere i dati relativi alla CND e al n° di Repertorio se previsti dalla normativa vigente)

Descrizione materiale di consumo	Codice	Marca	Conf.to di vendita	Q.ta confezioni annue	Costo singola confezione	% IVA	Costo totale annuo (IVA esclusa)
Costo medio per singolo esame completo di EGA € …… (IVA esclusa)							
Costo totale presunto annuale della fornitura (IVA _____% esclusa)							0,00
Costo totale presunto triennale della fornitura (IVA _____% esclusa)							0,00

Incidenza (espressa in valore percentuale):

Costo relativo alla sicurezza: _____ %

Costo relativo al lavoro: _____ %

_____li _____

LA DITTA

_____

(timbro e firma del o dei legali rappresentanti della Ditta o ATI offerenti – da parte degli stessi firmatari delle dichiarazioni)