Oggetto: gara d'appalto – procedura aperta - fornitura triennale con opzione di rinnovo annuale, di materiale di consumo occorrente per la determinazione dei valori emogasanalitici dietro cessione in service delle apparecchiature.
CIG n° 4540539B4E.

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI.

Quesito N° 1.

A pag. 3 del Capitolato Speciale di gara si richiede: "la fornitura di CQ, minimo due livelli, per due/tre volte die in riferimento alla turnazione degli operatori".

Il calcolo dei controlli sulla base della frequenza sopraindicata, determina un numero di test annuo per controlli quasi pari al numero di determinazioni richieste in gara 2 ctrl * 3 volte die *365 gg *9 strumenti = 19.710 test con notevole aggravio di spesa per la fornitura di materiale di consumo, reagenti e materiale di controllo a carico degli offerenti.

Siamo pertanto a chiedere la possibile adozione di uno schema alternativo di esecuzione dei controlli, che, pur garantendo la verifica in sicurezza delle condizioni operative di lavoro, permetta una riduzione del numero di determinazioni per il QC – ad es. una buona e sicura frequenza di controlli potrebbe essere 3 livelli/die (normalità, acidosi, alcalosi) suddivisi nell'arco delle 24 h.

Risposta:

Si ritiene accettabile lo schema alternativo proposto in merito alla fornitura di CQ come definita in Capitolato Speciale.

Quesito N° 2.

Al fine di identificare le caratteristiche del sistema del controllo di qualità da offrire, si richiede la conferma della necessità delle seguenti funzioni:

1) riepiloghi statistici (CV%, media, SD);

2) rappresentazioni grafiche (diagrammi L-J).

Risposta:

In merito alla identificazione delle caratteristiche del sistema di controllo di qualità si ritengono necessarie entrambe le funzioni definite ai punti 1) e 2).

Quesito N° 3.

Si richiede di confermare la capacità del sistema di attivare automaticamente azioni conseguenti all'esito del controllo quali: avviso, segnalazioni, blocco o ripetizione del parametro/i fuori range del controllo di qualità.

Risposta:

SI conferma.

Quesito N° 4.

A pag. 2 del Capitolato Speciale "art. 3 – quantità di fornitura e caratteristiche tecniche" – si chiede che l'apparecchiatura proposta dovrà disporre di un collegamento al LIS del Laboratorio Analisi (ditta Noemalife) della ASL, onde poter consentire il controllo e il monitoraggio continuo dei vari sistemi di apparecchiature in service dislocati nei vari reparti e nel territorio". Poiché la fornitura

interessa due P.O. (P.O. Sirai Carbonia – P.O. S. Barbara Iglesias) si chiede di specificare se vengono richiesti 2 collegamenti distinti, uno per ciascun P.O. – oppure, di collegamento ad un unico LIS aziendale.

Risposta:

Si richiede un singolo collegamento ad un unico LIS Laboratorio aziendale.

Quesito N° 5.

Per una corretta stesura dell'offerta, dove viene sommariamente richiesto un totale di 20.000 test annui, si chiede di specificare il numero dei test previsti per ogni unità operativa.

Risposta:

PRESIDIO ASL	UNITA' OPERATIVA	N° ESAMI/ANNUO PRESUNTI
P.O. SIRAI	Anestesia e Rianimazione	3.000
P.O. SIRAI	Medicina - Pneumologia	1.500
P.O. SIRAI	Pronto Soccorso	1.500
P.O. SIRAI	Nefrologia Dialisi	3.000
Carloforte	Centro Dialisi	1.000
P.O. S. Barbara	Anestesia e Rianimazione	5.000
P.O. S. Barbara	Nefrologia e Dialisi	3.000
P.O. C.T.O.	Anestesia	1.000
Buggerru	Centro Dialisi	1.000
Totale complessivo presunto esami/anno		**20.000**

Quesito N° 6.

Nel rispetto dei quantitativi previsti complessivamente per i 36 mesi di fornitura, è consentito offrire porzioni di confezione in relazione ai quantitativi annui?

Risposta:

NO.

Quesito N° 7.

Chiarimento in merito alle modalità di assistenza tecnica indicate nel Capitolato Speciale pag. 6 punto d) assistenza tecnica manutentiva completa full risk con interventi a chiamata senza alcun limite nelle 24 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica, fax o fonogramma.

Domanda: 24 ore è da intendersi solari o lavorative?

Risposta.

Solari.