



## **AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 27/03/2015**

**OGGETTO:** Procedura aperta fornitura sacche per raccolta sangue e filtri con strumentazione in service – Gara n. 5926343.

Stante quanto precisato nell'avviso del 10/03/2015, si precisa che il punteggio qualità, di cui all'art. 6 del disciplinare di gara, è da assegnarsi come segue:

	<b>SACCA QUADRUPLA T&amp;B DA 450 mL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>A</b>	Presenza coni di frattura (Break-Off) in materiale plastico con apertura automatica da dispositivi dedicati.	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	Presenza di Clamp irreversibile sulla linea di campionamento per una completa sicurezza del donatore/paziente	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	Sistema retrattile di protezione dell'ago, con arresto di sicurezza, ad unico movimento. Sistema trasparente per una migliore visione del sito di venipuntura	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	Sacche e Filtri in Confezionamento singolo	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	Sacche e Filtri Latex free	<b>3</b>	<b>0</b>

-	<b>SACCA OTTUPLA T&amp;T PER PREPARAZIONE DI GEL PIASTRINICO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>F</b>	<del>Presenza coni di frattura (Break-Off) in materiale plastico con apertura automatica da dispositivi dedicati.</del>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<del>Presenza di Clamp irreversibile sulla linea di campionamento per una completa sicurezza del donatore/paziente</del>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>H</b>	<del>Sistema retrattile di protezione dell'ago, con arresto di sicurezza, ad unico movimento. Sistema trasparente per una migliore visione del sito di venipuntura</del>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<del>Sacche e Filtri in Confezionamento singolo</del>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<del>Sacche e Filtri Latex free</del>	<b>1</b>	<b>0</b>

	<b>STRUMENTI</b>	SI	NO
<b>M</b>	Scompositore automatico dotato di sensore che monitorizza il passaggio della soluzione conservante in modo da evitare il transito dell'aria nel filtro, migliorando così le performance di filtrazione	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>N</b>	Scompositore con apertura dei break-off in completa automazione	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>O</b>	Scompositore automatico con possibilità di usare una delle testine come saldatore autonomo	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>P</b>	Scompositore automatico con possibilità di usare una delle bilance in modalità autonoma	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Q</b>	Scompositore automatico in grado lavorare sistemi di sacche dedicati al sangue cordonale e al gel piastrinico	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>R</b>	Bilancia con braccio rialzato posizionabile su entrambi i lati con tastiera comandi ergonomica "salva postura" e alloggiamento per lettore di codice a barre	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>S</b>	Bilancia con antenna luminosa visibile a distanza indicante la fine donazione	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>T</b>	Bilancia con possibilità di ricevere dal software gestionale una lista di 10 codici a barre da confrontare per ciascuna donazione, anche totalmente diversi fra loro.	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	Saldatore portatile, con autonomia di almeno 1000 saldature	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	Saldatore dotato di protezione contro il surriscaldamento, per garantire saldature ravvicinate di qualità costante, con relativo allarme contro il surriscaldamento.	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Z</b>	Connettore sterile senza l'utilizzo di lame per la connessione sterile.	<b>4</b>	<b>0</b>

Carbonia 27/03/2015

*IL RUP*  
*Dr. Carlo Contini*

