



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

“FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE SANITARIE PER IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS. CUP F52G12000220006 - GARA N. 6062353.”

## Riscontro Chiarimenti 3

### Richiesta di chiarimento n° 7

Rif. Lotto n.2 “N.5 Apparecchi per anestesia ad alte prestazioni”

- a. Viene richiesta un'autonomia di almeno 4 ore, parametro che risulterebbe molto restrittivo nella scelta delle apparecchiature anche considerando il fatto che la Sala Operatoria generalmente presenta una propria autonomia elettrica.
- b. Inoltre viene richiesto di presentare in opzione una “cartella clinica informatizzata per anestesia”: cosa si intende per opzione? Il sistema deve essere compatibile con la cartella clinica? La cartella clinica deve essere presente? Deve essere quotata?

### Risposta al chiarimento n° 7

- a. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, “i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese”, pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.
- b. Il sistema deve essere compatibile e aperto all'implementazione di un sistema di cartella clinica informatizzata, con possibilità di registrazione automatica dei parametri paziente rilevati dal monitoraggio e dal ventilatore e di inserimento di tutti i dati relativi alla procedura anestesologica.

### Richiesta di chiarimento n° 8

Rif. Lotto 3 A, *specifiche tecniche di monitors multiparametrici*, si chiede di specificare se la caratteristica “ECG e relativo cavo di connessione a 12 derivazioni” sia da intendersi come ECG con visualizzazione contemporanea delle 12 derivazioni tramite cavo a 10 terminali.

### Risposta al chiarimento n° 8

Si conferma che la ditta dovrà offrire un modulo ECG, con cavo di connessione a 10 terminali, che consenta la visualizzazione contemporanea e continuativa di 12 derivazioni. In ogni caso si rammenta che, come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, “i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese”, pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.

### Richiesta di chiarimento n° 9

- a. Il Capitolato prevede la possibilità di “collegare il sistema telemetrico della colonna anestesologica direttamente al sistema di cartella clinica, includendo l'informazione dell'andamento dei parametri vitali del paziente direttamente nel registro operatorio, controllare mediante dispositivi di monitoraggio wireless i parametri vitali dei pazienti...”; **si chiede conferma che queste funzioni debbano essere implementate da chi risponde ai lotti 2 e 3 e non per il lotto 1.**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

- b. Al fine di poter valutare almeno parzialmente l'impatto economico sulla nostra offerta **si richiede di fornire la tipologia di protocolli di interfacciamento con l'applicativo SOWEB.**
- c. Visto che i lettori CD multi disco sono una tecnologia ormai obsoleta, che dovrebbero essere alloggiati nel rack e quindi in posizione scomoda per il carico/scarico dei CD/DVD **richiediamo conferma della possibilità di inserire in offerta una porta interna alla sala per il collegamento di dispositivi come iPod, telefoni cellulari ed altri dispositivi per la lettura di mp3 e/o radio digitale.**
- d. Ai fini della partecipazione alla apertura delle offerte fissata per il giorno 28/7/2015 ed eventuali successive aperture, **vi chiediamo se, in caso di delegato non Legale Rappresentate o Procuratore Speciale, è sufficiente la delega da parte del Legale Rappresentante.**

#### **Risposta al chiarimento n° 9**

- a. La ditta che fornisce il "Sistema per la gestione integrata di tutti i dispositivi presenti nella sala operatoria" deve assicurare la gestione integrata "delle funzioni, delle applicazioni e dei moduli presenti in sala operatoria", compreso il collegamento del "sistema telemetrico della colonna anestesiologicala direttamente al sistema di cartella clinica, includendo l'informazione dell'andamento dei parametri vitali del paziente direttamente nel registro operatorio" ed il controllo mediante dispositivi di monitoraggio wireless dei parametri vitali dei pazienti etc. Come specificato alla pag. 23 del Capitolato Speciale, "la Ditta aggiudicataria deve assicurare l'interfacciamento del software, nonché curare la connessione delle singole apparecchiature e/o attrezzature al sistema offerto. All'atto del collaudo, qualora il sistema non risulti realmente compatibile e interfacciabile con le apparecchiature, detta condizione costituisce elemento per la revoca dell'aggiudicazione".
- b. Utilizzo dello standard HL7 come protocollo per lo scambio di informazioni (integrazioni) con l'attuale sistema informativo Ospedaliero.
- c. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.
- d. Si conferma quanto previsto nel bando di gara (punto IV.3.8)

#### **Richiesta di chiarimento n° 10**

*Riferimento Lotto "8" Voce "F" Sistema trasporto campioni sotto vuoto*

Si chiede di specificare se il sistema, oltre a poter confezionare sotto vuoto i campioni, deve essere corredato di apparecchiatura per il trasporto extra ospedaliero a temperatura controllata tra 0° e 4° C, e se lo stesso deve essere di tipo portatile e se di tipo alimentato corrente elettrica.

Si chiede inoltre di specificare se il sistema di tracciabilità, deve essere semplicemente composto da etichettatrice e scanner manuale per l'acquisizione dei codici a barre o deve prevedere anche software particolari per la creazione e gestione dei data base dei campioni trattati.

In caso di presenza software, vogliate specificare le funzioni richieste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

#### **Risposta al chiarimento n° 10**

Come previsto nel Capitolato Speciale alle pagg. 34 e 35, il sistema deve essere completo di "contenitore refrigerato per il trasporto dei campioni". La ditta dovrà descrivere le caratteristiche di tale apparecchiatura.

La ditta dovrà descrivere il "sistema di tracciabilità del campione" proposto, con le sue caratteristiche distintive.

Si rammenta che, come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.

#### **Richiesta di chiarimento n° 11**

- a. Il capitolato tecnico per la colonna laparoscopica prevede che sia **fornita completa di un sistema wireless. Dopo un Vostro chiarimento si evince che il secondo monitor è stato un refuso. Si chiede di confermare se il sistema wireless sia comunque da offrire.**
- b. Nel Capitolato e nei Vostri chiarimenti per l'attribuzione del punteggio è previsto il confronto a coppie. Normalmente vengono previsti, come da normativa, dei criteri per poter attribuire i punteggi di qualità e farsi che si possa confrontare un'offerta con un'altra. Nel caso del lotto 13 che è previsto un punteggio unico 60 si chiede di confermare come avverrà l'attribuzione di punteggi e con quali parametri di attribuzione per poi effettuare il confronto tra le offerte presentate, in modo da creare una classifica di posizione per ciascuna attrezzatura;

#### **Risposta al chiarimento n° 11**

- a. Si conferma la richiesta di sistema wireless.
- b. Si rimanda all'avviso di chiarimenti n° 2 **"risposta al chiarimento punto 4"**

#### **Richiesta di chiarimento n° 12**

- a. Relativamente al lotto 2, vengono richiesti apparecchi di anestesia completi di monitoraggio cardiocircolatorio. In considerazione che nel lotto 3 vengono richiesti monitor cardiocircolatori per preparazione e risveglio, si richiede nell'ottica della compatibilità, di ottimizzazione del flusso di gestione e della possibilità di continuità dei dati, se è possibile scorporare il monitor cardiocircolatori dal lotto 2 e inseriti nel lotto 3;
- b. Relativamente al lotto 2, viene richiesto schermo monitoraggio ventilatorio da almeno 12" e schermo monitor cardiocircolatorio da almeno 19". Si richiede se, in considerazione dei parametri richiesti, della base d'asta disponibile e del fatto che sono disponibili soluzioni di schermi 4:3 e 16:9 (dove un 19" 16:9 ha la stessa altezza di un 15" 4:3 risultandone solo più "lungo") se è possibile considerare non vincolante la dimensione di 19" per lo schermo del monitor cardiocircolatorio, accettando anche soluzioni 15" 4:3, anche in considerazione della possibilità di ripetitore video esterno e potendo la commissione valutare in qualità l'effettiva visibilità dello schermo (che non dipende solo dalla dimensione, bensì anche da altri fattori quali contrasto, luminosità, angolo di visualizzazione, layout, ecc.);
- c. Relativamente al lotto 3 posizione A (monitor), si richiede, date le esigenze di trasportabilità, se possano essere accettati monitor da 10,4", invece dei 12" richiesti, potendo la commissione valutare in qualità l'effettiva visibilità dello schermo (che non dipende dalla dimensione, bensì anche da altri fattori quali contrasto, luminosità, angolo di visualizzazione, layout, ecc.)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASL N. 7 Carbonia**

- d. Relativamente al lotto 3 posizione A (monitor), si richiede se può essere sufficiente un'autonomia di batterie di 3 ore invece di 4 ore che si ritiene essere compatibile con i trasporti nel peri-operatorio;
- e. Relativamente al lotto 3 posizione A (monitor), in considerazione della richiesta di monitor a 7 tracce di cui 2 ECG, si richiede conferma della necessità di monitoraggio con cavo a 12 derivazioni o se possa essere sufficiente cavo ECG a 5 elettrodi (7 derivazioni).
- f. Relativamente al lotto 3 posizione B (defibrillatore), si richiede se può essere sufficiente un'autonomia di batteria di 3 ore invece di 4 ore che si ritiene essere compatibile con un utilizzo nel Blocco Operatorio per la tipologia di apparecchio (defibrillatore), ovvero se l'autonomia minima può essere indicata in numero di scariche alla massima energia invece che in durata di monitoraggio.
- g. Relativamente al lotto 3 posizione B (defibrillatore), si richiede conferma che la modalità semiautomatica debba essere disponibile anche per paziente pediatrico.
- h. Relativamente al lotto 3 posizione B (defibrillatore), si richiede se il tempo di carica <6sec per i 200J è inteso in qualsiasi condizione operativa o solamente in condizione ideale (a batteria, nuova 25°C, ecc)

**Risposta al chiarimento n° 12**

- a. Non possono essere scorporati componenti di un lotto per essere inseriti in un altro. La richiesta non è accoglibile.
- b. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.
- c. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.
- d. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.
- e. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.
- f. Si conferma la richiesta di monitoraggio con cavo a 12 derivazioni, pur rammentando la facoltà della ditta di proporre soluzioni alternative, come specificato per i punto b, c, d, f e h.
- g. Si conferma la richiesta di "Defibrillatore semiautomatico portatile per pazienti adulti e pediatrici".
- h. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.

#### **Richiesta di chiarimento n° 13**

Chiediamo in generale che venga specificato, se il consumabile relativo agli accessori della configurazione richiesta nell'allegato A e quindi indispensabile per il corretto funzionamento, deve essere quotato e se la quotazione di questi verrà presa in considerazione ai fini della valutazione economica del bene oggetto di gara.

#### **Risposta al chiarimento n° 13**

Gli apparecchi forniti non devono funzionare esclusivamente con materiali consumabili della ditta offerente, in quanto la ASL provvederà con successive procedure ad acquisirli sul libero mercato. Non è necessaria la quotazione di tali materiali consumabili.

#### **Richiesta di chiarimento n° 14**

È possibile far dichiarare al PRESIDENTE DEL CDA, nonché consigliere e Amm. Delegato dell'impresa, per quanto a Sua conoscenza, che non sussistono nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed eventuali procuratori citati al punto 4 dell'allegato Modello 1, le cause di esclusione dall'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.Lgs. n° 163/2006" ?

#### **Risposta al chiarimento n° 14**

Si conferma.

#### **Richiesta di chiarimento n° 15**

Si chiede che il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 21.07.2015, sia posposto di almeno 15 giorni.

#### **Risposta al chiarimento n° 15**

Richiesta non accoglibile.

#### **Richiesta di chiarimento n° 16**

All'interno del lotto 13 sono presenti degli elementi riconducibili ad un unico prodotto/brand, che quindi porterebbe alla partecipazione di una sola azienda ed eventualmente distributori locali che proporrebbero comunque i medesimi prodotti.

Viste le specifiche delle caratteristiche indicate, anche il principio di equivalenza non risulta applicabile.

Di conseguenza verrebbe a mancare il principio fondamentale che identifica la natura stessa dell'appalto pubblico e la descrizione delle caratteristiche del lotto 13 risulterebbe essere più idonea ad una Privativa.

Chiediamo pertanto allo Spett.le Ente quanto segue:

- Che il sistema Energy indicato nel lotto della colonna 3D, essendo un'apparecchiatura funzionalmente indipendente, venga giustamente svincolato e inserito in un apposito lotto a sé stante con caratteristiche generali di massima che consentano la più vasta partecipazione dei vari produttori.
- Che le caratteristiche indicate nel lotto 13 vengano riviste a favore di indicazioni meno selettive, in ottemperanza al codice n.86 degli Appalti pubblici che regola il principio di equivalenza delle caratteristiche tecniche, in un'ottica di trasparenza e di apertura ad un mercato concorrenziale nell'interesse dell'Ente specifico e della PA in genere



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

- Che vengano eliminati i componenti vincolanti che "chiudono" il sistema 3D all'interno del sistema integrato di controllo apparecchiature medicali e non medicali espandibile e modulare permettendo quindi la partecipazione di sistemi 3D anche di aziende che non partecipano per il lotto 1 di sistema per la gestione integrata...in cui si fa riferimento alla integrazione delle colonna laparoscopica

**Risposta al chiarimento n° 16**

Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, "i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese", pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti, saranno pertanto valutate, in sede di gara, tutte le offerte riferite al presente lotto.



**Il RUP**  
**Ing. Brunello Vacca**