



“FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE SANITARIE PER IL NUOVO BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS. CUP F52G12000220006 - GARA N. 6062353.”

## Riscontro Chiarimenti 5

### Richiesta di chiarimento n° 21

Rif. Lotto 9.

Si richiede di chiarire quale tipologia di “sistema di evacuazione di gas anestetici di tipo attivo” sia richiesto, ed in particolare:

- a. Se per attivo debba intendersi azionato da energia elettrica o energia di pressione da Aria compressa (per mezzo del cd. “effetto Venturi”)
- b. Se le 4 sale operatorie in cui verranno usati tali sistemi siano provvisti di sistema centralizzato di evacuazione degli anestetici (cd. Impianto SDEGA) e se tale impianto sia realizzato in conformità alle Norme vigenti e se la situazione sia omogenea nelle 4 sale operatorie
- c. Se debbano essere previste tutte le soluzioni riportate, ivi compresa la presenza di polveri di gesso o di alcune di esse in realtà non ricorrano
- d. Se esso debba essere conforme anche ad altre normative a parte quella citata
- e. Quale sia la portata che deve essere garantita da tali sistemi
- f. Se nel Presidio siano già presenti sistemi come quelli richiesti che possano essere presi a confronto per fornire il prodotto più confacente alle esigenze e, in caso affermativo, se tali prodotti possano essere visionati
- g. Se vi sono altre informazioni ritenute utili che questa Spettabile Stazione Appaltante può mettere a disposizione

### Risposta al chiarimento n° 21

- a. Possono essere utilizzati entrambi i sistemi, sia quelli che sfruttano l'effetto di un gas in pressione, sia quelli ad alimentazione elettrica.
- b. Si conferma che è in fase di completamento e sarà presente nelle 4 sale operatorie un Sistema centralizzato di Evacuazione dei Gas Anestetici, conforme alle norme vigenti.
- c. Come specificato alla pag. 19 del Capitolato Speciale, tra le condizioni generali dell'Allegato A, “i requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese”, pertanto la ditta può presentare un'offerta in conformità alle previsioni normative contenute nell'art. 68 del Codice degli Appalti.
- d. I prodotti offerti dovranno rispondere alla normativa di settore.
- e. La ditta dovrà fornire le caratteristiche del prodotto offerto, pur rammentando quanto evidenziato per il punto c.
- f. Non sono presenti nei PPOO dell'ASL n. 7 di Carbonia apparecchiature similari.



F.to Il RUP  
Ing. Brunello Vacca