



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N° 7 Carbonia

## Avviso di chiarimenti

**OGGETTO:** Procedura aperta per la fornitura di aghi cannula - GARA 6366185

Si riportano di seguito i seguenti chiarimenti determinati da richieste presentate da diversi operatori economici:

Quesito 1)

se la descrizione nel capitolato tecnico al Lotto 2, degli aghi cannula monovia che cita "devono essere dotati di valvola" trattasi di refuso di stampa?

Risposta quesito 1)

Si tratta di un refuso. L'indicazione "devono essere dotati di valvola" è **da intendersi annullata.**

Quesito 2)

al Lotto 1 e 2 richiedete aghi con sistema di sicurezza o standard, in quanto nel capitolato tecnico non si fa menzione, mentre tra i requisiti di valutazione a pag. 8 del Disciplinare si indica "la maneggevolezza ed ergonomia /sistema di sicurezza".

Risposta quesito 2)

Per ambedue i Lotti si richiedono **aghi cannula con sistema di sicurezza.**

Carbonia 22/06/2016

F.TO IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI

Dr. Carlo Contini