OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER INTERVENTO DI FACOEMULSIFICAZIONE E IMPIANTO LENTE INTRAOCULARE DIETRO CESSIONE IN SERVICE DI APPARECCHIATURE. - Gara a procedura aperta N°6549568 - CIG 68409599F2

In merito ai quesiti presentati da Operatore concorrente in data odierna si riscontra quanto segue:

Quesito 1:

- VOCE n.28 - nello specifico in riferimento alle caratteristiche presenti identificative di un unico prodotto sul mercato:
  - Filtro 550 mm
  - Indice di rifrazione 1,53 o superiore
  - Anse angolate a 0 ° tipo 1 modificato
  - Range da +6 a + 40D

- VOCE n.29 – nello specifico in riferimento alle caratteristiche presenti identificative di un unico prodotto sul mercato:
  - Indice di rifrazione minimo 1,53
  - Ottica da 6,5 mm
  - Anse in PMMA angolare a 10°
  - Range da + 6 a + 30D

Su quest'ultima specifica si evidenzia che sul mercato esistono vari tipi di lenti che hanno un range diottrico più ampio di quello da Voi inserito, vista la reale possibilità che un paziente possa avere necessità di una protesi di diottrie escluse dal range da Voi inserito in capitolato.
Si segnala inoltre che le specifiche del biometro ottico sono riconducibili ad un unico produttore.

Risposta 1:

Premesso che le caratteristiche richieste nel capitolato sono indicative delle necessità aziendali, le medesime vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto il concorrente è libero di proporre quanto richiesto, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondente alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato di Appalto. Il concorrente deve provare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte di Operatore concorrente riguardo alle caratteristiche tecniche delle lenti pieghevoli monopezzo e tre pezzi riportate nel capitolato si precisa che tali requisiti sono presenti in almeno 3 tipi di prodotti commercializzati in Italia.

Inoltre si precisa che le specifiche tecniche riguardo al Biometro Ottico computerizzato risponde alle caratteristiche generali dei Biometri No- Touch.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL CARBONIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carlo Contini