ASLCarbonia

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

Deliberazione n. **49/C**

Adottata dal Commissario in data **20/10/2009**

Oggetto: intervento tecnico urgente su un Apparecchio portatile per radioscopia Philips, mod. BV Endura matr. 92504501, in dotazione all' U.O. di Radiologia del P.O. S. Barbara di Iglesias;

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico manutentivo e logistico:

PREMESSO che questa Azienda ha in dotazione un Apparecchio portatile per radioscopia Philips mod. BV Endura matr. 92504501, utilizzato in sala operatoria dalle U.O. di Chirurgia d'urgenza, Pneumologia e Endoscopia per i controlli post operatori e interventi di chirurgia mini invasiva;

CONSIDERATO che in data10/09/09 è pervenuta una richiesta dell' U.O. in oggetto, per la riparazione urgente dell' Apparecchio portatile per radioscopia Philips;

- che il Consorzio Metis, interpellato in merito al fine di provvedere alla manutenzione, ha comunicato, con verbale del 11/09/09, la necessità di intervento della ditta Philips Medical System S.p.A.;

ACCERTATO che la Ditta Philips Medical System S.p.A, risulta essere detentrice dell''esclusività per l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione in Italia dei prodotti e servizi Philips ed è distributrice esclusiva delle parti di ricambio originali, e che pertanto si configura la privativa industriale;

- che la ditta, contattata dall'ufficio tecnico, ha inoltrato il preventivo di spesa n. CD/RM/23143 del 22/09/09, che si allega per far parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO che l'intervento di assistenza tecnica comprende, oltre le spese di viaggio e manodopera, la sostituzione di una scheda elettronica D.F.I. 2C e la reinstallazione del software, per un importo complessivo di € 12.226,80 iva al 20% esclusa;

ESAMINATO il preventivo di spesa, per il quale il referente del Consorizio Metis, l'Ing. Christian Mura, con nota prot. sic.264/2009 del 29/09/09, ha espresso parere positivo in merito;

VISTO l'art. 7 punto 2 lett. b) del D. lgs n° 157/95, si ritiene opportuno il ricorso alla trattativa privata diretta, in applicazione dell' art. 1 lett. f) della direttiva CEE 93/42 e del D. lgs 46/97;

l'art. 57 lett. b) del D. lgs 163/2006 riguardante il nuovo codice unico degli appalti;

PROPONE

l'affidamento alla ditta Philips Medical System S.p.A. della manutenzione sull' Apparecchio portatile per radioscopia in oggetto, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio erogato;

IL COMMISSARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Servizio Tecnico manutentivo e logistico

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- autorizzare il preventivo di spesa della Ditta Philips Medical System S.p.A., per un importo complessivo di € 14.672,16 iva al 20% compresa, per la manutenzione urgente dell' Apparecchio portatile per radioscopia Philips mod. BV Endura matr. 92504501, in dotazione dell'U.O. di Radiologia del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- di imputare la spesa, derivata dell'affidamento del presente atto, sul piano dei conti aziendale al cod. 441300006 (manutenzioni in appalto apparecchiature scientifiche sanitarie), centro di costo cod. 1252100;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio tecnico manutentivo e logistico, sul piano di conti aziendale, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida

DIR. AMM./A. Pergola

DIR. SAN. /A. Farci

Resp. Serv. Tecnico /V. Michelotto

Add. /A. Portas