



29 SET. 2011

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: *Autorizzazione procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di un sistema video per endoscopia della colonna lombare bassa.
Approvazione disciplinare di gara.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Premesso che:

- con nota Prot. 34/RAD del 18.06.2010 il Resp.le della S.C. di Diagnostica per Immagini del PO CTO ha chiesto l'acquisizione di un sistema video per endoscopia della colonna lombare bassa;
- la richiesta è stata inserita nel programma investimenti 2010 a suo tempo inoltrato alla RAS;

Atteso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità con nota Prot. 7629 del 28.03.2011 ha comunicato che la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 45/17 del 21.12.2010 (approvazione preliminare) e n° 13/19 del 15.03.2011 (approvazione definitiva), ha approvato definitivamente il programma degli investimenti per l'anno 2010;

Constatato che:

- nel contesto del citato programma operativo, l'Azienda risulta beneficiaria di un'attribuzione finanziaria per complessivi € 2.516.000,00
- il programma prevede il seguente intervento:
 - **N. 43 - € 345.000,00** finalizzato all'acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per il PO CTO;

Rilevato che la richiesta è ricompresa nel programma a suo tempo inoltrato alla RAS e oggetto di approvazione:

Tenuto conto che:

- il sanitario richiedente ha sollecitato per le vie brevi la fornitura di che trattasi;
- la spesa presuntiva è di circa € 12.000,00 oltre l'IVA di legge;

Valutata l'opportunità di procedere all'acquisto di quanto richiesto al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione del servizio;

Considerato che l'acquisizione può essere effettuata mediante gara informale (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Precisato che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e pertanto può prescindere dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;

Atteso che l'ufficio tuttavia, ritiene opportuno di dover procedere all'acquisizione di quanto in argomento mediante gara informale assicurando la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, assicurando la produzione dell'offerta in busta chiusa, la cui apertura sarà demandata ad apposita commissione;

Dato atto che per l'avvio della presente procedura non è dovuto da parte dell'Azienda, il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima Autorità del 3 novembre 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per l'anno 2011";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione

769

del 29 SET. 2011

Tenuto conto che l'Ufficio, ha predisposto il relativo Capitolato Speciale di gara sulla base delle caratteristiche tecniche fornite dal Resp.le richiedente;

PROPONE

- di adottare atto deliberativo di autorizzazione di una procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di *un sistema video per endoscopia della colonna lombare bassa*, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'Istruttoria svolta dal Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di autorizzare formalmente, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di *un sistema video per endoscopia della colonna lombare bassa per la Radiologia del PO CTO*;
- ▶ di approvare il disciplinare di gara da inviare alle Ditte risultanti dall'elenco allegato, agli atti del Servizio Acquisti;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per quanto di competenza, ai sensi delle normative vigenti, per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata;
- ▶ di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 12.000,00 oltre l'IVA di legge sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale - *codice centro 10540201 Diagnostica per Immagini PO CTO* - sul PI 2010 intervento **N. 43 - € 345.000,00 finalizzato all'acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per il PO CTO.**

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Frailis

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 709 del 29 SET. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 SET. 2011 al 14 OTT. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

STRUTTURA COMPLESSA
DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS

Prot. _ 34/ Rad _

Iglesias, _ 18 Giugno 2010 _

SPETT.LE
COMMISSARIO AZ. ASL 7

SPETT.LE RESP.LE
SERVIZIO ACQUISTI

SPETT.LE RESP.LE
SERVIZIO FARMACIA

SPETT.LE RESP.LE
DIREZIONE SANITARIA
AZIENDA ASL 7

LORO SEDE

Oggetto: Sistema video per Endoscopia del Canale Spinale - Sollecito.

In riferimento all'oggetto ed in riferimento alla ns. lettera Prot. 7/Rad del 20 Gennaio u.s. che ad ogni buon fine si allega in copia, il Servizio di Radiologia del P.O. 'C.T.O.' di Iglesias si trova a tutt'oggi sprovvisto del Sistema Video che permette di effettuare le Endoscopie del Canale Spinale. Come già ribadito nella lettera succitata, una soluzione potrebbe essere, nelle more dell'espletamento della gara plurima, l'acquisizione del suddetto Monitor, così come proposto a suo tempo nell'offerta presentata dalla Ditta Prisma, di un comodato d'uso dal costo mensile presumibile di circa 300 € a fronte di un costo di acquisto dell'apparecchiatura di circa 10 - 15 mila €.

Certo di un sollecito riscontro ed a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono cordiali saluti.

Visto, si conferma,
IL DIRETTORE SANITARIO
(DR. CARLO MURRU)

Il Responsabile di Struttura
Dr. Carlo Montaldo

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Radiologia P.O. 'C.T.O.'
Via Cattaneo
Città Iglesias
Tel. 0781 - 3922705 - 619 - 685
Fax 0781 - 3922743
e-mail: radiologia.cto@tiscali.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

STRUTTURA COMPLESSA
DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

P.O. 'C.T.O.' - IGLESIAS

Prot. _7/Rad _

Iglesias, __20 Gennaio 2010 __

SPETT.LE RESP.LE
SERVIZIO ACQUISTI

S E D E

Oggetto: Sistema video per endoscopia del canale spinale.

Facendo riferimento alla richiesta di Epiduroscopia ed al set necessario necessario per tale procedura, si fa presente la necessità di avere a disposizione un sistema video costituito da un monitor, una fonte di luce ed una telecamera.

Non avendo a disposizione presso il P.O. 'C.T.O.' tale sistema, perlomeno in Radiologia, si hanno due opzioni:

- Il sistema di noleggio, come proposto dalla Ditta Prisma
- L'acquisto di tale sistema, considerando che il valore di acquisto è pari a circa 10 mila €.

Si fa presente inoltre che l'apparecchiatura necessita di sterilizzazione nell'ipotesi di esecuzione di più metodiche nella stessa giornata. Nell'eventualità che non fosse presente un dispositivo idoneo, la stessa ditta propone lo sterilizzatore a freddo in flaconi pronti all'uso.

Il prezzo è di circa 50 €.

In attesa di cortese urgente riscontro si inviano i miei più cordiali saluti

Il Responsabile di Struttura
Dr. Carlo Montaldo

1

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Radiologia P.O. 'C.T.O.'
Via Cattaneo
Citta Iglesias
Tel. 0781 - 3922705 - 619 - 685
Fax 0781 - 3922743
e-mail: radiologia.cto@tiscali.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia
Sede Legale e Amministrativa

Prot. Prov. ARS 07.06.11
15/2844

Iglesias, _ 04 Giugno 2011 _

SPETT.LE RESP.LE
SERVIZIO ACQUISTI

SEDE

Oggetto: SISTEMA VIDEO COMPATTO PER VIDEOSCOPIA DELLA COLONNA LOMBARA BASSA

Composizione del sistema:

- Sistema compatto videocamere con fonte di luce. Peso e dimensioni ridotte Fonte di luce con potenza di almeno 250 Watt. Telecamere 1 CCD, sensibilità almeno 1,5 lux con possibilità di bilanciamento del bianco, guadagno luminoso, controllo della risoluzione, possibilità di riduzione del reticolato per l'utilizzo di fibroscopi di piccolo diametro. Fonte di luce con regolazione manuale della luminosità, facile accesso al vano lampade, lampade di tipo alogeno. Il sistema deve essere dotato di un obiettivo standard da 25 mm con cavo di collegamento.
- Monitor LCD a matrice attiva, a schermo piatto per applicazioni medicali. Schermo di almeno 21" con buona riproduzione dei colori con rivestimento di protezione antiriflesso. Il monitor deve essere dotato di piedistallo con possibilità di regolazione dell'inclinazione dello schermo.
- Microendoscopio flessibile Ø 1,0mm; lung. Totale 80 cm; campo visivo 70°; ingrandimenti 45 x; risoluzione 10.000 pixel. Porzione prossimale di circa 25 cm. Ricoperti con guaina in neoprene antipiega. Zona di bloccaggio lunga 4 cm. Con rinforzo da 1,2 mm. Estremità distale con anello metallico di repera. Lo strumento deve essere a tenuta stagna.
- N° 10 pz. Set per lavaggio ottica a circuito chiuso con estensione a spirale e sacca a doppia gradazione per raccolta liquidi.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
(Dr. Carlo Montaldo)

1

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Radiologia P.O. n° 119
Via Gallureo
09013 Iglesias
Tel. 0781 - 3432195 - 3432196
Fax 0781 - 3432173
E-mail: caronte@aslcarbonia.it