

22 MAG. 2012

Deliberazione n.

723

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Fornitura, urgente, di un Sistema per Potenziali Evocati acustici e di un Sistema per Otoemissioni acustiche da destinare all'U.O. di Otorinolaringoiatra del P.O. C.T.O. di Iglesias. Attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.lgs. 163/06 assunzione impegno di spesa e individuazione soggetto esecutore. CIG Z48046B631.

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

PREMESSO - che quest'Azienda ha in dotazione le due seguenti apparecchiature elettromedicali, Sistema per potenziali evocati acustici, marca Amplifon mod. Amplaid Mk12, inventario n° 11796 e Sistema per Otoemissioni, marca Amplifon mod. ILO 92, inventario n° 13605, entrambe in uso presso l'U.O. di Otorinolaringoiatra del P.O. C.T.O. di Iglesias;

- che conseguentemente alla richiesta di riparazione inoltrata dal Responsabile dell'U.O., Dott. Francesco Achena, il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia del guasto e l'entità dei costi di riparazione;

DATTO ATTO - che le apparecchiature, a seguito di visione della Ditta Amplifon S.p.A., sono state dichiarate non riparabili, come riportato sui rapporti di lavoro n°A141j5 e n° A141j6 del 18.04.2011, conservati agli atti del procedimento;


- che le due dotazioni tecnologiche inventario n° 11796 e n° 13605 vengono dichiarate inutilizzabili;

- che, pertanto, è necessario provvedere alla dismissione delle due apparecchiature elettromedicali marca Amplifon mod. Amplaid MK12 matr. Elm112972410 inv. 11796, e marca Amplifon mod. Ilo 92 matr. 9792DP609F/097, Inv. 13605, ed alla contestuale fornitura di nuove tecnologie da assegnare all'U.O. di O.R.L. del P.O. C.T.O. di Iglesias;

- che, per cercare di contenere il disservizio e l'interruzione nell'esecuzione delle prestazioni cliniche dell'U.O., è stata avviata un'indagine di mercato preordinata all'acquisizione delle nuove apparecchiature, contattando gli operatori economici del settore;

DATO ATTO che nell'ambito della suddetta indagine, condotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs 163/06, sono state prese in considerazione le proposte commerciali della Ditta Amplifon S.p.A., della Ditta Gn Hearing S.r.l. e della Ditta Sanifarm S.r.l. contraddistinte, rispettivamente, dagli identificativi n° 25-011-MC, n° 146/02/12 e n° 57/12/DP/sm;

ACCERTATO che la Ditta Sanifarm S.r.l. propone la fornitura di un Sistema per potenziali evocati marca Labat mod. Epic-Plus/EP, al costo complessivo di € 9.435,00 oltre i.v.a. di legge, e un Sistema per Otoemissioni acustiche marca Labat mod. Echolab al costo di € 7.873,60 oltre i.v.a. di legge, che, anche a seguito di verifica clinica, possiede i connotati dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Azienda;



- RITENUTO** - che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, appare percorribile la procedura in economia, in ossequio al disposto dell'art. 1 e dell'art. 6 lettera a) del Regolamento Aziendale, approvato con delibera n° 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis) della legge 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;
- di dover impegnare, contestualmente all'affidamento della fornitura dei Sistemi da assegnare all'U.O. di O.R.L. del P.O. C.T.O. di Iglesias, anche la spesa necessaria per la realizzazione dell'investimento, determinata in € 17.308,60, i.v.a. di legge esclusa;
- CONSIDERATO** che dalla documentazione conservata agli atti dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica risulta che la proposta di affidamento della fornitura è stata preceduta da specifica indagine;
- SENTITO** il Responsabile dell'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. C.T.O. di Iglesias, Dott. Francesco Achena, e preso atto del fatto che la proposta presa in considerazione risulta idonea per soddisfare i bisogni clinici;
- RICHIAMATE** le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II parte II del D.lgs. 163/06 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia.


PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di affidare alla ditta Sanifarm S.r.l. la fornitura di:
- un Sistema Sistema per potenziali evocati acustici, Marca Labat mod. Epic-Plus/EP, al costo di € 9.435,00;
- un Sistema per Otoemissioni acustiche Marca Labat mod. Echolab al costo di € 7.873,60 come da offerta n° 57/12/DP/sm del 12/03/2012, al costo complessivo di € 17.308,60, i.v.a. di legge esclusa, specificando che la fornitura di che trattasi viene acquisita al posto delle due dotazioni tecnologiche inventario n° 11796 e n° 13605 dichiarate inutilizzabili;
- di impegnare la somma complessiva di di € 17.308,60 prevista per l'acquisizione delle nuove tecnologie;
- di individuare l'Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica;
- SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



22 MAG. 2012

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di affidare alla ditta Sanifarm S.r.l. la fornitura delle apparecchiature:
- Sistema Sistema per potenziali evocati acustici, Labat mod. Epic-Plus/EP, al costo di € 9.435,00;
- Sistema per Otoemissioni acustiche Labat mod. Echolab al costo di € 7.873,60 come da offerta n° 57/12/DP/sm del 12/03/2012 al costo complessivo di € 17.308,60, i.v.a. di legge esclusa, specificando che la fornitura di che trattasi viene acquisita al posto delle due dotazioni tecnologiche inventario n° 11796 e n° 13605 dichiarate inutilizzabili;
- di dismettere dall'inventario aziendale le seguenti apparecchiature:
 - a) Sistema per potenziali evocati acustici marca Amplifon mod. MK12 matr. ELMK129724010 inv. n° 11796;
 - b) Sistema per Otoemissioni acustiche marca Amplifon mod. Ilo 92 matr. 9792DP609F/097 Inv. 13605;
- di dare atto che l'affidamento viene disposto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Aziendale in economia approvato con delibera n. 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis) della legge 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;
- di individuare l'Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 20.943,41 i.v.a. al 21% compresa, per la fornitura affidata alla Ditta Sanifarm S.r.l., sulla classe di costo 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) del piano dei conti aziendale, per l'esercizio 2012, centro di costo 10531501 (U.O. di Otorinolaringoiatra P.O. C.T.O. di Iglesias), dando atto che la spesa rientra nell'ambito del programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie - anno 2010 - Deliberazioni 45/17 del 21/12/2010 e 13/19 del 15/03/2011 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, posizione N.P. 45 (UU.OO. e Presidi Territoriali Aziendali di Iglesias e Carbonia);
- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenza, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Calamida


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Franco Trincas

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio Ferri

Il Resp.le I.C. Ing. C. Cocco

Add/C. Amore





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Deliberazione
n° 723 del 22 MAG. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda USL n° 7 a partire
dal 22 MAG. 2012 al 5 GIU. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi è stata
posta a disposizione per la consultazione.


Il Responsabile del Servizio Affari Generali



allegati n. _____

Destinatari:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Ufficio di Ingegneria Clinica Aziendale
- Direzione Medica PP.OO. Iglesias
- U.O. di ORL P.O. C.T.O. Iglesias



SANIFARM S.R.L.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot. n. 57/12/DP/sm

Cagliari, 12 marzo 2012

Spettabile
ASL 7 Carbonia Iglesias
C.A.: Ing. Cristian Cocco
Uff. Tecnico

Oggetto: offerta economica relativa alla richiesta di preventivo per apparecchiature LABAT.

A seguito Vs. cortese richiesta, con la presente la **Sanifarm S.r.l.** con sede legale in **Cagliari** Viale Monastir n. 126/A, nella propria qualità di concessionario esclusivo per la Sardegna della **LABAT**, si pregia sottoporre la propria migliore per quanto di seguito descritto alle seguenti condizioni di vendita:

- **validità dell'offerta:** 90 gg. dalla data della presente
- **modo di pagamento:** entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura
- **I.V.A. 21%:** a Vs. carico
- **Collaudo:** ns. carico
- **Garanzia:** 12 mesi a partire dalla data avvenuto collaudo positivo
- **termini di consegna:** entro 10 gg. data ricevimento buono d'ordine con merce resa franco destino.
- **Totale pagine offerta:** 03 (tre).
- **I prezzi indicati in offerta sono da intendersi I.V.A. 21% esclusa.**

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico
Dottor Domenico Porcu

STRUMENTO

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO EURO |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 00603FLA | <p>Sistema per Potenziali Evocati LABAT mo. EPIC-PLUS/EP controllato da Personal Computer tramite interfaccia USB, due canali di acquisizione, software versione WINDOWS XP/VISTA/WIN7, permette l'esecuzione di tutti i tipi di Potenziali Evocati Uditivi quali E.Coch.G, ABR,MLR,SVR.P300,40 Hz, E-ABR e VEMPs, completamente programmabile sia nei parametri di acquisizione che di stimolazione, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Database pazienti che consente la memorizzazione di un numero illimitato di tracce per pazienti anche in date diverse. - Tempo di analisi programmabile 10 a 999 ms. - Stimoli sonori: click con durata programmabile, Burst Tonale o logon con frequenza da 125 a 16000 Hz, tempo di salita, di discesa, sustain programmabili - Numero di stimoli per sec. (PPS): da 1 a 99. - Filtri passa alto e Passa basso programmabili . - Smoothing digitale programmabile. - Misura impedenza elettrodi. - Salvataggio test e retest sovrapposti. - Funzione threshold veloce. - Fino a 7 cursori memorizzabili sulla traccia con calcolo automatico di latenze ed interlatenze I-III, I-V, III-V. - Calcolo automatico Latenze ed interlatenze intera urali Dx e Sx. - Sovrapposizione a colori di più tracce sulla stessa videata. - Funzione di confronto a soglia con visualizzazione in cascata delle tracce Dx e Sx. - Funzione copia/incolla di windows per esportare i tracciati in altri software quali ad es. Winword. - Stampa dei risultati a colori. <p>(Esclusi PC e stampante)</p> | € 8.750,00 |
| 00483 | <p>Kit per elettrococleografia non invasiva, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuffie ad inserto ER-3A. - Cavetto per elettrodo per E.Coch.G. - Elettrodo in argento per E.Coch.G. <p>Questo kit consente di eseguire il test e.Coch.G. senza necessità di elettrodo timpanico ad anestesia.</p> | € 685,00 |

MATERIALE CONSUMABILE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO EURO |
|---------------|--|-----------------------------|
| 00356 | Elettrodo a coppetta d'argento clorurato COP10S1 con attacco di sicurezza. | € 19,00 |
| 00930 | Vibratore Radioear B71 con archetto e cavo | € 324,00 |
| 00345 | Elettrodo monouso per VEMPs (Conf. da 25 pz). | € 11,50 |
| 00358 | Elettrodo per E.Coch.G. non invasivo in argento. | € 68,00 |
| 00270 | Cavetto per elettrodo monouso con attacco a bottone (Conf. da 5 pz). | € 34,00 |
| 01207 | Tubo pasta conduttiva TEN20 (Conf. da 3 pz). | € 27,00 |
| 01208 | Tubo pasta abrasiva NUPREP (Conf. da 3 pz). | € 34,00 |

STRUMENTO

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO EURO |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 00961FLA | <p>Sistema per Otoemissioni Acustiche LABAT mod. ECHOLAB, permette sia lo screening neonatale che test clinici con parametri programmabili, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispositivo di tipo palmare. - Test con TEOAE. - Test con DPOAE (da 250 a 10.000 Hz). - Algoritmo automatico Pass/Refer (Programmabile per TEOAE e DPOAE). - Sonda scomponibile di facile pulizia. - Tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente. - Memoria interna per circa 250 test. - Display grafico LCD 240X160 punti. - Caricabatterie. - Batteria ricaricabile (2 pz.). - Collegamento a PC via porta USB. - Uscita per stampante. - Software per Windows XP/VISTA/WIN7 per il trasferimento su PC dei dati paziente compresi i tracciati completi e per la programmazione del dispositivo per personalizzare i protocolli clinici con i parametri desiderati dall'utente. <p>(Esclusi PC e stampante)</p> | € 6.064,80 |
| 01183FLA | Preamplificatore per ABR e AABR da screening per ECHOLAB. | € 1.808,80 |

MATERIALE CONSUMABILE

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO EURO |
|---------------|--|---------------------------------|
| 00344 | Elettrodi pregellati per screening neonatale (conf. 3 pz). | € 4,00 |
| 00713 | Probe tip per sonda ER-10D per ECHOLAB (conf. 4 pz). | € 56,00 |
| 00850 | Tappini varie misure (conf. 156 pz). | € 79,00 |
| 00856 | Tappini neonatali blu (conf. 100 pz). | € 68,00 |