

22 MAG. 2012

Deliberazione n. 724

Adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: Fornitura di un'apparecchiatura per la determinazione dell'intolleranza al lattosio "Breath Test". Attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/06. Assunzione impegno di spesa e individuazione soggetto esecutore. - CIG Z2803EE34B

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

PREMESSO - che quest'Azienda ha in dotazione un'apparecchiatura marca Bedfont Technical Instruments Ltd denominata "Breath Test" marca Bedfont mod. EC60 matr. G10631 inv. 15558, necessaria per la determinazione dell'intolleranza al lattosio, in uso presso l'U.O. di Pediatria P.O. S. Barbara di Iglesias;

- che conseguentemente alla richiesta di riparazione da parte del Resp.le dell'U.O. di Pediatria, Dott. Umberto Pelosi, il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia del guasto e l'entità dei costi di riparazione;


DATTO ATTO - che l'apparecchiatura, a seguito di visione della Ditta Technos S.r.l., concessionaria in Sardegna per le apparecchiature Bedfont, è stata dichiarata non riparabile, come riportato sul preventivo di spesa allegato, n° 11/00325 del 13/10/2011, che integra il presente atto;

- che, la dotazione tecnologica denominata "breath test" EC60 inv. 15558, viene dichiarata non riparabile, è pertanto necessario provvedere alla sua dismissione e alla contestuale fornitura di una nuova apparecchiatura da assegnare all'U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- che, per evitare interruzioni nell'esecuzione delle prestazioni cliniche dell'U.O. di Pediatria, è stata avviata un'indagine di mercato preordinata all'acquisizione di un'apparecchiatura per la determinazione dell'intolleranza al lattosio, previo ritiro in permuta dell'apparecchiatura Bedfont mod. EC60 inv. 15558 non riparabile;

- che la Ditta Technos S.r.l., contestualmente alla dichiarazione di non riparabilità, con l'offerta n° 11/00325 del 13/10/2011, propone la fornitura di un nuovo modello dell'apparecchiatura, denominata "Gastro H2-monitor", al costo complessivo di € 2.950,00, i.v.a. di legge esclusa, compreso il materiale di consumo necessario per il suo utilizzo e del ritiro in permuta dell'apparecchiatura non riparabile;

RITENUTO - che, sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, appare percorribile la procedura in economia, in ossequio al disposto dell'art. 1 e dell'art. 6 del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia, approvato con delibera n° 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art.4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore al € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;



- di dover impegnare, contestualmente all'affidamento della fornitura dell'apparecchiatura denominata "Breath test" da assegnare all'U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara di Iglesias, anche la spesa necessaria per la realizzazione dell'investimento, determinata in € 3.569,50, i.v.a. compresa;

RICHIAMATE le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II Parte II del D.lgs 163/06 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia;

PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di affidare alla ditta Technos S.r.l. , concessionaria per la Sardegna delle apparecchiature marca Bedfont, la fornitura di un Gastro H2 – monitor, per la determinazione dell'intolleranza al lattosio, compreso il materiale di consumo necessario per il suo utilizzo e del ritiro in permuta dell'apparecchiatura "Breath Test" marca Bedfont mod. EC60 matr. G10631 inv. 15558, dichiarata non riparabile, al costo complessivo di € 3.569,50, i.v.a. di legge compresa;

- di impegnare la somma complessiva di € 3.569,50 prevista per l'acquisizione della nuova tecnologia;

- di individuare l'Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di affidare alla ditta Technos S.r.l. la fornitura dell'apparecchiatura Bedfont Gastro H2 – monitor per la determinazione dell'intolleranza al lattosio, completa del materiale di consumo, al costo complessivo di € 3.569,50, i.v.a. di legge compresa, inclusa la permuta dell'apparecchiatura Breath Test Gastrolyzer marca Bedfont mod. EC60 matr. G10631 inv. 15558 dichiarata non riparabile;

- di dare atto che l'affidamento viene disposto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia approvato con delibera n. 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art.4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore al € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge;

- di individuare l'Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue deliberazione n. 724

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 3.569,50 per la fornitura affidata alla Ditta Technos S.r.l., sulla classe di costo 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) del piano dei conti aziendale per l'esercizio 2012, centro di costo 10520801 (U.O. di Pediatria P.O. S. Barbara), dando atto che la spesa rientra nell'ambito del programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie - anno 2010 - Deliberazioni 45/17 del 21/12/2010 e 13/19 del 15/03/2011 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, posizione N.P. 45 (UU.OO. e Presidi Territoriali Aziendali di Iglesias e Carbonia);

- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenza, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

II DIRETTORE SANITARIO
Dr. Franco Trincas

Il Resp.le I.C. Ing. C. Gocco

Add/C. Amore





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Deliberazione
n° 724 del 22 MAG. 2012
è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda USL n° 7 a partire
dal 23 MAG. 2012 al 5 GIU. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi è stata
posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

allegati n. _____



Destinatari:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Ufficio di Ingegneria Clinica Aziendale
- Direzione Medica PP.OO. Iglesias
- U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara. di Iglesias

287/11

TECHNOS
tecnologia ospedaliera s.r.l.

VIA DOLCETTA N. 5
1o PIANO - INTERNO 3
09122 CAGLIARI

tel. 070 2084164
fax 070 2776012
e-mail info@technossrl.it

C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 155017
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 22508
COD. FISC. / P. IVA 01977900925
CAPITALE SOCIALE € 51646,00 I.V.

Spett.le
AZIENDA A.S.L. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI

Numero	Del	
11/00325	13/10/2011	Pag. 1 / 1

Come da Vs. gentile richiesta n. 287 IT/11 del 15.09.11
abbiamo il piacere di sottoporVI qui di seguito la nostra migliore offerta per quanto di Vs. interesse

Rif.	Articolo	Descrizione	UM	Q	Importo Euro	% Soc	Importo Euro	IVA
		NS. RIF. A/T N. 03916 VS. RICHIESTA N. 287 IT/11 DEL 15.09.11 RICHIESTA DI INTERVENTO TECNICO SU VS. BREATH TEST GASTROLYZER MOD. EC60 MATR. G10631 IN USO C/O P.O. SANTA BARBARA REP. PEDIATRIA PROBLEMA RISCONTRATO: CELLA ELETTROCHIMICA ESAURITA. LO STRUMENTO RISULTA NON RIPARABILE. SI PROPONE SOSTITUZIONE CON NUOVO MODELLO "GASTRO+" DIETRO RITIRO VS. USATO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: GASTRO H2 - MONITOR PER LA MIS. IDR. completo del materiale di consumo necessario per il suo utilizzo. N.B. Costo strumento nuovo: € 5.800,00	NR	1,00	2.950,00		2.950,00	21

Consegna: 30 GG. RIC. ORD.

Totale imponibile EURO 2.950,00

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA

Pagamento
R.D. 90 GG. D.F.

Spedizione
Mittente

Porto
Franco

Validità
90 GG.