

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

- 3 DIC 2013

delibera n. 2029

Delibera Direttore Generale adottata in data \_\_\_\_\_

Oggetto: fuori uso apparecchiature elettromedicali, dismissione e cancellazione dall'inventario Aziendale.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisizione Beni e Servizi il quale

PREMESSO - che con le deliberazioni del Direttore Generale n° 1259 del 30.08.2012 e n. 1620 del 23.09.2013, sono state emanate le direttive e disposta la regolamentazione per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariati nel libro cespiti, riguardanti apparecchiature sanitarie e non sanitarie;

- che tali direttive derivano da disposizioni normative per l'inadeguatezza clinico funzionale, verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di risorse economiche superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;

VISTI - la richiesta n° 79/Rad del 21/11/2013, con la quale il Resp.le dell'U.O. di Diagnostica per immagini, chiede la dismissione delle apparecchiature in elenco allegato al presente atto;

- Il verbale della Commissione del 25.11.2013;

VISTA la Legge Regionale n. 10/1997

VISTA la delibera del Direttore generale n. 1692 del 7/10/2008 che approva il regolamento di amministrazione e contabilità della ASL 7

#### PROPONE


- di dichiarare il fuori uso, sulla base del verbale della Commissione, che dichiara la non riparabilità e l'inutilizzo delle apparecchiature sanitarie oggetto del presente atto;

- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle seguenti apparecchiature:

- PORTATILE PER RADIOSCOPIA SIEMENS SIREMOBIL 2000	INV. 6717
- MONITOR PER BIO IMMAGINI SIEMENS	INV. 36022
- PORTATILE PER RADIOSCOPIA VILLA ARCOVIS	INV. 17348
- MONITOR PER BIO IMMAGINI VILLA ARCOVIS	INV. 35851
- MONITOR PER BIO IMMAGINI VILLA ARCOVIS	INV. 35852
- CARRELLO ELETTRIFICATO VILLA ARCOVIS	INV. 35853

Il Direttore Generale sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

Per i motivi in premessa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

## DELIBERA

- di dichiarare il fuori uso, sulla base del verbale della Commissione, che dichiara la non riparabilità e l'inutilizzo delle apparecchiature sanitarie oggetto del presente atto;


- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle seguenti apparecchiature:

- |  |            |
|--|------------|
| - PORTATILE PER RADIOSCOPIA SIEMENS SIREMOBIL 2000 | INV. 6717  |
| - MONITOR PER BIO IMMAGINI SIEMENS                 | INV. 36022 |
| - PORTATILE PER RADIOSCOPIA VILLA ARCOVIS          | INV. 17348 |
| - MONITOR PER BIO IMMAGINI VILLA ARCOVIS           | INV. 35851 |
| - MONITOR PER BIO IMMAGINI VILLA ARCOVIS           | INV. 35852 |
| - CARRELLO ELETTRIFICATO VILLA ARCOVIS             | INV. 35853 |

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Corrias



Il Resp.le del Servizio Acquisti  
Dott. Carlo Corfani

Add/ A.P.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

attesta che la deliberazione

n. 2020 del **- 3 DIC 2013**

**è stata pubblicata**

**nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7**

a partire dal - 4 DIC. 2013 al **18 DIC. 2013**

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



**Responsabile Servizio Affari Generali**

Servizio acquisti settore - patrimonio

Servizio Ingegneria Clinica

VERBALE DELLA COMMISSIONE FUORI USO

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Il giorno 25 del mese 11 dell'anno 2013 presso il P.O. C.T.O. - Servizio Diagnostica per Immagini - si è riunita la commissione per il fuori uso dei rifiuti speciali non pericolosi, all'uopo costituita ai sensi delle deliberazioni n° 1259 del 30.08.2011 e n. 1620 del 23.09.2013.

Sono presenti:

Presidente	Dott.ssa Elisabetta Pezzi
Componente	Geom. Giuseppe Puddu
Segretario	Alessandro Portas

La commissione, vista la nota n° 79 Rad del 21.11.2013, inoltrata dal Responsabile del Servizio/U.O. Diagnostica per Immagini, avente per argomento il fuori uso delle apparecchiature sanitarie, procede alla verifica dello stato dei beni, alla descrizione del bene, alla identificazione del numero di inventario come riportato nell'allegato elenco, riscontrando per tutti i beni specificati che lo stato d'uso non risulta più idoneo al suo utilizzo in quanto obsoleti/irreparabili o tali da non essere più utilizzabili.


Il Presidente della Commissione, preso atto di quanto accertato, dichiara che i beni riportati nell'allegato elenco non sono suscettibili di un ulteriore utilizzo all'interno dell'Azienda e che pertanto devono essere conferiti ad un soggetto abilitato al relativo trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro e smaltimento.

La Commissione, preso atto di quanto risultante dalla verifica effettuata, dispone la trasmissione del presente verbale, a cura del Segretario, al Responsabile del Servizio Acquisti per la predisposizione di apposita determina di fuori uso e per gli adempimenti inventariali relativi ai cespiti, nonché per la cancellazione dei beni dismessi dagli elenchi aziendali dei beni mobili.


PRESIDENTE



COMPONENTE



SEGRETARIO





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

STRUTTURA COMPLESSA  
DI  
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
PP.OO. DI IGLESIAS

Prot. 79/Rad

Iglesias, 21 novembre 2013

Al Presidente Commissione fuori uso del Presidio  
Distretto di Iglesias Dott.ssa Elisabetta Pezzi

S E D E

Oggetto: proposte fuori uso

Premesso che si intende procedere alla corretta dismissione dei beni di seguito descritti, di proprietà della Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, in quanto non risultano più utilizzabili presso la scrivente Struttura assegnataria, ritenuto che gli stessi risultano obsoleti, come regolamentato dalla Delibera n. 1620 del 23/09/2013 se ne propone il fuori uso in quanto non più suscettibili di utilizzazione residua.


Di seguito la descrizione dei beni:

apparecchio portatile per radioscopia di marca Siemens, modello Siremobil 2000, matricola RLZ2730016, anno di acquisizione 1995, numero di inventario 6717, collocazione presso P.O. "CTO" di Iglesias;

apparecchio portatile per radioscopia di marca Villa Sistemi Medicali, modello Arcovis, matricola 432618, numero di inventario 17348, collocazione presso P.O. "CTO" di Iglesias.

Sede legale e amministrativa  
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia  
Tel. 0781/6681  
Fax 0781 6683506  
e-mail : [dir.generale@aslcarbonia.it](mailto:dir.generale@aslcarbonia.it)  
[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Radiologia P.O. 'C.T.O.'  
Via Cattaneo  
Città Iglesias  
Tel. 0781 - 3922705 -- 619 - 685  
Fax 0781 - 3922743  
e-mail: [radiologia.cto@tiscali.it](mailto:radiologia.cto@tiscali.it)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

STRUTTURA COMPLESSA  
DI  
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

PP.OO. DI IGLESIAS

In attesa di riscontro si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Resp.le S.C. Diagnostica per Immagini  
Dott. Carlo Montaldo

Il Coordinatore T.S.R.M.

Gabriele Demontis

Sede legale e amministrativa  
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia  
Tel. 0781/6681  
Fax 0781 6683506  
e-mail : [dir.generale@aslcarbonia.it](mailto:dir.generale@aslcarbonia.it)  
[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Radiologia P.O. 'C.T.O.'  
Via Cattaneo  
Città Iglesias  
Tel. 0781 - 3922705 – 619 - 685  
Fax 0781 - 3922743  
e-mail: [radiologia.cto@tiscali.it](mailto:radiologia.cto@tiscali.it)



ALLEGATO AL VERBALE N.

ELENCO BENI MOBILI DA DISMETTERE						
PRESIDIO OSPEDALIERO /DISTRETTO: SERVIZIO/REPARTO/U.O. :						
DESCRIZIONE DEL BENE	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	N° INV.	VALORE	
1 Portatile per radioscopia	Siemens	Siremobil 2000	RI22730016	6717		
2 Portatile per radioscopia	Villa Sistemi Medicali	Arcovis	432618	17348		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia  
Tel (+39) 055 6498 51  
Fax (+39) 055 6498 680  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: F103010380487  
C.C.I.A.A. FIREA: 293209



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a. Responsabile Servizi Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 14/10/2013

Z51.1310008

**Oggetto: Proposta di dismissione per portatile per radioscopia costruttore Siemens AG modello SIREMOBIL 2000 1 inventario 0006717 in dotazione al reparto di Diagnostica per Immagini del P.O. CTO**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/00526, relativa alla sopraccitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, a causa della vetustà della stessa e dell'evidente stato di usura, è stata verificata la non riparabilità.

Per quanto sopra riportato si ritiene opportuno proporre la dismissione dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*Michela Lobina*

*Michela Lobina*



Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolvigne, 60/1 - Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia  
Tel (+39) 055 6493 51  
Fax (+39) 055 6493 630  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487  
C.C.I.A.A. FIREA 293209



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a. Capo Settore Tecnico  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 04/09/2013

Z51.0913001

**Oggetto: Proposta di dismissione per portatile per radioscopia costruttore Villa Sistemi Medicali modello Arcovis inventario 0017348 in dotazione al reparto di Diagnostica per Immagini del P.O. CTO**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/00527, relativa alla sopracitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, a causa della vetustà della stessa e dell'evidente stato di usura, è stata verificata la non riparabilità.

Per quanto sopra riportato si ritiene opportuno proporre la dismissione dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

Hospital Consulting S.p.A.

Michela Lobina