



Adottata dal Direttore Generale in data 1 APR 2014

Oggetto: fuori uso apparecchiature elettromedicali, dismissione e cancellazione dall'inventario Aziendale. Ratifica verbale 26 marzo 2014 Commissione fuori uso.

Il Responsabile del Servizio acquisti e gestione del patrimonio

PREMESSO con delibere del Direttore Generale n° 1259 del 30.08.2012 e n. 1620 del 23.09.2013 sono state emanate le direttive e disposta la regolamentazione per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariati nel libro cespiti, riguardanti apparecchiature sanitarie e non sanitarie;

- che tali direttive derivano da disposizioni normative per l'inadeguatezza clinico funzionale, verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di risorse economiche superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;

VISTI - la richiesta del Direttore Sanitario dei PP.OO. di Iglesias con la quale richiede il fuori uso delle apparecchiature in elenco, obsolete e inutilizzate;

- i verbali redatti dalla ditta Hospital Consulting S.p.A. affidataria del servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, che attesta l'obsolescenza e l'inutilizzo delle apparecchiature in elenco;

il verbale della Commissione del 26 Marzo 2014

la legge Regionale n. 10/1997

la delibera n. 1692 del 07.10.2008 che approva il Regolamento di amministrazione e contabilità della ASL 7;

### PROPONE

Per quanto su esposto:

- di ratificare il verbale del 26 marzo della Commissione fuori uso che attesta la non riparabilità e quindi l'inutilizzo delle apparecchiature elettromedicali oggetto del presente atto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle apparecchiature meglio descritte nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

### IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Acquisti e gestione del patrimonio

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di ratificare il verbale del 26 marzo della Commissione fuori uso che attesta la non riparabilità e quindi l'inutilizzo delle apparecchiature elettromedicali oggetto del presente atto;

- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle apparecchiature meglio descritte nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Andrea Corrias

Il Resp.le del Servizio Acquisti  
Dr. Carlo Contini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 526 del 1 APR 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 2 APR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*Parla*

VERBALE DELLA COMMISSIONE FUORI USO

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Il giorno 26 del mese MARZO dell'anno 2014 presso il P.O./Distretto/Servizio \_\_\_\_\_

si è riunita la commissione per il fuori uso dei rifiuti speciali non pericolosi, all'uopo costituita ai sensi delle deliberazioni n° 1259 del 30.08.201 e n. 1620 del 23.09.2013.

Sono presenti:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Presidente | Dott.ssa Elisabetta Pezzi |
| Componente | Geom. Giuseppe Puddu      |
| Segretario | Alessandro Portas         |

La commissione, vista la nota del 20.03.2014, inoltrata dal Responsabile Medico dei PP.OO. di Iglesias avente per argomento il fuori uso delle apparecchiature sanitarie, procede alla verifica dello stato dei beni, alla descrizione del bene, alla identificazione del numero di inventario come riportato nell'allegato elenco, riscontrando per tutti i beni specificati che lo stato d'uso non risulta più idoneo al suo utilizzo in quanto obsoleti/irreparabili o tali da non essere più utilizzabili.

Il Presidente della Commissione, preso atto di quanto accertato, dichiara che i beni riportati nell'allegato elenco non sono suscettibili di un ulteriore utilizzo all'interno dell'Azienda e che pertanto devono essere conferiti ad un soggetto abilitato al relativo trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro e smaltimento.


La Commissione, preso atto di quanto risultante dalla verifica effettuata, dispone la trasmissione del presente verbale, a cura del Segretario, al Responsabile del Servizio Acquisti per la predisposizione di apposita determina di fuori uso e per gli adempimenti inventariali relativi ai cespiti, nonché per la cancellazione dei beni dismessi dagli elenchi aziendali dei beni mobili.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO


PRESIDENTE



COMPONENTE



SEGRETARIO





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASE n° 7 Carbonia

*Direzione Medica  
PP.OO. di Iglesias*

Prot. N° \_\_\_\_\_D/M

Iglesias, 20.03.2014

Al Responsabile della  
Commissione fuori uso

Oggetto: richiesta fuori uso apparecchiature elettromedicali

Con la presente si chiede il fuori uso delle apparecchiature, di seguito elencate, obsolete e non più utilizzate, in dotazione ai Servizi:

- Medicina dello Sport del P.O. CTO
- Laboratorio analisi P.O. S. Barbara:
- Consultorio distretto Sanitario

Cordiali saluti.

Il Direttore Medico  
PP.OO. di Iglesias  
*Dr. Carlo Murru*

Sede legale e amministrativa  
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia

Direzione Medica PP.OO. Iglesias  
Via Cattaneo  
Città Iglesias  
Tel. 0781/3922777/2679  
Fax 0781/3922641  
e-mail: carlo.murru@asf7.it

Al Presedente della Commissione fuori uso P.O. S. Barbara  
Dott. E. Pezzi

Carbonia, 25 marzo 2014  
Z51.1403002

**OGGETTO:** proposta di dismissione apparecchiature elettromedicali.

Con la presente si vuole proporre la dismissione di apparecchiature ormai non ricondizionabili e/o riassegnabili in quanto già in fuori uso da tempo (dispositivi inutilizzabili, deteriorati, inadoperabili, inservibili e dunque privi di valore economico per le finalità della Asl Carbonia), dislocate presso il P.O. S. Barbara ed i Consultori Familiari di Iglesias e Domusnovas.

Gli apparecchi elettromedicali per i quali si propone la dismissione sono i seguenti:

| N° Inventario | Modello           | Marca                              | Descrizione                                    | Reparto              | Presidio             |
|---------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 12846         | 4237 R            | ALC                                | CENTRIFUGA REFRIGERATA                         | CENTRO TRASFUSIONALE | P.O. S. BARBARA      |
| 35553         | 4237 R            | ALC                                | CENTRIFUGA REFRIGERATA                         | CENTRO TRASFUSIONALE | P.O. S. BARBARA      |
| 15573         | SERIES 2000       | MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HEL. | PEDANA A NASTRO MOBILE                         | AMBULATORI           | P.O. S. BARBARA      |
| 35364         | SYNCOMASTER 750 S | SAMSUNG ELECTRONICS                | MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO                 | AMBULATORI           | P.O. S. BARBARA      |
| 35363         | /                 | MEDICAL GRAPHICS CORP              | ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | AMBULATORI           | P.O. S. BARBARA      |
| 35362         | /                 | MEDICAL GRAPHICS CORP              | SISTEMA PER ANALISI SFORZO                     | AMBULATORI           | P.O. S. BARBARA      |
| 36139         | GIMETTE 7         | GIMA                               | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA                  | CONSULTORIO          | CONSULTORIO IGLESIAS |
| 23768         | /                 | /                                  | STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA                  | CONSULTORIO          | CONSULTORIO DOMUSNOV |

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgo distinti saluti.

Cordialmente

Hospital Consulting S.p.A.

Michela Lobina  
*Michela Lobina*



Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolvigne, 60/1 - Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia  
Tel (+39) 055 6498 51  
Fax (+39) 055 6498 680  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.784.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380467  
C.C.I.A.A. FIRENZE: 293209



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a. Responsabile Servizio Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 14/10/2013

Z51.1310001

**Oggetto: Proposta di dismissione per frigorifero domestico costruttore IGNIS modello "No Frost Freddo Vivo" inventario 0012849 in dotazione al Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/01145, relativa alla sopracitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, a causa della vetustà e dell'inadeguatezza della stessa all'uso al quale è destinato (apparecchiatura di tipo domestico priva di sistema di controllo di temperatura e registratore grafico, assolutamente non adeguata alla conservazione di reagenti), si ritiene opportuno proporre la dismissione urgente dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*Michela Lobina*

*Michela Lobina*



Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolivigne, 6011 - Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia  
Tel (+39) 055 6498 51  
Fax (+39) 055 6498 680  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.784.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487  
C.C.I.A.A. FI REA: 293209



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a. Responsabile Servizio Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 14/10/2013

Z51.1310003

**Oggetto: Proposta di dismissione per frigorifero biologico costruttore REX inventario 0012942 in dotazione al Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/01142, relativa alla sopraccitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, a causa della vetustà e dell'inadeguatezza della stessa all'uso al quale è destinato (apparecchiatura di tipo domestico priva di sistema di controllo di temperatura e registratore grafico, assolutamente non adeguata alla conservazione di reagenti), si ritiene opportuno proporre la dismissione urgente dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*Michela Lobina*  
*Michela Lobina*





Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia  
Tel (+39) 055 6498 51  
Fax (+39) 055 6498 680  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.784.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: F103010380487  
C.C.I.A.A. FIREA: 293209



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a. Responsabile Servizio Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 14/10/2013

Z51.1310005

**Oggetto: Proposta di dismissione per frigorifero biologico costruttore INDESIT COMPANY SPA inventario 0012588 in dotazione al Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/01139, relativa alla sopracitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, poiché l'apparecchiatura è di tipo domestico, priva di controllo e regolazione temperatura, si ritiene opportuno proporre la dismissione urgente dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*Michela Lobina*

*Michela Lobina*



Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolivigne, 60/T – Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli – Firenze – Italia  
Tel (+39) 055 6498 51  
Fax (+39) 055 6498 680  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487  
C.C.I.A.A. FI REA: 293208



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a. Responsabile Servizio Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 14/10/2013

Z51.1310006

**Oggetto: Proposta di dismissione per congelatore da laboratorio costruttore IFI SPA inventario 0012847 in dotazione al Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/01141, relativa alla sopracitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, a causa della vetustà e dell'inadeguatezza della stessa all'uso al quale è destinato, si ritiene opportuno proporre la dismissione urgente dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*\*Michela Lobina*  
*Michela Lobina*



Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolivigne, 60/71 – Loc. Grassina  
50016 Bagno a Ripoli – Firenze – Italia  
Tel (+39) 055 6498 51  
Fax (+39) 055 6498 660  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487  
C.C.I.A.A. FI REA: 293209



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a. Responsabile Servizio Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 14/10/2013

Z51.1310004

**Oggetto: Proposta di dismissione per frigorifero biologico costruttore CGE inventario 0012873 in dotazione al Laboratorio Analisi del P.O. S. Barbara**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/01140, relativa alla sopracitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, poiché l'apparecchiatura è di tipo domestico, quindi assolutamente non adeguata alla conservazione di reagenti, e obsoleta, si ritiene opportuno proporre la dismissione urgente dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*X Michela Lobina*

*Michela Lobina*



Hospital Consulting S.p.A.  
Via Di Scolivigne, 60/1 - Loc. Grassina  
50015 Bagno a Ripoli - Firenze - Italia  
Tel (+39) 055 8498 51  
Fax (+39) 055 8498 580  
www.hospital-consulting.it  
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.  
C.F./P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487  
C.C.I.A.A. FI REA: 293209



Spett.le

A.S.L. 7 Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia

Alla c.a: Responsabile Servizio Ingegneria Clinica  
Ing. Cristian Cocco

Carbonia, 14/10/2013

Z51.1310002

**Oggetto: Proposta di dismissione per congelatore da laboratorio costruttore IBERNA SPA inventario 0012844 in dotazione al Laboratorio Annlisi del P.O. S. Barbara**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2013/01144, relativa alla sopracitata apparecchiatura, con la presente si comunica che a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente, a causa della vetustà e dell'inadeguatezza della stessa all'uso al quale è destinato (apparecchiatura di tipo domestico priva di sistema di controllo di temperatura e registratore grafico, assolutamente non adeguata alla conservazione di reagenti), si ritiene opportuno proporre la dismissione urgente dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto.

A disposizione per ulteriori delucidazioni, porgiamo distinti saluti.

*Hospital Consulting S.p.A.*

*Michela Labina*  
*Michela Labina*