



Deliberazione n. 1192

Adottata dal Direttore Generale in data 22 LUG. 2014

Oggetto: Fornitura urgente in repair Exchange di n. 01 modulo pompa insufflatore, modello Thermoflator SCB, codice 26432008, marca Karl Storz Endoskope da destinare all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia. Attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125, comma 11, D.lgs. 163/2006 assunzione impegno di spesa e individuazione soggetto esecutore. Ditta Sanifarm s.r.l. C.I.G.: Z961017066.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO - che quest'Azienda ha in dotazione la seguente apparecchiatura: pompa insufflatore modello Electronic - CO2 Endoflator, codice 26430520, marca Karl Storz, inventario 10781, matricola CG 8535-B presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia;

- che conseguentemente alla richiesta di intervento dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia, il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia del guasto;

DATTO ATTO che la tipologia del guasto e lo stato d'uso della tecnologia hanno richiesto l'intervento del fiduciario di zona della casa Madre, individuato nella società Sanifarm srl,

DATO ATTO della richiesta di intervento e di eventuale preventivo, prot. gen n. 2014/16619 del 09/06/2014, allegato al presente atto; avanzato dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico della Asl n.7 Carbonia alla Ditta Sanifarm srl;

VISTO il preventivo n. 125/14/DP/mgm del 10/06/2014 della Ditta Sanifarm srl, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si rileva che l'apparecchiatura in oggetto presenta la totale usura di alcune importanti parti operative e viene proposto l'aggiornamento, con la formula del Repair Exchange, del sistema laparoscopico con attuale modello Thermoflator SCB cod. 26432008, senza elemento riscaldatore, al costo di € 6.900,00, iva al 22% esclusa;

VERIFICATO che, come si evince dall'inventario aziendale:
- il modulo pompa insufflatore modello Electronic - CO2 Endoflator, codice 26430520, marca Karl Storz, inventario 10781, matricola CG 8535-B, in uso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia risulta acquisito in data 29/12/1998;

- CONSIDERATA** la vetustà della tecnologia, l'uso intensivo della stessa, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione il preventivo di spesa della Società Sanifarm srl n. 125/14/DP/mgm del 10/06/2014, allegato al presente atto, che propone l'acquisizione in repair exchange del modulo pompa-insufflatore da 30 litri minuto, modello Thermoflator SCB, codice 26432008, marca Karl Storz, per un importo complessivo di € 6.900,00 iva al 22% esclusa;
- PRECISATO** che, considerata la vetustà, la quale non esclude in futuro altri eventuali guasti, tenuto conto dell'uso intensivo e valutato il costo della tecnologia proposta in sostituzione, appare conveniente e opportuno procedere alla sostituzione in aggiornamento tecnologico del modulo pompa-insufflatore;
- RITENUTO** - che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, appare percorribile la procedura in economia, in ossequio al disposto dell'art. 1 e dell'art. 6 lettera a) del Regolamento Aziendale, approvato con delibera n° 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis) della legge 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge; nonché in ossequio dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006;
- RITENUTO** di dover impegnare, per l'acquisto dell'apparecchiatura da assegnare all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia, la spesa necessaria per la realizzazione dell'investimento in repair exchange, determinata in € 6.900,00 i.v.a. al 22% esclusa
- RICHIAMATE** le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II parte II del D.lgs. 163/06 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia.

PROPONE

per quanto sopra esposto:

- di acquistare in repair exchange, dalla società Sanifarm srl con sede legale in viale Monastir, 126/A – 09122 Cagliari, un modulo pompa-insufflatore da 30 litri minuto, modello Thermoflator SCB, codice 26432008, marca Karl Storz, da destinare all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia, con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/06, al costo di € 6.900,00 i.v.a iva al 22% esclusa;
- di impegnare la somma complessiva di € 8.418,00 i.v.a. al 22% inclusa, prevista per l'acquisizione della nuova tecnologia;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;
- di dismettere dall'inventario Aziendale il modulo pompa-insufflatore da 16 litri minuto, modello Electronic - CO2 Endoflator, codice 26430520, marca Karl Storz, inventario 10781, matricola CG 8535-B, in dotazione presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia;





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di affidare alla società Sanifarm srl con sede legale in viale Monastir, 126/A – 09122 Cagliari, l'acquisto in Repair Exchange, di un modulo pompa-insufflatore da 30 litri minuto, modello Thermoflator SCB, codice 26432008, marca Karl Storz, da destinare all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia, con attivazione della procedura in economia ai sensi del regolamento aziendale di cui all'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/06, al costo di € 6.900,00 i.v.a iva al 22% esclusa;
- di impegnare la somma complessiva di € 8.418,00 i.v.a. al 22% compresa, prevista per l'acquisizione della nuova tecnologia;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento Aziendale;
- di dismettere dall'inventario Aziendale il modulo pompa-insufflatore da 16 litri minuto, modello Electronic - CO2 Endoflator, codice 26430520, marca Karl Storz, inventario 10781, matricola CG 8535-B, in dotazione presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia
- di dare atto che l'affidamento viene disposto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Aziendale in economia approvato con delibera n. 1305 del 19.12.2006, che seppur con le nuove soglie di importo espressamente riconosciute a livello normativo dall'art. 4 comma 2, lettera m-bis) della legge 106 del 2011, rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'i.v.a. di legge; nonché ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/06;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 8.418,00 i.v.a. al 22% compresa, per la fornitura affidata alla società Sanifarm srl con sede legale in viale Monastir, 126/A – 09122 Cagliari, sul codice del piano dei conti Aziendale n° 0102020401(attrezzature sanitarie e scientifiche), centro di costo 10531401 (U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Sirai di Carbonia) per l'importo di € 8.418,00 iva al 22% inclusa,
- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida



II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

II DIRETTORE SANITARIO
Dr. Andrea Corrias

Il Resp.le Serv. Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

Dott. F. Marini

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1192 del 22 LUG. 2014


è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 LUG. 2014.

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it


Servizio Affari Generali

**SANIFARM s.r.l.**VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

All. 01

Prot.n 125/14/DP/mgm

10/06/2014

Spett.le
A.S.L. 7 Carbonia
Direzione Generale
Staff Addetto Ing. Clinica
Loc-Sirai
09013 Carbonia

Oggetto: Vs. richiesta di preventivo di riparazione in formula Repair Exchange di n.1 Thermoflator SCB cod.26432008 Storz.

A seguito Vs. richiesta, si è proceduto all'esame dell'apparecchiatura di cui in richiesta e a sopralluogo presso la sala operatoria 2 della divisione Ginecologia dell'Ospedale Sirai, al fine di verificarne guasti ed anomalie anche in sede ed in fase di utilizzo.

Si è rilevato che l'apparecchiatura in oggetto, presenta la totale usura di alcune importanti parti operative.

Pertanto, a seguito di attenta valutazione, la Sanifarm S.r.l., in qualità di concessionaria esclusiva o per la Sardegna della Karl Storz Endoscopia, propone l'aggiornamento del sistema laparoscopico con attuale modello Thermoflator SCB cod.26432008, senza elemento riscaldatore in versione R/E

Valore a listino di € 10.255,00 + Iva 22%

Costo a Voi riservato per la sostituzione in R/E € 6.900,00 + Iva 22%.

In attesa di un vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu