REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Deliberazione n. 374/C

Adottata dal Commissario Straordinario in data 12 MAR 2015

Oggetto: Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione Video Gastroscopio Pentax mod. EG 1690K in dotazione all'.U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Techons Srl - C.I.G. **Z20135CFE1**

Il Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che l'Azienda ha in dotazione, in uso all' U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. C.T.O. di Iglesias, un Video Gastroscopio Pentax EG 1690K matr. A120062;

VISTA la richiesta del 02.02.2015, a firma del Resp.le dell'U.O di Chirurgia Pediatrica, Dott. Sandro Licciardi, con la quale chiede un intervento, urgente, di manutenzione per la riparazione del video gastroscopio in oggetto;

CONSIDERATO che la tipologia dell'apparecchiatura in parola non è compresa nell'ordinativo di fornitura Consip;

PRECISATO il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato una richiesta di preventivo alla Ditta Technos Srl, concessionario del marchio Pentax in Sardegna, per la riparazione del Video gastroscopio in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa n. 15/00043 del 17.02.2015, trasmesso dalla Ditta Techons Srl, pari a € 725,48 i.v.a. di legge esclusa, comprensivo di spese di viaggio, ritiro e riconsegna, manodopera e ricambi necessari al ripristino della funzionalità della tecnologia;

RITENUTO che sulla base delle motivazioni, necessità e urgenza sopra palesate, l'affidamento possa essere effettuato con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

PROPONE

- l'affidamento diretto alla ditta Techonos Italia Srl per la riparazione del Video gastroscopio Pentax EG 1690K ,atr. A120062 per un importo complessivo di € 725,48 i.v.a. di legge esclusa, come da preventivo n. 15/00043 del 17.02.2015

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- Affidare alla ditta TEchnos Srl la riparazione del Video gastroscopio Pentax EG 1690K matr. A120062, per un importo complessivo di € 725, 48,00 i.v.a. di legge esclusa, in dotazione all'U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. C.T.O. di Iglesias, come da preventivo prot. n. 15/00043 del 17.02.2015

- Di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

- Di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 885,10 di cui € 159,61 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo 0507020103 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo n. 10531801 (U.O. di Chirurgia Pediatrica P.O. C.T.O.;

- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Onnis

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. ssa M. Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio Maggetti

Il Resp.le S.C. Serv. Tecnico Manut. e log.
Ing. Brunello Vacca

I.C. Ing. Giorgio Angius

Add/ A. Portas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera

n° 374/L del 12 MAR 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 16 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella

sezione Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Via Dolcetta, 5
09122 CAGLIARI
tel.: 00 39 70 2084164
fax: 00 39 70 2776012
e-mail: info@technossrl.it

* * * DICHIARAZIONE * * *

Spett. le ASL 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

Cagliari, 17/02/2015
Ns. offerta n. 15/00043

OGGETTO: **RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA SU VIDEOGASTROSCOPIO SOTTILE PENTAX MOD. EG-1690K MATR. A120062. VS. RIF. N. 12 IT/15 DEL 02.02.2015.**

Il sottoscritto	**PADERI PAOLO**		
nato a	**VILLAPUTZU (CA)**	il	**31 / 12 / 1957**
residente a	**CAGLIARI (CA)**	via	**GORIZIA, 27**
codice fiscale	**PDRPLA57T31L998A**		
nella sua qualità di	**PROCURATORE**		
dell' IMPRESA	**TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.**		
con sede legale in	**CAGLIARI**	C.A.P.	**09122**
via	**DOLCETTA, 5**		
C.F.	**01977900925**	P. I.	**01977900925**

DICHIARA

che la TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S,r,l. svolge il ruolo di agente esclusivo e di unico centro autorizzato per l'assistenza tecnica sui prodotti di marca Pentax Medical nella regione Sardegna.

TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.

Paolo Paderi
Procuratore
TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.

C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 155017 – REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 22508 – CAP. SOC. € 51.646,00 I.V. – C.F. / P.I. 01977900925

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home›Servizi›Servizi ad Accesso riservato›Smart CIG›Lista comunicazioni dati›Dettaglio CIG

Utente: Alessandro Portas
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Richiedi nuovo
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z20135CFE1**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 725,40
Oggetto	Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione Video Gastroscopio Pentax mod. EG 1690K in dotazione all'.U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Techons Srl
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

TECHNOS
tecnologia ospedaliera s.r.l.

VIA DOLCETTA N. 5
1o PIANO - INTERNO 3
09122 CAGLIARI

tel. 070 2084164
fax 070 2776012
e-mail info@technossrl.it

C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 155017
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 22508
COD. FISC. / P. IVA 01977900925
CAPITALE SOCIALE € 51646,00 I.V.

Spett.le

AZIENDA A.S.L. 7

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA CI

UFFICIO TECNICO

Offerta:	Numero	Del	
	15/00043	17/02/2015	Pag. 1 / 2

Come da Vs. gentile richiesta n. 12 IT/15 del 02.02.15
abbiamo il piacere di sottoporVi qui di seguito la nostra migliore offerta per quanto di Vs. interesse

Rif.	Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Imp.unit. Euro	% Sc.	Tot. Imp. Euro	IVA
		RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA SU VIDEOGASTROSCOPIO SOTTILE PENTAX MOD. EG-1690K MATR. A120062 VS. RIF. N. 12 IT/15 DEL 02.02.15 NS. RIF. A/T N. 05224 --- DESCRIZIONE INTERVENTO --- Riscontrata perdita da sezione introduttiva. LAVORI NECESSARI: - ritiro presso Vs. sede; - prove di funzionamento e ricerca del guasto; - smontaggio; - asciugatura; - ripristino tenuta su sezione introduttiva; - smontaggio e asciugatura parti con predisposizione ad infiltrazione; - sostituzione delle parti di seguito elencate; - regolazione precarico spirali e ripristino; - ripristino guaina distale; - regolazione tiranti di movimento e rispettive angolature; - manutenzione e pulizia sezione operativa; - revisione generale; - prove di visione e generali;						

Per la TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.

TECHNOS
tecnologia ospedaliera s.r.l.

VIA DOLCETTA N. 5
1o PIANO - INTERNO 3
09122 CAGLIARI

tel. 070 2084164
fax 070 2776012
e-mail info@technossrl.it

C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 155017
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 22508
COD. FISC. / P. IVA 01977900925
CAPITALE SOCIALE € 51646,00 I.V.

Spett.le

AZIENDA A.S.L. 7

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA CI

Offerta:	Numero	Del	
	15/00043	17/02/2015	Pag. 2 / 2

Come da Vs. gentile richiesta n. 12 IT/15 del 02.02.15
abbiamo il piacere di sottoporVi qui di seguito la nostra migliore offerta per quanto di Vs. interesse

Rif.	Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Imp.unit. Euro	% Sc.	Tot. imp. Euro	IVA
		- prove di tenuta;						
		- pulizia esterna;						
		- riconsegna presso Vs. sede.						
		SOSTITUZIONI						
	D208-SA038	GUAINA FG-16X	NR	1,00	73,00		73,00	22
	D052-SB527	O-RING (20,0 X 1,5)	NR	2,00	1,95		3,90	22
	C019-SD133	O-RING (21,5 X 2,0)	NR	1,00	1,41		1,41	22
	D052-SB506	O-RING IMPUGNATURA	NR	1,00	6,00		6,00	22
	D052-SB513	O-RING (16,0 X 2,0)	NR	1,00	0,90		0,90	22
	H419-SO012	O-RING (1.5 X 3.4) PER OF-B188	NR	4,00	10,50		42,00	22
	H215-S0008	O-RING PULSANTE ASP. 30/40/K	NR	1,00	1,77		1,77	22
	MATCON	MATERIALE DI CONSUMO	NR	1,00	44,00		44,00	22
	ORE	ORE MANODOPERA SPECIALIZZATA	NR	6,50	85,00		552,50	22
		Eventuali ulteriori necessità riscontrate in fase di lavorazione verranno tempestivamente preventivate.						

Totale imponibile EURO 725,48

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA

Pagamento	Spedizione	Porto	Validità
R.D. 90 GG. D.F.	Mittente	Franco	90 GG.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri Distinti Saluti

Per la TECHNOS Tecnologia Ospedaliera S.r.l.