



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

17 APR 2015

Determinazione Dirigenziale n° 483 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Liquidazione fatture nn. 030/15 del 31.01.2015 e 078/15 del 16.03.2015, Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, delle verifiche di tenuta della gabbia di Faraday dei siti RM dei PP.OO. Sirai di Carbonia e C.T.O. di Iglesias. Ditta Te.sia. S.r.l. -

Il Responsabile della S.C. del Settore tecnico, manutentivo e logistico:

**RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile del Servizio manutentivo e Logistico dell'Azienda;

**PREMESSO** che con deliberazioni n. 125/C del 29.01.2015 e n. 235/C del 18.02.2015, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Ditta Te.sia. S.r.l., le verifiche di sicurezza della tenuta della "gabbia di faraday" dei siti RM dei PP.OO. Sirai di Carbonia e C.T.O. di Iglesias;

**VISTI** i verbali di lavoro del 02.12.2014 e del 26.02.2015, che si allegano al presente atto, a firma del Resp.le Esperto Qualificato, Dott.ssa Emanuela Tumminia, che attesta la regolare esecuzione delle verifiche di sicurezza richieste;

**VISTE** le fatture della Ditta Ditta Te.sia. S.r.l. nn. 030/15 del 31.01.2015 per un importo di € 1.800,00 i.v.a. di legge esclusa e n. 078/15 del 16.03.2015, per un importo di € 1.700,00 i.v.a. di legge esclusa, relative alle verifiche di sicurezza della tenuta della "gabbia di faraday" dei siti RM dei PP.OO. Sirai di Carbonia e C.T.O. di Iglesias;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del servizio di cui alle deliberazioni n. 125/C del 29.01.2015 e n. 235/C del 18.02.2015, sono stati acquisiti rispettivamente i codici CIG . **Z3012DBB7B - ZC3130FB52**;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, n. 189 del 28.02.2007, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture nn. 030/15 del 31.01.2015 per un importo di € 1.800,00 i.v.a. di legge esclusa e n. 078/15 del 16.03.2015, per un importo di € 1.700,00 i.v.a. di legge esclusa, relative alle verifiche di sicurezza della tenuta della "gabbia di faraday" dei siti RM dei PP.OO. Sirai di Carbonia e C.T.O. di Iglesias;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità la contabilizzazione della spesa ed il pagamento sulla classe di costo 0507020103 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), rispettivamente sui centri di costo n. 10540401 (U.O. di Diagnostica per immagini P.O. Sirai di Carbonia) e n. 10540201 (U.O. di Diagnostica per immagini P.O. C.T.O. di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

R.u.p./ A. Portas



Responsabile della S.C. del Settore tecnico  
manutentivo e logistico  
Ing. Brunello Vacca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 783 del 17 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 APR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Glaveta*


## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



# T.S.A. S.r.l.

DA U.S.L. N° 7 CARBONIA

**Tecnologie e Sinergie Applicate S.r.l.**

Sede: Via L. De Stefani n. 60 - 06117 ROMA - Tel. 06.92.00.45.15/82.00.06.29 - Fax 06.92.00.61.13  
e-mail: [tsasri@tsasri.it](mailto:tsasri@tsasri.it) - <http://www.tsasri.it>

Aut. Reg. 22437



**CONTRATTUALE DELLA ESECUZIONE/PRESTAZIONE**

SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA

PRESENTI FATTURA. SI LIQUIDA PER € 1.800,00

DELIBERA N. 125/C DEL 29 GEN 2015

PIANO DEI CONTI \_\_\_\_\_ CENTRO DI COSTO \_\_\_\_\_

0507020103

10540401

Spett.le  
Asl 7 Carbonia  
Via Dalmasia, 83  
09013 Carbonia (CA)  
Cod. Fisc. e P. IVA 02261310920

Radiazioni ionizzanti - Radiazioni non ionizzanti - Sicurezza sul lavoro - Progettazione, progettazione

ESPLE DEL PROCEDIMENTO

Roma, il 31/01/2015  
Fattura n. 030/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si emette regolare fattura per la Verifica della tenuta della Gabbia di Faraday del Sito RM del P.O. Sirai di Carbonia, effettuata in data 02/12/2014, come da ns. preventivo Prot. ADC T622/14 del 28.11.2014 e Vs. Deliberazione n. 125/C del 29 GEN. 2015 - CIG. Z3012DBB7B.


APPARECCHIATURA	PREZZO
RM GE OPTIMA MR450W da 1.5 T	1.800,00

Imponibile	€ 1.800,00
I.V.A. 22%	€ 396,00
<b>Totale Fattura</b>	<b>€ 2.196,00</b>
	S. E. & O.


**Pagamento:** Bonifico Bancario scadenza 60 gg. d.f. f.m. 31/03/2015  
c/o Unicredit Banca di Roma S.p.A. - Ag. n. 7141  
Viale Marx, 179 00137 - Roma  
CODICE IBAN: IT97 0 02008 05236 000029487436  
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1J41

Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento darà luogo all'addebito di interessi moratori, in base al decreto legislativo 231/02, ex art. 4

In merito ai dati trattati ed agli elaborati per i ns. clienti, la ns. Società mantiene l'impegno di riservatezza dei documenti e di tutte le informazioni ricevute, di qualsiasi natura, oltre ad utilizzare le stesse informazioni, ed ogni dato, esclusivamente per i fini previsti dal rapporto di lavoro instaurato con ogni singolo Cliente.



LA AZIENDA Te.Si. A. CARBONIA  
REGOLARE ESECUZIONE



CONTRATTUALE *Technologie e Sinergia Applicate S.r.l.*

Sede: Via A. De Stefani n° 60 - 00137 ROMA - Tel. 06.82.00.45.15/82.00.06.29 - Fax 06.82.00.61.13  
SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO COSETTI DELLA  
Email: [tesiasrl@tesiasrl.it](mailto:tesiasrl@tesiasrl.it) Http:// [www.tesiasrl.it](http://www.tesiasrl.it)

PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € 1.700,00

DELIBERA N. 235/C DEL 18.02.2015

PIANO DEI CONTI 0507020103 CENTRO DI COSTO 10540201

Spett. le  
Asl 7 Carbonia  
Via Dalmazia, 83  
09013 Carbonia (CA)  
Cod. Fisc. e P. IVA 02261310920

Radiazioni ionizzanti - Radiazioni non ionizzanti - Sicurezza sul lavoro - Progettazione Ospedaliera

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roma, li 16/03/2015  
Fattura n. 078/15

Si emette regolare fattura per la Verifica della tenuta della Gabbia di Faraday, effettuata in data **26/02/2015** sulla RM SIEMENS MAGNETOM SYMPHONY MESTRO CLASS da 1.5 T presente presso il P.O. CTO di Iglesias, come da ns. preventivo Prot. ADC T661/14 del 22.12.2014 e Vs. Deliberazione n. 235/C del 18.02.2015.


Importo concordato € 1.700,00

	Imponibile	€	1.700,00
Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72	I.V.A. 22%	€	374,00
	Totale Fattura	€	2.074,00
	Netto a pagare	€	1.700,00

Pagamento: Bonifico Bancario scadenza 30 gg. d.f. 16/04/2015  
c/o Unicredit Banca di Roma S.p.A. - Ag. n. 7141  
Viale Marx, 179 00137 - Roma  
CODICE IBAN: IT97 0 02008 05236 000029487436  
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1J41

Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento darà luogo all'addebito di interessi moratori, in base al decreto legislativo 231/02, ex art. 4

In merito ai dati trattati ed agli elaborati per i ns. clienti, la ns. Società mantiene l'impegno di riservatezza dei documenti e di tutte le informazioni ricevute, di qualsiasi natura, oltre ad utilizzare le stesse informazioni, ed ogni dato, esclusivamente per i fini previsti dal rapporto di lavoro instaurato con ogni singolo Cliente.



Te.Si.A. srl

Te.Si.A. srl — Via A. de Stefani, 60 - 00137 Roma  
tel: 06/82.00.45.15; fax:06/82.00.61.13  
e-mail: a.defia@tesiasrl.it

### RAPPORTO DI LAVORO

<b>Cliente:</b>	P.2 CTO P.2 CARBONA
<b>Località:</b>	MESAS - VS

<b>Data del controllo:</b>
26/02/15

<b>Interventi eseguiti su apparecchi/sistemi:</b>	CF. 406/10001 RM 8.02.08 157
<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzione (pulizia dell'intero battente e ripristino fingers mancanti e/o danneggiati della porta di accesso alla sala magnete); <input checked="" type="checkbox"/> Verifica della tenuta della Gabbia di Faraday posta a protezione della RM ; <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	
<b>Note:</b> Seguiranno le relazioni tecniche dei controlli eseguiti.	

<b>Il tecnico verificatore:</b>	<b>Firma:</b>
Mirko PERUZZU	

<b>Il tecnico verificatore:</b>	<b>Firma:</b>

<b>Firma del cliente</b>



Te.Si.A. srl

Te.Si.A. srl — Via A. de Stefani, 60 - 00137 Roma  
tel: 06/82.00.45.15; fax: 06/82.00.61.13  
e-mail: a.delia@tesiasrl.it

## VERBALE AVVENUTO SOPRALLUOGO

Cliente:	OSPEDALE SIRAI
Località:	CARBONIA - CI

Data del controllo:
02/12/14

Interventi eseguiti su apparecchi/sistemi: *2U GE OPTIMA MELSDW 15T*  
*SISTEMA: ASSI 2-20*

Manutenzione (pulizia dell'intero battente e ripristino fingers mancanti e/o danneggiati della porta di accesso alla sala magnete);

Verifica della tenuta della Gabbia di Faraday posta a protezione della RM ;

Note:

**Seguiranno le relazioni tecniche dei controlli eseguiti.**

Il tecnico verificatore:	Firma:
Mirko PERUZZU	<i>Mirko Peruzzi</i>

Il tecnico verificatore:	Firma:
Luigi ASCIUTTO	

Firma del cliente
<i>Roberto Me</i>