REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Delibera Commissario Straordinario adottata in data 29 MAG 2015 n. 776/C

Oggetto: verbale del 21 gennaio 2015 della Commissione competente per il distretto di Iglesias per la dichiarazione del fuori uso di apparecchiature elettromedicali, attrezzature ed arredi. Dismissione e cancellazione dall'inventario Aziendale.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisizione Beni e Servizi il quale

PREMESSO - che con le deliberazioni del Direttore Generale n° 1259 del 30.08.2012 e n. 1620 del 23.09.2013, sono state emanate le direttive e disposta la regolamentazione per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariati nel libro cespiti, riguardanti apparecchiature sanitarie e non sanitarie;

- che tali direttive derivano da disposizioni normative per l'inadeguatezza clinico funzionale, verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di risorse economiche superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;

VISTO Il verbale della competente Commissione del 21 gennaio 2015 e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTA la Legge Regionale n. 10/1997

VISTA la delibera del Direttore generale n. 1692 del 7/10/2008 che approva il regolamento di amministrazione e contabilità della ASL 7

PROPONE

- di dichiarare il fuori uso, sulla base del verbale della Commissione, che attesta la non riparabilità e l'inutilizzo delle apparecchiature sanitarie, attrezzature ed arredi oggetto del presente atto;
- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle apparecchiature ed attrezzature descritte negli allegati al verbale del 21 gennaio 2015 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggiore brevità espositiva.

Il Direttore Generale sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

Per i motivi in premessa

DELIBERA

- di dichiarare il fuori uso, sulla base del verbale della Commissione, che attesta la non riparabilità e l'inutilizzo delle apparecchiature sanitarie, attrezzature ed arredi oggetto del presente atto;

- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle apparecchiature ed attrezzature descritte negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggiore brevità espositiva

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dott. Carlo Contini

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASL N. 7 CARBONIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 776/C del 29 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA

VERBALE DELLA COMMISSIONE FUORI USO

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Il giorno 21 del mese di Gennaio dell'anno 2015 presso il P.O. S. Barbara - si è riunita la commissione per il fuori uso, costituita ai sensi delle deliberazioni n° 1259 del 30.08.201 e n. 1620 del 23.09.2013.

Sono presenti:

Presidente	Dott.ssa Elisabetta Pezzi
Componente	Geom. Giuseppe Puddu
Segretario	Alessandro Portas

La commissione, viste le note: n° 02/Rad del 19.01.2015, inoltrata dal Responsabile dell'U.O. di Diagnostica per Immagini, Dr. Carlo Montaldo, avente per argomento il fuori uso dell'apparecchiatura: portatile per radiologia marca Gilardoni mod. Caleidon matr. 0162M11904 inventario n. 13056, e n. Z51.1501001 del 20.01.2015 inoltrata dalla Hospital Consulting, procede alla verifica dello stato dei beni, alla descrizione del bene, alla identificazione del numero di inventario come riportato nella nota in allegato, riscontrando che lo stato d'uso non risulta più idoneo al suo utilizzo in quanto obsoleto e non riparabile, tale da non essere più utilizzabile.

Il Presidente della Commissione, preso atto di quanto accertato, dichiara che i beni riportati nella nota in allegato non sono suscettibili di un ulteriore utilizzo all'interno dell'Azienda e che, pertanto, devono essere conferiti ad un soggetto abilitato al relativo trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro e smaltimento.

La Commissione, preso atto di quanto risultante dalla verifica effettuata, dispone la trasmissione del presente verbale, a cura del Segretario, al Responsabile del Servizio Acquisti per la predisposizione di apposito atto deliberativo di fuori uso e per gli adempimenti inventariali relativi ai cespiti, nonché per la cancellazione dei beni dismessi dagli elenchi aziendali dei beni mobili.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PRESIDENTE	COMPONENTE	SEGRETARIO

Hospital Consulting S.p.A.
Via Di Scolivigne, 60/1 – Loc. Grassina
50015 Bagno a Ripoli – Firenze – Italia
Tel (+39) 055 6498 61
Fax (+39) 055 6498 680
www.hospital-consulting.it
Capitale sociale: € 1.764.000,18 i.v.
C.F./ P. IVA e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209

CONFINDUSTRIA

ASSOCIATO oice

Alla Presidente della Commissione fuori uso P.O. S. Barbara
Dott. E. Pezzi

Al referente dell'Ingegneria Clinica Asl 7 Carbonia
Ing. Giorgio Angius

Al R.U.P. Servizio Ingegneria Clinica Asl 7 Carbonia
Ing. Brunello Vacca

Al Direttore Sanitario PP. OO. di Iglesias
Dott. Carlo Murru

Carbonia, 20/01/2015
Z51.1501001

Oggetto: ***Proposta di dismissione per "Apparecchio portatile per radiologia", costruttore GILARDONI SPA, modello CALEIDON SN 200, inventario aziendale 0013056, matricola 0162M11904, in dotazione al reparto "Diagnostica per Immagini" del P.O. SANTA BARBARA***

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico n° 2015/00080, relativa alle sopracitata apparecchiatura, con la presente si comunica che la macchina risulta obsoleta (acquisizione del 1997) e vetusta rispetto alla tecnologia attuale.

Valutati inoltre i risultati dei controlli di qualità eseguiti dell'Esperto in Fisica Medica in data 23/09/201 e la nota del Responsabile di Struttura dell'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. Santa Barbara, si ritiene opportuno proporre la dismissione urgente dell'apparecchiatura elettromedicale in oggetto in quanto non più adeguata agli standard qualitativi richiesti.

Restando a disposizione per ulteriori delucidazioni si porgono distinti saluti.

Hospital Consulting S.p.A.

Hospital Consulting S.p.A.
c/o Ospedale Sirai
Ex Locali Anatomia Patologica
Via Ospedale - Loc. Sirai
09013 Carbonia
Tel.: 0781/1884509 - Fax: 0781/1884513

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

STRUTTURA COMPLESSA
DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

P.O. "S. BARBARA" - IGLESIAS

Prot. 02/Rad

Iglesias, 19 gennaio 2015

Al Direttore Sanitario PP. OO. di Iglesias
Dott. Carlo Murru

Al Commissario Straordinario ASL 7
Dott. Antonio Onnis

Al Direttore Sanitario F.F. ASL7
Dott. Roberto Pirastu

Al FF Resp.le Uff. Staff di Ing. Clinica
Ing. Brunello Vacca

LORO S E D I

Oggetto: blocco portatile rx P.O. S.Barbara

La presente per comunicare che con effetto immediato lo scrivente Servizio non è più in grado di eseguire esami radiografici al letto del paziente presso i reparti del P.O. "S. Barbara", in quanto l'apparecchio rx mobile (mod. Caleidon della Gilardoni) non garantisce più dei risultati iconografici di qualità che consentano una valutazione diagnostica. A tal proposito si inviano in allegato i risultati dei controlli di qualità effettuati dall'Esperta in Fisica Medica, Dr.ssa Loredana Satta, e riportati nella scheda di misura dalla stessa sottoscritta, dove si legge che i valori di accuratezza dei kVp sono fuori limite. Si chiede pertanto di informare i reparti interessati circa l'impossibilità di soddisfare eventuali richieste di esami a letto. Rendendosi indispensabile il fuori uso dell'apparecchio in oggetto, se ne richiede una immediata sostituzione data l'importanza di mantenere attiva questa irrinunciabile parte del Servizio.

In attesa di riscontro si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile di Struttura
Dr. Carlo Montaldo

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio Radiologia P.O. 'C.T.O.'
Via Cattaneo
Iglesias
Tel. 0781 – 3922705 – 619 - 685
Fax 0781 - 3922743

RAFM: Scheda misura
Il presente protocollo è stato predisposto con riferimento alle indicazioni riportate nei documenti del Ministero della Sanità relativi al D.Lgs.187/2000, Allegato V e secondo le disposizioni dell'art. 8 comma 3.

DATA: 23 settembre 2014

RISULTATI DEI CONTROLLI DI QUALITA'

Prova di accettazione e di collaudo O

Prova di verifica o di stato O

Prova di mantenimento o di costanza X

SERVIZIO: Radiologia – P.O. Santa Barbara - Iglesias

APPARECCHIO: Mobile **mod.** Caleidon-Gilardoni **n/s** 11904 **n.inv.**

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA: Barracuda; star pattern 1,5°;Wellhöfer ETR1;filtri Al; filtri Cu;

Rif Prot.	Controllo e Frequenze	Tipo di controllo	Limite consentito	Misura	Giudizio entro/fuori limite
1a	(1),(2),(3) ann.	Precisione kVp	coefficiente var.<0,05	0.004	E
1b	(1),(2),(3) ann.	Accuratezza kVp	Scarto <10%	f g 12% f p	Fuori
2ac	(1),(2),(3) ann	Precisione dose	coefficiente var.<0,2	f g 0.00 f p	E
2b	(1),(2),(3) ann	Intensità di dose	> 25 µGy/mAs a 100cm, a 80 kV per 2,5mm Al	46.98	E
3	(1),(2),(3) ann	Variazione corrente	coefficiente var.<0,15	Non eseguibile	-
4	(1),(2),(3) ann.	Linearità dose	coefficiente var.<0,2	0.023	E
5	(1),(2),(3) ann.	Temporizzatore	errore max.<10%	Non eseguibile	-
6	(1),(2),(3) ann.	Filtrazione totale/SEV	vedi tabella	f g 2.68 f p	E
7	(1),(2),(3) ann	Macchie focali/risol. spaziale	vedi tabella ± 20%	lar 1.37 lar lun 1.43 lun	E
8	(1),(2),(3) ann.	Allineamento	±3°; < 2% DFP	0.5° ; 1 %	E
9	(1),(2),(3) ann.	Allineamento filo a croce	±1% DFP	-	-
10	(1),(2),(3) ann.	Corris.campo luce-campo X	<2% DFP	X 0.5 Y 0.1	E
11	(1),(2),(3) ann.	Corris.campo X-cassetta(coll)	<3%; <4%	X Y Non eseguibile	-
12	(1),(2),(3) ann.	Esposimetro automatico	coeff. var.<0,3 D.O. coeff. var.<0,2 kerma	Non presente	-
13	(1),(2),(3) ann.	Radiazione di fuga	< 1 mGy/h a 1 m	0.76 mGy/h	E
14	(1),(2),(3) ann.	Griglia fissa e mobile	No artefatti	ok	E

(1) collaudo; (2) stato; (3) costanza

CONCLUSIONI:Tutti i parametri misurati sono in tolleranza escluso il parametro " accuratezza dei kV ". Si consiglia intervento tecnico.

L'Esperto in Fisica Medica

GIUDIZIO SULLA QUALITA' TECNICA DELLA PRESTAZIONE DIAGNOSTICA:

Apparecchiatura idonea O
Apparecchiatura non idonea O
Apparecchiatura idonea solo per le seguenti prestazioni: O

Il Responsabile dell'Impianto