



17 SET 2015

Deliberazione n. 1108/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____

- Oggetto: Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione N. 2 lava endoscopi Olympus mod. EDT 3 Plus in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias. Ditta Olympus Italia Srl - C.I.G. ZB1160D74F
- Il Responsabile della S.C. del Settore Tecnico manutentivo e logistico:
- RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;
- PREMESSO** che l'Azienda ha in dotazione, in uso all' U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias, n. 2 lava endoscopi Olympus mod. EDT 3 Plus matr. 07140582 e matr. 08140584;
- VISTE** le richieste del 03.09.2015 e del 26.08.2015, a firma del Resp.le dell'U.O. di Endoscopia Digestiva, Dott. Sergio Cadoni, con la quale chiede un intervento, urgente, di manutenzione per la riparazione delle apparecchiature in parola;
- DATO ATTO** che il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato le richieste di preventivo alla Ditta Olympus Italia Srl, che detiene l'esclusiva sulla commercializzazione e fornitura di ricambi originale delle apparecchiature e strumentazioni del marchio Olympus;
- VISTI** il preventivi di spesa trasmessi dalla Ditta Olympus Italia Srl n. 021-2015EC e n. 022-205 EC del 08.09.2015, rispettivamente pari a € 1.707,00 ed € 622,00 i.v.a. esclusa, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, comprensivi di spese di viaggio, manodopera e ricambi necessari al ripristino della funzionalità delle apparecchiature;
- RITENUTO** che sulla base delle motivazioni, necessità e urgenza sopra palesate, l'affidamento possa essere effettuato con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

PROPONE

- l'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia Srl per la riparazione di n. 2 lava endoscopi mod. EDT 3 Plus in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias., per un importo complessivo di € 2.329,00 i.v.a. di legge esclusa, come da preventivi n. 021-2015EC e n. 022-205 EC del 08.09.2015, rispettivamente pari a € 1.707,00 e € 622,00 i.v.a. esclusa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- Affidare alla ditta Olympus Italia Srl la riparazione di n. 2 lava endoscopi mod. EDT 3 Plus in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias., per un importo complessivo di € 2.329,00 i.v.a. di legge esclusa, come da preventivi n. 021-2015EC e n. 022-205 EC del 08.09.2015, rispettivamente pari a € 1.707,00 e € 622,00 i.v.a. esclusa;
- Di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 2.841,38 di cui € 512,38 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo n. 10530801 (U.O. di Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara);
- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa M. Fanni Pittau

Il Resp.le S.C. Serv. Tecnico Manut. e log.
Ing. Brunello Vacca

I.C. Ing. Giorgio Angius

Add/ A. Portas



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Silvio Maggetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera
n° 1108/c del _____ 17 SET 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal _____ 18 SET 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella
sezione Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Cagliari, 08/09/2015

Preventivo nr.021-2015EC

Spettabile
ASL n° 7 Carbonia
Distretto di Iglesias
Via dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

Strumento: ETD 3 Plus PAA	s/n 08140584
In dotazione presso Endoscopia Digestiva – P.O. S.Barbara	
Vostra richiesta 68 IT/15	

Difetti riscontrati:

Errore 044 – vassoio acqua gocciola, anomalia condensatori di vapore

Attività svolta:

Verifiche perdita sotto la vasca lavaggio. Sostituzione pompa ricircolo, verifiche e test funzionale

	<u>parti da sostituire</u>	<u>quantità</u>	<u>prezzo unitario</u>	<u>prezzo totale</u>
M3149166	Circolation pump	1	€ 725,00	€ 725,00
	Ore lavoro	8,0	€ 90,00	€ 720,00
	Trasferita Cat 3 – 101/200 KM	1,0	€ 262,00	€ 262,00
	Totale Complessivo I.V.A. esclusa			€ 1.707,00

Esseti Athena S.r.l.
Servizio Assistenza Tecnica
OLYMPUS ITALIA S.r.l.

altre informazioni

Preventivo accettato

Preventivo rifiutato / Reso
strumento non riparato

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI:

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L. 136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione.

Condizioni di fornitura:

Validità: 3 mesi data presente;

Garanzia sulla riparazione: 180 giorni sui ricambi sostituiti e sull'attività svolta; ad esclusione della regolazione dei tiranti dove applicabile;

Garanzia 24 mesi di autoclavabilità applicabile solo alle ottiche chirurgiche;

I.V.A.: a Vostro carico, nei termini di Legge;

Pagamento: mediante Rimessa diretta a 60 giorni data fattura.

Vi precisiamo che il seguente preventivo può essere soggetto a variazioni stimabili solo in fase di lavorazione, in questo caso sarà nostra cura riformularvelo.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. – Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI) – Tel. 02 26972.1 – Fax 02 26972.468
Cap.Soc. €8.300.000,00 int.vers. – P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10894940152 – R.E.A. di Milano 1429744
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT2103010401800000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Cagliari, 08/09/2015

Preventivo nr.022-2015EC

Spettabile
ASL n° 7 Carbonia
Distretto di Iglesias
Via dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)

Strumento: **ETD 3 Plus PAA**

s/n 08140584

In dotazione presso Endoscopia Digestiva – P.O. S.Barbara

Vostra richiesta 66 IT/15

Difetti riscontrati:

Allarme ingresso acqua fredda

Attività svolta:

Verifiche portate e elettrovalvole. Sostituzione sensore di flusso difettoso, verifiche e test funzionale

	<u>parti da sostituire</u>	<u>quantità</u>	<u>prezzo unitario</u>	<u>prezzo totale</u>
M9557182	Flow meter	1	€ 90,00	€ 90,00

Ore lavoro	3,0	€ 90,00	€ 270,00
Trasferta Cat 3 – 101/200 KM	1,0	€ 262,00	€ 262,00
Totale Complessivo I.V.A. esclusa			€ 622,00

Esseti Athena S.r.l.
Servizio Assistenza Tecnica
OLYMPUS ITALIA S.r.l.

altre informazioni

Preventivo accettato

Preventivo rifiutato / Reso
strumento non riparato

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI:

Al sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L. 136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione.

Condizioni di fornitura:

Validità: 3 mesi data presente;

Garanzia sulla riparazione: 180 giorni sui ricambi sostituiti e sull'attività svolta; ad esclusione della regolazione dei tiranti dove applicabile;


Garanzia 24 mesi di autoclavabilità applicabile solo alle ottiche chirurgiche;

I.V.A.: a Vostro carico, nei termini di Legge;

Pagamento: mediante Rimessa diretta a 60 giorni data fattura.

Vi precisiamo che il seguente preventivo può essere soggetto a variazioni stimabili solo in fase di lavorazione, in questo caso sarà nostra cura riformularvelo.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. – Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 – 20090 Segrate (MI) – Tel. 02 26972.1 – Fax 02 26972.488
Cap.Soc. €8.300.000,00 int.vers. – P.IVA, C.F. e N° Iscritt.Reg.Impr.Milano IT10994940152 – R.E.A. di Milano 1429744
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT210301040160000000120833



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Alessandro Portas

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z2E160D74C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.586,00
Oggetto	Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione di una Telecamera Olympus OTV-S7PROH-HD-10E HDTV1.0 EYE PIECE matr. 7121323, in dotazione all' U.O. Otorinolaringoiatria S.O. del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Olympus Italia Srl
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936