



17 DIC 2015

Deliberazione n°

1899/c

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: *Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. Affidamento alla Ditta Medical System Srl di Pula (CA). CIG: Z79178F3F4*

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale:

CONSIDERATO che presso la centrale di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia si è riscontrata una forte diminuzione della pressione del vapore, così come segnalato dal coordinatore delle sale operatorie, dott.ssa Silvana Vinci, con richiesta di intervento del 16.10.15, che si allega;

ACCERTATO dal personale del Servizio di Ingegneria Clinica che tale condizione è legata ad un malfunzionamento dell'attuale elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione, che risulta non più adeguato e deve essere sostituito;

CONSIDERATO che il Servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto un preventivo di fornitura e posa in opera di un nuovo elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione, previo sopralluogo per la verifica delle condizioni generali degli ambienti, alle ditte Medical System Srl di Pula (CA) e Cofely Italia S.p.A. di Elmas (CA);

CONSIDERATO che nonostante i ripetuti solleciti è stata presentata un'offerta dalla sola ditta Medical System Srl di Pula (CA), che si allega, per la fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione, Werther Mod. Falco Dry, con alimentazione da 220 V, portata aria resa da 121 lt/min, pressione massima da 8 bar regolabile in base alle esigenze, pressione sonora da 55 dB, peso 71 kg, dotato di essiccatore ad assorbimento integrato, ad un prezzo di euro 3.200, iva esclusa;

VISTO il parere di congruità espresso dal personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica su tale offerta, che si intende compresa di ogni onere e magistero per il ripristino della funzionalità del sistema di produzione di aria per la sterilizzazione e di ogni eventuale smaltimento;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia di che trattasi risulta legittimamente eseguibile da parte della Ditta Medical System Srl di Pula (CA) ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

RITENUTO che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell'intento di assicurare all'attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

- l'adozione del presente atto per l'affidamento alla Ditta Medical System Srl di Pula (CA), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006, della fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello attualmente installato che risulta non più idoneo all'impiego;
- l'approvazione dell'offerta della ditta Medical System Srl di Pula (CA) per la fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione, Werther Mod. Falco Dry, con alimentazione da 220 V, portata aria resa da 121 lt/min, pressione massima da 8 bar regolabile in base alle esigenze, pressione sonora da 55 dB, peso 71 kg, dotato di essiccatore ad assorbimento integrato, ad un prezzo di euro 3.200, iva esclusa;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'ing. Giorgio Angius, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Il Commissario Straordinario

DATO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,

SENTITO il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare alla Ditta Medical System Srl di Pula (CA), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006, la fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, in sostituzione di quello attualmente installato che risulta non più idoneo all'impiego;
- di approvazione l'offerta della ditta Medical System Srl di Pula (CA) per la fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per la produzione di aria per il sistema di sterilizzazione, Werther Mod. Falco Dry, con alimentazione da 220 V, portata aria resa da 121 lt/min, pressione massima da 8 bar regolabile in base alle esigenze, pressione sonora da 55 dB, peso 71 kg, dotato di essiccatore ad assorbimento integrato, ad un prezzo di euro 3.200, iva esclusa;
- di nominare Responsabile del Procedimento l'ing. Giorgio Angius, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..
- di determinare e autorizzare il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al puntuale pagamento alla Ditta Medical System Srl di Pula (CA) della relativa fattura dell'importo di € 3.200,00 + IVA del 22%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, previo lo svincolo della stessa da parte del Responsabile di Procedimento ing. Giorgio Angius;
- di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a 3.904,00 di cui 704,00 per IVA al 22%, a favore della Ditta Medical System Srl di Pula (CA) sulla classe di costo al cod. A102020301 "impianti" del Piano dei Conti Aziendale e al seguenti Centri di Costo: € 3.200,00 + IVA al 22 % al n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia) dell'esercizio 2015 di parte corrente;

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti



Resp.le S.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali Ing. Brunello VACCA

Ing. Giorgio Angius



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione n. 1899/C del 17 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione


Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Paola

Allegati n. **2**



MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
FORNITURE APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTROMEDICALI
SERVIZI OSPEDALIERI

Pula, 15/10/2015

Ns. Rif. 100-15

Spett.le
ASL n. 7 di Carbonia
Via Dalmazia n. 83
09013 Carbonia
C.A. Ing. Antonio Zandara

Oggetto: Preventivo di spesa per la fornitura di elettrocompressore per la produzione d'aria per il sistema di sterilizzazione del P.O. Sirai di Carbonia Asl n. 7.

A seguito di Vostra richiesta, qui di seguito Vi sottoponiamo preventivo di spesa a Voi riservato.

Fornitura di:

N° 1 ELETTROCOMPRESSORE WERTHER MOD. FALCO DRY O SIMILE
CARATTERISTICHE TECNICHE:
ALIMENTAZIONE: 220 V;
PORTATA ARIA RESA: 121 LT/MIN.;
PRESSIONE MAX: 8 BAR REGOLABILE IN BASE ALLE ESIGENZE;
PRESSIONE SONORA: dB (A) 55;
PESO: 71 KG.;
DOTATO DI ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO INTEGRATO;
DIMENSIONI: 750X580X770mm. O SIMILI.

PREZZO A VOI RISERVATO:

€. 3.200,00 + I.V.A. 22%

Condizioni di fornitura:

prezzi : I.V.A. esclusa – I.V.A. 22%
Validità offerta: 30 gg. Dalla presente;
durata dei lavori: 1 gg. lavorativo;
disponibilità materiale: 10 giorni lavorativi da Vs. ordine scritto;
trasporto ed installazione: gratuiti.
PAGAMENTO: 60 GG. D.F.F.M..

Certi di avere fatto cosa a Voi gradita, restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri Cordiali saluti.

MEDICAL SYSTEMS


COPERTINA FAX

 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA		ASL 7 CARBONIA Blocco Operatorio Centrale di Sterilizzazione P.O. Sirai	
A:	ing. Giorgio Angius UFFICIO TECNICO	Da: D.ssa Silvana Vincis	Tel. 6683444
Fax:	0781/6683488	Coordinatrice sale operatorie P.O. Sirai	Pagine 1
		Data: 16/10/2015	
Oggetto	INTERVENTO MANUTENTIVO STERILIZZAZIONE P.O. SIRAI		


urgentissimo

<input checked="" type="checkbox"/>	Urgente	<input type="checkbox"/>	Da approvare	<input type="checkbox"/>	Vs. commenti	<input type="checkbox"/>	RSVP	<input type="checkbox"/>	Da inoltrare
-------------------------------------	---------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	------	--------------------------	--------------

Si chiede intervento manutentivo urgentissimo presso la centrale di sterilizzazione, dove si rischia di bloccare l'attività delle due autoclavi: si è presentata una forte riduzione della pressione del vapore a causa di un guasto al compressore (diventato caldissimo) che deve essere sostituito.

Cordialmente
 Silvana Vincis

ASL CARBONIA
COORDINATORE BLOCCO
OPERATORIO E STERILIZZAZIONE

3-2-2010





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giorgio Angius

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - INGEGNERIA CLINICA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z79178F3F4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.200,00
Oggetto	Fornitura e posa in opera di n. 1 elettrocompressore per sistema di sterilizzazione del PO Sirai di Carbonia
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/I0.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936