REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Adottata dal Commissario Straordinario in data 19 GEN 2016 Deliberazione n. 60/C

Oggetto: Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione di un Video Colonscopio Olympus mod. CF H 180 AI matr. 2800876, in dotazione all'.U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias. Ditta Olympus Italia Srl - C.I.G. Z3E1806AAC

Il Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che l'Azienda ha in dotazione, in uso all' U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias, un Video Colonscopio Olympus mod. CF H 180 AI matr. 2800876;

VISTA la richiesta, firmata dal Resp.le dell'U.O. di Endoscopia Digestiva, Dott. Sergio Cadoni, con la quale chiede un intervento di manutenzione, urgente, per la riparazione del video colonscopio in oggetto;

CONSIDERATA la tipologia dell'apparecchiatura in oggetto è stata trasmessa la richiesta di riparazione direttamente alla Ditta costruttrice Olympus Italia Srl ;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Olympus Italia Srl, n. 8000024322 del 30.12.2015, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di € 9.104,00 i.v.a. esclusa, comprensivo di ritiro dell'apparecchiatura verifica, spese di viaggio, manodopera, ricambi necessari e riconsegna all'U.O di Endoscopia;

RITENUTO che sulla base delle motivazioni, necessità e urgenza sopra palesate, l'affidamento possa essere effettuato con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

PROPONE

- l'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia Srl per la riparazione del Video Colonscopio Olympus CF H 180 AI matr. 2800876, in dotazione all'U.O. di Endoscopia del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- Di autorizzare il preventivo di spesa n. 8000024322 del 30.12.2015, per un importo complessivo di € 9.104,00 i.v.a. di legge esclusa;

- di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- affidare alla ditta Olympus Italia Srl la riparazione del Video Colonscopio Olympus CF H 180 AI matr. 2800876, in dotazione all'U.O. di Endoscopia del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- Di autorizzare il preventivo di spesa n. 8000024322 del 30.12.2015, per un importo complessivo di € 9.104,00 i.v.a. di legge esclusa;

- Di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

- Di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 11.106,88, di cui € 2.002,88 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo n. 10530801 (U.O. di Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara);

- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. ssa M. Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio Maggetti

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N. 7 CARBONIA

Il Resp.le S.C. Serv. Tecnico Manut. e log.
Ing. Brunello Vacca

Add/ A. Portas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera

n° 60/C del 19 GEN 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 21 GEN 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N. 7 CARBONIA

Servizio Affari Generali

OLYMPUS

8000024322

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa GmbH

Indirizzo Pagatore: 2000034783
A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)
ITALY

Indirizzo di spedizione: 2000037896
ESSETI ATHENA S.R.L.
VIA LOMBARDIA, 13A/15
09127 CAGLIARI (CA)
ITALY

Indirizzo cliente: 2000036000
P.O. S.BARBARA
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS (CI)
ITALY

Indirizzo di fatturazione:6000025527
Asl 7 di Carbonia
Uff_eFatturaPA
UF0FW0
Via Dalmazia 83
09013 CARBONI (CI)
ITALY

Preventivo

Data Creazione 30.12.2015	Offerta No. 8000024322 **Prego specificare per richieste**	Cliente N. 2000036000			Data vendita
Data Sped. 26.05.2008	Descrizione CF-H180AI EXERA II Video Colon	Modello N2116830	N. di serie 2800876	VS. inventario nr.	Data installazione 21.07.2008
Vostra Data Ordine	NS. Conferma 50146388	Vostro ordine N.			Data registrazione 30.12.2015
				Valido fino al 27.06.2016	
Vostro Contatto	OIT Contact Service Medical	E-mail oit-service-customerservice@olympus			
Servizio clienti	OIT Contact Service Medical	E-mail oit-service-customerservice@olympus-europa.com			

Descrizione problema cliente:
"tiranti molli"

Descrizione errore Olympus:
Immagine macchiata,ccd graffiato e scheggiato,tubo introduzione arricciato,cono protector lacerate, 3 lenti luce danneggiate,ugello deformato,tubo connessione arricciato,leva freno U/D danneggiata,connettore elettrico ossidato.

Environment: PRODUCTION / 20151230 / 124338 / ZSF_SRV_COSTESTM / PAGLIARIER / / O 50000810 / / 03

OLYMPUS

8000024322

Preventivo

Data Creazione 30.12.2015	Offerta No. 8000024322 **Prego specificare per richieste**	Cliente N. 2000036000			Data vendita
Data Sped. 26.05.2008	Descrizione CF-H180AI EXERA II Video Colon	Modello N2116830	N. di serie 2800876	VS. inventario nr.	Data installazione 21.07.2008
Vostra Data Ordine	NS. Conferma 50146388	Vostro ordine N.			Data registrazione 30.12.2015
				Valido fino al 27.06.2016	
Vostro Contatto	OIT Contact Service Medical	E-mail oit-service-customerservice@olympus			
Servizio clienti	OIT Contact Service Medical	E-mail oit-service-customerservice@olympus-europa.com			

Riparazione necessaria

Informazioni/Articoli/Spese		Qtà U/M	Prezzo Unitario	Importo netto
ESMSB012	SRP: FE-LEVER	1,000 PZ	28,00	28,00
ESMSB009	SRP: UD-KNOB UNIT	1,000 PZ	194,00	194,00
ESMSC003	SRP: EL-CONNECTOR UNIT	1,000 PZ	334,00	334,00
ESMSC050	SRP: CCD-FPC BOARD	1,000 PZ	52,00	52,00
ESMSI019	SRP: PROTECTOR UNIT	1,000 PZ	96,00	96,00
ESMSI042	SRP: LG-ROD LENS (3 LENSES)	1,000 PZ	304,00	304,00
ESMSI006	SRP: CONNECTING TUBE UNIT	1,000 PZ	1.920,00	1.920,00
ESMSI903	SRP: CCD-COVER GLASS REPLACEMENT	1,000 PZ	4.450,00	4.450,00
ESMSI099	SRP: KITBOX	1,000 PZ	156,00	156,00
ESMSU001	SRP: UNIVERSAL CORD UNIT	1,000 PZ	378,00	378,00
Disassemblaggio, assemblaggio, verifica di funzionamento, controllo finale e verifica dei parametri di sicurezza		1		1.192,00

Modalità di consegna		Valuta	Totale
CIF Cost, insurance and freight	IVA Esclusa	EUR	9.104,00

Environment: PRODUCTION / 20151230 / 124338 / ZSF_SRV_COSTESTM / PAGLIARIER / / O 50000810 / / 03

Preventivo









Environment: PRODUCTION / 20151230 / 124338 / ZSF_SRV_COSTESTM / PAGLIARIER / / O 50000810 / / 03

OLYMPUS

8000024322







OLYMPUS ITALIA S.R.L. – Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani,45 – 20090 Segrate (MI) – Tel.02 26972.1 – Fax 02 26972.488
Cap.Soc.€8.300.000,00 int.vers. – P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152 – R.E.A. di Milano 1429744
N° registro produttori AEE IT08020000002572 - N° registro produttori pile IT09060P00000538
Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT21Q0310401600000000120633

Environment: PRODUCTION / 20151230 / 124338 / ZSF_SRV_COSTESTM / PAGLIARIER / / O 50000810 / / 03

8000024322

P.O. S.BARBARA VIA S.LEONARDO, 1 09016 IGLESIAS (CI) ITALY

Indirizzo Azienda:
OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di
Olympus Europa GmbH

Indirizzo cliente: 2000036000
P.O. S.BARBARA
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS (CI)
ITALY

Preventivo / Risposta

Data Creazione 30.12.2015	Offerta No. 8000024322 **Prego specificare per richieste**	Cliente N. 2000036000			Data vendita
Data Sped. 26.05.2008	Descrizione CF-H180AI EXERA II Video Colon	Modello N2116830	N. di serie 2800876	VS. inventario nr.	Data installazione 21.07.2008
Vostra Data Ordine	NS. Conferma 50146388	Vostro ordine N.			Data registrazione 30.12.2015
				Valido fino al 27.06.2016	
Vostro Contatto	OIT Contact Service Medical	E-mail oit-service-customerservice@olympus			
Servizio clienti	OIT Contact Service Medical	E-mail oit-service-customerservice@olympus-europa.com			

Ordine per:
Riparazione necessaria
Preventivo di 9.104,00 EUR

Data Timbro e Firma

altre informazioni

☐ Preventivo accettato

☐ Preventivo rifiutato / Reso strumento non riparato

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L. 136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione.
Inoltre con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/3013, vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.

Condizioni di fornitura:
Validità: 3 mesi data presente;
Garanzia sulla riparazione: 180 giorni sui ricambi sostituiti e sull'attività svolta; ad esclusione della regolazione dei tiranti dove applicabile;
Garanzia 24 mesi di autoclavabilità applicabile solo alle ottiche chirurgiche;
I.V.A.: a Vostro carico, nei termini di Legge;
Pagamento: mediante Rimessa diretta a 60 giorni data fattura.
Vi precisiamo che il seguente preventivo può essere soggetto a variazioni stimabili solo in fase di lavorazione, in questo caso sarà nostra cura riformularvelo.

Environment: PRODUCTION / 20151230 / 124338 / ZSF_SRV_COSTESTM / PAGLIARIER / / O 50000810 / / 03

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
Logo AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home›Servizi›Servizi ad Accesso riservato›Smart CIG›Lista comunicazioni dati›Dettaglio CIG

Utente: Alessandro Portas
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - **Logout**

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Richiedi nuovo
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z3E1806AAC**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 9.104,00
Oggetto	Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione di un Video Colonscopio Olympus mod. CF H 180 AI matr. 2800876, in dotazione all'.U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias. Ditta Olympus Italia Srl
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936