ASLCarbonia

Deliberazione n° 231/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 16 FEB 2016

OGGETTO: Affidamento, a mezzo trattativa diretta, con procedura ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, D.Lgs 163/2006, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale, tipo Full Risk, per n. 2 microtomi rotativi, n. 3 piastre fredde, n. 1 centralina di inclusione, n. 1 criostato, n. 1 coloratore automatico (sistema combinato), n. 1 montavetrini automatico (sistema combinato), n. 1 processatore automatico a ciclo chiuso in uso all'U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia.
Ditta Leica Microsystems S.r.l. - CIG **65498871BE.**

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

Vista la deliberazione DG n. 732 del 22/09/2011(CIG 30884372D6), di aggiudicazione in favore della ditta Leica Microsystems S.r.l. dell' affidamento in regime di noleggio delle seguenti apparecchiature per l'U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia:

- microtomi rotativi (2 unità); marca Leica, modello RM2245;
- piastre fredde (3 unità); marca Leica, modello EG1150C;
- centralina di inclusione (1 unità); marca Leica, modello EG1150HC;
- criostato (1 unità); marca Leica, modello CM1950OUVV;
- sistema integrato coloratore e montavetrini (1 unità); marca Leica, modello ST5020 - CV5030;
- processatore automatico a ciclo chiuso (1 unità); marca Leica, modello ASP300S;

Attesa che l'affidamento disposto con la deliberazione DG n. 732 del 22/09/2011 prevedeva la possibilità di un riscatto finale per ciascun bene fornito al termine del contratto di noleggio triennale;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O. di Anatomia Patologica con nota prot. PI/2014/68 del 15/07/2014 ha presentato proposta di riscatto di tutte le apparecchiature in noleggio alla scadenza del contratto;

Vista la nota prot. PI/2014/5510 del 4/11/2014 del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico che esprimeva parere favorevole al riscatto di tutte le apparecchiature;

Vista la deliberazione DG n. 1951 del 26/11/2014 di riscatto finale delle seguenti apparecchiature:

- n. 2 unità microtomi rotativi, marca Leica, modello RM2245;
- n. 3 unità piastre fredde, marca Leica, modello EG1150C;
- n. 1 unità centralina di inclusione, marca Leica, modello EG1150HC;
- n. 1 unità criostato, marca Leica, modello CM1950OUVV;
- n. 1 unità sistema integrato coloratore e montavetrini, marca Leica, modello ST5020 - CV5030;
- n. 1 unità processatore automatico a ciclo chiuso, marca Leica, modello ASP300S;

Considerata la necessità di attivare un contratto di manutenzione sulle stesse apparecchiature;

Vista l'offerta della ditta Leica Microsystems Srl n. 23533275 del 25/09/2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la manutenzione annuale su tutte le apparecchiature oggetto della deliberazione DG n. 1951 del 26/11/2014 di riscatto, con decorrenza dal 01/03/2015 e termine al 29/02/2016, al costo di euro 22.308,96 iva esclusa, oltre a euro 6.671,00 iva esclusa per il materiale di consumo;

Visto che la stessa offerta della ditta Leica Microsystems Srl n. 23533275 del 25/09/2015, con note del 03/06/15 allegate all'offerta, conteneva la proposta di aggiornamento delle seguenti apparecchiature:

- valvole e circuito aria per processatore di tessuti, marca Leica, modello ASP300S, al costo di euro 2.700,00 iva esclusa;
- modulo di uscita e rilevazione vetrini per montavetrini, marca Leica,modello CV5030, al costo di euro 3.700,00 iva esclusa;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle apparecchiature di cui sopra, i cui ricambi non sarebbero altrimenti garantiti in quanto fuori produzione;

Preso atto dello schema di contratto, di complessive n. 15 pagine, stipulato tra la ASL n. 7 Carbonia e la società Leica Microsystems S.r.l., nel quale viene indicato l'importo di € 35.379,96, IVA al 22% esclusa, per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica annuale delle apparecchiature sopra indicate; che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- di aderire all'offerta della ditta Leica Microsystems Srl n. 23533275 del 25/09/2015 per la manutenzione annuale delle apparecchiature oggetto della deliberazione DG n. 1951 del 26/11/2014 di riscatto, con decorrenza dal 01/03/2015 e termine al 29/02/2016, al costo di euro 22.308,96 iva al 22% esclusa, oltre a euro 6.671,00 iva al 22% esclusa per il materiale di consumo, ed in particolare:
  - n. 2 unità microtomi rotativi, marca Leica, modello RM2245, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016;
  - n. 3 unità piastre fredde, marca Leica, modello EG1150C, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016;
  - n. 1 unità centralina di inclusione, marca Leica, modello EG1150HC, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/16;
  - n. 1 unità criostato, marca Leica, modello CM1950OUVV, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016 ;
  - n. 1 unità sistema integrato coloratore e montavetrini, marca Leica, modello ST5020-CV5030, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016;
  - n. 1 unità processatore automatico a ciclo chiuso, marca Leica, modello ASP300S, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016.
- di aderire all'offerta di aggiornamento, contenuta nelle note del 03/06/2015 allegate all'offerta, delle seguenti apparecchiature:
  - valvole e circuito aria per processatore di tessuti, marca Leica, modello ASP300S, al costo di euro 2.700,00 iva esclusa;
  - modulo di uscita e rilevazione vetrini per montavetrini, marca Leica, modello CV5030, al costo di euro 3.700,00 iva esclusa;
- di impegnare la somma complessiva € 35.379,96 iva al 22% esclusa, prevista per l'affidamento del servizio in trattazione;
- di approvare lo schema di contratto allegato;
- di individuare l'Ing. Giorgio Angius come Responsabile del Procedimento;

Il Commissario Straordinario

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e del Direttore del Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

DELIBERA

- di aderire all'offerta della ditta Leica Microsystems Srl n. 23533275 del 25/09/2015 per la manutenzione annuale delle apparecchiature oggetto della deliberazione DG n. 1951 del 26/11/2014 di riscatto, con decorrenza dal 01/03/2015 e termine al 29/02/2016, al costo di euro 22.308,96 iva esclusa, oltre a euro 6.671,00 iva esclusa per il materiale di consumo, ed in particolare:

  - n. 2 unità microtomi rotativi, marca Leica, modello RM2245, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016;
  - n. 3 unità piastre fredde, marca Leica, modello EG1150C, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016;
  - n. 1 unità centralina di inclusione, marca Leica, modello EG1150HC, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/16;
  - n. 1 unità criostato, marca Leica, modello CM1950OUVV, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016 ;
  - n. 1 unità sistema integrato coloratore e montavetrini, marca Leica, modello ST5020-CV5030, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016;
  - n. 1 unità processatore automatico a ciclo chiuso, marca Leica, modello ASP300S, con decorrenza dal 01/03/2015 al 29/02/2016.

- di aderire all'offerta di aggiornamento, contenuta nelle note del 03/06/2015 allegate all'offerta, delle seguenti apparecchiature:

  - valvole e circuito aria per processatore di tessuti, marca Leica, modello ASP300S, al costo di euro 2.700,00 iva esclusa;
  - modulo di uscita e rilevazione vetrini per montavetrini, marca Leica, modello CV5030, al costo di euro 3.700,00 iva esclusa;

- di impegnare la somma complessiva € 35.379,96 iva al 22% esclusa, prevista per l'affidamento del servizio in trattazione;

- di approvare lo schema di contratto allegato;

- di individuare l'Ing. Giorgio Angius come Responsabile del Procedimento;

- imputare la spesa di € 43.163,55, di cui € 7.783,59 per iva al 22%, derivata dall'affidamento del presente atto, sul piano dei conti aziendali al cod. A507020101 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche programmate), centro di costo cod. 10540801 (UO Anatomia Patologica PO Sirai);

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Onnis

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. ssa M. Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio Maggetti

Il Resp.le S.C. Serv. Tecnico Manut. e Log.
Ing. Brunello Vacca

I.C. Giorgio Angius

Dott. Federico Marini

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera

n° 231/C del 16 FEB 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 17 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Allegati: n.

Rep. n.

del

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSICURATIVA E ASSISTENZA TECNICA ANNUALE, TIPO FULL RISK, PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI:

- N. 02 - Microtomi rotativi, marca Leica, modello RM 2245; ==========
- N. 03 - Piastre Fredde, marca Leica, modello EG1150C; ==========
- N. 01 - Centralina di inclusione, marca Leica, modello EG1150HC; ========
- N. 01 - Criostato, marca Leica, modello CM1950OUVV; ==========
- N. 01 - Coloratore Automatico (Sistema Combinato) marca Leica, modello ST5020; ==========
- N. 01 - Monta Vetrini Automatico (Sistema Combinato), marca Leica, modello CV5030; ==========
- N. 01 - Processatore Automatico a ciclo chiuso; marca Leica, modello ASP300S; ==========

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di ,==========

AVANTI A ME

Dottoressa Maria Teresa Garau, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 21 gennaio 2013, si sono personalmente costituiti: ==

1) il Dott. Antonio Onnis, nato a San Gavino Monreale (CA) il 25/10/1952, C.F. NNSNTN52R25H856N, domiciliato per la carica a Carbonia, nella sede dell'Ente che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di Commissario Straordinario e Rappresentante Legale pro tempore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia,

con sede legale in Carbonia (CI), nella Via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita I.V.A. n. 02261310920, in seguito denominata per brevità Azienda; ==========

2) il , nato a il --/--/------ C.F.----------, residente a ----------, nella Via --------- n.----, c.a.p. ----------, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Rappresentante legale della Ditta Leica Microsystems S.r.l., con sede legale V.lo San Michele, 15 21100 Varese e sede Amministrativa in Via Ettore Bugatti, 12 20142 Milano – C.F. 09933630155 e iscrizione C.C.I.A.A. di Varese n. 09933630155 P.I. 09933630155 in seguito denominata per brevità Società. ==========

PREMESSO CHE

- l'Azienda, con atto deliberativo del Commissario Straordinario n. del , esecutivo ai sensi della L.R. del 28 luglio 2006, n. 10, ha attivato con la Società, il servizio di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica annuale, tipo Full Risk, per il mantenimento in efficienza di:

- N. 02 - Microtomi rotativi, marca Leica, modello RM 2245; codice n. 1492245CL01; codice CIVAB n. MCTLCC22; S/N: 2501 – 2502; inv. n. 31878 – 31879; assegnati alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia. =====
- N. 03 - Piastre Fredde, marca Leica, modello EG1150C, codice n. 14038838037; codice CIVAB n. IAPLCCEG; S/N: 8462 – 8463 – 8464; inv. n. 31875 – 31876 – 31877; assegnate alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia. ==========
- N. 01 - Centralina di inclusione, marca Leica, modello EG1150HC, codice n. 14038837689 – 14038838037; codice CIVAB n. IAPLCCEG; S/N: 8424; inv. n. 31874; nella cui strumentazione è ricompresa n. 01 Piastra Fredda, marca Leica, modello EG1150C, S/N: 8462, inv. n. 31875, assegnata alla U.O. di Anatomia

Patologica del P.O. Sirai di Carbonia. ==========

- N. 01 - Criostato, marca Leica, modello CM1950OUVV, codice n. 1401950C3EU; codice CIVAB n. CRILCC19; S/N: 2279; inv. n. 31873; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia. ==========
- N. 01 - Coloratore Automatico (Sistema Combinato) marca Leica, modello ST5020, codice n. 14905020EU1, S/N: 1713 inv. n. 31871; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia;==========
- N. 01 - Monta Vetrini Automatico (Sistema Combinato), marca Leica, modello CV5030; codice n. 149CVTS5025; S/N: 3379; inv. n. 31870; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia. ==========
- N. 01 - Processatore Automatico a ciclo chiuso; marca Leica, modello ASP300S; codice n. 14047643514; codice CIVAB n. PATLCCPA; S/N: 4063; inv. n. 31872; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia.

C.I.G. n. ==========

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle predette deliberazioni, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, stipulano e convengono quanto segue: ==========

Art. 1 (Premessa) – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.==========

Art. 2 (Oggetto dell'appalto) – L'Azienda, come sopra rappresentata, affida alla Società, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di assistenza tecnica (SAT) tipo Full Risk, per: n. 02 - Microtomi rotativi, marca Leica, modello RM 2245; codice n. 1492245CL01; codice CIVAB n. MCTLCC22; S/N: 2501 – 2502; inv. n. 31878 – 31879, assegnati alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia, dal 01.03.2015 al 29.02.2016, per un periodo di anni 01 (uno); n. 03 - Piastre Fredde,

Azienda Sanitaria Locale n° 7

marca Leica, modello EG1150C, codice n. 14038838037; codice CIVAB n. IAPLCCEG; S/N: 8462 – 8463 – 8464; inv. n. 31875 – 31876 – 31877; assegnate alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia, dal 01.03.2015 al 29.02.2016, per un periodo di anni 01 (uno); n. 01 - Centralina di inclusione, marca Leica, modello EG1150HC, codice n. 14038837689 – 14038838037; codice CIVAB n. IAPLCCEG; S/N: 8424; inv. n. 31874; nella cui strumentazione è ricompresa n. 01 Piastra Fredda, marca Leica, modello EG1150C, S/N: 8462, inv. n. 31875, assegnata alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia, dal 01.03.2015 al 29.02.2016, per un periodo di anni 01 (uno); n. 01 - Criostato, marca Leica, modello CM1950OUVV, codice n. 1401950C3EU; codice CIVAB n. CRILCC19; S/N: 2279; inv. n. 31873; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia, dal 01.03.2015 al 29.02.2016, per un periodo di anni 01 (uno); n. 01 - Coloratore Automatico (Sistema Combinato) marca Leica, modello ST5020, codice n. 14905020EU1, S/N: 1713 inv. n. 31871; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia, dal 01.03.2015 al 29.02.2016, per un periodo di anni 01 (uno); n. 01 - Monta Vetrini Automatico (Sistema Combinato), marca Leica, modello CV5030; codice n. 149CVTS5025; S/N: 3379; inv. n. 31870; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia, dal 01.03.2015 al 29.02.2016, per un periodo di anni 01 (uno); n. 01 - Processatore Automatico a ciclo chiuso; marca Leica, modello ASP300S; codice n. 14047643514; codice CIVAB n. PATLCCPA; S/N: 4063; inv. n. 31872; assegnato alla U.O. di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia, dal 01.03.2015 al 29.02.2016, per un periodo di anni 01 (uno); come identificati nell'offerta della Società n. 23533275 del 25/09/2015, la quale con note del 03.06.2015 allegate alla stessa offerta, contiene la proposta di aggiornamento delle seguenti apparecchiature:

- valvole e circuito aria per processatore di tessuti, marca Leica, modello ASP300S, al costo di € 2.700,00 iva esclusa;
- modulo di uscita e rilevazione vetrini per monta vetrini, marca Leica, modello CV5030, al costo di € 3.700,00 iva esclusa;

L'Azienda, come sopra rappresentata, ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle apparecchiature: valvole e circuito aria per processatore di tessuti, marca Leica, modello ASP300S, al costo di € 2.700,00 iva esclusa; modulo di uscita e rilevazione vetrini per monta vetrini, marca Leica, modello CV5030, al costo di € 3.700,00 iva esclusa; i cui ricambi non sarebbero altrimenti garantiti in quanto fuori produzione. Il SAT oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo "Full Risk", pertanto la Società s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e nei tempi appresso stabiliti, dietro il pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre a quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature, come stabilito all'art. 5 (Oneri del SAT). =====

Art. 3 (Canone contrattuale e modalità di pagamento) – L'importo contrattuale per l'anno è pari ad € 22.308,96, con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della A.S.L., da pagarsi in n. 02 (due) rate semestrali posticipate a 90 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture all'Ufficio protocollo A.S.L. All'importo contrattuale annuale di € 22.308,96, con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della A.S.L., si deve aggiungere l'importo di € 6.671,00 con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della A.S.L., relativo al materiale di consumo, e gli importi di € 2.700,00 con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della A.S.L e di € 3.700,00 con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della A.S.L, relativi all'aggiornamento delle

seguenti apparecchiature:

- valvole e circuito aria per processatore di tessuti, marca Leica, modello ASP300S, al costo di € 2.700,00 iva esclusa;
- modulo di uscita e rilevazione vetrini per monta vetrini, marca Leica, modello CV5030, al costo di € 3.700,00 iva esclusa;

L'importo complessivo oggetto del presente contratto è di € 35.379,96 con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della A.S.L..

Gli importi sono quelli determinati e dettagliatamente indicati nell'offerta n. 23533275 del 25.09.2015 della Società e nelle note del 03.06.2015 allegate alla stessa offerta.

Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, si concorda che gli interessi moratori siano dovuti nella misura legale. ==========

Art. 4 (Obblighi della società) – La Società si impegna ad eseguire il servizio con le modalità e le condizioni di espletamento fissate dal presente contratto, dall'offerta della Società n. 23533275 del 25.09.2015, che esplicano le condizioni economiche conseguenti, per quanto non in contrasto col contratto medesimo, che, unitamente alla Deliberazione di affidamento richiamata nella premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. ========

Art. 5 (Oneri del SAT) – il costo del servizio di assistenza tecnica (SAT), come determinato al precedente art. 3, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto e alloggio, permanenza in sede, inclusi i tempi di attesa presso la A.S.L., l'orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa sostenuta per il personale come dall'offerta della Società di cui all'art. 4. ==========

La Società s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e, allo scopo, il SAT comprende:==========

Azienda Sanitaria Locale n° 7

A - interventi urgenti su chiamata, in numero illimitato, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla chiamata (lunedì – venerdì ore 8,00-17.30); ==========

B - interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) nella misura di n° 01 (uno) annuale, per tutte le operazioni di manutenzione e/o revisioni utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature.==========

Per ogni intervento effettuato sulle apparecchiature il SAT dovrà redigere un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato dell'apparecchiatura, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro, redatto in modo chiaro e leggibile, dovrà essere controfirmato, oltre che dal Tecnico del SAT, dal Responsabile del Servizio o suo delegato e inviato al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale al seguente indirizzo e-mail:ingegneriaclinica@aslcarbonia.it==========

Art. 6 (Oneri esclusi dal SAT) - il SAT non comprende: ==========

A - le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature;==========

B - le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non fornite dalla Società;==========

C - le riparazioni dovute a cause conseguenti all'anormale uso di attrezzature o da cause provocate da caso fortuito o forza maggiore;==========

D - le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla Società e/o materiali non conformi alle istruzioni della Società;==========

E - la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature con particolare riferimento agli impianti elettrici e macchine non fornite dalla Società.==========

La Società

Azienda Sanitaria Locale n° 7

Art. 7 (Fermo e dismissione apparecchiatura) - Nel caso in cui, con apposita relazione tecnica della Società, confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal Responsabile del Servizio Sanitario interessato, l'apparecchiatura oggetto del contratto sia dichiarata non riparabile, la ASL non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla scadenza contrattuale. ==========

Nel caso in cui, con apposita comunicazione alla Società, per qualunque motivo, sia intenzione della ASL procedere alla dismissione di alcune apparecchiature oggetto del presente contratto, la ASL non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla scadenza contrattuale. =====

Art. 8 (Materiali di ricambio) - Sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di ricambio necessarie al SAT non espressamente escluse dall'offerta della Società indicata all'art. 3. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere originali. ==========

Art. 9 (Garanzia del SAT) - Il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Società è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, dalla imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui al precedente art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza delle apparecchiature. ==========

Art. 10 (Ubicazione del servizio) - Gli interventi di manutenzione straordinaria e preventiva devono essere eseguiti, laddove è ubicata l'apparecchiatura. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature, o parti di esse, presso i laboratori della Società, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e ritorno, sia esso in territorio nazionale o estero, è sempre

Azienda Sanitaria Locale n° 7

e comunque a rischio e pericolo della Società e le spese relative, comprese quelle per imballo e spedizione, sono a totale carico della Società che se le assume espressamente. In questo caso è prevista sempre la sostituzione temporanea con altra apparecchiatura;==========

Art. 11 (Danneggiamenti causati dal SAT) - Eventuali danni sia alle apparecchiature oggetto del contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Società. La Società dichiara sin d'ora di rinunciare, nei confronti della ASL, al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la ASL ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Società si obbliga ad un rimborso pari al valore di acquisto del bene, desumibile dagli atti della ASL, decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data del collaudo.==========

Art. 12 (Modalità e tempi di intervento) - Al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi d'attesa, la Società si obbliga a comunicare al Servizio interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmato con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla ASL per i tempi di attesa da parte del personale del SAT in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza, via e-mail, anche del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale. Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi) in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata. La

Azienda Sanitaria Locale n° 7

chiamata sarà effettuata, in caso d'urgenza, direttamente dal Servizio interessato. La chiamata deve constare da fonogramma o fax da parte del Servizio interessato.=====

Art. 13 (Continuità del SAT) - Non può essere assolutamente addotta, da parte della Società, la scusante a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del SAT di omesso o ritardato pagamento del canone contrattuale convenuto. Per l'eventuale inadempimento da parte della ASL la Società può porre in essere tutte le cautele ritenute opportune. ==========

Art. 14 (Durata contrattuale) - Il presente contratto ha durata di anni 1 (uno), a decorrere dal 01.03.2015 con scadenza al 29.02.2016. È' escluso il tacito rinnovo. Eventuali modificazioni alla scadenza naturale devono essere preventivamente concordate, su esplicita e motivata richiesta dell'Azienda. E' fatto divieto alla Società, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare il SAT. ==========

Art. 15 (Rescissione anticipata) - il presente contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà della ASL e con preavviso di 30 giorni, anche senza colpa o dolo della Società, prima della naturale scadenza del medesimo. ==========

Art. 16 (Subappalto) - Eventuali subappalti sono, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e relative norme di rinvio. ==========

Art. 17 (Deposito cauzionale) - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Società s'impegna a costituire e versare la cauzione definitiva di 3.537,99 pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale alla data di stipulazione, I.V.A. di legge esclusa. Il deposito cauzionale deve essere costituito, esclusivamente, nelle forme di cui al D. Lgs. 163/06 art. 113. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito alla Società, esclusivamente, dopo che sia stato accertato il pieno

Azienda Sanitaria Locale n° 7

Società

adempimento degli obblighi contrattuali.==========

Art. 18 (Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) - L'Azienda Sanitaria e la Società aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro. La Società aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, la Società deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di sicurezza necessarie. La Società aggiudicataria dovrà altresì impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell'Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze. ==========

Art. 19 (Applicazione norme diritto del lavoro) - Nell'esecuzione della fornitura, che forma oggetto del presente appalto, la Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la Società, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla natura e dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. ==========

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla Società ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e provvederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. ==========

Il pagamento alla Società delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. ==========

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Società non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. ==========

Art. 20 (Penalità) - (art. 298 del DPR 207/2010). Il ritardato adempimento delle obbligazione assunte con il SAT comporta l'automatica applicazione, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità:=

a - per intervento oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, penale pari al 0,5 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale; ==========

b - nel caso in cui l'inadempienza singola o inadempienze ripetute comportino applicazione di penali complessivamente pari al 10% dell'importo contrattuale opera per l'ASL Carbonia la facoltà di risoluzione del contratto per colpa e dolo della Società e con automatico incameramento della cauzione (art. 15);==========

Art. 21 (Domicilio speciale e Foro Competente) - Agli effetti del presente contratto, la Società elegge il proprio domicilio speciale nel Comune di Carbonia. Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Cagliari; ==========

Art. 22 (Comunicazioni) - Tutte le comunicazioni devono essere effettuate, a pena di invalidità, in forma scritta, mediante posta elettronica certificata o a mezzo servizio

postale con raccomandata A.R.. ==========

Art. 23 (Adempimenti ex L. n. 136/2010) - La Società si assume espressamente la responsabilità relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010 n. 187; la Società, inoltre, si assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – U.T.G. competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ==========

Art. 23 bis (Clausola risolutiva espressa) - Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010, n. 136, introdotto dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. ==

Art. 24 (Spese contrattuali) - Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti di cui al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle della sua registrazione, sono a carico della Società; si dà atto che quest'ultima ha provveduto ad effettuare il versamento di € .....(----------/00), a mezzo bonifico, sul c/c bancario intestato all'A.S.L. n. 7 di Carbonia. Poiché il presente contratto è soggetto ad I.V.A. le Parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. La registrazione viene effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997, e gli obblighi fiscali sono assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art.21, comma 5 del D. Lgs. n. 82/2005. ==========

Art. 25 (Trattamento dei dati personali) - la Società assicura che il proprio personale impiegato per gli interventi del SAT è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda

programmi, dati e documentazioni della ASL di cui venga a conoscenza nel corso dell'intervento, garantendo che tale personale, sotto il profilo tecnico e professionale è in grado di eseguire l'intervento a regola d'arte. La ASL assicura che il proprio personale è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni relative ai prodotti della Società che verranno trasmesse come confidenziali e riservate. La ASL, ai sensi della Legge n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia.========

Art. 26 (Norme di rinvio) - Per quanto compatibili, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. ==========

I comparenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati, dichiarando espressamente di conoscerne il contenuto. Il presente contratto è da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto con firma elettronica, consistente, ai sensi della L. 16/02/1913 n. 89, art. 52-bis, nell'acquisizione digitale della firma autografa, apposta qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi, e sottoscritto con firma digitale da me Ufficiale Rogante in presenza delle parti. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Ufficiale Rogante, ai sensi di legge, in numero di ( ) facciate più numero ( ) righi della presente fin qui. ==========

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

Società	A.S.L. n. 7 Carbonia
Leica Micosystems S.r.l.	Dott. Antonio Onnis

LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.
Elio Chendi
Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli art. 3 – Canone contrattuale e modalità di pagamento; art. 4

– Obblighi della società; art. 5 – Oneri del SAT; art. 6 - Oneri esclusi dal SAT; art. 7 - Fermo e dismissione apparecchiatura; art. 8 - Materiali di ricambio; art. 9 – Garanzia del SAT; art. 11 – Danneggiamenti causati dal SAT; art. 12 – Modalità e tempi di intervento; art. 13 - Continuità del SAT; art. 14 – Durata contrattuale; art. 15 – Rescissione anticipata; art. 17 – Deposito cauzionale; art. 20 – Penalità; art. 21 – Domicilio speciale e foro competente; art. 24 – Spese contrattuali; che precedono.

Società	A.S.L. n. 7 Carbonia
Leica Micosystems S.r.l.	Dott. Antonio Onnis

LEICA MICROSYSTEMS S.r.l.
Elio Chendi
Procuratore

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

Leica Microsystems Srl
Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 Varese, Italia
Sede Amministrativa ed Operativa: Via Ettore Bugatti 12 - 20142 Milano, Italia,
presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza
Tel. +39 02 57 48 61

Leica MICROSYSTEMS

Offerta per contratto di manutenzione

Nr: 23533275

Data: 25.09.2015

AUSL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA C.P. N. 122
09013 CARBONIA CA

Vs. rif.:	OFFERTA	Ns.rif.:	23533275
Data rif.:		Contatto iniziale:	Roberta Civale
Cliente:	1120056		(+39) 0257 4861
Contattare:			assistenza.tecnica@leica-microsystems.com
Telefono:	0781- 63680-CENT		
Fax:			
Email:			

LA PRESENTE OFFERTA ANNULLA E SOSTITUISCE NS. PRECEDENTE DEL 11.6.2015.

Contratto GOLD FULL
Comprende una visita preventiva all' anno durante la quale il sistema viene interamente revisionato e testato secondo specifiche e prestazioni originali di fabbrica.
Nel contratto GOLD sono inclusi:
Le spese di viaggio, le ore di lavoro eseguite dal tecnico per una visita annuale di manutenzione preventiva, illimitate chiamate e le parti di ricambio.
Piano di fatturazione semestrale.

N.B.: PER LA POS.0090 E 0100 LA PRESENTE OFFERTA E' VALIDA SOLO DOPO L'AGGIORNAMENTO (VEDI PROPOSTA ALLEGATA ALLA PRESENTE)

N.B. Totale contratto € 22.308,96+materiale consumo € 6.671,00+aggiornamento CV5030 €3.700,00+aggiornamento ASP300 €2.700,00=35.329,96+IVA

I seguenti materiali di consumo potranno essere aggiunti all'importo totale del contratto GOLD, nel caso lo riteniate opportuno.

Per il MONTAVETRINI CV5030

N.4 FILTRI CD. 14042230673
prezzo all'unità 321,00 €

N.1 DISPENSER BRUSH HOLDER SET CD. 14047840559
prezzo all'unità 64,00 €

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

Offerta per contratto di manutenzione

Nr: 23533275
Pagina: 2

N.1 CONF. RACK DI USCITA CD. 14047839586
prezzo all'unità 217,00 €

N.1 KIT VENTOSE CD. 14047839701
prezzo all'unità 111,00 €

N.1 CONF. O-RING MOUNTANT BOTTLE CD. 14025345452
prezzo all'unità 20,00 €

Per il COLORATORE ST5020

N.4 FILTRI CD. 14047432273
prezzo all'unità 272,00 €

N.2 CONF. SLIDE HOLDER CD. 14047533643
prezzo all'unità 216,00 €

Per il processatore ASP300S:

N.4 FILTRI CD. 14047634150
prezzo all'unità 517,00 €

N.1 SEAL RETORT LID CD. 14047634172
prezzo all'unità 430,00 €

N. 20 BOTTLES O-RING CD. 14025334216
prezzo all'unità 1,00 €

Per il CRIOSTATO CM1950

N.2 FILTRI BATTERICIDI CD. 14047740296
prezzo all'unità 128,00 €

N.1 CONF. 25 PZ. GRUPPO FILTRANTE CD. 14047744307
prezzo all'unità 290,00 €

N.1 VETRO STENDIFETTA CD. 14047742497
prezzo all'unità 125,00 €

Per il MONTAVETRINI CV5030 e il COLORATORE ST5020:
N.1 CONF. 5 PZ KIT CESTELLI CD. 14047533643
prezzo all'unità 216,00 €

Pos.	Materiale	Import
0		

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

Offerta per contratto di manutenzione

Nr: 23533275
Pagina: 3

Leica MICROSYSTEMS

	Riporto	0,00
0010 Strumentazione nr.: 11178709 Matricola: 8462 Descrizione: Leica EG1150C 230V/50Hz Matricola cliente: Indirizzo: P.O SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		508,32
0020 Strumentazione nr.: 11178710 Matricola: 8463 Descrizione: Leica EG1150C 230V/50Hz Matricola cliente: Indirizzo: P.O SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		508,32
0030 Strumentazione nr.: 11178711 Matricola: 2501 Descrizione: MICROTOMO LEICA RM2245 Matricola cliente: Indirizzo: P.O SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		1.339,44
0040 Strumentazione nr.: 11178712 Matricola: 2502 Descrizione: MICROTOMO LEICA RM2245 Matricola cliente: Indirizzo: P.O SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		1.339,44
0050 Strumentazione nr.: 11178713 Matricola: 8424 Descrizione: Leica EG1150 H Matricola cliente: Indirizzo: P.O SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		1.057,80
	A Riportare	4.753,32

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

Offerta per contratto di manutenzione

Nr: 23533275
Pagina: 4

Pos. o	Materiale		Import
		Riporto	4.753,32
0060	Strumentazione nr.: 11178714 Matricola: 8464 Descrizione: Leica EG1150C 230V/50Hz Matricola cliente: Indirizzo: P.O SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		508,32
0070	Strumentazione nr.: 11178715 Matricola: 2279 Descrizione: CRIOSTATO LEICA CM1950 Matricola cliente: Indirizzo: P.O SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		3.962,04
0080	Strumentazione nr.: 11211188 Matricola: 1713 Descrizione: COLORATORE LEICA ST5020 Matricola cliente: Indirizzo: Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016		4.327,44
0090	Strumentazione nr.: 11178718 Matricola: 4063 Descrizione: PROCESSATORE LEICA ASP300 S Matricola cliente: Indirizzo: P.O. SIRAI Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016 LA PRESENTE OFFERTA E' VALIDA SOLO DOPO L'AGGIORNAMENTO DEL PROCESSATORE LEICA ASP300 (VEDI PROPOSTA ALLEGATA ALLA PRESENTE)		4.018,32
		A Riportare	17.569,44

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

Offerta per contratto di manutenzione

Nr: 23533275
Pagina: 5

Pos.	Materiale		Import
0			
		Riporto	17.569,44
0100	Strumentazione nr.:	11211189	4.739,52
	Matricola:	3379	
	Descrizione:	MONTAVETRINI LEICA CV5030-TS5025	
	Matricola cliente:		
	Indirizzo:		

Inizio durata contratto: 01.03.2015 Fine: 29.02.2016

LA PRESENTE OFFERTA E' VALIDA SOLO DOPO L'AGGIORNAMENTO DEL MONTAVETRINI (VEDI PROPOSTA ALLEGATA ALLA PRESENTE)

Totale	22.308,96
Imponibile	22.308,96
22,00%	4.907,97
Totale contratto	27.216,93

Confidenziale, Solo per uso interno del cliente, non divulgabile a terzi

Offerta per contratto di manutenzione

Nr: 23533275
Pagina: 6

Pos.	Materiale	Import
0		

Vs. condizioni di contratto specifiche

Valuta:	EUR
Prezzo:	I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA .
Incoterms:	CPT Ship to Address
Termini di pagamento:	Secondo Normativa Vigente
Offerta valida fino al:	15.10.2015

Other remarks:
Si dichiara che la Società LEICA Microsystems S.r.l si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Termini e condizioni standard Leica sono stati applicati. Una copia è disponibile su richiesta.

Distinti saluti.

Leica Microsystems S.r.l.
Serv. Assist. Tecnica.

Per Accettazione
Firma
Data

Leica Microsystems Srl
Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 VARESE
Sede Amministrativa ed Operativa: Via Ettore Bugatti 12 - 20142 Milano, presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza
Tel.+39 02 57 48 61

Leica
MICROSYSTEMS

CONTRATTO DI ASSISTENZA GOLD A COPERTURA TOTALE

CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti condizioni formano parte integrante dell'ordine.

Leica Microsystems assume l'incarico di assistenza tecnica a copertura totale per gli strumenti e accessori riportati in elenco alle condizioni di seguito riportate:

1. Per ogni strumento Leica Microsystems s'impegna ad eseguire le visite di manutenzione preventiva e di emergenza indicate in offerta.
   La manutenzione preventiva comprende:
   - Smontaggio e pulizia generale degli strumenti
   - Regolazione e controllo di tutte le parti meccaniche
   - Pulitura e centratura di tutte le parti ottiche
   - Taratura e controllo di tutte le parti elettriche
   - Controllo dei circuiti elettronici con software-test Leica
   - Prove di funzionamento

   Ogni intervento su chiamata comprende la ricerca e l'eliminazione del guasto.
   Ogni altra prestazione (verifiche di sicurezza elettrica, adeguamento strumenti alle norme di sicurezza, tarature con certificazione ecc.) s'intende esclusa dal presente accordo e potrà essere eseguita solo sull'esplicito accordo integrativo.
2. Il numero degli interventi di manutenzione e d'emergenza indicato in offerta costituisce il numero massimo da noi assicurato a fronte delle quotazioni esposte.
   Nessuna variazione delle quotazione sarà emessa ove gli interventi di emergenza da Voi richiesti e da noi effettuati risultassero, a consuntivo, in numero inferiore al massimo garantito.
3. S'intendono comunque esclusi dal contratto di manutenzione tutti gli interventi o riparazioni che siano conseguenza di fatti accidentali (catastrofi, incidenti, alluvioni, terremoti, ecc,) o dipendano da incuria, dolo, trasloco effettuato da personale non autorizzato, colpa del personale operativo (caduta, ecc.), utilizzo non corretto di materiali in lavorazioni. Sono anche esclusi, se non espressamente menzionati, i Servizi di assistenza relativi a macchine periferiche, computer ecc. non prodotti LEICA. Leica Microsystems non risponde in alcun caso (nemmeno per colpa grave del suo personale) di perdita di dati immagazzinati nei componenti dello strumento coperto dal presente contratto. E' infatti responsabilità del cliente provvedere alla creazione di copie di sicurezza.
4. Le prestazioni di cui sopra comprendono tutti i costi relativi a:
   - Mano d'opera
   - Trasferimenti ed eventuali pernottamenti
   - Ricambi eventualmente necessari
   - Garanzia di 3 mesi sui ricambi utilizzati

   Non sono considerate parti di ricambio degli apparecchi i normali accessori e materiali di comune consumo, come ad esempio: Lampade, Bruciatori, Olio per immersione, Obiettivi, Lame, Fibre ottiche, Filtri, Portalame e Supporti, ecc.
5. Non sono previsti strumenti in sostituzione
6. Gli interventi di emergenza sono garantiti entro 24 ore lavorative dalla Vs. chiamata (scritta e dettagliata).
7. Il canone totale annuo ove non espressamente da Voi indicato, sarà fatturato in 2 quote semestrali pagabili secondo le condizioni di pagamento inserite in offerta.
8. Leica Microsystems S.r.l. si riserva comunque il diritto di sospendere le rimanenti manutenzione se non saranno rispettati i termini di pagamento.
9. Se non diversamente indicato il presente accordo avrà la durata annuale.
10. In caso di scissione anticipata del contratto, Leica Microsystems si riserva il diritto di fatturare l'intero importo relativo ai ricambi che sono stati utilizzati, a partire dalla data di decorrenza del contratto.
11. L'ordine s'intende valido se compilato su Vostro specifico modulo o con la restituzione della nostra copia controfirmata per accettazione.
12. Le condizioni ed il canone del presente contratto s'intendono valide per 90 gg. Dalla data della presente. Dopo tale termine dovremo essere interpellati per la validità delle condizioni.

Living up to Life

Leica Microsystems Srl Italia

Leica
MICROSYSTEMS

Spett.le
AUSL 7 Carbonia
Via Dalmazia C.P. N. 122
09013 Carbonia (CA)

Milano, 3 Giugno 2015

Oggetto: Proposta di aggiornamento valvole e circuito aria per processatore di tessuti Leica ASP300S matricola 4063

Gentile Cliente,
La nostra azienda è in continuo sviluppo e con essa le nuove soluzioni per l'innovazione dei nostri strumenti, che nel tempo vengono migliorati con componenti di nuova generazione e sempre più affidabili.

In questo caso ci soffermiamo sull'ultima miglioria apportata sull'hardware riguardante i nostri processatori di tessuti Leica ASP300 & ASP300S.

Con questa comunicazione vi proponiamo la possibilità di aggiornare con le nuove valvole di gestione del circuito dell'aria il processatore di vostra proprietà ad un prezzo estremamente vantaggioso.

L'aggiornamento del circuito aria prevede la completa modifica del sistema di movimentazione dei reagenti con la sostituzione totale di tutte e 4 le valvole di gestione del circuito dell'aria, parte delle tubazioni dello stesso circuito, un nuovo pressostato, una nuova "trappola" per la raccolta della condensa ; queste nuove valvole costituiscono lo stato dell'arte nella gestione di pneumatica di aria contenente vapori di solventi e sono state progettate per aumentare in maniera significativa l'affidabilità dello strumento.

Per chi come voi sta rinnovando il contratto di manutenzione e nell'intento di rinnovare, rendere e mantenere efficienti negli anni gli strumenti Leica Vi offre questo aggiornamento ad un prezzo Speciale di **2700 €** +IVA tutto incluso. In questo caso l'aggiornamento verrà eseguito durante la prima richiesta di intervento o durante la visita di manutenzione programmata prevista dal contratto.

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed in attesa di un Vostro gradito Ordine ci è gradita l'occasione per porgere

Distinti saluti
Elio Chendi
Regional Service Manager LBS

Leica Microsystems Srl
Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 VARESE
Sede Amministrativa ed Operativa: Via Ettore Bugatti 12 · 20142 Milano, presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza
Codice Fiscale/Partita IVA 09933630155
Socio Unico · Capitale Sociale 1.530.000,00 · Registro Imprese Varese · R.E.A. VA 346660
T +39 02 57486.1 · E-mail: legal.entity@leica-microsystems.com
www.leica-microsystems.com

Living up to Life

Leica Microsystems Srl Italia

Leica
MICROSYSTEMS

Spett.le
AUSL 7 Carbonia
Via Dalmazia C.P. N. 122
09013 Carbonia (CA)

Milano, 3 Giugno 2015

Oggetto: Proposta di aggiornamento modulo di uscita e rilevazione vetrini per montavetrini Leica CV5030 matricola 3379

Gentile Cliente,
La nostra azienda è in continuo sviluppo e con essa le nuove soluzioni per l'innovazione dei nostri strumenti, che nel tempo vengono migliorati con componenti di nuova generazione e sempre più affidabili.

In questo caso ci soffermiamo sulla miglioria apportata, riguardante l'aggiornamento hardware sul nostro montavetrini Leica CV5030.

Con questa comunicazione vi proponiamo la possibilità di aggiornare il modulo di uscita e la rilevazione dei vetrini (slide/rack detection and lift) all'ultima versione del montavetrini di vostra proprietà ad un prezzo estremamente vantaggioso.

L'aggiornamento consiste nell'installazione di nuovi sensori dedicati alla rilevazione dei vetrini e del rack d'uscita, abbinato anche ad un nuovo modulo di "parcheggio in uscita" dei vetrini, con il conseguente innalzamento dell'affidabilità dello strumento

Per chi come voi sta rinnovando il contratto di manutenzione e nell'intento di rinnovare, rendere mantenere efficienti negli anni gli strumenti, Vi offre l'aggiornamento ad un prezzo Speciale di **3700 €** + IVA tutto incluso.

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed in attesa di un Vostro gradito Ordine ci è gradita l'occasione per porgere

Distinti saluti
Elio Chendi
Regional Service Manager LBS