REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 276/C

Adottata dal Commissario Straordinario in data 24 FEB 2016

Oggetto: Affidamento diretto, con procedura in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/06, della fornitura e posa in opera dell'impianto di allarme di n. 03 frigo emoteche: n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1266FMK1213; n. inv. 38650, n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1267FMK1213; n. inv. 38672, n. 01 marca Desmon , modello Lab Series, matr. 15POPO38396; n. inv. 38428; in dotazione al Centro Trasfusionale presso il P.O. Sirai di Carbonia, e dei frigoriferi per farmaci, in dotazione alla Farmacia presso il P.O. Sirai di Carbonia.
Ditta PC TECNIQUE. - C.I.G: **Z841857F03**.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO - che quest'Azienda ha in dotazione le seguenti apparecchiature: n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1266FMK1213; n. inv. 38650, n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1267FMK1213; n. inv. 38672, n. 01 marca Desmon, modello Lab Series, matr. 15POPO38396; n. inv. 38428, in dotazione al Centro Trasfusionale presso il P.O. Sirai di Carbonia; e dei frigoriferi per farmaci in dotazione alla Farmacia presso il P.O. Sirai di Carbonia;

- che conseguentemente alla richiesta del Centro Trasfusionale e della Farmacia del P.O. Sirai di Carbonia, di intervento urgente di fornitura e posa in opera dell'impianto di allarme delle frigo emoteche e dei frigoriferi per farmaci in oggetto, il personale dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia dell'intervento;

CONSIDERATO la tipologia dell'intervento, il personale dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha inoltrato una richiesta intervento e di preventivo alle società PC TECNIQUE s.r.l., società Cofely Italia Spa; HC Hospital Consulting spa; società IN.TEC.

DATO ATTO dell'unica offerta pervenuta all'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica, da parte della Ditta PC TECNIQUE, preventivo n. 22 del 09/10/2015 di € 7.869,00, iva inclusa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di garantire la continuità assistenziale, il perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica al fine di garantire la migliore erogazione delle prestazioni sanitarie, in linea con i programmi aziendali, l'offerta n. 22 del 09/10/2015 della Ditta PC TECNIQUE, pari a € 7.869,00 i.v.a. al 22% inclusa, ha riscontrato parere favorevole del Direttore del Centro Trasfusionale dell'ASL 7 Carbonia, Dott. Angelo Zuccarelli, scritto in calce all'offerta di cui sopra;

RITENUTO che sulla base delle motivazioni e necessità su esposte, l'affidamento possa essere effettuato con procedura in economia, come previsto dall'art.125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00, oltre l'iva di legge;

RITENUTO di dover impegnare, per la fornitura e posa in opera dell'impianto di allarme delle seguenti apparecchiature: n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1266FMK1213; n. inv. 38650, n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1267FMK1213; n. inv. 38672, n. 01 marca Desmon, modello Lab Series, matr. 15POPO38396; n. inv. 38428, in dotazione al Centro Trasfusionale presso il P.O. Sirai di Carbonia, e dei frigoriferi per farmaci, in dotazione alla Farmacia presso il P.O. Sirai di Carbonia, la cifra di € 7.869,00 i.v.a. al 22% inclusa;

RICHIAMATE le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II parte II del D.lgs. 163/06 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia.

PROPONE

per quanto sopra esposto:

- l'affidamento diretto alla Ditta P.C. TECNIQUE, via S.M. Delle Grazie, n. 42 – 09013 Barbusi (CI), per la fornitura e posa in opera dell'impianto di allarme di n. 03 frigo emoteche: n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1266FMK1213; n. inv. 38650, n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1267FMK1213; n. inv. 38672, n. 01 marca Desmon, modello Lab Series, matr. 15POPO38396; n. inv. 38428, in dotazione al Centro Trasfusionale presso il P.O. Sirai di Carbonia, e dei frigoriferi per farmaci, in dotazione alla Farmacia presso il P.O. Sirai di Carbonia, al costo complessivo di € 7.869,00 iva al 22% inclusa, come da preventivo n. 22 del 09/10/2015;

- di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

- di impegnare la somma complessiva di € 7.869,00 di cui € 1.419,00 per i.v.a. al 22%, prevista per la fornitura e posa in opera dell'impianto di allarme in oggetto;

- di individuare l'Ing. Giorgio Angius, Responsabile del Procedimento,

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- di affidare alla Ditta P.C. TECNIQUE, via S.M. Delle Grazie, n. 42 – 09013 Barbusi (CI), la fornitura e posa in opera dell'impianto di allarme di n. 03 frigo emoteche: n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1266FMK1213; n. inv. 38650, n. 01 marca Frimed, modello AF70E, matr. DM 1267FMK1213; n. inv. 38672, n. 01 marca Desmon, modello Lab Series, matr. 15POPO38396; n. inv. 38428, in dotazione al Centro Trasfusionale presso il P.O. Sirai di Carbonia, e dei frigoriferi per farmaci, in dotazione alla Farmacia presso il P.O. Sirai di Carbonia, al costo complessivo di € 7.869,00 iva al 22% inclusa, come da preventivo n. 22 del 09/10/2015;

- di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del Procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

- di impegnare la somma complessiva di € 7.869,00, di cui € 1.419,00 per i.v.a. al 22%, prevista per la riparazione della tecnologia in oggetto;

- di individuare l'Ing. Giorgio Angius, Responsabile del Procedimento,

- di disporre la contabilizzazione ed il pagamento della spesa complessiva di € 7.869,00 i.v.a. al 22% compresa, per la fornitura e posa in opera dell'impianto di allarme in oggetto, affidata alla Ditta P.C. TECNIQUE, via S.M. Delle Grazie, n. 42 – 09013 Barbusi (CI), sul codice del piano dei conti Aziendale n° A507020102 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), centro di costo n° 10540101 (Centro Trasfusionale P.O. Sirai di Carbonia); n° 10820106 (Costi comuni farmacia ospedaliera Carbonia)

- di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti, al Responsabile del Servizio Bilancio e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per le proprie competenza, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al presente atto;

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Onnis

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa M. Fanni Pittau

Il DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio Maggetti

Il Resp.le Serv. Tecnico, Manutentivo e Logistico/ Ing. Brunello Vacca

Ing. Giorgio Angius

Dott. Federico Marini

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 246/C del 24 FEB 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N. 7 CARBONIA

Servizio Affari Generali

PC TECNIQUE di Pilloni Carlo

v.s.m.delle grazie 42 - 09013 Carbonia (CI) - italia
Tel. 0781 670021 / 3478630888 Fax 0781 670021
e-mail: pc.tecnique@alice.it
C.F. PLLCRL68B11B745U P.Iva 02632230922 Reg. imprese Cagliari n° 213143
pec: pc.tecnique@pecconfesercentica.it

Preventivo nr. **22** del **09/10/2015**

Destinatario

ASL N° 7 CARBONIA
V.DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

P.Iva 02261310920

Destinazione

ASL N° 7 CARBONIA
V.DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	OGGETTO:PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ALLARME FRIGOEMOTECHE DELLA FARMACIA E DEL CENTRO TRASFUSIONALE PRESSO P.O. SIRAI CARBONIA L'impianto da realizzare consentirà di trasmettere un allarme di mal funzionamento (innalzamento anomalo della temperatura) a una postazione remota (centralino asl.) Per la realizzazione dell'impianto nella farmacia saranno utilizzati n° 10 controllori elettronici posti nelle vicinanze dei frigoriferi, ai quali saranno collegate le sonde di rilevamento temperatura interna dei Frigoriferi il tutto verrà fornito di gruppo di continuità (aut. 10/15 minuti) per il funzionamento in assenza di tensione. L'allarme generato dai controllori elettronici verrà inviato a una centrale di gestione che invierà un segnale a un combinatore telefonico connesso alla rete telefonica (esistente in loco) la quale invierà un messaggio pre-registrato al personale preposto. Nel centro trasfusionale s'installeranno n° 2 controllori di temperatura con sonde per n° 2 frigoemoteche n° 1 sonda di temperatura da collegare a controllore già presente. fornitura di n° 1 console (esistente ma difettosa) programmazione della centrale di allarme Nel preventivo e compreso qualsiasi parte serva per far funzionare l'impianto a regola d'arte a carico del commitente la fornitura di un punto alimentazione elettrica 230V e n° 1 punto telefonico per il collegamento del combinatore telefonico presso farmacia						
	COSTI		1	6.450,00		6.450,00	22

P.C. TECNIQUE
di Pilloni Carlo
Via S.M. Delle Grazie, 42 - Carbonia - 09013 CARBONIA (CI)
Tel. 347.8630888 - Tel. Fax 0781.670021
P.IVA 02632230922 - Cod. Fisc. PLLCRL68B11B745U

Segue

PC TECNIQUE di Pilloni Carlo

PC TECNIQUE

v.s.m.delle grazie 42 - 09013 Carbonia (CI) - italia
Tel. 0781 670021 / 3478630888 Fax 0781 670021
e-mail: pc.tecnique@alice.it
C.F. PLLCRL68B11B745U P.Iva 02632230922 Reg. imprese Cagliari n° 213143
pec: pc.tecnique@pecconfesercentica.it

Preventivo nr. **22** del **09/10/2015**

Destinatario

ASL N° 7 CARBONIA
V.DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

P.Iva 02261310920

Destinazione

ASL N° 7 CARBONIA
V.DALMAZIA 83
09013 CARBONIA (CI)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva

Si esprime parere favorevole

ASL 7 - CARBONIA
CENTRO TRASFUSIONALE AZIENDALE
Il Direttore
Dr Angelo ZUCCARELLI

09-11-15 → Letto affisso alla D.ssa Galieri

Pagamento:

Acconto:

P.C. TECNIQUE
di Pilloni Carlo
Via S.M. Delle Grazie, 42 - Barbusi - 09013 CARBONIA (CI)
Tel. 3478630888 - Tel. Fax 0781.670021
P.IVA 02632230922 - Cod. Fisc. PLLCRL68B11B745U

Totale imponibile	6.450,00 Eur
Totale imposta Iva	1.419,00 Eur
Tot. documento	**7.869,00 Eur**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

INGEGNERIA CLINICA
Presidio Ospedaliero Sirai
Tel 0781/6683490 – fax 0781/6683485

Trasmissione fax del ___/___/2015; tot. pag. inclusa la presente n°_____

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

in sede ASL ☒ in contratto ☒
in sede Ditta ☒ in garanzia ☒

NS. RIFERIMENTI (da riportare in fattura e nel verbale di lavoro*):

richiesta N° 45/15 del 26/05/2015 – Delibera n °

Alla Spett.le Ditta	**IN.TEC.**
indirizzo	**VIA ASIAGO, 14 – 09122 CAGLIARI**
telefono fax	**070/ 2080117**
Alla c.se att.ne	**ROBERTO PITZALIS 3473394957**

27.05.15 Sentito riferisce che non interviene x'che non "EMETTE FATTURE ELETTRONICHE"

Concessionaria Esclusiva fornitura Servizio di Assistenza apparecchiature
marca

Pregasi provvedere, con la massima cortese sollecitudine, al ripristino della

Apparecchiatura	FRIGORIFERO
Marca	**FRIMED**
Mod.	**AF70E**
Matr./n° serie	**inv. N°**

Dislocata presso:	**LABORATORIO**
Unità Operativa	**C. TRASFUSIONALE**
Presidio	**P.O. SIRAI**
Rec. telef. Reparto	**0781/668 3438**
Resp.le o suo Delegato	**CAPO TECNICO ROBERTO GIBELLINI**

Guasto segnalato: **POSIZIONAMENTO SONDA ALLARME CENTRALIZZATO.**

Note: ANDRA' INSERITO NEL VOSTRO SISTEMA DI ALLARME – URGENTE.

INVIARE DOCUMENTAZIONE C/O CODESTA INGEGNERIA CLINICA.

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE:
SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN TAL CASO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOSPESO IN ATTESA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'AZIENDA. IN CASO CHE L'AUTORIZZAZIONE NON SIA CONCESSA SARÀ RICONOSCIUTO SOLO L'ONERE RELATIVO AL VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE, AI NUMERI TELEFONICI SOPRA INDICATI, IL SIG. MAURIZIO PALAZZARI 331/6791491.

N.B.: **pregasi trasmettere via fax DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA della Ditta produttrice l'apparecchiatura. In difetto, se non risultasse già agli atti, saranno sospesi, sino a produzione, i termini di pagamento delle fatturazioni relative all'intervento.**

***SI PREGA CORTESEMENTE DI RECAPITARE A QUESTO UFFICIO, *SEMPRE* LA BOLLA DI LAVORO AI FINI DELLO SVINCOLO DELLA FATTURA.**

Distinti saluti

INGEGNERIA CLINICA ASL 7

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

INGEGNERIA CLINICA
Presidio Ospedaliero Sirai
Tel 0781/6683490 – fax 0781/6683485

Trasmissione fax del ___/___/2015; tot. pag. inclusa la presente n°_____

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

in sede ASL ☙ in contratto ☙
in sede Ditta ☙ in garanzia ☙

NS. RIFERIMENTI (da riportare in fattura e nel verbale di lavoro*):

richiesta N° 45/15 del 26/05/2015 – Delibera n °

Alla Spett.le Ditta **H.C.**
indirizzo
telefono fax
Alla c.se att.ne

Concessionaria Esclusiva fornitura Servizio di Assistenza apparecchiature
marca

Pregasi provvedere, con la massima cortese sollecitudine, al ripristino della

Apparecchiatura	FRIGORIFERO
Marca	**FRIMED**
Mod.	**AF70E**
Matr./n° serie	**inv. N°**
Dislocata presso:	**LABORATORIO**
Unità Operativa	**C. TRASFUSIONALE**
Presidio	**P.O. SIRAI**
Rec. telef. Reparto	**0781/668 3438**
Resp.le o suo Delegato	**CAPO TECNICO ROBERTO GIBELLINI**

Sollecito risposta 06/08/15

Guasto segnalato: **POSIZIONAMENTO SONDA ALLARME CENTRALIZZATO.**

Note:– URGENTE.

INVIARE DOCUMENTAZIONE C/O CODESTA INGEGNERIA CLINICA.

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE:
SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN TAL CASO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOSPESO IN ATTESA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'AZIENDA. IN CASO CHE L'AUTORIZZAZIONE NON SIA CONCESSA SARÀ RICONOSCIUTO SOLO L'ONERE RELATIVO AL VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE, AI NUMERI TELEFONICI SOPRA INDICATI, IL SIG. MAURIZIO PALAZZARI 331/6791491.

N.B.: **pregasi trasmettere via fax DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA della Ditta produttrice l'apparecchiatura. In difetto, se non risultasse già agli atti, saranno sospesi, sino a produzione, i termini di pagamento delle fatturazioni relative all'intervento.**

***SI PREGA CORTESEMENTE DI RECAPITARE A QUESTO UFFICIO, *SEMPRE* LA BOLLA DI LAVORO AI FINI DELLO SVINCOLO DELLA FATTURA.**

Distinti saluti

INGEGNERIA CLINICA ASL 7

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

INGEGNERIA CLINICA
Presidio Ospedaliero Sirai
Tel 0781/6683490 – fax 0781/6683485

Trasmissione fax del ___/___/2015; tot. pag. inclusa la presente n°_____

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

in sede ASL ☒ in contratto ☒
in sede Ditta ☒ in garanzia ☒

NS. RIFERIMENTI (da riportare in fattura e nel verbale di lavoro*):

richiesta N° 45/15 del 06/08/2015 – Delibera n °

Alla Spett.le Ditta *COFELY*
indirizzo
Tel/Fax: 348 5507575 **mail:** katia.mascia@cofely-gdfsuez.com
Alla c.se att.ne Katia Mascia

Concessionaria Esclusiva fornitura Servizio di Assistenza apparecchiature
marca

Pregasi provvedere, con la massima cortese sollecitudine, al ripristino della

Apparecchiatura FRIGORIFERO

Marca **FRIMED**

Mod. **AF70E**
Matr./n° serie **inv. N°**

Dislocata presso: **LABORATORIO**
Unità Operativa **C. TRASFUSIONALE**
Presidio **P.O. SIRAI**
Rec. telef. Reparto **0781/668 3438**
Resp.le o suo Delegato **CAPO TECNICO ROBERTO GIBELLINI**

Guasto segnalato: **POSIZIONAMENTO SONDA ALLARME CENTRALIZZATO.**

Note:– URGENTE.

INVIARE DOCUMENTAZIONE C/O CODESTA INGEGNERIA CLINICA.

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE:
SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN TAL CASO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOSPESO IN ATTESA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'AZIENDA. IN CASO CHE L'AUTORIZZAZIONE NON SIA CONCESSA SARÀ RICONOSCIUTO SOLO L'ONERE RELATIVO AL VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE, AI NUMERI TELEFONICI SOPRA INDICATI, IL SIG. MAURIZIO PALAZZARI 331/6791491.

***SI PREGA CORTESEMENTE DI RECAPITARE A QUESTO UFFICIO, *SEMPRE* LA BOLLA DI LAVORO AI FINI DELLO SVINCOLO DELLA FATTURA.**

Distinti saluti

INGEGNERIA CLINICA ASL 7