



Adottata dal Commissario Straordinario in data 23 MAG 2016


Oggetto: Affidamento diretto della riparazione di n. 2 Ottiche laparoscopiche in dotazione all'U.O. di Chirurgia del P.O. CTO di Iglesias. Ditta Crimo Italia Srl – C.I.G. ZE119C165F

Il Responsabile della S.C. del Settore Tecnico manutentivo e logistico:

- RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;
- PREMESSO** che per l'Azienda si presenta la necessità di far eseguire la riparazione e/o affilatura della strumentazione chirurgica (ottiche laparoscopiche e artroscopiche, forbici chirurgiche, porta aghi per laparoscopia, pinze, cannule resettori, osteotomi ecc.) in uso alle S.O. dei PP.OO.;
- VISTA** la richiesta del Coordinatore del Blocco Operatorio del P.O. CTO di Iglesias con la quale chiede la riparazione di n. 2 ottiche laparoscopiche cod. 26003AA e cod. 502-859-030 in dotazione alla sala operatoria di Chirurgia;
- CONSIDERATO** che la riparazione della strumentazione in parola è da affidare a ditta specializzata nel settore;
- PERTANTO** il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato la richiesta di preventivo per la riparazione dello strumentario in oggetto alla Ditta Crimo Italia Srl specializzata nel settore;
- VISTI** i preventivi di spesa trasmessi dalla Ditta Crimo Italia Srl, n. 6076/00 del 03.05.2016 e n. 6080/00 del 03.05.2016, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di € 480,00 cad. i.v.a. di legge esclusa, comprensivi di spese di viaggio, ritiro strumentazione, riparazione, manodopera, ricambi necessari e riconsegna, per un importo complessivo di € 960,00 i.v.a. di legge esclusa;
- VISTO** il d.lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016, art. 36, commi 1 e 2, lettera a) che prevede l'affidamento diretto, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- ATTESTATO** che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 2902/2016;

PROPONE

- di affidare alla ditta Crimo Italia Srl, la riparazione dello strumentario chirurgico composto da:
n. 2 ottiche laparoscopiche cod. 26003AA e cod. 502-859-030, in dotazione alla S.O. di Chirurgia del P.O. CTO di Iglesias;
- di autorizzare i preventivi di spesa trasmessi dalla ditta Crimo Italia Srl n. 6076/00 e n. 6080/00 del 03.05.2016, per un costo di € 480,00 cad. i.v.a. di legge esclusa, per una spesa complessiva di € 960,00 i.v.a. di legge esclusa;
- di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dall'art. 36 del d.lgs. n° 50/2016 commi 1 e 2, lettera a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della S. C. del Servizio Tecnico manutentivo e logistico;
SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- affidare alla ditta Crimo Italia Srl, la riparazione dello strumentario chirurgico composto da: n. 2 ottiche laparoscopiche cod. 26003AA e cod. 502-859-030, in dotazione alla S.O. di Chirurgia del P.O. CTO di Iglesias;
- autorizzare i preventivi di spesa trasmessi dalla ditta Crimo Italia Srl n. 6076/00 e n. 6080/00 del 03.05.2016, per un costo di € 480,00 cad. i.v.a. di legge esclusa per una spesa complessiva di € 960,00 i.v.a. di legge esclusa;
- di autorizzare l'affidamento diretto, come previsto dal d.lgs. n° 50/2016 art. 36 (contratti sotto soglia) commi 1 e 2, lettera a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2016, il costo di € 1.171,20 di cui € 211,20 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), sul cento di costo n. 10530405 (U.O. di Chirurgia S.O. P.O. CTO) sub autorizzazione BS07_TEC anno 2016, numero 1 sub n. 41 ;
- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.
- attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa M Fanni Pittau

IL RESP.LE S.C. Serv. Tecnico manut. e log.
Ing. Brunello Vacca

add/ A. Portas



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Silvio Maggetti



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera

n° 766/c del 23 MAG 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda

USL n° 7 a partire

dai 23 MAG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

A circular stamp from the Servizio Affari Generali of Azienda ASL 7 Carbonia. The stamp contains the text "SERVIZIO AFFARI GENERALI", "AZIENDA ASL 7 CARBONIA", and "CANTONIERE". A handwritten signature is written over the stamp.



**CRIMO
ITALIA** srl



Zona Industriale Nord
06023 Guadagnano (PG)
C.F. - P.Iva - R.I. PG 01922280548
Capitale Sociale € 103.165,00 I.v.
Rep. Econ. Amm. PG 168202

Telefono: 0039 075 9142004
Fax: 0039 075 9146077
Internet: www.crimo.it
e-mail: info@crimo.it
Pec: crimotalia@pec.it

Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Tbs Group Spa.

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Spett.le

AZ. USL N.7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.I.C.F. 02261310920

02261310920

Destinazione merce

OSP.S.BARBARA IGLESIAS

C.A. SIG. PORTAS

IGLESIAS (CA)
Tel. 0781-3921

Riferimento amm.

OSP.C.T.O. IGLESIAS

Tel. Fax 0781/3922742 Cell


Cod. cliente	Agente	Valuta	Numero documento	Data	Pag.
3215	44	EURO	6.076/00	03/05/2016	1 / 1
Ns contatto					
Simona Sannipoli			s.sannipoli@crimo.it		
Condizione di pagamento			Vs riferimento		
014 - RIMESSA DIRETTA 90 GG DF			RICH.127 IT/16		
Vs DdT		Data	Vs ordine		Data
		28/04/2016			
Cig			Cup		

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA
ERLASSOZ3A	LAPAROSCOPIO STORZ KARL GMBH & CO KG 26003AA 0' 10MM Matricola: SN 396302 SC.1213 SALA OPERATORIA CHIRURGIA	PZ	1,00	480,000				480,00	22S
Spese incasso		Sconto %	Totale quantità		Totale imponibile		Totale IVA		TOTALE DOCUMENTO
0,00			1,00		480,00		105,60		585,60
SI AUTORIZZA			Data		Firma				
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO									

Originale Cliente

IN CASO DI RICHIESTA DI RESO NON RIPARATO VERRANNO FATTURATI EURO 50,00 + IVA
TEMPI DI CONSEGNA 30 GG MAX DALLA DATA DEL BUONO D'ORDINE

SI PREGA DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI IN QUANTO DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' DA EVENTUALI ERRORI IN MERITO



Scheda tecnica Endoscopia Rigida

Mod. 06B
Rev. 0

Assegnatario Crimo Italia s.r.l.

Interv.n.	2016 05 1213	Serv.	--	Azienda	IGLESIAS	Ospedale	--
Reparto		Data Arrivo	02/05/2016	Preventivo N	6076		
Ordine Bolla	42	Data Ord. Bolla	28/04/2016	Strumento	OTTICA LAPAROSCOPICA		
Produttore	STORZ	Modello	26003 AA	Garanzia	--		
Matricola	SN 396302	Inventario/Gr.	0	Data Mant.	03/05/2016		

L'APPARECCHIO E' STATO FORNITO CON: ATT. STORZ/WOLF


Note:

Caratteristiche	Esame iniziale
Lunghezza lavorativa	314 mm
Campo visivo	70°
Direzione di visione	0°
Trasmissione fascio luce	/
Distribuzione luce	/
Distanza messa a fuoco	4-5 cm
Posizione blender	/
Qualità immagine	bula
Diametro ottica	10

DIFETTI RICONTRATI

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fascio Imm. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Fascio Luce Ingiallito | <input type="checkbox"/> Lente messa fuoco dann. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Obiettivo Danneggiato | <input type="checkbox"/> Oculare Danneggiato | <input type="checkbox"/> Corpo Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Lente Negat. danneggiata | <input checked="" type="checkbox"/> Lente Danneggiata | <input type="checkbox"/> Cono Luce Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Prisma Dannegg. | <input type="checkbox"/> Sist. Ottico Infiltrato | <input type="checkbox"/> Sede cono luce Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Int. Dannegg. | <input checked="" type="checkbox"/> Finestra Obbiect. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. F. luce dannegg. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trafilato Danneggiato | <input type="checkbox"/> Finestra Ocul. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. cavo Dannegg. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fascio Luce Danneggiato | <input type="checkbox"/> Corpo int. Dannegg. | <input checked="" type="checkbox"/> Anello cosm. Dannegg. |

Difetto segnalato:

Il Tecnico: 

Data arrivo: 02/05/2016

OPERAZIONI NECESSARIE

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Sost. Fascio Immag. | <input type="checkbox"/> Sostit. attacco cavo | <input type="checkbox"/> Sostituz. Corpo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio completo | <input type="checkbox"/> Fornit. attacco cavo | <input type="checkbox"/> Cromatura parti mecc. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. n. 6 lenti Tipo 3 | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura Trafilato | <input type="checkbox"/> Sostit. Cono luce |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Obiettivo Tipo 3 | <input type="checkbox"/> Ripristino Trafilato | <input type="checkbox"/> Sostit. Adatt. Fibre |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Prisma | <input type="checkbox"/> Incisioni rich. cliente | <input type="checkbox"/> Sostit. Sede Cono Luce |
| <input type="checkbox"/> Sostit. lente negativa | <input type="checkbox"/> Essicazione in forno | <input checked="" type="checkbox"/> Pulizia Lenti |
| <input type="checkbox"/> Sostit. tubo interno | <input type="checkbox"/> Sostit. Oculare | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura fibre |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Trafilato e Fascio luce | <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Finestra obbiect | <input checked="" type="checkbox"/> Sost. Anello Cosm. |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Lente messa fuoco | <input type="checkbox"/> Sostit. Finestra oculare | |

Note:

Il Tecnico: _____

Data Fine Lavoro: _____

Data autorizzazione: _____

Data consegna: _____

Firma Tecnico:



CRIMO ITALIA srl



Zona Industriale Nord
06023 Gualdo Tadino (PG)
C.F. - P.Iva - R.I. PG 01922280548
Capitale Sociale € 103.165,00 I.v.
Rep. Econ. Amm. PG 168202

Telefono: 0039 075 9142064
Fax: 0039 075 9145077
Internet: www.crimo.it
e-mail: info@crimo.it
crimotalia@pec.it

Assistenza Penale

Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Tbs Group Spa.

PREVENTIVO DI RIPARAZIONE

Spett.le

AZ. USL N.7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.I./C.F. 02261310920

02261310920

Destinazione merce

OSPEDALE C.T.O.

VIA CATTANEO

IGLESIAS (CA)

Riferimento amm.

OSP.C.T.O. IGLESIAS

Tel. Fax 0781/3922742 Cell

Cod. cliente	Agente	Valuta	Numero documento	Data	Pag.
3215	44	EURO	6.080/00	03/05/2016	1 / 1
Ns contatto					
Simona Sannipoli s.sannipoli@crimo.it					
Condizione di pagamento			Vs riferimento		
014 - RIMESSA DIRETTA 90 GG DF			128 IT/16		
Vs DdT		Data	Vs ordine		Data
		28/04/2016			
Cig			Cup		


Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Imp. Netto	IVA		
OTT10011	OTTICA STRYKER MOD.502-859-030 Matricola: 948578 SC.1214 SALA OPERATORIA CHIRURGIA	PZ	1,00	480,000				480,00	22S		
Spese incasso		Sconto %		Totale quantità		Totale imponibile		Totale IVA		TOTALE DOCUMENTO	
0,00				1,00		480,00		105,60		585,60	
SI AUTORIZZA				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Data		Firma			

Originale Cliente

IN CASO DI RICHIESTA DI RESO NON RIPARATO VERRANNO FATTURATI EURO 50,00 + IVA

TEMPI DI CONSEGNA 30 GG MAX DALLA DATA DEL BUONO D'ORDINE

SI PREGA DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI E FISCALI IN QUANTO DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' DA EVENTUALI ERRORI IN MERITO



Scheda tecnica Endoscopia Rigida

Mod. 06B
Rev. 0

Assegnatario		Crimo Italia s.r.l.	
Azienda		IGLESIAS	
Interv.n.	2016 05 1214	Serv.	
Reparto		Ospedale	
Ordine Bolla	42	Data Arrivo	02/05/2016
Produttore	STRYKER	Data Ord. Bolla	28/04/2016
Matricola	948578	Strumento	OTTICA LAPAROSCOPICA
		Modello	502-859-030
		Inventario/Gr.	30
		Garanzia	--
		Data Mant.	03/05/2016

L'APPARECCHIO E' STATO FORNITO CON:


Note:

Caratteristiche	Esame iniziale
Lunghezza lavorativa	328 mm
Campo visivo	70°
Direzione di visione	30°
Trasmissione fascio luce	bianca
Distribuzione luce	100%
Distanza messa a fuoco	4-5 cm
Posizione blender	alto
Qualità immagine	opaca
Diametro ottica	10

DIFETTI RISCONTRATI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fascio Imm. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Fascio Luce Ingiallito | <input type="checkbox"/> Lente messa fuoco dann. |
| <input type="checkbox"/> Obiettivo Danneggiato | <input type="checkbox"/> Oculare Danneggiato | <input type="checkbox"/> Corpo Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Lente Negat. danneggiata | <input type="checkbox"/> Lente Danneggiata | <input type="checkbox"/> Cono Luce Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Prisma Dannegg. | <input checked="" type="checkbox"/> Sist. Ottico Infiltrato | <input type="checkbox"/> Sede cono luce Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Int. Dannegg. | <input checked="" type="checkbox"/> Finestra Obbiect. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. F. luce dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Trafilato Danneggiato | <input checked="" type="checkbox"/> Finestra Ocul. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Adatt. cavo Dannegg. |
| <input type="checkbox"/> Fascio Luce Danneggiato | <input type="checkbox"/> Corpo int. Dannegg. | <input type="checkbox"/> Anello cosm. Dannegg. |

Difetto segnalato:

Il Tecnico: 

Data arrivo: 02/05/2016

OPERAZIONI NECESSARIE

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sost. Fascio Immag. | <input type="checkbox"/> Sostit. attacco cavo | <input type="checkbox"/> Sostituz. Corpo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio completo | <input type="checkbox"/> Fornit. attacco cavo | <input type="checkbox"/> Cromatura parti mecc. |
| <input type="checkbox"/> Sostit. n. 0 lenti Tipo 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Lucidatura Trafilato | <input type="checkbox"/> Sostit. Cono luce |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Obiettivo Tipo 4 | <input type="checkbox"/> Ripristino Trafilato | <input type="checkbox"/> Sostit. Adatt. Fibre |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Prisma | <input type="checkbox"/> Incisioni rich. cliente | <input type="checkbox"/> Sostit. Sede Cono Luce |
| <input type="checkbox"/> Sostit. lente negativa | <input type="checkbox"/> Essicazione in forno | <input checked="" type="checkbox"/> Pulizia Lenti |
| <input type="checkbox"/> Sostit. tubo interno | <input type="checkbox"/> Sostit. Oculare | <input type="checkbox"/> Lucidatura fibre |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Trafilato e Fascio luce | <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Finestra obbiect | <input type="checkbox"/> Sost. Anello Cosm. |
| <input type="checkbox"/> Sostit. Lente messa fuoco | <input checked="" type="checkbox"/> Sostit. Finestra oculare | |

Note:

Il Tecnico: _____

Data Fine Lavoro: _____

Data autorizzazione: _____

Data consegna: _____

Firma Tecnico: _____